Verein für
Association pour le
Associazione per il

medizinische Qualitätskontrolle
contrôle de qualité médical
controllo di qualità medico

Bericht zum Ringversuch MQ 2015-1 U3 Drogenurin

Amphetamine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Roche Cobas	Negativ	9	9	100
Triage 8	Negativ	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativ	4	4	100
Intex	Negativ	6	6	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere quantitativ	Negativ	12	11	92
Andere Schnelltests	Negativ	49	48	98
TOTAL		**101**	**99**	**98**

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Intex	Negativ	2	2	100
Syva Rapid Test	Negativ	2	2	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere Schnelltests	Negativ	21	21	100
TOTAL		**36**	**36**	**100**

Ecstasy

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Andere Schnelltests	Negativ	**8**	**8**	**100**

Barbiturate

1000 µg Secobarbital pro Liter

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Positiv	8	8	100
Triage 8	Positiv	9	9	100
Intex	Positiv	1	1	100
Triage TOX	Positiv	11	11	100
Andere quantitativ	Positiv	8	8	100
Andere Schnelltests	Positiv	21	19	90
TOTAL		**58**	**56**	**97**

Benzodiazepine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Negativ	10	10	100
Triage 8	Negativ	9	9	100
Intex	Negativ	12	12	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere quantitativ	Negativ	14	13	93
Andere Schnelltests	Negativ	56	56	100
TOTAL		**113**	**112**	**99**

Cannabinoide

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Negativ	10	10	100
Triage 8	Negativ	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativ	6	6	100
Intex	Negativ	12	12	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere quantitativ	Negativ	14	13	93
Andere Schnelltests	Negativ	60	60	100
TOTAL		**123**	**122**	**99**

Cocain

1000 µg Benzoylecgonin pro Liter

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Positiv	10	10	100
Triage 8	Positiv	9	9	100
Syva Rapid Test	Positiv	6	6	100
Intex	Positiv	12	12	100
Syntron Quik	Positiv	1	1	100
Triage TOX	Positiv	11	11	100
Andere quantitativ	Positiv	15	13	87
Andere Schnelltests	Positiv	61	61	100
TOTAL		**125**	**123**	**98**

LSD

5 µg LSD pro Liter

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	**Positiv**	**1**	**1**	**100**

Methadon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Negativ	10	10	100
Triage 8	Negativ	9	9	100
Intex	Negativ	13	13	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere quantitativ	Negativ	14	12	86
Andere Schnelltests	Negativ	45	45	100
TOTAL		**103**	**101**	**98**

Opiate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Negativ	10	10	100
Triage 8	Negativ	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativ	6	6	100
Intex	Negativ	14	14	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere quantitativ	Negativ	15	14	93
Andere Schnelltests	Negativ	61	61	100
TOTAL		**127**	**126**	**99**

Paracetamol

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Triage TOX	Negativ	11	11	100

Phencyclidin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere Schnelltests	Negativ	8	8	100
TOTAL		**15**	**15**	**100**

Trizyklische Antidepressiva

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Triage 8	Negativ	8	8	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Alle Methoden	Negativ	14	14	100
TOTAL		**33**	**33**	**100**

Zürich, 30.3.2015
Dr. R. Fried