



Bericht zum Ringversuch MQ 2012-1 U3 Drogenurin

Amphetamine

(1500 µg/l Methamphetamin und 1250 µg/l Amphetamin)

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Axsym	positiv	1	1	100
EMIT	Positiv	3	3	100
Intex	Positiv	11	9	82
Rapitest Morwell	Positiv	1	1	100
Roche	Positiv	7	7	100
Syntron Quik	Positiv	1	1	100
Syva Rapid Test	Positiv	6	3	50
Triage 8	Positiv	11	7	64
Triage TOX	Positiv	5	2	40
Andere quantitativ	Positiv	10	10	100
Andere Schnelltests	Positiv	43	41	95
TOTAL	Positiv	99	85	85,86

Barbiturate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Axsym	Negativ	1	1	100
EMIT	Negativ	1	1	100
Intex	Negativ	3	3	100
Roche	Negativ	6	6	100
Syva Rapid Test	Negativ	1	1	100
Triage 8	Negativ	11	11	100
Triage TOX	Negativ	5	5	100
Andere Schnelltests	Negativ	25	24	96
Andere quantitativ	Negativ	7	7	100
TOTAL	Negativ	60	59	98.33

Benzodiazepine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Axsym	Negativ	1	1	100
EMIT	Negativ	3	3	100
Intex	Negativ	16	16	100
Roche	Negativ	8	8	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Syva Rapid Test	Negativ	3	3	100
Triage 8	Negativ	11	11	100
Triage TOX	Negativ	5	5	100
Andere quantitativ	Negativ	10	10	100
Andere Schnelltests	Negativ	53	53	100
TOTAL	Negativ	111	111	100

Cannabinoide

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Axsym	Negativ	1	1	100
EMIT	Negativ	3	3	100
Intex	Negativ	19	19	100
Rapitest Morwell	Negativ	1	1	100
Roche	Negativ	8	8	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Syva Rapid Test	Negativ	13	13	100
Triage 8	Negativ	10	10	100
Triage TOX	Negativ	5	5	100
Andere quantitativ	Negativ	10	10	100
Andere Schnelltests	Negativ	55	55	100
TOTAL	Negativ	126	126	100

Cocain

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Axsym	Negativ	1	1	100
EMIT	Negativ	3	3	100
Intex	Negativ	20	20	100
Rapitest Morwell	Negativ	2	2	100
Roche	Negativ	8	8	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Syva Rapid Test	Negativ	15	15	100
Triage 8	Negativ	11	11	100
Triage TOX	Negativ	5	5	100
Andere quantitativ	Negativ	10	10	100
Andere Schnelltests	Negativ	56	56	100
TOTAL	Negativ	132	132	100

Ecstasy pos/neg

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Andere Schnelltests	Negativ	8	8	100

Methadon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Axsym	Negativ	1	1	100
EMIT	Negativ	3	3	100
Intex	Negativ	17	17	100
Roche	Negativ	8	8	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Syva Rapid Test	Negativ	4	4	100
Triage 8	Negativ	11	11	100
Triage TOX	Negativ	5	5	100
Andere quantitativ	Negativ	9	9	100
Andere Schnelltests	Negativ	46	46	100
TOTAL	Negativ	105	105	100

Methamphetamin

(1500 µg/l Methamphetamin und 1250 µg/l Amphetamin)

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Andere Schnelltests	Positiv	16	13	81
Intex	Positiv	4	4	100
Syva Rapid Test	Positiv	5	4	80
Triage TOX	Positiv	4	0	0
TOTAL	Positiv	29	21	72.4

Opiate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Axsym	Negativ	1	1	100
EMIT	Negativ	3	3	100
Intex	Negativ	21	21	100
Rapitest Morwell	Negativ	2	2	100
Roche	Negativ	8	8	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Syva Rapid Test	Negativ	14	14	100
Triage 8	Negativ	11	11	100
Triage TOX	Negativ	5	5	100
Andere quantitativ	Negativ	11	11	100
Andere Schnelltests	Negativ	56	56	100
TOTAL	Negativ	133	133	100

Paracetamol

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Triage TOX	Negativ	4	4	100

Phencyclidin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Andere Schnelltests	Negativ	4	4	100
Triage TOX	Negativ	4	4	100
TOTAL	Negativ	8	8	100

Trizyklische Antidepressiva

(1300 µg/l Doxepin)

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Alle Methoden	Positiv / Negativ	12	12	100
Triage 8	Positiv / Negativ	11	11	100
Triage TOX	Positiv / Negativ	5	5	100
TOTAL	Positiv / Negativ	28	28	100