Verein für
Association pour le
Associazione per il

medizinische Qualitätskontrolle
contrôle de qualité médical
controllo di qualità medico

MQ 2013-1 U4 Urinsediment

Resultate

		Bild 1	Bild 2	Bild 3	Bild 4	Bild 5
10	Erythrozyten	1	257*			
11	Dysmorphe Erythrozyten		19			
12	Akanthozyten					
20	Leukozyten	253*				
30	Plattenepithelien			18		2
31	Epithelien (andere als Platten-)			3	1	
32	Geschwänzte Epithelien				2	
33	Rundepithelien	7				1
34	Übergangsepithelien	2			1	2
35	Nierenepithelien	9				
36	Decoy Zellen					
40	Spermatozoen					
50	Hyaliner Zylinder			44	22	73
51	Granulierter Zylinder			6	4	
52	Wachszylinder			190*	1	80*
53	Erythrozyten-Zylinder					
54	Leukozyten-Zylinder	1				
55	Epithelzylinder			1	1	1
56	Pseudozylinder			6	15	24
60	Bakterien					
61	Pilze (Hefe)				5	
62	Trichomonaden	2				
70	Kristalle und Salze					
80	Haare				20*	
81	Schleim				145*	6
82	Verunreinigungen	1		4	54*	28
99	Unbekannt			4	4	54
57	Lipide				1	2

Legende

☐ *Ihr Resultat; * Zielwert*

Kommentar

Bild 5 war nicht klar. Wachszylinder sind normalerweise eher gerade und haben oft Risse, weil sie nicht so flexibel sind (Z.B. Bild 3). Wegen der starken Lichtbrechung und weil noch viele andere Wachszylinder in dieser Probe waren, dürfte es sich trotzdem um einen Wachszylinder handeln. Hyaline Zylinder brechen das Licht nicht so stark und sind im Hellfeld fast nicht sichtbar (z.B. Bild 2 bei MQ2012-1).

13.03.2013 rf