



## Bericht zum Ringversuch MQ 2014-2 U3 Drogenurin

### Amphetamine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Roche Cobas	Negativ	8	8	100
Triage 8	Negativ	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativ	5	5	100
Intex	Negativ	5	5	100
Rapitest Morwell	Negativ	1	1	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	8	8	100
Andere quantitativ	Negativ	15	15	100
Andere Schnelltests	Negativ	50	50	100
<b>TOTAL</b>		<b>101</b>	<b>101</b>	<b>100</b>

### Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Intex	Negativ	3	3	100
Syva Rapid Test	Negativ	3	3	100
Triage TOX	Negativ	8	8	100
Andere Schnelltests	Negativ	21	21	100
<b>TOTAL</b>		<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100</b>

### Ecstasy pos/neg

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Andere Schnelltests	Negativ	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100</b>

### Barbiturate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Negativ	8	8	100
Triage 8	Negativ	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativ	1	1	100
Intex	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	8	8	100
Andere quantitativ	Negativ	7	7	100
Andere Schnelltests	Negativ	23	23	100
<b>TOTAL</b>		<b>56</b>	<b>56</b>	<b>100</b>

**Benzodiazepine**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Negativ	9	9	100
Triage 8	Negativ	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativ	2	2	100
Intex	Negativ	11	11	100
Rapitest Morwell	Negativ	1	1	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	8	8	100
Andere quantitativ	Negativ	17	17	100
Andere Schnelltests	Negativ	57	57	100
<b>TOTAL</b>		<b>114</b>	<b>114</b>	<b>100</b>

**Cannabinoide**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Negativ	9	9	100
Triage 8	Negativ	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativ	8	8	100
Intex	Negativ	10	10	100
Rapitest Morwell	Negativ	1	1	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	8	8	100
Andere quantitativ	Negativ	17	17	100
Andere Schnelltests	Negativ	59	58	98
<b>TOTAL</b>		<b>121</b>	<b>120</b>	<b>99</b>

**Cocain**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Negativ	9	9	100
Triage 8	Negativ	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativ	8	8	100
Intex	Negativ	11	11	100
Rapitest Morwell	Negativ	2	1	50
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	8	8	100
Andere quantitativ	Negativ	18	18	100
Andere Schnelltests	Negativ	62	62	100
Cobas	Negativ	9	9	100
<b>TOTAL</b>		<b>127</b>	<b>126</b>	<b>99</b>

**LSD**

## 3.5 µg/l LSD

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Positiv	1	1	100

**Methadon**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Negativ	9	9	100
Triage 8	Negativ	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativ	2	2	100
Intex	Negativ	12	12	100
Rapitest Morwell	Negativ	1	1	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	8	8	100
Andere quantitativ	Negativ	17	16	94
Andere Schnelltests	Negativ	46	46	100
<b>TOTAL</b>		<b>104</b>	<b>103</b>	<b>99</b>

**Opiate**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Negativ	9	9	100
Triage 8	Negativ	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativ	7	7	100
Intex	Negativ	13	13	100
Rapitest Morwell	Negativ	2	1	50
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	8	8	100
Andere quantitativ	Negativ	18	18	100
Andere Schnelltests	Negativ	61	61	100
<b>TOTAL</b>		<b>127</b>	<b>126</b>	<b>99</b>

**Paracetamol***2000 µg/l Paracetamol*

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Triage TOX	Negativ	7	7	100

**Phencyclidin***200 µg/l PCP*

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Triage TOX	Positiv	7	7	100
Andere Schnelltests	Positiv	8	7	88
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>14</b>	<b>93</b>

**Trizyklische Antidepressiva**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Triage 8	Negativ	8	8	100
Triage TOX	Negativ	8	8	100
Alle Methoden	Negativ	13	13	100
<b>TOTAL</b>		<b>29</b>	<b>29</b>	<b>100</b>

Zürich, 1.7.2014  
Dr. R. Fried