

Verein für
Association pour le
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle
contrôle de qualité médical
controllo di qualità medico

Rapporto del controllo circolare

2014 - 4

Campioni

Prima e durante la spedizione sono state controllate l'omogeneità e la stabilità di tutti i campioni e non sono state riscontrate irregolarità. I test sono stati condotti nei laboratori dell'ospedale universitario di Zurigo (<http://www.uzl.usz.ch/>).

I seguenti campioni sono stati prodotti appositamente per MQ in subappalto:

B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Ematologia parassitaria, K14 Marker tumorale.

Determinazione dei valori assegnati

Per ogni valore assegnato è indicato il tipo di procedura secondo ISO17043:2010, B2.1 (colonna "tipo"):

- a) Valori noti, derivati dalla formulazione del materiale
- b) Valori di riferimento certificati per campioni particolari
- c) Valori di riferimento, determinati da analisi
- d) Valori di consenso da laboratori partecipanti esperti
- e) Valori di consenso dai partecipanti

In gruppi con più di 9 partecipanti i valori assegnati vengono in genere determinati con il valore di consenso ("e"). Per garantire a tutti i partecipanti valori assegnati rappresentativi, in gruppi più piccoli possono essere adottate anche altre procedure.

Incertezza dei valori assegnati

L'incertezza standard (u_x) viene calcolata con la seguente formula (ISO13528):

$u_x = (\text{valore assegnato}/100) \cdot 1.25 / \text{radice quadrata del numero di partecipanti}) \cdot \text{coeff. variazione (CV)\%}$

u_x ha la stessa unità di misura del valore assegnato

u_x è paragonabile alla deviazione standard (SD) del collettivo dei partecipanti (SD: $\text{valore assegnato} \cdot \text{CV}\%/100$)

Se il numero dei partecipanti è superiore a 18, l'incertezza standard è molto inferiore alla variabilità del collettivo e può essere ignorata


Tolleranze QUALAB e MQ

Per le analisi obbligatorie vengono utilizzate le tolleranze Qualab (www.qualab.ch, esterne Qualitätskontrolle). Per le analisi non obbligatorie le tolleranze vengono definite dal direttore dei controlli circolari MQ.

Se l'incertezza calcolata u_x del valore assegnato è superiore al 15% della tolleranza QUALAB o MQ, appare un asterisco accanto alla lettera che descrive la procedura di calcolo del valore assegnato (per esempio "e*"), per avvisare il partecipante che l'incertezza del valore assegnato può avere un'influenza sull'esito del controllo.

Rappresentazioni grafiche

I risultati sono rappresentati graficamente come segue:



Confronto degli strumenti

I dati in questa parte del rapporto consentono di paragonare l'efficienza dei vari strumenti. Non vanno però dimenticati i seguenti dettagli:


- Il campione di controllo K1 è un siero di controllo commerciale pronto per l'uso. Nonostante il campione sia di origine umana, non si può escludere l'insorgenza di effetti di matrice. Questi dipendono dallo strumento e portano a valori assegnati differenti.
- E' stato analizzato solo un campione. Poiché la distribuzione dei risultati dipende dalla natura del campione (effetto matrice) e dal valore stesso, i coefficienti di variazione determinati (in %) non hanno una validità generale.
- Gran parte dei valori anomali deriva da errori amministrativi (unità di misura sbagliata, scambio dei risultati) o da errori di manualità (campione sbagliato, non correttamente disciolto, non abbastanza mescolato) e non ha a che fare con lo strumento.

Zurigo, 1.12.2014

Dr. R. Fried
Direttore controlli circolari

Non è permesso pubblicare questo rapporto o alcuna sua parte senza il permesso scritto della nostra associazione. L'originale si trova nell'archivio su www.mqzh.ch

Emoglobina




Deviazione QUALAB : 9 %

Emoglobina (g/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	57	93.0	3.5	3.5	118.0	3.2	e
2 Cianometemoglobina	61	91.8	1.6	6.6	118.9	3.5	e
3 Sysmex XT/XE/XS	38	100.0	0.0	0.0	119.0	0.9	e
4 Sysmex K1000	5	80.0	0.0	20.0	118.0	1.1	e
5 ABX Pentra	13	100.0	0.0	0.0	117.8	2.1	e
6 Reflotron	90	83.4	12.2	4.4	119.5	5.0	e
7 Hemocue	324	94.5	0.3	5.2	117.8	2.3	e
8 Dr. Lange	25	92.0	4.0	4.0	119.8	3.7	e
9 Hemocontrol	12	100.0	0.0	0.0	120.1	2.4	e
10 Eurolyser	5	100.0	0.0	0.0	117.0	3.3	e*
11 altro	6	83.3	0.0	16.7	130.5	3.7	e*

Emoglobina



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	940	95.1	1.7	3.2	115	3.1	e
2 Microsemi	162	96.9	1.2	1.9	117	2.3	e
3 Sysmex KX21	451	96.9	0.4	2.7	118	1.8	e
4 Sysmex PochH - 100i	206	96.1	1.5	2.4	117	2.3	e
5 Sysmex XP 300	116	94.8	0.9	4.3	122	1.4	e
6 Mythic	246	96.8	0.4	2.8	114	3.3	e
7 Swelab	66	95.5	0.0	4.5	118	2.3	e
8 MS4	8	100.0	0.0	0.0	116	4.3	e*
9 Abacus Junior	12	100.0	0.0	0.0	121	3.1	e
10 Medonic	21	95.2	4.8	0.0	117	4.0	e
11 Nihon Kohden Celltac	28	96.4	0.0	3.6	115	2.9	e
12 Samsung HC10	40	97.5	0.0	2.5	117	2.4	e

Ematocrito




Deviazione QUALAB : 9 %

Ematocrito (H)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	49	83.7	16.3	0.0	0.34	6.4	e
2 Centrifuga	18	94.4	0.0	5.6	0.36	4.9	e*
3 Sysmex XT/XE/XS	37	100.0	0.0	0.0	0.36	2.2	e
4 Sysmex K1000	5	80.0	0.0	20.0	0.32	1.1	e
5 ABX Pentra	13	100.0	0.0	0.0	0.31	2.4	e

Ematocrito




Deviazione QUALAB : 9 %

Ematocrito (H)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	941	91.5	4.6	3.9	0.31	4.3	e
2 Microsemi	161	98.2	1.2	0.6	0.31	2.6	e
3 Sysmex KX21	451	96.2	0.9	2.9	0.32	2.5	e
4 Sysmex PochH - 100i	207	96.1	1.0	2.9	0.35	2.9	e
5 Sysmex XP 300	113	97.3	0.9	1.8	0.32	2.3	e
6 Mythic	246	93.1	4.5	2.4	0.33	4.3	e
7 Swelab	66	94.0	1.5	4.5	0.34	3.6	e
8 MS4	8	100.0	0.0	0.0	0.33	4.6	e*
9 Abacus Junior	12	100.0	0.0	0.0	0.35	4.6	e*
10 Medonic	21	95.2	4.8	0.0	0.33	4.1	e
11 Nihon Kohden Celltac	28	96.4	0.0	3.6	0.33	3.1	e
12 Samsung HC10	40	95.0	2.5	2.5	0.35	3.8	e

Eritrociti




Deviazione QUALAB : 25 %

Eritrociti (T/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	47	97.9	0.0	2.1	3.80	4.2	e
2 Microscopio	11	81.8	9.1	9.1	3.93	10.5	e*
3 Sysmex XT/XE/XS	37	100.0	0.0	0.0	3.87	1.6	e
4 Sysmex K1000	5	80.0	0.0	20.0	3.86	0.8	e
5 ABX Pentra	13	100.0	0.0	0.0	3.78	1.9	e

Eritrociti




Deviazione QUALAB : 25 %

Eritrociti (T/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	941	97.8	0.7	1.5	3.7	5.5	e
2 Microsemi	162	100.0	0.0	0.0	3.7	3.1	e
3 Sysmex KX21	453	98.1	0.4	1.5	3.8	4.0	e
4 Sysmex PochH - 100i	207	97.6	0.0	2.4	4.0	2.6	e
5 Sysmex XP 300	115	99.1	0.0	0.9	3.8	3.4	e
6 Mythic	247	98.0	0.4	1.6	3.7	4.4	e
7 Swelab	66	95.5	0.0	4.5	3.8	4.8	e
8 MS4	8	100.0	0.0	0.0	3.9	5.4	e
9 Abacus Junior	12	100.0	0.0	0.0	4.0	3.6	e
10 Medonic	21	100.0	0.0	0.0	3.8	3.0	e
11 Samsung HC10	40	97.5	0.0	2.5	3.9	2.9	e
12 Nihon Kohden Celltac	28	96.4	0.0	3.6	3.9	2.6	e

Leucociti




Deviazione QUALAB : 25 %

Leucociti (G/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	43	97.7	0.0	2.3	7.11	7.2	e
2 Microscopio	73	89.1	8.2	2.7	6.34	14.2	e
3 Sysmex XT/XE/XS	38	100.0	0.0	0.0	7.33	2.4	e
4 Sysmex K1000	5	100.0	0.0	0.0	6.90	8.4	e*
5 ABX Pentra	13	100.0	0.0	0.0	7.09	4.4	e

Leucociti




Deviazione QUALAB : 25 %

Leucociti (G/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	941	99.0	0.7	0.3	6.52	5.5	e
2 Microsemi	162	99.4	0.0	0.6	6.62	3.9	e
3 Sysmex KX21	453	99.2	0.4	0.4	6.89	3.6	e
4 Sysmex Poch - 100i	207	100.0	0.0	0.0	7.00	3.7	e
5 Sysmex XP 300	116	98.2	0.9	0.9	7.23	3.9	e
6 Mythic	245	99.6	0.4	0.0	6.72	5.7	e
7 Nihon Kohden Celltac	28	100.0	0.0	0.0	6.97	3.2	e
8 Swelab	66	100.0	0.0	0.0	7.30	6.8	e
9 MS4	8	100.0	0.0	0.0	7.26	7.7	e
10 Abacus Junior	12	100.0	0.0	0.0	8.20	9.5	e
11 Medonic	21	100.0	0.0	0.0	7.12	5.5	e
12 Samsung HC10	40	100.0	0.0	0.0	6.84	3.0	e

Trombociti




Deviazione QUALAB : 25 %

Trombociti (G/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	40	97.5	0.0	2.5	205.1	9.0	e
2 Microscopio	47	87.2	8.5	4.3	205.0	14.6	e
3 Sysmex XT/XE/XS	38	100.0	0.0	0.0	200.3	3.8	e
4 Sysmex K1000	5	80.0	20.0	0.0	200.0	19.0	e*
5 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	193.5	7.1	e*
6 ABX Pentra	13	100.0	0.0	0.0	213.4	3.7	e

Trombociti




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	941	97.3	1.4	1.3	201.1	8.7	e
2 Microsemi	162	99.4	0.0	0.6	209.5	4.7	e
3 Sysmex KX21	453	99.6	0.2	0.2	205.0	4.6	e
4 Sysmex PochH - 100i	206	98.5	0.0	1.5	210.4	4.3	e
5 Sysmex XP 300	116	99.1	0.0	0.9	211.6	4.1	e
6 Mythic	247	96.4	2.8	0.8	189.2	10.6	e
7 Swelab	66	95.5	3.0	1.5	188.5	9.8	e
8 MS4	8	62.5	37.5	0.0	183.5	19.9	e*
9 Abacus Junior	12	100.0	0.0	0.0	213.4	5.9	e
10 Medonic	21	100.0	0.0	0.0	196.1	6.7	e
11 Nihon Kohden Celltac	28	96.4	0.0	3.6	205.6	5.5	e
12 Samsung HC10	40	95.0	0.0	5.0	203.2	8.4	e

CRP



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Afinion	1086	99.3	0.5	0.2	27.8	6.4	e
2 NycoCard SingleTest-	523	82.4	6.3	11.3	29.0	12.1	e
3 Abx Micros	167	95.8	1.2	3.0	28.9	9.4	e
4 ABX Micros CRP200	345	94.2	3.8	2.0	26.8	10.1	e
5 Quick Read go	67	100.0	0.0	0.0	27.8	6.7	e
6 Turbidimetrie	37	91.9	0.0	8.1	27.3	8.9	e
7 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	26.7	7.3	e
8 Fuji Dri-Chem	20	75.0	20.0	5.0	26.7	15.3	e*
9 Eurolyser	113	76.1	3.5	20.4	28.0	10.8	e
10 AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	31.0	6.8	e*
11 Spotchem D-Concept	7	100.0	0.0	0.0	33.0	4.3	e
12 altro	4	100.0	0.0	0.0	26.4	6.9	e*

CRP




Deviazione QUALAB : 21 %

CRP (mg/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 QuickRead (sangue)	202	97.0	2.5	0.5	46.7	7.6	e

CRP emi




Deviazione QUALAB : 21 %

CRP emi (mg/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Microsemi	156	99.4	0.6	0.0	27.5	8.1	e

IgG




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Turbidimetrie	9	100.0	0.0	0.0	16.7	3.7	e
2 Nephelometrie	6	100.0	0.0	0.0	17.4	4.9	e

IgA



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Turbidimetrie	10	100.0	0.0	0.0	2.9	4.6	e
2 Nephelometrie	6	100.0	0.0	0.0	3.3	3.7	e

IgM




Deviazione QUALAB : 25 %

IgM (g/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Nephelometrie	6	100.0	0.0	0.0	1.7	6.5	e
2 Cobas Integra 800/40	6	100.0	0.0	0.0	1.6	3.2	e

IgE



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	8	100.0	0.0	0.0	136	7.5	e*

Alpha-1-Antitrypsine




Deviazione QUALAB : 25 %

Alpha-1-Antitrypsine (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	2.00	12.9	e*

Antistroptolysine-O




Deviazione QUALAB : 25 %

Antistroptolysine-O (kIU/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	10	100.0	0.0	0.0	162	6.6	e

Complément C3




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	11	100.0	0.0	0.0	2.13	2.9	e

Complément C4




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	10	100.0	0.0	0.0	0.41	8.1	e

Haptoglobine




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	12	100.0	0.0	0.0	1.93	5.1	e

Transferrine




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	14	100.0	0.0	0.0	3.38	3.7	e

Präalbumin




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	8	87.5	0.0	12.5	291.0	9.6	e*

Albumina



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida conv.	14	92.9	0.0	7.1	38	5.0	a
2 Cobas	14	100.0	0.0	0.0	40	2.9	e
3 Fuji Dri-Chem	152	98.0	0.7	1.3	48	3.9	e
4 Spotchem/Ready	48	93.7	2.1	4.2	38	4.9	e
5 Spotchem D-Concept	61	96.8	1.6	1.6	47	4.5	e
6 Piccolo	18	100.0	0.0	0.0	42	2.9	e
7 Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	39	4.2	e*
8 Hitachi S40/M40	6	83.3	0.0	16.7	38	2.9	e

Fosfatasi alcalina




Deviazione QUALAB : 21 %

Fosfatasi alcalina (U/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC/SGKC/SFBC 37°C	8	100.0	0.0	0.0	171	6.0	e
2 Cobas	19	100.0	0.0	0.0	126	3.5	e
3 Reflotron	717	98.5	0.8	0.7	210	7.0	e
4 Fuji Dri-Chem	613	97.9	0.0	2.1	218	4.7	e
5 Spotchem/Ready	131	100.0	0.0	0.0	343	7.6	e
6 Spotchem D-Concept	111	95.5	0.9	3.6	289	7.0	e
7 Hitachi S40/M40	10	100.0	0.0	0.0	151	6.2	e
8 Olympus	5	100.0	0.0	0.0	239	5.9	e*
9 Piccolo	18	100.0	0.0	0.0	242	3.1	e
10 Abx Mira	20	85.0	15.0	0.0	167	12.5	e*

Amilasi



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC EPS liquid 37°C	10	100.0	0.0	0.0	83	6.3	e
2 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	79	2.0	e
3 Reflotron	192	96.9	2.1	1.0	73	6.0	e
4 Fuji Dri-Chem	459	98.7	1.1	0.2	67	4.5	e
5 Spotchem/Ready	85	81.2	8.2	10.6	71	10.4	e
6 Spotchem D-Concept	88	97.7	2.3	0.0	96	7.4	e
7 Piccolo	18	100.0	0.0	0.0	67	2.9	e
8 Abx Mira	8	87.5	12.5	0.0	71	10.7	e*
9 Hitachi S40/M40	6	100.0	0.0	0.0	88	4.3	e

Amilasi pancreatica




Deviazione QUALAB : 18 %

Amilasi pancreatica (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC EPS liquid 37°C	17	100.0	0.0	0.0	58	6.3	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	57	3.4	e
3 Reflotron	456	97.2	1.5	1.3	56	5.7	e

Bilirubina totale




Deviazione QUALAB : 18 %

Bilirubina totale (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida conv.	11	100.0	0.0	0.0	30.8	8.4	e*
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	29.9	4.6	e
3 Reflotron	528	96.2	1.3	2.5	29.0	6.8	e
4 Fuji Dri-Chem	453	97.8	1.3	0.9	31.8	5.7	e
5 Spotchem/Ready	102	95.1	4.9	0.0	30.7	7.4	e
6 Spotchem D-Concept	90	97.8	0.0	2.2	26.5	4.2	e
7 Beckman/Olympus	5	100.0	0.0	0.0	33.7	1.9	e
8 Piccolo	17	100.0	0.0	0.0	34.5	2.3	e
9 Abx Mira	19	100.0	0.0	0.0	30.1	7.6	e
10 Hitachi S40/M40	8	75.0	12.5	12.5	34.5	8.2	e*

Bilirubina diretto




Deviazione QUALAB : 18 %

Bilirubina diretto (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Fuji Dri-Chem	30	83.3	6.7	10.0	19.0	10.4	e

Calcium




Deviazione QUALAB : 12 %

Calcium (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida conv.	16	100.0	0.0	0.0	2.16	2.1	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	2.13	1.7	e
3 Fuji Dri-Chem	323	97.9	1.2	0.9	2.13	4.2	e
4 Spotchem/Ready	49	93.9	4.1	2.0	1.94	5.5	e
5 Spotchem D-Concept	59	81.3	8.5	10.2	1.76	7.0	e
6 Piccolo	19	100.0	0.0	0.0	2.11	1.6	e
7 Abx Mira	13	100.0	0.0	0.0	2.18	5.7	e*
8 Hitachi S40/M40	5	100.0	0.0	0.0	2.10	2.4	e

Calcium ISE



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ISE diretto	4	75.0	0.0	25.0	1.00	2.1	e

Cloruri




Deviazione QUALAB : 6 %

Cloruri (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	12	91.7	0.0	8.3	96	1.5	e
2 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	93	2.9	e*
3 Fuji Dri-Chem	530	96.2	2.3	1.5	98	2.3	e
4 Spotchem D-Concept	102	100.0	0.0	0.0	114	2.3	e
5 Spotchem EL-SE 1520	118	91.6	4.2	4.2	113	2.6	e
6 Piccolo	13	100.0	0.0	0.0	93	2.1	e
7 iStat Chem8	4	100.0	0.0	0.0	96	0.9	e

Colesterolo




Deviazione QUALAB : 10 %

Colesterolo (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida conv.	17	94.1	0.0	5.9	4.1	3.7	e
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	4.0	2.8	e
3 Reflotron	858	97.2	2.2	0.6	4.0	4.0	e
4 Fuji Dri-Chem	638	97.4	1.3	1.3	4.0	3.3	e
5 Spotchem/Ready	154	94.9	4.5	0.6	4.1	4.4	e
6 Spotchem D-Concept	116	98.2	0.9	0.9	4.2	3.9	e
7 Piccolo	17	100.0	0.0	0.0	4.1	1.8	e
8 Cholestech LDX	191	92.7	6.8	0.5	4.1	4.9	e
9 Abx Mira	19	100.0	0.0	0.0	4.0	4.2	e
10 Hitachi S40/M40	11	100.0	0.0	0.0	4.0	2.7	e

Colesterolo HDL




Deviazione QUALAB : 21 %

Colesterolo HDL (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 umida, diretto	15	100.0	0.0	0.0	1.35	9.3	e
2 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	1.39	3.8	e
3 Reflotron	646	91.8	3.6	4.6	1.06	9.3	e
4 Fuji Dri-Chem	596	100.0	0.0	0.0	1.49	3.4	e
5 Spotchem/Ready	140	92.9	5.0	2.1	1.11	9.8	e
6 Spotchem D-Concept	114	100.0	0.0	0.0	1.25	8.0	e
7 Piccolo	17	100.0	0.0	0.0	1.20	3.8	e
8 Cholestech LDX	192	94.8	2.6	2.6	1.36	7.9	e
9 Abx Mira	18	100.0	0.0	0.0	1.36	8.2	e
10 Hitachi S40/M40	10	100.0	0.0	0.0	1.44	3.9	e

Creatina chinasi




Deviazione QUALAB : 18 %

Creatina chinasi (U/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC/SGKC/SFBC 37°C	16	100.0	0.0	0.0	239	3.9	e
2 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	244	3.6	e
3 Reflotron	446	92.9	4.9	2.2	199	9.1	e
4 Fuji Dri-Chem	388	97.2	0.0	2.8	245	3.8	e
5 Spotchem/Ready	60	83.3	10.0	6.7	188	12.6	e
6 Spotchem D-Concept	71	100.0	0.0	0.0	206	5.7	e
7 Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	277	5.3	e*
8 Abx Mira	15	100.0	0.0	0.0	242	3.2	e
9 Hitachi S40/M40	5	80.0	0.0	20.0	191	3.9	e

Ferro



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida conv.	6	100.0	0.0	0.0	22	4.3	e
2 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	22	2.6	e
3 Abx Mira	4	75.0	25.0	0.0	21	13.5	e*

Gamma-GT




Deviazione QUALAB : 18 %

Gamma-GT (U/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC/SGKC/SFBC 37°C	6	100.0	0.0	0.0	56	6.7	e*
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	56	6.4	e
3 Reflotron	931	97.6	1.4	1.0	48	6.5	e
4 Fuji Dri-Chem	663	99.1	0.3	0.6	52	5.6	e
5 Spotchem/Ready	157	98.1	1.9	0.0	52	7.4	e
6 Spotchem D-Concept	123	95.1	4.1	0.8	54	8.5	e
7 Método standard, 37'	9	100.0	0.0	0.0	60	5.1	e
8 Piccolo	21	100.0	0.0	0.0	56	2.6	e
9 Abx Mira	20	100.0	0.0	0.0	61	4.0	e
10 Hitachi S40/M40	12	100.0	0.0	0.0	67	2.8	e

Glucosio




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida conv.	28	82.2	10.7	7.1	5.8	5.0	e
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	5.9	2.4	e
3 Reflotron	957	93.2	4.5	2.3	6.3	4.7	e
4 Fuji Dri-Chem	628	98.6	0.6	0.8	5.9	2.5	e
5 Spotchem/Ready	143	95.1	2.8	2.1	6.2	4.5	e
6 Spotchem D-Concept	115	100.0	0.0	0.0	6.1	3.0	e
7 Piccolo	23	100.0	0.0	0.0	6.2	1.2	e
8 Cholestech LDX	155	94.9	3.2	1.9	5.7	4.5	e
9 Abx Mira	19	89.5	10.5	0.0	6.0	4.8	e
10 Lange	7	100.0	0.0	0.0	5.7	2.9	e
11 Hitachi S40/M40	11	81.8	9.1	9.1	6.0	4.6	e*
12 iStat Chem8	4	100.0	0.0	0.0	5.2	2.5	e*

Glucosio




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Accu-Chek Aviva	340	92.3	1.5	6.2	6.2	3.3	e
2 Accu-Chek Inform 2	208	99.5	0.5	0.0	6.3	3.6	e
3 Accu-Chek Mobile	5	80.0	20.0	0.0	7.0	7.2	e*
4 Bayer Contour 2 (5s)	84	72.6	3.6	23.8	4.7	5.7	e
5 Bayer Contour XT/NEX	1032	95.1	3.3	1.6	6.3	4.3	e
6 Bayer Breeze 2	19	78.9	21.1	0.0	8.7	6.6	e*
7 Hemocue (Plasma)	60	91.7	5.0	3.3	7.6	4.9	e
8 mylife Pura	51	90.2	5.9	3.9	7.0	4.5	e
9 Hemocue RT	20	90.0	5.0	5.0	7.2	3.9	e
10 Freestyle precision/	4	50.0	0.0	50.0	5.8	0.0	e
11 Freestyle Freedom li	9	100.0	0.0	0.0	6.3	3.9	e*
12 Sanofi BG Star	7	100.0	0.0	0.0	7.6	3.2	e*

Glucosio



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Glucocard	10	90.0	0.0	10.0	8.1	4.2	e*
2 Bayer Elite	10	80.0	20.0	0.0	6.4	7.5	e*
3 Omnitest	11	63.6	9.1	27.3	9.8	6.1	e*
4 Hemocue	73	89.0	9.6	1.4	7.2	6.1	e
5 AccuChek Sensor	7	85.7	0.0	14.3	6.1	4.5	e*
6 OneTouch Ultra	25	100.0	0.0	0.0	8.3	4.0	e
7 OneTouch Verio	4	100.0	0.0	0.0	6.0	2.1	e
8 AccuChek Compact	6	100.0	0.0	0.0	6.3	4.5	e*
9 Bayer Contour (15s)	96	94.8	4.2	1.0	6.3	5.1	e
10 Healthpro	17	88.2	5.9	5.9	9.5	5.6	e*
11 Alpha Check	4	100.0	0.0	0.0	8.8	4.4	e*
12 Mylife UNIO	4	75.0	25.0	0.0	6.0	5.4	e*

Acido urico




Deviazione QUALAB : 12 %

Acido urico (µmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida conv.	18	100.0	0.0	0.0	330	4.7	e
2 Cobas	14	100.0	0.0	0.0	326	2.4	e
3 Reflotron	830	97.6	0.8	1.6	371	4.5	e
4 Fuji Dri-Chem	624	99.1	0.3	0.6	337	2.0	e
5 Spotchem/Ready	130	97.7	1.5	0.8	318	4.2	e
6 Spotchem D-Concept	113	99.1	0.0	0.9	342	4.0	e
7 Piccolo	16	93.7	0.0	6.3	258	4.0	e
8 Abx Mira	18	94.4	5.6	0.0	319	5.9	e
9 Hitachi S40/M40	11	81.8	18.2	0.0	313	6.9	e*

Urea




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida conv.	15	100.0	0.0	0.0	7.3	3.1	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	7.1	4.5	e
3 Reflotron	366	93.7	2.5	3.8	7.5	6.1	e
4 Fuji Dri-Chem	390	99.2	0.0	0.8	7.4	2.6	e
5 Spotchem/Ready	92	55.5	13.0	31.5	5.6	10.6	e
6 Spotchem D-Concept	72	57.0	11.1	31.9	4.8	10.8	e
7 Piccolo	22	100.0	0.0	0.0	6.8	2.2	e
8 Abx Mira	9	100.0	0.0	0.0	7.4	6.4	e*
9 Hitachi S40/M40	8	100.0	0.0	0.0	6.8	3.8	e
10 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	8.4	2.8	e

Potassio




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	23	100.0	0.0	0.0	3.82	2.9	e
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	3.88	2.0	e
3 Reflotron	866	90.0	5.5	4.5	3.97	3.1	e
4 Fuji Dri-Chem	657	97.3	0.9	1.8	3.89	2.0	e
5 Spotchem D-Concept	114	97.3	1.8	0.9	4.23	2.0	e
6 Spotchem EL-SE 1520	122	95.1	1.6	3.3	3.97	2.6	e
7 Piccolo	14	85.8	7.1	7.1	3.98	4.1	e*
8 Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	3.88	2.6	e*
9 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	3.80	1.2	e

Creatinina




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida conv.	8	100.0	0.0	0.0	124	5.6	e
2 Cobas	19	100.0	0.0	0.0	115	5.7	e
3 Reflotron	1040	98.2	1.0	0.8	123	6.2	e
4 Fuji Dri-Chem	692	96.5	1.3	2.2	107	6.7	e
5 Jaffé	8	87.5	0.0	12.5	122	9.3	e*
6 Enzymatisch	5	100.0	0.0	0.0	118	1.6	e
7 Piccolo	22	95.5	4.5	0.0	116	7.0	e
8 Abx Mira	21	100.0	0.0	0.0	116	8.2	e
9 Hitachi S40/M40	11	100.0	0.0	0.0	112	2.5	e

Creatinina E




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Statsensor i / Nova	22	90.9	0.0	9.1	56	8.2	e
2 iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	123	3.7	e
3 ABL700/800 Radiomete	10	100.0	0.0	0.0	117	7.0	e

eGFR




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 CKD-EPI	743	93.1	3.5	3.4	42	13.2	a
2 Cockcroft-Gault	48	81.3	10.4	8.3	28	15.5	a
3 MDRD	21	90.5	9.5	0.0	36	15.7	a

LDH




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	17	100.0	0.0	0.0	217	4.6	e
2 Cobas	10	100.0	0.0	0.0	426	1.8	e
3 Fuji Dri-Chem	137	97.8	1.5	0.7	187	5.4	e
4 Spotchem/Ready	39	94.8	2.6	2.6	417	8.2	e
5 Spotchem D-Concept	35	97.1	2.9	0.0	167	8.7	e
6 Abx Mira	10	100.0	0.0	0.0	217	7.1	e*

Magnesio



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida conv.	11	100.0	0.0	0.0	0.86	5.1	e*
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	0.88	2.9	e
3 Fuji Dri-Chem	110	99.1	0.0	0.9	0.77	3.7	e
4 Spotchem D-Concept	23	100.0	0.0	0.0	0.64	6.1	e
5 Spotchem/Ready	16	100.0	0.0	0.0	0.70	4.8	e
6 Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	0.83	2.1	e

Sodio




Deviazione QUALAB : 6 %

Sodio (mmol/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	22	100.0	0.0	0.0	137	2.3	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	137	0.9	e
3 Fuji Dri-Chem	610	98.0	0.7	1.3	143	1.5	e
4 Spotchem D-Concept	111	99.1	0.0	0.9	139	1.1	e
5 Spotchem EL-SE 1520	122	96.7	0.8	2.5	138	1.9	e
6 Piccolo	15	100.0	0.0	0.0	131	2.2	e
7 Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	140	1.9	e*
8 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	137	0.4	e

Fosfati




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida conv.	11	100.0	0.0	0.0	1.4	3.8	e
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	1.4	2.4	e
3 Fuji Dri-Chem	76	98.7	0.0	1.3	1.4	2.2	e
4 Spotchem D-Concept	15	100.0	0.0	0.0	1.4	2.8	e
5 Spotchem/Ready	7	100.0	0.0	0.0	1.2	5.9	e*
6 Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	1.6	0.8	e
7 Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	1.5	3.3	e

Proteine totali



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida conv.	14	92.9	0.0	7.1	56.3	4.3	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	54.6	2.2	e
3 Fuji Dri-Chem	165	100.0	0.0	0.0	56.6	2.5	e
4 Spotchem/Ready	43	97.7	0.0	2.3	58.1	5.0	e
5 Spotchem D-Concept	54	88.9	7.4	3.7	67.7	6.8	e
6 Piccolo	14	100.0	0.0	0.0	57.5	1.3	e
7 Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	55.9	5.8	e*
8 Hitachi S40/M40	4	100.0	0.0	0.0	58.0	6.0	e*

Transaminasi GOT/AST




Deviazione QUALAB : 18 %

Transaminasi GOT/AST (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC con Pyridox 37'	13	100.0	0.0	0.0	48	7.0	e
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	43	10.2	e*
3 Reflotron	951	97.3	1.4	1.3	53	5.8	e
4 Fuji Dri-Chem	662	99.2	0.5	0.3	37	3.3	e
5 Spotchem/Ready	164	98.2	1.8	0.0	37	7.1	e
6 Spotchem D-Concept	120	100.0	0.0	0.0	37	7.3	e
7 IFCC senza Pyridox 3	5	80.0	0.0	20.0	44	8.0	e*
8 Piccolo	21	100.0	0.0	0.0	44	5.9	e
9 Abx Mira	21	100.0	0.0	0.0	42	6.1	e
10 Hitachi S40/M40	13	84.6	7.7	7.7	40	8.2	e*

Transaminasi GPT/ALT




Deviazione QUALAB : 18 %

Transaminasi GPT/ALT (U/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC con Pyridox 37'	14	100.0	0.0	0.0	35	7.5	e
2 Cobas	19	100.0	0.0	0.0	32	4.2	e
3 Reflotron	983	98.2	1.1	0.7	32	5.9	e
4 Fuji Dri-Chem	678	98.3	0.4	1.3	30	5.1	e
5 Spotchem/Ready	168	91.0	4.8	4.2	29	9.6	e
6 Spotchem D-Concept	123	98.4	1.6	0.0	28	6.4	e
7 Piccolo	22	95.5	4.5	0.0	35	7.4	e
8 Abx Mira	21	90.4	4.8	4.8	32	6.7	e
9 Hitachi S40/M40	13	76.9	7.7	15.4	33	9.5	e*

Trigliceridi




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida conv.	19	89.5	10.5	0.0	1.09	9.7	e
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	1.09	3.5	e
3 Reflotron	746	96.2	2.1	1.7	1.67	7.5	e
4 Fuji Dri-Chem	617	98.2	0.5	1.3	1.08	4.3	e
5 Spotchem/Ready	147	99.3	0.7	0.0	1.06	5.7	e
6 Spotchem D-Concept	115	97.4	0.9	1.7	1.19	5.8	e
7 Hitachi S40/M40	10	90.0	10.0	0.0	0.67	8.7	e*
8 Piccolo	15	100.0	0.0	0.0	1.27	3.1	e
9 Cholestech LDX	192	95.8	1.6	2.6	1.17	6.6	e
10 Abx Mira	18	100.0	0.0	0.0	1.11	5.2	e

Bicarbonat




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	23	3.6	e

Lipase




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Mira	5	80.0	20.0	0.0	30.0	16.0	e*
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	30.0	5.1	e*
3 Beckman/Olympus	5	100.0	0.0	0.0	29.8	13.1	e*
4 Chimica umida conv.	9	77.8	0.0	22.2	31.0	3.2	e
5 Fuji Dri-Chem	40	70.0	22.5	7.5	25.2	13.7	e*

LDL Cholesterin




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Mira	9	100.0	0.0	0.0	2.0	4.0	e
2 Chimica umida conv.	6	100.0	0.0	0.0	2.3	13.5	e*
3 Roche, Cobas	5	100.0	0.0	0.0	2.3	4.2	e
4 Hitachi S40/M40	4	100.0	0.0	0.0	1.7	0.7	e

Lithium




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	14	100.0	0.0	0.0	0.92	5.0	e

Laktat




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	7	71.4	0.0	28.6	1.60	8.7	e*

Creatinina SP




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Spotchem/Ready	162	93.2	5.6	1.2	316	9.8	e
2 Spotchem D-Concept	123	88.6	6.5	4.9	238	10.3	e

eGFR (Spotchem)




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 CKD-EPI	89	80.9	6.7	12.4	14	19.1	a
2 Cockcroft-Gault	5	20.0	20.0	60.0	10	22.5	a
3 MDRD	4	50.0	25.0	25.0	18	27.2	a

HbA1c - A



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	14	100.0	0.0	0.0	8.2	2.5	e
2 Afinion	566	99.4	0.2	0.4	8.3	2.5	e
3 Eurolyser	9	88.9	11.1	0.0	7.8	6.0	e*
4 Hemocue HbA1c 501	10	100.0	0.0	0.0	8.3	4.3	e*
5 NycoCard	131	83.2	9.2	7.6	8.2	5.4	e
6 DCA2000/Vantage	208	99.0	1.0	0.0	7.9	3.4	e
7 Andere	8	75.0	12.5	12.5	8.2	5.4	a
8 HPLC	6	83.3	0.0	16.7	8.2	2.1	a
9 Roche, Cobas	20	90.0	0.0	10.0	8.2	1.8	e
10 Hitado Super D	5	100.0	0.0	0.0	8.2	3.7	e*
11 A1c Now	5	100.0	0.0	0.0	8.4	3.1	e*

HbA1c Probe B




Deviazione QUALAB : 9 %

HbA1c Probe B (%)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	22	100.0	0.0	0.0	5.7	2.4	e
2 Afinion	553	98.9	0.9	0.2	5.6	3.2	e
3 Eurolyser	4	100.0	0.0	0.0	5.6	2.7	e*
4 A1c Now	6	83.3	0.0	16.7	5.5	2.8	e*
5 Hemocue HbA1c 501	11	90.9	0.0	9.1	5.3	3.9	e*
6 NycoCard	121	80.2	14.0	5.8	5.8	6.1	e
7 DCA2000/Vantage	200	95.5	2.0	2.5	5.5	3.4	e
8 Andere	5	80.0	0.0	20.0	5.5	5.2	a
9 Roche, Cobas	15	100.0	0.0	0.0	5.5	3.0	e
10 Hitado Super D	4	100.0	0.0	0.0	5.5	3.1	e*

pCO2



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	13	100.0	0.0	0.0	1.71	4.8	e
2 iStat	36	100.0	0.0	0.0	1.78	4.3	e
3 EPOC	17	88.2	5.9	5.9	1.23	8.2	e*


pO2



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	10	60.0	30.0	10.0	10.91	13.1	e*
2 iStat	34	85.3	11.8	2.9	10.64	7.8	e
3 EPOC	17	58.9	17.6	23.5	9.81	11.8	e*

K4 Gas sanguini

pH




Deviazione QUALAB : 1 %

pH ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	12	100.0	0.0	0.0	7.58	0.2	e
2 iStat	36	97.2	0.0	2.8	7.66	0.2	e
3 EPOC	17	94.1	0.0	5.9	7.67	0.2	e

Glucosio GS




Deviazione QUALAB : 10 %

Glucosio GS (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 iStat	14	100.0	0.0	0.0	13.8	1.4	e
2 EPOC	12	100.0	0.0	0.0	14.6	3.0	e

Potassio GS




Deviazione QUALAB : 6 %

Potassio GS (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	11	100.0	0.0	0.0	5.4	2.6	e*
2 iStat	20	100.0	0.0	0.0	5.3	1.1	e
3 EPOC	16	100.0	0.0	0.0	4.9	2.4	e

Sodio GS



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	12	91.7	8.3	0.0	124.1	2.5	e
2 iStat	20	100.0	0.0	0.0	126.8	0.7	e
3 EPOC	15	100.0	0.0	0.0	115.9	1.4	e

Calcium-BG




Deviazione QUALAB : 12 %

Calcium-BG (mmol/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	8	62.5	37.5	0.0	0.38	11.2	e*
2 iStat	13	100.0	0.0	0.0	0.38	3.6	e
3 EPOC	16	100.0	0.0	0.0	0.32	3.7	e

Lactat-BG



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 EPOC	16	93.7	6.3	0.0	12.28	5.7	e*
2 iStat	4	100.0	0.0	0.0	11.15	0.6	e

Calcio - urine




Deviazione QUALAB : 12 %

Calcio - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida conv.	11	100.0	0.0	0.0	2.41	3.1	e

Cloro - urine




Deviazione QUALAB : 6 %

Cloro - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida conv.	6	100.0	0.0	0.0	165	2.4	e*

Glucosio - urine




Deviazione QUALAB : 10 %

Glucosio - urine (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida conv.	12	91.7	8.3	0.0	11.5	3.9	e

Magnesio - urine




Deviazione QUALAB : 12 %

Magnesio - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida conv.	6	100.0	0.0	0.0	3.9	2.9	e

Osmolalità - urine




Deviazione QUALAB : 10 %

Osmolalità - urine (mosm/kg)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cryoscopia	5	100.0	0.0	0.0	692	1.1	e

Fosforo - urine




Deviazione QUALAB : 15 %

Fosforo - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida conv.	12	100.0	0.0	0.0	13.4	4.1	e


Potassio - urine



Deviazione QUALAB : 15 % Potassio - urine (mmol/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	16	93.7	6.3	0.0	57	5.9	e

Proteine - urine



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas/Roche	9	100.0	0.0	0.0	389.0	6.7	e
2 altro	4	100.0	0.0	0.0	507.5	6.2	e*

Sodio - urine




Deviazione QUALAB : 15 %

Sodio - urine (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	16	100.0	0.0	0.0	141	1.9	e

Urea - urine




Deviazione QUALAB : 15 %

Urea - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida conv.	12	100.0	0.0	0.0	225	4.2	e

Acido urico - urine




Deviazione QUALAB : 15 %

Acido urico - urine (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida conv.	11	90.9	0.0	9.1	0.92	6.9	e*

Peso Specifico - urine




Deviazione QUALAB : 5 %

Peso Specifico - urine ()


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Refraktometer	6	100.0	0.0	0.0	1.020	0.3	e

Quick OA




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Thromborel S	4	100.0	0.0	0.0	1.71	5.9	e*
2 Neoplastin Plus	5	100.0	0.0	0.0	2.03	4.7	e*
3 Innovin	17	100.0	0.0	0.0	1.60	5.4	e
4 Recombiplastin IL	6	100.0	0.0	0.0	1.61	6.4	e*
5 altro	4	75.0	25.0	0.0	1.75	12.5	e*
6 Neoplastin R	8	100.0	0.0	0.0	1.78	3.3	e

Fibrinogen OA




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 altro	11	100.0	0.0	0.0	1.09	6.9	e*
2 Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	1.09	8.4	e*
3 Stago/STA	7	85.7	0.0	14.3	1.13	4.0	e

aPTT OA




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 altro	13	92.3	0.0	7.7	44.9	12.8	e*
2 Actin FS	10	100.0	0.0	0.0	41.6	14.7	e*
3 Pathromtin SL	4	100.0	0.0	0.0	64.5	8.1	e*
4 Stago/STA	6	100.0	0.0	0.0	49.3	9.2	e*

Quick N




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Neoplastin R	6	100.0	0.0	0.0	96	3.2	e
2 Innovin	12	100.0	0.0	0.0	95	4.5	e
3 Recombiplastin IL	7	85.7	14.3	0.0	100	6.6	a

Fibrinogen N




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Siemens Thrombin	7	85.7	0.0	14.3	2.40	8.7	e*
2 altro	13	84.6	7.7	7.7	2.45	8.4	e*
3 Stago/STA	8	100.0	0.0	0.0	2.63	5.7	e*

aPTT N




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Actin FS	11	100.0	0.0	0.0	26.8	7.2	e
2 altro	13	100.0	0.0	0.0	27.3	10.5	e
3 Stago/STA	5	100.0	0.0	0.0	32.0	2.4	e

Quick H




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Neoplastin R	5	100.0	0.0	0.0	91	4.5	e*
2 Innovin	10	100.0	0.0	0.0	94	6.2	e*
3 Recombiplastin IL	6	100.0	0.0	0.0	101	1.5	e

Fibrinogen H




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	3.12	8.8	e*
2 altro	12	75.0	16.7	8.3	3.21	10.4	e*
3 Stago/STA	6	100.0	0.0	0.0	3.18	7.3	e*

aPTT H




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Actin FS	8	100.0	0.0	0.0	58.6	11.0	e*
2 altro	10	90.0	0.0	10.0	64.2	11.5	e*

Troponin I




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Vidas	6	100.0	0.0	0.0	12.5	9.1	e*
2 AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	0.6	7.2	e*
3 ADVIA Centaur XP/CP	6	100.0	0.0	0.0	3.3	7.3	e*
4 Eurolyser	8	62.5	12.5	25.0	1.4	18.4	e*

Troponin T



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas hs	5	100.0	0.0	0.0	1.73	12.9	e*
2 Cobas hs STAT	5	100.0	0.0	0.0	1.77	0.8	e

Myoglobin




Deviazione QUALAB : 30 %

Myoglobin (µg/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	318.5	10.5	e*

D-Dimeri



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas (Zitratplasma)	4	100.0	0.0	0.0	2.71	3.0	e
2 STA Liatest	9	88.9	0.0	11.1	2.40	6.8	e
3 Eurolyser	18	66.6	5.6	27.8	1.35	11.5	e*
4 ACL	4	100.0	0.0	0.0	4.32	9.4	e*
5 AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	1.60	6.9	e*
6 Vidas	9	100.0	0.0	0.0	2.59	7.9	e*

D-Dimeri NC




Deviazione QUALAB : 21 %

D-Dimeri NC (mg/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 NycoCard	56	73.2	12.5	14.3	1.00	15.9	e

TSH




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	11.6	4.1	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	5	100.0	0.0	0.0	10.4	5.5	e*
3 Architect	7	100.0	0.0	0.0	9.8	3.6	e
4 Vidas	9	100.0	0.0	0.0	13.5	4.4	e

T3




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	3.7	5.8	a

FT3




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	12.8	2.6	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	10.1	2.5	e
3 Architect	6	100.0	0.0	0.0	9.5	5.5	e
4 Vidas	4	100.0	0.0	0.0	11.9	1.7	e

FT4




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	11	100.0	0.0	0.0	41.1	4.2	e
2 ADVIA Centaur XP	4	100.0	0.0	0.0	30.0	2.4	e
3 Architect	6	100.0	0.0	0.0	35.8	5.0	e
4 Vidas	6	100.0	0.0	0.0	39.8	3.1	e

Cortisol



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	758	3.5	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	686	6.6	e*

Luteinisierendes Hormon




Deviazione QUALAB : 24 %

Luteinisierendes Hormon (U/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	31.6	3.0	e


Follikelstimulierendes Hormon



Deviazione QUALAB : 24 % Follikelstimulierendes Hormon (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	24.0	6.8	e*

Prolaktin (PRL)




Deviazione QUALAB : 24 %

Prolaktin (PRL) (µg/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	20.5	7.2	e*

Troponin T CR




Deviazione QUALAB : 24 %

Troponin T CR (µg/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	679	96.7	2.1	1.2	0.34	10.2	e
2 Cardiac Reader	73	87.6	11.0	1.4	0.34	13.1	e

Troponin I WB




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 iStat	4	100.0	0.0	0.0	6.72	2.7	e

D-Dimere CR




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	692	95.9	2.5	1.6	0.24	9.7	e
2 Cardiac Reader	70	94.2	2.9	2.9	0.24	12.6	e

CKMB - K8




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	6	100.0	0.0	0.0	14.1	8.8	e

NT-proBNP CR



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	433	94.2	4.6	1.2	1514	13.4	e
2 Cardiac Reader	26	73.1	23.1	3.8	1260	20.8	e*

PCO2 CCA




Deviazione QUALAB : 12 %

PCO2 CCA (kPa)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	12	100.0	0.0	0.0	9.81	3.1	e

PO2 CCA




Deviazione QUALAB : 15 %

PO2 CCA (kPa)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	12	91.7	8.3	0.0	9.95	6.6	e*

pH CCA




Deviazione QUALAB : 1 %

pH CCA ()

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	12	100.0	0.0	0.0	7.18	0.2	e

Kalium CCA




Deviazione QUALAB : 6 %

Kalium CCA (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	6	100.0	0.0	0.0	2.8	2.8	e*

Natrium CCA




Deviazione QUALAB : 6 %

Natrium CCA (mmol/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	5	100.0	0.0	0.0	127.0	1.2	e

Ferritin



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	215.15	14.5	e*
2 Cobas E / Elecsys	11	100.0	0.0	0.0	218.43	9.7	e
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	258.00	12.0	e*
4 Mira/DiaSys	5	60.0	0.0	40.0	179.00	7.5	e*
5 Mini Vidas	4	75.0	0.0	25.0	219.05	8.1	e*
6 Eurolyser	24	95.8	0.0	4.2	165.29	9.5	e

Vitamin B12




Deviazione QUALAB : 20 %

Vitamin B12 (pmol/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	5	100.0	0.0	0.0	387.00	3.3	e
2 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	391.00	3.8	e
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	403.52	3.5	e

Folat



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP	4	100.0	0.0	0.0	13.45	13.2	e*
2 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	16.72	4.1	e
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	21.50	5.6	e*

BNP




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Heart Check	4	50.0	50.0	0.0	2053.0	26.6	e*
2 Triage Meter	37	78.4	5.4	16.2	1775.8	14.0	e

G10 Quick WB

Quick / INR WB

Ospedale universitario Zurigo




INRatio partecipanti

Nell'ambito del controllo circolare G10 vengono confrontati gli INR dei partecipanti con quelli dell'ospedale universitario di Zurigo.

Nr.	metodo	totale	% conforme	% insuff.	% outlier
1	INRatio	66	84.85	12.12	3.03


Bilirubin totale Neo



Deviazione QUALAB : 18 %

Bilirubin totale Neo ($\mu\text{mol/l}$)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	12	100.0	0.0	0.0	213	6.4	e


Bilirubin direkt

Deviazione QUALAB : 18 %

Bilirubin direkt ($\mu\text{mol/l}$)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	12	100.0	0.0	0.0	100	9.4	e*

Bilirubin neonatal



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	6	100.0	0.0	0.0	287	5.5	e*
2 ABL700/800 Radiomete	4	100.0	0.0	0.0	271	1.8	e

CK-MB




Deviazione QUALAB : 30 %

CK-MB (U/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Fuji Dri-Chem	36	97.2	0.0	2.8	14.9	10.5	e

PSA




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	17.20	6.9	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	5	100.0	0.0	0.0	15.15	9.4	e*
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	17.95	4.0	e
4 Qualigen	4	100.0	0.0	0.0	25.85	9.3	e*

PSA frei




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	4.00	8.2	e*
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	4.02	3.2	e

CEA



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	24.0	4.0	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	42.6	3.6	e
3 Architect	4	100.0	0.0	0.0	43.5	5.2	e

CA 125




Deviazione QUALAB : 25 %

CA 125 (kIU/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	318.0	4.8	a

CA 15-3




Deviazione QUALAB : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	115.7	5.1	e

HCG qn




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	163	5.4	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	134	2.0	e
3 Vidas	4	100.0	0.0	0.0	69	5.9	e

pH OR



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	78	100.0	0.0	0.0	7.58	0.0	e
2 Radiometer NPT-7	8	100.0	0.0	0.0	7.61	0.1	e
3 ABL 90	19	100.0	0.0	0.0	7.59	0.1	e
4 ABL 80 / Coox	8	100.0	0.0	0.0	7.63	0.2	e
5 ABL 5	6	100.0	0.0	0.0	7.58	0.1	e

pCO2 OR




Deviazione QUALAB : 12 %

pCO2 OR (kPa)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	77	98.7	1.3	0.0	1.65	4.4	e
2 Radiometer NPT-7	8	100.0	0.0	0.0	1.73	7.3	e*
3 ABL 90	19	94.7	0.0	5.3	1.76	4.3	e
4 ABL 80 / Coox	8	100.0	0.0	0.0	1.62	5.3	e*
5 ABL 5	6	100.0	0.0	0.0	1.73	0.9	e

pO2 OR



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	73	95.9	4.1	0.0	10.02	6.1	e
2 Radiometer NPT-7	8	87.5	0.0	12.5	8.58	8.5	e*
3 ABL 90	19	89.5	0.0	10.5	7.46	2.9	e
4 ABL 80 / Coox	8	87.5	12.5	0.0	7.98	9.5	e*
5 ABL 5	6	83.3	16.7	0.0	8.32	7.5	e*

ctHb OR




Deviazione QUALAB : 9 %

ctHb OR (g/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	64	96.9	0.0	3.1	192.5	2.2	e
2 Radiometer NPT-7	6	83.3	0.0	16.7	293.5	0.9	e
3 ABL 90	18	100.0	0.0	0.0	193.0	1.0	e
4 ABL 80 / Coox	7	100.0	0.0	0.0	193.0	1.8	e

sO2 OR



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	52	100.0	0.0	0.0	70.329	0.1	e
2 Radiometer NPT-7	5	100.0	0.0	0.0	70.300	0.4	e
3 ABL 90	18	100.0	0.0	0.0	70.350	0.1	e
4 ABL 80 / Coox	7	100.0	0.0	0.0	70.400	0.3	e

FO2Hb OR




Deviazione QUALAB : 20 %

FO2Hb OR (%)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	48	100.0	0.0	0.0	48.502	0.3	e
2 Radiometer NPT-7	7	100.0	0.0	0.0	49.100	0.3	e
3 ABL 90	18	100.0	0.0	0.0	48.822	0.2	e
4 ABL 80 / Coox	8	100.0	0.0	0.0	48.750	0.2	e

FCOHb OR




Deviazione QUALAB : 20 %

FCOHb OR (%)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	49	100.0	0.0	0.0	20.977	0.9	e
2 Radiometer NPT-7	7	100.0	0.0	0.0	20.100	1.4	e
3 ABL 90	18	100.0	0.0	0.0	20.639	0.5	e
4 ABL 80 / Coox	8	100.0	0.0	0.0	20.800	1.7	e

FMetHb OR



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	50	100.0	0.0	0.0	10.094	1.2	e
2 Radiometer NPT-7	7	100.0	0.0	0.0	9.900	0.8	e
3 ABL 90	18	100.0	0.0	0.0	9.983	0.9	e
4 ABL 80 / Coox	8	100.0	0.0	0.0	10.000	0.4	e

FHbF OR




Deviazione QUALAB : 20 %

FHbF OR (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ABL 90	6	100.0	0.0	0.0	58.500	3.5	e

Bilirubin OR




Deviazione QUALAB : 18 %

Bilirubin OR (µmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	8	100.0	0.0	0.0	450.5	1.7	e
2 ABL 90	10	100.0	0.0	0.0	445.7	0.6	e

Kalium OR




Deviazione QUALAB : 6 %

Kalium OR (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	64	98.4	0.0	1.6	5.6	1.0	e
2 ABL 90	19	100.0	0.0	0.0	5.5	0.4	e
3 ABL 80 / Coox	5	100.0	0.0	0.0	5.0	1.0	e

Natrium OR




Deviazione QUALAB : 6 %

Natrium OR (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	63	96.8	0.0	3.2	127.9	0.7	e
2 ABL 90	19	100.0	0.0	0.0	128.1	0.2	e
3 ABL 80 / Coox	4	100.0	0.0	0.0	122.0	1.6	e*

Kalzium OR




Deviazione QUALAB : 12 %

Kalzium OR (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	64	98.4	1.6	0.0	0.45	4.1	e
2 ABL 90	19	100.0	0.0	0.0	0.46	1.0	e
3 ABL 80 / Coox	4	100.0	0.0	0.0	0.38	6.6	e*

Chlorid OR




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	54	98.1	0.0	1.9	66.94	2.1	e
2 ABL 90	19	100.0	0.0	0.0	65.42	1.9	e
3 ABL 80 / Coox	5	100.0	0.0	0.0	71.00	2.5	e*

Glucose OR




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	65	100.0	0.0	0.0	14.3	2.1	e
2 ABL 90	19	94.7	5.3	0.0	13.9	4.3	e

Laktat OR



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	67	100.0	0.0	0.0	10.53	3.5	e
2 ABL 90	19	89.4	5.3	5.3	10.38	3.9	e

BNP Plasma




Deviazione QUALAB : 27 %

BNP Plasma (ng/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	5	100.0	0.0	0.0	3239.0	5.9	e

NT-proBNP



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	5540.0	7.1	e
2 Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	2275.2	5.9	e

Cholesterin PTS




Deviazione QUALAB : 10 %

Cholesterin PTS (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 CardioChek	5	60.0	40.0	0.0	5.6	7.2	e*

Cholesterin HDL PTS




Deviazione QUALAB : 21 %

Cholesterin HDL PTS (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 CardioChek	5	100.0	0.0	0.0	2.6	1.8	e

Triglyceride PTS




Deviazione QUALAB : 20 %

Triglyceride PTS (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 CardioChek	5	100.0	0.0	0.0	3.22	10.2	e*

Albumin U




Deviazione QUALAB : 30 %

Albumin U (mg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Siemens Clinitek	12	50.0	0.0	50.0	34.1	2.1	a
2 Afinion	305	95.8	2.6	1.6	28.3	13.4	e
3 NycoCard	20	85.0	0.0	15.0	25.2	12.8	a
4 Turbidimetrie	13	100.0	0.0	0.0	32.8	6.5	e
5 DCA2000/Vantage	106	96.3	0.9	2.8	34.0	8.4	e

Kreatinin Urin




Deviazione QUALAB : 21 %

Kreatinin Urin (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 DCA2000/Vantage	106	97.2	0.0	2.8	6.6	4.0	e
2 Afinion	305	99.0	0.3	0.7	6.1	5.5	e
3 Chimica umida conv.	23	100.0	0.0	0.0	6.5	5.5	e
4 Siemens Clinitek	10	10.0	0.0	90.0	6.5	0.0	a

INR CCXS




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 CoaguChek XS	2307	94.6	4.7	0.7	4.0	8.4	a

INR HC




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Hemochron j.	24	91.7	0.0	8.3	4.5	5.9	e

Osmolalität




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cryoscopia	9	100.0	0.0	0.0	279	1.5	e

Procalcitonin




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	13	100.0	0.0	0.0	7.12	7.9	e
2 Mini Vidas	6	100.0	0.0	0.0	8.00	2.4	e

25-OH Vitamin D



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	44.6	10.4	e*

Digoxin




Deviazione QUALAB : 24 %

Digoxin (nmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 altro	10	100.0	0.0	0.0	2.77	10.1	e*


Valproat



Deviazione QUALAB : 24 %

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	578.5	4.4	e

Cystatin C




Deviazione QUALAB : 24 %

Cystatin C (mg/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	3.2	3.1	e

Troponin Triage




Deviazione QUALAB : 24 %

Troponin Triage (µg/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Triage Meter	33	75.7	6.1	18.2	4.04	14.9	e

D-Dimere Triage




Deviazione QUALAB : 21 %

D-Dimere Triage (ng/ml)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Triage Meter	33	63.6	21.2	15.2	238.00	17.4	e*

CK-MB Triage




Deviazione QUALAB : 40 %

CK-MB Triage (µg/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Triage Meter	19	100.0	0.0	0.0	9.2	14.9	e

Myoglobin Triage




Deviazione QUALAB : 30 %

Myoglobin Triage (µg/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Triage Meter	17	100.0	0.0	0.0	434.1	12.6	e

Alcol



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	5	100.0	0.0	0.0	8.7	6.7	e


Calprotectin



Deviazione QUALAB : 40 %

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Bühlmann	7	85.7	14.3	0.0	70	20.3	e*


Cholesterin gesamt Af / b101



Deviazione QUALAB : 10 % Cholesterin gesamt Af / b101 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	17	100.0	0.0	0.0	3.9	3.1	e
2 Afinion	212	99.5	0.5	0.0	4.0	3.7	e


Cholesterin HDL Af / b101



Deviazione QUALAB : 21 % Cholesterin HDL Af / b101 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	17	82.3	5.9	11.8	0.9	8.4	e
2 Afinion	213	93.0	0.0	7.0	0.8	4.5	e

Triglyceride Af / b101




Deviazione QUALAB : 20 %


Triglyceride Af / b101 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	18	100.0	0.0	0.0	1.37	5.2	e
2 Afinion	211	99.1	0.9	0.0	1.33	4.9	e

Tropnin I S



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Samsung LABGEO IB10	63	93.6	4.8	1.6	4.36	11.1	e


D Dimere qn S

Deviazione QUALAB : 21 %

D Dimere qn S (mg/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Samsung LABGEO IB10	76	93.5	2.6	3.9	1.26	8.3	e

NT-pro BNP S




Deviazione QUALAB : 27 %

NT-pro BNP S (ng/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Samsung LABGEO IB10	51	94.1	0.0	5.9	1550.8	8.6	e

INR MI



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 microINR	52	73.0	13.5	13.5	1.9	9.2	e

INR Eurolyser



Deviazione QUALAB : 15 %

INR Eurolyser ()

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	valore ideale	CV%	Typ
1 Eurolyser	7	100.0	0.0	0.0	1.0	9.4	e*