

Verein für
Association pour le
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle
contrôle de qualité médical
controllo di qualità medico

Rapporto del controllo circolare

2015 - 1

Campioni

Prima e durante la spedizione sono state controllate l'omogeneità e la stabilità di tutti i campioni e non sono state riscontrate irregolarità. I test sono stati condotti nei laboratori dell'ospedale universitario di Zurigo (<http://www.uzl.usz.ch/>).

I seguenti campioni sono stati prodotti appositamente per MQ in subappalto:

B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Ematologia parassitaria, K14 Marker tumorale.

Determinazione dei valori assegnati

Per ogni valore assegnato è indicato il tipo di procedura secondo ISO17043:2010, B2.1 (colonna "tipo"):

- a) Valori noti, derivati dalla formulazione del materiale
- b) Valori di riferimento certificati per campioni particolari
- c) Valori di riferimento, determinati da analisi
- d) Valori di consenso da laboratori partecipanti esperti
- e) Valori di consenso dai partecipanti

In gruppi con più di 9 partecipanti i valori assegnati vengono in genere determinati con il valore di consenso ("e"). Per garantire a tutti i partecipanti valori assegnati rappresentativi, in gruppi più piccoli possono essere adottate anche altre procedure.

Incertezza dei valori assegnati

L'incertezza standard (u_x) viene calcolata con la seguente formula (ISO13528):

$u_x = (\text{valore assegnato}/100) \cdot 1.25 / \text{radice quadrata del numero di partecipanti} \cdot \text{coeff. variazione (CV)\%}$

u_x ha la stessa unità di misura del valore assegnato

u_x è paragonabile alla deviazione standard (SD) del collettivo dei partecipanti (SD: $\text{valore assegnato} \cdot \text{CV}\%/100$)

Se il numero dei partecipanti è superiore a 18, l'incertezza standard è molto inferiore alla variabilità del collettivo e può essere ignorata


Tolleranze QUALAB e MQ

Per le analisi obbligatorie vengono utilizzate le tolleranze Qualab (www.qualab.ch, esterne Qualitätskontrolle). Per le analisi non obbligatorie le tolleranze vengono definite dal direttore dei controlli circolari MQ.

Se l'incertezza calcolata u_x del valore assegnato è superiore al 15% della tolleranza QUALAB o MQ, appare un asterisco accanto alla lettera che descrive la procedura di calcolo del valore assegnato (per esempio "e*"), per avvisare il partecipante che l'incertezza del valore assegnato può avere un'influenza sull'esito del controllo.

Rappresentazioni grafiche

I risultati sono rappresentati graficamente come segue:



Confronto degli strumenti

I dati in questa parte del rapporto consentono di paragonare l'efficienza dei vari strumenti. Non vanno però dimenticati i seguenti dettagli:


- Il campione di controllo K1 è un siero di controllo commerciale pronto per l'uso. Nonostante il campione sia di origine umana, non si può escludere l'insorgenza di effetti di matrice. Questi dipendono dallo strumento e portano a valori assegnati differenti.
- E' stato analizzato solo un campione. Poiché la distribuzione dei risultati dipende dalla natura del campione (effetto matrice) e dal valore stesso, i coefficienti di variazione determinati (in %) non hanno una validità generale.
- Gran parte dei valori anomali deriva da errori amministrativi (unità di misura sbagliata, scambio dei risultati) o da errori di manualità (campione sbagliato, non correttamente disciolto, non abbastanza mescolato) e non ha a che fare con lo strumento.

Zurigo, 30.3.2015

Dr. R. Fried
Direttore controlli circolari

Non è permesso pubblicare questo rapporto o alcuna sua parte senza il permesso scritto della nostra associazione. L'originale si trova nell'archivio su www.mqzh.ch

Emoglobina




Deviazione QUALAB : 9 %

Emoglobina (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	54	88.8	5.6	5.6	106.0	3.7	e
2 Cianometemoglobina	53	92.4	3.8	3.8	105.7	3.5	e
3 Sysmex XT/XE/XS	39	100.0	0.0	0.0	106.7	1.2	e
4 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	105.9	2.4	e
5 Reflotron	83	86.8	8.4	4.8	108.9	5.1	e
6 Hemocue	337	95.2	0.9	3.9	105.3	2.6	e
7 Dr. Lange	24	95.8	0.0	4.2	106.7	4.2	e
8 Hemocontrol	12	91.7	0.0	8.3	108.1	1.6	e
9 Eurolyser	5	100.0	0.0	0.0	107.0	3.6	e*
10 altro	6	83.3	16.7	0.0	111.0	5.9	e*

Emoglobina




Deviazione QUALAB : 9 %

Emoglobina (g/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	917	95.3	1.2	3.5	104	2.9	e
2 Microsemi	202	98.5	0.0	1.5	105	2.1	e
3 Sysmex KX21	446	97.1	0.4	2.5	106	1.9	e
4 Sysmex PochH - 100i	219	96.8	0.9	2.3	104	2.5	e
5 Sysmex XP 300	148	98.6	0.0	1.4	108	1.6	e
6 Mythic	244	95.9	0.8	3.3	101	3.6	e
7 Swelab	68	95.6	1.5	2.9	108	2.8	e
8 MS4	8	100.0	0.0	0.0	102	4.5	e*
9 Abacus Junior	12	100.0	0.0	0.0	108	3.0	e
10 Medonic	19	100.0	0.0	0.0	106	3.8	e
11 Nihon Kohden Celltac	34	97.1	0.0	2.9	104	2.9	e
12 Samsung HC10	42	97.6	0.0	2.4	104	3.0	e

Ematocrito




Deviazione QUALAB : 9 %

Ematocrito (H)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	47	70.2	21.3	8.5	0.30	6.8	e
2 Centrifuga	16	87.5	12.5	0.0	0.31	5.3	e*
3 Sysmex XT/XE/XS	38	100.0	0.0	0.0	0.30	2.1	e
4 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	0.28	3.5	e

Ematocrito




Deviazione QUALAB : 9 %

Ematocrito (H)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	918	91.2	3.9	4.9	0.28	4.2	e
2 Microsemi	201	98.0	1.0	1.0	0.28	2.5	e
3 Sysmex KX21	446	96.9	1.3	1.8	0.28	2.5	e
4 Sysmex PochH - 100i	219	95.4	0.9	3.7	0.30	2.9	e
5 Sysmex XP 300	144	98.6	0.0	1.4	0.28	1.7	e
6 Mythic	244	95.5	2.5	2.0	0.29	4.0	e
7 Swelab	68	92.7	2.9	4.4	0.29	3.8	e
8 MS4	8	75.0	25.0	0.0	0.28	6.6	e*
9 Abacus Junior	12	91.7	8.3	0.0	0.31	4.4	e*
10 Medonic	19	94.7	0.0	5.3	0.29	3.4	e
11 Nihon Kohden Celltac	34	97.1	0.0	2.9	0.29	2.7	e
12 Samsung HC10	42	97.6	0.0	2.4	0.31	3.1	e

Eritrociti




Deviazione QUALAB : 25 %

Eritrociti (T/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	46	97.8	2.2	0.0	3.45	6.9	e
2 Microscopio	9	100.0	0.0	0.0	3.20	13.9	e*
3 Sysmex XT/XE/XS	39	100.0	0.0	0.0	3.42	1.7	e
4 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	3.42	2.3	e

Eritrociti



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	918	97.6	0.7	1.7	3.3	5.1	e
2 Microsemi	204	98.5	1.5	0.0	3.3	4.7	e
3 Sysmex KX21	446	98.0	0.4	1.6	3.4	3.3	e
4 Sysmex Poch - 100i	219	97.7	0.5	1.8	3.5	3.4	e
5 Sysmex XP 300	147	98.6	0.7	0.7	3.4	2.8	e
6 Mythic	244	98.0	0.8	1.2	3.3	4.4	e
7 Swelab	68	98.5	1.5	0.0	3.4	4.8	e
8 MS4	8	100.0	0.0	0.0	3.4	5.0	e
9 Abacus Junior	12	100.0	0.0	0.0	3.6	4.3	e
10 Medonic	19	100.0	0.0	0.0	3.4	3.5	e
11 Samsung HC10	42	100.0	0.0	0.0	3.4	4.3	e
12 Nihon Kohden Celltac	34	97.1	2.9	0.0	3.5	7.1	e

Leucociti




Deviazione QUALAB : 25 %

Leucociti (G/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	42	95.2	2.4	2.4	5.96	8.9	e
2 Microscopio	62	87.1	4.8	8.1	5.29	14.7	e
3 Sysmex XT/XE/XS	39	100.0	0.0	0.0	6.00	3.0	e
4 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	5.78	7.0	e

Leucociti




Deviazione QUALAB : 25 %

Leucociti (G/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	918	98.9	0.7	0.4	5.46	5.5	e
2 Microsemi	204	99.5	0.5	0.0	5.59	4.3	e
3 Sysmex KX21	446	99.3	0.0	0.7	5.64	3.4	e
4 Sysmex PochH - 100i	219	98.2	0.0	1.8	5.69	4.1	e
5 Sysmex XP 300	148	99.3	0.0	0.7	5.87	3.6	e
6 Mythic	241	99.2	0.0	0.8	5.59	6.3	e
7 Nihon Kohden Celltac	34	100.0	0.0	0.0	5.82	4.5	e
8 Swelab	68	98.5	1.5	0.0	6.07	6.3	e
9 MS4	8	100.0	0.0	0.0	6.01	11.3	e*
10 Abacus Junior	12	100.0	0.0	0.0	7.03	7.6	e
11 Medonic	19	100.0	0.0	0.0	6.05	5.9	e
12 Samsung HC10	42	97.6	0.0	2.4	5.58	3.0	e

Trombociti




Deviazione QUALAB : 25 %

Trombociti (G/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	39	100.0	0.0	0.0	233.4	10.4	e
2 Microscopio	37	86.5	13.5	0.0	216.0	14.1	e
3 Sysmex XT/XE/XS	39	100.0	0.0	0.0	228.2	2.6	e
4 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	219.5	4.4	e
5 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	251.5	5.9	e

Trombociti




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	916	96.5	2.2	1.3	236.8	9.1	e
2 Microsemi	204	98.5	0.5	1.0	246.8	5.7	e
3 Sysmex KX21	446	98.9	0.0	1.1	234.1	4.0	e
4 Sysmex PochH - 100i	218	98.2	0.0	1.8	238.7	4.9	e
5 Sysmex XP 300	148	99.3	0.0	0.7	242.1	4.0	e
6 Mythic	244	95.9	2.9	1.2	217.9	11.0	e
7 Swelab	68	98.5	1.5	0.0	220.1	9.8	e
8 MS4	8	75.0	25.0	0.0	194.0	21.1	e*
9 Abacus Junior	12	100.0	0.0	0.0	267.7	7.1	e
10 Medonic	19	100.0	0.0	0.0	226.7	5.3	e
11 Nihon Kohden Celltac	34	97.1	2.9	0.0	243.9	9.0	e
12 Samsung HC10	42	100.0	0.0	0.0	231.1	8.2	e

CRP



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Afinion	1144	99.4	0.5	0.1	44.7	7.8	e
2 NycoCard SingleTest-	494	80.4	7.7	11.9	49.4	11.7	e
3 Abx Micros	152	93.5	3.9	2.6	45.1	9.3	e
4 ABX Micros CRP200	341	95.3	3.8	0.9	44.0	9.9	e
5 Quick Read go	73	98.6	0.0	1.4	48.0	7.2	e
6 Turbidimetrie	40	100.0	0.0	0.0	44.5	7.1	e
7 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	44.5	5.9	e
8 Fuji Dri-Chem	22	91.0	4.5	4.5	47.3	12.6	e*
9 Eurolyser	117	70.9	7.7	21.4	40.8	12.6	e
10 AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	50.5	9.9	e*
11 Spotchem D-Concept	7	100.0	0.0	0.0	46.9	2.9	e
12 altro	4	100.0	0.0	0.0	42.8	5.9	e*

CRP




Deviazione QUALAB : 21 %

CRP (mg/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 QuickRead (sangue)	192	94.8	2.1	3.1	76.0	6.5	e

CRP emi




Deviazione QUALAB : 21 %

CRP emi (mg/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Microsemi	200	96.5	3.0	0.5	45.0	9.1	e

IgG



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Turbidimetrie	10	100.0	0.0	0.0	10.3	4.8	e
2 Nephelometrie	7	100.0	0.0	0.0	10.8	6.4	e


IgA



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Turbidimetrie	11	100.0	0.0	0.0	1.9	3.4	e
2 Nephelometrie	7	100.0	0.0	0.0	2.1	5.9	e


I2 Proteine plasmatiche

IgM




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Turbidimetrie	4	100.0	0.0	0.0	1.0	2.2	e
2 Nephelometrie	7	100.0	0.0	0.0	1.1	7.4	e
3 Cobas Integra 800/40	6	100.0	0.0	0.0	1.0	2.4	e

IgE



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	9	88.9	0.0	11.1	99	8.7	e*

Alpha-1-Antitrypsine




Deviazione QUALAB : 25 %

Alpha-1-Antitrypsine (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	1.12	11.3	e*


Anti-Stroptolysin-Anticorpi



Deviazione QUALAB : 25 % Anti-Stroptolysin-Anticorpi (kIU/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	10	100.0	0.0	0.0	114	8.1	e

Complément C3




Deviazione QUALAB : 25 %

Complément C3 (g/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	12	100.0	0.0	0.0	1.33	8.4	e

Complément C4




Deviazione QUALAB : 25 %

Complément C4 (g/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	11	100.0	0.0	0.0	0.26	6.9	e

Aptoglobina




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	13	100.0	0.0	0.0	1.13	4.5	e

Transferrina




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	14	100.0	0.0	0.0	2.12	3.2	e

Präalbumin




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	8	100.0	0.0	0.0	177.0	3.8	e

Albumina




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	14	100.0	0.0	0.0	34	5.9	e*
2 Cobas	14	100.0	0.0	0.0	36	3.0	e
3 Fuji Dri-Chem	165	98.8	0.0	1.2	42	3.7	e
4 Spotchem/Ready	45	93.4	2.2	4.4	35	4.8	e
5 Spotchem D-Concept	64	95.3	1.6	3.1	44	5.7	e
6 Piccolo	27	100.0	0.0	0.0	38	2.5	e
7 Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	34	5.1	e*
8 Hitachi S40/M40	8	100.0	0.0	0.0	35	3.3	e

Fosfatasi alcalina




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC/SGKC/SFBC 37°C	9	88.9	11.1	0.0	172	7.3	e*
2 Cobas	19	100.0	0.0	0.0	161	5.4	e
3 Reflotron	707	97.4	0.8	1.8	179	6.0	e
4 Fuji Dri-Chem	640	98.3	0.3	1.4	169	4.7	e
5 Spotchem/Ready	127	92.9	5.5	1.6	188	8.4	e
6 Spotchem D-Concept	118	98.4	0.8	0.8	169	6.4	e
7 Hitachi S40/M40	12	100.0	0.0	0.0	137	5.2	e
8 Olympus	5	100.0	0.0	0.0	207	2.4	e
9 Piccolo	26	100.0	0.0	0.0	179	3.8	e
10 Abx Mira	21	95.2	0.0	4.8	171	6.2	e

Amilasi



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC EPS liquid 37°C	10	100.0	0.0	0.0	162	5.9	e
2 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	155	1.0	e
3 Reflotron	191	98.0	1.0	1.0	177	5.6	e
4 Fuji Dri-Chem	476	99.0	0.2	0.8	146	3.7	e
5 Spotchem/Ready	83	90.4	7.2	2.4	182	9.0	e
6 Spotchem D-Concept	88	100.0	0.0	0.0	188	5.6	e
7 Piccolo	25	100.0	0.0	0.0	138	2.2	e
8 Abx Mira	9	100.0	0.0	0.0	140	5.0	e
9 Hitachi S40/M40	7	100.0	0.0	0.0	175	5.4	e

Amilasi pancreatica




Deviazione QUALAB : 18 %

Amilasi pancreatica (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC EPS liquid 37°C	18	94.4	0.0	5.6	128	6.0	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	128	5.1	e
3 Reflotron	462	98.0	0.9	1.1	149	5.9	e

Bilirubina totale




Deviazione QUALAB : 18 %

Bilirubina totale (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	12	100.0	0.0	0.0	60.7	4.7	e
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	56.9	4.6	e
3 Reflotron	521	96.8	1.3	1.9	53.8	6.0	e
4 Fuji Dri-Chem	481	98.4	0.4	1.2	57.3	4.3	e
5 Spotchem/Ready	100	95.0	2.0	3.0	60.1	6.0	e
6 Spotchem D-Concept	95	96.8	0.0	3.2	47.0	4.0	e
7 Beckman/Olympus	5	100.0	0.0	0.0	65.2	2.7	e
8 Piccolo	24	95.8	4.2	0.0	59.9	6.4	e
9 Abx Mira	20	95.0	0.0	5.0	61.5	6.5	e
10 Hitachi S40/M40	11	100.0	0.0	0.0	65.9	4.1	e

Bilirubina diretto




Deviazione QUALAB : 18 %

Bilirubina diretto (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Fuji Dri-Chem	30	96.7	0.0	3.3	33.2	5.3	e

Calcio




Deviazione QUALAB : 12 %

Calcio (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	17	100.0	0.0	0.0	2.51	2.2	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	2.56	2.0	e
3 Fuji Dri-Chem	341	98.2	0.0	1.8	2.63	4.1	e
4 Spotchem/Ready	49	96.0	2.0	2.0	2.41	5.2	e
5 Spotchem D-Concept	62	88.7	9.7	1.6	2.07	7.1	e
6 Piccolo	25	100.0	0.0	0.0	2.51	1.6	e
7 Abx Mira	14	100.0	0.0	0.0	2.49	3.0	e
8 Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	2.48	5.3	e*

Cloruri



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	14	92.9	7.1	0.0	99	2.9	e*
2 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	96	2.6	e*
3 Fuji Dri-Chem	560	95.9	2.1	2.0	104	2.4	e
4 Spotchem D-Concept	107	92.5	1.9	5.6	107	2.4	e
5 Spotchem EL-SE 1520	116	93.2	3.4	3.4	111	3.1	e
6 Piccolo	16	93.7	0.0	6.3	97	2.8	e
7 iStat Chem8	4	100.0	0.0	0.0	103	1.3	e

Colesterolo




Deviazione QUALAB : 10 %

Colesterolo (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	18	100.0	0.0	0.0	4.9	3.8	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	4.8	3.8	e
3 Reflotron	831	97.2	2.0	0.8	4.6	4.1	e
4 Fuji Dri-Chem	662	99.0	0.5	0.5	4.8	3.3	e
5 Spotchem/Ready	151	92.8	4.6	2.6	4.8	4.7	e
6 Spotchem D-Concept	122	95.9	3.3	0.8	4.7	4.1	e
7 Piccolo	22	100.0	0.0	0.0	4.9	1.5	e
8 Cholestech LDX	191	95.9	3.1	1.0	4.7	4.5	e
9 Abx Mira	21	95.2	4.8	0.0	4.8	3.7	e
10 Hitachi S40/M40	12	100.0	0.0	0.0	4.8	2.3	e

Colesterolo HDL




Deviazione QUALAB : 21 %

Colesterolo HDL (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 umida, diretto	16	93.7	0.0	6.3	1.28	5.5	e
2 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	1.05	5.3	e
3 Reflotron	626	93.4	3.7	2.9	1.13	9.7	e
4 Fuji Dri-Chem	622	99.1	0.3	0.6	1.32	3.7	e
5 Spotchem/Ready	137	94.1	1.5	4.4	0.94	8.0	e
6 Spotchem D-Concept	121	93.4	4.1	2.5	1.01	10.1	e
7 Piccolo	22	100.0	0.0	0.0	1.19	7.0	e
8 Cholestech LDX	191	95.3	2.1	2.6	1.29	7.8	e
9 Abx Mira	20	100.0	0.0	0.0	1.28	5.4	e
10 Hitachi S40/M40	11	81.8	9.1	9.1	1.32	8.7	e*

Creatina chinasi




Deviazione QUALAB : 18 %

Creatina chinasi (U/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC/SGKC/SFBC 37°C	17	100.0	0.0	0.0	311	5.0	e
2 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	325	4.1	e
3 Reflotron	430	94.1	4.0	1.9	293	8.7	e
4 Fuji Dri-Chem	410	99.5	0.5	0.0	327	4.0	e
5 Spotchem/Ready	59	84.7	6.8	8.5	275	9.8	e
6 Spotchem D-Concept	74	97.2	1.4	1.4	316	6.3	e
7 Piccolo	7	100.0	0.0	0.0	335	2.9	e
8 Abx Mira	17	94.1	5.9	0.0	307	5.6	e
9 Hitachi S40/M40	6	100.0	0.0	0.0	272	5.1	e

Ferro



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	8	100.0	0.0	0.0	28	6.1	e
2 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	28	2.3	e
3 Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	27	4.0	e

Gamma-GT




Deviazione QUALAB : 18 %

Gamma-GT (U/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC/SGKC/SFBC 37°C	6	100.0	0.0	0.0	81	4.1	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	82	6.4	e
3 Reflotron	919	98.5	1.2	0.3	109	6.1	e
4 Fuji Dri-Chem	695	99.3	0.3	0.4	110	4.6	e
5 Spotchem/Ready	155	96.8	1.9	1.3	95	7.7	e
6 Spotchem D-Concept	134	97.8	1.5	0.7	100	7.0	e
7 Metodo standard, 37'	10	100.0	0.0	0.0	84	7.1	e*
8 Piccolo	28	100.0	0.0	0.0	76	4.1	e
9 Abx Mira	22	95.5	4.5	0.0	83	5.3	e
10 Hitachi S40/M40	14	92.9	0.0	7.1	93	2.7	e

Glucosio




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	25	92.0	4.0	4.0	9.5	4.9	e
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	9.8	2.9	e
3 Reflotron	941	93.7	3.6	2.7	9.5	4.8	e
4 Fuji Dri-Chem	656	99.2	0.6	0.2	9.0	2.1	e
5 Spotchem/Ready	141	92.2	3.5	4.3	9.8	4.4	e
6 Spotchem D-Concept	125	99.2	0.0	0.8	9.4	4.2	e
7 Piccolo	31	100.0	0.0	0.0	9.6	2.0	e
8 Cholestech LDX	155	84.5	10.3	5.2	9.0	5.9	e
9 Abx Mira	22	100.0	0.0	0.0	9.6	4.0	e
10 Lange	5	100.0	0.0	0.0	8.8	3.1	e*
11 Hitachi S40/M40	15	86.7	13.3	0.0	9.7	5.3	e*
12 iStat Chem8	4	100.0	0.0	0.0	9.0	1.3	e

Glucosio




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Accu-Chek Aviva	380	98.9	0.3	0.8	10.1	3.1	e
2 Accu-Chek Inform 2	229	97.8	1.3	0.9	10.1	3.5	e
3 Accu-Chek Mobile	5	100.0	0.0	0.0	11.1	5.9	e*
4 Bayer Contour 2 (5s)	66	92.5	3.0	4.5	7.7	4.4	e
5 Bayer Contour XT/NEX	1103	95.6	3.0	1.4	10.2	4.3	e
6 Bayer Breeze 2	19	94.7	5.3	0.0	16.2	5.5	e*
7 Glucocard	10	90.0	0.0	10.0	14.7	4.3	e*
8 Omnitest	11	90.9	9.1	0.0	17.3	5.1	e*
9 Hemocue 201+ P-equiv	79	97.4	1.3	1.3	10.9	4.0	e
10 Hemocue 201RT P-equi	33	90.9	3.0	6.1	10.8	2.8	e
11 Freestyle precision/	4	75.0	25.0	0.0	10.4	6.0	e*
12 Freestyle Freedom li	11	100.0	0.0	0.0	10.6	5.0	e*

Glucosio



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Bayer Elite	10	80.0	10.0	10.0	10.9	6.2	e*
2 Hemocue 201+ (alt)	59	98.3	1.7	0.0	10.4	4.7	e
3 mylife Pura	53	100.0	0.0	0.0	11.5	2.4	e
4 AccuChek Sensor	7	100.0	0.0	0.0	10.2	3.4	e*
5 OneTouch Ultra	25	76.0	0.0	24.0	13.5	4.0	e
6 OneTouch Verio	4	100.0	0.0	0.0	9.7	1.9	e
7 AccuChek Compact	6	100.0	0.0	0.0	10.5	3.0	e*
8 Bayer Contour (15s)	89	88.8	5.6	5.6	12.5	5.0	e
9 Healthpro	15	100.0	0.0	0.0	16.3	4.3	e
10 Sanofi BG Star	7	100.0	0.0	0.0	13.5	2.2	e
11 Mylife UNIO	4	75.0	0.0	25.0	10.7	0.5	e

Acido urico




Deviazione QUALAB : 12 %

Acido urico (µmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	18	94.4	0.0	5.6	382	4.1	e
2 Cobas	14	100.0	0.0	0.0	375	2.5	e
3 Reflotron	817	97.2	1.2	1.6	402	4.2	e
4 Fuji Dri-Chem	655	99.5	0.0	0.5	408	2.1	e
5 Spotchem/Ready	129	94.6	2.3	3.1	354	4.8	e
6 Spotchem D-Concept	119	100.0	0.0	0.0	376	4.0	e
7 Piccolo	23	95.7	4.3	0.0	319	6.1	e
8 Abx Mira	20	100.0	0.0	0.0	364	3.6	e
9 Hitachi S40/M40	13	92.3	0.0	7.7	378	3.2	e

Urea




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	16	100.0	0.0	0.0	15.3	4.2	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	14.9	4.0	e
3 Reflotron	357	96.6	1.7	1.7	15.7	6.3	e
4 Fuji Dri-Chem	411	99.0	0.0	1.0	15.4	2.2	e
5 Spotchem/Ready	89	79.8	10.1	10.1	13.4	8.8	e
6 Spotchem D-Concept	77	80.5	10.4	9.1	14.5	9.3	e
7 Piccolo	29	100.0	0.0	0.0	14.8	2.8	e
8 Abx Mira	11	100.0	0.0	0.0	14.9	4.4	e
9 Hitachi S40/M40	9	88.9	0.0	11.1	14.5	2.7	e
10 iStat Chem8	6	83.3	0.0	16.7	18.6	2.9	e

Potassio




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	26	96.2	0.0	3.8	4.60	1.8	e
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	4.67	1.9	e
3 Reflotron	850	92.7	5.3	2.0	4.87	3.1	e
4 Fuji Dri-Chem	689	95.2	3.2	1.6	4.59	2.2	e
5 Spotchem D-Concept	120	97.5	0.8	1.7	4.40	1.9	e
6 Spotchem EL-SE 1520	121	92.5	5.8	1.7	4.34	2.9	e
7 Piccolo	17	70.6	17.6	11.8	4.76	4.5	e*
8 Abx Mira	7	71.4	14.3	14.3	4.53	3.3	e*
9 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	4.50	1.2	e

Creatinina



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	7	100.0	0.0	0.0	259	1.5	e
2 Cobas	19	100.0	0.0	0.0	246	4.5	e
3 Reflotron	1025	98.2	0.7	1.1	297	5.8	e
4 Fuji Dri-Chem	725	98.5	0.7	0.8	251	4.9	e
5 Jaffé	8	100.0	0.0	0.0	256	5.0	e
6 Enzymatisch	4	100.0	0.0	0.0	258	1.6	e
7 Piccolo	29	100.0	0.0	0.0	250	5.0	e
8 Abx Mira	22	100.0	0.0	0.0	253	5.9	e
9 Hitachi S40/M40	14	92.9	0.0	7.1	253	2.8	e

Creatinina E




Deviazione QUALAB : 18 %

Creatinina E (µmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Statsensor i / Nova	26	92.3	7.7	0.0	462	11.7	e*
2 iStat Chem8	7	100.0	0.0	0.0	279	1.3	e
3 ABL700/800 Radiomete	10	100.0	0.0	0.0	272	3.2	e

eGFR




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CKD-EPI	739	95.6	1.4	3.0	29	12.7	a
2 Cockcroft-Gault	46	89.2	6.5	4.3	33	16.7	a
3 MDRD	19	79.0	10.5	10.5	28	21.0	a

LDH




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	18	100.0	0.0	0.0	222	5.2	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	450	1.1	e
3 Fuji Dri-Chem	143	97.2	0.7	2.1	193	5.1	e
4 Spotchem/Ready	36	91.7	0.0	8.3	170	7.0	e
5 Spotchem D-Concept	35	94.3	5.7	0.0	172	10.5	e
6 Abx Mira	12	100.0	0.0	0.0	221	7.4	e

Magnesio



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	13	92.3	0.0	7.7	1.08	4.1	e
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	1.10	2.8	e
3 Fuji Dri-Chem	111	98.2	0.0	1.8	1.14	4.3	e
4 Spotchem D-Concept	22	100.0	0.0	0.0	0.90	5.5	e
5 Spotchem/Ready	16	100.0	0.0	0.0	0.92	4.1	e
6 Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	1.08	2.7	e

Sodio




Deviazione QUALAB : 6 %

Sodio (mmol/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	25	92.0	0.0	8.0	144	1.8	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	143	1.4	e
3 Fuji Dri-Chem	640	97.2	1.7	1.1	145	1.8	e
4 Spotchem D-Concept	116	98.3	1.7	0.0	139	1.7	e
5 Spotchem EL-SE 1520	121	97.5	0.8	1.7	139	2.1	e
6 Piccolo	18	100.0	0.0	0.0	140	1.7	e
7 Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	146	2.4	e*
8 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	143	0.3	e

Fosfati




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	11	100.0	0.0	0.0	1.5	3.3	e
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	1.5	4.3	e
3 Fuji Dri-Chem	72	98.6	1.4	0.0	1.6	3.5	e
4 Spotchem D-Concept	15	100.0	0.0	0.0	1.7	5.1	e
5 Spotchem/Ready	6	100.0	0.0	0.0	1.4	2.8	e
6 Piccolo	7	100.0	0.0	0.0	1.8	2.7	e
7 Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	1.6	3.7	e

Proteine totali



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	15	100.0	0.0	0.0	56.0	3.3	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	54.7	2.1	e
3 Fuji Dri-Chem	175	98.9	0.0	1.1	52.9	2.6	e
4 Spotchem/Ready	40	90.0	10.0	0.0	55.8	7.5	e
5 Spotchem D-Concept	57	82.4	8.8	8.8	58.3	6.6	e
6 Piccolo	22	100.0	0.0	0.0	57.3	1.7	e
7 Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	58.3	3.4	e
8 Hitachi S40/M40	5	100.0	0.0	0.0	58.0	4.2	e*

Transaminasi GOT/AST




Deviazione QUALAB : 18 %

Transaminasi GOT/AST (U/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC con Pyridox 37'	14	100.0	0.0	0.0	134	3.6	e
2 Cobas	18	94.4	0.0	5.6	129	3.6	e
3 Reflotron	933	97.2	1.4	1.4	167	6.6	e
4 Fuji Dri-Chem	693	99.7	0.0	0.3	127	2.8	e
5 Spotchem/Ready	163	97.0	1.8	1.2	117	5.8	e
6 Spotchem D-Concept	128	100.0	0.0	0.0	130	5.4	e
7 IFCC senza Pyridox 3	5	100.0	0.0	0.0	134	1.5	e
8 Piccolo	29	100.0	0.0	0.0	126	2.9	e
9 Abx Mira	22	100.0	0.0	0.0	131	5.7	e
10 Hitachi S40/M40	16	87.5	0.0	12.5	134	2.2	e

Transaminasi GPT/ALT



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC con Pyridox 37'	15	100.0	0.0	0.0	98	4.0	e
2 Cobas	19	94.7	0.0	5.3	93	3.1	e
3 Reflotron	964	98.1	1.0	0.9	90	5.0	e
4 Fuji Dri-Chem	711	98.7	0.7	0.6	92	4.1	e
5 Spotchem/Ready	165	96.4	1.2	2.4	76	5.8	e
6 Spotchem D-Concept	133	98.4	0.8	0.8	68	6.1	e
7 Piccolo	30	96.7	0.0	3.3	85	3.1	e
8 Abx Mira	22	95.5	4.5	0.0	94	7.0	e
9 Hitachi S40/M40	15	86.7	0.0	13.3	97	3.5	e

Trigliceridi




Deviazione QUALAB : 20 %

Trigliceridi (mmol/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	20	100.0	0.0	0.0	1.73	6.3	e
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	1.66	4.8	e
3 Reflotron	725	95.6	2.5	1.9	1.74	7.9	e
4 Fuji Dri-Chem	643	99.0	0.2	0.8	1.73	3.3	e
5 Spotchem/Ready	144	99.3	0.0	0.7	1.54	4.8	e
6 Spotchem D-Concept	121	98.3	0.0	1.7	1.71	4.6	e
7 Hitachi S40/M40	11	81.8	0.0	18.2	1.64	3.7	e
8 Piccolo	20	100.0	0.0	0.0	1.88	3.0	e
9 Cholestech LDX	191	99.0	0.0	1.0	1.73	5.5	e
10 Abx Mira	20	100.0	0.0	0.0	1.66	3.6	e

Fructosamina




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Spotchem/Ready	4	100.0	0.0	0.0	237	7.5	e*

Bicarbonat



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	22	4.7	e*

LDL Cholesterin




Deviazione QUALAB : 25 %

LDL Cholesterin (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Mira	10	100.0	0.0	0.0	2.7	6.0	e
2 Chimica umida	7	100.0	0.0	0.0	2.9	10.1	e*
3 Roche, Cobas	5	100.0	0.0	0.0	3.0	1.4	e
4 Hitachi S40/M40	5	80.0	0.0	20.0	2.5	3.9	e

Litio




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	14	100.0	0.0	0.0	1.17	5.3	e

Laktat




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	7	100.0	0.0	0.0	3.67	4.6	e

Lipasi



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Mira	6	83.3	16.7	0.0	41.5	11.2	e*
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	46.0	2.5	e
3 Beckman/Olympus	4	100.0	0.0	0.0	47.0	4.8	e*
4 Chimica umida	8	100.0	0.0	0.0	44.3	4.8	e
5 Fuji Dri-Chem	47	95.7	0.0	4.3	57.4	3.7	e

Creatinina SP




Deviazione QUALAB : 18 %

Creatinina SP (µmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Spotchem/Ready	159	84.9	10.7	4.4	92	11.3	e
2 Spotchem D-Concept	130	93.1	4.6	2.3	81	8.3	e

eGFR (Spotchem)



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CKD-EPI	91	91.2	0.0	8.8	119	11.0	a
2 Cockcroft-Gault	6	83.3	0.0	16.7	129	15.5	a
3 MDRD	4	75.0	0.0	25.0	108	16.6	a

HbA1c campione A




Deviazione QUALAB : 9 %

HbA1c campione A (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	25	100.0	0.0	0.0	5.5	2.4	e
2 Afinion	610	99.5	0.2	0.3	5.7	2.8	e
3 Eurolyser	12	100.0	0.0	0.0	5.5	3.8	e*
4 Hemocue HbA1c 501	10	70.0	20.0	10.0	5.6	6.9	e*
5 NycoCard	108	86.1	6.5	7.4	5.8	5.5	e
6 DCA2000/Vantage	224	99.2	0.4	0.4	5.5	2.8	e
7 Andere	10	100.0	0.0	0.0	5.6	4.0	e*
8 HPLC	6	83.3	16.7	0.0	5.6	5.4	e*
9 Roche, Cobas	20	90.0	5.0	5.0	5.6	4.3	e


HbA1c campione B



Deviazione QUALAB : 9 %


HbA1c campione B (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	21	100.0	0.0	0.0	5.8	2.9	e
2 Afinion	556	98.9	0.7	0.4	5.9	2.9	e
3 Eurolyser	10	100.0	0.0	0.0	5.7	3.5	e*
4 A1c Now	5	80.0	20.0	0.0	5.9	7.6	e*
5 Hemocue HbA1c 501	11	81.8	0.0	18.2	5.9	4.8	e*
6 NycoCard	116	76.8	10.3	12.9	5.9	5.5	e
7 DCA2000/Vantage	192	98.5	0.5	1.0	5.7	2.9	e
8 Andere	7	100.0	0.0	0.0	5.6	4.1	e*
9 Roche, Cobas	15	100.0	0.0	0.0	5.7	3.3	e

pCO₂


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	17	100.0	0.0	0.0	5.77	3.2	e
2 iStat	37	100.0	0.0	0.0	4.98	3.4	e
3 EPOC	22	81.8	9.1	9.1	5.04	7.4	e

pO2



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	14	100.0	0.0	0.0	15.49	5.5	e
2 iStat	36	86.1	11.1	2.8	15.07	7.8	e
3 EPOC	22	81.9	4.5	13.6	14.20	7.2	e

pH




Deviazione QUALAB : 1 %

pH ()


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	16	100.0	0.0	0.0	7.40	0.2	e
2 iStat	37	100.0	0.0	0.0	7.43	0.1	e
3 EPOC	22	95.5	4.5	0.0	7.39	0.3	e

Glucosio GS



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	5	60.0	40.0	0.0	5.6	9.5	e*
2 iStat	13	100.0	0.0	0.0	5.4	1.8	e
3 EPOC	16	100.0	0.0	0.0	5.6	2.8	e

Potassio BG




Deviazione QUALAB : 6 %

Potassio BG (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	15	100.0	0.0	0.0	3.8	1.0	e
2 iStat	20	100.0	0.0	0.0	3.8	1.3	e
3 EPOC	20	100.0	0.0	0.0	3.7	1.4	e

Sodio BG




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	16	100.0	0.0	0.0	139.6	1.9	e
2 iStat	20	100.0	0.0	0.0	143.8	0.5	e
3 EPOC	19	100.0	0.0	0.0	138.2	1.0	e

Cloruro-BG



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	6	100.0	0.0	0.0	97.1	2.4	e*

Calcium-BG




Deviazione QUALAB : 12 %

Calcium-BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	11	90.9	0.0	9.1	0.51	6.7	e*
2 iStat	12	100.0	0.0	0.0	0.47	1.1	e
3 EPOC	20	95.0	0.0	5.0	0.47	3.0	e

Lattato-BG




Deviazione QUALAB : 10 %

Lattato-BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	5	60.0	40.0	0.0	1.90	6.8	e*
2 EPOC	20	95.0	5.0	0.0	1.62	4.9	e
3 iStat	7	100.0	0.0	0.0	1.63	2.2	e

Calcio - urine




Deviazione QUALAB : 12 %

Calcio - urine (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	13	100.0	0.0	0.0	2.11	2.5	e

Cloro - urine




Deviazione QUALAB : 6 %

Cloro - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	4	100.0	0.0	0.0	127	1.5	e*
2 ISE diretto	5	100.0	0.0	0.0	138	1.9	a

Glucosio - urine




Deviazione QUALAB : 10 %

Glucosio - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	12	100.0	0.0	0.0	6.6	3.0	e

Magnesio - urine




Deviazione QUALAB : 12 %

Magnesio - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	8	100.0	0.0	0.0	2.9	4.6	e*

Osmolalità - urine




Deviazione QUALAB : 10 %

Osmolalità - urine (mosm/kg)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cryoscopia	6	100.0	0.0	0.0	565	0.3	e

Fosforo - urine




Deviazione QUALAB : 15 %

Fosforo - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	14	100.0	0.0	0.0	10.8	4.3	e


Potassio - urine



Deviazione QUALAB : 15 % Potassio - urine (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	18	100.0	0.0	0.0	45	3.2	e

Proteina - urina




Deviazione QUALAB : 20 %

Proteina - urina (mg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas/Roche	12	100.0	0.0	0.0	286.6	6.2	e
2 altro	4	100.0	0.0	0.0	347.5	11.1	e*

Sodio - urine




Deviazione QUALAB : 15 %

Sodio - urine (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	17	100.0	0.0	0.0	110	1.8	e

Urea - urine




Deviazione QUALAB : 15 %

Urea - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	14	100.0	0.0	0.0	189	4.9	e

Acido urico - urine




Deviazione QUALAB : 15 %

Acido urico - urine (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	13	100.0	0.0	0.0	0.79	5.8	e

Peso Specifico - urine




Deviazione QUALAB : 5 %

Peso Specifico - urine ()


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Refraktometer	6	100.0	0.0	0.0	1.017	0.2	a

Quick OA




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Thromborel S	4	75.0	25.0	0.0	1.62	12.4	e*
2 Neoplastin Plus	5	100.0	0.0	0.0	2.01	4.2	e*
3 Innovin	16	93.7	0.0	6.3	1.63	2.8	e
4 Recombiplastin IL	5	100.0	0.0	0.0	1.68	4.5	e*
5 altro	5	80.0	20.0	0.0	1.70	11.0	e*
6 Neoplastin R	9	100.0	0.0	0.0	1.70	5.5	e*

Fibrinogeno OA




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 altro	11	90.9	9.1	0.0	0.99	10.2	e*
2 Siemens Thrombin	4	100.0	0.0	0.0	1.01	8.2	e*
3 Stago/STA	7	100.0	0.0	0.0	1.10	4.9	e*

aPTT OA




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 altro	15	100.0	0.0	0.0	44.1	9.5	e
2 Actin FS	8	75.0	25.0	0.0	42.8	14.6	e*
3 Stago/STA	6	100.0	0.0	0.0	49.6	4.0	e

Quick N




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Neoplastin R	6	100.0	0.0	0.0	96	1.1	e
2 Innovin	9	100.0	0.0	0.0	96	5.3	e
3 tutti	5	100.0	0.0	0.0	100	4.2	e*
4 Recombiplastin IL	6	100.0	0.0	0.0	100	0.0	e

Fibrinogen N




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Siemens Thrombin	4	100.0	0.0	0.0	2.32	6.5	e*
2 altro	12	100.0	0.0	0.0	2.40	7.1	e*
3 Stago/STA	8	100.0	0.0	0.0	2.70	3.8	e

aPTT N




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Actin FS	9	100.0	0.0	0.0	27.0	6.3	e
2 altro	13	100.0	0.0	0.0	27.0	8.7	e
3 Stago/STA	6	100.0	0.0	0.0	32.3	5.0	e

Quick H




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Neoplastin R	6	100.0	0.0	0.0	97	1.5	e
2 Innovin	8	100.0	0.0	0.0	92	6.6	e*
3 Recombiplastin IL	5	100.0	0.0	0.0	100	0.9	e

Fibrinogen H




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Siemens Thrombin	4	75.0	0.0	25.0	2.97	6.5	e*
2 altro	10	100.0	0.0	0.0	3.11	5.4	e
3 Stago/STA	6	100.0	0.0	0.0	3.31	3.0	e

aPTT H




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Actin FS	7	100.0	0.0	0.0	60.8	9.5	e*
2 altro	10	80.0	20.0	0.0	72.9	16.9	e*
3 Stago/STA	4	100.0	0.0	0.0	86.1	18.5	e*

Troponina I




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Vidas	6	100.0	0.0	0.0	15.6	5.7	e
2 AQT 90 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	0.7	6.4	e
3 ADVIA Centaur XP/CP	6	100.0	0.0	0.0	4.4	12.1	e*
4 Eurolyser	11	45.4	9.1	45.5	3.0	18.8	e*

Troponina T



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas hs	5	100.0	0.0	0.0	1.99	12.1	e*
2 Cobas hs STAT	5	100.0	0.0	0.0	2.02	1.0	e

Mioglobina




Deviazione QUALAB : 30 %

Mioglobina (µg/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	350.5	3.8	e

D-Dimeri



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas (Zitratplasma)	4	100.0	0.0	0.0	1.50	1.8	e
2 STA Liatest	7	100.0	0.0	0.0	1.47	4.1	e
3 Eurolyser	20	85.0	0.0	15.0	0.68	10.3	e
4 ACL	4	100.0	0.0	0.0	2.21	5.1	e*
5 AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	0.84	7.1	e*
6 Vidas	10	100.0	0.0	0.0	1.48	8.6	e*

D-Dimeri NC




Deviazione QUALAB : 21 %

D-Dimeri NC (mg/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 NycoCard	50	62.0	0.0	38.0	0.50	14.9	e

TSH




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	12.0	3.0	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	5	100.0	0.0	0.0	10.3	4.9	e
3 Architect	7	100.0	0.0	0.0	10.2	2.8	e
4 Vidas	9	100.0	0.0	0.0	12.5	6.6	e
5 altro	4	75.0	0.0	25.0	10.0	14.1	e*
6 Qualigen	4	75.0	25.0	0.0	8.9	12.5	e*

T3




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	3.4	1.6	e

FT3




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	11.3	3.7	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	9.1	2.3	e
3 Architect	6	100.0	0.0	0.0	8.4	6.5	e*
4 Vidas	4	100.0	0.0	0.0	10.2	7.8	e*

FT4




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	11	100.0	0.0	0.0	34.5	3.9	e
2 ADVIA Centaur XP	4	100.0	0.0	0.0	23.7	6.6	e*
3 Architect	7	100.0	0.0	0.0	28.9	4.3	e
4 Vidas	6	100.0	0.0	0.0	33.2	3.9	e
5 altro	4	100.0	0.0	0.0	30.7	9.6	e*

Cortisol



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	651	4.3	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	571	10.2	e*

Luteinisierendes Hormon




Deviazione QUALAB : 24 %

Luteinisierendes Hormon (U/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	32.0	8.5	e*


Follikelstimulierendes Hormon



Deviazione QUALAB : 24 % Follikelstimulierendes Hormon (U/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	24.6	9.8	e*

Prolaktin (PRL)




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	19.6	12.2	e*

Troponina T CR




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	746	97.4	1.9	0.7	0.29	9.5	e
2 Cardiac Reader	67	83.6	14.9	1.5	0.29	14.1	e

Troponin I WB



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 iStat	4	100.0	0.0	0.0	6.19	9.9	e*

Mioglobina CR




Deviazione QUALAB : 30 %

Mioglobina CR (µg/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	4	100.0	0.0	0.0	700.0	0.0	e

D-Dimere CR




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	766	96.7	2.1	1.2	0.13	14.9	a
2 Cardiac Reader	60	98.3	1.7	0.0	0.14	15.0	a

CKMB - K8



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	7	100.0	0.0	0.0	7.5	6.9	e

NT-proBNP CR




Deviazione QUALAB : 27 %

NT-proBNP CR (ng/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	478	95.4	3.6	1.0	915	12.0	e
2 Cardiac Reader	22	81.8	9.1	9.1	915	13.8	e

PCO2 CCA



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	14	100.0	0.0	0.0	5.85	4.6	e

PO2 CCA




Deviazione QUALAB : 15 %

PO2 CCA (kPa)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	14	92.9	0.0	7.1	14.16	7.3	e*

pH CCA




Deviazione QUALAB : 1 %

pH CCA ()

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	14	100.0	0.0	0.0	7.42	0.2	e

Potassio CCA




Deviazione QUALAB : 6 %

Potassio CCA (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	8	100.0	0.0	0.0	4.7	1.1	e

Sodio CCA




Deviazione QUALAB : 6 %

Sodio CCA (mmol/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	7	100.0	0.0	0.0	144.0	0.8	e

Ferritina




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	5	80.0	0.0	20.0	202.00	14.0	e*
2 Cobas E / Elecsys	11	100.0	0.0	0.0	196.51	8.5	e
3 Architect	4	100.0	0.0	0.0	246.85	5.0	e
4 Mira/DiaSys	4	100.0	0.0	0.0	173.00	7.4	e*
5 Mini Vidas	4	100.0	0.0	0.0	176.75	4.6	e
6 Eurolyser	22	86.4	13.6	0.0	140.30	17.1	e*

Vitamina B12




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	5	80.0	20.0	0.0	350.00	13.2	e*
2 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	366.00	1.9	e
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	355.00	6.7	e*

Acido folico



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP	4	100.0	0.0	0.0	10.20	9.7	e*
2 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	15.27	6.0	e
3 Architect	5	80.0	20.0	0.0	16.77	11.6	e*

BNP




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage Meter	42	92.8	2.4	4.8	341.3	14.4	e

G10 Quick WB

Quick / INR WB

Ospedale universitario Zurigo




INRatio partecipanti


Nell'ambito del controllo circolare G10 vengono confrontati gli INR dei partecipanti con quelli dell'ospedale universitario di Zurigo.

Nr.	metodo	totale	% conforme	% insuff.	% outlier
1	INRatio	63	90.48	1.59	7.94

Bilirubin totale Neo




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	11	100.0	0.0	0.0	98	5.9	e

Bilirubin diretta

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	13	92.3	0.0	7.7	50	7.0	e

Bilirubin neonatale




Deviazione QUALAB : 18 %

Bilirubin neonatale (µmol/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	6	83.3	16.7	0.0	136	10.3	e*

CK-MB




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Fuji Dri-Chem	41	95.1	0.0	4.9	52.7	6.9	e

PSA




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	4.50	2.0	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	5	100.0	0.0	0.0	3.40	4.4	e
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	3.79	2.6	e
4 Qualigen	5	100.0	0.0	0.0	4.70	8.0	e*

PSA frei




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	1.00	5.3	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	0.83	5.6	e

CEA



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	22.5	6.5	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	32.6	2.4	e
3 Architect	4	100.0	0.0	0.0	34.6	6.6	e*

CA 125




Deviazione QUALAB : 25 %

CA 125 (kIU/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	204.8	6.3	e*

CA 15-3




Deviazione QUALAB : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	20.4	3.9	e

HCG qn



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	17	6.8	e*
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	9	11.0	e*
3 Vidas	4	100.0	0.0	0.0	2	6.7	e*


pH OR



Deviazione QUALAB : 1 %


pH OR ()

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	80	100.0	0.0	0.0	7.40	0.1	e
2 Radiometer NPT-7	6	100.0	0.0	0.0	7.43	0.2	e
3 ABL 90	24	100.0	0.0	0.0	7.40	0.1	e
4 ABL 80 / Coox	13	100.0	0.0	0.0	7.40	0.3	e
5 ABL 5	6	100.0	0.0	0.0	7.40	0.0	e

pCO₂ OR


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	79	98.7	1.3	0.0	5.38	2.6	e
2 Radiometer NPT-7	6	100.0	0.0	0.0	5.79	2.5	e
3 ABL 90	24	100.0	0.0	0.0	5.51	1.9	e
4 ABL 80 / Coox	13	100.0	0.0	0.0	5.70	6.3	e*
5 ABL 5	6	100.0	0.0	0.0	5.48	1.2	e

pO2 OR




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	80	97.5	2.5	0.0	15.15	4.9	e
2 Radiometer NPT-7	6	100.0	0.0	0.0	14.36	2.9	e
3 ABL 90	24	91.6	4.2	4.2	13.52	5.8	e
4 ABL 80 / Coox	13	92.3	0.0	7.7	13.91	7.5	e*
5 ABL 5	6	100.0	0.0	0.0	14.10	3.6	e

ctHb OR




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	72	79.2	0.0	20.8	131.0	1.6	a
2 Radiometer NPT-7	4	75.0	0.0	25.0	200.5	1.4	e
3 ABL 90	22	100.0	0.0	0.0	129.9	0.9	e
4 ABL 80 / Coox	9	100.0	0.0	0.0	130.0	1.6	e

sO2 OR




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	54	100.0	0.0	0.0	97.223	0.2	e
2 ABL 90	22	100.0	0.0	0.0	97.168	0.1	e
3 ABL 80 / Coox	9	100.0	0.0	0.0	97.200	0.4	e

FO2Hb OR




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	50	100.0	0.0	0.0	91.988	0.2	e
2 Radiometer NPT-7	5	80.0	0.0	20.0	49.000	0.0	e
3 ABL 90	22	100.0	0.0	0.0	92.150	0.1	e
4 ABL 80 / Coox	9	100.0	0.0	0.0	92.200	0.1	e

FCOHb OR




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	51	96.1	3.9	0.0	3.394	8.8	e
2 Radiometer NPT-7	5	80.0	0.0	20.0	20.000	0.2	e
3 ABL 90	22	100.0	0.0	0.0	3.200	4.3	e
4 ABL 80 / Coox	9	88.9	0.0	11.1	3.200	5.5	e

FMetHb OR



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	52	94.3	3.8	1.9	1.986	6.2	e
2 Radiometer NPT-7	5	80.0	0.0	20.0	10.000	0.0	e
3 ABL 90	22	95.5	0.0	4.5	1.924	2.8	e
4 ABL 80 / Coox	9	100.0	0.0	0.0	2.000	6.3	e

FHbF OR




Deviazione QUALAB : 20 %

FHbF OR (%)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL 90	6	100.0	0.0	0.0	84.000	1.8	e
2 ABL 80 / Coox	4	100.0	0.0	0.0	2.550	5.1	e*

Bilirubin OR




Deviazione QUALAB : 18 %

Bilirubin OR ($\mu\text{mol/l}$)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	8	100.0	0.0	0.0	303.5	1.0	e
2 ABL 90	9	100.0	0.0	0.0	299.0	0.8	e

Kalium OR




Deviazione QUALAB : 6 %

Kalium OR (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	66	100.0	0.0	0.0	3.8	0.9	e
2 ABL 90	24	100.0	0.0	0.0	3.8	1.1	e
3 ABL 80 / Coox	6	100.0	0.0	0.0	3.8	0.9	e

Natrium OR




Deviazione QUALAB : 6 %

Natrium OR (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	65	100.0	0.0	0.0	140.4	0.6	e
2 ABL 90	24	100.0	0.0	0.0	141.3	0.4	e
3 ABL 80 / Coox	5	100.0	0.0	0.0	141.0	1.3	e

Kalzium OR




Deviazione QUALAB : 12 %

Kalzium OR (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	66	100.0	0.0	0.0	0.54	3.1	e
2 ABL 90	24	95.8	0.0	4.2	0.53	1.0	e
3 ABL 80 / Coox	5	100.0	0.0	0.0	0.52	2.9	e

Chlorid OR




Deviazione QUALAB : 6 %

Chlorid OR (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	56	100.0	0.0	0.0	97.67	1.1	e
2 ABL 90	24	100.0	0.0	0.0	97.17	0.5	e
3 ABL 80 / Coox	5	100.0	0.0	0.0	97.00	1.2	e

Glucose OR



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	67	98.5	0.0	1.5	5.8	2.1	e
2 ABL 90	24	100.0	0.0	0.0	5.7	1.9	e

Laktat OR




Deviazione QUALAB : 10 %

Laktat OR (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	69	97.2	1.4	1.4	1.70	3.1	e
2 ABL 90	24	100.0	0.0	0.0	1.65	3.9	e

BNP Plasma




Deviazione QUALAB : 27 %

BNP Plasma (ng/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	5	100.0	0.0	0.0	519.3	3.1	e

NT-proBNP



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 AQT 90 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	1560.0	6.5	e
2 Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	570.1	6.1	e

Cholesterin PTS




Deviazione QUALAB : 10 %

Cholesterin PTS (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CardioChek	5	60.0	40.0	0.0	7.4	9.3	e*

Cholesterin HDL PTS




Deviazione QUALAB : 21 %

Cholesterin HDL PTS (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Type
1 CardioChek	5	100.0	0.0	0.0	2.6	0.0	e

Triglyceride PTS




Deviazione QUALAB : 20 %

Triglyceride PTS (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Type
1 CardioChek	5	100.0	0.0	0.0	5.65	0.4	e

Microalbumina



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Siemens Clinitek	11	72.7	9.1	18.2	80.0	13.4	a
2 Afinion	318	97.8	1.3	0.9	90.4	10.9	e
3 NycoCard	19	94.7	0.0	5.3	92.4	17.1	e*
4 Turbidimetrie	13	100.0	0.0	0.0	84.2	4.8	e
5 DCA2000/Vantage	111	97.3	0.0	2.7	86.9	5.0	e

Creatinina urina




Deviazione QUALAB : 21 %

Creatinina urina (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 DCA2000/Vantage	111	95.5	0.0	4.5	5.6	3.6	e
2 Afinion	318	98.8	0.6	0.6	5.0	5.7	e
3 Chimica umida	23	100.0	0.0	0.0	5.4	5.4	e
4 Siemens Clinitek	9	66.7	0.0	33.3	8.8	5.3	e

INR CCXS




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CoaguChek XS	2342	98.1	1.6	0.3	2.2	4.8	e

INR HC




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Hemochron j.	24	66.7	20.8	12.5	4.5	10.4	e*

Osmolalität




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cryoscopie	11	90.9	9.1	0.0	147	2.4	e*

Procalcitonin



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	16	100.0	0.0	0.0	2.08	10.7	e
2 Mini Vidas	10	100.0	0.0	0.0	2.87	8.8	e

Parathormon




Deviazione QUALAB : 24 %

Parathormon (pmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas PTH STAT	5	100.0	0.0	0.0	37.4	2.0	e

25-OH Vitamin D




Deviazione QUALAB : 27 %

25-OH Vitamin D (nmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Qualigen	4	100.0	0.0	0.0	160.5	6.1	e
2 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	153.1	7.9	e
3 Architect	4	100.0	0.0	0.0	135.9	9.7	e*

Digoxin



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 altro	11	100.0	0.0	0.0	2.62	9.4	e


Valproat



Deviazione QUALAB : 24 %

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	5	80.0	20.0	0.0	532.0	11.8	e*

Ematocrito




Deviazione QUALAB : 9 %

Ematocrito (l/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 EPOC	4	50.0	25.0	25.0	0.32	7.5	e*

Troponin Triage




Deviazione QUALAB : 24 %

Troponin Triage ($\mu\text{g/l}$)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage Meter	37	64.9	8.1	27.0	3.55	14.0	e

D-Dimere Triage




Deviazione QUALAB : 21 %

D-Dimere Triage (ng/ml)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage Meter	35	97.1	0.0	2.9	100.00	0.0	e

CK-MB Triage




Deviazione QUALAB : 40 %

CK-MB Triage (µg/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage Meter	22	90.9	0.0	9.1	3.2	14.2	e

Myoglobin Triage




Deviazione QUALAB : 30 %

Myoglobin Triage (µg/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage Meter	20	95.0	0.0	5.0	491.3	3.3	e

Alcol




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	5	100.0	0.0	0.0	21.8	5.2	e

Calprotectin



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Bühlmann	7	85.7	14.3	0.0	191	29.4	e*

Cholesterolo Af/b101




Deviazione QUALAB : 10 %

Cholesterolo Af/b101 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	24	100.0	0.0	0.0	4.8	1.8	e
2 Afinion	224	98.7	0.9	0.4	4.9	3.5	e


Cholesterolo HDL Af/b101



Deviazione QUALAB : 21 % Cholesterolo HDL Af/b101 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	24	91.7	0.0	8.3	1.4	2.8	e
2 Afinion	225	92.0	0.0	8.0	1.0	4.2	e

Trigliceridi Af/b101




Deviazione QUALAB : 20 %

Trigliceridi Af/b101 (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	24	100.0	0.0	0.0	1.82	1.6	e
2 Afinion	223	100.0	0.0	0.0	1.64	3.8	e

Troponin I S



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Samsung LABGEO IB10	68	72.1	23.5	4.4	8.07	18.7	e

D Dimere qn S




Deviazione QUALAB : 21 %

D Dimere qn S (mg/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Samsung LABGEO IB10	80	97.4	1.3	1.3	1.48	6.9	e

NT-pro BNP S




Deviazione QUALAB : 27 %

NT-pro BNP S (ng/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Samsung LABGEO IB10	56	100.0	0.0	0.0	1984.3	11.4	e

INR MI



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 microINR	64	68.7	17.2	14.1	1.8	9.8	e

INR Eurolyser



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Eurolyser	7	85.7	14.3	0.0	1.0	9.1	e*