

Verein für  
Association pour le  
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle  
contrôle de qualité médical  
controllo di qualità medico

# Rapporto del controllo circolare

## 2015 - 2

## Campioni

Prima e durante la spedizione sono state controllate l'omogeneità e la stabilità di tutti i campioni e non sono state riscontrate irregolarità. I test sono stati condotti nei laboratori dell'ospedale universitario di Zurigo (<http://www.uzl.usz.ch/>).

I seguenti campioni sono stati prodotti appositamente per MQ in subappalto:  
B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Ematologia parassitaria, K14 Marker tumorale.

## Determinazione dei valori assegnati

Per ogni valore assegnato è indicato il tipo di procedura secondo ISO17043:2010, B2.1 (colonna "tipo"):

- a) Valori noti, derivati dalla formulazione del materiale
- b) Valori di riferimento certificati per campioni particolari
- c) Valori di riferimento, determinati da analisi
- d) Valori di consenso da laboratori partecipanti esperti
- e) Valori di consenso dai partecipanti

In gruppi con più di 9 partecipanti i valori assegnati vengono in genere determinati con il valore di consenso ("e"). Per garantire a tutti i partecipanti valori assegnati rappresentativi, in gruppi più piccoli possono essere adottate anche altre procedure.

## Incertezza dei valori assegnati

L'incertezza standard ( $u_x$ ) viene calcolata con la seguente formula (ISO13528):

$u_x = (\text{valore assegnato}/100) \cdot 1.25 / \text{radice quadrata del numero di partecipanti} \cdot \text{coeff. variazione (CV)\%}$

$u_x$  ha la stessa unità di misura del valore assegnato

$u_x$  è paragonabile alla deviazione standard (SD) del collettivo dei partecipanti (SD:  $\text{valore assegnato} \cdot \text{CV}\%/100$ )

Se il numero dei partecipanti è superiore a 18, l'incertezza standard è molto inferiore alla variabilità del collettivo e può essere ignorata


## Tolleranze QUALAB e MQ

Per le analisi obbligatorie vengono utilizzate le tolleranze Qualab ([www.qualab.ch](http://www.qualab.ch), esterne Qualitätskontrolle). Per le analisi non obbligatorie le tolleranze vengono definite dal direttore dei controlli circolari MQ.

Se l'incertezza calcolata  $u_x$  del valore assegnato è superiore al 15% della tolleranza QUALAB o MQ, appare un asterisco accanto alla lettera che descrive la procedura di calcolo del valore assegnato (per esempio "e\*"), per avvisare il partecipante che l'incertezza del valore assegnato può avere un'influenza sull'esito del controllo.

## Rappresentazioni grafiche

I risultati sono rappresentati graficamente come segue:



## **Confronto degli strumenti**

I dati in questa parte del rapporto consentono di paragonare l'efficienza dei vari strumenti. Non vanno però dimenticati i seguenti dettagli:


- Il campione di controllo K1 è un siero di controllo commerciale pronto per l'uso. Nonostante il campione sia di origine umana, non si può escludere l'insorgenza di effetti di matrice. Questi dipendono dallo strumento e portano a valori assegnati differenti.
- E' stato analizzato solo un campione. Poiché la distribuzione dei risultati dipende dalla natura del campione (effetto matrice) e dal valore stesso, i coefficienti di variazione determinati (in %) non hanno una validità generale.
- Gran parte dei valori anomali deriva da errori amministrativi (unità di misura sbagliata, scambio dei risultati) o da errori di manualità (campione sbagliato, non correttamente disciolto, non abbastanza mescolato) e non ha a che fare con lo strumento.

Zurigo, 6.7.2015

Dr. R. Fried  
Direttore controlli circolari

*Non è permesso pubblicare questo rapporto o alcuna sua parte senza il permesso scritto della nostra associazione. L'originale si trova nell'archivio su [www.mqzh.ch](http://www.mqzh.ch)*

## Emoglobina




Deviazione QUALAB : 9 %

Emoglobina (g/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	49	98.0	2.0	0.0	120.7	3.3	e
2 Cianometemoglobina	51	96.1	0.0	3.9	121.7	3.1	e
3 Sysmex XT/XE/XS	39	97.4	0.0	2.6	122.2	1.2	e
4 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	120.5	1.6	e
5 Reflotron	76	93.5	3.9	2.6	121.9	4.4	e
6 Hemocue	341	92.6	1.5	5.9	119.8	2.5	e
7 Dr. Lange	23	91.4	4.3	4.3	123.4	4.1	e
8 Hemocontrol	12	100.0	0.0	0.0	123.1	1.3	e
9 Eurolyser	5	100.0	0.0	0.0	126.0	2.4	e
10 altro	5	80.0	20.0	0.0	128.0	5.6	e*

## Emoglobina



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	863	95.6	1.0	3.4	118.0	3.0	e
2 Microsemi	242	97.9	0.4	1.7	119.5	2.0	e
3 Sysmex KX21	436	95.8	1.4	2.8	121.0	2.2	e
4 Sysmex PochH - 100i	218	97.2	0.5	2.3	120.2	2.2	e
5 Sysmex XP 300	161	97.5	0.6	1.9	123.7	1.9	e
6 Mythic	242	96.2	2.1	1.7	117.8	3.7	e
7 Swelab	70	94.3	4.3	1.4	122.5	3.3	e
8 MS4	6	100.0	0.0	0.0	116.5	4.3	e*
9 Abacus Junior	13	100.0	0.0	0.0	120.8	1.4	e
10 Medonic	18	88.8	5.6	5.6	120.1	3.0	e
11 Nihon Kohden Celltac	38	89.5	0.0	10.5	119.6	2.8	e
12 Samsung HC10	45	100.0	0.0	0.0	121.9	3.3	e

## Ematocrito




Deviazione QUALAB : 9 %

Ematocrito (l/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	42	88.1	9.5	2.4	0.34	5.7	e
2 Centrifuga	15	80.0	13.3	6.7	0.36	6.3	e*
3 Sysmex XT/XE/XS	38	94.7	0.0	5.3	0.36	2.1	e
4 ABX Pentra	11	90.9	0.0	9.1	0.32	3.0	e

## Ematocrito




Deviazione QUALAB : 9 %

Ematocrito (H)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	864	90.6	4.9	4.5	0.32	4.4	e
2 Microsemi	242	98.8	0.4	0.8	0.32	2.5	e
3 Sysmex KX21	436	96.6	0.2	3.2	0.33	2.4	e
4 Sysmex PochH - 100i	218	97.2	0.5	2.3	0.35	2.7	e
5 Sysmex XP 300	157	98.7	0.0	1.3	0.33	1.9	e
6 Mythic	242	94.6	2.5	2.9	0.35	3.9	e
7 Swelab	70	92.8	2.9	4.3	0.34	4.2	e
8 MS4	6	83.3	16.7	0.0	0.34	4.8	e*
9 Abacus Junior	13	100.0	0.0	0.0	0.36	4.8	e*
10 Medonic	18	94.4	0.0	5.6	0.34	3.5	e
11 Nihon Kohden Celltac	37	91.9	0.0	8.1	0.34	3.4	e
12 Samsung HC10	45	97.8	2.2	0.0	0.37	3.5	e

## Eritrociti




Deviazione QUALAB : 25 %

Eritrociti (T/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	39	97.4	0.0	2.6	3.94	2.9	e
2 Microscopio	9	100.0	0.0	0.0	3.96	7.3	e
3 Sysmex XT/XE/XS	39	100.0	0.0	0.0	3.99	2.9	e
4 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	3.91	2.0	e



## Eritrociti




Deviazione QUALAB : 25 %

Eritrociti (T/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	863	97.7	0.7	1.6	3.84	5.2	e
2 Microsemi	244	100.0	0.0	0.0	3.84	3.2	e
3 Sysmex KX21	436	97.7	0.7	1.6	3.93	3.8	e
4 Sysmex PochH - 100i	218	98.2	0.0	1.8	4.09	3.0	e
5 Sysmex XP 300	160	98.7	0.0	1.3	3.93	1.5	e
6 Mythic	242	98.3	0.0	1.7	3.86	3.1	e
7 Swelab	70	97.2	1.4	1.4	3.93	5.7	e
8 MS4	6	100.0	0.0	0.0	3.97	4.3	e
9 Abacus Junior	13	100.0	0.0	0.0	4.12	3.8	e
10 Medonic	18	100.0	0.0	0.0	3.95	4.9	e
11 Samsung HC10	45	100.0	0.0	0.0	3.99	3.3	e
12 Nihon Kohden Celltac	38	92.1	0.0	7.9	3.99	2.7	e

## Leucociti




Deviazione QUALAB : 25 %

Leucociti (G/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	37	97.3	2.7	0.0	7.84	8.9	e
2 Microscopio	58	91.4	8.6	0.0	6.70	14.2	e
3 Sysmex XT/XE/XS	39	100.0	0.0	0.0	7.96	3.7	e
4 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	7.74	4.0	e

## Leucociti




Deviazione QUALAB : 25 %

Leucociti (G/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	861	99.2	0.2	0.6	7.20	5.3	e
2 Microsemi	245	100.0	0.0	0.0	7.40	3.9	e
3 Sysmex KX21	435	99.6	0.2	0.2	7.51	3.9	e
4 Sysmex PochH - 100i	218	98.6	0.0	1.4	7.60	3.6	e
5 Sysmex XP 300	161	100.0	0.0	0.0	7.82	3.0	e
6 Mythic	242	98.8	0.4	0.8	6.99	7.2	e
7 Nihon Kohden Celltac	38	97.4	0.0	2.6	7.68	3.5	e
8 Swelab	70	97.1	2.9	0.0	8.05	7.8	e
9 MS4	6	100.0	0.0	0.0	7.82	7.0	e
10 Abacus Junior	13	100.0	0.0	0.0	9.29	7.9	e
11 Medonic	18	100.0	0.0	0.0	7.87	5.4	e
12 Samsung HC10	45	100.0	0.0	0.0	7.35	4.2	e

## Trombociti




Deviazione QUALAB : 25 %

Trombociti (G/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	35	97.1	2.9	0.0	239.4	10.3	e
2 Microscopio	36	77.8	11.1	11.1	224.1	16.1	e
3 Sysmex XT/XE/XS	39	100.0	0.0	0.0	237.0	4.2	e
4 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	227.5	2.7	e
5 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	257.5	4.7	e

## Trombociti



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	862	96.9	2.1	1.0	240.4	8.8	e
2 Microsemi	244	100.0	0.0	0.0	244.8	5.3	e
3 Sysmex KX21	436	98.2	0.9	0.9	247.4	5.2	e
4 Sysmex PochH - 100i	216	99.0	0.5	0.5	250.6	5.1	e
5 Sysmex XP 300	161	99.4	0.6	0.0	255.6	4.9	e
6 Mythic	242	98.4	1.2	0.4	250.7	10.7	e
7 Swelab	70	98.6	1.4	0.0	225.7	8.9	e
8 MS4	6	66.7	33.3	0.0	182.5	19.7	e*
9 Abacus Junior	13	100.0	0.0	0.0	275.2	8.4	e
10 Medonic	18	100.0	0.0	0.0	226.5	7.7	e
11 Nihon Kohden Celltac	38	97.4	2.6	0.0	239.3	9.5	e
12 Samsung HC10	45	97.8	0.0	2.2	248.3	7.5	e

## CRP




Deviazione QUALAB : 21 %

CRP (mg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Afinion	1147	98.6	1.1	0.3	31.0	8.2	e
2 NycoCard SingleTest-	460	81.7	6.3	12.0	34.0	11.8	e
3 Abx Micros	135	97.8	1.5	0.7	31.5	8.0	e
4 ABX Micros CRP200	332	95.2	3.9	0.9	32.0	10.0	e
5 Quick Read go	87	98.9	0.0	1.1	31.0	6.2	e
6 Turbidimetrie	40	97.5	0.0	2.5	31.3	8.7	e
7 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	30.7	9.6	e*
8 Fuji Dri-Chem	23	78.3	4.3	17.4	33.4	10.8	e
9 Eurolyser	126	70.6	15.9	13.5	36.0	15.9	e
10 AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	34.5	6.5	e*
11 Spotchem D-Concept	7	100.0	0.0	0.0	38.5	7.5	e*
12 Spotchem SI-3510	4	100.0	0.0	0.0	28.8	7.3	e*
13 altro	4	75.0	0.0	25.0	29.0	9.1	e*

# CRP




Deviazione QUALAB : 21 %

CRP (mg/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 QuickRead (sangue)	179	96.7	1.1	2.2	51.2	6.5	e

## CRP emi




Deviazione QUALAB : 21 %

CRP emi (mg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Microsemi	243	97.6	1.6	0.8	32.4	9.5	e




# IgG



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Turbidimetrie	10	100.0	0.0	0.0	14.5	3.3	e
2 Nephelometrie	7	85.7	0.0	14.3	15.2	3.4	e

# IgA




Deviazione QUALAB : 25 %

IgA (g/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Turbidimetrie	10	100.0	0.0	0.0	2.9	4.9	e
2 Nephelometrie	7	85.7	0.0	14.3	3.2	2.0	e

# IgM




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Turbidimetrie	4	100.0	0.0	0.0	1.5	6.3	e*
2 Nephelometrie	7	85.7	0.0	14.3	1.6	5.9	e
3 Cobas Integra 800/40	6	100.0	0.0	0.0	1.5	4.5	e

# IgE



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	8	100.0	0.0	0.0	145	8.2	e*

## Alpha-1-Antitrypsine




Deviazione QUALAB : 25 %

Alpha-1-Antitrypsine (g/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Nephelometrie	4	75.0	25.0	0.0	1.77	16.7	e*


## Anti-Stroptolysin-Anticorpi



Deviazione QUALAB : 25 % Anti-Stroptolysin-Anticorpi (kIU/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	10	100.0	0.0	0.0	162	5.8	e

## Complément C3




Deviazione QUALAB : 25 %

Complément C3 (g/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	12	100.0	0.0	0.0	2.04	4.8	e


## Complément C4



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	11	100.0	0.0	0.0	0.41	5.8	e




## Aptoglobina



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	13	100.0	0.0	0.0	1.76	3.7	e

## Transferrina




Deviazione QUALAB : 25 %

Transferrina (g/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	14	100.0	0.0	0.0	2.85	3.6	e

## Präalbumin




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	6	100.0	0.0	0.0	250.0	4.7	e

# Albumina



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	17	94.1	5.9	0.0	33	5.0	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	35	3.5	e
3 Fuji Dri-Chem	172	98.8	1.2	0.0	39	3.8	e
4 Spotchem/Ready	41	97.6	2.4	0.0	33	6.1	e
5 Spotchem D-Concept	70	90.0	8.6	1.4	41	6.8	e
6 Piccolo	26	100.0	0.0	0.0	36	3.8	e
7 Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	34	2.9	e
8 Hitachi S40/M40	8	87.5	0.0	12.5	34	3.0	e

## Fosfatasi alcalina




Deviazione QUALAB : 18 %

Fosfatasi alcalina (U/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC/SGKC/SFBC 37°C	10	100.0	0.0	0.0	150	5.1	e
2 Cobas	18	94.4	0.0	5.6	142	7.6	e
3 Reflotron	679	96.6	2.2	1.2	170	7.1	e
4 Fuji Dri-Chem	658	99.2	0.2	0.6	160	4.8	e
5 Spotchem/Ready	118	94.9	3.4	1.7	176	7.3	e
6 Spotchem D-Concept	128	98.4	0.0	1.6	154	6.5	e
7 Hitachi S40/M40	12	100.0	0.0	0.0	124	3.3	e
8 Olympus	6	100.0	0.0	0.0	185	4.6	e
9 Piccolo	27	96.3	0.0	3.7	154	3.3	e
10 Abx Mira	19	78.9	15.8	5.3	156	11.4	e*

## Amilasi



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC EPS liquid 37°C	11	100.0	0.0	0.0	143	5.6	e
2 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	139	5.0	e
3 Reflotron	184	96.7	3.3	0.0	158	6.5	e
4 Fuji Dri-Chem	490	99.8	0.0	0.2	130	3.1	e
5 Spotchem/Ready	78	96.2	3.8	0.0	171	8.9	a
6 Spotchem D-Concept	95	98.9	0.0	1.1	161	6.1	e
7 Piccolo	25	96.0	0.0	4.0	122	2.8	e
8 Abx Mira	9	100.0	0.0	0.0	127	8.6	e*
9 Hitachi S40/M40	6	100.0	0.0	0.0	153	4.1	e

## Amilasi pancreatica




Deviazione QUALAB : 18 %

Amilasi pancreatica (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC EPS liquid 37°C	18	94.4	0.0	5.6	110	6.8	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	111	4.4	e
3 Reflotron	444	97.5	1.8	0.7	129	5.6	e

## Bilirubina totale




Deviazione QUALAB : 18 %

Bilirubina totale (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	13	92.3	0.0	7.7	50.0	6.4	e
2 Cobas	17	94.1	5.9	0.0	47.1	7.2	e
3 Reflotron	497	96.6	1.2	2.2	45.1	6.9	e
4 Fuji Dri-Chem	491	98.4	0.6	1.0	48.0	5.2	e
5 Spotchem/Ready	93	97.8	1.1	1.1	48.4	6.7	e
6 Spotchem D-Concept	101	98.0	2.0	0.0	38.7	6.2	e
7 Beckman/Olympus	6	100.0	0.0	0.0	55.4	1.9	e
8 Piccolo	26	92.4	3.8	3.8	49.5	7.1	e
9 Abx Mira	19	94.7	5.3	0.0	50.1	8.8	e
10 Hitachi S40/M40	11	90.9	0.0	9.1	54.3	6.0	e



## Bilirubina diretto




Deviazione QUALAB : 18 %

Bilirubina diretto (µmol/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Fuji Dri-Chem	29	86.3	10.3	3.4	30.1	10.4	e

## Calcio




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	19	100.0	0.0	0.0	2.53	2.3	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	2.54	1.6	e
3 Fuji Dri-Chem	339	99.4	0.3	0.3	2.64	4.3	e
4 Spotchem/Ready	44	95.5	4.5	0.0	2.55	6.5	e
5 Spotchem D-Concept	66	84.8	15.2	0.0	2.09	7.5	e
6 Piccolo	26	96.2	3.8	0.0	2.49	3.5	e
7 Abx Mira	13	100.0	0.0	0.0	2.51	3.1	e
8 Hitachi S40/M40	10	90.0	0.0	10.0	2.49	2.8	e

## Cloruri



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	15	86.7	13.3	0.0	101	3.4	e*
2 Cobas	10	100.0	0.0	0.0	97	2.1	e
3 Fuji Dri-Chem	578	96.7	2.1	1.2	105	2.3	e
4 Spotchem D-Concept	114	96.4	1.8	1.8	106	2.5	e
5 Spotchem EL-SE 1520	111	81.1	10.8	8.1	111	3.6	e
6 Piccolo	17	94.1	5.9	0.0	99	2.7	e
7 iStat Chem8	4	100.0	0.0	0.0	105	1.2	e

## Colesterolo




Deviazione QUALAB : 10 %

Colesterolo (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	19	100.0	0.0	0.0	4.7	3.0	e
2 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	4.6	2.5	e
3 Reflotron	790	97.7	1.5	0.8	4.5	3.8	e
4 Fuji Dri-Chem	677	99.2	0.4	0.4	4.6	3.3	e
5 Spotchem/Ready	144	88.2	6.9	4.9	4.4	5.5	e
6 Spotchem D-Concept	131	98.5	1.5	0.0	4.5	3.7	e
7 Piccolo	22	100.0	0.0	0.0	4.7	2.1	e
8 Cholestech LDX	192	96.9	2.1	1.0	4.5	4.7	e
9 Abx Mira	19	89.5	10.5	0.0	4.6	5.2	e
10 Hitachi S40/M40	12	100.0	0.0	0.0	4.6	2.0	e

## Colesterolo HDL




Deviazione QUALAB : 21 %

Colesterolo HDL (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 umida, diretto	17	88.2	5.9	5.9	1.18	10.5	e*
2 Cobas	14	92.9	0.0	7.1	0.87	5.2	e
3 Reflotron	594	88.7	6.4	4.9	0.99	11.0	e
4 Fuji Dri-Chem	639	98.9	0.2	0.9	1.23	4.1	e
5 Spotchem/Ready	131	93.1	3.8	3.1	0.84	10.4	e
6 Spotchem D-Concept	129	98.4	1.6	0.0	0.90	8.8	e
7 Piccolo	22	100.0	0.0	0.0	1.06	4.2	e
8 Cholestech LDX	192	97.9	0.5	1.6	1.16	7.5	e
9 Abx Mira	18	100.0	0.0	0.0	1.20	6.2	e
10 Hitachi S40/M40	11	100.0	0.0	0.0	1.28	6.6	e

## Creatina chinasi




Deviazione QUALAB : 18 %

Creatina chinasi (U/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC/SGKC/SFBC 37°C	19	100.0	0.0	0.0	242	6.0	e
2 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	254	3.1	e
3 Reflotron	415	93.8	4.8	1.4	243	8.5	e
4 Fuji Dri-Chem	423	97.9	0.9	1.2	250	4.1	e
5 Spotchem/Ready	54	88.8	5.6	5.6	219	9.4	e
6 Spotchem D-Concept	78	97.4	1.3	1.3	238	8.1	e
7 Piccolo	9	88.9	0.0	11.1	263	1.3	e
8 Abx Mira	14	100.0	0.0	0.0	247	3.1	e
9 Hitachi S40/M40	8	87.5	0.0	12.5	230	2.5	e

## Ferro



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	8	87.5	0.0	12.5	26	4.1	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	26	3.8	e
3 Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	26	5.2	e

## Gamma-GT




Deviazione QUALAB : 18 %

Gamma-GT (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC/SGKC/SFBC 37°C	6	100.0	0.0	0.0	80	4.6	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	82	7.7	e
3 Reflotron	889	97.9	0.8	1.3	110	5.6	e
4 Fuji Dri-Chem	716	99.7	0.0	0.3	108	4.4	e
5 Spotchem/Ready	148	97.2	1.4	1.4	96	7.5	e
6 Spotchem D-Concept	142	99.3	0.0	0.7	98	6.1	e
7 Metodo standard, 37'	11	100.0	0.0	0.0	83	4.2	e
8 Piccolo	28	96.4	0.0	3.6	75	4.0	e
9 Abx Mira	20	100.0	0.0	0.0	83	2.6	e
10 Hitachi S40/M40	14	100.0	0.0	0.0	89	3.7	e




## Glucosio




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	25	100.0	0.0	0.0	6.8	4.4	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	7.0	3.2	e
3 Reflotron	908	94.3	3.7	2.0	6.6	4.8	e
4 Fuji Dri-Chem	677	99.5	0.4	0.1	6.5	2.3	e
5 Spotchem/Ready	134	98.5	1.5	0.0	7.1	4.4	e
6 Spotchem D-Concept	132	100.0	0.0	0.0	6.7	3.9	e
7 Piccolo	33	93.9	0.0	6.1	6.8	1.9	e
8 Cholestech LDX	154	94.2	5.2	0.6	6.5	5.0	e
9 Abx Mira	20	100.0	0.0	0.0	7.0	3.0	e
10 Lange	6	83.3	0.0	16.7	6.4	3.5	e*
11 Hitachi S40/M40	15	100.0	0.0	0.0	7.1	2.8	e
12 iStat Chem8	4	100.0	0.0	0.0	6.5	1.5	e

## Glucosio




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Accu-Chek Aviva	371	98.7	0.8	0.5	7.3	3.0	e
2 Accu-Chek Inform 2	232	99.6	0.4	0.0	7.3	2.7	e
3 Accu-Chek Mobile	5	100.0	0.0	0.0	7.3	4.8	e*
4 Bayer Contour 2 (5s)	61	90.1	6.6	3.3	5.4	4.8	e
5 Bayer Contour XT/NEX	1212	98.3	0.9	0.8	7.2	3.8	e
6 Bayer Breeze 2	17	88.2	0.0	11.8	11.1	4.6	e
7 Glucocard	11	81.8	9.1	9.1	9.4	7.4	e*
8 Hemocue 201+ P-equiv	83	91.6	2.4	6.0	8.2	4.1	e
9 Hemocue 201RT P-equiv	33	100.0	0.0	0.0	8.1	3.6	e
10 FreeStyle Precision	5	100.0	0.0	0.0	7.6	5.3	e*
11 Freestyle Freedom li	9	88.9	11.1	0.0	7.4	5.4	e*
12 Sanofi BG Star	6	66.7	0.0	33.3	9.1	2.3	e

## Glucosio



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Bayer Elite	9	88.9	0.0	11.1	8.1	3.8	e*
2 Hemocue 201+ (alt)	57	91.2	5.3	3.5	7.8	5.4	e
3 OneTouch Ultra	28	100.0	0.0	0.0	10.1	4.5	e
4 OneTouch Verio	6	100.0	0.0	0.0	7.0	2.5	e
5 AccuChek Compact	4	75.0	25.0	0.0	7.5	6.9	e*
6 Bayer Contour (15s)	46	87.0	6.5	6.5	8.5	5.4	e
7 Healthpro	14	100.0	0.0	0.0	12.0	4.5	e
8 Mylife UNIO	5	80.0	20.0	0.0	7.6	6.6	e*
9 mylife Pura	57	96.5	3.5	0.0	8.7	5.0	e
10 Omnitest	16	81.2	12.5	6.3	12.8	5.9	e*
11 Alpha Check	4	100.0	0.0	0.0	10.7	5.4	e*

## Acido urico




Deviazione QUALAB : 12 %

Acido urico (µmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	19	89.4	5.3	5.3	334	4.7	e
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	332	2.8	e
3 Reflotron	788	98.1	0.8	1.1	354	4.2	e
4 Fuji Dri-Chem	676	99.7	0.0	0.3	362	2.1	e
5 Spotchem/Ready	121	99.2	0.8	0.0	316	4.9	e
6 Spotchem D-Concept	127	100.0	0.0	0.0	339	4.2	e
7 Piccolo	23	78.3	17.4	4.3	280	8.5	e*
8 Abx Mira	18	100.0	0.0	0.0	324	5.0	e
9 Hitachi S40/M40	13	100.0	0.0	0.0	336	3.0	e

## Urea




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	17	94.1	0.0	5.9	14.4	3.0	e
2 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	14.0	5.1	e
3 Reflotron	345	96.0	2.3	1.7	14.0	6.4	e
4 Fuji Dri-Chem	421	99.8	0.0	0.2	14.4	2.2	e
5 Spotchem/Ready	83	88.0	9.6	2.4	12.7	9.3	e
6 Spotchem D-Concept	79	84.8	11.4	3.8	13.9	9.4	e
7 Piccolo	31	96.8	0.0	3.2	13.6	2.9	e
8 Abx Mira	10	100.0	0.0	0.0	14.3	4.1	e
9 Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	14.1	3.9	e
10 iStat Chem8	6	83.3	0.0	16.7	17.3	2.1	e

## Potassio




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	27	92.6	7.4	0.0	4.05	2.8	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	4.06	1.3	e
3 Reflotron	816	89.0	7.1	3.9	4.16	3.3	e
4 Fuji Dri-Chem	709	97.2	1.4	1.4	3.96	1.9	e
5 Spotchem D-Concept	128	100.0	0.0	0.0	3.91	1.7	e
6 Spotchem EL-SE 1520	117	93.1	2.6	4.3	3.89	2.4	e
7 Piccolo	18	72.2	5.6	22.2	4.29	3.8	e*
8 Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	4.00	2.3	e*
9 iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	3.90	1.1	e

## Creatinina



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	8	87.5	12.5	0.0	167	7.9	e*
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	164	5.8	e
3 Reflotron	995	97.6	1.6	0.8	192	6.2	e
4 Fuji Dri-Chem	743	98.8	0.5	0.7	164	5.1	e
5 Jaffé	9	100.0	0.0	0.0	170	3.6	e
6 Enzymatisch	4	100.0	0.0	0.0	170	1.8	e
7 Piccolo	31	96.8	0.0	3.2	167	7.8	e
8 Abx Mira	20	100.0	0.0	0.0	168	5.3	e
9 Hitachi S40/M40	14	100.0	0.0	0.0	165	5.1	e

## Creatinina E




Deviazione QUALAB : 18 %

Creatinina E (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Statsensor i / Nova	26	84.6	15.4	0.0	311	9.8	e
2 iStat Chem8	8	100.0	0.0	0.0	181	3.2	e
3 ABL700/800 Radiomete	10	100.0	0.0	0.0	180	3.1	e




## eGFR




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CKD-EPI	733	93.1	1.0	5.9	38	11.7	e
2 Cockcroft-Gault	56	75.0	14.3	10.7	68	21.2	e
3 MDRD	21	90.5	0.0	9.5	36	10.2	e

## LDH




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	20	100.0	0.0	0.0	178	5.4	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	350	1.2	e
3 Fuji Dri-Chem	140	99.3	0.0	0.7	154	4.7	e
4 Spotchem/Ready	38	92.1	2.6	5.3	136	8.6	e
5 Spotchem D-Concept	35	94.2	2.9	2.9	131	9.1	e
6 Abx Mira	11	90.9	0.0	9.1	173	4.4	e
7 Hitachi S40/M40	4	100.0	0.0	0.0	168	4.5	e*

# Magnesio



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	15	93.3	6.7	0.0	1.07	6.1	e*
2 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	1.10	4.6	e
3 Fuji Dri-Chem	111	98.2	1.8	0.0	1.11	4.2	e
4 Spotchem D-Concept	24	100.0	0.0	0.0	0.93	4.5	e
5 Spotchem/Ready	17	100.0	0.0	0.0	0.94	2.7	e
6 Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	1.06	0.9	e

## Sodio




Deviazione QUALAB : 6 %

Sodio (mmol/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	26	100.0	0.0	0.0	146	1.7	e
2 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	145	1.1	e
3 Fuji Dri-Chem	655	98.6	0.8	0.6	147	1.5	e
4 Spotchem D-Concept	123	100.0	0.0	0.0	143	1.3	e
5 Spotchem EL-SE 1520	117	95.7	2.6	1.7	143	2.2	e
6 Piccolo	19	100.0	0.0	0.0	140	2.5	e
7 Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	147	2.8	e*
8 iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	144	0.8	e

## Fosfati




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	12	100.0	0.0	0.0	1.3	3.1	e
2 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	1.3	2.5	e
3 Fuji Dri-Chem	73	100.0	0.0	0.0	1.4	2.6	e
4 Spotchem D-Concept	15	100.0	0.0	0.0	1.5	3.7	e
5 Spotchem/Ready	7	100.0	0.0	0.0	1.2	7.2	e*
6 Piccolo	5	100.0	0.0	0.0	1.6	3.4	e
7 Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	1.4	1.6	e

## Proteine totali



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	17	100.0	0.0	0.0	53.4	3.0	e
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	52.7	4.2	e
3 Fuji Dri-Chem	183	97.3	1.1	1.6	50.9	3.2	e
4 Spotchem/Ready	39	97.4	2.6	0.0	53.8	5.5	e
5 Spotchem D-Concept	62	88.7	8.1	3.2	55.6	7.4	e
6 Piccolo	22	95.5	0.0	4.5	54.6	2.0	e
7 Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	54.2	6.0	e*
8 Hitachi S40/M40	5	100.0	0.0	0.0	56.0	5.1	e*

## Transaminasi GOT/AST




Deviazione QUALAB : 18 %

Transaminasi GOT/AST (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC con Pyridox 37'	16	100.0	0.0	0.0	109	5.8	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	102	5.7	e
3 Reflotron	900	98.3	1.1	0.6	131	6.2	e
4 Fuji Dri-Chem	716	98.8	0.6	0.6	100	3.4	e
5 Spotchem/Ready	156	98.8	0.6	0.6	93	5.8	e
6 Spotchem D-Concept	136	99.3	0.0	0.7	100	6.0	e
7 IFCC senza Pyridox 3	4	100.0	0.0	0.0	105	8.3	e*
8 Piccolo	30	96.7	0.0	3.3	103	3.0	e
9 Abx Mira	20	100.0	0.0	0.0	104	5.5	e
10 Hitachi S40/M40	16	93.7	0.0	6.3	109	4.1	e


## Transaminasi GPT/ALT



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC con Pyridox 37'	17	94.1	0.0	5.9	77	5.7	e
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	74	3.8	e
3 Reflotron	935	97.8	1.0	1.2	70	5.5	e
4 Fuji Dri-Chem	730	98.9	0.3	0.8	75	4.0	e
5 Spotchem/Ready	159	98.7	0.0	1.3	60	5.7	e
6 Spotchem D-Concept	141	99.3	0.0	0.7	52	5.8	e
7 Piccolo	31	96.8	0.0	3.2	69	3.4	e
8 Abx Mira	20	100.0	0.0	0.0	77	4.6	e
9 Hitachi S40/M40	15	100.0	0.0	0.0	76	4.3	e




## Trigliceridi




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	21	100.0	0.0	0.0	1.57	5.2	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	1.58	5.6	e
3 Reflotron	682	94.3	3.4	2.3	1.59	9.4	e
4 Fuji Dri-Chem	659	99.5	0.3	0.2	1.56	3.8	e
5 Spotchem/Ready	140	98.6	1.4	0.0	1.43	6.1	e
6 Spotchem D-Concept	127	100.0	0.0	0.0	1.61	4.5	e
7 Hitachi S40/M40	11	100.0	0.0	0.0	1.56	5.3	e
8 Piccolo	20	100.0	0.0	0.0	1.75	1.8	e
9 Cholestech LDX	192	99.5	0.5	0.0	1.57	6.0	e
10 Abx Mira	18	100.0	0.0	0.0	1.55	4.6	e

## Bicarbonat



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Piccolo	7	100.0	0.0	0.0	22	5.6	e*

## LDL Cholesterin




Deviazione QUALAB : 25 %

LDL Cholesterin (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Mira	9	100.0	0.0	0.0	2.6	6.7	e
2 Chimica umida	8	100.0	0.0	0.0	3.0	4.4	e
3 Roche, Cobas	4	100.0	0.0	0.0	3.0	1.9	e
4 Hitachi S40/M40	4	100.0	0.0	0.0	2.4	2.3	e

## Litio




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	14	100.0	0.0	0.0	0.94	4.6	e

## Laktat




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	7	100.0	0.0	0.0	3.58	7.2	e*

## Lipasi




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	68.0	7.2	e*
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	103.5	7.8	e*
3 Beckman/Olympus	4	100.0	0.0	0.0	101.0	7.6	e*
4 Cobas	8	87.5	12.5	0.0	82.0	7.5	e*
5 Fuji Dri-Chem	58	98.3	0.0	1.7	113.3	4.8	e

## Creatinina SP



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Spotchem/Ready	156	67.9	23.1	9.0	114	14.2	e
2 Spotchem D-Concept	135	98.5	1.5	0.0	113	6.3	e


## eGFR (Spotchem)



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CKD-EPI	94	88.3	5.3	6.4	64	13.9	e
2 Cockcroft-Gault	5	20.0	40.0	40.0	115	32.3	a



## HbA1c campione A




Deviazione QUALAB : 9 %

HbA1c campione A (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	26	100.0	0.0	0.0	7.8	3.5	e
2 Afinion	627	99.1	0.6	0.3	8.4	2.7	e
3 Eurolyser	11	72.7	18.2	9.1	8.0	6.5	e*
4 Hemocue HbA1c 501	10	100.0	0.0	0.0	8.1	4.3	e*
5 NycoCard	107	83.2	8.4	8.4	7.9	5.2	e
6 DCA2000/Vantage	200	100.0	0.0	0.0	7.9	3.1	e
7 Andere	7	100.0	0.0	0.0	8.1	3.9	a
8 HPLC	6	100.0	0.0	0.0	8.1	1.3	a
9 Roche, Cobas	17	100.0	0.0	0.0	7.9	1.8	e
10 A1c Now	7	85.7	14.3	0.0	8.1	5.2	a


## HbA1c campione B



Deviazione QUALAB : 9 %


HbA1c campione B (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	24	100.0	0.0	0.0	7.2	2.5	e
2 Afinion	546	98.9	0.7	0.4	7.4	2.8	e
3 Eurolyser	16	75.0	12.5	12.5	7.6	5.0	e*
4 Hemocue HbA1c 501	10	90.0	10.0	0.0	7.4	5.2	e*
5 NycoCard	97	86.6	7.2	6.2	7.2	4.8	e
6 DCA2000/Vantage	220	98.6	1.4	0.0	7.2	3.1	e
7 Andere	6	100.0	0.0	0.0	7.3	3.7	a
8 HPLC	4	100.0	0.0	0.0	7.3	1.9	a
9 Roche, Cobas	16	100.0	0.0	0.0	7.3	1.9	e

pCO<sub>2</sub>


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	17	100.0	0.0	0.0	1.67	5.6	e
2 iStat	36	97.2	0.0	2.8	1.86	4.1	e
3 EPOC	23	95.7	0.0	4.3	1.32	7.1	e

**pO2**



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	14	78.6	7.1	14.3	10.57	11.5	e*
2 iStat	35	88.6	0.0	11.4	10.63	6.9	e
3 EPOC	23	78.3	4.3	17.4	8.73	8.5	e

# pH




Deviazione QUALAB : 1 %

pH ()

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	16	100.0	0.0	0.0	7.58	0.3	e
2 iStat	36	100.0	0.0	0.0	7.67	0.2	e
3 EPOC	23	100.0	0.0	0.0	7.68	0.1	e

## Glucosio GS




Deviazione QUALAB : 10 %

Glucosio GS (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	5	80.0	20.0	0.0	15.2	5.4	e*
2 iStat	13	100.0	0.0	0.0	13.8	1.5	e
3 EPOC	15	93.3	0.0	6.7	14.9	2.4	e

## Potassio BG




Deviazione QUALAB : 6 %

Potassio BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	15	100.0	0.0	0.0	5.3	2.2	e
2 iStat	21	100.0	0.0	0.0	5.3	0.7	e
3 EPOC	19	100.0	0.0	0.0	4.9	1.2	e

## Sodio BG




Deviazione QUALAB : 6 %

Sodio BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	16	100.0	0.0	0.0	123.2	2.0	e
2 iStat	21	100.0	0.0	0.0	126.6	0.6	e
3 EPOC	18	94.4	0.0	5.6	115.6	0.9	e



## Cloruro-BG




Deviazione QUALAB : 6 %

Cloruro-BG (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	6	100.0	0.0	0.0	70.4	2.7	e*

## Calcium-BG




Deviazione QUALAB : 12 %

Calcium-BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	10	100.0	0.0	0.0	0.38	3.8	e
2 iStat	12	100.0	0.0	0.0	0.38	3.6	e
3 EPOC	19	100.0	0.0	0.0	0.31	5.8	e

## Lattato-BG




Deviazione QUALAB : 10 %

Lattato-BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 EPOC	20	70.0	20.0	10.0	13.50	7.5	e*
2 iStat	7	100.0	0.0	0.0	10.98	1.2	e

## Calcio - urine



Deviazione QUALAB : 12 %

Calcio - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	13	100.0	0.0	0.0	2.27	2.6	e

## Cloro - urine




Deviazione QUALAB : 6 %

Cloro - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	5	100.0	0.0	0.0	147	3.2	e*
2 ISE diretto	4	100.0	0.0	0.0	153	1.7	e*

## Glucosio - urine




Deviazione QUALAB : 10 %

Glucosio - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	12	100.0	0.0	0.0	9.0	3.9	e

## Magnesio - urine




Deviazione QUALAB : 12 %

Magnesio - urine (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	8	100.0	0.0	0.0	3.4	5.1	e*

## Osmolalità - urine




Deviazione QUALAB : 10 %

Osmolalità - urine (mosm/kg)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cryoscopia	6	100.0	0.0	0.0	626	0.5	e



## Fosforo - urine




Deviazione QUALAB : 15 %

Fosforo - urine (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	14	100.0	0.0	0.0	12.1	4.4	e

## Potassio - urine




Deviazione QUALAB : 15 %

Potassio - urine (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	18	100.0	0.0	0.0	51	2.2	e

## Proteina - urina




Deviazione QUALAB : 20 %

Proteina - urina (mg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas/Roche	12	91.7	8.3	0.0	341.6	8.5	e*
2 altro	4	100.0	0.0	0.0	425.5	9.6	e*

## Sodio - urine




Deviazione QUALAB : 15 %

Sodio - urine (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	18	100.0	0.0	0.0	126	1.5	e

## Urea - urine




Deviazione QUALAB : 15 %

Urea - urine (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	14	100.0	0.0	0.0	204	5.3	e

## Acido urico - urine




Deviazione QUALAB : 15 %

Acido urico - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	13	100.0	0.0	0.0	0.85	4.4	e

## Peso Specifico - urine




Deviazione QUALAB : 5 %

Peso Specifico - urine ( )

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Refraktometer	7	100.0	0.0	0.0	1.018	0.2	e


## Quick OA



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Thromborel S	4	75.0	25.0	0.0	1.63	9.7	e*
2 Neoplastin Plus	5	80.0	20.0	0.0	1.94	8.6	e*
3 Innovin	17	94.1	5.9	0.0	1.62	6.0	e
4 Recombiplastin IL	5	80.0	20.0	0.0	1.59	8.5	e*
5 altro	4	75.0	25.0	0.0	1.59	9.6	e*
6 Neoplastin R	8	100.0	0.0	0.0	1.75	5.2	e*




## Fibrinogeno OA




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 altro	11	81.8	18.2	0.0	1.03	8.7	e*
2 Siemens Thrombin	4	100.0	0.0	0.0	1.04	6.4	e*
3 Stago/STA	7	100.0	0.0	0.0	1.12	3.7	e

## aPTT OA




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 altro	14	85.8	7.1	7.1	41.5	13.4	e*
2 Actin FS	8	100.0	0.0	0.0	47.6	12.1	e*
3 Stago/STA	6	100.0	0.0	0.0	50.0	2.1	e

## Quick N




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Neoplastin R	5	100.0	0.0	0.0	93	4.6	e*
2 Innovin	10	100.0	0.0	0.0	95	6.8	e*
3 tutti	5	100.0	0.0	0.0	92	7.2	e*
4 Recombiplastin IL	6	100.0	0.0	0.0	100	0.0	e

## Fibrinogen N




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Siemens Thrombin	4	100.0	0.0	0.0	2.60	3.1	e
2 altro	12	100.0	0.0	0.0	2.47	5.7	e
3 Stago/STA	8	87.5	12.5	0.0	2.83	7.4	e*

## aPTT N




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Actin FS	9	88.9	0.0	11.1	27.0	5.3	e
2 altro	12	100.0	0.0	0.0	26.2	5.0	e
3 Stago/STA	7	100.0	0.0	0.0	32.0	3.2	e

## Quick H




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Neoplastin R	5	100.0	0.0	0.0	99	2.1	e
2 Innovin	9	88.9	11.1	0.0	94	7.0	e*
3 Recombiplastin IL	5	100.0	0.0	0.0	99	4.6	e*

## Fibrinogen H



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Siemens Thrombin	4	100.0	0.0	0.0	3.26	1.3	e
2 altro	10	70.0	30.0	0.0	3.12	11.3	e*
3 Stago/STA	6	100.0	0.0	0.0	3.49	6.1	e*


## aPTT H



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Actin FS	7	100.0	0.0	0.0	120.0	0.0	e
2 altro	9	100.0	0.0	0.0	120.0	0.0	e
3 Stago/STA	5	100.0	0.0	0.0	150.0	15.0	e*




## Troponina I




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Vidas	6	83.3	0.0	16.7	3015.0	4.1	e
2 AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	130.0	7.7	e*
3 ADVIA Centaur XP/CP	6	100.0	0.0	0.0	725.0	7.9	e*
4 Eurolyser	12	100.0	0.0	0.0	1000.0	0.0	e

## Troponina T




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas hs	5	100.0	0.0	0.0	619.00	12.2	e*
2 Cobas hs STAT	4	100.0	0.0	0.0	613.40	2.3	e

## D-Dimeri



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 STA Liatest	7	100.0	0.0	0.0	1.85	2.8	e
2 Eurolyser	23	82.7	4.3	13.0	0.93	12.9	e*
3 ACL	4	100.0	0.0	0.0	2.82	7.0	e*
4 AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	1.12	6.0	e
5 Vidas	10	100.0	0.0	0.0	1.86	8.6	e*

## D-Dimeri NC




Deviazione QUALAB : 21 %

D-Dimeri NC (mg/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 NycoCard	37	78.4	10.8	10.8	1.00	16.5	e*

## TSH




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	16.2	4.1	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	5	100.0	0.0	0.0	15.9	4.2	e
3 Architect	8	100.0	0.0	0.0	14.0	6.6	e
4 Vidas	9	100.0	0.0	0.0	19.2	4.2	e
5 Qualigen	4	100.0	0.0	0.0	13.1	8.9	e*

## FT3




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	15.3	3.1	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	12.2	4.5	e
3 Architect	7	100.0	0.0	0.0	11.0	8.5	e*
4 Vidas	4	100.0	0.0	0.0	13.9	2.9	e

## FT4



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	53.3	4.0	e
2 ADVIA Centaur XP	4	100.0	0.0	0.0	38.2	5.6	e*
3 Architect	8	75.0	12.5	12.5	45.0	11.8	e*
4 Vidas	6	100.0	0.0	0.0	57.6	2.5	e


## Cortisol



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	852	1.5	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	823	7.2	e*



## Luteinisierendes Hormon




Deviazione QUALAB : 24 %

Luteinisierendes Hormon (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	44.0	0.9	e


## Follikelstimulierendes Hormon



Deviazione QUALAB : 24 % Follikelstimulierendes Hormon (U/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	32.3	3.4	e

## Prolaktin (PRL)



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	28.4	11.0	e*

## Troponina T CR




Deviazione QUALAB : 24 %

Troponina T CR (ng/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	765	96.2	3.0	0.8	248.32	10.4	e
2 Cardiac Reader	62	95.2	3.2	1.6	253.98	13.6	e

## Troponin I WB




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 iStat	4	100.0	0.0	0.0	3.12	10.2	e*

## Mioglobina CR



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	4	100.0	0.0	0.0	288.5	10.3	e*

## D-Dimere CR




Deviazione QUALAB : 21 %

D-Dimere CR (mg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	784	96.3	2.9	0.8	0.29	9.6	e
2 Cardiac Reader	58	84.5	13.8	1.7	0.27	13.3	e


## CKMB - K8



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	7	100.0	0.0	0.0	9.6	8.4	e




## NT-proBNP CR



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	488	89.7	7.0	3.3	1681	14.7	e
2 Cardiac Reader	20	85.0	10.0	5.0	1765	20.7	e*

## PCO2 CCA




Deviazione QUALAB : 12 %

PCO2 CCA (kPa)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	14	100.0	0.0	0.0	3.36	4.7	e

## PO2 CCA




Deviazione QUALAB : 15 %

PO2 CCA (kPa)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	14	100.0	0.0	0.0	18.86	5.3	e

## pH CCA




Deviazione QUALAB : 1 %

pH CCA ()

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	14	100.0	0.0	0.0	7.62	0.2	e

## Potassio CCA




Deviazione QUALAB : 6 %

Potassio CCA (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	8	100.0	0.0	0.0	5.9	1.9	e

## Sodio CCA




Deviazione QUALAB : 6 %

Sodio CCA (mmol/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	7	100.0	0.0	0.0	159.0	1.5	e

## Ferritina



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	21.90	12.4	e*
2 Cobas E / Elecsys	11	100.0	0.0	0.0	32.23	4.3	e
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	32.33	7.0	e*
4 Mira/DiaSys	4	100.0	0.0	0.0	32.00	12.4	e*
5 Mini Vidas	4	100.0	0.0	0.0	24.74	9.6	e*
6 Eurolyser	18	88.8	5.6	5.6	34.89	11.9	e


## Vitamina B12



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	5	80.0	20.0	0.0	130.00	13.1	e*
2 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	211.39	6.5	e*
3 Architect	4	100.0	0.0	0.0	200.50	7.2	e*



## Acido folico




Deviazione QUALAB : 20 %

Acido folico (nmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	7.52	5.7	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	6.67	11.8	e*

# BNP



Deviazione QUALAB : 27 %


BNP (ng/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage Meter	42	81.0	11.9	7.1	1475.7	17.4	e

## G10 Quick WB

### Quick / INR WB

Ospedale universitario Zurigo




INRatio partecipanti

Nell'ambito del controllo circolare G10 vengono confrontati gli INR dei partecipanti con quelli dell'ospedale universitario di Zurigo.

Nr.	metodo	totale	% conforme	% insuff.	% outlier
1	INRatio	58	93.1	5.17	1.72


## Bilirubin totale Neo



Deviazione QUALAB : 18 %


Bilirubin totale Neo ( $\mu\text{mol/l}$ )

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	12	100.0	0.0	0.0	289	7.5	e*

**Bilirubin diretta**


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	13	92.3	0.0	7.7	131	9.3	e*

## Bilirubin neonatale




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	5	100.0	0.0	0.0	383	3.2	e
2 ABL700/800 Radiomete	4	100.0	0.0	0.0	357	2.9	e

## CK-MB



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Fuji Dri-Chem	42	92.9	0.0	7.1	9.6	11.0	e


## PSA



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	11.35	3.2	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	5	100.0	0.0	0.0	9.22	2.5	e
3 Architect	6	100.0	0.0	0.0	9.33	3.5	e
4 Qualigen	5	80.0	20.0	0.0	11.50	16.6	e*




## PSA frei




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	2.53	2.6	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	2.12	5.7	e

## CEA



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	9.7	2.2	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	10.6	7.8	e*
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	14.2	5.4	e

## CA 125




Deviazione QUALAB : 25 %

CA 125 (kIU/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Type
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	71.3	6.0	e

## CA 15-3




Deviazione QUALAB : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	38.1	6.4	e*

# AFP




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Type
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	12	3.9	e

## HCG qn



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	54	4.0	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	21	7.3	e*
3 Vidas	4	100.0	0.0	0.0	6	6.5	a

## pH OR




Deviazione QUALAB : 1 %

pH OR ()

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	78	98.7	0.0	1.3	7.58	0.0	e
2 Radiometer NPT-7	6	100.0	0.0	0.0	7.61	0.2	e
3 ABL 90	25	100.0	0.0	0.0	7.60	0.0	e
4 ABL 80 / Coox	13	100.0	0.0	0.0	7.62	0.2	e
5 ABL 5	6	100.0	0.0	0.0	7.58	0.1	e


## pCO2 OR



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	77	97.4	2.6	0.0	1.64	4.5	e
2 Radiometer NPT-7	6	66.6	16.7	16.7	1.73	8.6	e*
3 ABL 90	25	100.0	0.0	0.0	1.79	2.5	e
4 ABL 80 / Coox	13	84.6	15.4	0.0	1.58	7.3	e*
5 ABL 5	6	100.0	0.0	0.0	1.71	5.8	e*




## pO2 OR




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	77	92.2	0.0	7.8	10.04	4.5	e
2 Radiometer NPT-7	6	100.0	0.0	0.0	8.44	5.6	e*
3 ABL 90	25	72.0	8.0	20.0	7.36	6.2	e
4 ABL 80 / Coox	13	84.6	7.7	7.7	8.54	11.9	e*
5 ABL 5	6	100.0	0.0	0.0	7.97	2.5	e

## ctHb OR




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	70	95.7	0.0	4.3	194.8	2.3	e
2 Radiometer NPT-7	4	75.0	0.0	25.0	298.1	0.7	e
3 ABL 90	25	92.0	0.0	8.0	195.8	0.7	e
4 ABL 80 / Coox	9	100.0	0.0	0.0	197.0	1.7	e

## sO2 OR



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	53	100.0	0.0	0.0	70.383	0.1	e
2 ABL 90	23	100.0	0.0	0.0	70.378	0.1	e
3 ABL 80 / Coox	9	100.0	0.0	0.0	70.400	0.1	e

## FO2Hb OR




Deviazione QUALAB : 20 %

FO2Hb OR (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	49	100.0	0.0	0.0	48.422	0.2	e
2 Radiometer NPT-7	5	100.0	0.0	0.0	49.100	0.4	e
3 ABL 90	23	100.0	0.0	0.0	48.804	0.2	e
4 ABL 80 / Coox	9	100.0	0.0	0.0	48.700	0.1	e

## FCOHb OR




Deviazione QUALAB : 20 %

FCOHb OR (%)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	50	100.0	0.0	0.0	21.106	0.9	e
2 Radiometer NPT-7	5	100.0	0.0	0.0	20.100	1.5	e
3 ABL 90	23	100.0	0.0	0.0	20.691	0.7	e
4 ABL 80 / Coox	9	100.0	0.0	0.0	20.800	0.8	e

## FMetHb OR



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	51	100.0	0.0	0.0	10.100	1.0	e
2 Radiometer NPT-7	5	100.0	0.0	0.0	10.000	0.5	e
3 ABL 90	23	100.0	0.0	0.0	9.978	0.6	e
4 ABL 80 / Coox	9	100.0	0.0	0.0	10.000	0.7	e

## FHbF OR




Deviazione QUALAB : 20 %

FHbF OR (%)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL 90	6	100.0	0.0	0.0	60.000	2.3	e
2 ABL 80 / Coox	4	100.0	0.0	0.0	20.500	0.5	e

## Bilirubin OR




Deviazione QUALAB : 18 %

Bilirubin OR (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	8	100.0	0.0	0.0	457.0	1.0	e
2 ABL 90	10	100.0	0.0	0.0	451.9	0.8	e



## Kalium OR




Deviazione QUALAB : 6 %

Kalium OR (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	65	98.5	0.0	1.5	5.5	0.9	e
2 ABL 90	25	100.0	0.0	0.0	5.5	0.6	e
3 ABL 80 / Coox	5	100.0	0.0	0.0	5.1	1.0	e

## Natrium OR




Deviazione QUALAB : 6 %

Natrium OR (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	63	100.0	0.0	0.0	127.7	0.7	e
2 ABL 90	25	100.0	0.0	0.0	128.0	0.3	e
3 ABL 80 / Coox	4	100.0	0.0	0.0	123.0	1.0	e

## Kalzium OR




Deviazione QUALAB : 12 %

Kalzium OR (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	64	98.4	0.0	1.6	0.45	2.8	e
2 ABL 90	25	100.0	0.0	0.0	0.46	1.2	e
3 ABL 80 / Coox	5	100.0	0.0	0.0	0.38	2.2	e

## Chlorid OR




Deviazione QUALAB : 6 %

Chlorid OR (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	53	98.1	1.9	0.0	66.53	1.9	e
2 ABL 90	25	96.0	4.0	0.0	65.64	2.1	e
3 ABL 80 / Coox	4	100.0	0.0	0.0	67.50	5.2	e*

## Glucose OR



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	65	100.0	0.0	0.0	14.3	2.9	e
2 ABL 90	25	100.0	0.0	0.0	13.9	2.6	e

## Laktat OR




Deviazione QUALAB : 10 %

Laktat OR (mmol/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800 Radiomete	67	95.5	1.5	3.0	10.38	4.1	e
2 ABL 90	25	96.0	4.0	0.0	10.35	3.7	e

## BNP Plasma



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	5	100.0	0.0	0.0	2325.0	7.1	a
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	2041.0	10.9	e*


## NT-proBNP



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	7355.0	4.6	e
2 Vidas	4	100.0	0.0	0.0	2881.0	11.7	e*
3 Cobas E / Elecsys	11	100.0	0.0	0.0	2320.0	12.3	e*



## Cholesterin PTS




Deviazione QUALAB : 10 %

Cholesterin PTS (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CardioChek	4	100.0	0.0	0.0	5.4	0.8	e

## Cholesterin HDL PTS




Deviazione QUALAB : 21 %

Cholesterin HDL PTS (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CardioChek	4	100.0	0.0	0.0	2.6	0.0	e

## Triglyceride PTS




Deviazione QUALAB : 20 %

Triglyceride PTS (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CardioChek	4	0.0	0.0	100.0	1.62	0.0	e

## Microalbumina



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Siemens Clinitek	10	90.0	0.0	10.0	31.3	10.7	e
2 Afinion	323	97.5	0.6	1.9	34.5	9.2	e
3 NycoCard	16	74.9	6.3	18.8	40.5	15.2	e*
4 Turbidimetrie	16	100.0	0.0	0.0	39.4	10.0	e
5 DCA2000/Vantage	112	97.3	0.0	2.7	41.9	5.3	e

## Creatinina urina




Deviazione QUALAB : 21 %

Creatinina urina (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 DCA2000/Vantage	112	97.3	0.0	2.7	7.0	4.0	e
2 Afinion	323	99.1	0.3	0.6	6.3	5.2	e
3 Chimica umida	26	100.0	0.0	0.0	6.8	6.4	e
4 Siemens Clinitek	9	88.9	0.0	11.1	8.8	0.2	e

## INR CCXS




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CoaguChek XS	2336	98.8	0.7	0.5	2.7	4.2	e

# INR HC



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Hemochron j.	21	71.5	9.5	19.0	4.4	11.8	e*


# Osmolalität



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cryoscopia	11	100.0	0.0	0.0	307	1.8	e




## Kalium - K22



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	9	100.0	0.0	0.0	3.6	1.7	e

## Natrium - K22




Deviazione QUALAB : 6 %

Natrium - K22 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	8	100.0	0.0	0.0	173	2.1	e*

## Glukose - K22




Deviazione QUALAB : 10 %

Glukose - K22 (mmol/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	8	100.0	0.0	0.0	20.4	3.0	e

## Harnstoff - K22




Deviazione QUALAB : 15 %

Harnstoff - K22 (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	8	87.5	12.5	0.0	3.1	7.3	e*

## Procalcitonin



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	13	92.3	0.0	7.7	3.88	3.6	e
2 Mini Vidas	9	100.0	0.0	0.0	4.74	3.3	e
3 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	2.24	13.7	e*

## Parathormon




Deviazione QUALAB : 24 %

Parathormon (pmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas PTH STAT	5	100.0	0.0	0.0	19.2	3.4	e

## 25-OH Vitamin D



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Qualigen	4	100.0	0.0	0.0	129.5	17.3	e*
2 Cobas	8	87.5	0.0	12.5	87.7	7.1	e
3 Architect	4	100.0	0.0	0.0	87.4	5.0	e


# Digoxin



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 altro	11	90.9	9.1	0.0	3.38	12.0	e*




## Valproat



Deviazione QUALAB : 24 %

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	5	100.0	0.0	0.0	639.0	2.3	e

## Ematocrito




Deviazione QUALAB : 9 %

Ematocrito (l/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 EPOC	4	100.0	0.0	0.0	0.48	2.7	e*

## Troponin Triage




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage Next Gen	16	93.7	0.0	6.3	2.53	13.1	e*
2 Triage SOB/Cardiac	24	70.8	12.5	16.7	1.60	17.7	e*

## D-Dimere Triage



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage Meter	39	79.5	7.7	12.8	241.56	12.0	e

## CK-MB Triage




Deviazione QUALAB : 40 %

CK-MB Triage (µg/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage Meter	20	90.0	5.0	5.0	5.1	20.3	e

## Myoglobin Triage




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage Meter	18	88.9	11.1	0.0	350.0	18.1	e*

## Alcol



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	5	100.0	0.0	0.0	17.8	1.7	e


## Calprotectin



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Bühlmann	7	85.7	0.0	14.3	89	13.5	e*




## Cholesterolo Af/b101



Deviazione QUALAB : 10 % Cholesterolo Af/b101 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	28	100.0	0.0	0.0	4.7	2.2	e
2 Afinion	233	99.6	0.0	0.4	4.8	3.4	e


## Cholesterolo HDL Af/b101



Deviazione QUALAB : 21 % Cholesterolo HDL Af/b101 (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	28	100.0	0.0	0.0	1.3	4.4	e
2 Afinion	233	97.0	0.4	2.6	1.0	4.8	e

## Trigliceridi Af/b101




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	28	100.0	0.0	0.0	1.71	2.5	e
2 Afinion	233	99.6	0.0	0.4	1.55	4.0	e

## Troponin I S



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Samsung LABGEO IB10	71	85.9	12.7	1.4	1.77	15.5	e

## D Dimere qn S




Deviazione QUALAB : 21 %

D Dimere qn S (mg/l)


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Samsung LABGEO IB10	85	97.6	1.2	1.2	1.11	8.2	e

## NT-pro BNP S




No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Samsung LABGEO IB10	54	96.2	1.9	1.9	836.5	11.6	e

## INR MI



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 microINR	62	66.1	14.5	19.4	2.0	9.3	e

## INR Eurolyser



No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Eurolyser	7	71.4	0.0	28.6	0.8	4.2	e