



Bericht zum Ringversuch MQ 2015-3 U3 Drogenurin

Amphetamine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Roche Cobas	Negativ	6	6	100
Triage 8	Negativ	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativ	4	4	100
Intex	Negativ	5	5	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere quantitativ	Negativ	11	11	100
Andere Schnelltests	Negativ	50	50	100
TOTAL		97	97	100

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Intex	Negativ	2	2	100
Syva Rapid Test	Negativ	2	2	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere Schnelltests	Negativ	23	23	100
TOTAL		38	38	100

Ecstasy

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Andere Schnelltests	Negativ	12	12	100

Barbiturate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Negativ	6	6	100
Triage 8	Negativ	9	9	100
Intex	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere quantitativ	Negativ	8	8	100
Andere Schnelltests	Negativ	24	24	100
TOTAL		59	59	100

Benzodiazepine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Negativ	7	7	100
Triage 8	Negativ	9	9	100
Intex	Negativ	11	11	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere quantitativ	Negativ	13	12	92
Andere Schnelltests	Negativ	58	58	100
TOTAL		110	109	99

Cannabinoide

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Negativ	8	8	100
Triage 8	Negativ	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativ	6	6	100
Intex	Negativ	12	11	92
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere quantitativ	Negativ	14	14	100
Andere Schnelltests	Negativ	62	61	98
TOTAL		123	121	98

Cocain

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Negativ	7	7	100
Triage 8	Negativ	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativ	6	6	100
Intex	Negativ	10	10	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere quantitativ	Negativ	14	14	100
Andere Schnelltests	Negativ	63	63	100
TOTAL		121	121	100

LSD

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Negativ	1	1	100

Methadon*1500 µg/L Methadon, 750 µg/L EDDP*

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Positiv	7	7	100
Triage 8	Positiv	9	9	100
Intex	Positiv	11	11	100
Syntron Quik	Positiv	1	1	100
Triage TOX	Positiv	11	11	100
Andere quantitativ	Positiv	13	13	100
Andere Schnelltests	Positiv	48	47	98
TOTAL		100	99	99

Opiate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Negativ	7	7	100
Triage 8	Negativ	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativ	6	6	100
Intex	Negativ	12	12	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere quantitativ	Negativ	15	15	100
Andere Schnelltests	Negativ	61	61	100
TOTAL		122	122	100

Paracetamol

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Triage TOX	Negativ	11	11	100

Phencyclidin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere Schnelltests	Negativ	9	9	100
TOTAL		20	20	100

Trizyklische Antidepressiva*3000 µg/L Amitriptylin*

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Triage 8	Positiv	8	7	88
Triage TOX	Positiv	11	11	100
Alle Methoden	Positiv	16	16	100
TOTAL		35	34	97

Zürich, 28.9.2015
 Dr. R. Fried