



## Bericht zum Ringversuch MQ 2015-4 U3 Drogenurin

### Amphetamine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Roche Cobas	Negativ	6	6	100
Triage 8	Negativ	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativ	3	3	100
Intex	Negativ	5	5	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere quantitativ	Negativ	12	12	100
Andere Schnelltests	Negativ	48	48	100
<b>TOTAL</b>		<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100</b>

### Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Intex	Negativ	2	2	100
Syva Rapid Test	Negativ	2	2	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere Schnelltests	Negativ	21	21	100
<b>TOTAL</b>		<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100</b>

### Ecstasy

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Andere Schnelltests	Negativ	11	11	100

### Barbiturate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Negativ	6	6	100
Triage 8	Negativ	9	9	100
Intex	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere quantitativ	Negativ	8	8	100
Andere Schnelltests	Negativ	23	23	100
<b>TOTAL</b>		<b>58</b>	<b>58</b>	<b>100</b>

**Benzodiazepine***1000 µg Nordazepam*

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Positiv	7	7	100
Triage 8	Positiv	9	9	100
Intex	Positiv	11	11	100
Syntron Quik	Positiv	1	1	100
Triage TOX	Positiv	11	11	100
Andere quantitativ	Positiv	14	14	100
Andere Schnelltests	Positiv	57	56	98
<b>TOTAL</b>		<b>110</b>	<b>109</b>	<b>99</b>

**Cannabinoide***125 µg 11-Nor- $\Delta^9$ -THC-Carbonsäure, 125 µg  $\Delta^9$ -THC*

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Positiv	8	8	100
Triage 8	Positiv	9	9	100
Syva Rapid Test	Positiv	6	6	100
Intex	Positiv	12	11	92
Syntron Quik	Positiv	1	1	100
Triage TOX	Positiv	11	11	100
Andere quantitativ	Positiv	15	14	93
Andere Schnelltests	Positiv	62	57	92
<b>TOTAL</b>		<b>124</b>	<b>117</b>	<b>94</b>

**Cocain**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Negativ	7	7	100
Triage 8	Negativ	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativ	5	5	100
Intex	Negativ	10	10	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere quantitativ	Negativ	15	15	100
Andere Schnelltests	Negativ	61	61	100
<b>TOTAL</b>		<b>119</b>	<b>119</b>	<b>100</b>

**LSD**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	<b>Negativ</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>

**Methadon**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Negativ	7	7	100
Triage 8	Negativ	9	9	100
Intex	Negativ	11	11	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere quantitativ	Negativ	14	14	100
Andere Schnelltests	Negativ	47	47	100
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Methaqualon**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Alle Methoden	Negativ	1	1	100

**Opiate**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Cobas	Negativ	7	7	100
Triage 8	Negativ	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativ	5	5	100
Intex	Negativ	12	12	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Andere quantitativ	Negativ	16	16	100
Andere Schnelltests	Negativ	58	58	100
<b>TOTAL</b>		<b>119</b>	<b>119</b>	<b>100</b>

**Paracetamol***8000 µg Paracetamol*

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Triage TOX	Positiv	11	10	91

**Phencyclidin***100 µg Phencyclidine*

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Triage TOX	Positiv	11	11	100
Andere Schnelltests	Positiv	9	9	100
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

**Trizyklische Antidepressiva**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Triage 8	Negativ	8	8	100
Triage TOX	Negativ	11	11	100
Alle Methoden	Negativ	14	12	86
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>	<b>31</b>	<b>91</b>

Zürich, 1.12.2015

Dr. R. Fried