



## Rapporto Controlli Circolari MQ 2015-4 U3 Screening delle droghe su urina

### Anfetamine

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Roche Cobas	Negativo	6	6	100
Triage 8	Negativo	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativo	3	3	100
Intex	Negativo	5	5	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test quantitativi	Negativo	12	12	100
Altri test rapidi	Negativo	48	48	100
<b>TOTALE</b>		<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100</b>

### Metanfetamina

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Intex	Negativo	2	2	100
Syva Rapid Test	Negativo	2	2	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test rapidi	Negativo	21	21	100
<b>TOTALE</b>		<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100</b>

### Ecstasy pos/neg

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Altri test rapidi	Negativo	11	11	100

### Barbiturici

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	6	6	100
Triage 8	Negativo	9	9	100
Intex	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Andere quantitativi	Negativo	8	8	100
Altri test rapidi	Negativo	23	23	100
<b>TOTALE</b>		<b>58</b>	<b>58</b>	<b>100</b>

**Benzodiazepine***1000 µg Nordazepam*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Positivo	7	7	100
Triage 8	Positivo	9	9	100
Intex	Positivo	11	11	100
Syntron Quik	Positivo	1	1	100
Triage TOX	Positivo	11	11	100
Altri test quantitativi	Positivo	14	14	100
Altri test rapidi	Positivo	57	56	98
<b>TOTALE</b>		<b>110</b>	<b>109</b>	<b>99</b>

**Cannabinoidi***125 µg 11-Nor-Δ9-THC-Carbonsäure, 125 µg Δ9-THC*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Positivo	8	8	100
Triage 8	Positivo	9	9	100
Syva Rapid Test	Positivo	6	6	100
Intex	Positivo	12	11	92
Syntron Quik	Positivo	1	1	100
Triage TOX	Positivo	11	11	100
Altri test quantitativi	Positivo	15	14	93
Altri test rapidi	Positivo	62	57	92
<b>TOTALE</b>		<b>124</b>	<b>117</b>	<b>94</b>

**Cocaina**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	7	7	100
Triage 8	Negativo	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativo	5	5	100
Intex	Negativo	10	10	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test quantitativi	Negativo	15	15	100
Altri test rapidi	Negativo	61	61	100
<b>TOTALE</b>		<b>119</b>	<b>119</b>	<b>100</b>

**LSD**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	1	1	100

**Metadone**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	7	7	100
Triage 8	Negativo	9	9	100
Intex	Negativo	11	11	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test quantitativi	Negativo	14	14	100
Altri test rapidi	Negativo	47	47	100
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Methaqualon**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Altri test	Negativo	1	1	100

**Oppiacei**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Cobas	Negativo	7	7	100
Triage 8	Negativo	9	9	100
Syva Rapid Test	Negativo	5	5	100
Intex	Negativo	12	12	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Altri test quantitativi	Negativo	16	16	100
Altri test rapidi	Negativo	58	58	100
<b>TOTALE</b>		<b>119</b>	<b>119</b>	<b>100</b>

**Paracetamolo***8000 µg Paracetamol*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Positivo	11	10	91

**Phencyclidin***100 µg Phencyclidine*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Positivo	11	11	100
Altri test rapidi	Positivo	9	9	100
<b>TOTALE</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

**Antidepressivi triciclici**

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage 8	Negativo	8	8	100
Triage TOX	Negativo	11	11	100
Tutti i metodi	Negativo	14	12	86
<b>TOTALE</b>		<b>33</b>	<b>31</b>	<b>91</b>

Zürich, 1.12.2015  
 Dr. R. Fried