

Verein für
Association pour le
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle
contrôle de qualité médical
controllo di qualità medico

Rapporto del controllo circolare

2016 - 1

Campioni

Prima e durante la spedizione sono state controllate l'omogeneità e la stabilità di tutti i campioni e non sono state riscontrate irregolarità. I test sono stati condotti nei laboratori dell'ospedale universitario di Zurigo (<http://www.uzl.usz.ch/>).

I seguenti campioni sono stati prodotti appositamente per MQ in subappalto:

B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Ematologia parassitaria, K14 Marker tumorale.

Determinazione dei valori assegnati

Per ogni valore assegnato è indicato il tipo di procedura secondo ISO17043:2010, B2.1 (colonna "tipo"):

- a) Valori noti, derivati dalla formulazione del materiale
- b) Valori di riferimento certificati per campioni particolari
- c) Valori di riferimento, determinati da analisi
- d) Valori di consenso da laboratori partecipanti esperti
- e) Valori di consenso dai partecipanti

In gruppi con più di 9 partecipanti i valori assegnati vengono in genere determinati con il valore di consenso ("e"). Per la determinazione del valore bersaglio viene utilizzato il valore medio del collettivo di quel metodo. I valori con una deviazione rispetto al valore teorico superiore a 1.5 volte la tolleranza Qualab vengono considerati outlier ed eliminati dal calcolo del valore bersaglio. Come valore di partenza per l'eliminazione degli outlier si utilizzano i risultati degli esami di idoneità.

Per garantire a tutti i partecipanti valori assegnati rappresentativi, in gruppi più piccoli possono essere adottate anche altre procedure.

Incertezza dei valori assegnati

L'incertezza standard (u_x) viene calcolata con la seguente formula (ISO13528):

$u_x = (\text{valore assegnato}/100) \cdot 1.25 / \text{radice quadrata del numero di partecipanti} \cdot \text{coeff. variazione (CV)\%}$

u_x ha la stessa unità di misura del valore assegnato

u_x è paragonabile alla deviazione standard (SD) del collettivo dei partecipanti (SD: valore assegnato \cdot CV%/100)

Se il numero dei partecipanti è superiore a 18, l'incertezza standard è molto inferiore alla variabilità del collettivo e può essere ignorata


Tolleranze QUALAB e MQ

Per le analisi obbligatorie vengono utilizzate le tolleranze Qualab (www.qualab.ch, esterne Qualitätskontrolle). Per le analisi non obbligatorie le tolleranze vengono definite dal direttore dei controlli circolari MQ.

Se l'incertezza calcolata u_x del valore assegnato è superiore al 15% della tolleranza QUALAB o MQ, appare un asterisco accanto alla lettera che descrive la procedura di calcolo del valore assegnato (per esempio "e*"), per avvisare il partecipante che l'incertezza del valore assegnato può avere un'influenza sull'esito del controllo.

Rappresentazioni grafiche

I risultati sono rappresentati graficamente come segue:



Confronto degli strumenti

I dati in questa parte del rapporto consentono di paragonare l'efficienza dei vari strumenti. Non vanno però dimenticati i seguenti dettagli:


- Il campione di controllo K1 è un siero di controllo commerciale pronto per l'uso. Nonostante il campione sia di origine umana, non si può escludere l'insorgenza di effetti di matrice. Questi dipendono dallo strumento e portano a valori assegnati differenti.
- E' stato analizzato solo un campione. Poiché la distribuzione dei risultati dipende dalla natura del campione (effetto matrice) e dal valore stesso, i coefficienti di variazione determinati (in %) non hanno una validità generale.
- Gran parte dei valori anomali deriva da errori amministrativi (unità di misura sbagliata, scambio dei risultati) o da errori di manualità (campione sbagliato, non correttamente disciolto, non abbastanza mescolato) e non ha a che fare con lo strumento.

Zurigo, 4.4.2016

Dr. R. Fried
Direttore controlli circolari

Non è permesso pubblicare questo rapporto o alcuna sua parte senza il permesso scritto della nostra associazione. L'originale si trova nell'archivio su www.mqzh.ch

Emoglobina




Tolleranza QUALAB : 9 %

Emoglobina (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 DiaSpect	5	100.0	0.0	0.0	118.0	3.1	e*
2 Automatico	39	97.4	2.6	0.0	111.5	3.6	e
3 Cianometemoglobina	47	87.2	8.5	4.3	111.3	4.7	e
4 Sysmex X	39	100.0	0.0	0.0	112.3	1.2	e
5 ABX Pentra	11	90.9	0.0	9.1	111.1	1.7	e
6 Reflotron	66	87.8	6.1	6.1	116.0	4.2	e
7 Hemocue	349	94.9	1.1	4.0	110.1	2.4	e
8 Dr. Lange	20	75.0	15.0	10.0	113.0	6.1	e*
9 Hemocontrol	13	100.0	0.0	0.0	113.0	1.3	e
10 Eurolyser	6	100.0	0.0	0.0	112.0	4.3	e*
11 Celldyn	4	75.0	0.0	25.0	112.5	1.4	e
12 MS4	4	100.0	0.0	0.0	109.0	4.6	e*

Emoglobina




Tolleranza QUALAB : 9 %

Emoglobina (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	772	95.7	0.9	3.4	108.7	3.1	e
2 Microsemi	336	96.4	0.9	2.7	111.2	2.2	e
3 Sysmex KX21	404	96.1	0.7	3.2	112.0	2.0	e
4 Sysmex Poch - 100i	206	97.5	1.0	1.5	110.5	2.4	e
5 Sysmex XP 300	237	96.2	0.0	3.8	112.8	1.6	e
6 Mythic	240	93.7	2.5	3.8	108.1	3.8	e
7 Swelab	66	98.5	0.0	1.5	113.0	2.6	e
8 Abacus Junior	12	100.0	0.0	0.0	113.5	2.7	e
9 Medonic	15	93.3	0.0	6.7	112.2	2.0	e
10 Nihon Kohden Celltac	36	94.4	0.0	5.6	110.5	2.9	e
11 Samsung HC10	44	95.5	4.5	0.0	113.0	4.1	e
12 Norma Icon 3	25	100.0	0.0	0.0	110.4	2.4	e

Ematocrito




Tolleranza QUALAB : 9 %

Ematocrito (l/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	31	83.8	9.7	6.5	0.31	5.6	e
2 Centrifuga	13	92.3	7.7	0.0	0.33	5.5	e*
3 Sysmex X	38	100.0	0.0	0.0	0.33	2.2	e
4 ABX Pentra	11	90.9	0.0	9.1	0.29	2.2	e
5 Celldyn	4	50.0	25.0	25.0	0.30	5.2	a
6 MS4	4	100.0	0.0	0.0	0.30	3.4	e*

Ematocrito




Tolleranza QUALAB : 9 %

Ematocrito (H)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	772	91.4	4.1	4.5	0.29	4.0	e
2 Microsemi	337	94.9	0.9	4.2	0.29	2.6	e
3 Sysmex KX21	404	97.3	0.2	2.5	0.29	2.3	e
4 Sysmex Poch - 100i	206	95.1	3.4	1.5	0.32	3.2	e
5 Sysmex XP 300	233	97.0	0.4	2.6	0.30	2.2	e
6 Mythic	240	93.8	2.9	3.3	0.31	3.9	e
7 Swelab	66	94.0	3.0	3.0	0.31	3.9	e
8 Abacus Junior	12	100.0	0.0	0.0	0.32	4.1	e*
9 Medonic	15	86.7	0.0	13.3	0.31	2.8	e
10 Nihon Kohden Celltac	36	86.1	2.8	11.1	0.31	4.4	e
11 Samsung HC10	44	100.0	0.0	0.0	0.34	3.6	e
12 Norma Icon 3	25	100.0	0.0	0.0	0.29	3.4	e

Eritrociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Eritrociti (T/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	29	100.0	0.0	0.0	3.58	3.3	e
2 Microscopio	9	88.9	11.1	0.0	3.40	14.3	e*
3 Sysmex X	40	100.0	0.0	0.0	3.64	1.6	e
4 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	3.62	5.8	e
5 Celldyn	4	100.0	0.0	0.0	3.64	10.4	e*
6 MS4	4	100.0	0.0	0.0	3.68	2.9	e

Eritrociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Eritrociti (T/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	772	97.1	0.6	2.3	3.51	5.0	e
2 Microsemi	338	97.9	0.9	1.2	3.49	4.2	e
3 Sysmex KX21	403	97.6	0.2	2.2	3.58	2.6	e
4 Sysmex Poch - 100i	206	99.0	0.0	1.0	3.76	3.1	e
5 Sysmex XP 300	235	97.9	0.0	2.1	3.59	1.9	e
6 Mythic	239	97.1	0.4	2.5	3.46	4.1	e
7 Swelab	66	98.5	0.0	1.5	3.59	3.5	e
8 Abacus Junior	12	100.0	0.0	0.0	3.72	4.5	e
9 Medonic	15	93.3	0.0	6.7	3.66	5.9	e
10 Nihon Kohden Celltac	36	97.2	2.8	0.0	3.69	7.0	e
11 Samsung HC10	44	100.0	0.0	0.0	3.68	3.1	e
12 Norma Icon 3	25	100.0	0.0	0.0	3.27	2.6	e

Leucociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Leucociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	28	96.4	3.6	0.0	7.18	7.3	e
2 Microscopio	50	88.0	4.0	8.0	6.27	12.0	e
3 Sysmex X	39	100.0	0.0	0.0	7.39	3.1	e
4 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	7.21	4.7	e
5 Celldyn	4	100.0	0.0	0.0	6.95	8.4	e*
6 MS4	4	100.0	0.0	0.0	7.01	6.8	e*

Leucociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Leucociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	772	98.2	0.5	1.3	6.68	5.2	e
2 Microsemi	339	99.1	0.0	0.9	6.79	4.0	e
3 Sysmex KX21	403	99.0	0.0	1.0	6.93	3.6	e
4 Sysmex Poch - 100i	206	99.0	0.0	1.0	7.04	3.8	e
5 Sysmex XP 300	237	100.0	0.0	0.0	7.21	3.4	e
6 Mythic	239	98.3	1.3	0.4	6.35	7.0	e
7 Swelab	66	100.0	0.0	0.0	7.54	5.3	e
8 Abacus Junior	12	100.0	0.0	0.0	8.35	6.5	e
9 Medonic	15	100.0	0.0	0.0	7.49	3.8	e
10 Nihon Kohden Celltac	36	100.0	0.0	0.0	7.14	4.7	e
11 Samsung HC10	44	100.0	0.0	0.0	6.71	4.8	e
12 Norma Icon 3	25	100.0	0.0	0.0	6.56	5.3	e

Trombociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Trombociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	26	96.2	3.8	0.0	229.9	10.1	e
2 Microscopio	30	90.0	3.3	6.7	235.8	14.6	e
3 Sysmex X	39	100.0	0.0	0.0	229.8	3.8	e
4 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	221.0	7.0	e*
5 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	236.1	7.1	e
6 Celldyn	4	100.0	0.0	0.0	225.0	6.3	e*
7 MS4	4	75.0	25.0	0.0	221.0	16.5	a

Trombociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Trombociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	771	96.0	2.1	1.9	233.2	8.9	e
2 Microsemi	339	99.1	0.0	0.9	237.1	5.7	e
3 Sysmex KX21	404	97.8	1.2	1.0	236.0	5.4	e
4 Sysmex Poch - 100i	205	99.5	0.0	0.5	241.0	4.5	e
5 Sysmex XP 300	236	98.7	0.0	1.3	247.0	4.4	e
6 Mythic	240	94.1	2.1	3.8	227.4	10.1	e
7 Swelab	66	98.5	1.5	0.0	214.3	9.0	e
8 Abacus Junior	12	100.0	0.0	0.0	249.7	7.4	e
9 Medonic	15	93.3	0.0	6.7	220.1	6.0	e
10 Nihon Kohden Celltac	36	100.0	0.0	0.0	235.3	8.6	e
11 Samsung HC10	44	100.0	0.0	0.0	231.8	6.7	e
12 Norma Icon 3	25	96.0	4.0	0.0	214.3	10.3	e

CRP




Tolleranza QUALAB : 21 %

CRP (mg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	35.7	8.5	e*
2 Turbidimetrie	36	91.6	5.6	2.8	38.1	9.2	e
3 Abx Micros	107	90.6	1.9	7.5	37.8	8.3	e
4 ABX Micros CRP200	299	94.0	2.7	3.3	37.5	9.3	e
5 Afinion	1221	96.9	2.0	1.1	37.0	8.2	e
6 NycoCard SingleTest-	370	80.3	5.9	13.8	40.0	11.3	e
7 Quick Read go	138	94.2	2.2	3.6	38.4	8.4	e
8 Eurolyser	127	80.4	3.1	16.5	47.7	10.2	e
9 Fuji Dri-Chem	27	81.5	7.4	11.1	37.9	12.6	e
10 Autolyser/DiaSys	8	75.0	12.5	12.5	34.1	13.5	e*

CRP




Tolleranza QUALAB : 21 %

CRP (mg/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 QuickRead (sangue)	154	97.4	1.3	1.3	60.4	6.3	e

CRP



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	37.0	8.2	e
2 Spotchem D-Concept	5	100.0	0.0	0.0	43.4	4.3	e
3 Spotchem SI-3510	5	100.0	0.0	0.0	35.9	8.6	e
4 altro	5	100.0	0.0	0.0	39.1	13.9	e

CRP




Tolleranza QUALAB : 21 %

CRP (mg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Microsemi	335	94.6	1.8	3.6	37.7	9.2	e

I2 Proteine plasmatiche

IgG




Tolleranza QUALAB : 25 %

IgG (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Turbidimetrie	11	100.0	0.0	0.0	12.4	4.2	e
2 Nephelometrie	7	100.0	0.0	0.0	13.2	4.0	e

IgA




Tolleranza QUALAB : 25 %

IgA (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Turbidimetrie	10	100.0	0.0	0.0	2.4	4.2	e
2 Nephelometrie	7	100.0	0.0	0.0	2.7	5.6	e


I2 Proteine plasmatiche

IgM



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Turbidimetrie	6	100.0	0.0	0.0	1.3	6.1	e
2 Nephelometrie	7	100.0	0.0	0.0	1.5	5.3	e
3 Cobas Integra 800/40	5	100.0	0.0	0.0	1.4	1.9	e

IgE




Tolleranza QUALAB : 20 %

IgE (kU/L)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	9	88.9	0.0	11.1	132	5.3	e

Alpha-1-Antitripsina




Tolleranza QUALAB : 25 %

Alpha-1-Antitripsina (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	1.33	11.8	e*


Anticorpi anti-streptolisina



Tolleranza QUALAB : 25 % Anticorpi anti-streptolisina (kIU/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	11	100.0	0.0	0.0	140	8.8	e

Complemento C3




Tolleranza QUALAB : 25 %

Complemento C3 (g/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	13	100.0	0.0	0.0	1.74	5.1	e

Complemento C4




Tolleranza QUALAB : 25 %

Complemento C4 (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	12	100.0	0.0	0.0	0.37	8.5	e

Aptoglobina




Tolleranza QUALAB : 25 %

Aptoglobina (g/l)

No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	13	100.0	0.0	0.0	1.50	3.5	e

Transferrina




Tolleranza QUALAB : 25 %

Transferrina (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	17	100.0	0.0	0.0	2.62	3.9	e

Ceruloplasmin




Tolleranza QUALAB : 25 %

Ceruloplasmin (mg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	355.0	5.9	e

Präalbumin




Tolleranza QUALAB : 25 %

Präalbumin (mg/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	7	100.0	0.0	0.0	240.0	4.3	e

Albumina



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	24	100.0	0.0	0.0	37	3.6	e
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	39	2.6	e
3 Fuji Dri-Chem	185	100.0	0.0	0.0	45	3.9	e
4 Spotchem/Ready	45	91.1	6.7	2.2	40	6.2	e
5 Spotchem D-Concept	79	91.1	7.6	1.3	47	6.9	e
6 Piccolo	32	96.9	0.0	3.1	40	2.9	e
7 Abx Mira	5	80.0	20.0	0.0	38	7.9	e*
8 Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	38	4.2	e
9 Autolyser/DiaSys	4	100.0	0.0	0.0	39	1.2	e

Fosfatasi alcalina




Tolleranza QUALAB : 18 %

Fosfatasi alcalina (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	11	100.0	0.0	0.0	191	5.8	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	177	5.2	e
3 Reflotron	644	96.6	1.7	1.7	206	6.4	e
4 Fuji Dri-Chem	697	99.6	0.0	0.4	164	4.7	e
5 Spotchem/Ready	114	88.6	7.9	3.5	191	9.0	e
6 Spotchem D-Concept	145	92.4	5.5	2.1	175	9.7	e
7 Hitachi S40/M40	15	100.0	0.0	0.0	158	4.6	e
8 Beckman DXC	9	100.0	0.0	0.0	245	4.0	e
9 Piccolo	31	100.0	0.0	0.0	204	4.1	e
10 Abx Mira	8	87.5	12.5	0.0	206	9.2	e*
11 Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	220	10.2	e*

Amilasi




Tolleranza QUALAB : 18 %

Amilasi (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	12	100.0	0.0	0.0	207	6.0	e
2 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	189	1.6	e
3 Reflotron	180	98.3	1.7	0.0	220	6.1	e
4 Fuji Dri-Chem	518	99.8	0.2	0.0	175	3.5	e
5 Spotchem/Ready	77	89.6	9.1	1.3	201	9.9	e
6 Spotchem D-Concept	110	98.2	1.8	0.0	238	7.7	e
7 Piccolo	28	100.0	0.0	0.0	166	2.2	e
8 Abx Mira	5	80.0	20.0	0.0	196	12.0	e*
9 Hitachi S40/M40	9	88.9	11.1	0.0	215	8.7	e*

Amilasi pancreatica




Tolleranza QUALAB : 18 %

Amilasi pancreatica (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	12	100.0	0.0	0.0	170	6.1	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	165	2.0	e
3 Reflotron	426	98.1	1.4	0.5	188	6.9	e
4 Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	161	3.8	e

Bilirubina totale




Tolleranza QUALAB : 18 %

Bilirubina totale (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	16	100.0	0.0	0.0	83.1	7.2	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	76.5	4.1	e
3 Reflotron	472	97.0	1.3	1.7	70.0	6.3	e
4 Fuji Dri-Chem	531	98.5	0.4	1.1	74.5	3.7	e
5 Spotchem/Ready	93	97.8	1.1	1.1	82.4	6.3	e
6 Spotchem D-Concept	113	97.3	0.9	1.8	61.0	4.8	e
7 Beckman DXC	7	100.0	0.0	0.0	86.0	3.8	e
8 Piccolo	30	100.0	0.0	0.0	79.1	3.9	e
9 Abx Mira	8	87.5	12.5	0.0	78.8	9.5	e*
10 Hitachi S40/M40	13	100.0	0.0	0.0	84.2	5.7	e
11 Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	78.4	4.2	e

Bilirubina diretto




Tolleranza QUALAB : 18 %

Bilirubina diretto ($\mu\text{mol/l}$)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Fuji Dri-Chem	31	96.8	0.0	3.2	41.2	5.0	e

Calcio




Tolleranza QUALAB : 12 %

Calcio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	26	96.2	0.0	3.8	2.80	2.5	e
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	2.78	2.5	e
3 Fuji Dri-Chem	356	97.2	1.4	1.4	2.97	4.4	e
4 Spotchem/Ready	42	90.5	9.5	0.0	2.46	6.3	e
5 Spotchem D-Concept	66	98.5	1.5	0.0	2.14	5.3	e
6 Piccolo	30	100.0	0.0	0.0	2.71	1.9	e
7 Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	2.71	5.2	e*
8 Hitachi S40/M40	12	100.0	0.0	0.0	2.80	2.7	e
9 Autolyser/DiaSys	6	100.0	0.0	0.0	2.85	2.9	e

Calcium ISE




Tolleranza QUALAB : 12 %

Calcium ISE (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 iStat Chem8	4	75.0	0.0	25.0	1.19	3.0	e*

Cloruri




Tolleranza QUALAB : 6 %

Cloruri (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	18	100.0	0.0	0.0	109	2.1	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	104	2.1	e
3 Fuji Dri-Chem	626	95.6	3.0	1.4	112	2.3	e
4 Spotchem D-Concept	135	97.1	2.2	0.7	118	2.5	e
5 Spotchem EL-SE 1520	114	87.7	7.0	5.3	122	3.2	e
6 Piccolo	18	100.0	0.0	0.0	105	1.9	e
7 iStat Chem8	4	75.0	25.0	0.0	113	5.1	e*

Colesterolo




Tolleranza QUALAB : 10 %

Colesterolo (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	23	100.0	0.0	0.0	5.82	3.4	e
2 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	5.72	2.5	e
3 Reflotron	713	96.3	2.4	1.3	5.33	4.1	e
4 Fuji Dri-Chem	713	98.9	0.7	0.4	5.63	3.7	e
5 Spotchem/Ready	137	87.6	10.2	2.2	5.71	5.9	e
6 Spotchem D-Concept	151	93.4	3.3	3.3	5.63	5.0	e
7 Piccolo	21	100.0	0.0	0.0	5.85	1.5	e
8 Cholestech LDX	192	90.6	4.2	5.2	5.55	4.8	e
9 Abx Mira	9	88.9	11.1	0.0	5.80	4.8	e*
10 Hitachi S40/M40	15	100.0	0.0	0.0	5.92	2.3	e
11 Autolyser/DiaSys	12	100.0	0.0	0.0	5.79	2.8	e

Colesterolo HDL




Tolleranza QUALAB : 21 %

Colesterolo HDL (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 umida, diretto	16	100.0	0.0	0.0	1.53	6.7	e
2 Cobas	14	100.0	0.0	0.0	1.15	7.0	e
3 Reflotron	533	91.0	6.0	3.0	1.59	10.9	e
4 Fuji Dri-Chem	675	99.6	0.1	0.3	1.57	3.3	e
5 Spotchem/Ready	123	91.9	6.5	1.6	1.12	10.4	e
6 Spotchem D-Concept	148	98.6	0.0	1.4	1.20	7.5	e
7 Piccolo	21	100.0	0.0	0.0	1.49	5.3	e
8 Cholestech LDX	192	97.9	1.6	0.5	1.57	8.2	e
9 Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	1.44	11.9	e*
10 Hitachi S40/M40	14	100.0	0.0	0.0	1.55	3.8	e
11 Autolyser/DiaSys	12	100.0	0.0	0.0	1.52	7.7	e

Creatina chinasi




Tolleranza QUALAB : 18 %

Creatina chinasi (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	19	94.7	5.3	0.0	408	7.0	e
2 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	423	3.4	e
3 Reflotron	398	96.4	1.8	1.8	384	7.6	e
4 Fuji Dri-Chem	447	99.1	0.0	0.9	429	3.7	e
5 Spotchem/Ready	53	94.3	3.8	1.9	391	8.3	e
6 Spotchem D-Concept	93	96.7	1.1	2.2	417	5.9	e
7 Piccolo	11	100.0	0.0	0.0	429	1.8	e
8 Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	406	2.9	e
9 Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	387	4.6	e
10 Autolyser/DiaSys	11	100.0	0.0	0.0	397	4.3	e

Ferro




Tolleranza QUALAB : 20 %

Ferro ($\mu\text{mol/l}$)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	8	100.0	0.0	0.0	34	3.0	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	33	1.3	e
3 Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	33	7.2	e*

Gamma-GT




Tolleranza QUALAB : 18 %

Gamma-GT (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	8	100.0	0.0	0.0	101	2.5	e
2 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	101	7.4	e
3 Reflotron	832	98.4	1.2	0.4	139	5.8	e
4 Fuji Dri-Chem	762	99.2	0.5	0.3	136	4.8	e
5 Spotchem/Ready	144	97.2	1.4	1.4	115	7.3	e
6 Spotchem D-Concept	163	97.6	1.2	1.2	121	6.8	e
7 Metodo standard, 37'	12	100.0	0.0	0.0	106	3.8	e
8 Piccolo	29	100.0	0.0	0.0	94	2.9	e
9 Abx Mira	9	100.0	0.0	0.0	105	7.3	e*
10 Hitachi S40/M40	17	94.1	5.9	0.0	114	6.8	e
11 Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	106	3.9	e

Glucosio




Tolleranza QUALAB : 10 %

Glucosio (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	30	93.4	3.3	3.3	12.8	4.5	e
2 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	12.9	2.8	e
3 Reflotron	856	92.5	4.3	3.2	12.3	5.1	e
4 Fuji Dri-Chem	720	99.6	0.3	0.1	11.8	2.2	e
5 Spotchem/Ready	127	86.6	7.9	5.5	12.6	6.4	e
6 Spotchem D-Concept	153	94.1	3.9	2.0	12.1	4.5	e
7 Piccolo	37	100.0	0.0	0.0	12.5	1.1	e
8 Cholestech LDX	153	93.5	5.2	1.3	12.0	5.5	e
9 Abx Mira	9	88.9	11.1	0.0	12.9	5.6	e*
10 Lange	4	100.0	0.0	0.0	11.4	6.1	e*
11 Hitachi S40/M40	18	100.0	0.0	0.0	13.2	3.4	e
12 Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	12.8	4.8	e*
13 iStat Chem8	4	100.0	0.0	0.0	11.9	1.2	e

Glucosio



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Accu-Chek Aviva	371	95.4	1.9	2.7	12.9	3.4	e
2 Accu-Chek Inform 2	270	100.0	0.0	0.0	13.0	3.2	e
3 Accu-Chek Mobile	4	100.0	0.0	0.0	14.1	4.9	e*
4 Bayer Contour 2 (5s)	47	78.7	4.3	17.0	10.5	4.6	e
5 Bayer Contour XT/NEX	1169	95.7	2.7	1.6	13.1	4.5	e
6 Bayer Breeze 2	12	100.0	0.0	0.0	21.6	3.6	e
7 Glucocard	11	81.8	9.1	9.1	20.5	7.1	e*
8 Hemocue 201+ P-equiv	83	95.2	3.6	1.2	13.9	3.4	e
9 Hemocue 201RT P-equiv	41	90.3	2.4	7.3	13.8	3.6	e
10 FreeStyle Precision	6	100.0	0.0	0.0	14.0	5.2	e*
11 Freestyle Freedom li	8	100.0	0.0	0.0	13.8	3.4	e
12 Sanofi BG Star	6	83.3	0.0	16.7	18.5	5.4	e*

Glucosio




Tolleranza QUALAB : 10 %

Glucosio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Bayer Elite	8	75.0	12.5	12.5	14.5	7.4	e*
2 Hemocue 201+ (alt)	52	88.4	5.8	5.8	13.4	5.4	e
3 OneTouch Ultra	8	75.0	25.0	0.0	17.2	7.4	e*
4 OneTouch Verio	26	100.0	0.0	0.0	12.8	2.9	e
5 Bayer Contour (15s)	11	100.0	0.0	0.0	17.6	3.4	e
6 Healthpro	14	85.8	7.1	7.1	21.5	5.4	e*
7 Mylife UNIO	6	83.3	16.7	0.0	14.8	7.5	e*
8 mylife Pura	67	91.0	9.0	0.0	15.8	6.2	e
9 Omnitest	17	76.5	5.9	17.6	23.0	5.8	e*
10 Alpha Check	4	100.0	0.0	0.0	19.7	4.4	e*

Acido urico




Tolleranza QUALAB : 12 %

Acido urico (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	26	96.2	0.0	3.8	451	4.0	e
2 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	443	2.0	e
3 Reflotron	744	98.6	0.5	0.9	466	3.9	e
4 Fuji Dri-Chem	722	99.6	0.3	0.1	477	2.3	e
5 Spotchem/Ready	120	97.5	0.8	1.7	412	4.5	e
6 Spotchem D-Concept	149	98.0	1.3	0.7	425	4.6	e
7 Piccolo	24	91.6	4.2	4.2	410	5.3	e
8 Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	418	6.0	e*
9 Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	434	3.0	e
10 Autolyser/DiaSys	12	100.0	0.0	0.0	436	4.9	e

Urea




Tolleranza QUALAB : 15 %

Urea (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	24	95.8	4.2	0.0	19.3	5.0	e
2 Cobas	14	100.0	0.0	0.0	18.6	3.0	e
3 Reflotron	333	94.6	4.2	1.2	20.2	6.8	e
4 Fuji Dri-Chem	439	99.8	0.0	0.2	19.7	1.9	e
5 Spotchem/Ready	82	81.7	11.0	7.3	16.8	9.3	e
6 Spotchem D-Concept	88	87.5	5.7	6.8	17.8	8.8	e
7 Piccolo	35	94.3	0.0	5.7	18.6	3.1	e
8 Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	18.1	6.8	e*
9 Hitachi S40/M40	12	100.0	0.0	0.0	18.9	3.0	e
10 Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	18.8	4.6	e
11 iStat Chem8	5	80.0	0.0	20.0	23.8	2.4	e

Potassio




Tolleranza QUALAB : 6 %

Potassio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	34	94.1	0.0	5.9	5.62	2.1	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	5.66	1.0	e
3 Reflotron	759	92.0	5.0	3.0	5.98	3.0	e
4 Fuji Dri-Chem	758	97.4	1.5	1.1	5.59	2.2	e
5 Spotchem D-Concept	152	98.0	0.7	1.3	5.20	2.2	e
6 Spotchem EL-SE 1520	118	96.7	2.5	0.8	5.10	2.7	e
7 Piccolo	23	69.6	21.7	8.7	5.59	4.3	e*
8 iStat Chem8	6	83.3	0.0	16.7	5.50	0.0	e

Creatinina




Tolleranza QUALAB : 18 %

Creatinina (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	9	100.0	0.0	0.0	370	4.0	e
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	343	6.0	e
3 Reflotron	944	97.8	0.8	1.4	424	5.8	e
4 Fuji Dri-Chem	788	98.9	0.3	0.8	352	4.6	e
5 Spotchem/Ready	150	90.7	8.0	1.3	257	11.2	e
6 Spotchem D-Concept	158	91.8	5.7	2.5	267	9.1	e
7 Jaffé	12	100.0	0.0	0.0	353	5.4	e
8 Enzimatisch	5	100.0	0.0	0.0	369	2.7	e
9 Piccolo	35	100.0	0.0	0.0	353	4.3	e
10 Abx Mira	9	77.8	22.2	0.0	340	12.4	e*
11 Hitachi S40/M40	17	94.1	0.0	5.9	344	3.2	e
12 Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	365	4.2	e

Creatinina E




Tolleranza QUALAB : 18 %

Creatinina E (µmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Statsensor i / Nova	32	84.4	12.5	3.1	544	13.0	e*
2 iStat Chem8	8	100.0	0.0	0.0	358	3.0	e
3 ABL700/800	9	100.0	0.0	0.0	378	2.8	e

eGFR CKD-EPI



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	59	84.7	10.2	5.1	14	15.1	e
2 Spotchem/Ready	112	86.6	6.3	7.1	19	14.3	e
3 Reflotron	341	95.3	1.5	3.2	11	8.0	e
4 Fuji Dri-Chem	319	95.3	1.3	3.4	13	7.7	e

eGFR Cockcroft-Gault




Tolleranza QUALAB : 30 %

eGFR Cockcroft-Gault ()


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Spotchem/Ready	6	83.3	0.0	16.7	21	2.6	e
2 Reflotron	26	100.0	0.0	0.0	13	11.6	e
3 Fuji Dri-Chem	25	100.0	0.0	0.0	15	13.2	e

eGFR MDRD



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Reflotron	12	100.0	0.0	0.0	12	12.3	e
2 Fuji Dri-Chem	6	66.6	16.7	16.7	15	18.4	e*

LDH




Tolleranza QUALAB : 18 %

LDH (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	20	100.0	0.0	0.0	272	3.5	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	572	2.9	e
3 Fuji Dri-Chem	143	97.9	0.0	2.1	241	4.6	e
4 Spotchem/Ready	34	100.0	0.0	0.0	203	8.2	e
5 Spotchem D-Concept	40	97.5	2.5	0.0	202	7.3	e
6 Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	280	7.0	e*
7 Hitachi S40/M40	6	83.3	16.7	0.0	269	8.4	e*
8 Autolyser/DiaSys	7	85.7	0.0	14.3	271	1.3	e

Magnesio




Tolleranza QUALAB : 12 %

Magnesio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	16	100.0	0.0	0.0	1.33	3.3	e
2 Cobas	10	100.0	0.0	0.0	1.33	3.2	e
3 Fuji Dri-Chem	118	98.3	0.0	1.7	1.41	4.0	e
4 Spotchem D-Concept	33	100.0	0.0	0.0	1.05	3.9	e
5 Spotchem/Ready	16	100.0	0.0	0.0	1.09	4.1	e
6 Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	1.34	2.5	e

Sodio




Tolleranza QUALAB : 6 %

Sodio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	33	100.0	0.0	0.0	151	2.2	e
2 Cobas	16	93.7	6.3	0.0	150	2.3	e
3 Fuji Dri-Chem	700	98.0	1.1	0.9	152	1.8	e
4 Spotchem D-Concept	146	97.2	2.1	0.7	150	2.3	e
5 Spotchem EL-SE 1520	117	98.2	0.9	0.9	147	2.0	e
6 Piccolo	24	100.0	0.0	0.0	146	2.1	e
7 iStat Chem8	4	100.0	0.0	0.0	147	0.3	e

Fosfati




Tolleranza QUALAB : 15 %

Fosfati (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	17	100.0	0.0	0.0	1.7	2.7	e
2 Cobas	10	100.0	0.0	0.0	1.7	3.7	e
3 Fuji Dri-Chem	77	98.7	0.0	1.3	1.8	2.7	e
4 Spotchem D-Concept	16	100.0	0.0	0.0	1.8	3.7	e
5 Spotchem/Ready	10	100.0	0.0	0.0	1.7	4.3	e
6 Piccolo	5	100.0	0.0	0.0	2.0	2.9	e
7 Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	1.9	1.6	e

Proteine totali



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	24	100.0	0.0	0.0	59.9	3.6	e
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	57.6	3.8	e
3 Fuji Dri-Chem	188	98.9	0.0	1.1	56.6	2.4	e
4 Spotchem/Ready	40	92.5	7.5	0.0	59.7	6.1	e
5 Spotchem D-Concept	65	92.3	3.1	4.6	63.6	6.7	e
6 Piccolo	26	100.0	0.0	0.0	60.4	1.5	e
7 Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	60.3	4.4	e*
8 Hitachi S40/M40	6	100.0	0.0	0.0	62.5	4.6	e*

Transaminasi GOT/AST




Tolleranza QUALAB : 18 %

Transaminasi GOT/AST (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC con PP	22	100.0	0.0	0.0	178	4.5	e
2 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	166	2.0	e
3 Reflotron	843	96.6	2.6	0.8	204	7.4	e
4 Fuji Dri-Chem	762	99.3	0.3	0.4	166	3.7	e
5 Spotchem/Ready	152	98.0	2.0	0.0	156	5.4	e
6 Spotchem D-Concept	159	98.7	0.0	1.3	167	4.1	e
7 IFCC senza PP	4	100.0	0.0	0.0	163	10.0	e*
8 Piccolo	35	100.0	0.0	0.0	160	3.1	e
9 Abx Mira	9	88.9	11.1	0.0	168	10.4	e*
10 Hitachi S40/M40	19	94.7	5.3	0.0	171	5.5	e
11 Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	169	5.8	e

Transaminasi GPT/ALT




Tolleranza QUALAB : 18 %

Transaminasi GPT/ALT (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC con PP	23	100.0	0.0	0.0	125	6.0	e
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	119	3.0	e
3 Reflotron	881	98.1	1.1	0.8	109	5.5	e
4 Fuji Dri-Chem	780	98.9	0.3	0.8	120	4.1	e
5 Spotchem/Ready	153	100.0	0.0	0.0	101	5.8	e
6 Spotchem D-Concept	164	97.6	0.6	1.8	86	5.2	e
7 Piccolo	36	100.0	0.0	0.0	107	3.7	e
8 Abx Mira	9	88.9	11.1	0.0	125	8.8	e*
9 Hitachi S40/M40	19	100.0	0.0	0.0	125	3.1	e
10 Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	120	4.3	e

Trigliceridi




Tolleranza QUALAB : 20 %

Trigliceridi (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	20	100.0	0.0	0.0	2.13	6.1	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	2.00	2.3	e
3 Reflotron	624	96.5	1.6	1.9	2.00	7.0	e
4 Fuji Dri-Chem	691	99.5	0.4	0.1	2.09	3.6	e
5 Spotchem/Ready	131	99.2	0.8	0.0	1.77	7.9	e
6 Spotchem D-Concept	146	97.9	0.0	2.1	1.99	4.7	e
7 Hitachi S40/M40	14	100.0	0.0	0.0	2.02	3.7	e
8 Piccolo	19	100.0	0.0	0.0	2.30	2.8	e
9 Cholestech LDX	192	99.5	0.0	0.5	2.07	4.8	e
10 Abx Mira	9	100.0	0.0	0.0	2.04	4.8	e
11 Autolyser/DiaSys	12	100.0	0.0	0.0	2.04	5.9	e

Fructosamina




Tolleranza QUALAB : 15 %

Fructosamina (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Spotchem/Ready	5	100.0	0.0	0.0	242	7.7	e*

LDL Cholesterin




Tolleranza QUALAB : 25 %

LDL Cholesterin (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	3.4	3.8	e
2 Chimica umida	6	100.0	0.0	0.0	3.7	5.4	e
3 Roche, Cobas	4	100.0	0.0	0.0	3.6	1.2	e
4 Hitachi S40/M40	7	100.0	0.0	0.0	2.9	3.3	e
5 Autolyser/DiaSys	11	100.0	0.0	0.0	3.1	6.8	e

Litio




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	14	100.0	0.0	0.0	1.58	4.5	e

Laktat



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	7	85.7	14.3	0.0	4.45	9.0	e*

HbA1c campione A




Tolleranza QUALAB : 9 %

HbA1c campione A (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	30	100.0	0.0	0.0	7.9	3.4	e
2 Afinion	653	99.4	0.6	0.0	7.9	2.5	e
3 Eurolyser	15	93.3	6.7	0.0	8.1	4.3	e*
4 Hemocue HbA1c 501	12	91.7	0.0	8.3	7.9	3.8	e*
5 NycoCard	93	80.7	11.8	7.5	7.8	5.8	e
6 DCA2000/Vantage	205	98.5	1.0	0.5	7.8	3.2	e
7 Andere	9	88.9	11.1	0.0	8.1	4.0	e*
8 HPLC	6	100.0	0.0	0.0	8.0	4.2	e*
9 Roche, Cobas	17	100.0	0.0	0.0	7.9	2.8	e

HbA1c campione B




Tolleranza QUALAB : 9 %

HbA1c campione B (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	34	100.0	0.0	0.0	9.0	3.0	e
2 Afinion	574	99.4	0.3	0.3	9.2	2.3	e
3 Eurolyser	11	81.8	0.0	18.2	9.1	4.2	e*
4 A1c Now	4	75.0	0.0	25.0	9.3	2.8	e*
5 Hemocue HbA1c 501	6	83.3	0.0	16.7	9.1	1.3	e
6 NycoCard	70	84.3	7.1	8.6	8.9	5.3	e
7 DCA2000/Vantage	222	96.4	1.8	1.8	9.0	3.3	e
8 Andere	6	100.0	0.0	0.0	8.9	3.6	e*
9 HPLC	4	75.0	25.0	0.0	9.0	5.6	e*
10 Roche, Cobas	14	100.0	0.0	0.0	8.8	2.7	e

pCO2




Tolleranza QUALAB : 15 %

pCO2 (kPa)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	18	100.0	0.0	0.0	5.77	3.8	e
2 iStat	37	97.3	0.0	2.7	4.98	3.0	e
3 EPOC	28	96.4	3.6	0.0	5.01	5.4	e

pO2




Tolleranza QUALAB : 15 %

pO2 (kPa)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	15	93.3	0.0	6.7	15.07	7.5	e*
2 iStat	38	94.8	2.6	2.6	15.25	6.3	e
3 EPOC	28	96.4	3.6	0.0	13.64	6.7	e

K4 Gas sanguini

pH




Tolleranza QUALAB : 1 %

pH ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	17	94.1	5.9	0.0	7.41	0.3	e
2 iStat	37	100.0	0.0	0.0	7.41	0.1	e
3 EPOC	28	100.0	0.0	0.0	7.38	0.1	e

Glucosio GS




Tolleranza QUALAB : 10 %

Glucosio GS (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	8	87.5	12.5	0.0	5.6	6.0	e*
2 iStat	15	100.0	0.0	0.0	5.4	1.5	e
3 EPOC	20	100.0	0.0	0.0	5.7	1.6	e

Potassio BG




Tolleranza QUALAB : 6 %

Potassio BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	17	100.0	0.0	0.0	3.8	2.4	e
2 iStat	22	100.0	0.0	0.0	3.8	1.4	e
3 EPOC	23	100.0	0.0	0.0	3.8	1.4	e

Sodio BG




Tolleranza QUALAB : 6 %

Sodio BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	18	100.0	0.0	0.0	139.8	1.9	e
2 iStat	22	100.0	0.0	0.0	142.9	0.4	e
3 EPOC	23	100.0	0.0	0.0	138.7	0.7	e

Cloruro-BG




Tolleranza QUALAB : 6 %

Cloruro-BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	6	100.0	0.0	0.0	97.5	2.9	e*

Calcio-BG




Tolleranza QUALAB : 12 %

Calcio-BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	13	92.3	0.0	7.7	0.49	6.2	e*
2 iStat	12	100.0	0.0	0.0	0.46	2.0	e
3 EPOC	22	100.0	0.0	0.0	0.47	3.5	e

Lattato-BG




Tolleranza QUALAB : 10 %

Lattato-BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	6	100.0	0.0	0.0	1.80	6.1	e*
2 EPOC	24	100.0	0.0	0.0	1.63	3.9	e
3 iStat	8	87.5	0.0	12.5	1.62	2.2	e

sO2




Tolleranza QUALAB : 20 %

sO2 (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 iStat	6	100.0	0.0	0.0	99.000	0.4	e

Calcio - urine




Tolleranza QUALAB : 12 %

Calcio - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	13	100.0	0.0	0.0	2.15	2.6	e

Cloro - urine




Tolleranza QUALAB : 6 %

Cloro - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	6	100.0	0.0	0.0	143	2.4	e*
2 ISE diretto	4	75.0	25.0	0.0	149	3.3	e*

Glucosio - urine




Tolleranza QUALAB : 10 %

Glucosio - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	13	92.3	0.0	7.7	7.8	2.1	e

Magnesio - urine




Tolleranza QUALAB : 12 %

Magnesio - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	8	87.5	12.5	0.0	3.2	6.6	e*

Osmolalità - urine




Tolleranza QUALAB : 10 %

Osmolalità - urine (mosm/kg)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cryoscopie	7	100.0	0.0	0.0	633	0.6	e

Fosforo - urine




Tolleranza QUALAB : 15 %

Fosforo - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	13	100.0	0.0	0.0	12.2	4.5	e

Potassio - urine




Tolleranza QUALAB : 15 %

Potassio - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	19	100.0	0.0	0.0	48	3.5	e

Proteina - urina




Tolleranza QUALAB : 20 %

Proteina - urina (mg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas/Roche	12	100.0	0.0	0.0	319.0	5.0	e
2 Chimica umida	5	100.0	0.0	0.0	402.0	6.8	e*

Sodio - urine




Tolleranza QUALAB : 15 %

Sodio - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	19	100.0	0.0	0.0	124	1.8	e

Urea - urine




Tolleranza QUALAB : 15 %

Urea - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	14	100.0	0.0	0.0	205	3.8	e

Acido urico - urine




Tolleranza QUALAB : 15 %

Acido urico - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	13	92.3	0.0	7.7	0.92	5.1	e

Peso Specifico - urine




Tolleranza QUALAB : 5 %

Peso Specifico - urine ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Refraktometer	7	100.0	0.0	0.0	1.020	0.4	e

INR CoaguChek




Tolleranza QUALAB : 15 %

INR CoaguChek ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CoaguChek Pro II	6	100.0	0.0	0.0	2.4	4.5	e*

Quick OA




Tolleranza QUALAB : 15 %

Quick OA ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Thromborel S	4	75.0	25.0	0.0	1.60	9.6	e*
2 Neoplastin Plus	5	100.0	0.0	0.0	1.92	4.7	e*
3 Innovin	16	100.0	0.0	0.0	1.59	4.6	e
4 Recombiplastin 2G	9	88.9	0.0	11.1	1.58	2.8	e
5 Eurolyser	5	80.0	0.0	20.0	1.38	6.3	e*
6 Neoplastin R	7	100.0	0.0	0.0	1.67	2.4	e

Fibrinogeno OA




Tolleranza QUALAB : 15 %

Fibrinogeno OA (g/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Siemens Thrombin	5	80.0	20.0	0.0	0.96	8.1	e*
2 Stago/STA	9	100.0	0.0	0.0	1.09	6.4	e*
3 Fib Clauss (IL)	4	100.0	0.0	0.0	1.09	3.8	e*

aPTT OA




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 altro	5	100.0	0.0	0.0	40.0	2.3	e
2 Actin FS	8	87.5	12.5	0.0	48.0	12.9	e*
3 Pathromtin SL	5	80.0	20.0	0.0	68.0	14.9	e*
4 Stago/STA	6	100.0	0.0	0.0	48.5	5.2	e
5 aPTT-SP	7	100.0	0.0	0.0	38.3	7.5	e

Quick N




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Neoplastin R	5	100.0	0.0	0.0	100	3.4	a
2 Innovin	10	100.0	0.0	0.0	100	4.4	a
3 tutti	4	100.0	0.0	0.0	100	4.9	a
4 Recombiplastin 2G	7	100.0	0.0	0.0	100	0.0	e

Fibrinogeno N



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	2.45	4.0	e
2 Stago/STA	9	100.0	0.0	0.0	2.73	4.5	e
3 Fib Clauss (IL)	6	100.0	0.0	0.0	2.74	7.0	e*

aPTT N




Tolleranza QUALAB : 25 %

aPTT N (Sek)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Actin FS	7	100.0	0.0	0.0	27.8	5.4	e
2 altro	6	100.0	0.0	0.0	25.7	2.8	e
3 Stago/STA	7	100.0	0.0	0.0	32.0	3.8	e
4 aPTT-SP	8	100.0	0.0	0.0	25.1	3.3	e

Quick H



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Neoplastin R	5	100.0	0.0	0.0	93	4.6	e*
2 Innovin	8	100.0	0.0	0.0	90	7.8	a
3 Recombiplastin 2G	9	88.9	11.1	0.0	92	8.8	e*

Fibrinogeno H




Tolleranza QUALAB : 15 %

Fibrinogeno H (g/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Siemens Thrombin	5	100.0	0.0	0.0	3.20	3.5	e
2 Stago/STA	7	100.0	0.0	0.0	3.24	5.3	e*
3 Fib Clauss (IL)	5	100.0	0.0	0.0	3.15	4.5	e*

aPTT H



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Actin FS	6	100.0	0.0	0.0	120.0	0.0	e
2 Stago/STA	5	80.0	0.0	20.0	120.0	0.0	e
3 aPTT-SP	6	100.0	0.0	0.0	120.0	0.0	e

Troponina I




Tolleranza QUALAB : 24 %

Troponina I (ng/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect High Sensi	6	100.0	0.0	0.0	2984.3	7.8	e*
2 AQT 90 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	530.0	3.6	e
3 ADVIA Centaur XP/CP	5	100.0	0.0	0.0	3800.0	15.5	a
4 Eurolyser	13	76.9	7.7	15.4	1000.0	8.8	e

Troponina T



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas hs	5	100.0	0.0	0.0	847.00	8.6	e*
2 Cobas hs STAT	6	100.0	0.0	0.0	889.05	3.8	e

Mioglobina




Tolleranza QUALAB : 30 %

Mioglobina (µg/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	242.8	3.8	e

D-Dimeri




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 STA Liatest	8	87.5	0.0	12.5	1.90	5.8	a
2 Eurolyser	26	57.7	11.5	30.8	1.03	15.8	a
3 ACL	5	80.0	20.0	0.0	2.98	11.8	e*
4 AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	1.36	7.8	e*
5 Vidas	11	100.0	0.0	0.0	2.05	7.8	e

D-Dimeri NC




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 NycoCard	29	75.9	17.2	6.9	0.99	18.5	e*

TSH




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	16.4	2.1	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	6	100.0	0.0	0.0	15.6	4.4	e
3 Architect	8	100.0	0.0	0.0	14.3	4.9	e
4 Vidas	11	100.0	0.0	0.0	19.3	4.1	e
5 Qualigen	5	80.0	20.0	0.0	12.3	14.7	e*

FT3



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	14.2	4.8	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	11.8	1.7	e
3 Architect	7	100.0	0.0	0.0	11.1	8.2	e*
4 Vidas	6	100.0	0.0	0.0	13.4	8.5	e*

FT4




Tolleranza QUALAB : 20 %

FT4 (pmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Qualigen	4	100.0	0.0	0.0	67.3	5.3	e*
2 Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	60.4	5.0	e
3 ADVIA Centaur XP	4	100.0	0.0	0.0	41.9	8.6	e*
4 Architect	8	87.5	12.5	0.0	44.5	11.0	e*
5 Vidas	7	100.0	0.0	0.0	58.6	3.8	e

Cortisol




Tolleranza QUALAB : 20 %

Cortisol (nmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	760	8.4	e*
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	826	2.9	e

Luteinisiertes Hormon




Tolleranza QUALAB : 24 %

Luteinisiertes Hormon (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	39.4	9.7	a


Follikelstimulierendes Hormon



Tolleranza QUALAB : 24 % Follikelstimulierendes Hormon (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	33.4	3.5	a

Prolaktin (PRL)




Tolleranza QUALAB : 24 %

Prolaktin (PRL) (µg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	25.7	2.9	e

Troponina T CR




Tolleranza QUALAB : 24 %

Troponina T CR (ng/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	849	91.9	6.7	1.4	284.75	13.0	e
2 Cardiac Reader	54	87.0	9.3	3.7	274.83	14.3	e

Troponina I WB




Tolleranza QUALAB : 24 %

Troponina I WB (ng/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 iStat	4	75.0	0.0	25.0	6672.50	15.8	e*

D-Dimeri CR




Tolleranza QUALAB : 21 %

D-Dimeri CR (mg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	874	96.5	1.9	1.6	0.23	8.9	e
2 Cardiac Reader	43	83.7	14.0	2.3	0.22	14.1	e

CKMB - K8




Tolleranza QUALAB : 40 %

CKMB - K8 (µg/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	9	100.0	0.0	0.0	8.4	3.2	e

proBNP CR



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	537	88.3	2.4	9.3	2432	13.4	e
2 Cardiac Reader	12	100.0	0.0	0.0	2358	15.1	e*

PCO2 CCA




Tolleranza QUALAB : 12 %

PCO2 CCA (kPa)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	11	100.0	0.0	0.0	3.48	7.1	e*

PO2 CCA




Tolleranza QUALAB : 15 %

PO2 CCA (kPa)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	11	90.9	0.0	9.1	19.30	6.8	e*

pH CCA



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	11	90.9	9.1	0.0	7.61	0.4	e*

Potassio CCA




Tolleranza QUALAB : 6 %

Potassio CCA (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	6	100.0	0.0	0.0	5.7	0.9	e

Sodio CCA




Tolleranza QUALAB : 6 %

Sodio CCA (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	5	100.0	0.0	0.0	158.0	1.3	e

Ferritina




Tolleranza QUALAB : 24 %

Ferritina (µg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	117.00	12.4	e*
2 Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	143.90	11.9	e*
3 Architect	4	100.0	0.0	0.0	201.88	6.1	e*
4 Mira/DiaSys	5	80.0	0.0	20.0	111.80	10.9	e*
5 Mini Vidas	5	100.0	0.0	0.0	108.51	6.6	e*
6 Eurolyser	16	87.4	6.3	6.3	93.90	11.8	e*

Vitamina B12




Tolleranza QUALAB : 20 %

Vitamina B12 (pmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	374.50	4.8	e
2 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	392.00	4.6	e
3 Architect	6	83.3	16.7	0.0	363.55	11.1	e*

Acido folico




Tolleranza QUALAB : 20 %

Acido folico (nmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	16.27	5.3	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	19.80	5.7	e*

BNP




Tolleranza QUALAB : 27 %

BNP (ng/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage	43	88.3	4.7	7.0	1705.6	13.6	e

NT-Pro-BNP




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage	6	50.0	16.7	33.3	1805	24.4	e*

G10 Quick WB

Quick / INR WB

Ospedale universitario Zurigo




INRatio partecipanti

Nell'ambito del controllo circolare G10 vengono confrontati gli INR dei partecipanti con quelli dell'ospedale universitario di Zurigo.

Nr.	metodo	totale	% conforme	% insuff.	% outlier
1	INRatio	51	74.51	11.76	13.73

Bilirubina totale Neo




Tolleranza QUALAB : 18 %

Bilirubina totale Neo (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	14	100.0	0.0	0.0	132	6.7	e

Bilirubina diretta




Tolleranza QUALAB : 18 %

Bilirubina diretta (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	12	91.7	8.3	0.0	68	10.3	e*

Bilirubin neonatale




Tolleranza QUALAB : 18 %

Bilirubin neonatale (µmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	6	100.0	0.0	0.0	182	2.3	e
2 ABL700/800	4	100.0	0.0	0.0	173	2.3	e

CK-MB




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Fuji Dri-Chem	39	92.3	0.0	7.7	57.6	7.7	e

PSA



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	14.50	5.6	a
2 ADVIA Centaur XP/CP	5	100.0	0.0	0.0	11.70	4.5	a
3 Architect	6	100.0	0.0	0.0	12.30	3.3	a
4 Qualigen	5	80.0	20.0	0.0	17.50	18.1	e*

PSA frei




Tolleranza QUALAB : 25 %

PSA frei (µg/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	4.26	4.5	a
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	3.22	10.7	a

CEA



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	6.5	8.6	a
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	7.1	3.2	a
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	8.8	2.8	a

CA 125




Tolleranza QUALAB : 25 %

CA 125 (kIU/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	113.0	7.6	a

CA 15-3




Tolleranza QUALAB : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	24.0	3.9	e

AFP




Tolleranza QUALAB : 25 %

AFP (µg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	42	6.2	a
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	41	2.1	e

HCG qn




Tolleranza QUALAB : 25 %

HCG qn (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	90	3.2	a

pH OR




Tolleranza QUALAB : 1 %

pH OR ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	88	100.0	0.0	0.0	7.39	0.1	e
2 Radiometer NPT-7	4	100.0	0.0	0.0	7.41	0.1	e
3 ABL 90	27	100.0	0.0	0.0	7.40	0.1	e
4 ABL 80 / Coox	17	100.0	0.0	0.0	7.40	0.1	e
5 ABL 5	6	100.0	0.0	0.0	7.40	0.3	e

pCO2 OR




Tolleranza QUALAB : 12 %

pCO2 OR (kPa)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	86	98.8	1.2	0.0	5.43	3.0	e
2 Radiometer NPT-7	4	100.0	0.0	0.0	5.85	0.4	e
3 ABL 90	27	100.0	0.0	0.0	5.44	2.8	e
4 ABL 80 / Coox	17	100.0	0.0	0.0	5.61	4.1	e
5 ABL 5	6	100.0	0.0	0.0	5.59	1.1	e

pO2 OR




Tolleranza QUALAB : 15 %

pO2 OR (kPa)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	86	98.8	0.0	1.2	15.05	3.5	e
2 Radiometer NPT-7	4	75.0	25.0	0.0	15.49	10.9	e*
3 ABL 90	27	88.9	3.7	7.4	13.64	5.3	e
4 ABL 80 / Coox	17	94.1	0.0	5.9	14.04	6.4	e
5 ABL 5	6	100.0	0.0	0.0	14.37	4.1	e

ctHb OR




Tolleranza QUALAB : 9 %

ctHb OR (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	76	92.1	0.0	7.9	127.7	1.8	e
2 ABL 90	27	92.6	0.0	7.4	127.7	0.5	e
3 ABL 80 / Coox	12	91.7	0.0	8.3	125.6	2.2	e

sO2 OR




Tolleranza QUALAB : 20 %

sO2 OR (%)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	62	98.4	0.0	1.6	97.043	0.2	e
2 ABL 90	25	100.0	0.0	0.0	96.924	0.1	e
3 ABL 80 / Coox	11	100.0	0.0	0.0	96.836	0.4	e

FO2Hb OR



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	57	100.0	0.0	0.0	92.118	0.2	e
2 Radiometer NPT-7	4	100.0	0.0	0.0	49.000	0.1	e
3 ABL 90	25	100.0	0.0	0.0	92.160	0.1	e
4 ABL 80 / Coox	12	100.0	0.0	0.0	92.117	0.1	e

FCOHb OR




Tolleranza QUALAB : 20 %

FCOHb OR (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	58	96.6	3.4	0.0	3.097	8.9	e
2 Radiometer NPT-7	4	100.0	0.0	0.0	20.000	0.2	e
3 ABL 90	25	100.0	0.0	0.0	2.912	5.2	e
4 ABL 80 / Coox	12	91.7	8.3	0.0	2.858	13.8	e*

FMetHb OR




Tolleranza QUALAB : 20 %

FMetHb OR (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	59	96.6	1.7	1.7	1.981	5.4	e
2 Radiometer NPT-7	4	100.0	0.0	0.0	10.000	0.0	e
3 ABL 90	25	96.0	0.0	4.0	2.017	3.5	e
4 ABL 80 / Coox	12	100.0	0.0	0.0	2.042	6.4	e

FHHb




Tolleranza QUALAB : 20 %

FHHb (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL 80 / Coox	5	100.0	0.0	0.0	2.900	6.5	e*

FHbF OR




Tolleranza QUALAB : 20 %

FHbF OR (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL 90	6	100.0	0.0	0.0	79.500	2.9	e

Bilirubin OR




Tolleranza QUALAB : 18 %

Bilirubin OR (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	6	100.0	0.0	0.0	294.0	2.3	e
2 ABL 90	11	100.0	0.0	0.0	294.8	0.5	e

Kalium OR




Tolleranza QUALAB : 6 %

Kalium OR (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	72	98.6	1.4	0.0	3.8	1.5	e
2 ABL 90	27	100.0	0.0	0.0	3.8	1.3	e
3 ABL 80 / Coox	8	100.0	0.0	0.0	3.8	0.5	e

Natrium OR




Tolleranza QUALAB : 6 %

Natrium OR (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	69	98.6	1.4	0.0	140.7	1.1	e
2 ABL 90	27	100.0	0.0	0.0	141.6	0.3	e
3 ABL 80 / Coox	6	100.0	0.0	0.0	141.5	0.6	e

Kalzium OR




Tolleranza QUALAB : 12 %

Kalzium OR (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	71	98.6	0.0	1.4	0.53	2.6	e
2 ABL 90	27	100.0	0.0	0.0	0.52	1.0	e
3 ABL 80 / Coox	6	100.0	0.0	0.0	0.51	4.1	e*

Chlorid OR




Tolleranza QUALAB : 6 %

Chlorid OR (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	59	98.3	0.0	1.7	97.93	1.1	e
2 ABL 90	27	100.0	0.0	0.0	97.56	0.5	e
3 ABL 80 / Coox	5	100.0	0.0	0.0	98.00	1.1	e

Glucose OR




Tolleranza QUALAB : 10 %

Glucose OR (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	70	100.0	0.0	0.0	5.8	1.9	e
2 ABL 90	27	100.0	0.0	0.0	5.6	1.4	e

Laktat OR




Tolleranza QUALAB : 10 %

Laktat OR (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	75	98.7	0.0	1.3	1.68	3.4	e
2 ABL 90	27	96.3	0.0	3.7	1.59	2.5	e

BNP Plasma




Tolleranza QUALAB : 27 %

BNP Plasma (ng/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	5	100.0	0.0	0.0	2500.0	3.1	e

NT-proBNP




Tolleranza QUALAB : 27 %

NT-proBNP (ng/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 AQT 90 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	6850.0	8.1	e*
2 Vidas	4	75.0	25.0	0.0	3382.5	14.3	e*
3 Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	2579.3	4.8	e

Cholesterin PTS




Tolleranza QUALAB : 10 %

Cholesterin PTS (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CardioChek	4	100.0	0.0	0.0	6.28	6.2	e*

Cholesterin HDL PTS




Tolleranza QUALAB : 21 %

Cholesterin HDL PTS (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CardioChek	4	100.0	0.0	0.0	2.59	1.6	e

Triglyceride PTS




Tolleranza QUALAB : 20 %

Triglyceride PTS (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CardioChek	4	75.0	0.0	25.0	2.70	6.0	e*

Microalbumina



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Siemens Clinitek	11	54.5	9.1	36.4	30.0	13.2	a
2 Afinion	333	94.6	2.7	2.7	26.4	12.7	e
3 NycoCard	9	66.7	22.2	11.1	32.5	19.8	e*
4 Turbidimetrie	18	100.0	0.0	0.0	33.3	5.7	e
5 DCA2000/Vantage	121	96.7	0.8	2.5	33.3	8.4	e

Creatinina urina




Tolleranza QUALAB : 21 %

Creatinina urina (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 DCA2000/Vantage	120	90.0	0.0	10.0	3.5	4.5	e
2 Afinion	333	98.5	0.3	1.2	2.9	5.1	e
3 Chimica umida	29	100.0	0.0	0.0	3.1	6.1	e
4 Siemens Clinitek	11	72.7	0.0	27.3	4.4	0.2	a

INR CCXS




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CoaguChek XS	2329	99.2	0.5	0.3	2.4	5.9	e

INR HC



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Hemochron j.	23	82.7	4.3	13.0	4.7	8.8	e*

Osmolalità




Tolleranza QUALAB : 6 %

Osmolalità (mosm/kg)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cryoscopie	12	100.0	0.0	0.0	314	1.8	e

Kalium - K22




Tolleranza QUALAB : 6 %

Kalium - K22 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	7	100.0	0.0	0.0	3.6	1.7	e

Natrium - K22




Tolleranza QUALAB : 6 %

Natrium - K22 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	7	100.0	0.0	0.0	140	1.0	e

Glukose - K22




Tolleranza QUALAB : 10 %

Glukose - K22 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	7	100.0	0.0	0.0	8.7	2.1	e

Harnstoff - K22




Tolleranza QUALAB : 15 %

Harnstoff - K22 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	6	100.0	0.0	0.0	4.5	4.1	e

Osmotische Lücke




Tolleranza QUALAB : 20 %

Osmotische Lücke (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Formel 1	4	75.0	0.0	25.0	14.6	9.5	a
2 Formel 2	4	100.0	0.0	0.0	27.8	7.0	a

Procalcitonina




Tolleranza QUALAB : 27 %

Procalcitonina (µg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 altro	4	100.0	0.0	0.0	6.00	2.9	e
2 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	4.95	5.4	e
3 Mini Vidas	8	100.0	0.0	0.0	5.67	4.8	e
4 Liason	4	100.0	0.0	0.0	8.47	2.9	e

Parathormon




Tolleranza QUALAB : 24 %

Parathormon (pmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas PTH STAT	5	100.0	0.0	0.0	12.6	3.0	e

25-OH Vitamin D




Tolleranza QUALAB : 27 %

25-OH Vitamin D (nmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Qualigen	5	100.0	0.0	0.0	102.0	9.4	e*
2 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	55.4	9.3	e*
3 Architect	6	83.3	16.7	0.0	41.9	13.9	a

Digoxin



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 altro	10	100.0	0.0	0.0	2.06	10.1	e*

Valproat




Tolleranza QUALAB : 24 %

Valproat ($\mu\text{mol/l}$)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	536.5	3.8	e

Ematocrito




Tolleranza QUALAB : 9 %

Ematocrito (l/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 EPOC	4	100.0	0.0	0.0	0.35	0.0	e

Troponin Triage




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage Next Gen	25	68.0	8.0	24.0	4537.89	14.5	e*
2 Triage SOB/Cardiac	23	82.6	8.7	8.7	3129.52	12.7	e

D-Dimere Triage



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage	45	71.1	11.1	17.8	120.14	14.2	e

CK-MB Triage




Tolleranza QUALAB : 40 %

CK-MB Triage (µg/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage	22	100.0	0.0	0.0	4.7	15.2	e

Myoglobin Triage




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage	20	95.0	5.0	0.0	160.4	16.8	e*

Alcol




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	11	100.0	0.0	0.0	21.7	8.9	e

Calprotectin



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Bühlmann	7	85.7	0.0	14.3	95	19.2	a

Colesterolo Af/b101




Tolleranza QUALAB : 10 %

Colesterolo Af/b101 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	43	97.7	0.0	2.3	5.86	2.4	e
2 Afinion	246	98.4	0.0	1.6	5.91	3.6	e


Colesterolo HDL Af/b101



Tolleranza QUALAB : 21 % Colesterolo HDL Af/b101 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	43	97.7	0.0	2.3	1.71	3.9	e
2 Afinion	240	95.8	0.0	4.2	1.26	4.1	e

Trigliceridi Af/b101




Tolleranza QUALAB : 20 %

Trigliceridi Af/b101 (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	43	100.0	0.0	0.0	2.27	2.8	e
2 Afinion	244	97.6	0.4	2.0	2.06	4.0	e

Troponina I S



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Samsung LABGEO IB10	68	94.2	2.9	2.9	8228.23	11.2	e

D Dimeri qn S




Tolleranza QUALAB : 21 %

D Dimeri qn S (mg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Samsung LABGEO IB10	83	90.4	7.2	2.4	1.49	11.4	e

NT-pro BNP S




Tolleranza QUALAB : 27 %

NT-pro BNP S (ng/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Samsung LABGEO IB10	55	69.1	18.2	12.7	1121.5	19.6	e

INR MI



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 microINR	65	81.5	7.7	10.8	1.9	9.2	e

Lipasi




Tolleranza QUALAB : 18 %

Lipasi (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	50.0	4.5	e*
2 Beckman DXC	5	100.0	0.0	0.0	52.0	4.6	e
3 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	47.0	6.7	e*
4 Fuji Dri-Chem	78	97.4	0.0	2.6	60.8	4.2	e

INR Xprecia




Tolleranza QUALAB : 15 %

INR Xprecia ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Xprecia	13	100.0	0.0	0.0	3.0	2.9	e

Emoglobina




Tolleranza QUALAB : 9 %

Emoglobina (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	33	100.0	0.0	0.0	133.9	1.2	e

Ematocrito




Tolleranza QUALAB : 9 %

Ematocrito (l/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	33	97.0	0.0	3.0	0.42	3.3	e

Eritrociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Eritrociti (T/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	33	100.0	0.0	0.0	4.62	2.9	e

Leucociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Leucociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	34	100.0	0.0	0.0	8.27	3.4	e

Trombociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Trombociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	33	100.0	0.0	0.0	299.9	6.2	e

Neutrofili




Tolleranza QUALAB : 25 %

Neutrofili (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	33	97.0	3.0	0.0	3.71	6.9	e

Linfociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Linfociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	33	97.0	3.0	0.0	3.27	7.7	e

Monociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Monociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	32	87.5	3.1	9.4	1.02	9.0	e

Eosinofili




Tolleranza QUALAB : 50 %

Eosinofili (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	32	93.7	0.0	6.3	0.22	11.2	e

Basofili




Tolleranza QUALAB : 80 %

Basofili (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	32	96.9	0.0	3.1	0.04	35.9	e

Reticolociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Reticolociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	19	94.7	5.3	0.0	66.3	14.4	a

Hämolyseindex Probe A




Tolleranza QUALAB : 15 %

Hämolyseindex Probe A ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	14	100.0	0.0	0.0	29.3	5.1	e

Hämolyseindex Probe B



Tolleranza QUALAB : 15 %

Hämolyseindex Probe B ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	14	100.0	0.0	0.0	51.9	4.8	e