



Bericht zum Ringversuch MQ 2016-3 U3 Drogenurin

Amphetamine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Architect	Negativ	1	1	100
Roche Cobas	Negativ	3	3	100
Triage 8	Negativ	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativ	2	2	100
Intex	Negativ	6	6	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	12	12	100
Andere quantitativ	Negativ	12	12	100
Andere Schnelltests	Negativ	50	50	100
TOTAL		95	95	100

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Intex	Negativ	2	2	100
Syva Rapid Test	Negativ	3	3	100
Triage TOX	Negativ	12	12	100
Andere Schnelltests	Negativ	24	24	100
TOTAL		41	41	100

Ecstasy

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Andere Schnelltests	Negativ	12	12	100

Barbiturate

1000 µg Secobarbital

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Architect	Negativ	1	1	100
Cobas	Negativ	3	3	100
Triage 8	Negativ	8	8	100
Intex	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	12	12	100
Andere quantitativ	Negativ	8	8	100
Andere Schnelltests	Negativ	24	24	100
TOTAL		57	57	100

Benzodiazepine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Architect	Negativ	1	1	100
Cobas	Negativ	4	4	100
Triage 8	Negativ	8	8	100
Intex	Negativ	11	11	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	12	12	100
Andere quantitativ	Negativ	13	13	100
Andere Schnelltests	Negativ	57	57	100
TOTAL		107	107	100

Cannabinoide

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Architect	Negativ	1	1	100
Cobas	Negativ	6	6	100
Triage 8	Negativ	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativ	6	6	100
Intex	Negativ	12	12	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	12	12	100
Andere quantitativ	Negativ	14	14	100
Andere Schnelltests	Negativ	60	60	100
TOTAL		120	120	100

Cocain

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Architect	Negativ	1	1	100
Cobas	Negativ	4	4	100
Triage 8	Negativ	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativ	6	6	100
Intex	Negativ	9	9	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	12	12	100
Andere quantitativ	Negativ	14	14	100
Andere Schnelltests	Negativ	61	60	98
TOTAL		116	115	99

Methadon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Architect	Negativ	1	1	100
Cobas	Negativ	4	4	100
Triage 8	Negativ	8	8	100
Intex	Negativ	11	11	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	12	12	100
Andere quantitativ	Negativ	14	14	100
Andere Schnelltests	Negativ	49	49	100
TOTAL		100	100	100

Methaqualon*1000 µg Methaqualon*

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Alle Methoden	Positiv	1	1	100

Opiate*1000 µg Morphin*

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Architect	Positiv	1	1	100
Cobas	Positiv	4	4	100
Triage 8	Positiv	8	8	100
Syva Rapid Test	Positiv	6	6	100
Intex	Positiv	12	11	92
Syntron Quik	Positiv	1	1	100
Triage TOX	Positiv	12	12	100
Andere quantitativ	Positiv	15	15	100
Andere Schnelltests	Positiv	59	58	98
TOTAL		118	116	98

Paracetamol

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Triage TOX	Negativ	11	11	100

Phencyclidin*200 µg Phencyclidin*

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Triage TOX	Positiv	12	12	100
Andere Schnelltests	Positiv	8	8	100
TOTAL		20	20	100

Trizyklische Antidepressiva

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Triage 8	Negativ	7	7	100
Triage TOX	Negativ	12	12	100
Alle Methoden	Negativ	15	15	100
TOTAL		34	33	97

Zürich, 28.9.2016
Dr. R. Fried