



Rapporto Controlli Circolari MQ 2016-3 U3 Screening delle droghe su urina

Anfetamina

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Negativo	1	1	100
Roche Cobas	Negativo	3	3	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativo	2	2	100
Intex	Negativo	6	6	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	12	12	100
Altri test rapidi	Negativo	50	50	100
TOTALE		95	95	100

Metanfetamina

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Intex	Negativo	2	2	100
Syva Rapid Test	Negativo	3	3	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test rapidi	Negativo	24	24	100
TOTALE		41	41	100

Ecstasy pos/neg

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Altri test rapidi	Negativo	12	12	100

Barbiturici

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Negativo	1	1	100
Cobas	Negativo	3	3	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Intex	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Andere quantitativi	Negativo	8	8	100
Altri test rapidi	Negativo	24	24	100
TOTALE		57	57	100

Benzodiazepine

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Negativo	1	1	100
Cobas	Negativo	4	4	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Intex	Negativo	11	11	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	13	13	100
Altri test rapidi	Negativo	57	57	100
TOTALE		107	107	100

Cannabinoidi

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Negativo	1	1	100
Cobas	Negativo	6	6	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativo	6	6	100
Intex	Negativo	12	12	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	14	14	100
Altri test rapidi	Negativo	60	60	100
TOTALE		120	120	100

Cocaina

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Negativo	1	1	100
Cobas	Negativo	4	4	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativo	6	6	100
Intex	Negativo	9	9	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	14	14	100
Altri test rapidi	Negativo	61	60	98
TOTALE		116	115	99

Metadone

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Negativo	1	1	100
Cobas	Negativo	4	4	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Intex	Negativo	11	11	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	14	14	100
Altri test rapidi	Negativo	49	49	100
TOTALE		100	100	100

Methaqualon*1000 µg Methaqualon*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Altri test	Positivo	1	1	100

Oppiacei*1000 µg Morfina*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Positivo	1	1	100
Cobas	Positivo	4	4	100
Triage 8	Positivo	8	8	100
Syva Rapid Test	Positivo	6	6	100
Intex	Positivo	12	11	92
Syntron Quik	Positivo	1	1	100
Triage TOX	Positivo	12	12	100
Altri test quantitativi	Positivo	15	15	100
Altri test rapidi	Positivo	59	58	98
TOTALE		118	116	98

Paracetamolo

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Negativo	11	11	100

Phencyclidin*200 µg Phencyclidin*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Positivo	12	12	100
Altri test rapidi	Positivo	8	8	100
TOTALE		20	20	100

Antidepressivi triciclici

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage 8	Negativo	7	7	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Tutti i metodi	Negativo	15	15	100
TOTALE		33	35	100

Zürich, 28.9.2016
Dr. R. Fried