



Rapport de l'essai interlaboratoire MQ 2016-4 U3 Urine, dépistage de drogues

Amphétamines

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Négative	1	1	100
Roche Cobas	Négative	3	3	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Syva Rapid Test	Négative	2	2	100
Intex	Négative	5	5	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	13	13	100
Autres tests rapides	Négative	49	47	96
TOTAL		94	92	98

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Intex	Négative	2	2	100
Syva Rapid Test	Négative	4	4	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres tests rapides	Négative	23	22	96
TOTAL		41	40	98

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Autres tests rapides	Négative	13	13	100

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Négative	1	1	100
Cobas	Négative	3	3	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Intex	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	9	9	100
Autres tests rapides	Négative	23	23	100
TOTAL		57	57	100

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Négative	1	1	100
Cobas	Négative	4	4	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Syva Rapid Test	Négative	1	1	100
Intex	Négative	10	10	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	14	14	100
Autres tests rapides	Négative	56	55	98
TOTAL		107	106	99

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Négative	1	1	100
Cobas	Négative	6	6	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Syva Rapid Test	Négative	7	7	100
Intex	Négative	11	11	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	15	15	100
Autres tests rapides	Négative	59	58	98
TOTAL		120	119	99

Cocain*800 µg de benzoylecgonine*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Positive	1	1	100
Cobas	Positive	4	4	100
Triage 8	Positive	8	8	100
Syva Rapid Test	Positive	7	7	100
Intex	Positive	8	8	100
Syntron Quik	Positive	1	1	100
Triage TOX	Positive	12	12	100
Autres quantitatif	Positive	15	15	100
Autres tests rapides	Positive	60	56	93
TOTAL		116	112	97

Méthadone*1000 µg de méthadone et 1000 µg d'EDDP*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Positive	1	1	100
Cobas	Positive	4	4	100
Triage 8	Positive	8	8	100
Intex	Positive	10	10	100
Syntron Quik	Positive	1	1	100
Triage TOX	Positive	12	12	100
Autres quantitatif	Positive	14	14	100
Autres tests rapides	Positive	47	45	96
TOTAL		97	95	98

EDDP*1000 µg d'EDDP*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Toutes les méthodes	Positive	1	1	100

Methaqualone

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Toutes les méthodes	Négative	1	1	100

Opiacés*800 µg de 6-acétylmorphine*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Positive	1	1	100
Cobas	Positive	4	4	100
Triage 8	Positive	8	8	100
Syva Rapid Test	Positive	7	7	100
Intex	Positive	11	11	100
Syntron Quik	Positive	1	1	100
Triage TOX	Positive	12	12	100
Autres quantitatif	Positive	16	16	100
Autres tests rapides	Positive	58	55	95
TOTAL		118	115	97

6-Acétylmorphine*800 µg de 6-acétylmorphine*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Autres	Positive	2	2	100

Paracétamol

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Négative	11	11	100

Phencyclidine

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres tests rapides	Négative	8	8	100
TOTAL		20	20	100

Antidépresseurs tricycles

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage 8	Négative	7	7	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Toutes les méthodes	Négative	15	15	100
TOTAL		33	33	100

LSD

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Toutes les méthodes	Négative	1	1	100

Zürich, 3.12.2016

Dr. R. Fried