

G3/G4 Coagulazione ampliata 2017-1

Istruzioni

- Le cifre corrispondono al numero di partecipanti che hanno fornito questi risultati.
- I campi incorniciati mostrano i risultati inoltrati dal vostro laboratorio.
- I risultati quantitativi sono ora integrati nella valutazione normale. I "valori obiettivo" sono formati dalla media dei partecipanti elaborata eliminando quelli estremi all'infuori dei limiti di tolleranza
- Nel caso del tempo di trombina viene valutata soltanto l'interpretazione.

Interpretazione dei risultati

Nessuna anticoagulazione		Normale	Valore limite	Anormale
G3	PTT	23	0	0
G3	Tempo di trombina	18	1	1

Terapia all'eparina		Senza eparina	Subterapia	Terapia	Troppo forte
G4	PTT	0	0	0	18
G4	Tempo di trombina	0	1	0	13

16.03.2017nka

Distribuzione di tutti i risultati aPTT

La forte distribuzione dei risultati quantitativi rende difficile il calcolo del valore obiettivo. Per tale ragione abbiamo illustrato il risultato ricorrendo a un istogramma.

