

Verein für
Association pour le
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle
contrôle de qualité médical
controllo di qualità medico

Rapporto del controllo circolare

2017 - 1

Campioni

Prima e durante la spedizione sono state controllate l'omogeneità e la stabilità di tutti i campioni e non sono state riscontrate irregolarità. I test sono stati condotti nei laboratori dell'ospedale universitario di Zurigo (<http://www.uzl.usz.ch/>).

I seguenti campioni sono stati prodotti appositamente per MQ in subappalto:

B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Ematologia parassitaria, K14 Marker tumorale.

Determinazione dei valori assegnati

Per ogni valore assegnato è indicato il tipo di procedura secondo ISO17043:2010, B2.1 (colonna "tipo"):

- a) Valori noti, derivati dalla formulazione del materiale
- b) Valori di riferimento certificati per campioni particolari
- c) Valori di riferimento, determinati da analisi
- d) Valori di consenso da laboratori partecipanti esperti
- e) Valori di consenso dai partecipanti

In gruppi con più di 9 partecipanti i valori assegnati vengono in genere determinati con il valore di consenso ("e"). Per la determinazione del valore bersaglio viene utilizzato il valore medio del collettivo di quel metodo. I valori con una deviazione rispetto al valore teorico superiore a 1.5 volte la tolleranza Qualab vengono considerati outlier ed eliminati dal calcolo del valore bersaglio. Come valore di partenza per l'eliminazione degli outlier si utilizzano i risultati degli esami di idoneità.

Per garantire a tutti i partecipanti valori assegnati rappresentativi, in gruppi più piccoli possono essere adottate anche altre procedure.

Incertezza dei valori assegnati

L'incertezza standard (u_x) viene calcolata con la seguente formula (ISO13528):

$u_x = (\text{valore assegnato}/100) \cdot 1.25 / \text{radice quadrata del numero di partecipanti} \cdot \text{coeff. variazione (CV)\%}$

u_x ha la stessa unità di misura del valore assegnato

u_x è paragonabile alla deviazione standard (SD) del collettivo dei partecipanti (SD: valore assegnato \cdot CV%/100)

Se il numero dei partecipanti è superiore a 18, l'incertezza standard è molto inferiore alla variabilità del collettivo e può essere ignorata


Tolleranze QUALAB e MQ

Per le analisi obbligatorie vengono utilizzate le tolleranze Qualab (www.qualab.ch, esterne Qualitätskontrolle). Per le analisi non obbligatorie le tolleranze vengono definite dal direttore dei controlli circolari MQ.

Se l'incertezza calcolata u_x del valore assegnato è superiore al 15% della tolleranza QUALAB o MQ, appare un asterisco accanto alla lettera che descrive la procedura di calcolo del valore assegnato (per esempio "e*"), per avvisare il partecipante che l'incertezza del valore assegnato può avere un'influenza sull'esito del controllo.

Rappresentazioni grafiche

I risultati sono rappresentati graficamente come segue:



Confronto degli strumenti

I dati in questa parte del rapporto consentono di paragonare l'efficienza dei vari strumenti. Non vanno però dimenticati i seguenti dettagli:


- Il campione di controllo K1 è un siero di controllo commerciale pronto per l'uso. Nonostante il campione sia di origine umana, non si può escludere l'insorgenza di effetti di matrice. Questi dipendono dallo strumento e portano a valori assegnati differenti.
- E' stato analizzato solo un campione. Poiché la distribuzione dei risultati dipende dalla natura del campione (effetto matrice) e dal valore stesso, i coefficienti di variazione determinati (in %) non hanno una validità generale.
- Gran parte dei valori anomali deriva da errori amministrativi (unità di misura sbagliata, scambio dei risultati) o da errori di manualità (campione sbagliato, non correttamente disciolto, non abbastanza mescolato) e non ha a che fare con lo strumento.

Zurigo, 29.3.2017

Dr. R. Fried
Direttore controlli circolari

Non è permesso pubblicare questo rapporto o alcuna sua parte senza il permesso scritto della nostra associazione. L'originale si trova nell'archivio su www.mqzh.ch

Quick OA




Tolleranza QUALAB : 15 %

Quick OA ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Neoplastin Plus	6	100.0	0.0	0.0	2.03	5.6	e*
2 Innovin	14	100.0	0.0	0.0	1.61	5.1	e
3 Recombiplastin 2G	18	100.0	0.0	0.0	1.73	4.9	e
4 Eurolyser	7	57.1	28.6	14.3	1.56	10.4	e*
5 Neoplastin R	9	100.0	0.0	0.0	1.78	4.3	e

Fibrinogeno OA




Tolleranza QUALAB : 15 %

Fibrinogeno OA (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Stago/STA	12	91.7	8.3	0.0	1.12	8.2	e*
2 Fibrinogen Q.F.A.	7	100.0	0.0	0.0	1.11	3.7	e

aPTT OA




Tolleranza QUALAB : 25 %

aPTT OA (Sek)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Actin FS	8	100.0	0.0	0.0	48.2	14.7	e*
2 Pathromtin SL	4	100.0	0.0	0.0	69.3	4.8	e
3 Stago/STA	9	100.0	0.0	0.0	50.5	7.4	e
4 aPTT-SP	13	100.0	0.0	0.0	44.2	7.7	e

INR CoaguChek




Tolleranza QUALAB : 15 %

INR CoaguChek ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CoaguChek Pro II	130	98.4	0.8	0.8	1.1	1.9	e

Quick N




Tolleranza QUALAB : 15 %

Quick N (%)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Neoplastin R	7	100.0	0.0	0.0	91	4.8	e*
2 Neoplastin Plus	5	100.0	0.0	0.0	100	4.3	e*
3 Innovin	10	100.0	0.0	0.0	98	4.1	e
4 Recombiplastin 2G	18	94.4	0.0	5.6	98	5.0	e

Fibrinogeno N




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	2.71	9.0	e*
2 Stago/STA	12	100.0	0.0	0.0	3.13	5.4	e
3 Fibrinogen Q.F.A.	7	100.0	0.0	0.0	3.20	4.9	e*
4 Fib Clauss (IL)	7	100.0	0.0	0.0	2.98	9.2	e*

aPTT N




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Actin FS	6	100.0	0.0	0.0	27.0	6.1	e
2 Stago/STA	10	100.0	0.0	0.0	32.9	3.2	e
3 aPTT-SP	16	100.0	0.0	0.0	26.6	5.5	e

Quick H



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Neoplastin R	7	100.0	0.0	0.0	95	5.9	e*
2 Innovin	8	100.0	0.0	0.0	91	5.4	e*
3 Recombiplastin 2G	11	100.0	0.0	0.0	92	6.2	e*

Fibrinogeno H




Tolleranza QUALAB : 15 %

Fibrinogeno H (g/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Siemens Thrombin	4	100.0	0.0	0.0	3.06	9.7	e*
2 Stago/STA	9	100.0	0.0	0.0	3.21	6.4	e*
3 Fib Clauss (IL)	4	100.0	0.0	0.0	2.94	4.1	e*

aPTT H



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Actin FS	6	100.0	0.0	0.0	120.0	0.0	e
2 Stago/STA	6	100.0	0.0	0.0	120.0	0.0	e
3 aPTT-SP	8	100.0	0.0	0.0	120.0	1.8	e

D-Dimeri NC




Tolleranza QUALAB : 21 %

D-Dimeri NC (mg/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 NycoCard	22	77.3	13.6	9.1	0.96	16.5	e*

D-Dimeri



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 STA Liatest	10	100.0	0.0	0.0	2.40	2.3	e
2 Eurolyser (Cutoff 0.	11	72.7	18.2	9.1	1.27	15.2	e*
3 Eurolyser	21	71.4	0.0	28.6	2.38	10.0	e
4 ACL	6	83.3	0.0	16.7	3.98	5.8	e
5 AQT 90 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	1.57	6.5	e
6 VIDAS	18	100.0	0.0	0.0	2.40	6.1	e

INR CCXS




Tolleranza QUALAB : 15 %

INR CCXS ()


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CoaguChek XS	2249	96.5	3.2	0.3	2.3	7.2	e

INR HC




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Hemochron j.	14	85.7	0.0	14.3	4.4	6.3	e

INR MI



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 MicroINR	87	81.6	9.2	9.2	1.9	7.9	e

INR Xprecia




Tolleranza QUALAB : 15 %

INR Xprecia ()


No.Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Xprecia	50	98.0	0.0	2.0	3.1	5.4	e

Emoglobina



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	33	100.0	0.0	0.0	114.9	3.2	e
2 Cianometemoglobina	38	97.4	2.6	0.0	114.6	3.9	e
3 Sysmex X	39	100.0	0.0	0.0	116.0	1.7	e
4 Advia 120	9	100.0	0.0	0.0	115.0	1.7	e
5 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	114.1	1.2	e
6 Reflotron	59	86.4	10.2	3.4	120.0	4.8	e
7 Hemocue	362	95.9	1.9	2.2	113.3	2.6	e
8 Dr. Lange	18	83.3	11.1	5.6	116.6	5.5	e*
9 Hemocontrol	14	92.9	7.1	0.0	115.6	3.1	e
10 Eurolyser	6	100.0	0.0	0.0	114.5	3.5	e*
11 DiaSpect	10	100.0	0.0	0.0	122.1	3.7	e*
12 MS4	4	100.0	0.0	0.0	110.0	4.5	e*

Emoglobina




Tolleranza QUALAB : 9 %

Emoglobina (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	650	95.4	0.8	3.8	113.0	3.0	e
2 Microsemi	459	97.1	0.7	2.2	114.4	2.0	e
3 Sysmex KX21	365	95.1	0.5	4.4	115.7	1.9	e
4 Sysmex Poch - 100i	206	97.1	1.0	1.9	113.7	2.3	e
5 Sysmex XP 300	336	97.0	0.6	2.4	116.0	1.8	e
6 Mythic	247	95.2	0.8	4.0	112.0	3.6	e
7 Swelab	66	100.0	0.0	0.0	116.6	2.7	e
8 Abacus Junior	11	100.0	0.0	0.0	116.8	4.2	e*
9 Medonic	14	100.0	0.0	0.0	116.1	3.4	e
10 Nihon Kohden Celltac	43	95.3	0.0	4.7	115.4	2.6	e
11 Samsung HC10	45	97.8	0.0	2.2	115.6	2.8	e
12 Norma Icon 3	23	100.0	0.0	0.0	114.7	2.9	e

Ematocrito




Tolleranza QUALAB : 9 %

Ematocrito (H)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	28	89.3	7.1	3.6	0.33	5.6	e
2 Centrifuga	12	91.7	8.3	0.0	0.34	5.6	e*
3 Sysmex X	39	100.0	0.0	0.0	0.35	2.6	e
4 Advia 120	9	88.9	11.1	0.0	0.32	4.1	e*
5 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	0.30	2.5	e
6 MS4	4	75.0	0.0	25.0	0.33	4.1	e*

Ematocrito




Tolleranza QUALAB : 9 %

Ematocrito (H)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	650	94.0	2.6	3.4	0.31	3.9	e
2 Microsemi	457	97.8	0.9	1.3	0.31	2.6	e
3 Sysmex KX21	365	95.4	0.8	3.8	0.31	2.6	e
4 Sysmex Poch - 100i	206	95.6	2.9	1.5	0.34	3.2	e
5 Sysmex XP 300	330	97.0	1.5	1.5	0.31	2.5	e
6 Mythic	246	91.4	3.7	4.9	0.32	4.0	e
7 Swelab	66	95.5	4.5	0.0	0.32	4.0	e
8 Abacus Junior	11	90.9	0.0	9.1	0.34	2.7	e
9 Medonic	14	85.7	14.3	0.0	0.33	6.2	e*
10 Nihon Kohden Celltac	43	95.3	0.0	4.7	0.34	3.1	e
11 Samsung HC10	45	95.6	0.0	4.4	0.35	3.1	e
12 Norma Icon 3	23	95.7	0.0	4.3	0.34	4.7	e

Eritrociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Eritrociti (T/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	27	96.3	3.7	0.0	3.77	6.8	e
2 Microscopio	7	100.0	0.0	0.0	3.74	10.4	e*
3 Sysmex X	40	100.0	0.0	0.0	3.77	2.1	e
4 Advia 120	9	100.0	0.0	0.0	3.70	2.6	e
5 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	3.67	1.4	e
6 MS4	4	100.0	0.0	0.0	3.81	11.6	e*

Eritrociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Eritrociti (T/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	650	97.9	0.6	1.5	3.67	4.8	e
2 Microsemi	457	99.6	0.0	0.4	3.64	2.9	e
3 Sysmex KX21	365	97.0	0.8	2.2	3.70	4.5	e
4 Sysmex Poch - 100i	206	99.5	0.0	0.5	3.88	3.1	e
5 Sysmex XP 300	332	99.4	0.0	0.6	3.71	2.8	e
6 Mythic	247	97.2	0.8	2.0	3.58	5.0	e
7 Swelab	66	100.0	0.0	0.0	3.73	3.3	e
8 Abacus Junior	11	90.9	9.1	0.0	3.79	11.8	e*
9 Medonic	14	100.0	0.0	0.0	3.81	4.5	e
10 Nihon Kohden Celltac	43	97.7	0.0	2.3	3.80	4.1	e
11 Samsung HC10	45	100.0	0.0	0.0	3.73	3.9	e
12 Norma Icon 3	23	100.0	0.0	0.0	3.61	3.7	e

Leucociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Leucociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	25	100.0	0.0	0.0	6.12	6.3	e
2 Microscopio	42	88.1	7.1	4.8	5.62	14.1	e
3 Sysmex X	40	100.0	0.0	0.0	6.37	3.1	e
4 Advia 120 (Perox)	8	100.0	0.0	0.0	5.73	8.1	e
5 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	6.27	4.3	e
6 MS4	4	100.0	0.0	0.0	5.91	8.7	e*

Leucociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Leucociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	649	98.3	0.8	0.9	5.77	5.8	e
2 Microsemi	459	99.6	0.0	0.4	5.94	4.0	e
3 Sysmex KX21	365	99.7	0.3	0.0	6.07	4.4	e
4 Sysmex Poch - 100i	206	100.0	0.0	0.0	6.04	4.5	e
5 Sysmex XP 300	334	99.1	0.6	0.3	6.22	4.4	e
6 Mythic	246	96.8	2.4	0.8	5.70	7.8	e
7 Swelab	66	98.5	0.0	1.5	6.20	4.8	e
8 Abacus Junior	11	81.8	18.2	0.0	6.98	14.4	e*
9 Medonic	14	100.0	0.0	0.0	6.34	4.6	e
10 Nihon Kohden Celltac	43	100.0	0.0	0.0	6.28	5.1	e
11 Samsung HC10	45	97.8	2.2	0.0	5.87	6.7	e
12 Norma Icon 3	23	100.0	0.0	0.0	5.56	8.3	e

Trombociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Trombociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Automatico	23	100.0	0.0	0.0	227.6	9.5	e
2 Microscopio	25	88.0	8.0	4.0	217.2	13.1	e
3 Sysmex X	39	100.0	0.0	0.0	222.1	4.4	e
4 Advia 120	9	100.0	0.0	0.0	211.0	6.9	e
5 ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	231.9	4.6	e
6 MS4	4	100.0	0.0	0.0	237.0	10.9	e*

Trombociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Trombociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Abx Micros	650	96.3	2.2	1.5	223.2	9.0	e
2 Microsemi	459	99.6	0.0	0.4	232.2	5.4	e
3 Sysmex KX21	365	99.0	0.5	0.5	223.8	5.5	e
4 Sysmex Poch - 100i	206	99.5	0.0	0.5	233.4	5.3	e
5 Sysmex XP 300	333	100.0	0.0	0.0	235.6	4.9	e
6 Mythic	247	97.2	1.6	1.2	209.2	9.9	e
7 Swelab	66	98.5	1.5	0.0	208.7	8.1	e
8 Abacus Junior	11	90.9	0.0	9.1	246.7	6.7	e
9 Medonic	14	100.0	0.0	0.0	215.2	7.3	e
10 Nihon Kohden Celltac	43	100.0	0.0	0.0	241.0	7.6	e
11 Samsung HC10	45	97.8	0.0	2.2	226.3	6.5	e
12 Norma Icon 3	23	100.0	0.0	0.0	220.2	7.1	e

Emoglobina BG




Tolleranza QUALAB : 9 %

Emoglobina BG (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 iStat	6	100.0	0.0	0.0	188.5	2.7	e*

Ematocrito




Tolleranza QUALAB : 9 %

Ematocrito (l/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 iStat	7	100.0	0.0	0.0	0.56	2.5	e

Emoglobina




Tolleranza QUALAB : 9 %

Emoglobina (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	39	100.0	0.0	0.0	131.4	0.9	e
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	131.0	1.7	e
3 ABX Pentra	6	100.0	0.0	0.0	133.0	1.6	e

Ematocrito




Tolleranza QUALAB : 9 %

Ematocrito (H)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	39	94.9	5.1	0.0	0.39	3.6	e
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	0.40	3.2	e
3 ABX Pentra	6	100.0	0.0	0.0	0.38	2.4	e

Eritrociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Eritrociti (T/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	39	100.0	0.0	0.0	3.51	1.9	e
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	3.46	2.8	e
3 ABX Pentra	6	100.0	0.0	0.0	3.45	2.5	e

Leucociti



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	39	97.4	2.6	0.0	6.08	6.8	e
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	5.84	6.5	e
3 ABX Pentra	6	100.0	0.0	0.0	5.80	2.0	e

Trombociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Trombociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	39	94.8	2.6	2.6	71.9	12.2	e
2 Advia	11	90.9	0.0	9.1	71.2	12.9	e*
3 ABX Pentra	6	100.0	0.0	0.0	70.0	8.0	e*

Neutrofili




Tolleranza QUALAB : 25 %

Neutrofili (G/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	39	97.4	0.0	2.6	3.82	3.6	e
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	3.78	7.4	e
3 ABX Pentra	6	100.0	0.0	0.0	3.45	5.1	e

Linfociti



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	39	97.4	2.6	0.0	1.72	6.5	e
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	1.46	7.4	e
3 ABX Pentra	6	100.0	0.0	0.0	1.81	4.2	e

Monociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Monociti (G/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	39	94.9	0.0	5.1	0.47	10.4	e
2 Advia	11	90.9	0.0	9.1	0.30	10.8	e*
3 ABX Pentra	6	83.3	0.0	16.7	0.44	10.0	e*

Eosinofili



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	39	97.4	0.0	2.6	0.10	13.5	e
2 Advia	10	90.0	10.0	0.0	0.10	17.3	e
3 ABX Pentra	6	100.0	0.0	0.0	0.12	17.7	e*

Basofili




Tolleranza QUALAB : 80 %

Basofili (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	39	84.6	0.0	15.4	0.02	41.0	a
2 Advia	10	100.0	0.0	0.0	0.03	54.4	a
3 ABX Pentra	6	100.0	0.0	0.0	0.03	27.6	a

Reticolociti




Tolleranza QUALAB : 25 %

Reticolociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sysmex	19	100.0	0.0	0.0	63.5	17.1	a
2 Advia	8	100.0	0.0	0.0	72.4	12.8	a

Hämolyseindex Probe A




Tolleranza QUALAB : 15 %

Hämolyseindex Probe A ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	161.7	4.5	e

Hämolyseindex Probe B




Tolleranza QUALAB : 15 %

Hämolyseindex Probe B ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	39.0	5.4	e


Velocità di eritrosedimentazione 1h



Tolleranza QUALAB : 20 % Velocità di eritrosedimentazione 1h (mm/h)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Sarstedt Sedivette	8	87.5	0.0	12.5	67	9.9	e*
2 BD Seditainer	6	83.3	0.0	16.7	64	3.2	e
3 altro	5	100.0	0.0	0.0	65	8.2	e*

CRP




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	15	93.3	6.7	0.0	49.1	9.6	e
2 Turbidimetrie	36	97.2	2.8	0.0	52.1	7.1	e
3 Abx Micros	74	98.6	0.0	1.4	50.3	8.9	e
4 ABX Micros CRP200	252	93.2	4.8	2.0	51.6	10.1	e
5 Afinion	1299	99.1	0.7	0.2	49.2	7.3	e
6 NycoCard SingleTest-	295	81.7	6.1	12.2	51.0	11.0	e
7 Quick Read go	172	98.2	1.2	0.6	52.2	6.1	e
8 Eurolyser	130	83.1	2.3	14.6	68.6	11.0	e
9 Fuji Dri-Chem	25	100.0	0.0	0.0	51.6	10.2	e
10 Autolyser/DiaSys	10	80.0	0.0	20.0	45.8	11.0	e*
11 Piccolo	7	100.0	0.0	0.0	61.4	8.1	e*
12 AFIAS	16	87.5	12.5	0.0	63.1	12.6	e*

CRP




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 QuickRead (sangue)	121	100.0	0.0	0.0	85.9	5.5	e

CRP



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 AQT 90 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	56.0	6.7	e
2 Spotchem D-Concept	5	100.0	0.0	0.0	61.1	6.7	e*
3 Spotchem SI-3510	5	100.0	0.0	0.0	49.8	7.0	e*

IgG




Tolleranza QUALAB : 25 %

IgG (g/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Turbidimetrie	11	100.0	0.0	0.0	13.9	5.7	e
2 Nephelometrie	8	100.0	0.0	0.0	15.1	4.7	e

IgA



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Turbidimetrie	10	100.0	0.0	0.0	2.7	4.3	e
2 Nephelometrie	8	100.0	0.0	0.0	3.1	9.1	e*

IgM




Tolleranza QUALAB : 25 %

IgM (g/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Turbidimetrie	7	100.0	0.0	0.0	1.5	6.3	e
2 Nephelometrie	8	100.0	0.0	0.0	1.6	5.2	e
3 Cobas Integra 800/40	4	100.0	0.0	0.0	1.5	1.3	e

IgE



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	9	100.0	0.0	0.0	136	7.3	e*

Alpha-1-Antitripsina




Tolleranza QUALAB : 25 %

Alpha-1-Antitripsina (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	1.46	11.2	e*

Anticorpi anti-streptolisina




Tolleranza QUALAB : 25 %

Anticorpi anti-streptolisina (kIU/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	11	100.0	0.0	0.0	195	6.8	e

Complemento C3




Tolleranza QUALAB : 25 %

Complemento C3 (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	12	100.0	0.0	0.0	2.13	4.1	e

Complemento C4




Tolleranza QUALAB : 25 %

Complemento C4 (g/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	11	100.0	0.0	0.0	0.44	6.2	e

Aptoglobina



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	14	100.0	0.0	0.0	1.79	5.1	e

Transferrina




Tolleranza QUALAB : 25 %

Transferrina (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	20	100.0	0.0	0.0	2.97	4.9	e

Beta-2-Mikroglobulin




Tolleranza QUALAB : 25 %

Beta-2-Mikroglobulin (mg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	2.39	3.3	e

Fattore reumatoide




Tolleranza QUALAB : 25 %

Fattore reumatoide (IE/ml)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	5	100.0	0.0	0.0	32.0	4.0	e

Präalbumin




Tolleranza QUALAB : 25 %

Präalbumin (mg/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	8	100.0	0.0	0.0	276.0	4.1	e

CRP



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Microsemi	448	97.3	2.0	0.7	53.2	9.4	e

Albumina




Tolleranza QUALAB : 12 %

Albumina (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	28	96.4	3.6	0.0	26	5.3	e
2 Cobas	14	100.0	0.0	0.0	29	3.7	e
3 Fuji Dri-Chem	202	99.0	0.0	1.0	36	3.0	e
4 Spotchem/Ready	36	94.4	5.6	0.0	30	6.7	e
5 Spotchem D-Concept	95	91.6	4.2	4.2	36	6.1	e
6 Piccolo	37	100.0	0.0	0.0	30	4.1	e
7 Skyla	7	85.7	14.3	0.0	31	7.2	e*
8 Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	28	4.3	e*
9 Hitachi S40/M40	7	100.0	0.0	0.0	28	3.2	e
10 Autolyser/DiaSys	6	100.0	0.0	0.0	27	3.8	e*

Fosfatasi alcalina




Tolleranza QUALAB : 18 %

Fosfatasi alcalina (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	8	87.5	0.0	12.5	281	8.2	e*
2 Cobas	18	94.4	0.0	5.6	233	5.9	e
3 Reflotron	625	94.1	4.8	1.1	443	8.7	e
4 Fuji Dri-Chem	721	98.9	0.0	1.1	395	4.5	e
5 Spotchem/Ready	94	94.7	2.1	3.2	379	7.6	e
6 Spotchem D-Concept	174	98.9	1.1	0.0	342	7.0	e
7 Hitachi S40/M40	17	100.0	0.0	0.0	269	6.9	e
8 Beckman	20	100.0	0.0	0.0	398	7.3	e
9 Piccolo	33	100.0	0.0	0.0	433	2.7	e
10 Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	287	6.0	e*
11 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	507	4.4	e
12 Autolyser/DiaSys	16	93.7	0.0	6.3	313	7.6	e

Amilasi




Tolleranza QUALAB : 18 %

Amilasi (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	18	100.0	0.0	0.0	263	7.0	e
2 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	245	3.1	e
3 Reflotron	170	97.6	1.8	0.6	215	6.1	e
4 Fuji Dri-Chem	523	99.8	0.2	0.0	220	3.6	e
5 Spotchem/Ready	61	95.1	4.9	0.0	249	8.1	e
6 Spotchem D-Concept	129	100.0	0.0	0.0	285	5.7	e
7 Piccolo	32	100.0	0.0	0.0	229	3.1	e
8 Abx Mira	6	83.3	0.0	16.7	243	8.2	e*
9 Hitachi S40/M40	8	100.0	0.0	0.0	298	3.5	e
10 Autolyser/DiaSys	4	100.0	0.0	0.0	233	0.6	e

Amilasi pancreatica




Tolleranza QUALAB : 18 %

Amilasi pancreatica (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	21	100.0	0.0	0.0	232	4.1	e
2 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	226	3.0	e
3 Reflotron	423	97.7	1.4	0.9	197	5.9	e
4 Autolyser/DiaSys	10	100.0	0.0	0.0	227	3.3	e

Bilirubina totale




Tolleranza QUALAB : 18 %

Bilirubina totale (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	11	100.0	0.0	0.0	75.0	6.2	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	67.7	3.3	e
3 Reflotron	462	97.2	1.3	1.5	61.8	5.9	e
4 Fuji Dri-Chem	553	98.4	0.5	1.1	68.9	4.0	e
5 Spotchem/Ready	77	97.4	1.3	1.3	76.7	6.9	a
6 Spotchem D-Concept	143	98.6	0.0	1.4	58.7	4.3	e
7 Beckman	17	100.0	0.0	0.0	77.6	2.8	e
8 Piccolo	36	94.4	2.8	2.8	73.7	5.4	e
9 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	101.0	11.8	e*
10 Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	68.8	10.8	e*
11 Hitachi S40/M40	13	92.3	0.0	7.7	79.4	5.5	e
12 Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	70.8	5.5	e

Bilirubina diretto




Tolleranza QUALAB : 18 %

Bilirubina diretto ($\mu\text{mol/l}$)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Fuji Dri-Chem	34	97.1	0.0	2.9	32.6	6.8	e

Calcio




Tolleranza QUALAB : 12 %

Calcio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	31	100.0	0.0	0.0	2.84	2.7	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	2.87	1.8	e
3 Fuji Dri-Chem	358	97.8	0.8	1.4	3.18	4.1	e
4 Spotchem/Ready	29	93.1	6.9	0.0	2.62	6.1	e
5 Spotchem D-Concept	73	90.5	6.8	2.7	2.28	6.6	e
6 Piccolo	36	100.0	0.0	0.0	2.90	2.7	e
7 Abx Mira	6	83.3	0.0	16.7	2.92	4.9	e*
8 Hitachi S40/M40	12	100.0	0.0	0.0	2.79	2.6	e
9 Autolysier/DiaSys	8	100.0	0.0	0.0	2.86	4.9	e*

Calcium ISE




Tolleranza QUALAB : 12 %

Calcium ISE (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE diretto	4	75.0	0.0	25.0	1.17	4.4	e*
2 iStat Chem8	6	83.3	0.0	16.7	0.98	2.5	e

Cloruri




Tolleranza QUALAB : 6 %

Cloruri (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	28	96.4	3.6	0.0	110	2.7	e
2 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	108	2.0	e*
3 Fuji Dri-Chem	667	96.6	1.6	1.8	117	2.1	e
4 Spotchem D-Concept	163	98.2	0.6	1.2	136	2.1	e
5 Spotchem EL-SE 1520	106	91.5	8.5	0.0	134	3.3	e
6 Piccolo	17	100.0	0.0	0.0	107	2.3	e
7 iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	110	0.6	e

Colesterolo




Tolleranza QUALAB : 10 %

Colesterolo (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	28	96.4	0.0	3.6	7.12	3.3	e
2 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	6.87	2.3	e
3 Reflotron	660	96.5	1.8	1.7	6.49	4.4	e
4 Fuji Dri-Chem	729	98.1	0.8	1.1	6.37	3.9	e
5 Spotchem/Ready	120	85.8	9.2	5.0	6.88	6.1	e
6 Spotchem D-Concept	181	91.7	6.1	2.2	6.50	5.4	e
7 Piccolo	21	100.0	0.0	0.0	6.82	1.5	e
8 Skyla	4	75.0	0.0	25.0	6.60	2.3	e
9 Cholestech LDX	178	93.8	4.5	1.7	7.01	4.9	e
10 Abx Mira	10	100.0	0.0	0.0	7.11	3.5	e
11 Hitachi S40/M40	15	100.0	0.0	0.0	7.01	2.6	e
12 Autolyser/DiaSys	15	93.3	0.0	6.7	7.08	3.3	e

Colesterolo HDL




Tolleranza QUALAB : 21 %

Colesterolo HDL (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Pentra/Selectra	7	100.0	0.0	0.0	2.84	5.7	a
2 umida, diretto	21	100.0	0.0	0.0	3.24	5.3	e
3 Cobas	14	100.0	0.0	0.0	4.42	5.0	e
4 Reflotron	490	99.0	0.6	0.4	2.58	3.1	e
5 Fuji Dri-Chem	696	100.0	0.0	0.0	2.84	0.6	e
6 Spotchem/Ready	107	93.4	4.7	1.9	3.30	12.3	a
7 Spotchem D-Concept	179	99.4	0.0	0.6	3.87	1.3	e
8 Piccolo	18	94.4	0.0	5.6	2.62	3.1	e
9 Cholestech LDX	178	100.0	0.0	0.0	2.59	1.5	e
10 Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	3.40	9.8	e*
11 Hitachi S40/M40	14	100.0	0.0	0.0	4.14	4.3	e
12 Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	3.11	7.3	e

Creatina chinasi




Tolleranza QUALAB : 18 %

Creatina chinasi (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	28	96.4	3.6	0.0	546	6.9	e
2 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	526	3.7	e
3 Reflotron	385	97.7	1.8	0.5	410	6.7	e
4 Fuji Dri-Chem	463	98.7	0.0	1.3	578	4.1	e
5 Spotchem/Ready	50	98.0	0.0	2.0	463	6.2	e
6 Spotchem D-Concept	113	99.1	0.0	0.9	454	5.3	e
7 Piccolo	15	100.0	0.0	0.0	557	1.8	e
8 Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	553	2.6	e
9 Hitachi S40/M40	9	88.9	0.0	11.1	516	7.4	e*
10 Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	537	3.9	e

LDL Cholesterin




Tolleranza QUALAB : 25 %

LDL Cholesterin (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Roche, Cobas	6	100.0	0.0	0.0	3.5	3.2	e
2 Hitachi S40/M40	7	100.0	0.0	0.0	1.6	4.4	e
3 Autolyser/DiaSys	14	92.9	0.0	7.1	2.6	9.0	e
4 Beckman	12	100.0	0.0	0.0	3.7	8.7	e

Ferro



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	16	100.0	0.0	0.0	33	2.0	e
2 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	33	1.7	e
3 Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	31	3.5	e

Gamma-GT




Tolleranza QUALAB : 18 %

Gamma-GT (U/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	156	6.5	e
2 Reflotron	810	97.3	1.6	1.1	122	6.3	e
3 Fuji Dri-Chem	789	98.8	0.6	0.6	143	5.2	e
4 Spotchem/Ready	124	97.6	0.0	2.4	129	6.1	e
5 Spotchem D-Concept	197	97.5	2.5	0.0	138	6.7	e
6 Dimension	13	100.0	0.0	0.0	161	2.9	e
7 IFCC Beckmann	8	100.0	0.0	0.0	158	3.0	e
8 Piccolo	30	100.0	0.0	0.0	149	2.8	e
9 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	143	10.0	e*
10 Abx Mira	10	100.0	0.0	0.0	163	4.2	e
11 Hitachi S40/M40	18	100.0	0.0	0.0	177	4.3	e
12 Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	159	3.8	e

Glucosio




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	36	100.0	0.0	0.0	14.4	4.6	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	14.4	2.2	e
3 Reflotron	817	93.8	3.9	2.3	14.0	4.4	e
4 Fuji Dri-Chem	752	97.9	1.6	0.5	13.0	2.5	e
5 Spotchem/Ready	114	89.5	7.9	2.6	14.7	5.3	e
6 Spotchem D-Concept	185	94.0	4.9	1.1	13.6	5.1	e
7 Piccolo	41	100.0	0.0	0.0	14.1	1.6	e
8 Cholestech LDX	144	88.9	9.7	1.4	13.7	5.6	e
9 Abx Mira	10	90.0	0.0	10.0	14.1	3.4	e
10 Hitachi S40/M40	19	100.0	0.0	0.0	14.9	3.9	e
11 Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	13.8	4.4	e
12 iStat Chem8	7	100.0	0.0	0.0	12.2	0.9	e

Glucosio




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Accu-Chek Aviva	451	95.6	4.0	0.4	14.2	4.2	e
2 Accu-Chek Inform 2	379	96.8	2.4	0.8	14.2	3.7	e
3 Bayer Contour 2 (5s)	42	83.3	14.3	2.4	12.0	6.6	e
4 Contour XT/NEXT	1147	93.7	4.4	1.9	13.8	4.7	e
5 Skyla	6	83.3	0.0	16.7	15.0	2.0	e
6 Glucocard	14	78.6	7.1	14.3	22.0	5.0	e*
7 Hemocue 201+ P-equiv	91	98.9	0.0	1.1	15.2	2.8	e
8 Hemocue 201RT P-equiv	55	96.4	3.6	0.0	15.1	3.8	e
9 FreeStyle Precision	9	44.5	11.1	44.4	16.6	7.3	e*
10 Freestyle Freedom li	10	100.0	0.0	0.0	15.5	4.3	e*
11 Sanofi BG Star	5	80.0	0.0	20.0	19.0	6.1	e*
12 Accu-Check Guide	4	100.0	0.0	0.0	12.4	1.8	e

Glucosio



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Bayer Elite	4	50.0	50.0	0.0	14.4	10.4	e*
2 Hemocue 201+ (alt)	47	93.6	0.0	6.4	14.8	5.0	e
3 OneTouch Ultra	5	80.0	20.0	0.0	19.2	6.7	e*
4 OneTouch Verio	25	92.0	0.0	8.0	14.2	3.1	e
5 Contour (15s)	7	71.4	14.3	14.3	20.8	6.9	e*
6 Healthpro	16	49.9	18.8	31.3	21.2	7.9	e*
7 Mylife UNIO	100	97.0	2.0	1.0	14.7	4.0	e
8 mylife Pura	65	89.3	9.2	1.5	16.5	6.0	e
9 Omnitest	16	56.2	6.3	37.5	21.5	6.4	e*
10 Alpha Check	4	100.0	0.0	0.0	18.3	4.2	e*

Acido urico




Tolleranza QUALAB : 12 %

Acido urico (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	30	100.0	0.0	0.0	529	5.3	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	510	2.7	e
3 Reflotron	709	98.1	1.1	0.8	534	4.5	e
4 Fuji Dri-Chem	753	98.9	0.3	0.8	535	2.2	e
5 Spotchem/Ready	103	98.0	1.0	1.0	497	4.1	e
6 Spotchem D-Concept	183	97.9	0.5	1.6	509	4.6	e
7 Piccolo	24	100.0	0.0	0.0	491	3.0	e
8 Skyla	7	100.0	0.0	0.0	536	6.2	e*
9 Abx Mira	9	100.0	0.0	0.0	513	4.6	e*
10 Hitachi S40/M40	16	93.7	0.0	6.3	521	2.9	e
11 Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	513	5.3	e

Urea




Tolleranza QUALAB : 15 %

Urea (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	28	100.0	0.0	0.0	18.8	3.4	e
2 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	18.0	3.7	e
3 Reflotron	323	97.0	1.5	1.5	21.5	5.8	e
4 Fuji Dri-Chem	452	99.3	0.0	0.7	19.7	1.9	e
5 Spotchem/Ready	65	70.8	13.8	15.4	14.5	10.1	e
6 Spotchem D-Concept	114	56.1	22.8	21.1	14.8	12.0	e
7 Piccolo	38	100.0	0.0	0.0	17.8	2.3	e
8 Skyla	7	100.0	0.0	0.0	17.6	5.2	e*
9 Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	18.5	3.8	e
10 Hitachi S40/M40	12	100.0	0.0	0.0	18.6	3.1	e
11 Autolyser/DiaSys	8	100.0	0.0	0.0	17.6	3.9	e
12 iStat Chem8	8	62.5	0.0	37.5	20.2	3.5	e

Potassio




Tolleranza QUALAB : 6 %

Potassio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	43	90.6	4.7	4.7	6.27	3.0	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	6.30	1.8	e
3 Reflotron	735	93.9	3.5	2.6	6.55	2.9	e
4 Fuji Dri-Chem	788	96.6	2.0	1.4	6.51	1.9	e
5 Spotchem D-Concept	186	97.9	0.5	1.6	5.98	1.8	e
6 Spotchem EL-SE 1520	109	90.8	4.6	4.6	6.17	3.3	e
7 Piccolo	27	81.5	11.1	7.4	6.61	4.0	e*
8 iStat Chem8	9	100.0	0.0	0.0	6.20	2.0	e

Creatinina




Tolleranza QUALAB : 18 %

Creatinina (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	23	95.7	0.0	4.3	353	4.5	e
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	338	3.9	e
3 Reflotron	923	97.2	1.3	1.5	374	5.5	e
4 Fuji Dri-Chem	814	99.1	0.5	0.4	327	4.6	e
5 Spotchem/Ready	131	97.7	1.5	0.8	286	5.7	e
6 Spotchem D-Concept	191	99.5	0.5	0.0	302	5.2	e
7 Spotchem test	5	100.0	0.0	0.0	319	9.2	e*
8 Enzimatisch	9	100.0	0.0	0.0	349	2.9	e
9 Piccolo	40	97.5	0.0	2.5	344	5.3	e
10 Abx Mira	12	100.0	0.0	0.0	344	5.8	e
11 Skyla	7	100.0	0.0	0.0	332	4.8	e
12 Hitachi S40/M40	17	100.0	0.0	0.0	330	2.1	e
13 Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	347	2.9	e

Creatinina E




Tolleranza QUALAB : 18 %

Creatinina E (µmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Statsensor i / Nova	39	94.8	2.6	2.6	63	8.8	e
2 iStat Chem8	14	92.9	7.1	0.0	318	8.1	e
3 ABL700/800	9	100.0	0.0	0.0	335	4.7	e

eGFR CKD-EPI



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	63	93.6	1.6	4.8	17	8.8	e
2 Spotchem/Ready	126	96.0	2.4	1.6	21	9.6	e
3 Reflotron	326	96.3	0.9	2.8	15	8.0	e
4 Fuji Dri-Chem	336	96.4	1.2	2.4	18	7.9	e

eGFR Cockcroft-Gault




Tolleranza QUALAB : 30 %

eGFR Cockcroft-Gault ()


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Spotchem/Ready	5	100.0	0.0	0.0	26	14.7	e*
2 Reflotron	32	90.6	3.1	6.3	20	13.7	e
3 Fuji Dri-Chem	20	100.0	0.0	0.0	22	12.7	e

eGFR MDRD




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Reflotron	10	70.0	10.0	20.0	17	15.0	e*
2 Fuji Dri-Chem	7	100.0	0.0	0.0	19	11.9	e*

LDH



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	31	100.0	0.0	0.0	315	5.2	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	613	3.3	e
3 Fuji Dri-Chem	154	98.7	1.3	0.0	304	5.4	e
4 Spotchem/Ready	21	95.2	4.8	0.0	237	10.4	e*
5 Spotchem D-Concept	40	87.5	7.5	5.0	254	10.0	e
6 Piccolo	5	100.0	0.0	0.0	248	3.8	e
7 Abx Mira	7	71.4	14.3	14.3	345	8.2	e*
8 Hitachi S40/M40	6	100.0	0.0	0.0	299	4.8	e
9 Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	329	4.8	e

Magnesio




Tolleranza QUALAB : 12 %

Magnesio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	14	100.0	0.0	0.0	1.60	2.1	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	1.61	1.3	e
3 Fuji Dri-Chem	120	98.4	0.8	0.8	1.61	4.2	e
4 Spotchem D-Concept	36	100.0	0.0	0.0	1.27	5.2	e
5 Spotchem/Ready	13	100.0	0.0	0.0	1.31	4.7	e
6 Beckman	10	100.0	0.0	0.0	1.67	1.9	e
7 Piccolo	7	100.0	0.0	0.0	1.69	1.9	e

Sodio




Tolleranza QUALAB : 6 %

Sodio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	42	100.0	0.0	0.0	158	2.4	e
2 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	156	1.5	e
3 Fuji Dri-Chem	735	97.2	1.8	1.0	163	1.6	e
4 Spotchem D-Concept	177	99.4	0.6	0.0	159	1.8	e
5 Spotchem EL-SE 1520	109	98.2	0.0	1.8	153	1.8	e
6 Piccolo	28	96.4	3.6	0.0	151	2.3	e
7 iStat Chem8	8	100.0	0.0	0.0	156	0.5	e

Fosfati




Tolleranza QUALAB : 15 %

Fosfati (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	23	100.0	0.0	0.0	2.1	4.0	e
2 Cobas	10	100.0	0.0	0.0	2.1	3.1	e
3 Fuji Dri-Chem	85	100.0	0.0	0.0	2.1	2.8	e
4 Spotchem D-Concept	19	100.0	0.0	0.0	2.1	3.8	e
5 Spotchem/Ready	8	100.0	0.0	0.0	2.0	3.0	e
6 Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	2.4	2.4	e

Proteine totali



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	28	100.0	0.0	0.0	44.8	4.1	e
2 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	43.1	2.7	e
3 Fuji Dri-Chem	181	99.4	0.6	0.0	47.0	2.8	e
4 Spotchem/Ready	30	96.7	3.3	0.0	48.6	6.7	e
5 Spotchem D-Concept	82	90.3	8.5	1.2	50.0	6.8	e
6 Piccolo	28	100.0	0.0	0.0	46.5	2.2	e
7 Skyla	7	100.0	0.0	0.0	47.5	5.9	e*
8 Abx Mira	6	83.3	0.0	16.7	44.2	3.5	e
9 Hitachi S40/M40	7	100.0	0.0	0.0	47.0	2.8	e
10 Autolyser/DiaSys	4	100.0	0.0	0.0	45.5	2.6	e

Transaminasi GOT/AST




Tolleranza QUALAB : 18 %

Transaminasi GOT/AST (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC con PP	29	100.0	0.0	0.0	157	4.9	e
2 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	152	6.2	e
3 Reflotron	819	97.3	0.9	1.8	171	5.8	e
4 Fuji Dri-Chem	794	99.4	0.3	0.3	133	4.1	e
5 Spotchem/Ready	132	99.2	0.0	0.8	133	4.6	e
6 Spotchem D-Concept	192	99.0	0.0	1.0	137	5.0	e
7 IFCC senza PP	8	100.0	0.0	0.0	136	3.4	e
8 Piccolo	40	100.0	0.0	0.0	136	2.7	e
9 Skyla	8	100.0	0.0	0.0	153	4.3	e
10 Abx Mira	10	90.0	0.0	10.0	138	4.1	e
11 Hitachi S40/M40	19	100.0	0.0	0.0	144	3.1	e
12 Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	137	4.0	e

Transaminasi GPT/ALT




Tolleranza QUALAB : 18 %

Transaminasi GPT/ALT (U/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC con PP	28	100.0	0.0	0.0	100	3.5	e
2 Cobas	19	100.0	0.0	0.0	96	5.7	e
3 Reflotron	849	97.8	1.3	0.9	86	5.5	e
4 Fuji Dri-Chem	813	98.8	0.2	1.0	89	5.1	e
5 Spotchem/Ready	136	97.1	2.2	0.7	93	6.8	e
6 Spotchem D-Concept	196	97.5	1.0	1.5	78	6.8	e
7 Piccolo	41	100.0	0.0	0.0	86	3.3	e
8 Skyla	8	87.5	12.5	0.0	84	10.6	e*
9 Abx Mira	9	100.0	0.0	0.0	95	8.3	e*
10 Hitachi S40/M40	19	100.0	0.0	0.0	97	3.2	e
11 Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	95	3.6	e

Trigliceridi




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	28	96.4	3.6	0.0	2.87	5.1	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	2.82	4.3	e
3 Reflotron	572	97.7	0.2	2.1	3.56	4.4	e
4 Fuji Dri-Chem	711	99.0	0.3	0.7	3.27	3.9	e
5 Spotchem/Ready	113	98.2	0.0	1.8	1.89	5.6	e
6 Spotchem D-Concept	175	97.7	0.0	2.3	2.16	4.1	e
7 Hitachi S40/M40	15	100.0	0.0	0.0	0.66	6.0	e
8 Piccolo	20	100.0	0.0	0.0	3.14	1.3	e
9 Cholestech LDX	178	99.4	0.0	0.6	2.88	5.3	e
10 Abx Mira	10	100.0	0.0	0.0	2.75	5.7	e
11 Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	2.73	4.4	e

Litio




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	17	100.0	0.0	0.0	2.03	4.8	e

Laktat



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	9	100.0	0.0	0.0	5.09	3.5	e

HbA1c campione A




Tolleranza QUALAB : 9 %

HbA1c campione A (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	38	97.4	2.6	0.0	5.2	3.5	e
2 Afinion	690	99.4	0.3	0.3	5.1	2.4	e
3 Eurolyser	18	72.2	16.7	11.1	5.1	5.6	a
4 Hemocue HbA1c 501	9	77.8	11.1	11.1	5.1	6.7	a
5 NycoCard	72	83.4	8.3	8.3	5.3	5.8	e
6 DCA2000/Vantage	229	97.8	2.2	0.0	5.2	3.5	e
7 Andere	10	100.0	0.0	0.0	5.1	3.8	a
8 HPLC	8	100.0	0.0	0.0	5.1	3.3	a
9 Roche, Cobas	16	93.7	0.0	6.3	5.1	5.1	a

HbA1c campione B




Tolleranza QUALAB : 9 %

HbA1c campione B (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	41	100.0	0.0	0.0	5.3	3.7	e
2 Afinion	608	99.0	0.8	0.2	5.2	2.5	e
3 Eurolyser	23	78.3	21.7	0.0	5.2	5.9	a
4 A1c Now	4	100.0	0.0	0.0	5.2	4.1	a
5 Hemocue HbA1c 501	9	100.0	0.0	0.0	5.2	3.6	a
6 NycoCard	49	83.7	12.2	4.1	5.4	6.2	e
7 DCA2000/Vantage	209	97.1	2.9	0.0	5.4	3.8	e
8 Andere	6	100.0	0.0	0.0	5.2	3.4	a
9 HPLC	7	85.7	0.0	14.3	5.2	1.8	a
10 Roche, Cobas	13	100.0	0.0	0.0	5.2	2.3	a

pCO2




Tolleranza QUALAB : 15 %

pCO2 (kPa)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	5.81	3.7	e
2 iStat	39	94.8	2.6	2.6	4.87	5.2	e
3 EPOC	32	96.9	3.1	0.0	5.08	6.6	e
4 ABL700/800	80	98.7	1.3	0.0	5.42	3.2	e
5 ABL 90	34	100.0	0.0	0.0	5.51	1.6	e
6 ABL 80 / Coox	26	100.0	0.0	0.0	5.64	5.3	e
7 ABL 5	5	80.0	0.0	20.0	5.60	0.9	e

K04 Gas sanguini

pO2




Tolleranza QUALAB : 15 %

pO2 (kPa)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b221	5	100.0	0.0	0.0	17.12	8.1	e*
2 Cobas b121/123	11	90.9	0.0	9.1	14.35	7.5	e*
3 iStat	39	94.9	0.0	5.1	14.81	4.8	e
4 EPOC	32	96.9	0.0	3.1	13.64	5.6	e
5 ABL700/800	80	96.2	2.5	1.3	15.07	5.1	e
6 ABL 90	34	97.1	2.9	0.0	13.95	4.8	e
7 ABL 80 / Coox	26	84.6	7.7	7.7	14.19	7.8	e
8 ABL 5	5	80.0	0.0	20.0	14.30	2.1	e

K04 Gas sanguini

pH




Tolleranza QUALAB : 1 %

pH ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	19	100.0	0.0	0.0	7.40	0.2	e
2 iStat	40	100.0	0.0	0.0	7.43	0.2	e
3 EPOC	32	100.0	0.0	0.0	7.37	0.2	e
4 ABL700/800	81	98.8	0.0	1.2	7.40	0.1	e
5 ABL 90	34	100.0	0.0	0.0	7.40	0.1	e
6 ABL 80 / Coox	26	100.0	0.0	0.0	7.40	0.2	e
7 ABL 5	5	100.0	0.0	0.0	7.40	0.1	e

Glucosio GS




Tolleranza QUALAB : 10 %

Glucosio GS (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	5.7	3.7	e
2 iStat	11	100.0	0.0	0.0	5.3	1.3	e
3 EPOC	21	100.0	0.0	0.0	5.7	1.9	e
4 ABL700/800	68	98.5	1.5	0.0	5.8	2.6	e
5 ABL 90	35	100.0	0.0	0.0	5.6	1.2	e

Emoglobina BG




Tolleranza QUALAB : 9 %

Emoglobina BG (g/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	71	95.8	0.0	4.2	127.5	1.8	e
2 ABL 90	33	100.0	0.0	0.0	127.7	0.5	e
3 ABL 80 / Coox	17	94.1	0.0	5.9	125.2	1.9	e

Potassio BG




Tolleranza QUALAB : 6 %

Potassio BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	19	94.7	0.0	5.3	3.8	2.6	e
2 iStat	20	100.0	0.0	0.0	3.7	1.4	e
3 EPOC	25	100.0	0.0	0.0	3.7	1.5	e
4 ABL700/800	70	100.0	0.0	0.0	3.8	1.1	e
5 ABL 90	34	97.1	0.0	2.9	3.8	1.3	e
6 ABL 80 / Coox	10	100.0	0.0	0.0	3.8	1.7	e


Sodio BG



Tolleranza QUALAB : 6 %

Sodio BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	140.0	1.9	e
2 iStat	20	100.0	0.0	0.0	143.3	0.6	e
3 EPOC	24	100.0	0.0	0.0	138.4	1.2	e
4 ABL700/800	68	100.0	0.0	0.0	140.5	0.8	e
5 ABL 90	34	100.0	0.0	0.0	141.7	0.4	e
6 ABL 80 / Coox	8	100.0	0.0	0.0	141.5	1.2	e


Cloruro-BG

Tolleranza QUALAB : 6 %

Cloruro-BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	100.4	2.9	e*
2 ABL700/800	59	100.0	0.0	0.0	98.2	1.3	e
3 ABL 90	34	100.0	0.0	0.0	97.7	0.5	e
4 ABL 80 / Coox	7	85.7	14.3	0.0	99.0	2.7	e*

Calcio-BG




Tolleranza QUALAB : 12 %

Calcio-BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b123	7	71.4	0.0	28.6	0.36	4.8	e*
2 Cobas	11	81.8	9.1	9.1	0.49	8.3	e*
3 iStat	11	100.0	0.0	0.0	0.45	1.7	e
4 EPOC	24	95.8	0.0	4.2	0.46	3.1	e
5 ABL700/800	69	100.0	0.0	0.0	0.53	3.9	e
6 ABL 90	35	100.0	0.0	0.0	0.51	1.1	e
7 ABL 80 / Coox	9	77.8	22.2	0.0	0.50	8.4	e*

Lattato-BG




Tolleranza QUALAB : 10 %

Lattato-BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b123	6	100.0	0.0	0.0	1.95	6.3	a
2 Cobas	5	60.0	40.0	0.0	2.00	7.7	e*
3 EPOC	26	88.5	7.7	3.8	1.50	5.7	e
4 iStat	11	90.9	0.0	9.1	1.62	1.2	e
5 ABL700/800	72	97.2	0.0	2.8	1.70	3.4	e
6 ABL 90	35	100.0	0.0	0.0	1.59	2.5	e

sO2 OR




Tolleranza QUALAB : 20 %

sO2 OR (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 iStat	7	100.0	0.0	0.0	99.000	0.5	e
2 ABL700/800	56	100.0	0.0	0.0	97.020	0.1	e
3 ABL 90	31	100.0	0.0	0.0	96.855	0.2	e
4 ABL 80 / Coox	15	93.3	0.0	6.7	97.143	0.9	e

FO2Hb OR




Tolleranza QUALAB : 20 %

FO2Hb OR (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	49	100.0	0.0	0.0	92.220	0.8	e
2 ABL 90	32	96.9	0.0	3.1	92.152	0.1	e
3 ABL 80 / Coox	16	100.0	0.0	0.0	92.150	0.1	e

FCOHb OR




Tolleranza QUALAB : 20 %

FCOHb OR (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	51	96.1	0.0	3.9	3.067	6.3	e
2 ABL 90	31	100.0	0.0	0.0	2.839	5.7	e
3 ABL 80 / Coox	16	87.5	0.0	12.5	2.964	10.4	e*

FMetHb OR




Tolleranza QUALAB : 20 %

FMetHb OR (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	54	98.1	0.0	1.9	1.983	5.6	e
2 ABL 90	31	100.0	0.0	0.0	2.032	4.1	e
3 ABL 80 / Coox	16	93.7	6.3	0.0	2.081	9.5	e

FHbF OR




Tolleranza QUALAB : 20 %

FHbF OR (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL 90	8	100.0	0.0	0.0	78.500	2.7	e

Bilirubin OR




Tolleranza QUALAB : 18 %

Bilirubin OR (µmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL700/800	6	100.0	0.0	0.0	293.5	1.9	e
2 ABL 90	14	100.0	0.0	0.0	294.7	0.6	e

Troponina I



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Vidas	11	100.0	0.0	0.0	10684.1	8.2	e
2 Architect High Sensi	10	100.0	0.0	0.0	1076.6	6.5	e
3 AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	240.0	5.2	e
4 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	1863.5	9.3	e*
5 Eurolyser	17	70.6	0.0	29.4	1035.8	6.2	e

Troponina T




Tolleranza QUALAB : 24 %

Troponina T (ng/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas hs	5	100.0	0.0	0.0	263.00	11.9	e*
2 Cobas hs STAT	5	100.0	0.0	0.0	278.90	1.9	e

Mioglobina




Tolleranza QUALAB : 30 %

Mioglobina (µg/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	108.7	2.7	e

CK-MB massa




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	18.9	19.8	e*
2 VIDAS	5	100.0	0.0	0.0	25.7	3.7	e

TSH




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	4.9	2.8	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	4.5	3.6	e
3 Architect	13	100.0	0.0	0.0	4.5	6.9	e
4 VIDAS	15	100.0	0.0	0.0	5.5	5.1	e
5 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	5.0	9.9	e*
6 AFIAS	16	68.7	25.0	6.3	4.2	16.2	e*
7 Qualigen	4	100.0	0.0	0.0	4.2	8.7	e*

T3




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 AFIAS	8	100.0	0.0	0.0	1.6	7.6	e*

T4

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 AFIAS	9	88.9	0.0	11.1	201	9.2	e*

FT3




Tolleranza QUALAB : 20 %

FT3 (pmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	7.3	4.4	e
2 Architect	12	100.0	0.0	0.0	6.0	6.3	e
3 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	5.8	3.4	e

FT4



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	28.7	3.0	e
2 Architect	13	100.0	0.0	0.0	20.2	4.6	e
3 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	24.0	7.9	e*
4 Qualigen	4	75.0	0.0	25.0	24.6	0.0	e
5 altro	4	100.0	0.0	0.0	25.3	6.6	e*

Testosterone




Tolleranza QUALAB : 30 %

Testosterone (nmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	9	1.0	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	13	7.8	e

Estradiolo



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	5	100.0	0.0	0.0	640	2.4	e

Cortisol




Tolleranza QUALAB : 20 %

Cortisol (nmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	336	5.7	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	404	6.5	e*
3 Architect	6	100.0	0.0	0.0	308	1.4	e

Luteinisiertes Hormon




Tolleranza QUALAB : 24 %

Luteinisiertes Hormon (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	15.1	5.7	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	12.5	5.1	e


Follikelstimulierendes Hormon



Tolleranza QUALAB : 24 % Follikelstimulierendes Hormon (U/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	15.5	5.0	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	14.7	6.3	e

Prolaktin (PRL)



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	11.0	7.8	e*
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	15.1	5.3	e

Troponina T CR




Tolleranza QUALAB : 24 %

Troponina T CR (ng/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	959	91.3	5.9	2.8	338.00	13.0	e
2 Cardiac Reader	30	80.0	13.3	6.7	350.79	15.4	e

Troponina I WB




Tolleranza QUALAB : 24 %

Troponina I WB (ng/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 iStat	4	100.0	0.0	0.0	5740.00	10.5	e*

D-Dimeri CR




Tolleranza QUALAB : 21 %

D-Dimeri CR (mg/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	976	98.1	0.7	1.2	0.15	14.4	a
2 Cardiac Reader	24	75.0	16.7	8.3	0.14	16.1	e*

CKMB - K8




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	7	100.0	0.0	0.0	8.7	8.6	e

proBNP CR



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas h 232	588	84.9	12.2	2.9	1708	16.9	e
2 Cardiac Reader	8	100.0	0.0	0.0	1625	12.2	e*

PCO2 CCA




Tolleranza QUALAB : 12 %

PCO2 CCA (kPa)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	14	100.0	0.0	0.0	9.53	4.8	e

PO2 CCA




Tolleranza QUALAB : 15 %

PO2 CCA (kPa)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	14	78.6	14.3	7.1	9.87	8.7	e*

pH CCA




Tolleranza QUALAB : 1 %

pH CCA ()

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	14	100.0	0.0	0.0	7.15	0.2	e

Potassio CCA




Tolleranza QUALAB : 6 %

Potassio CCA (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	6	83.3	0.0	16.7	2.8	1.6	e

Sodio CCA




Tolleranza QUALAB : 6 %

Sodio CCA (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 OPTI CCA	5	80.0	20.0	0.0	125.8	3.3	e*

Ferritina




Tolleranza QUALAB : 24 %

Ferritina (µg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Beckman	13	92.3	7.7	0.0	122.08	8.8	e
2 Cobas E / Elecsys	7	85.7	14.3	0.0	153.00	12.6	e*
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	220.00	3.9	e
4 Mira/DiaSys	5	80.0	0.0	20.0	111.00	6.1	e
5 Mini Vidas	7	100.0	0.0	0.0	118.68	5.9	e
6 AFIAS	19	94.7	5.3	0.0	109.66	10.1	e
7 Eurolyser	19	89.5	0.0	10.5	88.92	7.4	e

Vitamina B12




Tolleranza QUALAB : 20 %

Vitamina B12 (pmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	339.50	7.6	e*
2 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	354.25	4.4	e
3 Architect	11	90.9	9.1	0.0	335.75	9.0	e*

Acido folico




Tolleranza QUALAB : 20 %

Acido folico (nmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	10.70	9.1	e*
2 Architect	10	100.0	0.0	0.0	18.94	8.1	e*

Holotranscobalamine




Tolleranza QUALAB : 30 %

Holotranscobalamine (pmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	5	100.0	0.0	0.0	128	7.0	e

Bilirubina totale Neo




Tolleranza QUALAB : 18 %

Bilirubina totale Neo (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	16	100.0	0.0	0.0	182	7.2	e

Bilirubina diretta




Tolleranza QUALAB : 18 %

Bilirubina diretta (μmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	16	87.5	0.0	12.5	88	9.0	e*

Bilirubin neonatale




Tolleranza QUALAB : 18 %

Bilirubin neonatale (µmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	5	100.0	0.0	0.0	238	5.4	e*

PSA



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	7.16	3.0	a
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	6.15	2.8	a
3 Architect	11	100.0	0.0	0.0	7.05	4.9	e
4 Qualigen	5	100.0	0.0	0.0	8.40	5.8	e
5 AFIAS	17	100.0	0.0	0.0	7.98	3.8	e

PSA frei




Tolleranza QUALAB : 25 %

PSA frei (µg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	1.97	3.4	a
2 Architect	9	100.0	0.0	0.0	2.09	4.2	e

CEA




Tolleranza QUALAB : 25 %

CEA (µg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	7.8	4.0	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	8.7	7.0	e*
3 Architect	9	100.0	0.0	0.0	10.4	3.0	e

CA 125




Tolleranza QUALAB : 25 %

CA 125 (kIU/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	108.0	4.4	e

CA 19-9




Tolleranza QUALAB : 25 %

CA 19-9 (kIU/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	181.0	4.6	a

CA 15-3




Tolleranza QUALAB : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	28.8	5.5	e

AFP




Tolleranza QUALAB : 25 %

AFP (µg/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	49	2.6	e

HCG qn




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	67	6.0	a
2 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	32	8.6	a
3 Architect	7	85.7	14.3	0.0	55	13.2	a
4 AFIAS	6	83.3	16.7	0.0	84	17.4	e*

CK-MB



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Fuji Dri-Chem	42	97.6	0.0	2.4	91.7	7.3	e
2 Cobas/Roche	4	100.0	0.0	0.0	61.1	1.8	e

BNP




Tolleranza QUALAB : 27 %

BNP (ng/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	7	100.0	0.0	0.0	371.0	10.7	e*

NT-proBNP



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	1650.0	10.2	e*
2 VIDAS	10	100.0	0.0	0.0	687.0	7.4	e
3 Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	528.4	7.2	e

Cholesterin PTS




Tolleranza QUALAB : 10 %

Cholesterin PTS (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CardioChek	9	55.6	22.2	22.2	7.37	7.4	e*

Cholesterin HDL PTS




Tolleranza QUALAB : 21 %

Cholesterin HDL PTS (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CardioChek	9	88.9	0.0	11.1	2.21	7.5	e

Triglyceride PTS




Tolleranza QUALAB : 20 %

Triglyceride PTS (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 CardioChek	9	77.8	11.1	11.1	2.44	13.3	e*

Procalcitonina




Tolleranza QUALAB : 27 %

Procalcitonina (µg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	0.76	5.2	e
2 VIDAS	19	94.7	5.3	0.0	0.85	10.5	e
3 Liason	4	100.0	0.0	0.0	1.43	3.2	e

Parathormon




Tolleranza QUALAB : 24 %

Parathormon (pmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	6	66.7	33.3	0.0	2.5	21.4	e*
2 Cobas PTH STAT	5	100.0	0.0	0.0	2.7	12.6	e*

25-OH Vitamin D




Tolleranza QUALAB : 27 %

25-OH Vitamin D (nmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 altro	5	100.0	0.0	0.0	53.9	7.9	e*
2 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	51.1	5.6	e
3 VIDAS	6	100.0	0.0	0.0	58.9	6.9	e
4 Architect	11	100.0	0.0	0.0	53.1	3.8	e
5 Qualigen	5	40.0	60.0	0.0	65.0	31.2	e*

Osmolalità




Tolleranza QUALAB : 6 %

Osmolalità (mosm/kg)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cryoscopie	14	100.0	0.0	0.0	319	2.0	e

Kalium - K22




Tolleranza QUALAB : 6 %

Kalium - K22 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	9	100.0	0.0	0.0	4.0	1.5	e

Natrium - K22




Tolleranza QUALAB : 6 %

Natrium - K22 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ISE	9	100.0	0.0	0.0	143	0.9	e

Glukose - K22




Tolleranza QUALAB : 10 %

Glukose - K22 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	9	100.0	0.0	0.0	7.1	2.7	e

Harnstoff - K22




Tolleranza QUALAB : 15 %

Harnstoff - K22 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	9	88.9	11.1	0.0	5.0	7.2	e*

Osmotische Lücke




Tolleranza QUALAB : 20 %

Osmotische Lücke (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Formel 1 (2Na+K+Glu+	6	100.0	0.0	0.0	20.3	25.3	a

Digoxin




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 altro	11	100.0	0.0	0.0	2.10	10.5	e*

Phenobarbital




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	4	75.0	0.0	25.0	131	4.4	a

Valproat



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	515.5	8.4	e*

Cystatin C




Tolleranza QUALAB : 24 %

Cystatin C (mg/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	8	100.0	0.0	0.0	2.3	8.8	e*

Alcol



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	14	100.0	0.0	0.0	21.1	7.0	e

Calprotectin




Tolleranza QUALAB : 40 %

Calprotectin (µg/g)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 altro	4	75.0	0.0	25.0	190	12.3	a
2 Bühlmann	11	81.8	9.1	9.1	190	24.0	a

Colesterolo Af/b101




Tolleranza QUALAB : 10 %

Colesterolo Af/b101 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	52	100.0	0.0	0.0	4.00	1.5	e
2 Afinion	305	98.7	0.3	1.0	4.04	3.5	e


Colesterolo HDL Af/b101



Tolleranza QUALAB : 21 % Colesterolo HDL Af/b101 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	52	96.2	0.0	3.8	0.98	4.6	e
2 Afinion	298	94.3	1.3	4.4	0.81	5.4	e

Trigliceridi Af/b101




Tolleranza QUALAB : 20 %

Trigliceridi Af/b101 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas b101	51	100.0	0.0	0.0	1.29	2.1	e
2 Afinion	304	99.0	0.0	1.0	1.21	4.5	e

Troponina I S




Tolleranza QUALAB : 24 %

Troponina I S (ng/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Samsung LABGEO IB10	50	96.0	4.0	0.0	8214.16	12.4	e
2 AFIAS	21	90.4	4.8	4.8	10580.50	12.4	e

D Dimeri qn S




Tolleranza QUALAB : 21 %

D Dimeri qn S (mg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Samsung LABGEO IB10	64	86.0	10.9	3.1	1.72	13.7	e
2 AFIAS	22	95.5	0.0	4.5	2.01	6.0	e

NT-pro BNP S




Tolleranza QUALAB : 27 %

NT-pro BNP S (ng/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Samsung LABGEO IB10	41	90.2	9.8	0.0	901.4	16.5	e
2 AFIAS	18	94.4	5.6	0.0	1056.4	12.7	e

Homocystein




Tolleranza QUALAB : 30 %

Homocystein ($\mu\text{mol/l}$)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	6	100.0	0.0	0.0	15.5	9.5	e*

Colinesterasi




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	4.9	11.3	e*

Lipasi




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Autolyser/DiaSys	4	100.0	0.0	0.0	45.0	11.9	e*
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	50.0	4.6	e
3 Beckman	13	100.0	0.0	0.0	49.6	6.1	e
4 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	48.0	4.4	e
5 Fuji Dri-Chem	98	97.0	2.0	1.0	57.8	4.8	e

Tacrolimus




No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	5	100.0	0.0	0.0	16.8	4.4	a

Albumin E


Tolleranza QUALAB : 25 %

Albumin E (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Elektrophorese	5	100.0	0.0	0.0	51.5	9.3	e*

alpha-1-Globuline

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Elektrophorese	5	100.0	0.0	0.0	2.6	7.1	e*


alpha-2-Globuline

Tolleranza QUALAB : 25 %

alpha-2-Globuline (%)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Elektrophorese	5	80.0	20.0	0.0	10.6	16.7	e*

beta-Globuline



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Elektrophorese	5	100.0	0.0	0.0	8.0	6.6	e

gamma-Globuline




Tolleranza QUALAB : 25 %

gamma-Globuline (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Elektrophorese	5	80.0	0.0	20.0	26.7	12.1	e*

Paraprotein




Tolleranza QUALAB : 25 %

Paraprotein (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Elektrophorese	4	100.0	0.0	0.0	21.9	10.0	e*


Folati eritrocitari campione A



Tolleranza QUALAB : 25 % Folati eritrocitari campione A (nmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Beckman	4	75.0	25.0	0.0	605	14.9	a
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	282	15.8	a


Acido folico nel siero campione B



Tolleranza QUALAB : 25 % Acido folico nel siero campione B (nmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Architect	5	80.0	20.0	0.0	6	17.2	a
2 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	10	4.8	a

BNP




Tolleranza QUALAB : 27 %

BNP (ng/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage	44	81.9	13.6	4.5	43.1	17.5	e

Troponin Triage



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage Next Gen	37	78.4	10.8	10.8	3424.55	15.1	e
2 Triage SOB/Cardiac	21	95.2	0.0	4.8	1666.65	10.3	e

NT-Pro-BNP




Tolleranza QUALAB : 27 %

NT-Pro-BNP (ng/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage	14	100.0	0.0	0.0	691	11.8	e

D-Dimere Triage




Tolleranza QUALAB : 21 %

D-Dimere Triage (ng/ml)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage	53	84.9	9.4	5.7	282.80	14.1	e

CK-MB Triage




Tolleranza QUALAB : 40 %

CK-MB Triage (µg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage	18	100.0	0.0	0.0	3.1	13.7	e

Myoglobin Triage




Tolleranza QUALAB : 30 %

Myoglobin Triage (µg/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Triage	16	100.0	0.0	0.0	345.8	11.8	e

FHHb




Tolleranza QUALAB : 20 %

FHHb (%)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 ABL 80 / Coox	5	80.0	20.0	0.0	2.900	16.1	e*

Amilasi - urine




Tolleranza QUALAB : 25 %

Amilasi - urine (U/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 IFCC	5	100.0	0.0	0.0	139	6.2	e

Calcio - urine




Tolleranza QUALAB : 12 %

Calcio - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	15	100.0	0.0	0.0	2.31	3.0	e

Cloro - urine




Tolleranza QUALAB : 6 %

Cloro - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	156	2.3	e*
2 Chimica umida	6	100.0	0.0	0.0	168	1.2	e

Glucosio - urine




Tolleranza QUALAB : 10 %

Glucosio - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	17	94.1	5.9	0.0	11.4	3.7	e

Magnesio - urine




Tolleranza QUALAB : 12 %

Magnesio - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	11	100.0	0.0	0.0	3.98	3.8	e

Osmolalità - urine




Tolleranza QUALAB : 10 %

Osmolalità - urine (mosm/kg)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cryoscopie	9	100.0	0.0	0.0	675	1.3	e

Fosforo - urine




Tolleranza QUALAB : 15 %

Fosforo - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	15	100.0	0.0	0.0	13.8	2.7	e

Potassio - urine




Tolleranza QUALAB : 15 %

Potassio - urine (mmol/l)


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	23	100.0	0.0	0.0	57	3.0	e

Proteina - urina



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Cobas/Roche	12	100.0	0.0	0.0	373.0	2.1	e
2 altro	4	100.0	0.0	0.0	455.0	4.6	e
3 Chimica umida	8	100.0	0.0	0.0	475.5	6.5	e

Sodio - urine




Tolleranza QUALAB : 15 %

Sodio - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 tutti	23	100.0	0.0	0.0	140	2.5	e

Urea - urine




Tolleranza QUALAB : 15 %

Urea - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	18	100.0	0.0	0.0	216	4.6	e

Acido urico - urine




Tolleranza QUALAB : 15 %

Acido urico - urine (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Chimica umida	16	100.0	0.0	0.0	1.09	4.7	e

Peso Specifico - urine




Tolleranza QUALAB : 5 %

Peso Specifico - urine ()


No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 Refraktometer	7	100.0	0.0	0.0	1.020	0.2	e

Microalbumina



No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 AFIAS	6	100.0	0.0	0.0	37.1	14.5	e*
2 Afinion	344	97.4	0.9	1.7	25.8	11.3	e
3 NycoCard	10	70.0	0.0	30.0	26.4	15.0	e*
4 Turbidimetrie	21	100.0	0.0	0.0	28.8	9.2	e
5 DCA2000/Vantage	127	96.0	1.6	2.4	29.8	9.0	e
6 Siemens Clinitek	14	57.1	0.0	42.9	30.0	2.1	a
7 Eurolyser	4	50.0	0.0	50.0	29.8	2.2	a

Creatinina urina



Tolleranza QUALAB : 21 %

Creatinina urina (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% conforme	% insuff.	% outlier	Valore ideale	CV%	Typ
1 DCA2000/Vantage	127	95.3	1.6	3.1	5.4	6.5	e
2 Afinion	343	99.7	0.3	0.0	4.7	5.6	e
3 Chimica umida	34	100.0	0.0	0.0	5.0	4.7	e
4 Siemens Clinitek	13	38.5	7.7	53.8	4.4	9.5	a