



Bericht zum Ringversuch MQ 2017-1 U3 Drogenurin

Amphetamine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Architect	Negativ	1	1	100
Roche Cobas	Negativ	3	3	100
Triage 8	Negativ	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativ	2	2	100
Intex	Negativ	5	5	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	12	12	100
Andere quantitativ	Negativ	14	14	100
Andere Schnelltests	Negativ	52	52	100
TOTAL		98	98	100

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Intex	Negativ	2	2	100
Syva Rapid Test	Negativ	4	4	100
Triage TOX	Negativ	12	12	100
Andere Schnelltests	Negativ	25	25	100
TOTAL		43	43	100

Ecstasy

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Andere Schnelltests	Negativ	16	16	100

Barbiturate

600 µg/l Secobarbital

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Architect	Positiv	1	1	100
Cobas	Positiv	3	3	100
Triage 8	Positiv	8	8	100
Intex	Positiv	1	1	100
Triage TOX	Positiv	12	12	100
Andere quantitativ	Positiv	10	10	100
Andere Schnelltests	Positiv	25	24	96
TOTAL		60	59	98

Benzodiazepine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Architect	Negativ	1	1	100
Cobas	Negativ	4	4	100
Triage 8	Negativ	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativ	1	1	100
Intex	Negativ	10	10	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	12	12	100
Andere quantitativ	Negativ	15	15	100
Andere Schnelltests	Negativ	58	58	100
TOTAL		110	110	100

Cannabinoide

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Architect	Negativ	1	1	100
Cobas	Negativ	4	4	100
Triage 8	Negativ	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativ	7	7	100
Intex	Negativ	11	11	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	12	12	100
Andere quantitativ	Negativ	17	17	100
Andere Schnelltests	Negativ	63	62	98
TOTAL		124	123	99

Cocain

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Architect	Negativ	1	1	100
Cobas	Negativ	4	4	100
Triage 8	Negativ	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativ	6	6	100
Intex	Negativ	8	8	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	12	12	100
Andere quantitativ	Negativ	16	16	100
Andere Schnelltests	Negativ	62	62	100
TOTAL		118	118	100

Methadon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Architect	Negativ	1	1	100
Cobas	Negativ	4	4	100
Triage 8	Negativ	8	8	100
Intex	Negativ	10	10	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	12	12	100
Andere quantitativ	Negativ	15	15	100
Andere Schnelltests	Negativ	50	50	100
TOTAL		101	101	100

EDDP

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Alle Methoden	Negativ	1	1	100

Methaqualon*600 µg/l Methaqualon*

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Alle Methoden	Positiv	1	1	100

Opiate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Architect	Negativ	1	1	100
Cobas	Negativ	4	4	100
Triage 8	Negativ	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativ	6	6	100
Intex	Negativ	11	11	100
Syntron Quik	Negativ	1	1	100
Triage TOX	Negativ	12	12	100
Andere quantitativ	Negativ	17	17	100
Andere Schnelltests	Negativ	60	60	100
TOTAL		120	120	100

6-Acetylmorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Alle Methoden	Negativ	2	2	100

Paracetamol*4000 µg/l Paracetamol*

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Triage TOX	Pos/Neg	11	11	100

Phencyclidin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Triage TOX	Negativ	12	12	100
Andere Schnelltests	Negativ	8	8	100
TOTAL		20	20	100

Trizyklische Antidepressiva

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Triage 8	Negativ	7	7	100
Triage TOX	Negativ	12	12	100
Alle Methoden	Negativ	15	15	100
TOTAL		34	34	100

LSD*2.5 µg/l LSD*

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	Erfüllt%
Andere quantitativ	Positiv	1	1	100

Zürich, 29.3.2017
Dr. R. Fried