



Rapport de l'essai interlaboratoire MQ 2017-1 U3 Urine, dépistage de drogues

Amphétamines

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Négative	1	1	100
Roche Cobas	Négative	3	3	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Syva Rapid Test	Négative	2	2	100
Intex	Négative	5	5	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	14	14	100
Autres tests rapides	Négative	52	52	100
TOTAL		98	98	100

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Intex	Négative	2	2	100
Syva Rapid Test	Négative	4	4	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres tests rapides	Négative	25	25	100
TOTAL		43	43	100

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Autres tests rapides	Négative	16	16	100

Barbituriques

600 µg/l Secobarbital

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Positive	1	1	100
Cobas	Positive	3	3	100
Triage 8	Positive	8	8	100
Intex	Positive	1	1	100
Triage TOX	Positive	12	12	100
Autres quantitatif	Positive	10	10	100
Autres tests rapides	Positive	25	24	96
TOTAL		60	59	98

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Négative	1	1	100
Cobas	Négative	4	4	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Syva Rapid Test	Négative	1	1	100
Intex	Négative	10	10	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	15	15	100
Autres tests rapides	Négative	58	58	100
TOTAL		110	110	100

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Négative	1	1	100
Cobas	Négative	4	4	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Syva Rapid Test	Négative	7	7	100
Intex	Négative	11	11	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	17	17	100
Autres tests rapides	Négative	63	62	98
TOTAL		124	123	99

Cocain

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Négative	1	1	100
Cobas	Négative	4	4	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Syva Rapid Test	Négative	6	6	100
Intex	Négative	8	8	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	16	16	100
Autres tests rapides	Négative	62	62	100
TOTAL		118	118	100

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Négative	1	1	100
Cobas	Négative	4	4	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Intex	Négative	10	10	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	15	15	100
Autres tests rapides	Négative	50	50	100
TOTAL		101	101	100

EDDP

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Toutes les méthodes	Négative	1	1	100

Methaqualone*600 µg/l Methaqualon*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Toutes les méthodes	Positive	1	1	100

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Architect	Négative	1	1	100
Cobas	Négative	4	4	100
Triage 8	Négative	8	8	100
Syva Rapid Test	Négative	6	6	100
Intex	Négative	11	11	100
Syntron Quik	Négative	1	1	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres quantitatif	Négative	17	17	100
Autres tests rapides	Négative	60	60	100
TOTAL		120	120	100

6-Acétylmorphine

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Autres	Négative	2	2	100

Paracétamol*4000 µg/l Paracetamol*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Pos/Neg	11	11	100

Phencyclidine

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Négative	12	12	100
Autres tests rapides	Négative	8	8	100
TOTAL		20	20	100

Antidépresseurs tricycles

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Triage 8	Négative	7	7	100
Triage TOX	Négative	12	12	100
Toutes les méthodes	Négative	15	15	100
TOTAL		34	34	100

LSD*2.5 µg/l LSD*

	Valeur cible	Participants	Conforme	Conforme%
Toutes les méthodes	Positive	1	1	100

Zürich, 29.3.2017
Dr. R. Fried