



Rapporto Controlli Circolari MQ 2017-1 U3 Screening delle droghe su urina

Anfetamina

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Negativo	1	1	100
Roche Cobas	Negativo	3	3	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativo	2	2	100
Intex	Negativo	5	5	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	14	14	100
Altri test rapidi	Negativo	52	52	100
TOTALE		98	98	100

Metanfetamina

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Intex	Negativo	2	2	100
Syva Rapid Test	Negativo	4	4	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test rapidi	Negativo	25	25	100
TOTALE		43	43	100

Ecstasy pos/neg

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Altri test rapidi	Negativo	16	16	100

Barbiturici

600 µg/l Secobarbital

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Positivo	1	1	100
Cobas	Positivo	3	3	100
Triage 8	Positivo	8	8	100
Intex	Positivo	1	1	100
Triage TOX	Positivo	12	12	100
Andere quantitativi	Positivo	10	10	100
Altri test rapidi	Positivo	25	24	96
TOTALE		60	59	98

Benzodiazepine

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Negativo	1	1	100
Cobas	Negativo	4	4	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativo	1	1	100
Intex	Negativo	10	10	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	15	15	100
Altri test rapidi	Negativo	58	58	100
TOTALE		110	110	100

Cannabinoidi

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Negativo	1	1	100
Cobas	Negativo	4	4	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativo	7	7	100
Intex	Negativo	11	11	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	17	17	100
Altri test rapidi	Negativo	63	62	98
TOTALE		124	123	99

Cocaina

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Negativo	1	1	100
Cobas	Negativo	4	4	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativo	6	6	100
Intex	Negativo	8	8	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	16	16	100
Altri test rapidi	Negativo	62	62	100
TOTALE		118	118	100

Metadone

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Negativo	1	1	100
Cobas	Negativo	4	4	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Intex	Negativo	10	10	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	15	15	100
Altri test rapidi	Negativo	50	50	100
TOTALE		101	101	100

EDDP

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Altri test	Negativo	1	1	100

Methaqualon*600 µg/l Methaqualon*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Altri test	Positivo	1	1	100

Oppiacei

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Architect	Negativo	1	1	100
Cobas	Negativo	4	4	100
Triage 8	Negativo	8	8	100
Syva Rapid Test	Negativo	6	6	100
Intex	Negativo	11	11	100
Syntron Quik	Negativo	1	1	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test quantitativi	Negativo	17	17	100
Altri test rapidi	Negativo	60	60	100
TOTALE		120	120	100

6-Acetylmorphin

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Altri test	Negativo	2	2	100

Paracetamolo*4000 µg/l Paracetamol*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Pos/Neg	11	11	100

Phencyclidin

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Altri test rapidi	Negativo	8	8	100
TOTALE		20	20	100

Antidepressivi triciclici

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Triage 8	Negativo	7	7	100
Triage TOX	Negativo	12	12	100
Tutti i metodi	Negativo	15	15	100
TOTALE		34	34	100

LSD*2.5 µg/l LSD*

	Valore obiettivo	Partecipanti	Conforme	Conforme%
Tutti i metodi	Positivo	1	1	100

Zürich, 29.3.2017
Dr. R. Fried