

**Bericht U03 Urin Drogen****Amphetamine**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	positiv	1	1	100.00
Cobas	positiv	3	3	100.00
Triage 8	positiv	8	6	75.00
Syva Rapid Test	positiv	2	1	50.00
Intex	positiv	5	4	80.00
Syntron Quik	positiv	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	12	12	100.00
Andere quantitativ	positiv	14	13	93.00
Andere Schnelltests	positiv	52	40	77.00
<b>Total</b>		<b>98</b>	<b>81</b>	<b>83.00</b>

**Methamphetamin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Intex	positiv	2	2	100.00
Syva Rapid Test	positiv	4	2	50.00
Triage TOX	negativ	12	12	100.00
Andere Schnelltests	positiv	24	18	75.00
<b>Total</b>		<b>42</b>	<b>34</b>	<b>81.00</b>

**Ecstasy pos/neg**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	15	14	93.00

**Barbiturate**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	1	1	100.00
Cobas	negativ	3	3	100.00
Triage 8	negativ	7	7	100.00
Intex	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	12	12	100.00
Andere quantitativ	negativ	10	10	100.00
Andere Schnelltests	negativ	25	25	100.00
<b>Total</b>		<b>59</b>	<b>59</b>	<b>100.00</b>

**Benzodiazepine**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	1	1	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	8	8	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	10	10	100.00
Syntron Quik	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	12	12	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	15	100.00
Andere Schnelltests	negativ	58	57	98.00
<b>Total</b>		<b>110</b>	<b>109</b>	<b>99.00</b>

**Cannabinoide**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	positiv	1	1	100.00
Cobas	positiv	5	5	100.00
Triage 8	positiv	8	7	88.00
Syva Rapid Test	positiv	7	6	86.00
Intex	positiv	11	11	100.00
Syntron Quik	positiv	1	1	100.00
Triage TOX	positiv	12	12	100.00
Andere quantitativ	positiv	17	17	100.00
Andere Schnelltests	positiv	63	57	90.00
<b>Total</b>		<b>125</b>	<b>117</b>	<b>94.00</b>

**Cocain**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	1	1	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	8	8	100.00
Syva Rapid Test	negativ	6	6	100.00
Intex	negativ	8	8	100.00
Syntron Quik	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	12	12	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	16	100.00
Andere Schnelltests	negativ	62	61	98.00
<b>Total</b>		<b>118</b>	<b>117</b>	<b>99.00</b>

**Methadon**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	1	1	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	8	8	100.00
Intex	negativ	10	10	100.00
Syntron Quik	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	12	12	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	15	100.00
Andere Schnelltests	negativ	49	47	96.00
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>98</b>	<b>98.00</b>

**Methaqualon**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	1	100.00

**EDDP**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	1	100.00

**Opiate**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	1	1	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	7	7	100.00
Syva Rapid Test	negativ	6	6	100.00
Intex	negativ	11	11	100.00
Syntron Quik	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	12	12	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	16	100.00
Andere Schnelltests	negativ	60	59	98.00
<b>Total</b>		<b>118</b>	<b>117</b>	<b>99.00</b>

**Paracetamol**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	11	11	100.00

**Buprenorphin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	2	2	100.00

**6-Acetylmorphin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	2	2	100.00

**Phencyclidin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	12	12	100.00
Andere Schnelltests	negativ	7	7	100.00
<b>Total</b>		<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100.00</b>

**TCA**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Triage TOX	negativ	12	12	100.00
Alle Methoden	negativ	16	16	100.00
<b>Total</b>		<b>34</b>	<b>34</b>	<b>100.00</b>

**LSD**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	1	1	100.00

**Kommentar U3**

*Einem Liter Urin wurden, 350 µg 11-Nor-d9-THC-Carbonsäure, 350 µg d9-THC, 1500 µg DL-Methamphetamin und 1400 µg DL-Amphetamin zugesetzt. Entsprechend sollten Cannabis, Methamphetamin und Amphetamin positiv, alle anderen Analysen negativ sein. Mit dem Triage TOX wird nur die D-Form von Amphetamin und Methamphetamin bestimmt. Diese Konzentrationen lagen unter der Entscheidungsgrenze, weshalb die Sollwerte für Triage TOX "negativ" sind.*