

**Rapporto U03 screening della droga, urina****Anfetamine**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	positivo	1	1	100.00
Cobas	positivo	3	3	100.00
Syva Rapid Test	positivo	2	1	50.00
Intex	positivo	5	4	80.00
Syntron Quik	positivo	1	1	100.00
autres quantitativ	positivo	14	13	93.00
autres	positivo	52	40	77.00
<b>Total</b>		<b>78</b>	<b>63</b>	<b>81.00</b>

**Metanfetamina**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Intex	positivo	2	2	100.00
Syva Rapid Test	positivo	4	2	50.00
autres	positivo	24	18	75.00
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>22</b>	<b>73.00</b>

**Ecstasy pos/neg**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
autres	negativo	15	14	93.00

**Barbiturati**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	negativo	1	1	100.00
Cobas	negativo	3	3	100.00
Intex	negativo	1	1	100.00
autres quantitativ	negativo	10	10	100.00
autres	negativo	25	25	100.00
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100.00</b>

**Benzodiazepina**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	negativo	1	1	100.00
Cobas	negativo	4	4	100.00
Syva Rapid Test	negativo	1	1	100.00
Intex	negativo	10	10	100.00
Syntron Quik	negativo	1	1	100.00
autres quantitativ	negativo	15	15	100.00
autres	negativo	58	57	98.00
<b>Total</b>		<b>90</b>	<b>89</b>	<b>99.00</b>

**Cannabinoidi**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	positivo	1	1	100.00
Cobas	positivo	5	5	100.00
Syva Rapid Test	positivo	7	6	86.00
Intex	positivo	11	11	100.00
Syntron Quik	positivo	1	1	100.00
autres quantitativ	positivo	17	17	100.00
autres	positivo	63	57	90.00
<b>Total</b>		<b>105</b>	<b>98</b>	<b>93.00</b>

**Cocaina**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	negativo	1	1	100.00
Cobas	negativo	4	4	100.00
Syva Rapid Test	negativo	6	6	100.00
Intex	negativo	8	8	100.00
Syntron Quik	negativo	1	1	100.00
autres quantitativ	negativo	16	16	100.00
autres	negativo	62	61	98.00
<b>Total</b>		<b>98</b>	<b>97</b>	<b>99.00</b>

**Metadone**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	negativo	1	1	100.00
Cobas	negativo	4	4	100.00
Intex	negativo	10	10	100.00
Syntron Quik	negativo	1	1	100.00
autres quantitativ	negativo	15	15	100.00
autres	negativo	49	47	96.00
<b>Total</b>		<b>80</b>	<b>78</b>	<b>98.00</b>

**Metaqualone**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
tutti	negativo	1	1	100.00

**EDDP**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
tutti	negativo	1	1	100.00

**Oppiati**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	negativo	1	1	100.00
Cobas	negativo	4	4	100.00
Syva Rapid Test	negativo	6	6	100.00
Intex	negativo	11	11	100.00
Syntron Quik	negativo	1	1	100.00
autres quantitativ	negativo	16	16	100.00
autres	negativo	60	59	98.00
<b>Total</b>		<b>99</b>	<b>98</b>	<b>99.00</b>

**Buprenorphin**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
tutti	negativo	2	2	100.00

**6-Acetylmorphin**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
tutti	negativo	2	2	100.00

**Phencyclidin**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
autres	negativo	7	7	100.00

**TCA**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
tutti	negativo	16	16	100.00

**LSD**

	Risultato giust	Partecipanti	Adempite	% Adempite
autres quantitativ	negativo	1	1	100.00

**Commento U3**

*A un litro di urina sono stati aggiunti 350 µg acido 11-Nor-d9\_ THC-carbossilico, 350 µg d9-THC, 1500 ug metanfetamina e 1400 µg anfetamina. Dovevano quindi risultare positivi cannabis, metanfetamina e anfetamina, negative tutte le altre analisi. Triage-TOX determina solo gli isomeri D di anfetamina e metanfetamina. Le concentrazioni erano al di sotto del limite decisionale, quindi il risultato da riportare in entrambi i casi era "negativo".*