

Verein für
Association pour le
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle
contrôle de qualité médical
controllo di qualità medico

Commentaire de l'essai interlaboratoire

2018 - 4

Échantillons de l'essai interlaboratoire

L'homogénéité et la stabilité ont été vérifiées pour tous les échantillons avant respectivement pendant l'envoi et aucune anomalie n'a été constatée. Les tests de conformité ont été réalisés par les laboratoires de l'Hôpital Universitaire de Zürich (<http://www.uzl.usz.ch/>).

Ont été produits spécifiquement pour MQ en sous-traitance les échantillons d'essai interlaboratoire suivants:

B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Hématologie parasitaire, K14 Marqueur tumoral

Détermination des valeurs-cible

Pour chaque valeur-cible est indiqué le mode de détermination utilisé selon les termes de la norme ISO17043:2010, B2.1 (Colonne "Type"):

- a Valeur connue, sur la base de la production.
- b Valeur de référence certifiée lors de l'utilisation d'échantillons spécifiques
- c Valeur de référence déterminée par analyse
- d „Consensus value“ des laboratoires d'experts
- e „Consensus value“ des participants

Pour les groupes de méthode incluant plus de 9 participants, les valeurs cibles sont déterminées comme étant la „Consensus value“ ("e") des participants. Pour la détermination de ces valeurs cibles est utilisée la moyenne réalisée par le groupe de méthodes. Les résultats qui présentent un écart par rapport à la valeur cible supérieur à 1.5 fois la tolérance Qualab, sont considérés comme résultats aberrants et exclus du calcul de la valeur de référence. Les résultats des essais d'aptitude sont utilisés comme valeur de base pour éliminer les taux aberrants. Afin de mettre à disposition de tous les participants des valeurs-cible les plus pertinentes possibles, d'autres procédures peuvent également être utilisées pour des groupes de méthode plus restreints.

Incertitude dans la détermination des valeurs-cible

L'incertitude-type (u_x) est calculée à l'aide de la formule suivante (ISO13528):

$$u_x = (\text{Valeur-cible}/100) * (1.25/\text{Racine carrée du "nombre des participants"}) * \text{CV en \%}$$

- u_x est exprimée dans la même unité que la valeur-cible
- u_x peut être comparée avec l'écart-type du collectif des participants ($\text{Ecart-type} = \text{Valeur-cible} * \text{CV en \%} / 100$)
- Pour un nombre de participants > 18 , l'incertitude-type (u_x) est significativement plus petite que la dispersion du collectif des participants et peut donc être négligée.


Tolérances QUALAB et MQ

Pour les analyses obligatoires sont utilisées les tolérances fixées par Qualab (www.qualab.ch, contrôle de qualité externe). Pour les analyses non-obligatoires, les tolérances sont fixées par le directeur de MQ pilotant l'essai interlaboratoire.

Si l'incertitude déterminée de la valeur de référence u_x est supérieure à 15% de la tolérance QUALAB ou de MQ, la lettre qui caractérise le type de détermination de la valeur-cible est en outre marquée d'une étoile (par exemple "e*"). Nous rendons ainsi les participants attentifs au fait que l'incertitude de la valeur de référence peut avoir une influence sur l'évaluation.

Représentation graphique

La représentation graphique des résultats est la suivante:



Comparaison des appareils

Les données de ce rapport vous permettent de comparer les performances respectives des divers appareils. Toutefois, vous devez tenir compte des points suivants:


- Le contrôle Chimie K1 est un sérum de contrôle commercialisé prêt à l'emploi. Même si l'échantillon est d'origine humaine, des effets matriciels sont possibles. Ceux-ci dépendent de l'appareil et peuvent générer des valeurs cible différentes.
- Seul un échantillon a été mesuré. La dispersion des résultats étant dépendante de la nature de l'échantillon (effets matriciels) et du niveau du résultat, les coefficients de variation déterminés (CV en %) ne sont pas toujours valables.
- Une grande partie des taux aberrants est due à des erreurs administratives (erreur d'unité, confusion des résultats) ou à des erreurs de manipulation (erreur d'échantillon, dissolution incorrecte, mélange insuffisant) et n'a rien à voir avec le type d'appareil.

Zürich, 10.12.2018



Dr. R. Fried
Directeur de l'essai interlaboratoire

Il n'est pas autorisé de publier une partie ou l'intégralité de ce rapport sans notre accord écrit préalable. L'original est conservé dans les archives sous www.mqzh.ch.


Quick OA

Tolérance QUALAB : 15 %

Quick OA ()

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Neoplastin Plus	6	100.0	0.0	0.0	2.08	5.6	e*
2 Innovin	11	100.0	0.0	0.0	1.72	4.2	e
3 Recombiplastin 2G	18	100.0	0.0	0.0	1.72	4.1	e
4 Eurolyser	7	57.1	42.9	0.0	1.70	14.0	e*
5 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	1.69	9.2	e*
6 Neoplastin R	10	100.0	0.0	0.0	1.81	2.8	e


Fibrinogène OA



Tolérance QUALAB : 15 %


Fibrinogène OA (g/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	1.11	4.0	e
2 Siemens Thrombin	4	100.0	0.0	0.0	1.01	3.8	e*
3 Stago/STA	10	100.0	0.0	0.0	1.12	5.3	e
4 Fibrinogen Q.F.A.	6	100.0	0.0	0.0	1.11	5.7	e*


aPTT OA

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	48.6	5.5	e
2 Actin FS	7	100.0	0.0	0.0	41.0	10.5	e*
3 Pathromtin SL	4	100.0	0.0	0.0	70.5	5.5	e
4 Stago/STA	11	100.0	0.0	0.0	52.7	9.6	e
5 aPTT-SP	11	100.0	0.0	0.0	43.8	6.5	e


INR CoaguChek




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	CoaguChek Pro II	344	98.5	0.3	1.2	3.0	3.8	e

Quick N

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Neoplastin R	11	100.0	0.0	0.0	92	3.7	e
2 Neoplastin Plus	5	100.0	0.0	0.0	100	2.8	e
3 Innovin	9	100.0	0.0	0.0	90	5.5	e*
4 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	100	3.6	e
5 Recombiplastin 2G	16	100.0	0.0	0.0	98	4.9	e


Fibrinogen N

aPTT N

No. Méthode


Participants % conforme % insuff. % évadé Valeur cible CV% Typ


1	Actin FS	4	100.0	0.0	0.0	25.2	3.7	e
2	Autres méthodes	4	75.0	25.0	0.0	35.0	14.3	e*
3	Stago/STA	14	100.0	0.0	0.0	31.5	6.6	e
4	aPTT-SP	17	100.0	0.0	0.0	25.3	3.2	e


Quick H

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Neoplastin R	9	100.0	0.0	0.0	92	3.7	e
2 Innovin	5	100.0	0.0	0.0	84	4.3	e*
3 toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	89	6.5	e*
4 Recombiplastin 2G	9	100.0	0.0	0.0	92	5.8	e*


Fibrinogen H



aPTT H


D-Dimères NC

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 NycoCard	14	85.7	0.0	14.3	1.13	12.1	e*


D-Dimères


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 STA Liatest	11	100.0	0.0	0.0	2.23	4.3	e
2 Siemens Innovance	4	100.0	0.0	0.0	3.69	4.0	e
3 Eurolyser	16	81.2	0.0	18.8	4.63	10.4	e*
4 ACL	4	100.0	0.0	0.0	3.10	11.2	e*
5 AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	1.43	5.9	e
6 VIDAS	18	100.0	0.0	0.0	2.10	8.4	e


CoaguChek APTT



No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	CoaguChek Pro II	9	100.0	0.0	0.0	43.0	6.4	e


INR CCXS

INR HC

INR MI

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 MicroINR	109	78.9	9.2	11.9	2.0	8.3	e

INR Xprecia




Tolérance QUALAB : 15 %
(< 1.3: +/- 0.2)


INR Xprecia ()

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Xprecia	60	98.3	1.7	0.0	1.2	5.6	e


Hémoglobine



No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Automate	30	96.7	0.0	3.3	96.6	3.2	e
2	Cyanmethémoglobin	36	86.1	8.3	5.6	95.3	4.4	e
3	Sysmex X	41	97.6	0.0	2.4	96.3	1.5	e
4	Advia 120	10	100.0	0.0	0.0	99.3	1.6	e
5	ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	95.0	0.7	e
6	Reflotron	50	84.0	6.0	10.0	102.5	5.6	e
7	Hemocue	374	95.0	0.5	4.5	95.4	2.3	e
8	Dr. Lange	14	71.4	0.0	28.6	97.7	3.7	e
9	Hemocontrol	13	92.3	0.0	7.7	96.8	1.4	e
10	Eurolyser	8	75.0	12.5	12.5	100.0	5.0	e*
11	DiaSpect	12	100.0	0.0	0.0	103.3	2.4	e
12	MS4	4	100.0	0.0	0.0	96.0	1.9	e

Hémoglobine

Hématocrite




Tolérance QUALAB : 9 %

Hématocrite (I/I)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Automate	24	75.0	20.8	4.2	0.27	6.5	e*
2 Centrifuge	10	100.0	0.0	0.0	0.27	4.6	e*
3 Sysmex X	41	100.0	0.0	0.0	0.27	1.7	e
4 Advia 120	10	100.0	0.0	0.0	0.26	4.0	e*
5 ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	0.25	1.3	e
6 MS4	4	100.0	0.0	0.0	0.26	6.6	e*

Hématocrite



No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Micros 60	231	91.3	3.5	5.2	0.25	4.2	e
2	Sysmex KX21	305	97.7	0.3	2.0	0.25	2.1	e
3	Sysmex Poch - 100i	199	93.5	3.5	3.0	0.28	3.3	e
4	Sysmex XP 300	462	97.4	0.4	2.2	0.26	2.2	e
5	Mythic	274	94.9	3.3	1.8	0.27	4.3	e
6	Swelab	48	97.9	2.1	0.0	0.26	3.2	e
7	Abacus Junior	11	100.0	0.0	0.0	0.28	2.8	e
8	Medonic	10	100.0	0.0	0.0	0.26	2.5	e
9	Celltac Alpha (Nihon)	79	93.7	2.5	3.8	0.27	2.8	e
10	Samsung HC10	42	100.0	0.0	0.0	0.28	3.0	e


Erythrocytes



Tolérance QUALAB : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Automate	24	100.0	0.0	0.0	3.19	4.4	e
2 Microscopie	5	100.0	0.0	0.0	2.91	9.7	e*
3 Sysmex X	41	100.0	0.0	0.0	3.17	1.4	e
4 Advia 120	10	100.0	0.0	0.0	3.19	1.9	e
5 ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	3.13	1.4	e
6 MS4	4	100.0	0.0	0.0	3.25	2.3	e


Erythrocytes

Tolérance QUALAB : 25 %


Erythrocytes (T/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ	
1	Micros 60	232	97.8	0.9	1.3	3.06	5.1	e
2	Sysmex KX21	305	98.0	1.0	1.0	3.17	3.7	e
3	Sysmex Poch - 100i	199	98.5	0.5	1.0	3.31	4.0	e
4	Sysmex XP 300	462	98.5	0.4	1.1	3.16	2.8	e
5	Mythic	274	98.9	0.7	0.4	3.11	4.7	e
6	Swelab	48	97.9	0.0	2.1	3.19	2.2	e
7	Abacus Junior	11	100.0	0.0	0.0	3.25	3.5	e
8	Medonic	10	100.0	0.0	0.0	3.20	1.7	e
9	Celltac Alpha (Nihon	79	98.7	0.0	1.3	3.18	3.8	e
10	Samsung HC10	42	100.0	0.0	0.0	3.13	3.0	e


Leucocytes




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Automate	20	95.0	5.0	0.0	4.43	12.3	e
2	Microscopie	31	80.6	9.7	9.7	4.18	15.0	e
3	Sysmex X	41	100.0	0.0	0.0	4.66	4.7	e
4	Advia 120 (Perox)	9	100.0	0.0	0.0	4.31	9.8	e*
5	ABX Pentra	9	88.9	0.0	11.1	4.60	2.4	e
6	MS4	4	100.0	0.0	0.0	4.59	4.3	e

Leucocytes

Thrombocytes




Thrombocytes




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Micros 60	231	95.6	3.5	0.9	186.9	10.9	e
2	Sysmex KX21	305	99.7	0.0	0.3	187.5	5.5	e
3	Sysmex Poch - 100i	199	99.5	0.5	0.0	188.4	5.5	e
4	Sysmex XP 300	462	99.0	0.4	0.6	194.8	5.9	e
5	Mythic	274	96.7	2.2	1.1	177.7	10.3	e
6	Swelab	47	100.0	0.0	0.0	172.5	7.8	e
7	Abacus Junior	11	100.0	0.0	0.0	184.6	4.9	e
8	Medonic	10	100.0	0.0	0.0	171.3	6.3	e
9	Celltac Alpha (Nihon	79	97.4	1.3	1.3	184.7	7.2	e
10	Samsung HC10	42	97.6	2.4	0.0	178.2	8.9	e

Hémoglobine H2




Hématocrite H2




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Abx Micros	214	90.7	4.2	5.1	0.27	3.7	e
2 Microsemi	650	96.6	0.5	2.9	0.26	2.6	e

Leucocytes H2





Thrombocytes H2



No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Abx Micros	214	91.2	2.3	6.5	187.9	9.3	e
2 Microsemi	650	98.1	0.8	1.1	188.1	6.8	e


Erythrocytes H2



CRP H2


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Microsemi	643	92.9	3.4	3.7	14.8	9.3	e
2 Abx Micros	20	80.0	20.0	0.0	14.2	15.6	e*
3 ABX Micros CRP200	188	88.2	5.9	5.9	12.4	10.8	e

Hématocrite




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	4	75.0	0.0	25.0	0.38	0.3	e
2 iStat	6	83.3	0.0	16.7	0.34	1.6	e
3 EPOC	6	83.3	0.0	16.7	0.35	1.3	e

Hémoglobine



Hématocrite




Tolérance QUALAB : 9 %


Hématocrite (I/I)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	49	98.0	2.0	0.0	0.41	3.8	e
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	0.43	3.2	e
3 ABX Pentra	10	100.0	0.0	0.0	0.39	3.0	e

Erythrocytes



Leucocytes




Tolérance QUALAB : 25 %

Leucocytes (G/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	49	100.0	0.0	0.0	6.10	2.8	e
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	5.81	4.1	e
3 ABX Pentra	10	100.0	0.0	0.0	5.87	3.0	e

Thrombocytes



No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	49	95.9	4.1	0.0	77.5	10.7	e
2 Advia	12	91.7	0.0	8.3	84.5	6.9	e
3 ABX Pentra	10	90.0	10.0	0.0	79.9	13.8	e*

Neutrophiles




Tolérance MQ : 25 %

Neutrophiles (G/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	47	100.0	0.0	0.0	3.02	4.1	e
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	2.98	4.9	e
3 ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	2.78	9.1	e*

Lymphocytes




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	48	100.0	0.0	0.0	2.37	3.1	e
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	2.22	4.8	e
3 ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	2.45	7.6	e

Monocytes



Eosinophiles




Tolérance MQ : 50 %

Eosinophiles (G/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	48	100.0	0.0	0.0	0.12	14.6	e
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	0.11	22.9	e*
3 ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	0.11	20.5	e*

Basophiles




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	46	97.8	2.2	0.0	0.03	78.0	e*
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	0.02	92.5	e*
3 ABX Pentra	9	88.9	0.0	11.1	0.05	56.6	e*

Réticulocytes




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	27	100.0	0.0	0.0	71.3	7.1	e
2 Advia	9	88.9	11.1	0.0	79.3	13.0	e*

Index hémolytique échantillon A




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas	15	100.0	0.0	0.0	110.00	5.0	e


Index hémolytique échantillon B




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas	15	93.3	6.7	0.0	26.07	8.0	e*


Vitesse de sédimentation 1h




CRP


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IChroma	4	75.0	0.0	25.0	46.9	6.4	e*
2 Celltac chemi	30	100.0	0.0	0.0	41.7	5.0	e
3 Cobas b101	92	98.9	0.0	1.1	36.3	3.5	e
4 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	40.3	10.0	e
5 Turbidimetrie	39	94.8	2.6	2.6	43.0	7.5	e
6 Afinion	1374	98.7	0.7	0.6	37.5	7.1	e
7 NycoCard SingleTest-	200	80.0	9.5	10.5	38.0	11.5	e
8 Quick Read go	131	99.2	0.8	0.0	41.5	7.7	e
9 Eurolyser	116	76.7	4.3	19.0	55.7	9.4	e
10 Fuji Dri-Chem	18	77.8	22.2	0.0	41.3	14.9	e*
11 Autolyser/DiaSys	11	90.9	0.0	9.1	35.6	7.8	e
12 Piccolo	7	100.0	0.0	0.0	52.3	4.1	e

CRP


CRP


IgG

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Turbidimetrie	13	100.0	0.0	0.0	13.9	5.4	e
2 Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	14.6	7.8	e*

IgA

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Turbidimetrie	15	100.0	0.0	0.0	2.5	3.6	e
2 Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	2.7	9.0	e*

IgM


IgE

No. Méthode

Participants % conforme % insuff. % évadé Valeur cible CV% Typ


1 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	166	9.6	e*
2 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	191	5.5	e*

Alpha-1-Antitrypsine




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	1.32	4.2	e

Anti-Streptolysine-Anticorps




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	176	7.9	e

Complément C3




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	12	100.0	0.0	0.0	1.89	7.4	e

Complément C4




Haptoglobine



No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	16	100.0	0.0	0.0	1.66	2.7	e

Transferrine




Tolérance MQ : 25 %

Transferrine (g/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	21	100.0	0.0	0.0	2.67	2.9	e

Beta-2-Mikroglobulin




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	1.81	5.3	e

Facteur rhumatoïde




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	34.8	4.2	e


Ceruloplasmin




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	6	83.3	16.7	0.0	294.0	13.8	a

Präalbumin


Récepteur soluble de la transferrine



CRP


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 AFIAS	65	92.3	4.6	3.1	15.1	9.4	e

Albumine




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	6	100.0	0.0	0.0	38	0.3	e
2	Cobas	15	100.0	0.0	0.0	40	2.4	e
3	Fuji Dri-Chem	224	99.6	0.4	0.0	46	3.8	e
4	Spotchem/Ready	31	90.3	6.5	3.2	38	6.0	e
5	Spotchem D-Concept	127	93.0	3.9	3.1	45	5.7	e
6	Piccolo	48	93.7	0.0	6.3	39	4.6	e
7	Beckmann	14	100.0	0.0	0.0	37	2.8	e
8	Skyla	6	100.0	0.0	0.0	37	4.8	e*
9	Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	39	2.1	e
10	Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	37	2.5	e
11	Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	40	6.2	e*

Phosphatase alcaline




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	4	100.0	0.0	0.0	196	5.9	e*
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	182	4.9	e
3 Reflotron	566	96.1	2.8	1.1	196	7.8	e
4 Fuji Dri-Chem	768	99.2	0.4	0.4	179	5.1	e
5 Spotchem/Ready	68	95.6	2.9	1.5	211	8.3	e
6 Spotchem D-Concept	234	96.6	2.1	1.3	180	7.2	e
7 Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	150	5.6	e
8 Beckman	18	100.0	0.0	0.0	231	6.7	e
9 Piccolo	40	100.0	0.0	0.0	207	2.7	e
10 Abx Mira	9	55.6	0.0	44.4	207	4.6	e
11 Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	183	6.1	e

Amylase




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	14	100.0	0.0	0.0	178	6.2	e
2 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	169	2.2	e
3 Reflotron	150	98.7	1.3	0.0	183	5.7	e
4 Fuji Dri-Chem	560	99.6	0.2	0.2	162	3.4	e
5 Spotchem/Ready	46	97.8	2.2	0.0	215	7.6	e
6 Spotchem D-Concept	182	98.4	1.1	0.5	194	6.1	e
7 Piccolo	40	100.0	0.0	0.0	143	3.4	e
8 Abx Mira	4	75.0	0.0	25.0	155	1.0	e
9 Hitachi S40/M40	11	100.0	0.0	0.0	183	7.2	e*
10 Autolyser/DiaSys	5	100.0	0.0	0.0	150	4.4	e

Amylase pancréatique




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	21	100.0	0.0	0.0	126	3.4	e
2 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	127	2.1	e
3 Reflotron	377	95.8	1.3	2.9	144	6.2	e
4 Autolyser/DiaSys	10	100.0	0.0	0.0	122	4.6	e

Bilirubine totale


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	7	100.0	0.0	0.0	66.6	5.5	e
2	Cobas	17	100.0	0.0	0.0	62.2	4.4	e
3	Reflotron	407	96.6	0.7	2.7	59.4	6.2	e
4	Fuji Dri-Chem	610	98.4	0.8	0.8	61.2	4.3	e
5	Spotchem/Ready	63	93.7	6.3	0.0	66.7	9.0	e
6	Spotchem D-Concept	187	97.3	1.6	1.1	49.8	5.4	e
7	Beckman	14	100.0	0.0	0.0	69.2	3.0	e
8	Piccolo	46	95.7	0.0	4.3	65.9	4.4	e
9	Skyla	4	100.0	0.0	0.0	77.0	10.3	e*
10	Abx Mira	10	90.0	0.0	10.0	67.4	8.5	e*
11	Hitachi S40/M40	12	100.0	0.0	0.0	67.0	5.5	e
12	Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	64.2	5.7	e

Bilirubine directe




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Fuji Dri-Chem	26	92.3	0.0	7.7	33.9	4.8	e

Calcium




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	29	100.0	0.0	0.0	2.68	2.9	e
2	Cobas	17	100.0	0.0	0.0	2.69	1.1	e
3	Fuji Dri-Chem	378	97.9	1.3	0.8	2.81	4.1	e
4	Spotchem/Ready	20	85.0	10.0	5.0	2.32	5.6	e
5	Spotchem D-Concept	88	96.6	3.4	0.0	2.09	5.4	e
6	Piccolo	45	100.0	0.0	0.0	2.64	2.1	e
7	Abx Mira	6	83.3	16.7	0.0	2.70	6.2	e*
8	Hitachi S40/M40	10	100.0	0.0	0.0	2.61	3.2	e
9	Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	2.61	4.0	e

Calcium ISE




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ISE direct	4	100.0	0.0	0.0	1.28	2.3	e

Chlorures



Cholestérol




Tolérance QUALAB : 10 %

Cholestérol (mmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	26	100.0	0.0	0.0	5.49	4.1	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	5.19	2.9	e
3 Reflotron	545	97.2	1.3	1.5	5.01	3.9	e
4 Fuji Dri-Chem	770	97.7	1.3	1.0	5.41	4.0	e
5 Spotchem/Ready	93	90.3	9.7	0.0	5.15	5.1	e
6 Spotchem D-Concept	241	95.9	2.9	1.2	5.05	4.4	e
7 Piccolo	20	100.0	0.0	0.0	5.41	1.2	e
8 Cholestech LDX	142	95.1	2.8	2.1	5.43	4.6	e
9 Abx Mira	9	100.0	0.0	0.0	5.61	1.7	e
10 Hitachi S40/M40	15	93.3	0.0	6.7	5.33	2.3	e
11 Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	5.29	3.8	e
12 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	4.85	0.7	e

Cholestérol HDL



No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Pentra>Selectra	13	100.0	0.0	0.0	1.25	5.7	e
2	humide, direct	16	100.0	0.0	0.0	1.29	3.5	e
3	Cobas	16	100.0	0.0	0.0	1.01	5.2	e
4	Reflotron	400	86.4	8.8	4.8	0.84	12.3	e
5	Fuji Dri-Chem	739	99.3	0.0	0.7	1.02	3.9	e
6	Spotchem/Ready	81	93.8	6.2	0.0	0.95	11.8	e
7	Spotchem D-Concept	236	94.1	5.5	0.4	0.96	9.9	e
8	Piccolo	19	89.5	0.0	10.5	0.90	6.4	e
9	Cholestech LDX	141	97.2	1.4	1.4	0.96	7.9	e
10	Hitachi S40/M40	14	92.9	0.0	7.1	1.31	5.0	e
11	Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	1.35	6.3	e

Créatine-kinase




Tolérance QUALAB : 18 %


Créatine-kinase (U/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	27	100.0	0.0	0.0	343	4.3	e
2 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	331	3.0	e
3 Reflotron	362	93.6	3.6	2.8	301	8.8	e
4 Fuji Dri-Chem	497	98.8	0.8	0.4	336	4.3	e
5 Spotchem/Ready	39	97.4	2.6	0.0	291	7.2	e
6 Spotchem D-Concept	148	99.3	0.7	0.0	292	6.2	e
7 Piccolo	18	94.4	0.0	5.6	347	2.8	e
8 Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	350	5.3	e*
9 Hitachi S40/M40	8	50.0	0.0	50.0	205	4.6	e
10 Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	344	4.0	e


LDL Cholesterin




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	5	100.0	0.0	0.0	3.5	4.6	e
2 Roche, Cobas	6	100.0	0.0	0.0	3.8	3.8	e
3 Hitachi S40/M40	8	87.5	0.0	12.5	2.9	4.6	e
4 Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	2.8	9.4	e
5 Beckman	11	100.0	0.0	0.0	3.7	4.3	e


Fer

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	31	4.4	e
2 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	31	2.5	e
3 Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	30	4.8	e


Gamma-GT

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	4	100.0	0.0	0.0	105	6.5	e*
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	88	6.4	e
3 Reflotron	726	98.5	0.8	0.7	109	5.5	e
4 Fuji Dri-Chem	848	99.2	0.4	0.4	122	5.1	e
5 Spotchem/Ready	100	98.0	2.0	0.0	124	8.4	e
6 Spotchem D-Concept	264	99.6	0.0	0.4	107	6.4	e
7 Selectra/Bolis	6	100.0	0.0	0.0	91	1.8	e
8 Architect	4	100.0	0.0	0.0	85	3.5	e
9 Dimension	13	100.0	0.0	0.0	94	2.2	e
10 IFCC Beckmann	7	100.0	0.0	0.0	92	1.7	e
11 Piccolo	37	100.0	0.0	0.0	83	2.9	e
12 Abx Mira	5	80.0	20.0	0.0	93	12.9	e*
13 Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	100	2.8	e
14 Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	91	3.7	e


Glucose

Glucose

Glucose




Acide urique




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	26	96.2	0.0	3.8	413	2.3	e
2	Cobas	13	100.0	0.0	0.0	402	2.6	e
3	Reflotron	640	97.3	1.1	1.6	420	4.3	e
4	Fuji Dri-Chem	800	98.6	0.8	0.6	440	3.3	e
5	Spotchem/Ready	78	97.4	2.6	0.0	386	4.7	e
6	Spotchem D-Concept	249	100.0	0.0	0.0	395	3.4	e
7	Piccolo	28	100.0	0.0	0.0	352	3.3	e
8	Skyla	5	100.0	0.0	0.0	399	3.2	e
9	Abx Mira	8	87.5	0.0	12.5	407	4.2	e*
10	Hitachi S40/M40	15	100.0	0.0	0.0	398	3.2	e
11	Autolyser/DiaSys	15	86.7	13.3	0.0	388	7.5	e*

Urée




Potassium




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ISE	44	97.7	0.0	2.3	4.83	2.0	e
2	Cobas	18	100.0	0.0	0.0	4.93	1.3	e
3	Reflotron	649	86.1	7.1	6.8	5.01	3.3	e
4	Fuji Dri-Chem	839	98.2	0.7	1.1	4.77	1.7	e
5	Spotchem D-Concept	248	98.0	1.2	0.8	4.65	2.1	e
6	Spotchem EL-SE 1520	88	97.7	0.0	2.3	4.60	1.7	e
7	Piccolo	39	87.1	10.3	2.6	4.88	3.7	e
8	iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	4.70	0.9	e

Créatinine




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	20	100.0	0.0	0.0	246	6.5	e
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	244	5.6	e
3	Reflotron	836	98.5	0.7	0.8	287	5.7	e
4	Fuji Dri-Chem	873	99.0	0.7	0.3	253	4.1	e
5	Spotchem/Ready	109	99.1	0.9	0.0	249	3.7	e
6	Spotchem D-Concept	263	99.6	0.4	0.0	243	3.5	e
7	Enzymatisch	6	100.0	0.0	0.0	263	2.0	e
8	Piccolo	51	100.0	0.0	0.0	260	7.7	e
9	Abx Mira	11	100.0	0.0	0.0	257	7.4	e*
10	Skyla	5	100.0	0.0	0.0	274	4.9	e*
11	Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	238	5.5	e
12	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	254	4.1	e


Créatinine E



No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 iStat Chem8	9	100.0	0.0	0.0	271	4.1	e
2 EPOC	4	100.0	0.0	0.0	220	3.5	e
3 ABL700/800	9	100.0	0.0	0.0	266	2.2	e

eGFR CKD-EPI


eGFR Cockcroft-Gault




Tolérance MQ : 30 %

eGFR Cockcroft-Gault ()

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Spotchem/Ready	15	80.0	0.0	20.0	24	5.0	e
2 Reflotron	23	87.0	0.0	13.0	20	8.1	e
3 Fuji Dri-Chem	36	88.9	2.8	8.3	22	7.5	e


eGFR MDRD

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Reflotron	6	100.0	0.0	0.0	18	8.6	e
2 Fuji Dri-Chem	5	100.0	0.0	0.0	21	5.5	e

LDH

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	30	100.0	0.0	0.0	221	4.4	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	450	2.6	e
3 Fuji Dri-Chem	149	98.6	0.7	0.7	192	5.4	e
4 Spotchem/Ready	15	100.0	0.0	0.0	171	5.3	e
5 Spotchem D-Concept	44	95.5	4.5	0.0	166	9.6	e
6 Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	183	3.3	e
7 Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	220	4.5	e
8 Hitachi S40/M40	6	100.0	0.0	0.0	214	4.4	e
9 Autolyser/DiaSys	8	100.0	0.0	0.0	229	4.6	e

Magnésium




Tolérance QUALAB : 12 %

Magnésium (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	13	100.0	0.0	0.0	1.18	4.2	e
2 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	1.21	2.9	e
3 Fuji Dri-Chem	114	100.0	0.0	0.0	1.26	4.2	e
4 Spotchem D-Concept	46	97.8	2.2	0.0	0.94	5.0	e
5 Spotchem/Ready	6	83.3	16.7	0.0	1.02	7.2	e*
6 Beckman	8	100.0	0.0	0.0	1.25	4.3	e*
7 Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	1.20	1.4	e
8 Abx Mira	4	75.0	0.0	25.0	1.16	8.2	e*

Sodium




Tolérance QUALAB : 6 %

Sodium (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ISE	42	100.0	0.0	0.0	147	2.0	e
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	146	1.8	e
3 Fuji Dri-Chem	779	98.6	0.5	0.9	147	1.4	e
4 Spotchem D-Concept	237	99.2	0.4	0.4	145	1.7	e
5 Spotchem EL-SE 1520	87	96.6	1.1	2.3	141	1.9	e
6 Piccolo	39	100.0	0.0	0.0	143	1.6	e
7 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	145	0.6	e

Phosphates




Tolérance QUALAB : 15 %

Phosphates (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	20	100.0	0.0	0.0	1.5	3.4	e
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	1.5	4.5	e
3 Fuji Dri-Chem	84	98.8	0.0	1.2	1.6	2.5	e
4 Spotchem D-Concept	20	100.0	0.0	0.0	1.5	2.9	e
5 Spotchem/Ready	6	100.0	0.0	0.0	1.6	4.9	e*

Protéine




Tolérance QUALAB : 12 %

Protéine (g/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	23	100.0	0.0	0.0	60.2	2.8	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	58.4	3.9	e
3 Fuji Dri-Chem	180	99.4	0.0	0.6	57.5	2.5	e
4 Spotchem/Ready	27	100.0	0.0	0.0	58.7	4.9	e
5 Spotchem D-Concept	100	91.0	5.0	4.0	59.0	7.1	e
6 Piccolo	33	93.9	0.0	6.1	60.6	2.1	e
7 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	60.0	1.4	e
8 Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	58.3	3.6	e*
9 Hitachi S40/M40	6	100.0	0.0	0.0	62.0	3.5	e

Transaminase GOT/AST




Tolérance QUALAB : 18 %

Transaminase GOT/AST (U/I)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC avec PP	30	100.0	0.0	0.0	143	3.5	e
2 Cobas	12	91.7	0.0	8.3	141	2.9	e
3 Reflotron	732	97.2	1.2	1.6	157	6.7	e
4 Fuji Dri-Chem	852	99.5	0.0	0.5	139	3.6	e
5 Spotchem/Ready	103	100.0	0.0	0.0	122	4.5	e
6 Spotchem D-Concept	261	99.2	0.8	0.0	126	5.9	e
7 IFCC sens PP	6	100.0	0.0	0.0	139	1.6	e
8 Piccolo	51	100.0	0.0	0.0	136	2.2	e
9 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	147	2.7	e
10 Abx Mira	10	90.0	0.0	10.0	143	7.9	e*
11 Hitachi S40/M40	18	100.0	0.0	0.0	141	2.7	e
12 Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	139	5.1	e

Transaminase GPT/ALT




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	IFCC avec PP	27	100.0	0.0	0.0	107	4.9	e
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	101	2.2	e
3	Reflotron	758	98.3	0.4	1.3	92	5.4	e
4	Fuji Dri-Chem	867	99.0	0.3	0.7	103	4.2	e
5	Spotchem/Ready	106	92.5	7.5	0.0	84	8.1	e
6	Spotchem D-Concept	266	98.1	1.9	0.0	70	8.1	e
7	Piccolo	51	100.0	0.0	0.0	92	3.2	e
8	Skyla	6	100.0	0.0	0.0	100	7.2	e*
9	Abx Mira	9	88.9	0.0	11.1	102	9.5	e*
10	Hitachi S40/M40	18	100.0	0.0	0.0	104	2.5	e
11	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	102	3.9	e

Triglycérides




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	24	100.0	0.0	0.0	1.81	3.1	e
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	1.83	4.0	e
3	Reflotron	465	95.5	1.3	3.2	1.77	6.8	e
4	Fuji Dri-Chem	753	99.1	0.1	0.8	1.80	3.5	e
5	Spotchem/Ready	84	97.6	0.0	2.4	1.63	7.0	e
6	Spotchem D-Concept	233	98.3	0.4	1.3	1.74	4.8	e
7	Hitachi S40/M40	15	100.0	0.0	0.0	1.74	4.4	e
8	Piccolo	18	100.0	0.0	0.0	2.03	2.2	e
9	Cholestech LDX	141	98.6	0.0	1.4	1.79	4.5	e
10	Abx Mira	9	88.9	0.0	11.1	1.76	5.0	e
11	Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	1.74	4.8	e

Lithium




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	16	100.0	0.0	0.0	1.19	5.7	e

Laktat




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	12	91.7	0.0	8.3	3.98	4.8	e

HbA1c échantillon A

Tolérance QUALAB : 9 %
(< 5.0: +/- 0.5 %)

HbA1c échantillon A (%)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Roche, Cobas	13	92.3	7.7	0.0	4.8	3.9	a
2	HPLC	8	100.0	0.0	0.0	4.8	1.5	a
3	Afinion	683	100.0	0.0	0.0	4.8	2.7	e
4	Cobas b101	67	100.0	0.0	0.0	4.7	3.2	e
5	DCA2000/Vantage	189	98.4	0.5	1.1	4.8	3.6	e
6	Celltac chemi	8	100.0	0.0	0.0	4.8	1.9	a
7	NycoCard	44	97.7	0.0	2.3	5.4	5.1	e
8	Eurolyser	12	75.0	16.7	8.3	4.8	5.2	a
9	Hemocue HbA1c 501	9	44.5	11.1	44.4	4.8	7.1	a
10	A1c Now	4	100.0	0.0	0.0	4.8	4.8	a
11	AFIAS	38	100.0	0.0	0.0	4.8	4.9	e
12	Andere	21	95.2	4.8	0.0	4.7	4.9	e


HbA1c échantillon B


Tolérance QUALAB : 9 %
(< 5.0: +/- 0.5 %)

HbA1c échantillon B (%)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Roche, Cobas	14	100.0	0.0	0.0	4.8	3.0	a
2	HPLC	8	100.0	0.0	0.0	4.8	2.1	a
3	Afinion	699	99.2	0.1	0.7	4.9	2.5	e
4	Cobas b101	53	100.0	0.0	0.0	4.7	3.3	e
5	DCA2000/Vantage	213	99.5	0.5	0.0	4.7	3.2	e
6	Celltac chemi	6	100.0	0.0	0.0	4.8	3.0	a
7	NycoCard	36	83.3	11.1	5.6	5.4	5.8	e
8	Eurolyser	16	100.0	0.0	0.0	4.8	5.3	a
9	Hemocue HbA1c 501	4	0.0	25.0	75.0	4.8	0.0	a
10	AFIAS	26	92.3	7.7	0.0	4.8	6.0	e*
11	Andere	17	100.0	0.0	0.0	4.9	3.7	e

pCO₂


pO₂

pH

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL80 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	7.62	0.2	e
2 GEM	5	100.0	0.0	0.0	7.63	0.2	e
3 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	7.58	0.2	e
4 iStat	34	100.0	0.0	0.0	7.66	0.1	e
5 EPOC	41	100.0	0.0	0.0	7.65	0.1	e
6 ABL700/800	69	98.6	0.0	1.4	7.58	0.1	e
7 ABL90 FLEX / PLUS	54	100.0	0.0	0.0	7.59	0.1	e
8 ABL80 FLEX CO-OX / O	15	100.0	0.0	0.0	7.60	0.2	e

Glucose GS

Hémoglobine BG




Tolérance QUALAB : 9 %


Hémoglobine BG (g/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	59	100.0	0.0	0.0	191.1	2.4	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	52	100.0	0.0	0.0	193.0	0.5	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	12	100.0	0.0	0.0	192.4	3.0	e

Potassium BG




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas	23	100.0	0.0	0.0	5.4	2.3	e
2	iStat	12	100.0	0.0	0.0	5.3	0.8	e
3	EPOC	37	97.3	0.0	2.7	5.0	0.9	e
4	ABL700/800	60	98.3	0.0	1.7	5.5	1.2	e
5	ABL90 FLEX / PLUS	53	100.0	0.0	0.0	5.5	0.9	e
6	ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	5.2	1.8	e*


Sodium BG


Tolérance QUALAB : 6 %


Sodium BG (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	23	100.0	0.0	0.0	122.7	2.1	e
2 iStat	12	100.0	0.0	0.0	126.4	0.7	e
3 EPOC	33	100.0	0.0	0.0	117.4	1.3	e
4 ABL700/800	58	96.6	1.7	1.7	126.2	1.3	e
5 ABL90 FLEX / PLUS	54	100.0	0.0	0.0	126.2	0.7	e
6 ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	124.5	2.0	e*

Chlorure-BG

Calcium-BG


FHHb


Lactate-BG

Tolérance QUALAB : 18 %


Lactate-BG (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas b123	8	100.0	0.0	0.0	10.70	3.6	e
2 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	12.28	4.8	e*
3 IL	4	100.0	0.0	0.0	12.10	4.8	e*
4 EPOC	38	100.0	0.0	0.0	10.96	6.8	e
5 iStat	9	100.0	0.0	0.0	10.86	1.8	e
6 ABL700/800	63	98.4	0.0	1.6	10.34	5.8	e
7 ABL90 FLEX / PLUS	54	100.0	0.0	0.0	10.53	3.0	e

sO₂ OR

FO2Hb OR


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ABL700/800	47	100.0	0.0	0.0	48.772	0.2	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	52	98.1	0.0	1.9	48.900	0.2	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	14	100.0	0.0	0.0	48.943	0.2	e

FCOHb OR

Tolérance MQ : 20 %

FCOHb OR (%)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ABL700/800	49	100.0	0.0	0.0	20.476	0.7	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	51	98.0	0.0	2.0	20.220	0.8	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	14	100.0	0.0	0.0	20.221	1.2	e

FMetHb OR


Tolérance MQ : 20 %

FMetHb OR (%)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	54	100.0	0.0	0.0	10.002	1.3	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	48	97.9	0.0	2.1	10.002	0.8	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	14	100.0	0.0	0.0	10.000	0.0	e

FHbF OR


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	ABL90 FLEX / PLUS	9	100.0	0.0	0.0	53.000	3.9	e

Bilirubin OR

Troponine I





No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Vidas	15	93.3	6.7	0.0	4127.5	14.1	a
2 Architect High Sensi	9	100.0	0.0	0.0	2282.2	9.4	e*
3 AQT 90 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	380.0	8.1	e*

Troponine T


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas hs STAT	9	100.0	0.0	0.0	974.00	6.9	e


Myoglobine




masse CK-MB

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	15.0	2.7	e
2 VIDAS	4	100.0	0.0	0.0	19.6	3.6	e


NT-proBNP

TSH


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	5.26	2.9	e
2	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	4.47	2.2	e
3	Architect	12	100.0	0.0	0.0	4.31	6.6	e
4	VIDAS	14	100.0	0.0	0.0	5.47	4.1	e
5	AFIAS	32	90.6	3.1	6.3	5.90	7.5	e

T3

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 AFIAS	11	90.9	9.1	0.0	1.8	8.4	e*


T4

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	AFIAS	13	100.0	0.0	0.0	261	10.7	e*


FT3

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	9.3	4.4	e
2	Architect	11	100.0	0.0	0.0	7.3	8.1	e*
3	VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	8.0	7.0	e*


FT4




Testostérone



Estradiol




Cortisol

Tolérance QUALAB : 20 %

Cortisol (nmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	512	8.7	e*
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	460	2.9	e

Progesteron



No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Architect	5	100.0	0.0	0.0	23.1	2.3	e

Luteinisierendes Hormon




Tolérance QUALAB : 24 %

Luteinisierendes Hormon (U/I)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Roche, Cobas	5	100.0	0.0	0.0	21.3	4.1	e
2 Architect	7	100.0	0.0	0.0	14.8	2.4	e


Follikelstimulierendes Hormon




Tolérance QUALAB : 24 %


Follikelstimulierendes Hormon (U/I)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Roche, Cobas	5	100.0	0.0	0.0	16.3	3.2	e
2 Architect	7	100.0	0.0	0.0	16.7	4.9	e


Prolaktin (PRL)

HGH

Freies Testosteron




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	6	83.3	0.0	16.7	34.7	16.2	a


IGF-1

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Liaison	5	100.0	0.0	0.0	119	18.2	e*


Troponine T CR




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas h 232	1116	93.7	4.7	1.6	300.00	11.8	e
2 Cardiac Reader	13	92.3	0.0	7.7	318.33	7.7	e


D-Dimères CR


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas h 232	1118	87.5	9.2	3.3	1.36	12.6	e
2 Cardiac Reader	12	91.7	0.0	8.3	1.36	9.4	e*


CKMB- K8

NT-proBNP CR

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas h 232	705	90.0	8.2	1.8	2061	14.6	e
2 Cardiac Reader	5	80.0	20.0	0.0	2295	22.4	e*


PCO₂ CCA

PO2 CCA

pH CCA


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 OPTI CCA	13	100.0	0.0	0.0	7.59	0.3	e

Potassium CCA




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	OPTI CCA	4	100.0	0.0	0.0	5.8	0.3	e


Ferritine



Vitamine B12



Folate




Tolérance QUALAB : 24 %
(< 10.00: +/- 2.40 nmol/l)


Folate (nmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	7.40	11.4	a
2	Architect	11	100.0	0.0	0.0	12.48	5.1	a

Holotranscobalamine




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	13	92.3	7.7	0.0	77.6	15.2	e*
2 toutes les méthodes	4	75.0	0.0	25.0	86.8	8.4	e*


Bilirubin totale Neo

Bilirubin directe

Bilirubin néonatale




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	254	1.9	e
2 ABL700/800	4	100.0	0.0	0.0	214	3.1	e

PSA

Tolérance QUALAB : 25 %

PSA ($\mu\text{g/l}$)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	11	100.0	0.0	0.0	10.20	5.3	a
2 VIDAS	4	100.0	0.0	0.0	9.71	3.9	e
3 Architect	11	100.0	0.0	0.0	8.81	4.9	e
4 Qualigen	5	100.0	0.0	0.0	11.80	4.9	e
5 AFIAS	27	88.9	11.1	0.0	10.50	13.0	a


PSA frei

Tolérance QUALAB : 25 %


PSA frei (μg/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	2.85	5.8	e
2 Architect	9	100.0	0.0	0.0	3.36	3.9	a


CEA

CA 125


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Architect	6	100.0	0.0	0.0	114.0	2.9	a

CA 19-9


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	236.0	7.2	a

CA 15-3

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	21.6	2.3	a
2	Architect	6	100.0	0.0	0.0	21.6	4.8	e


AFP

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	37.2	9.5	a
2	Architect	4	100.0	0.0	0.0	35.7	3.8	a


HCG qn

K15 Creatinkinase Aktivität

CK-MB




BNP




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Architect	5	100.0	0.0	0.0	2313.8	6.8	e

Cholesterin PTS





Cholesterin HDL PTS



No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	CardioChek	8	87.5	12.5	0.0	1.90	12.1	e*


Triglyceride PTS




C-Peptid

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Liaison	5	100.0	0.0	0.0	2.9	3.2	e


Procalcitonine



No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Autres méthodes	4	75.0	0.0	25.0	8.35	10.7	a
2 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	10.70	2.1	e
3 VIDAS	19	94.7	0.0	5.3	8.24	6.9	e
4 Liaison	4	100.0	0.0	0.0	16.70	5.5	e


EPO


Parathormone




No. Méthode		Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Architect	5	80.0	20.0	0.0	21.5	13.2	e*
2	Cobas PTH STAT	5	80.0	20.0	0.0	13.6	13.7	e*
3	Cobas	6	100.0	0.0	0.0	10.8	7.8	e*
4	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	27.5	2.2	e

Osmolalité





Kalium-K22

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ISE	10	100.0	0.0	0.0	3.9	1.8	e

Natrium-K22


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ISE	10	100.0	0.0	0.0	141	1.1	e

Glukose-K22

Harnstoff-K22


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	10	100.0	0.0	0.0	4.8	6.6	e*


Osmotische Lücke



No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Formel 1 (2Na+K+Glu+	9	100.0	0.0	0.0	120.5	13.5	a


Digoxin



Valproat


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	783.4	6.1	e

Cystatin C




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	3.6	3.8	e

Éthanol




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	19	94.7	5.3	0.0	21.5	8.2	e

Calprotectin



No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Liaison	20	75.0	15.0	10.0	221	29.0	a
2	Bühlmann fCALturbo	4	100.0	0.0	0.0	416	5.3	e
3	Autres méthodes	5	60.0	0.0	40.0	482	23.5	a
4	Bühlmann	16	93.7	0.0	6.3	414	13.2	e

Cholestérol Af/b101




Tolérance QUALAB : 10 %

Cholestérol Af/b101 (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas b101	90	96.7	1.1	2.2	5.25	2.1	e
2 Afinion	427	99.1	0.7	0.2	5.46	3.5	e

Cholestérol HDL Af/b101




Tolérance QUALAB : 21 %

Cholestérol HDL Af/b101 (mmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas b101	90	95.6	0.0	4.4	1.10	2.8	e
2 Afinion	426	94.9	0.2	4.9	1.13	4.0	e


Triglycerides Af/b101




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas b101	88	96.6	0.0	3.4	1.93	1.7	e
2 Afinion	427	99.8	0.2	0.0	1.93	5.5	e

Troponine I S



D-Dimères qn S

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	30	100.0	0.0	0.0	0.89	7.5	e
2	AFIAS	85	95.3	0.0	4.7	1.03	7.4	e


NT-proBNP S

Tolérance QUALAB : 27 %

NT-proBNP S (ng/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 AFIAS (Gen. 1)	8	25.0	25.0	50.0	325.5	25.4	e*
2 Samsung LABGEO IB10	22	95.5	4.5	0.0	284.4	14.4	e
3 AFIAS	59	93.2	3.4	3.4	2619.7	13.5	e

Homocysteine




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	19.9	10.3	e*

Lipase




Cholinestérase




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	5	80.0	20.0	0.0	5.6	16.3	e*

Glucose CSF




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	2.58	7.1	e*

Lactate CSF




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	2.98	3.7	e

Protéine CSF




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	0.70	5.4	e*


Tacrolimus




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	11.5	3.6	e

Totalprotein E

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	25.5	6.0	e*

Albumin E


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Elektrophorese	7	100.0	0.0	0.0	43.0	8.4	a

alpha-1-Globuline


Tolérance MQ : 30 %

alpha-1-Globuline (%)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Kapillar-Elektrophor	4	100.0	0.0	0.0	3.4	7.5	e*
2	Elektrophorese	4	100.0	0.0	0.0	2.8	19.6	a

alpha-2-Globuline

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Elektrophorese	8	100.0	0.0	0.0	7.4	10.8	e*


beta-Globuline

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Elektrophorese	7	100.0	0.0	0.0	45.9	6.8	e

gamma-Globuline


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Elektrophorese	7	71.4	14.3	14.3	3.9	22.4	e*

Immunfixation




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Interpretation	8	100.0	0.0	0.0	2	0.0	e


Folates érythrocytaires




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	4	75.0	25.0	0.0	1936	22.6	a
2 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	1026	9.0	e*
3 Architect	6	100.0	0.0	0.0	775	12.9	e*

Gallensäure



BNP


Troponin Triage



Tolérance QUALAB : 24 %


Troponin Triage (ng/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Triage Next Gen	28	85.7	0.0	14.3	10.00	0.0	a
2 Triage SOB/Cardiac	14	35.7	28.6	35.7	577.50	22.6	e*

NT-proBNP


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Triage	15	93.3	6.7	0.0	451	16.3	e*

D-Dimere Triage




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Triage	43	95.3	4.7	0.0	651.12	11.7	e

CK-MB Triage




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Triage	12	83.4	8.3	8.3	4.8	22.2	e*


Myoglobin Triage



No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Triage	10	90.0	10.0	0.0	122.2	14.8	e*


25-OH Vitamin D




AMH

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	57.3	15.2	a

TRAK




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	6.62	9.8	e*

Créatinine WB


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Statsensor i / Nova	35	82.8	8.6	8.6	129	10.3	e

Amylase-urine



No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	4	100.0	0.0	0.0	91	8.8	e*


Panc. Amylase-urine



Tolérance QUALAB : 18 %
(< 25.0: +/- 5.0 U/l)


Panc. Amylase-urine (U/l)

Calcium-urine




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	17	100.0	0.0	0.0	1.80	2.1	e

Chlorures-urine




No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas	7	100.0	0.0	0.0	106	2.5	e
2	Chimie humide	6	100.0	0.0	0.0	118	1.4	e

Glucose-urine




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	16	93.7	6.3	0.0	4.8	4.7	e

Magnésium-urine



No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	9	88.9	0.0	11.1	2.12	3.7	e

Osmolalité-urine




Tolérance MQ : 10 %

Osmolalité-urine (mosm/kg)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cryoscopie	9	100.0	0.0	0.0	515	0.6	e

Phosphore-urine




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	10.4	3.5	e

Potassium-urine



No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	22	100.0	0.0	0.0	39	3.4	e

Protéines-urine




Tolérance MQ : 20 %


Protéines-urine (mg/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas/Roche	11	100.0	0.0	0.0	229.7	5.6	e
2 Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	276.2	2.0	e

Sodium-urine




Urée-urine




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	19	100.0	0.0	0.0	167	3.4	e

Acide urique-urine




No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	0.65	6.7	e

Gravité spécifique-urine



No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Refraktometer	7	100.0	0.0	0.0	1.015	0.2	e

Microalbumine




Tolérance QUALAB : 24 %

Microalbumine (mg/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 AFIAS	7	100.0	0.0	0.0	116.7	11.1	a
2 Afinion	418	96.0	1.4	2.6	92.0	8.4	e
3 Autres méthodes	7	85.7	0.0	14.3	80.0	0.0	a
4 NycoCard	6	66.6	16.7	16.7	89.5	16.4	e*
5 Turbidimetric	21	100.0	0.0	0.0	86.5	3.9	e
6 DCA2000/Vantage	135	96.3	0.0	3.7	90.3	5.8	e
7 Siemens Clinitek	11	81.8	0.0	18.2	80.0	0.0	a

Créatinine urine



No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	DCA2000/Vantage	135	94.9	0.7	4.4	5.3	6.0	e
2	Afinion	417	98.6	0.2	1.2	4.5	4.9	e
3	Chimie humide	37	100.0	0.0	0.0	4.9	6.5	e
4	Siemens Clinitek	11	36.4	0.0	63.6	4.4	0.2	a
5	Autres méthodes	6	66.7	0.0	33.3	4.4	0.0	a