

Verein für
Association pour le
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle
contrôle de qualité médical
controllo di qualità medico

Survey Report

2019 - 1

Survey Specimens

The homogeneity and stability of all specimens were checked before and/or during shipment and no irregularities were noted. The suitability tests were performed by the laboratories of the Universitätsspital Zürich (University Hospital Zurich) (<http://www.uzl.usz.ch/>).

The following survey specimens were produced specifically for MQ by a sub-contractor:
B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Parasitic Hematology, K14 tumor marker

Determination of target values

For each target value, the type of determination per ISO17043: 2010 B2.1 is indicated (column "type"):

- a Value known due to production.
- b Certified reference value for use with special specimens
- c Reference value determined by analysis
- d Consensus values of expert laboratories
- e Consensus values of the participants

For methods groups with more than 9 participants, consensus values of the participants ("e") are generally determined.

In order to calculate the target values, we use the mean value of the method group. Values that differ more than 1.5 times the QUALAB-tolerance are outliers and are not used to calculate the target value. Starting point for the elimination of outliers are the values of our suitability tests.

In order to provide all participants with target values that are as meaningful as possible, other methods may also be applied for smaller method groups.

Uncertainty of the determined target values

The standard uncertainty (u_x) is calculated using the following formula (ISO13528):

$$u_x = (\text{target value}/100) * (1.25/\text{square root of "number of participants"}) * \%CV$$

- u_x has the same unit as the target value
- u_x can be compared with the standard deviation of the participants' collective ($SD = \text{target value} * \%CV / 100$)
- For participant numbers >18, the standard uncertainty (u_x) is significantly lower than the scatter of the collective participants and can be neglected.


QUALAB and MQ tolerances

For all mandatory analyzes, QUALAB tolerances are used (www.qualab.ch, external quality control). For non-mandatory analyzes, the tolerances are specified by MQ's survey specimen leader.

If the determined uncertainty, u_x , of the target value is greater than 15% of the QUALAB or MQ tolerance, the letter indicating the type of target detection is marked with an additional star (example "e*"). Thereby, we are alerting the participants to the fact that the uncertainty of the target value can have an impact on the evaluation.

Graphics

The results are shown graphically as follows:



Comparison of Devices

The data in this report allows you to compare the performance of different devices. However, remember to consider the following:


- The chemical control K1 is a ready-to-use commercial control serum. Even if the specimen is of human origin, it is possible that matrix effects occur. These are device-specific and result in different target values.
- Only one specimen was measured. Since the scatter of the results is dependent on the nature of the specimen (matrix effects) and on the signal strength, the determined coefficient of variations (CV in %) cannot be applied generally.
- A large number of runaways is due to administrative errors (wrong unit, results mixed up) or to operator errors (wrong sample, not correctly taken up in solution, not mixed well) and has nothing to do with the type of device.

Zürich, 6.4.2019

Dr. R. Fried
Survey Director

Publication of this report or any portion thereof without our prior written consent is not permitted. The original is archived at www.mqzh.ch

INR




QUALAB Toleranz : 15 %

INR ()


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Neoplastin Plus	7	100.0	0.0	0.0	2.01	8.9	e*
2 Innovin	12	100.0	0.0	0.0	1.68	6.1	e
3 Recombiplastin 2G	17	100.0	0.0	0.0	1.76	4.7	e
4 Eurolyser	4	100.0	0.0	0.0	1.98	2.9	e
5 Other methods	6	100.0	0.0	0.0	1.73	7.0	e*
6 Neoplastin R	11	100.0	0.0	0.0	1.82	1.3	e

Fibrinogen OA



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Other methods	8	87.5	12.5	0.0	1.15	7.4	e*
2	Siemens Thrombin	5	80.0	0.0	20.0	0.92	4.8	e*
3	Stago/STA	11	100.0	0.0	0.0	1.12	5.4	e
4	Fibrinogen Q.F.A.	6	100.0	0.0	0.0	1.12	5.7	e*

Activated Prothrombin Time




QUALAB Toleranz : 25 %

Activated Prothrombin Time (Sek)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Other methods	6	100.0	0.0	0.0	47.0	5.0	e
2 Actin FS	9	100.0	0.0	0.0	41.8	7.2	e
3 Pathromtin SL	4	100.0	0.0	0.0	73.6	5.7	e
4 Stago/STA	12	100.0	0.0	0.0	53.0	8.7	e
5 aPTT-SP	10	100.0	0.0	0.0	46.1	9.2	e

INR CoaguChek




QUALAB Toleranz : 15 %
(< 1.3: +/- 0.2)

INR CoaguChek ()

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	CoaguChek Pro II	401	98.5	0.5	1.0	1.3	4.0	e

Prothrombin time NT




QUALAB Toleranz : 15 %

Prothrombin time NT (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Neoplastin R	11	100.0	0.0	0.0	92	3.4	e
2	Neoplastin Plus	6	83.3	0.0	16.7	90	4.5	e*
3	Innovin	9	88.9	11.1	0.0	93	6.8	e*
4	all Participants	7	100.0	0.0	0.0	100	3.4	e
5	Recombiplastin 2G	15	100.0	0.0	0.0	97	5.7	e

Fibrinogen N




QUALAB Toleranz : 15 %

Fibrinogen N (g/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Siemens Thrombin	8	87.5	0.0	12.5	2.48	5.4	e*
2 Stago/STA	14	100.0	0.0	0.0	2.65	4.9	e
3 Fibrinogen Q.F.A.	11	90.9	9.1	0.0	2.44	7.6	e*
4 Fib Clauss (IL)	4	100.0	0.0	0.0	2.50	7.0	e*

aPTT N




QUALAB Toleranz : 25 %

aPTT N (Sek)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Actin FS	5	100.0	0.0	0.0	24.4	4.9	e
2 Other methods	7	100.0	0.0	0.0	31.5	14.0	e*
3 Stago/STA	14	100.0	0.0	0.0	31.4	5.8	e
4 aPTT-SP	15	100.0	0.0	0.0	25.7	4.8	e

Prothrombin time HT



Nr.	Method	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Neoplastin R	9	100.0	0.0	0.0	92	3.5	e
2	Innovin	5	100.0	0.0	0.0	94	5.1	e*
3	all Participants	8	100.0	0.0	0.0	98	5.4	e*
4	Recombiplastin 2G	7	100.0	0.0	0.0	99	4.5	e

Fibrinogen H




QUALAB Toleranz : 15 %

Fibrinogen H (g/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Siemens Thrombin	5	80.0	0.0	20.0	2.96	6.8	e*
2	Stago/STA	11	100.0	0.0	0.0	3.10	3.4	e
3	Fibrinogen Q.F.A.	5	100.0	0.0	0.0	3.23	5.5	e*
4	Fib Clauss (IL)	4	100.0	0.0	0.0	3.02	4.0	e*

aPTT H




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Actin FS	7	100.0	0.0	0.0	45.0	7.8	e
2 Other methods	5	100.0	0.0	0.0	66.2	12.8	e*
3 Stago/STA	7	100.0	0.0	0.0	50.2	3.5	e
4 aPTT-SP	5	100.0	0.0	0.0	58.3	10.4	e*

D-Dimer NC




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	NycoCard	10	70.0	10.0	20.0	1.10	16.8	e*

D-dimer




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	STA Liatest	11	100.0	0.0	0.0	1.56	5.3	e
2	Siemens Innovance	6	100.0	0.0	0.0	2.35	6.8	e*
3	Eurolyser	12	83.4	8.3	8.3	3.80	16.2	e*
4	ACL	7	100.0	0.0	0.0	2.23	3.9	e
5	AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	1.00	6.0	e
6	VIDAS	20	95.0	5.0	0.0	1.43	8.3	e

CoaguChek APTT



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	CoaguChek Pro II	9	100.0	0.0	0.0	84.9	7.6	e

INR CCXS




QUALAB Toleranz : 15 %

INR CCXS ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CoaguChek XS	1960	96.7	2.6	0.7	3.1	6.5	e

INR HC




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Hemochron j.	10	100.0	0.0	0.0	5.4	7.6	e*

INR MI



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 MicroINR	116	82.8	6.9	10.3	2.1	8.3	e

INR Xprecia




QUALAB Toleranz : 15 %

INR Xprecia ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Xprecia	62	100.0	0.0	0.0	3.0	3.9	e

Hemoglobin




QUALAB Toleranz : 9 %

Hemoglobin (g/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automat	27	85.2	11.1	3.7	125.0	4.6	e
2	Cyanmethemoglobin	34	94.1	5.9	0.0	125.0	3.5	e
3	Sysmex X	40	100.0	0.0	0.0	125.5	1.3	e
4	Advia 120	10	100.0	0.0	0.0	126.5	2.7	e
5	ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	126.0	1.7	e
6	Reflotron	32	90.6	0.0	9.4	130.5	4.5	e
7	Hemocue	385	97.9	0.5	1.6	124.0	2.3	e
8	Dr. Lange	11	72.7	18.2	9.1	123.4	7.0	e*
9	Hemocontrol	11	100.0	0.0	0.0	126.8	1.3	e
10	Eurolyser	8	100.0	0.0	0.0	127.0	3.5	e*
11	DiaSpect	13	92.3	7.7	0.0	129.4	5.3	e*
12	Sysmex	4	75.0	25.0	0.0	125.0	5.8	e*

Hemoglobin



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	288	97.9	0.0	2.1	125.6	1.7	e
2	Sysmex PochH - 100i	197	98.5	0.5	1.0	123.0	2.5	e
3	Sysmex XP 300	483	99.2	0.0	0.8	125.0	1.5	e
4	Mythic	284	95.8	1.4	2.8	122.8	3.2	e
5	Swelab	49	89.8	6.1	4.1	126.4	3.9	e
6	Abacus Junior	10	100.0	0.0	0.0	126.4	2.5	e
7	Medonic	10	70.0	0.0	30.0	125.0	3.0	e
8	Celltac Alpha (Nihon	82	93.9	0.0	6.1	125.4	1.9	e
9	Samsung HC10	40	100.0	0.0	0.0	124.0	2.7	e
10	Micros 60	206	98.1	0.0	1.9	123.0	2.8	e

Hematocrit




QUALAB Toleranz : 9 %

Hematocrit (l/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Automat	22	77.3	18.2	4.5	0.36	6.7	e*
2 Centrifuge	9	100.0	0.0	0.0	0.38	5.0	e*
3 Sysmex X	40	100.0	0.0	0.0	0.37	2.3	e
4 Advia 120	10	100.0	0.0	0.0	0.34	3.4	e
5 ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	0.34	1.9	e
6 Sysmex	4	100.0	0.0	0.0	0.37	1.7	e

Hematocrit




QUALAB Toleranz : 9 %

Hematocrit (l/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	287	97.6	0.7	1.7	0.33	2.4	e
2	Sysmex PochH - 100i	197	96.5	2.0	1.5	0.37	3.1	e
3	Sysmex XP 300	484	99.2	0.0	0.8	0.34	2.0	e
4	Mythic	284	95.4	1.8	2.8	0.35	3.7	e
5	Swelab	49	85.7	8.2	6.1	0.36	4.3	e
6	Abacus Junior	10	100.0	0.0	0.0	0.37	4.1	e*
7	Medonic	10	70.0	0.0	30.0	0.36	1.9	e
8	Celltac Alpha (Nihon	82	93.9	0.0	6.1	0.36	2.4	e
9	Samsung HC10	41	100.0	0.0	0.0	0.38	3.4	e
10	Micros 60	204	95.1	1.5	3.4	0.33	3.6	e

Erythrocytes




QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes (T/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Automat	19	94.7	0.0	5.3	4.16	3.6	e
2 Microscopic	5	80.0	20.0	0.0	3.47	15.3	e*
3 Sysmex X	40	100.0	0.0	0.0	4.13	1.5	e
4 Advia 120	10	100.0	0.0	0.0	4.08	2.7	e
5 ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	4.05	1.9	e
6 Sysmex	4	100.0	0.0	0.0	4.12	1.4	e

Erythrocytes




QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes (T/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	287	98.0	0.3	1.7	4.07	3.4	e
2	Sysmex PochH - 100i	197	100.0	0.0	0.0	4.26	3.3	e
3	Sysmex XP 300	484	99.0	0.0	1.0	4.06	1.9	e
4	Mythic	284	97.5	0.4	2.1	4.03	4.4	e
5	Swelab	49	98.0	0.0	2.0	4.19	5.0	e
6	Abacus Junior	10	100.0	0.0	0.0	4.19	3.7	e
7	Medonic	10	90.0	10.0	0.0	4.14	15.3	e*
8	Celltac Alpha (Nihon	82	93.9	1.2	4.9	4.14	4.7	e
9	Samsung HC10	41	100.0	0.0	0.0	4.09	2.9	e
10	Micros 60	205	98.0	0.5	1.5	3.99	4.5	e

Leucocytes




QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automat	18	94.4	0.0	5.6	6.86	6.9	e
2	Microscopic	27	88.9	0.0	11.1	5.99	9.6	e
3	Sysmex X	40	97.5	0.0	2.5	6.93	4.3	e
4	Advia 120 (Perox)	9	100.0	0.0	0.0	6.82	9.3	e*
5	ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	6.70	5.8	e
6	Sysmex	4	75.0	0.0	25.0	6.90	0.3	e

Leucocytes




QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	287	99.7	0.3	0.0	6.82	4.1	e
2	Sysmex PochH - 100i	197	100.0	0.0	0.0	6.72	4.0	e
3	Sysmex XP 300	484	99.2	0.0	0.8	6.91	4.0	e
4	Mythic	283	98.9	0.7	0.4	6.31	6.2	e
5	Swelab	49	100.0	0.0	0.0	6.94	5.6	e
6	Abacus Junior	10	90.0	10.0	0.0	7.99	9.7	e*
7	Medonic	10	90.0	10.0	0.0	7.10	16.5	e*
8	Celltac Alpha (Nihon	82	97.6	0.0	2.4	6.98	3.0	e
9	Samsung HC10	41	100.0	0.0	0.0	6.39	5.0	e
10	Micros 60	205	98.5	0.5	1.0	6.43	6.4	e

Thrombocytes




QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automat	16	93.7	6.3	0.0	206.3	13.2	e*
2	Microscopic	18	88.9	11.1	0.0	208.5	12.9	e*
3	Sysmex X	40	100.0	0.0	0.0	206.3	4.4	e
4	Advia 120	10	100.0	0.0	0.0	212.0	5.5	e
5	ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	205.0	10.0	e*
6	Sysmex	4	100.0	0.0	0.0	216.5	4.3	e

Thrombocytes




QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	287	99.4	0.3	0.3	207.5	5.6	e
2	Sysmex PochH - 100i	197	99.0	0.0	1.0	217.1	5.2	e
3	Sysmex XP 300	484	99.8	0.0	0.2	214.5	5.2	e
4	Mythic	284	93.7	4.9	1.4	193.2	11.3	e
5	Swelab	49	100.0	0.0	0.0	190.1	8.4	e
6	Abacus Junior	10	100.0	0.0	0.0	211.6	5.4	e
7	Medonic	10	80.0	10.0	10.0	194.0	13.2	e*
8	Celltac Alpha (Nihon	81	98.8	1.2	0.0	202.8	7.7	e
9	Samsung HC10	41	100.0	0.0	0.0	206.4	8.0	e
10	Micros 60	205	96.6	2.9	0.5	204.1	10.2	e

Hemoglobin H2




QUALAB Toleranz : 9 %

Hemoglobin H2 (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Abx Micros	195	92.9	1.5	5.6	114.0	3.2	e
2	Microsemi	682	97.0	1.2	1.8	116.5	2.2	e

Hematocrit H2




QUALAB Toleranz : 9 %

Hematocrit H2 (l/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Abx Micros	195	93.9	1.5	4.6	0.32	3.6	e
2 Microsemi	683	97.2	0.6	2.2	0.32	2.6	e

Leucocytes H2




QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes H2 (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Abx Micros	195	97.4	0.5	2.1	6.10	6.1	e
2	Microsemi	683	99.0	0.1	0.9	6.17	4.4	e

Thrombocytes H2




QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes H2 (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Abx Micros	194	93.8	0.5	5.7	192.3	7.6	e
2	Microsemi	683	99.0	0.4	0.6	199.7	6.7	e

Erythrocytes H2




QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes H2 (T/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Abx Micros	194	95.4	1.0	3.6	3.80	4.7	e
2	Microsemi	682	98.1	0.6	1.3	3.76	3.6	e

CRP H2




QUALAB Toleranz : 21 %

CRP H2 (mg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Microsemi	676	95.1	2.5	2.4	45.7	8.7	e
2	Abx Micros	18	94.4	0.0	5.6	45.2	9.5	e
3	ABX Micros CRP200	170	91.7	5.9	2.4	41.2	10.8	e

Hemoglobin BG



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 iStat	4	100.0	0.0	0.0	188.5	3.1	e*

Hematocrit




QUALAB Toleranz : 9 %

Hematocrit (l/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b123	4	100.0	0.0	0.0	0.49	2.9	e*
2 iStat	6	100.0	0.0	0.0	0.55	2.7	e*
3 EPOC	5	60.0	0.0	40.0	0.52	1.1	e

Hemoglobin




QUALAB Toleranz : 9 %

Hemoglobin (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	54	96.2	1.9	1.9	112.5	2.0	e
2	Advia	12	100.0	0.0	0.0	113.7	2.1	e
3	ABX Pentra	13	92.3	0.0	7.7	114.8	1.7	e

Hematocrit




QUALAB Toleranz : 9 %

Hematocrit (l/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	54	98.1	0.0	1.9	0.35	2.5	e
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	0.35	3.5	e
3 ABX Pentra	13	92.3	0.0	7.7	0.34	2.6	e

Erythrocytes




QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes (T/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	54	100.0	0.0	0.0	4.20	3.1	e
2	Advia	12	100.0	0.0	0.0	4.16	2.2	e
3	ABX Pentra	13	92.3	0.0	7.7	4.12	2.0	e

Leucocytes




QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	54	98.1	0.0	1.9	4.50	3.8	e
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	4.35	3.6	e
3 ABX Pentra	13	92.3	0.0	7.7	4.31	4.8	e

Thrombocytes




QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	54	100.0	0.0	0.0	228.9	7.8	e
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	220.3	9.6	e
3 ABX Pentra	13	92.3	0.0	7.7	239.0	5.4	e

Neutrophils




MQ tolerance : 25 %

Neutrophils (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	54	98.1	1.9	0.0	2.85	6.1	e
2	Advia	12	100.0	0.0	0.0	2.84	4.6	e
3	ABX Pentra	13	92.3	0.0	7.7	2.63	6.0	e

Lymphocytes




MQ tolerance : 25 %

Lymphocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	54	100.0	0.0	0.0	1.38	4.9	a
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	1.27	4.0	a
3 ABX Pentra	13	92.3	7.7	0.0	1.41	18.3	a

Monocytes




MQ tolerance : 25 %

Monocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	54	100.0	0.0	0.0	0.14	21.6	a
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	0.10	17.7	a
3 ABX Pentra	13	92.3	0.0	7.7	0.12	31.3	a

Eosinophils




MQ tolerance : 50 %

Eosinophils (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	54	100.0	0.0	0.0	0.08	16.4	a
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	0.08	20.1	a
3 ABX Pentra	13	100.0	0.0	0.0	0.08	35.1	a

Basophiles




MQ tolerance : 80 %
 (< 0.10: +/- 0.08 G/l)

Basophiles (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	53	98.1	1.9	0.0	0.06	90.3	a
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	0.02	71.2	e*
3 ABX Pentra	12	100.0	0.0	0.0	0.03	55.9	e*

Reticulocytes




MQ tolerance : 25 %

Reticulocytes (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	29	96.6	3.4	0.0	50.8	12.4	e
2	Advia	9	100.0	0.0	0.0	60.3	15.8	a

Hämolyseindex Probe A




MQ tolerance : 15 %

Hämolyseindex Probe A ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	201.27	3.9	e

Hämolyseindex Probe B




MQ tolerance : 15 %

Hämolyseindex Probe B ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	50.00	4.5	e

Erythrocyte sedimentation rate 1h




MQ tolerance : 30 %

Erythrocyte sedimentation rate 1h (mm/h)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sarstedt Sedivette	16	100.0	0.0	0.0	7	14.8	e*
2	Sarstedt Microvette	6	100.0	0.0	0.0	7	11.0	e*
3	BD Seditainer	21	100.0	0.0	0.0	6	16.0	e
4	Other methods	4	75.0	25.0	0.0	7	29.5	e*

Erythrocyte sedimentation rate 2h




MQ tolerance : 30 %

Erythrocyte sedimentation rate 2h (mm/2h)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	BD Seditainer	6	100.0	0.0	0.0	14	15.5	e*

CRP




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b101	157	99.4	0.0	0.6	19.7	3.9	e
2	IChroma	4	100.0	0.0	0.0	24.7	12.8	e*
3	Cobas	19	89.4	5.3	5.3	20.5	12.3	e*
4	Turbidimetry	20	80.0	15.0	5.0	21.8	11.8	e*
5	Afinion	1321	99.6	0.2	0.2	19.1	5.0	e
6	NycoCard SingleTest-	180	79.5	11.1	9.4	21.0	13.8	e
7	Quick Read go	108	99.1	0.9	0.0	21.7	7.2	e
8	Eurolyser	113	77.0	4.4	18.6	27.8	10.8	e
9	Fuji Dri-Chem	15	80.0	0.0	20.0	22.4	12.8	e*
10	Autolyser/DiaSys	10	100.0	0.0	0.0	18.4	6.5	e
11	Piccolo	7	71.4	28.6	0.0	25.5	13.9	e*
12	Celltac chemi	36	100.0	0.0	0.0	21.0	5.0	e

CRP




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	QuikRead (Vollblut)	69	94.3	4.3	1.4	33.4	9.3	e

CRP




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Spinit	8	87.5	0.0	12.5	21.4	11.7	e*
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	21.1	6.5	e*
3 Beckman	11	100.0	0.0	0.0	20.7	4.1	e
4 AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	24.0	8.9	e*
5 Spotchem D-Concept	6	100.0	0.0	0.0	22.6	5.9	e
6 Spotchem SI-3510	4	100.0	0.0	0.0	20.6	2.9	e
7 Other methods	4	100.0	0.0	0.0	23.7	1.5	e

IgG




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Turbidimetry	13	100.0	0.0	0.0	11.9	4.0	e
2	Nephelometry	5	100.0	0.0	0.0	12.8	5.6	e
3	Other methods	4	100.0	0.0	0.0	12.3	5.4	e

IgA



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Turbidimetry	14	100.0	0.0	0.0	2.1	2.3	e
2	Nephelometry	5	100.0	0.0	0.0	2.3	5.6	e

IgM




QUALAB Toleranz : 25 %

IgM (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Turbidimetry	15	100.0	0.0	0.0	1.0	4.5	e
2	Nephelometry	4	100.0	0.0	0.0	1.0	2.0	e

IgE




QUALAB Toleranz : 20 %

IgE (kU/L)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	5	100.0	0.0	0.0	122	9.8	e*
2	Cobas	5	100.0	0.0	0.0	137	8.7	e*

Alpha-1-Antitrypsin



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	6	100.0	0.0	0.0	1.15	2.4	e

Anti-Streptolysin-Antibodies




MQ tolerance : 25 %

Anti-Streptolysin-Antibodies (kIU/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 all Participants	11	100.0	0.0	0.0	160	8.1	e

Complement C3



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	15	100.0	0.0	0.0	1.54	6.2	e

Complement C4




MQ tolerance : 25 %

Complement C4 (g/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	14	100.0	0.0	0.0	0.30	11.3	e*

Haptoglobin




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 all Participants	16	100.0	0.0	0.0	1.38	5.4	e

Transferrin




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	24	95.8	0.0	4.2	2.34	3.1	e

Beta-2-Mikroglobulin




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	6	100.0	0.0	0.0	1.74	7.0	e

Rheumatoid factor




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	5	100.0	0.0	0.0	31.0	5.2	a

Ceruloplasmin




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	8	100.0	0.0	0.0	265.0	12.9	e*

Präalbumin



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 all Participants	13	100.0	0.0	0.0	218.9	3.3	e

Soluble transferrin receptor




MQ tolerance : 25 %

Soluble transferrin receptor (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	5	80.0	20.0	0.0	3.1	13.7	e*

CRP HS




QUALAB Toleranz : 21 %
 (< 10.00: +/- 2.00 mg/l)

CRP HS (mg/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Turbidimetry	4	100.0	0.0	0.0	5.58	5.7	e*

CRP




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	98	92.9	5.1	2.0	43.3	9.0	e

Albumine




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	9	100.0	0.0	0.0	37	2.7	e
2	Cobas	17	88.2	0.0	11.8	40	2.1	e
3	Fuji Dri-Chem	229	97.0	1.3	1.7	47	4.6	e
4	Spotchem/Ready	32	90.6	6.3	3.1	38	5.6	e
5	Spotchem D-Concept	134	95.6	3.7	0.7	45	6.2	e
6	Piccolo	53	96.2	1.9	1.9	36	3.9	e
7	Beckmann	15	100.0	0.0	0.0	36	3.6	e
8	Skyla	5	100.0	0.0	0.0	34	1.6	e
9	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	32	5.6	e*
10	Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	38	4.9	e*
11	Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	35	4.4	e*
12	Autolyser/DiaSys	6	100.0	0.0	0.0	38	2.7	e

Alkaline phosphatase




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	7	100.0	0.0	0.0	226	3.8	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	195	5.1	e
3 Reflotron	531	90.8	6.4	2.8	339	9.8	e
4 Fuji Dri-Chem	781	98.9	0.3	0.8	209	5.7	e
5 Spotchem/Ready	62	93.6	3.2	3.2	264	8.7	e
6 Spotchem D-Concept	251	98.0	2.0	0.0	217	7.7	e
7 Hitachi S40/M40	15	100.0	0.0	0.0	158	5.5	e
8 Beckman	18	100.0	0.0	0.0	266	6.7	e
9 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	205	2.3	e
10 Piccolo	46	100.0	0.0	0.0	261	2.8	e
11 Abx Mira	7	71.4	28.6	0.0	203	11.3	e*
12 Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	204	7.4	e

Amylase



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	14	100.0	0.0	0.0	256	4.3	e
2 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	245	1.6	e
3 Reflotron	138	94.2	2.9	2.9	238	7.1	e
4 Fuji Dri-Chem	572	99.3	0.2	0.5	214	3.7	e
5 Spotchem/Ready	42	90.4	4.8	4.8	129	9.2	e
6 Spotchem D-Concept	196	99.0	0.0	1.0	193	6.7	e
7 Architect	4	100.0	0.0	0.0	294	3.7	e
8 Piccolo	43	100.0	0.0	0.0	227	2.9	e
9 Hitachi S40/M40	8	87.5	0.0	12.5	289	4.0	e
10 Autolyser/DiaSys	6	100.0	0.0	0.0	234	3.8	e

Pancreatic amylase




QUALAB Toleranz : 18 %

Pancreatic amylase (U/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	23	100.0	0.0	0.0	214	3.5	e
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	220	2.9	e
3 Reflotron	363	96.9	2.5	0.6	210	6.8	e
4 Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	215	5.1	e

Bilirubin



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	11	90.9	0.0	9.1	48.8	10.0	e*
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	44.8	5.9	e
3	Reflotron	393	95.7	2.5	1.8	53.6	7.2	e
4	Fuji Dri-Chem	622	96.7	1.0	2.3	49.2	5.4	e
5	Spotchem/Ready	57	91.2	3.5	5.3	57.2	7.4	e
6	Spotchem D-Concept	203	97.5	0.5	2.0	44.5	5.8	e
7	Beckman	15	100.0	0.0	0.0	57.2	2.7	e
8	Piccolo	49	98.0	0.0	2.0	42.6	5.8	e
9	Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	49.1	9.3	e*
10	Hitachi S40/M40	11	90.9	0.0	9.1	51.2	5.4	e
11	Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	48.0	6.0	e

Bilirubin direct




MQ tolerance : 18 %

Bilirubin direct ($\mu\text{mol/l}$)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Fuji Dri-Chem	26	96.2	0.0	3.8	27.4	3.4	e

Calcium




QUALAB Toleranz : 12 %
(< 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcium (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	34	100.0	0.0	0.0	2.26	2.7	e
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	2.26	2.4	e
3	Fuji Dri-Chem	378	98.1	0.8	1.1	2.29	4.1	e
4	Spotchem/Ready	19	94.7	5.3	0.0	1.97	6.7	e*
5	Spotchem D-Concept	94	97.8	1.1	1.1	1.63	5.5	e
6	Piccolo	49	100.0	0.0	0.0	2.27	1.8	e
7	Hitachi S40/M40	10	100.0	0.0	0.0	2.16	2.8	e
8	Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	2.25	1.4	e

Calcium ISE




MQ tolerance : 12 %

Calcium ISE (mmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	4	100.0	0.0	0.0	1.06	3.9	e*
2 iStat Chem8	4	100.0	0.0	0.0	0.85	2.4	e

Chloride



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	32	96.9	0.0	3.1	94	2.3	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	91	2.4	e*
3 Fuji Dri-Chem	725	96.4	2.5	1.1	106	2.2	e
4 Spotchem D-Concept	233	94.8	4.3	0.9	111	2.6	e
5 Standard chemistry	4	75.0	0.0	25.0	96	2.4	e*
6 Spotchem EL-SE 1520	77	87.0	10.4	2.6	116	3.4	e
7 Piccolo	26	100.0	0.0	0.0	94	2.1	e
8 iStat Chem8	4	100.0	0.0	0.0	102	1.3	e

Cholesterol total




QUALAB Toleranz : 10 %

Cholesterol total (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	31	100.0	0.0	0.0	4.00	2.8	e
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	3.83	2.5	e
3	Reflotron	502	98.4	1.0	0.6	3.57	3.5	e
4	Fuji Dri-Chem	781	96.4	1.9	1.7	3.82	4.1	e
5	Spotchem/Ready	85	92.9	5.9	1.2	3.91	4.5	e
6	Spotchem D-Concept	260	98.0	0.8	1.2	3.91	3.5	e
7	Piccolo	23	100.0	0.0	0.0	4.02	1.6	e
8	Cholestech LDX	126	96.8	0.8	2.4	4.05	3.6	e
9	Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	4.05	1.7	e
10	Hitachi S40/M40	13	100.0	0.0	0.0	3.98	2.8	e
11	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	4.01	3.8	e
12	Other methods	4	100.0	0.0	0.0	3.41	2.2	e

Cholesterin HDL



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Wet chemistry, direc	20	95.0	0.0	5.0	1.24	6.7	e
2	Cobas	18	94.4	5.6	0.0	1.12	10.5	e
3	Reflotron	367	72.5	12.8	14.7	0.83	14.3	e
4	Fuji Dri-Chem	752	99.4	0.1	0.5	1.42	4.1	e
5	Spotchem/Ready	74	85.1	8.1	6.8	0.61	11.6	e
6	Spotchem D-Concept	254	87.0	8.3	4.7	0.77	12.0	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	1.61	2.8	e
8	Piccolo	21	90.5	9.5	0.0	1.02	11.8	e*
9	Pentra/Selectra	12	91.7	8.3	0.0	1.05	11.1	e*
10	Cholestech LDX	125	91.2	3.2	5.6	1.11	9.7	e
11	Hitachi S40/M40	13	100.0	0.0	0.0	1.27	6.5	e
12	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	1.35	8.4	e

Creatine kinase




QUALAB Toleranz : 18 %

Creatine kinase (U/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	28	96.4	3.6	0.0	435	5.1	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	398	2.8	e
3 Reflotron	349	96.0	1.4	2.6	379	6.7	e
4 Fuji Dri-Chem	509	97.8	0.2	2.0	492	4.1	e
5 Spotchem/Ready	37	97.3	0.0	2.7	465	5.3	e
6 Spotchem D-Concept	157	100.0	0.0	0.0	496	6.5	e
7 Piccolo	18	100.0	0.0	0.0	445	3.4	e
8 Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	446	4.7	e*
9 Hitachi S40/M40	5	80.0	0.0	20.0	360	8.5	e*
10 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	395	1.1	e
11 Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	431	4.6	e

LDL Cholesterin




MQ tolerance : 25 %

LDL Cholesterin (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	5	80.0	0.0	20.0	1.9	11.0	e*
2	Roche, Cobas	8	100.0	0.0	0.0	2.8	2.9	e
3	Hitachi S40/M40	6	100.0	0.0	0.0	1.5	5.2	e
4	Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	2.0	6.7	e
5	Beckman	11	100.0	0.0	0.0	2.6	4.0	e

Iron



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	21	100.0	0.0	0.0	28	2.8	e
2	Cobas	9	100.0	0.0	0.0	28	4.2	e

Gamma-glutamyltransferase




QUALAB Toleranz : 18 %

Gamma-glutamyltransferase (U/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	IFCC	6	100.0	0.0	0.0	86	10.1	e*
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	76	7.2	e
3	Reflotron	689	97.6	1.2	1.2	99	6.2	e
4	Fuji Dri-Chem	861	98.6	0.6	0.8	115	5.5	e
5	Spotchem/Ready	92	96.7	3.3	0.0	114	8.4	e
6	Spotchem D-Concept	288	96.9	2.8	0.3	102	8.6	e
7	Selectra/Biolis	6	100.0	0.0	0.0	82	2.5	e
8	Architect	6	100.0	0.0	0.0	73	3.7	e
9	Dimension	13	92.3	7.7	0.0	82	7.1	e
10	IFCC Beckmann	7	100.0	0.0	0.0	80	4.4	e
11	Piccolo	41	100.0	0.0	0.0	71	4.4	e
12	Hitachi S40/M40	14	100.0	0.0	0.0	88	5.9	e
13	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	81	3.9	e

Glucose




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	34	97.1	2.9	0.0	11.4	3.6	e
2	Cobas	18	100.0	0.0	0.0	11.5	3.2	e
3	Reflotron	682	94.8	2.6	2.6	10.9	4.7	e
4	Fuji Dri-Chem	816	99.7	0.2	0.1	10.4	2.9	e
5	Spotchem/Ready	82	90.3	7.3	2.4	11.5	5.8	e
6	Spotchem D-Concept	267	92.2	6.7	1.1	10.5	5.3	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	11.5	3.3	e*
8	Piccolo	55	100.0	0.0	0.0	11.2	1.6	e
9	Cholestech LDX	108	95.4	3.7	0.9	10.7	5.2	e
10	Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	11.4	2.9	e
11	Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	11.2	4.0	e
12	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	11.1	2.9	e
13	iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	10.4	1.7	e

Glucose




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Accu-Chek Aviva	311	88.1	2.9	9.0	12.6	3.8	e
2	Accu-Chek Inform 2	409	98.8	1.0	0.2	12.8	3.8	e
3	Accu-Check Guide	172	95.9	2.9	1.2	10.6	3.6	e
4	Contour XT	1088	93.4	5.4	1.2	11.5	5.1	e
5	Glucocard	17	82.3	5.9	11.8	17.0	6.3	e*
6	Hemocue 201+ P-equiv	95	97.9	0.0	2.1	13.0	2.3	e
7	Hemocue 201RT P-equiv	84	92.8	1.2	6.0	12.8	2.7	e
8	FreeStyle Precision	4	100.0	0.0	0.0	11.7	5.4	e*
9	Freestyle Freedom li	5	100.0	0.0	0.0	11.9	2.8	e*
10	Sanofi BG Star	4	100.0	0.0	0.0	15.7	4.2	e*
11	Contour NEXT ONE	4	100.0	0.0	0.0	10.8	2.5	e*

Glucose B




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Hemocue 201+ (alt)	44	95.5	4.5	0.0	12.6	4.9	e
2	OneTouch Verio	29	100.0	0.0	0.0	11.1	2.7	e
3	Contour 2 (5s)	25	80.0	8.0	12.0	9.0	5.4	e
4	Contour (15s)	6	50.0	0.0	50.0	14.7	4.1	e*
5	Healthpro	47	83.0	8.5	8.5	18.4	5.6	e
6	Mylife UNIO	244	98.0	1.6	0.4	13.8	4.0	e
7	mylife Pura	74	100.0	0.0	0.0	13.4	4.1	e
8	Omnitest	16	81.2	12.5	6.3	16.3	5.6	e*
9	Alpha Check	7	57.1	0.0	42.9	17.0	3.7	e*

Uric Acid




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	31	96.8	0.0	3.2	431	2.5	e
2	Cobas	16	100.0	0.0	0.0	418	2.7	e
3	Reflotron	612	96.6	2.1	1.3	460	4.6	e
4	Fuji Dri-Chem	808	98.5	0.9	0.6	460	3.1	e
5	Spotchem/Ready	72	100.0	0.0	0.0	381	4.4	e
6	Spotchem D-Concept	269	99.6	0.0	0.4	387	3.7	e
7	Piccolo	29	100.0	0.0	0.0	347	4.9	e
8	Skyla	4	100.0	0.0	0.0	402	8.0	e*
9	Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	423	2.0	e
10	Hitachi S40/M40	14	92.9	0.0	7.1	416	2.8	e
11	Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	424	4.5	e

Urea




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	32	100.0	0.0	0.0	13.9	2.9	e
2	Cobas	17	100.0	0.0	0.0	13.5	3.3	e
3	Reflotron	272	97.8	1.1	1.1	15.3	6.1	e
4	Fuji Dri-Chem	482	99.6	0.0	0.4	14.2	2.2	e
5	Spotchem/Ready	50	94.0	6.0	0.0	13.0	7.3	e
6	Spotchem D-Concept	164	92.7	4.3	3.0	13.4	7.7	e
7	Piccolo	52	94.2	0.0	5.8	12.6	2.0	e
8	Hitachi S40/M40	10	90.0	0.0	10.0	13.1	3.8	e
9	Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	14.5	4.8	e
10	iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	16.5	3.6	e

Potassium




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ISE	47	95.8	2.1	2.1	4.39	2.4	e
2	Cobas	20	100.0	0.0	0.0	4.47	1.7	e
3	Reflotron	618	90.3	5.7	4.0	4.63	3.2	e
4	Fuji Dri-Chem	848	97.1	1.1	1.8	4.34	2.0	e
5	Spotchem D-Concept	268	98.2	0.7	1.1	3.90	2.3	e
6	Spotchem EL-SE 1520	80	97.4	1.3	1.3	3.80	2.4	e
7	Piccolo	43	72.1	16.3	11.6	4.37	4.0	e
8	iStat Chem8	7	100.0	0.0	0.0	4.30	0.0	e

Creatinine




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	20	95.0	5.0	0.0	344	7.3	e
2	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	352	4.2	e
3	Reflotron	800	97.4	1.5	1.1	389	6.1	e
4	Fuji Dri-Chem	882	99.3	0.1	0.6	333	3.6	e
5	Spotchem/Ready	101	98.0	2.0	0.0	226	4.1	e
6	Spotchem D-Concept	284	99.6	0.0	0.4	215	3.4	e
7	Enzymatic	9	100.0	0.0	0.0	358	3.5	e
8	Piccolo	55	100.0	0.0	0.0	352	4.3	e
9	Abx Mira	9	100.0	0.0	0.0	352	4.5	e
10	Skyla	4	100.0	0.0	0.0	331	7.6	e*
11	Hitachi S40/M40	17	94.1	0.0	5.9	326	3.2	e
12	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	346	5.8	e

Creatinine E




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	iStat Chem8	10	100.0	0.0	0.0	332	2.2	e
2	ABL700/800	9	100.0	0.0	0.0	346	2.5	e

eGFR CKD-EPI




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	69	95.7	0.0	4.3	14	6.6	e
2	Reflotron	282	95.7	1.8	2.5	12	8.5	e
3	Fuji Dri-Chem	363	96.4	1.1	2.5	15	6.4	e
4	Spotchem/Ready	140	95.7	0.7	3.6	25	6.4	e

eGFR Cockcroft-Gault




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	4	100.0	0.0	0.0	16	11.7	e*
2	Reflotron	25	92.0	0.0	8.0	13	7.9	e
3	Fuji Dri-Chem	30	96.7	0.0	3.3	16	6.4	e
4	Spotchem/Ready	15	100.0	0.0	0.0	25	9.0	e

eGFR MDRD




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Reflotron	5	100.0	0.0	0.0	13	12.9	e*
2	Fuji Dri-Chem	5	100.0	0.0	0.0	14	11.7	e*

LDH




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	37	100.0	0.0	0.0	229	4.7	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	482	2.2	e
3 Fuji Dri-Chem	150	98.7	1.3	0.0	187	5.8	e
4 Spotchem/Ready	13	92.3	7.7	0.0	155	10.8	e*
5 Spotchem D-Concept	50	86.0	4.0	10.0	167	8.9	e
6 Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	196	4.4	e
7 Abx Mira	5	80.0	0.0	20.0	219	5.1	e*
8 Hitachi S40/M40	5	100.0	0.0	0.0	220	6.6	e*
9 Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	222	5.5	e

Magnesium




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	16	100.0	0.0	0.0	1.08	5.1	e
2	Cobas	13	100.0	0.0	0.0	1.11	3.8	e
3	Fuji Dri-Chem	115	98.3	0.0	1.7	1.14	4.4	e
4	Spotchem D-Concept	46	100.0	0.0	0.0	0.80	4.4	e
5	Spotchem/Ready	5	80.0	20.0	0.0	0.87	6.9	e*
6	Beckman	8	100.0	0.0	0.0	1.12	4.4	e*
7	Piccolo	8	87.5	0.0	12.5	1.06	1.3	e

Sodium



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	44	97.7	2.3	0.0	135	2.4	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	135	1.8	e
3 Fuji Dri-Chem	791	97.7	0.9	1.4	138	1.6	e
4 Spotchem D-Concept	257	98.4	0.4	1.2	131	1.8	e
5 Spotchem EL-SE 1520	79	98.7	1.3	0.0	129	2.2	e
6 Piccolo	43	97.7	0.0	2.3	135	1.6	e
7 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	135	0.3	e

Phosphate




QUALAB Toleranz : 15 %

Phosphate (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	25	100.0	0.0	0.0	1.6	2.1	e
2	Cobas	14	100.0	0.0	0.0	1.6	3.0	e
3	Fuji Dri-Chem	83	100.0	0.0	0.0	1.7	3.9	e
4	Spotchem D-Concept	20	100.0	0.0	0.0	1.7	4.3	e
5	Spotchem/Ready	5	100.0	0.0	0.0	1.6	2.1	e
6	Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	1.9	2.1	e

Protein total



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	27	100.0	0.0	0.0	58.2	2.6	e
2	Cobas	15	100.0	0.0	0.0	57.5	4.0	e
3	Fuji Dri-Chem	183	100.0	0.0	0.0	58.2	2.6	e
4	Spotchem/Ready	28	96.4	3.6	0.0	58.9	5.3	e
5	Spotchem D-Concept	106	91.6	7.5	0.9	62.0	7.3	e
6	Piccolo	41	95.1	0.0	4.9	58.1	2.3	e
7	Skyla	4	100.0	0.0	0.0	58.5	1.6	e
8	Abx Mira	5	80.0	20.0	0.0	57.2	6.5	e*
9	Hitachi S40/M40	5	100.0	0.0	0.0	59.0	4.0	e*

Aspartate aminotransferase




QUALAB Toleranz : 18 %

Aspartate aminotransferase (U/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC with PP	34	100.0	0.0	0.0	163	4.9	e
2 Cobas	14	100.0	0.0	0.0	165	3.4	e
3 Reflotron	696	97.1	1.9	1.0	204	7.3	e
4 Fuji Dri-Chem	864	99.0	0.7	0.3	158	4.2	e
5 Spotchem/Ready	94	100.0	0.0	0.0	127	4.3	e
6 Spotchem D-Concept	283	98.9	1.1	0.0	133	5.6	e
7 IFCC without PP	6	100.0	0.0	0.0	158	3.0	e
8 Piccolo	55	100.0	0.0	0.0	150	2.7	e
9 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	176	4.0	e
10 Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	159	3.1	e
11 Hitachi S40/M40	17	94.1	0.0	5.9	165	2.2	e
12 Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	158	3.4	e

Alanine aminotransferase




QUALAB Toleranz : 18 %

Alanine aminotransferase (U/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC with PP	31	100.0	0.0	0.0	118	6.5	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	117	2.7	e
3 Reflotron	719	98.2	1.1	0.7	102	6.6	e
4 Fuji Dri-Chem	879	99.0	0.0	1.0	117	4.0	e
5 Spotchem/Ready	98	95.9	3.1	1.0	95	7.0	e
6 Spotchem D-Concept	286	98.3	1.4	0.3	78	7.3	e
7 Piccolo	56	100.0	0.0	0.0	109	3.1	e
8 Skyla	5	80.0	20.0	0.0	116	10.3	e*
9 Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	122	5.8	e*
10 Hitachi S40/M40	17	94.1	0.0	5.9	125	2.2	e
11 Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	119	4.2	e

Triglycerides




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	29	96.6	3.4	0.0	1.81	8.1	e
2	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	1.86	4.6	e
3	Reflotron	420	98.3	0.5	1.2	2.67	5.8	e
4	Fuji Dri-Chem	766	99.1	0.5	0.4	2.29	4.4	e
5	Spotchem/Ready	79	97.5	0.0	2.5	1.25	6.7	e
6	Spotchem D-Concept	252	98.8	0.0	1.2	1.38	4.6	e
7	Hitachi S40/M40	13	100.0	0.0	0.0	0.52	5.0	e
8	Piccolo	22	100.0	0.0	0.0	2.11	1.7	e
9	Cholestech LDX	124	99.2	0.0	0.8	1.88	4.9	e
10	Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	1.78	4.3	e
11	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	1.77	5.4	e

Lithium




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 all Participants	18	100.0	0.0	0.0	1.54	4.0	e

Lactate



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 all Participants	13	92.3	0.0	7.7	3.72	4.1	e

HbA1c sample A




QUALAB Toleranz : 9 %

HbA1c sample A (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	13	100.0	0.0	0.0	5.6	2.5	e
2	HPLC	7	100.0	0.0	0.0	5.8	2.7	a
3	Afinion	777	99.6	0.1	0.3	5.7	2.4	e
4	Cobas b101	105	97.1	1.9	1.0	5.8	3.4	e
5	DCA2000/Vantage	236	99.2	0.4	0.4	5.7	3.1	e
6	Celltac chemi	11	72.7	18.2	9.1	5.8	3.6	a
7	NycoCard	48	66.7	22.9	10.4	5.8	5.2	a
8	Eurolyser	18	94.4	5.6	0.0	5.8	4.2	a
9	Hemocue HbA1c 501	9	77.8	0.0	22.2	5.8	3.3	a
10	AFIAS	50	90.0	8.0	2.0	5.5	4.5	a
11	Others	14	78.6	21.4	0.0	5.7	6.4	e*
12	Spinit	8	87.5	0.0	12.5	5.8	3.5	a


HbA1c sample B




QUALAB Toleranz : 9 %

HbA1c sample B (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	15	93.3	6.7	0.0	6.2	4.9	e*
2	HPLC	9	100.0	0.0	0.0	6.6	3.2	a
3	Afinion	568	98.6	1.2	0.2	6.5	2.9	e
4	Cobas b101	67	97.0	3.0	0.0	6.6	3.9	e
5	DCA2000/Vantage	160	98.1	1.3	0.6	6.5	3.5	e
6	Celltac chemi	12	91.7	8.3	0.0	6.6	4.5	a
7	NycoCard	24	87.5	12.5	0.0	6.6	4.4	a
8	Eurolyser	8	100.0	0.0	0.0	6.6	4.5	a
9	Hemocue HbA1c 501	5	20.0	20.0	60.0	6.6	5.9	a
10	A1c Now	4	100.0	0.0	0.0	6.6	2.3	a
11	AFIAS	49	83.7	14.3	2.0	6.0	6.3	a
12	Others	16	87.5	12.5	0.0	6.8	5.4	e*


pCO₂

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	GEM	5	100.0	0.0	0.0	5.87	1.5	e
2	ABL80 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	5.28	3.7	e
3	Cobas b123	22	100.0	0.0	0.0	5.72	4.0	e
4	iStat	45	95.6	4.4	0.0	4.85	4.0	e
5	EPOC	42	90.5	0.0	9.5	4.88	4.5	e
6	ABL700/800	81	100.0	0.0	0.0	5.38	3.0	e
7	ABL90 FLEX / PLUS	57	100.0	0.0	0.0	5.59	2.1	e
8	ABL80 FLEX CO-OX / O	15	86.6	6.7	6.7	5.92	4.3	e

pO₂

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	GEM	5	100.0	0.0	0.0	14.80	3.7	e
2	ABL80 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	14.50	1.5	e
3	Cobas b221	5	100.0	0.0	0.0	15.57	4.0	e
4	Cobas b123	14	92.9	0.0	7.1	14.35	4.6	e
5	iStat	44	95.5	4.5	0.0	14.95	7.4	e
6	EPOC	42	90.5	2.4	7.1	13.66	6.6	e
7	ABL700/800	78	97.4	0.0	2.6	14.88	3.2	e
8	ABL90 FLEX / PLUS	58	93.2	3.4	3.4	13.61	4.7	e
9	ABL80 FLEX CO-OX / O	15	93.3	0.0	6.7	14.43	3.3	e

pH




QUALAB Toleranz : 1 %

pH ()


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	GEM	5	100.0	0.0	0.0	7.40	0.2	e
2	ABL80 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	7.41	0.2	e
3	Cobas b123	22	100.0	0.0	0.0	7.41	0.2	e
4	iStat	45	100.0	0.0	0.0	7.43	0.1	e
5	EPOC	41	97.6	0.0	2.4	7.37	0.2	e
6	ABL700/800	81	100.0	0.0	0.0	7.39	0.1	e
7	ABL90 FLEX / PLUS	58	100.0	0.0	0.0	7.40	0.1	e
8	ABL80 FLEX CO-OX / O	15	100.0	0.0	0.0	7.38	0.1	e

Glucose BG



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b221	4	100.0	0.0	0.0	6.5	2.3	e
2	Cobas b123	11	100.0	0.0	0.0	5.5	2.3	e
3	iStat	10	100.0	0.0	0.0	5.3	1.3	e
4	EPOC	30	96.7	0.0	3.3	5.5	1.9	e
5	ABL700/800	70	100.0	0.0	0.0	5.7	2.6	e
6	ABL90 FLEX / PLUS	57	100.0	0.0	0.0	5.6	1.9	e

Hemoglobin BG




QUALAB Toleranz : 9 %

Hemoglobin BG (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	70	92.9	0.0	7.1	127.6	1.9	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	57	100.0	0.0	0.0	127.9	0.5	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	14	100.0	0.0	0.0	126.6	2.8	e

Potassium BG




QUALAB Toleranz : 6 %

Potassium BG (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b123	23	100.0	0.0	0.0	3.7	1.5	e
2	iStat	19	100.0	0.0	0.0	3.7	1.0	e
3	EPOC	36	97.2	0.0	2.8	3.7	1.5	e
4	ABL700/800	72	100.0	0.0	0.0	3.8	1.5	e
5	ABL90 FLEX / PLUS	58	100.0	0.0	0.0	3.7	0.5	e
6	ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	3.8	1.2	e

Sodium BG




Nr.	Method	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b123	23	100.0	0.0	0.0	138.8	1.4	e
2	iStat	19	100.0	0.0	0.0	143.7	0.5	e
3	EPOC	33	100.0	0.0	0.0	139.8	0.5	e
4	ABL700/800	70	100.0	0.0	0.0	140.1	1.1	e
5	ABL90 FLEX / PLUS	58	100.0	0.0	0.0	141.4	0.4	e
6	ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	141.0	1.1	e

Chlorid-BG



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b123	12	100.0	0.0	0.0	100.6	1.9	e
2	ABL700/800	62	98.4	1.6	0.0	98.0	1.6	e
3	ABL90 FLEX / PLUS	57	100.0	0.0	0.0	97.7	0.5	e

Calcium-BG




MQ tolerance : 12 %
(< 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcium-BG (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 GEM	4	100.0	0.0	0.0	0.45	2.2	e
2 ABL80 FLEX	4	100.0	0.0	0.0	0.48	12.0	e*
3 Cobas b123	8	87.5	0.0	12.5	0.40	5.5	e*
4 Cobas	12	91.7	0.0	8.3	0.45	15.0	e*
5 iStat	10	100.0	0.0	0.0	0.47	1.4	e
6 EPOC	32	93.7	0.0	6.3	0.48	3.3	e
7 ABL700/800	68	100.0	0.0	0.0	0.54	3.1	e
8 ABL90 FLEX / PLUS	58	100.0	0.0	0.0	0.52	0.9	e
9 ABL80 FLEX CO-OX / O	5	100.0	0.0	0.0	0.53	2.5	e


FHHb



MQ tolerance : 20 %


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL80 FLEX CO-OX / O	7	85.7	14.3	0.0	2.800	12.0	e*

Lactate-BG




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b123	9	100.0	0.0	0.0	2.00	3.0	e
2 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	1.96	2.7	e
3 IL	4	100.0	0.0	0.0	1.80	6.8	e*
4 EPOC	36	97.2	0.0	2.8	1.55	3.3	e
5 iStat	11	90.9	0.0	9.1	1.65	1.3	e
6 ABL700/800	74	100.0	0.0	0.0	1.73	3.6	e
7 ABL90 FLEX / PLUS	58	100.0	0.0	0.0	1.62	3.5	e

sO2 OR




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	iStat	12	100.0	0.0	0.0	98.667	0.5	e
2	ABL700/800	51	100.0	0.0	0.0	97.077	0.2	e
3	ABL90 FLEX / PLUS	50	100.0	0.0	0.0	97.002	0.1	e
4	ABL80 FLEX CO-OX / O	12	100.0	0.0	0.0	97.009	0.4	e

FO2Hb OR



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	51	100.0	0.0	0.0	92.128	0.1	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	51	100.0	0.0	0.0	92.147	0.1	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	14	100.0	0.0	0.0	92.131	0.1	e

FCOHb OR




MQ tolerance : 20 %

FCOHb OR (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ABL700/800	52	96.2	1.9	1.9	3.200	8.3	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	50	100.0	0.0	0.0	2.998	4.4	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	15	93.3	6.7	0.0	3.079	11.1	e*

FMetHb OR




MQ tolerance : 20 %

FMetHb OR (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	55	94.6	3.6	1.8	1.963	6.2	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	50	100.0	0.0	0.0	1.992	2.8	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	15	93.3	0.0	6.7	2.029	6.2	e

FHbF OR




MQ tolerance : 20 %

FHbF OR (%)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL90 FLEX / PLUS	10	100.0	0.0	0.0	80.200	3.1	e

Bilirubin OR



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	4	100.0	0.0	0.0	287.0	3.4	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	16	100.0	0.0	0.0	294.6	0.6	e

Troponin I




QUALAB Toleranz : 24 %

Troponin I (ng/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Vidas	15	100.0	0.0	0.0	10603.3	13.2	e*
2	Architect High Sensi	12	91.7	0.0	8.3	3905.1	3.2	e
3	AQT 90 FLEX	6	83.3	0.0	16.7	790.0	6.1	e
4	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	11722.5	2.7	e

Troponin T




QUALAB Toleranz : 24 %

Troponin T (ng/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas hs STAT	9	100.0	0.0	0.0	2711.00	6.1	e

Myoglobin




QUALAB Toleranz : 30 %

Myoglobin (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	157.1	3.9	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	214.8	6.9	e

CK-MB mass




MQ tolerance : 40 %

CK-MB mass (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Architect	5	100.0	0.0	0.0	44.4	6.0	e

NT-proBNP




QUALAB Toleranz : 27 %

NT-proBNP (ng/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	3805.0	10.0	e*
2	VIDAS	11	100.0	0.0	0.0	1825.3	12.1	e*
3	Other methods	5	80.0	0.0	20.0	2802.0	2.7	e
4	Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	1694.0	10.9	e
5	Architect	4	100.0	0.0	0.0	2111.9	8.0	e*

TSH




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	4.67	2.5	e
2	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	3.93	3.3	e
3	Architect	14	100.0	0.0	0.0	3.56	3.3	e
4	VIDAS	15	100.0	0.0	0.0	4.83	5.8	e
5	AFIAS	37	97.3	2.7	0.0	5.40	7.2	e

T3



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	14	92.9	7.1	0.0	1.6	12.4	e*

T4




MQ tolerance : 20 %

T4 (nmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	AFIAS	16	100.0	0.0	0.0	259	9.1	e


FT3



QUALAB Toleranz : 18 %


FT3 (pmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	8.8	4.3	e
2 Architect	12	100.0	0.0	0.0	6.9	5.4	e
3 VIDAS	8	87.5	12.5	0.0	7.2	11.3	e*

FT4

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	13	100.0	0.0	0.0	28.5	4.9	e
2 Architect	14	100.0	0.0	0.0	22.7	2.7	e
3 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	26.9	6.6	e
4 Other methods	4	100.0	0.0	0.0	25.6	5.2	e*

Testosterone




QUALAB Toleranz : 30 %

Testosterone (nmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	12	5.4	e

Estradiol



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	80.0	0.0	20.0	798	5.0	a
2 Architect	7	100.0	0.0	0.0	742	4.8	e

SHBG




MQ tolerance : 30 %

SHBG (nmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	36.1	3.4	e

Cortisol



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	7	71.4	28.6	0.0	469	11.1	e*
2	Architect	5	100.0	0.0	0.0	432	5.4	e*

Progesteron




MQ tolerance : 30 %

Progesteron (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	22.7	2.6	e

DHEAS




MQ tolerance : 30 %

DHEAS (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas	4	100.0	0.0	0.0	4.54	3.1	e

Luteinizing hormone




QUALAB Toleranz : 24 %

Luteinizing hormone (U/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	5	100.0	0.0	0.0	19.5	3.8	e
2	Architect	6	100.0	0.0	0.0	13.3	4.5	e

Follicle-stimulating hormone




QUALAB Toleranz : 24 %

Follicle-stimulating hormone (U/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	5	100.0	0.0	0.0	15.6	7.9	e*
2	Architect	7	100.0	0.0	0.0	15.8	3.8	e

Prolactine




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas/Roche	5	100.0	0.0	0.0	20.0	3.2	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	16.2	8.6	e*

HGH



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	6	100.0	0.0	0.0	10.55	4.3	e

IGF-1




MQ tolerance : 25 %

IGF-1 (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Liaison	4	100.0	0.0	0.0	126	11.6	e*

Troponin T CR




QUALAB Toleranz : 24 %

Troponin T CR (ng/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	1165	99.4	0.1	0.5	47.25	9.5	e
2	Cardiac Reader	13	100.0	0.0	0.0	46.69	10.7	e*

D-dimer CR




QUALAB Toleranz : 21 %

D-dimer CR (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	1154	90.7	6.6	2.7	0.84	11.4	e
2	Cardiac Reader	13	92.3	7.7	0.0	0.84	12.0	e*

CKMB- K8



MQ tolerance : 40 %

CKMB- K8 (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	14	100.0	0.0	0.0	7.5	13.3	e

NT-proBNP CR




QUALAB Toleranz : 27 %

NT-proBNP CR (ng/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	717	96.6	2.4	1.0	254	11.2	e
2	Cardiac Reader	5	100.0	0.0	0.0	249	4.7	e

PCO2 CCA



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	13	92.3	7.7	0.0	5.56	6.3	e*

PO2 CCA




QUALAB Toleranz : 15 %

PO2 CCA (kPa)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	13	92.3	0.0	7.7	12.43	2.1	e

pH CCA



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	12	100.0	0.0	0.0	7.41	0.2	e

Potassium CCA




QUALAB Toleranz : 6 %

Potassium CCA (mmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	4	100.0	0.0	0.0	4.9	1.1	e

Ferritin



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Beckman	11	100.0	0.0	0.0	163.49	2.8	e
2	all Participants	6	83.3	0.0	16.7	117.39	10.8	e*
3	Cobas E / Elecsys	11	100.0	0.0	0.0	171.62	10.2	e*
4	Architect	8	100.0	0.0	0.0	144.15	5.1	e
5	Mini Vidas	8	100.0	0.0	0.0	154.07	9.4	e*
6	AFIAS	42	83.4	7.1	9.5	107.50	14.6	a
7	Eurolyser	18	100.0	0.0	0.0	136.53	8.2	e

Vitamin B12




QUALAB Toleranz : 21 %
 (< 200.00: +/- 42.00 pmol/l)

Vitamin B12 (pmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 all Participants	4	100.0	0.0	0.0	192.00	11.0	e*
2 ADVIA Centaur XP/CP	5	100.0	0.0	0.0	197.00	10.8	e*
3 Cobas E / Elecsys	10	90.0	10.0	0.0	193.25	11.6	e*
4 Architect	12	100.0	0.0	0.0	157.40	7.1	e

Folate




QUALAB Toleranz : 24 %
 (< 10.00: +/- 2.40 nmol/l)

Folate (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	7.52	17.5	e*
2 Architect	10	100.0	0.0	0.0	7.54	8.2	e

Holotranscobalamine




MQ tolerance : 30 %

Holotranscobalamine (pmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Architect	13	100.0	0.0	0.0	61.2	12.5	e
2	all Participants	4	100.0	0.0	0.0	49.7	3.1	e

Bilirubin total Neo




QUALAB Toleranz : 18 %

Bilirubin total Neo (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	17	100.0	0.0	0.0	139	6.8	e

Bilirubin direct




QUALAB Toleranz : 18 %

Bilirubin direct (µmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 all Participants	19	100.0	0.0	0.0	73	6.1	e

Bilirubin neonatal



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 all Participants	8	100.0	0.0	0.0	181	4.5	e
2 ABL700/800	4	100.0	0.0	0.0	146	6.6	e*

PSA




QUALAB Toleranz : 25 %

PSA (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	11	100.0	0.0	0.0	7.37	6.2	e
2	VIDAS	4	100.0	0.0	0.0	7.11	11.3	e*
3	Architect	11	100.0	0.0	0.0	6.63	6.4	e
4	Qualigen	5	100.0	0.0	0.0	8.80	10.6	e*
5	AFIAS	32	96.9	0.0	3.1	6.98	4.4	a

free PSA




QUALAB Toleranz : 25 %

free PSA (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	2.46	5.3	e
2	Architect	9	100.0	0.0	0.0	2.79	5.5	e

CEA




QUALAB Toleranz : 25 %

CEA (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	20.1	4.1	e
2	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	28.1	2.8	e
3	Architect	8	100.0	0.0	0.0	33.2	3.6	e

CA 125




MQ tolerance : 25 %

CA 125 (kIU/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	99.2	4.7	e

CA 19-9




MQ tolerance : 25 %

CA 19-9 (kIU/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Architect	4	100.0	0.0	0.0	281.6	5.6	e

CA 15-3




MQ tolerance : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	26.9	7.7	e*
2	Architect	6	100.0	0.0	0.0	26.1	2.9	e

AFP




QUALAB Toleranz : 25 %

AFP (µg/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	16.2	11.9	e*
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	15.3	1.2	e

HCG qn



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	15.9	4.2	e
2 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	4.2	12.6	e*
3 Architect	8	100.0	0.0	0.0	14.4	8.4	e
4 AFIAS	8	75.0	25.0	0.0	10.0	16.9	e*

CK-MB




MQ tolerance : 30 %

CK-MB (U/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Fuji Dri-Chem	34	100.0	0.0	0.0	93.0	7.8	e
2	Cobas/Roche	4	100.0	0.0	0.0	54.0	4.7	e

BNP



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	5	100.0	0.0	0.0	2222.9	8.6	e*

Cholesterin PTS




QUALAB Toleranz : 10 %

Cholesterin PTS (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CardioChek	9	77.8	11.1	11.1	5.52	6.9	e*

Cholesterin HDL PTS




QUALAB Toleranz : 21 %

Cholesterin HDL PTS (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CardioChek	9	77.8	11.1	11.1	1.93	15.0	e*

Triglyceride PTS




QUALAB Toleranz : 20 %

Triglyceride PTS (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CardioChek	9	100.0	0.0	0.0	2.62	6.4	e

C-Peptid




MQ tolerance : 25 %

C-Peptid (nmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 all Participants	6	100.0	0.0	0.0	3.5	7.0	e

Procalcitonin



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	16.97	2.3	e
2 VIDAS	18	94.4	5.6	0.0	14.75	12.2	e
3 Other methods	8	75.0	0.0	25.0	16.74	22.5	e*
4 Liaison	5	100.0	0.0	0.0	25.41	5.4	e

EPO




MQ tolerance : 25 %

EPO (U/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Immulite	4	100.0	0.0	0.0	89.0	3.5	a

Parathyroid hormone




QUALAB Toleranz : 24 %

Parathyroid hormone (pmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas PTH STAT	5	100.0	0.0	0.0	20.8	3.1	e
2	Cobas	5	100.0	0.0	0.0	16.6	3.3	e
3	Architect	5	100.0	0.0	0.0	36.9	4.4	e


Osmolality



QUALAB Toleranz : 6 %

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cryoskopie	15	100.0	0.0	0.0	454	0.9	e

Potassium-K22




QUALAB Toleranz : 6 %

Potassium-K22 (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ISE	10	100.0	0.0	0.0	3.9	1.9	e

Sodium-K22



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ISE	10	100.0	0.0	0.0	141	1.2	e

Glucose-K22




QUALAB Toleranz : 10 %

Glucose-K22 (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	10	100.0	0.0	0.0	7.0	3.7	e


Urea-K22



QUALAB Toleranz : 15 %


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	10	100.0	0.0	0.0	4.9	3.9	e

Osmotic Gap



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Formel 1 (2Na+K+Glu+	10	100.0	0.0	0.0	162.5	7.1	e

Digoxin




QUALAB Toleranz : 24 %

Digoxin (nmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Other methods	12	100.0	0.0	0.0	2.22	10.3	e*

Phenytoin




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	4	100.0	0.0	0.0	54	18.4	a

Phenobarbital



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 all Participants	4	100.0	0.0	0.0	141	9.1	e*

Paracetamol




MQ tolerance : 25 %

Paracetamol (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	4	100.0	0.0	0.0	510.4	10.1	e*

Valproat




MQ tolerance : 24 %

Valproat (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	7	100.0	0.0	0.0	490.0	6.2	e

Cystatin C




MQ tolerance : 24 %

Cystatin C (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	9	100.0	0.0	0.0	0.7	6.2	e

Ethanol




QUALAB Toleranz : 18 %

Ethanol (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 all Participants	21	95.2	0.0	4.8	30.8	6.3	e

Ammonia




MQ tolerance : 25 %

Ammonia (µmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 all Participants	4	100.0	0.0	0.0	156.5	16.5	a

Calprotectin




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Bühlmann fCALturbo	5	60.0	40.0	0.0	56	36.7	a
2	Ridas Screen DS2	4	100.0	0.0	0.0	45	24.9	a
3	Liaison	19	89.4	5.3	5.3	41	32.0	a
4	Bühlmann	16	93.7	0.0	6.3	56	25.5	a

Cholesterol total Af/b101




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b101	122	97.5	0.0	2.5	4.63	2.0	e
2 Afinion	426	100.0	0.0	0.0	4.87	3.2	e

Cholesterol HDL Af/b101



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b101	122	94.3	0.0	5.7	0.88	5.9	e
2 Afinion	425	94.1	0.0	5.9	0.93	4.6	e

Tryglycerides Af/b101




QUALAB Toleranz : 20 %

Tryglycerides Af/b101 (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b101	120	97.5	0.0	2.5	1.73	2.9	e
2 Afinion	424	100.0	0.0	0.0	1.77	4.5	e

Troponin I S




QUALAB Toleranz : 24 %

Troponin I S (ng/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	17	76.4	11.8	11.8	4372.87	16.0	e*
2	AFIAS	116	91.4	3.4	5.2	6970.41	10.9	e

D-dimer qn S




QUALAB Toleranz : 21 %

D-dimer qn S (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	22	86.4	9.1	4.5	1.37	12.8	e*
2	AFIAS	119	92.4	0.0	7.6	1.68	5.2	e

NT-proBNP S




QUALAB Toleranz : 27 %

NT-proBNP S (ng/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	16	81.2	0.0	18.8	1384.9	10.1	e
2	AFIAS	92	83.7	5.4	10.9	7909.5	13.6	e

Homocystein




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	4	100.0	0.0	0.0	11.7	1.7	e

Lipase




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Architect	5	100.0	0.0	0.0	97.0	7.2	e*
2	Beckman	12	100.0	0.0	0.0	104.9	3.3	e
3	Cobas	11	81.8	9.1	9.1	98.1	10.7	e*
4	Fuji Dri-Chem	128	98.4	0.0	1.6	98.9	4.5	e

Cholinesterase




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 all Participants	4	100.0	0.0	0.0	6.4	2.1	e

Glucose CSF




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas	4	100.0	0.0	0.0	2.13	3.7	e
2	Other methods	8	100.0	0.0	0.0	2.10	3.4	e

Lactate CSF




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	3.37	8.8	e*
2 Other methods	7	100.0	0.0	0.0	3.43	2.7	e

Protein CSF



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	0.81	4.7	e
2 Other methods	6	83.3	16.7	0.0	0.82	12.0	e*

Albumine CSF




MQ tolerance : 20 %

Albumine CSF (mg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas	4	100.0	0.0	0.0	344.50	3.5	e

CDT




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	6	83.3	16.7	0.0	1.1	30.5	a

Tacrolimus



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 all Participants	5	100.0	0.0	0.0	12.8	6.1	e

Totalprotein E




MQ tolerance : 12 %

Totalprotein E (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	5	100.0	0.0	0.0	45.0	3.3	e*

Albumin E




MQ tolerance : 12 %

Albumin E (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Elektrophorese	10	100.0	0.0	0.0	59.4	2.4	e

alpha-1-Globuline




MQ tolerance : 30 %

alpha-1-Globuline (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Kapillar-Elektrophor	7	100.0	0.0	0.0	8.6	1.7	e

alpha-2-Globuline




MQ tolerance : 30 %

alpha-2-Globuline (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Elektrophorese	10	100.0	0.0	0.0	11.7	7.3	e

beta-Globuline




MQ tolerance : 30 %

beta-Globuline (%)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Elektrophorese	9	100.0	0.0	0.0	11.5	12.9	e*

gamma-Globuline



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Elektrophorese	9	100.0	0.0	0.0	8.9	5.6	e

Immunfixation




MQ tolerance : 1 %

Immunfixation (Code)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Interpretation	11	100.0	0.0	0.0	4	0.0	e

Folate in Erythrocytes




MQ tolerance : 25 %

Folate in Erythrocytes (nmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Architect	7	71.4	14.3	14.3	1296	21.6	e*
2	Cobas	6	100.0	0.0	0.0	2245	11.6	e*

Gallensäure




MQ tolerance : 30 %

Gallensäure (µmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 all Participants	10	100.0	0.0	0.0	37.9	12.4	e*


BNP



QUALAB Toleranz : 27 % BNP (ng/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	28	89.3	7.1	3.6	438.5	12.6	e

Troponin Triage




QUALAB Toleranz : 24 %

Troponin Triage (ng/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Triage SOB/Cardiac	15	73.4	13.3	13.3	1593.08	19.3	e*
2	Triage Next Gen	27	66.7	0.0	33.3	10.00	0.0	a

NT-pro BNP



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	12	91.7	8.3	0.0	1450	20.7	e*

D-dimer Triage




QUALAB Toleranz : 21 %

D-dimer Triage (ng/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	42	95.2	2.4	2.4	946.93	10.5	e

CK-MB Triage




MQ tolerance : 40 %

CK-MB Triage (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	14	92.9	7.1	0.0	19.0	23.0	e*

Myoglobin Triage




QUALAB Toleranz : 30 %

Myoglobin Triage (µg/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	12	100.0	0.0	0.0	195.3	16.0	e*

25-OH Vitamin D




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	46.6	9.4	e*
2 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	46.5	8.4	e
3 Other methods	5	100.0	0.0	0.0	45.1	8.3	e*
4 Architect	12	100.0	0.0	0.0	40.5	5.2	e

AMH




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	6	83.3	16.7	0.0	10.0	12.9	e*

Calcitonin



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	4	100.0	0.0	0.0	27.0	4.6	e
2	Liaison	4	100.0	0.0	0.0	5.6	5.4	e

Anti Thyreoglobulin




MQ tolerance : 25 %

Anti Thyreoglobulin (IE/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Liaison	4	100.0	0.0	0.0	258	11.7	a
2 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	619	28.0	a

Anti TPO




QUALAB Toleranz : 25 %

Anti TPO (IE/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	50.0	25.0	25.0	182	30.4	e*
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	247	7.8	e*

TRAK




MQ tolerance : 25 %

TRAK (IE/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 all Participants	10	100.0	0.0	0.0	5.34	18.1	a

Creatinine WB




QUALAB Toleranz : 18 %

Creatinine WB (µmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Statsensor i / Nova	32	84.4	12.5	3.1	100	11.3	e

Amylase-Urine




MQ tolerance : 25 %

Amylase-Urine (U/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	4	100.0	0.0	0.0	171	8.9	e*

Pancreatic Amylase-Urine




QUALAB Toleranz : 18 %
(< 25.0: +/- 5.0 U/l)

Pancreatic Amylase-Urine (U/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	4	100.0	0.0	0.0	7.3	15.3	e*

Calcium-Urine



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	17	100.0	0.0	0.0	2.69	3.5	e

Chloride-Urine




MQ tolerance : 12 %

Chloride-Urine (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	7	100.0	0.0	0.0	200	1.1	e
2	Cobas	6	100.0	0.0	0.0	199	3.2	e

Glucose-Urine



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	19	100.0	0.0	0.0	15.7	3.9	e

Magnesium-Urine




MQ tolerance : 12 %

Magnesium-Urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	8	100.0	0.0	0.0	3.82	3.7	e

Osmolality-Urine




MQ tolerance : 10 %

Osmolality-Urine (mosm/kg)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cryoskopie	10	100.0	0.0	0.0	823	0.8	e

Phosphate-Urine




MQ tolerance : 15 %

Phosphate-Urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	15	100.0	0.0	0.0	16.8	2.6	e

Potassium-Urine




MQ tolerance : 15 %

Potassium-Urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	all Participants	23	100.0	0.0	0.0	71	2.9	e

total Protein-Urine




MQ tolerance : 20 %

total Protein-Urine (mg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas/Roche	12	91.7	0.0	8.3	507.0	2.5	e
2	Standard chemistry	11	100.0	0.0	0.0	616.3	2.2	e

Sodium-Urine



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 all Participants	23	100.0	0.0	0.0	178	1.4	e

Urea-Urine




MQ tolerance : 15 %

Urea-Urine (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	18	100.0	0.0	0.0	260	3.4	e

Uric Acid-Urine



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Standard chemistry	14	100.0	0.0	0.0	1.07	5.1	e

Specific Gravity-Urine



MQ tolerance : 5 %

Specific Gravity-Urine ()


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Refractometer	7	100.0	0.0	0.0	1.023	0.4	e

Creatinine U



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	AFIAS	10	80.0	20.0	0.0	92.2	16.8	e*
2	Afinion	411	95.6	2.2	2.2	65.8	10.3	e
3	Sysmex U	14	71.4	0.0	28.6	80.0	0.0	a
4	Other methods	4	100.0	0.0	0.0	70.5	2.0	e
5	NycoCard	6	83.3	16.7	0.0	64.0	14.8	e*
6	Turbidimetry	22	100.0	0.0	0.0	68.3	4.5	e
7	DCA2000/Vantage	137	97.1	0.7	2.2	67.8	6.7	e
8	Siemens Clinitek	10	70.0	0.0	30.0	80.0	0.0	a

Creatinin Urin



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	DCA2000/Vantage	137	96.4	0.0	3.6	5.3	5.2	e
2	Afinion	411	98.5	0.0	1.5	4.7	5.1	e
3	Standard chemistry	38	100.0	0.0	0.0	5.0	5.7	e
4	Sysmex U	14	50.0	0.0	50.0	4.4	0.0	a
5	Siemens Clinitek	10	70.0	0.0	30.0	8.8	0.2	a