

Bericht U03 Urin Drogen**Amphetamine**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	3	3	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	2	2	100.00
Syntron Quik	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	10	9	90.00
Andere quantitativ	negativ	15	15	100.00
Andere Schnelltests	negativ	53	53	100.00
Total		94	93	99.00

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Intex	negativ	1	1	100.00
Syva Rapid Test	negativ	3	3	100.00
Triage TOX	negativ	10	9	90.00
Andere Schnelltests	negativ	26	26	100.00
Total		40	39	98.00

Ecstasy pos/neg

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	14	13	93.00

Barbiturate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	2	2	100.00
Cobas	negativ	3	3	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	9	9	100.00
Andere Schnelltests	negativ	22	22	100.00
Total		52	52	100.00

Benzodiazepine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	positiv	3	3	100.00
Cobas	positiv	4	4	100.00
Triage 8	positiv	6	6	100.00
Intex	positiv	6	6	100.00
Syntron Quik	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	positiv	10	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	16	16	100.00
Andere Schnelltests	positiv	62	61	98.00
Total		108	107	99.00

Cannabinoide

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Syva Rapid Test	negativ	3	3	100.00
Intex	negativ	8	8	100.00
Syntron Quik	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	16	100.00
Andere Schnelltests	negativ	70	70	100.00
Total		121	121	100.00

Cocain

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Syva Rapid Test	negativ	3	3	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Syntron Quik	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	17	17	100.00
Andere Schnelltests	negativ	66	66	100.00
Total		113	113	100.00

Methadon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Intex	negativ	5	5	100.00
Syntron Quik	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	16	100.00
Andere Schnelltests	negativ	52	51	98.00
Total		97	96	99.00

EDDP

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	3	3	100.00

Opiate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	positiv	3	3	100.00
Cobas	positiv	4	4	100.00
Triage 8	positiv	6	6	100.00
Syva Rapid Test	positiv	3	3	100.00
Intex	positiv	4	4	100.00
Syntron Quik	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	positiv	10	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	17	17	100.00
Andere Schnelltests	positiv	64	62	97.00
Total		112	110	98.00

Paracetamol

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	10	10	100.00

Buprenorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	3	3	100.00

6-Acetylmorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	3	3	100.00

Phencyclidin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere Schnelltests	negativ	5	5	100.00
Total		15	15	100.00

TCA

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Triage TOX	negativ	11	11	100.00
Alle Methoden	negativ	15	15	100.00
Total		32	32	100.00

LSD

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere quantitativ	positiv	2	2	100.00

Kommentar U3

Einem Liter Urin wurden 1000 µg Nordazepam, 1800 µg Morphine-HCl, und 5 µg LSD zugesetzt. Entsprechend sollten Benzodiazepine, Opiate, und LSD positiv, alle anderen Analysen negativ sein.