

Rapport U03 Urine drogues d'abus**Amphétamines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	3	3	100.00
Cobas	positif	3	3	100.00
Syva Rapid Test	positif	1	1	100.00
Intex	positif	2	2	100.00
Autres quantitatifs	positif	15	13	87.00
Autres tests rapides	positif	54	46	85.00
Totale		78	68	87.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Intex	positif	1	1	100.00
Syva Rapid Test	positif	3	2	67.00
Autres tests rapides	positif	27	25	93.00
Totale		31	28	90.00

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	13	12	92.00

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	2	2	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Autres quantitatifs	négatif	8	8	100.00
Autres tests rapides	négatif	23	22	96.00
Totale		36	35	97.00

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Intex	négatif	5	5	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	61	60	98.00
Totale		89	88	99.00

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	3	100.00
Intex	négatif	8	8	100.00
Autres quantitatifs	négatif	17	17	100.00
Autres tests rapides	négatif	69	68	99.00
Totale		104	103	99.00

Cocaïne

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	3	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	67	66	99.00
Totale		96	95	99.00

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	3	3	100.00
Cobas	positif	4	4	100.00
Intex	positif	5	5	100.00
Rapitest Morwell	positif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	positif	14	13	93.00
Autres tests rapides	positif	50	50	100.00
Totale		77	76	99.00

EDDP

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	3	3	100.00

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	3	100.00
Intex	négatif	4	4	100.00
Rapitest Morwell	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	63	62	98.00
Totale		94	93	99.00

Buprenorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	3	100.00

6-Acetylmorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	3	100.00

Phencyclidin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	5	5	100.00

TCA

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	14	14	100.00

LSD

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	2	2	100.00

Commentaire U3

On a ajouté à un litre d'urine 650 µg de méthadone, 900 µg de EDDP, 1600 µg de d,l-amphétamine et 1600 µg de d,l-méthamphétamine. On devrait par conséquent obtenir un résultat positif pour la méthadone, les amphétamines et les méthamphétamines, et un résultat négatif pour toutes les autres analyses. Pour l'amphétamine et la méthamphétamine, certains tests rapides se sont révélés "négatifs" parce qu'une limite de décision plus élevée que d'habitude est utilisée en Suisse.