

Verein für
Association pour le
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle
contrôle de qualité médical
controllo di qualità medico

Commentaire de l'essai interlaboratoire

2019 - 4

Échantillons de l'essai interlaboratoire

L'homogénéité et la stabilité ont été vérifiées pour tous les échantillons avant respectivement pendant l'envoi et aucune anomalie n'a été constatée. Les tests de conformité ont été réalisés par les laboratoires de l'Hôpital Universitaire de Zürich (<http://www.uzl.usz.ch/>).

Ont été produits spécifiquement pour MQ en sous-traitance les échantillons d'essai interlaboratoire suivants:

B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Hématologie parasitaire, K14 Marqueur tumoral

Détermination des valeurs-cible

Pour chaque valeur-cible est indiqué le mode de détermination utilisé selon les termes de la norme ISO17043:2010, B2.1 (Colonne "Type"):

- a Valeur connue, sur la base de la production.
- b Valeur de référence certifiée lors de l'utilisation d'échantillons spécifiques
- c Valeur de référence déterminée par analyse
- d „Consensus value“ des laboratoires d'experts
- e „Consensus value“ des participants

Pour les groupes de méthode incluant plus de 9 participants, les valeurs cibles sont déterminées comme étant la „Consensus value“ ("e") des participants. Pour la détermination de ces valeurs cibles est utilisée la moyenne réalisée par le groupe de méthodes. Les résultats qui présentent un écart par rapport à la valeur cible supérieur à 1.5 fois la tolérance Qualab, sont considérés comme résultats aberrants et exclus du calcul de la valeur de référence. Les résultats des essais d'aptitude sont utilisés comme valeur de base pour éliminer les taux aberrants. Afin de mettre à disposition de tous les participants des valeurs-cible les plus pertinentes possibles, d'autres procédures peuvent également être utilisées pour des groupes de méthode plus restreints.

Incertitude dans la détermination des valeurs-cible

L'incertitude-type (u_x) est calculée à l'aide de la formule suivante (ISO13528):

$$u_x = (\text{Valeur-cible}/100) * (1.25/\text{Racine carrée du "nombre des participants"}) * \text{CV en \%}$$

- u_x est exprimée dans la même unité que la valeur-cible
- u_x peut être comparée avec l'écart-type du collectif des participants ($\text{Ecart-type} = \text{Valeur-cible} * \text{CV en \%} / 100$)
- Pour un nombre de participants >18 , l'incertitude-type (u_x) est significativement plus petite que la dispersion du collectif des participants et peut donc être négligée.


Tolérances QUALAB et MQ

Pour les analyses obligatoires sont utilisées les tolérances fixées par Qualab (www.qualab.ch, contrôle de qualité externe). Pour les analyses non-obligatoires, les tolérances sont fixées par le directeur de MQ pilotant l'essai interlaboratoire.

Si l'incertitude déterminée de la valeur de référence u_x est supérieure à 15% de la tolérance QUALAB ou de MQ, la lettre qui caractérise le type de détermination de la valeur-cible est en outre marquée d'une étoile (par exemple "e*"). Nous rendons ainsi les participants attentifs au fait que l'incertitude de la valeur de référence peut avoir une influence sur l'évaluation.

Représentation graphique

La représentation graphique des résultats est la suivante:




Comparaison des appareils

Les données de ce rapport vous permettent de comparer les performances respectives des divers appareils. Toutefois, vous devez tenir compte des points suivants:

- Le contrôle Chimie K1 est un sérum de contrôle commercialisé prêt à l'emploi. Même si l'échantillon est d'origine humaine, des effets matriciels sont possibles. Ceux-ci dépendent de l'appareil et peuvent générer des valeurs cible différentes.
- Seul un échantillon a été mesuré. La dispersion des résultats étant dépendante de la nature de l'échantillon (effets matriciels) et du niveau du résultat, les coefficients de variation déterminés (CV en %) ne sont pas toujours valables.
- Une grande partie des taux aberrants est due à des erreurs administratives (erreur d'unité, confusion des résultats) ou à des erreurs de manipulation (erreur d'échantillon, dissolution incorrecte, mélange insuffisant) et n'a rien à voir avec le type d'appareil.


Zürich, 10.12.2019



Dr. R. Fried
Directeur de l'essai interlaboratoire

Il n'est pas autorisé de publier une partie ou l'intégralité de ce rapport sans notre accord écrit préalable. L'original est conservé dans les archives sous www.mqzh.ch.

Quick OA




QUALAB Toleranz : 15 %

Quick OA ()


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Neoplastin Plus	6	100.0	0.0	0.0	2.24	6.5	e*
2	Innovin	14	100.0	0.0	0.0	1.79	4.7	e
3	Recombiplastin 2G	13	100.0	0.0	0.0	1.74	4.3	e
4	Eurolyser	4	50.0	50.0	0.0	1.77	18.1	e*
5	Autres méthodes	7	85.7	0.0	14.3	1.71	6.4	e*
6	Neoplastin R	10	100.0	0.0	0.0	1.74	2.4	e

Fibrinogène OA




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Autres méthodes	6	83.3	0.0	16.7	1.02	6.3	e*
2	Siemens Thrombin	4	100.0	0.0	0.0	0.91	8.3	e*
3	Stago/STA	12	100.0	0.0	0.0	1.09	4.2	e
4	Fibrinogen Q.F.A.	5	100.0	0.0	0.0	1.00	3.4	e

aPTT OA



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	44.0	11.9	e*
2 Actin FS	8	100.0	0.0	0.0	38.8	5.4	e
3 Pathromtin SL	4	100.0	0.0	0.0	67.0	7.1	e*
4 Stago/STA	12	100.0	0.0	0.0	50.4	5.0	e
5 aPTT-SP	7	100.0	0.0	0.0	41.6	7.2	e

INR CoaguChek




QUALAB Toleranz : 15 %

INR CoaguChek ()

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	CoaguChek Pro II	490	98.6	1.0	0.4	2.4	6.1	e

Quick N




QUALAB Toleranz : 15 %

Quick N (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Neoplastin R	13	100.0	0.0	0.0	86	6.2	e
2 Neoplastin Plus	7	100.0	0.0	0.0	91	5.0	e*
3 Innovin	9	88.9	11.1	0.0	90	7.8	e*
4 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	100	2.7	e
5 Recombiplastin 2G	10	100.0	0.0	0.0	98	2.6	e

Faktor II




Tolérance MQ : 25 %

Faktor II (%)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	84.2	3.6	e

Fibrinogen N



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	2.66	5.1	e*
2 Stago/STA	16	93.7	0.0	6.3	3.00	4.7	e
3 Fibrinogen Q.F.A.	10	100.0	0.0	0.0	2.74	5.7	e*

Faktor V




Tolérance MQ : 25 %

Faktor V (%)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	81.8	4.0	e

aPTT N



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Actin FS	4	100.0	0.0	0.0	25.5	2.6	e
2 Autres méthodes	8	100.0	0.0	0.0	32.7	7.6	e
3 Stago/STA	14	100.0	0.0	0.0	32.7	6.1	e
4 aPTT-SP	13	100.0	0.0	0.0	27.0	6.1	e

Faktor VII




Tolérance MQ : 25 %

Faktor VII (%)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	86.1	6.1	e*

Quick H




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Neoplastin R	8	100.0	0.0	0.0	98	2.5	e
2	Innovin	6	83.3	16.7	0.0	84	11.6	e*
3	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	91	3.9	e
4	Recombiplastin 2G	6	100.0	0.0	0.0	96	5.1	e*

Fibrinogen H




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Siemens Thrombin	4	100.0	0.0	0.0	2.93	6.3	e*
2	Stago/STA	11	100.0	0.0	0.0	3.18	3.6	e
3	Fibrinogen Q.F.A.	8	100.0	0.0	0.0	2.87	4.4	e

aPTT H



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Actin FS	5	100.0	0.0	0.0	120.0	0.0	e
2	Stago/STA	7	100.0	0.0	0.0	120.0	1.1	e
3	aPTT-SP	6	100.0	0.0	0.0	120.0	0.0	e

D-Dimères NC




QUALAB Toleranz : 21 %

D-Dimères NC (mg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	NycoCard	8	75.0	12.5	12.5	0.85	19.3	e*

D-Dimères




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 STA Liatest	12	100.0	0.0	0.0	2.41	4.3	e
2 Siemens Innovance	6	100.0	0.0	0.0	3.80	7.6	e*
3 Eurolyser	10	80.0	10.0	10.0	6.22	12.1	e*
4 ACL	7	100.0	0.0	0.0	3.59	9.8	e*
5 AQT 90 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	1.56	8.2	e*
6 VIDAS	18	88.9	11.1	0.0	2.30	11.4	e*

CoaguChek APTT



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CoaguChek Pro II	8	87.5	0.0	12.5	44.2	9.9	e*

INR CCXS




QUALAB Toleranz : 15 %

INR CCXS ()


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CoaguChek XS	1887	95.2	2.1	2.7	1.6	7.2	e

INR HC




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Hemochron j.	11	90.9	0.0	9.1	4.9	8.0	e*

INR MI



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 MicroINR	122	86.9	0.8	12.3	2.1	6.3	e

INR Xprecia




QUALAB Toleranz : 15 %
(< 1.3: +/- 0.2)

INR Xprecia ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Xprecia	61	100.0	0.0	0.0	1.2	5.5	e

Anti-FXa (LMW-Heparin)




Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (LMW-Heparin) (E/ml)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	0.83	12.1	e*
2 Stago/STA	4	100.0	0.0	0.0	0.80	5.4	e*
3 ACL	5	100.0	0.0	0.0	0.93	10.8	e*

Anti-FXa (Rivaroxaban)



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	260.20	8.2	e*
2	Stago/STA	4	100.0	0.0	0.0	264.00	6.1	e*

Anti-FXa (Apixaban)




Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (Apixaban) (E/ml)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	85.75	13.6	e*

Anti-FIIa (Dabigatran)



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	10.00	0.0	e

Hémoglobine




QUALAB Toleranz : 9 %

Hémoglobine (g/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	24	95.8	4.2	0.0	104.1	3.3	e
2	Cyanmethémoglobine	31	96.8	0.0	3.2	102.6	3.0	e
3	Sysmex X	43	100.0	0.0	0.0	103.2	1.4	e
4	Advia 120	11	100.0	0.0	0.0	106.5	2.8	e
5	ABX Pentra	4	100.0	0.0	0.0	104.0	2.1	e
6	Reflotron	15	93.3	0.0	6.7	108.6	4.2	e*
7	Hemocue	389	95.4	1.8	2.8	103.0	2.4	e
8	Dr. Lange	10	90.0	0.0	10.0	102.3	2.2	e
9	Hemocontrol	11	100.0	0.0	0.0	104.7	1.4	e
10	DiaSpect	17	100.0	0.0	0.0	110.1	3.4	e
11	Sysmex	4	100.0	0.0	0.0	102.5	2.9	e*

Hémoglobine




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	271	97.4	1.1	1.5	103.9	2.0	e
2	Sysmex PochH - 100i	201	99.0	0.5	0.5	101.5	2.3	e
3	Sysmex XP 300	520	96.9	0.8	2.3	102.8	1.8	e
4	Mythic	292	94.5	1.7	3.8	101.4	3.2	e
5	Swelab	47	95.8	2.1	2.1	105.5	2.8	e
6	Abacus Junior	10	100.0	0.0	0.0	105.9	3.1	e
7	Medonic	10	100.0	0.0	0.0	103.2	1.1	e
8	Celltac Alpha (Nihon	85	96.4	1.2	2.4	103.5	2.5	e
9	Samsung HC10	40	97.5	0.0	2.5	102.9	2.6	e
10	Micros 60	186	97.3	1.1	1.6	102.1	2.9	e

Hématocrite



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	20	75.0	10.0	15.0	0.28	4.3	e
2	Centrifuge	6	100.0	0.0	0.0	0.30	3.9	e*
3	Sysmex X	42	100.0	0.0	0.0	0.30	2.0	e
4	Advia 120	11	100.0	0.0	0.0	0.28	3.4	e
5	ABX Pentra	4	100.0	0.0	0.0	0.27	4.8	e*
6	Sysmex	4	75.0	0.0	25.0	0.30	1.7	e

Hématocrite




QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite (l/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	270	97.8	1.1	1.1	0.27	2.4	e
2	Sysmex PochH - 100i	200	98.0	2.0	0.0	0.30	3.1	e
3	Sysmex XP 300	520	97.3	0.8	1.9	0.28	2.1	e
4	Mythic	292	93.5	3.4	3.1	0.29	4.1	e
5	Swelab	47	95.8	2.1	2.1	0.29	4.0	e
6	Abacus Junior	10	90.0	10.0	0.0	0.32	6.0	e*
7	Medonic	10	100.0	0.0	0.0	0.28	2.7	e
8	Celltac Alpha (Nihon	86	96.5	1.2	2.3	0.30	3.1	e
9	Samsung HC10	40	97.5	0.0	2.5	0.31	3.5	e
10	Micros 60	186	91.9	5.4	2.7	0.27	4.2	e

Erythrocytes




QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes (T/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	18	100.0	0.0	0.0	3.39	3.3	e
2	Sysmex X	43	100.0	0.0	0.0	3.39	1.5	e
3	Advia 120	11	100.0	0.0	0.0	3.42	1.7	e
4	ABX Pentra	4	100.0	0.0	0.0	3.37	3.2	e
5	Sysmex	4	75.0	0.0	25.0	3.45	1.6	e

Erythrocytes




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	271	98.2	0.0	1.8	3.39	2.2	e
2	Sysmex PochH - 100i	200	100.0	0.0	0.0	3.53	2.6	e
3	Sysmex XP 300	521	98.4	0.6	1.0	3.40	3.4	e
4	Mythic	293	98.3	1.0	0.7	3.36	5.3	e
5	Swelab	47	97.9	0.0	2.1	3.44	3.2	e
6	Abacus Junior	10	100.0	0.0	0.0	3.60	6.3	e
7	Medonic	10	100.0	0.0	0.0	3.42	1.5	e
8	Celltac Alpha (Nihon	85	97.6	0.0	2.4	3.44	2.3	e
9	Samsung HC10	39	100.0	0.0	0.0	3.39	4.1	e
10	Micros 60	186	96.8	0.5	2.7	3.28	4.5	e

Leucocytes



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	16	100.0	0.0	0.0	5.15	7.3	e
2	Microscopie	23	87.0	8.7	4.3	4.62	16.2	e*
3	Systemex X	43	100.0	0.0	0.0	5.22	5.2	e
4	Advia 120 (Perox)	11	100.0	0.0	0.0	4.99	10.8	e*
5	ABX Pentra	4	75.0	0.0	25.0	4.94	15.4	e*
6	Systemex	4	75.0	0.0	25.0	5.24	1.6	e

Leucocytes




QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	271	98.1	1.5	0.4	5.13	6.1	e
2	Sysmex PochH - 100i	200	99.5	0.0	0.5	5.12	4.8	e
3	Sysmex XP 300	522	98.8	1.0	0.2	5.20	5.6	e
4	Mythic	292	98.3	1.4	0.3	5.03	7.2	e
5	Swelab	47	97.9	0.0	2.1	5.34	5.4	e
6	Abacus Junior	10	100.0	0.0	0.0	5.61	7.9	e
7	Medonic	10	100.0	0.0	0.0	5.24	5.3	e
8	Celltac Alpha (Nihon	86	95.4	2.3	2.3	5.42	5.3	e
9	Samsung HC10	40	97.5	0.0	2.5	4.96	4.1	e
10	Micros 60	186	99.5	0.0	0.5	4.91	6.6	e

Thrombocytes




QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	15	93.3	6.7	0.0	174.0	12.1	e*
2	Microscopie	15	86.6	6.7	6.7	181.0	16.9	e*
3	Sysmex X	43	97.7	0.0	2.3	174.0	4.8	e
4	Advia 120	11	100.0	0.0	0.0	185.4	6.5	e
5	ABX Pentra	4	100.0	0.0	0.0	193.0	6.5	e*
6	Sysmex	4	75.0	0.0	25.0	178.0	2.3	e

Thrombocytes




QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes (G/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	271	98.9	0.7	0.4	183.8	6.0	e
2	Sysmex PochH - 100i	200	100.0	0.0	0.0	188.2	5.2	e
3	Sysmex XP 300	522	99.2	0.4	0.4	189.9	5.3	e
4	Mythic	293	94.5	4.1	1.4	162.5	11.9	e
5	Swelab	47	100.0	0.0	0.0	171.4	6.0	e
6	Abacus Junior	10	90.0	10.0	0.0	190.7	11.6	e*
7	Medonic	10	100.0	0.0	0.0	170.1	8.9	e
8	Celltac Alpha (Nihon	86	95.3	1.2	3.5	180.1	6.7	e
9	Samsung HC10	40	100.0	0.0	0.0	190.3	6.8	e
10	Micros 60	185	94.0	3.8	2.2	179.7	9.9	e

Hémoglobine H2



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Abx Micros	167	95.2	3.6	1.2	90.0	3.7	e
2	Microsemi	739	98.0	0.1	1.9	93.0	1.9	e

Hématocrite H2




QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite H2 (l/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Abx Micros	167	94.0	3.6	2.4	0.25	3.7	e
2 Microsemi	739	97.7	0.4	1.9	0.25	2.5	e

Leucocytes H2



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Abx Micros	167	97.0	1.2	1.8	4.56	7.4	e
2	Microsemi	739	99.2	0.3	0.5	4.75	5.5	e

Thrombocytes H2




QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes H2 (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Abx Micros	167	94.6	1.2	4.2	165.6	9.0	e
2	Microsemi	739	98.1	0.7	1.2	165.8	7.6	e

Erythrocytes H2




QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes H2 (T/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Abx Micros	167	97.0	0.6	2.4	3.01	5.0	e
2	Microsemi	739	97.8	0.7	1.5	2.97	3.9	e

CRP H2




QUALAB Toleranz : 21 %

CRP H2 (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Microsemi	726	99.1	0.8	0.1	88.3	7.4	e
2	Abx Micros	18	100.0	0.0	0.0	86.1	6.9	e
3	ABX Micros CRP200	144	94.4	2.8	2.8	80.8	10.1	e

Hémoglobine BG




QUALAB Toleranz : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 iStat	5	100.0	0.0	0.0	187.0	2.3	e

Hématocrite




QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite (l/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 iStat	7	100.0	0.0	0.0	0.55	2.9	e*
2 EPOC	6	100.0	0.0	0.0	0.52	3.8	e*

Hémoglobine



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	59	98.3	0.0	1.7	100.6	1.4	e
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	104.5	1.7	e
3 ABX Pentra	12	91.7	0.0	8.3	104.6	1.8	e

Hématocrite




QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite (l/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	60	96.6	1.7	1.7	0.38	3.5	e
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	0.36	4.6	a
3 ABX Pentra	12	91.7	8.3	0.0	0.35	4.1	e*

Erythrocytes




QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes (T/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	59	98.3	1.7	0.0	4.92	4.2	e
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	5.05	1.6	e
3 ABX Pentra	12	100.0	0.0	0.0	4.98	3.5	e

Leucocytes




QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	59	98.3	0.0	1.7	12.94	2.6	e
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	12.61	3.9	e
3 ABX Pentra	12	100.0	0.0	0.0	12.62	5.4	e

Thrombocytes




QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	59	98.3	1.7	0.0	248.6	7.6	e
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	221.1	11.6	e*
3 ABX Pentra	12	100.0	0.0	0.0	255.4	7.8	e

Neutrophiles




Tolérance MQ : 25 %

Neutrophiles (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	58	100.0	0.0	0.0	11.39	2.9	e
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	11.10	4.2	e
3 ABX Pentra	12	100.0	0.0	0.0	9.96	9.1	e

Lymphocytes




Tolérance MQ : 25 %

Lymphocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	59	100.0	0.0	0.0	0.73	8.8	a
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	0.66	14.9	a
3 ABX Pentra	12	100.0	0.0	0.0	1.21	22.6	a

Monocytes




Tolérance MQ : 25 %

Monocytes (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	59	100.0	0.0	0.0	0.26	18.8	a
2	Advia	11	90.9	0.0	9.1	0.34	41.2	a
3	ABX Pentra	12	83.3	0.0	16.7	0.83	33.1	a

Eosinophiles




Tolérance MQ : 50 %

Eosinophiles (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	59	98.3	1.7	0.0	0.27	12.4	e
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	0.28	22.5	e*
3 ABX Pentra	12	100.0	0.0	0.0	0.26	18.2	e

Basophiles




Tolérance MQ : 80 %
 (< 0.10: +/- 0.08 G/l)

Basophiles (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	59	100.0	0.0	0.0	0.18	27.7	e
2 Advia	10	100.0	0.0	0.0	0.12	31.5	a
3 ABX Pentra	11	90.9	9.1	0.0	0.04	107.3	e*

Réticulocytes




Tolérance MQ : 25 %

Réticulocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	34	97.1	2.9	0.0	140.7	9.5	e
2 Advia	8	100.0	0.0	0.0	151.0	18.7	a

Index hémolytique échantillon A




Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon A ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	14	100.0	0.0	0.0	187.79	3.8	e

Index hémolytique échantillon B




Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon B ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	14	100.0	0.0	0.0	47.43	4.3	e

Vitesse de sédimentation 1h




Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 1h (mm/h)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 MINI-CUBE	7	57.1	14.3	28.6	80	22.9	a
2 Sarstedt Sedivette	13	92.3	7.7	0.0	69	12.8	e
3 BD Seditainer	24	91.7	0.0	8.3	71	7.2	e

Vitesse de sédimentation 2h




Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 2h (mm/2h)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	BD Seditainer	4	100.0	0.0	0.0	140	8.2	e*

CRP




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b101	208	100.0	0.0	0.0	35.5	4.9	e
2	IChroma	4	100.0	0.0	0.0	46.8	11.7	e*
3	Cobas	20	100.0	0.0	0.0	41.6	9.5	e
4	Turbidimetrie	19	89.4	5.3	5.3	42.6	10.4	e
5	Afinion	1321	99.5	0.3	0.2	38.1	5.0	e
6	NycoCard SingleTest-	155	78.8	7.7	13.5	40.0	11.7	e
7	Quick Read go	115	98.3	0.0	1.7	40.6	8.1	e
8	Eurolyser	106	84.9	1.9	13.2	52.4	9.1	e
9	Fuji Dri-Chem	15	80.0	6.7	13.3	48.4	13.1	e*
10	Autolyser/DiaSys	10	80.0	10.0	10.0	36.3	11.4	e*
11	Piccolo	5	100.0	0.0	0.0	46.9	4.2	e
12	Celltac chemi	45	100.0	0.0	0.0	41.4	4.1	e

CRP




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	QuickRead (sang comp	53	96.2	0.0	3.8	67.2	5.2	e

CRP



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Spinit	7	85.7	0.0	14.3	36.3	11.4	e*
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	43.0	2.7	e
3 Beckman	8	100.0	0.0	0.0	41.3	6.5	e
4 AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	47.0	7.1	e*
5 Spotchem D-Concept	7	100.0	0.0	0.0	40.3	3.9	e
6 Spotchem SI-3510	4	100.0	0.0	0.0	36.6	9.1	e*
7 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	43.5	2.4	e

IgG




QUALAB Toleranz : 25 %

IgG (g/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Turbidimetrie	14	100.0	0.0	0.0	14.4	3.4	e
2	Nephelometrie	5	100.0	0.0	0.0	13.8	3.7	e
3	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	14.2	2.8	e

IgA



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Turbidimetrie	14	100.0	0.0	0.0	2.6	4.6	e
2	Nephelometrie	5	100.0	0.0	0.0	2.8	1.1	e

IgM




QUALAB Toleranz : 25 %

IgM (g/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Turbidimetrie	15	100.0	0.0	0.0	1.3	6.6	e
2 Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	1.4	1.9	e

IgE




QUALAB Toleranz : 20 %

IgE (kU/L)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	115	6.0	e*
2 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	129	8.2	e*

Alpha-1-Antitrypsine



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	1.39	7.6	e

Anti-Streptolysine-Anticorps




Tolérance MQ : 25 %

Anti-Streptolysine-Anticorps (kIU/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	179	5.7	e

Complément C3




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	14	100.0	0.0	0.0	1.86	2.6	e

Complément C4




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	0.37	8.3	e

Haptoglobine




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	16	100.0	0.0	0.0	1.60	2.8	e

Transferrine



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	24	100.0	0.0	0.0	2.70	3.3	e

Beta-2-Mikroglobulin




Tolérance MQ : 25 %

Beta-2-Mikroglobulin (mg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	2.20	3.5	e

Facteur rhumatoïde




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	34.4	2.5	e

Ceruloplasmin




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	310.00	4.8	e

Präalbumin



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	15	100.0	0.0	0.0	255.3	6.1	e

Récepteur soluble de la transferrine




Tolérance MQ : 25 %

Récepteur soluble de la transferrine (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	4.2	3.7	e

Kappa-Leichtkette




Tolérance MQ : 30 %

Kappa-Leichtkette (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	16	6.3	e

Lambda-Leichtkette




Tolérance MQ : 30 %

Lambda-Leichtkette (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	15	5.4	e

CRP HS




QUALAB Toleranz : 21 %
 (< 10.00: +/- 2.00 mg/l)

CRP HS (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Turbidimetrie	5	100.0	0.0	0.0	5.70	6.7	e*

Lipoprotein (a)




Tolérance MQ : 25 %

Lipoprotein (a) (nmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Andere	4	100.0	0.0	0.0	68	9.5	e*

CRP



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	123	93.5	2.4	4.1	101.2	7.8	e

Albumine




QUALAB Toleranz : 12 %

Albumine (g/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	9	100.0	0.0	0.0	38	1.8	e
2	Cobas	20	95.0	5.0	0.0	40	5.4	e
3	Fuji Dri-Chem	227	99.1	0.9	0.0	48	4.2	e
4	Spotchem/Ready	29	96.6	3.4	0.0	40	4.9	e
5	Spotchem D-Concept	153	92.8	5.2	2.0	48	6.5	e
6	Piccolo	51	94.1	2.0	3.9	38	3.9	e
7	Beckmann	13	100.0	0.0	0.0	38	3.5	e
8	Skyla	4	100.0	0.0	0.0	34	1.5	e
9	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	34	4.2	e*
10	Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	41	7.1	e*
11	Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	37	3.8	e
12	Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	40	4.4	e*

Phosphatase alcaline




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	7	100.0	0.0	0.0	201	5.2	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	163	4.2	e
3 Reflotron	505	96.0	2.0	2.0	320	7.7	e
4 Fuji Dri-Chem	805	98.9	0.6	0.5	184	6.0	e
5 Spotchem/Ready	57	86.0	10.5	3.5	225	10.7	e
6 Spotchem D-Concept	291	97.2	1.4	1.4	189	6.3	e
7 Hitachi S40/M40	14	100.0	0.0	0.0	146	4.8	e
8 Beckman	16	93.7	6.3	0.0	225	9.3	e*
9 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	177	2.8	e
10 Piccolo	46	97.8	0.0	2.2	224	3.2	e
11 Abx Mira	7	85.7	14.3	0.0	200	12.8	e*
12 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	170	6.8	e

Amylase



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	11	100.0	0.0	0.0	244	6.7	e
2 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	217	2.2	e
3 Reflotron	130	98.4	0.8	0.8	214	7.6	e
4 Fuji Dri-Chem	592	99.1	0.2	0.7	193	4.1	e
5 Spotchem/Ready	40	85.0	7.5	7.5	101	9.6	e
6 Spotchem D-Concept	224	98.7	0.9	0.4	156	6.2	e
7 Architect	4	100.0	0.0	0.0	274	3.9	e
8 Piccolo	43	97.7	0.0	2.3	199	3.8	e
9 Hitachi S40/M40	7	100.0	0.0	0.0	256	4.9	e
10 Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	207	2.8	e

Amylase pancréatique




QUALAB Toleranz : 18 %

Amylase pancréatique (U/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	18	100.0	0.0	0.0	186	3.5	e
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	190	6.1	e
3 Reflotron	340	97.0	2.1	0.9	187	7.1	e
4 Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	183	5.2	e

Bilirubine totale



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	41.4	10.3	e*
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	37.6	5.3	e
3	Reflotron	373	94.9	3.2	1.9	45.4	7.3	e
4	Fuji Dri-Chem	638	99.0	0.5	0.5	41.7	5.4	e
5	Spotchem/Ready	52	84.6	15.4	0.0	47.0	11.2	e
6	Spotchem D-Concept	230	99.2	0.4	0.4	37.6	6.1	e
7	Beckman	12	100.0	0.0	0.0	48.4	6.0	e
8	Piccolo	50	100.0	0.0	0.0	35.1	5.7	e
9	Abx Mira	8	75.0	12.5	12.5	35.6	9.9	e*
10	Hitachi S40/M40	11	100.0	0.0	0.0	41.7	5.8	e
11	Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	39.3	6.3	e

Bilirubine directe




Tolérance MQ : 18 %

Bilirubine directe (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Fuji Dri-Chem	25	96.0	0.0	4.0	21.5	7.7	e

Calcium




QUALAB Toleranz : 12 %
(< 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcium (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	30	100.0	0.0	0.0	2.17	2.8	e
2	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	2.16	2.1	e
3	Fuji Dri-Chem	368	97.5	1.4	1.1	2.14	4.0	e
4	Spotchem/Ready	19	100.0	0.0	0.0	1.82	6.2	e
5	Spotchem D-Concept	97	82.5	6.2	11.3	1.90	6.5	e
6	Piccolo	49	100.0	0.0	0.0	2.15	2.7	e
7	Hitachi S40/M40	10	90.0	10.0	0.0	2.18	6.8	e*
8	Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	2.19	3.4	e

Calcium ISE




Tolérance MQ : 12 %

Calcium ISE (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	0.81	2.7	e

Chlorures




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	30	100.0	0.0	0.0	96	2.7	e
2 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	93	2.2	e
3 Fuji Dri-Chem	744	97.0	1.9	1.1	108	2.1	e
4 Spotchem D-Concept	261	95.8	1.9	2.3	113	2.2	e
5 Spotchem EL-SE 1520	69	97.1	0.0	2.9	117	2.8	e
6 Piccolo	23	95.7	4.3	0.0	96	2.7	e
7 iStat Chem8	4	100.0	0.0	0.0	104	1.2	e

Cholestérol



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	29	96.6	0.0	3.4	4.27	3.2	e
2	Cobas	20	100.0	0.0	0.0	4.04	2.1	e
3	Reflotron	451	98.3	1.3	0.4	3.86	3.6	e
4	Fuji Dri-Chem	794	95.7	2.3	2.0	4.01	4.4	e
5	Spotchem/Ready	76	96.1	3.9	0.0	4.03	4.9	e
6	Spotchem D-Concept	290	97.3	1.0	1.7	3.93	3.5	e
7	Piccolo	22	100.0	0.0	0.0	4.22	1.4	e
8	Cholestech LDX	105	95.2	2.9	1.9	4.28	4.4	e
9	Abx Mira	6	83.3	16.7	0.0	4.26	5.1	e*
10	Hitachi S40/M40	11	100.0	0.0	0.0	4.19	2.6	e
11	Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	4.15	3.8	e
12	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	3.50	2.9	e*

Cholestérol HDL




QUALAB Toleranz : 21 %

Cholestérol HDL (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	humide, direct	14	100.0	0.0	0.0	1.33	4.8	e
2	Cobas	19	94.7	0.0	5.3	1.10	5.1	e
3	Reflotron	322	70.8	12.4	16.8	1.05	14.0	e
4	Fuji Dri-Chem	767	98.7	0.3	1.0	1.47	3.5	e
5	Spotchem/Ready	68	94.1	4.4	1.5	0.67	10.5	e
6	Spotchem D-Concept	284	92.2	6.0	1.8	0.78	11.1	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	1.59	6.2	e*
8	Piccolo	20	85.0	10.0	5.0	1.10	10.6	e
9	Pentra/Selectra	10	90.0	0.0	10.0	0.85	10.4	e*
10	Cholestech LDX	105	89.5	5.7	4.8	1.13	11.1	e
11	Hitachi S40/M40	11	100.0	0.0	0.0	1.33	7.2	e
12	Architect	7	100.0	0.0	0.0	1.08	3.5	e
13	Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	1.33	6.5	e

Créatine-kinase




QUALAB Toleranz : 18 %

Créatine-kinase (U/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	24	100.0	0.0	0.0	373	3.0	e
2 Cobas	19	100.0	0.0	0.0	346	2.1	e
3 Reflotron	326	94.4	3.1	2.5	298	8.3	e
4 Fuji Dri-Chem	525	97.0	1.1	1.9	428	4.9	e
5 Spotchem/Ready	33	97.0	3.0	0.0	402	6.5	e
6 Spotchem D-Concept	178	100.0	0.0	0.0	393	5.6	e
7 Piccolo	17	94.1	0.0	5.9	386	3.3	e
8 Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	373	3.1	e
9 Hitachi S40/M40	4	75.0	0.0	25.0	282	12.1	e*
10 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	343	2.2	e
11 Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	397	3.9	e

LDL Cholesterin



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	2.1	13.1	e*
2 Chimie humide	6	100.0	0.0	0.0	2.0	7.4	e*
3 Roche, Cobas	8	100.0	0.0	0.0	2.9	3.3	e
4 Hitachi S40/M40	5	100.0	0.0	0.0	1.5	5.2	e
5 Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	2.3	9.1	e
6 Beckman	10	100.0	0.0	0.0	2.8	3.7	e

Fer




QUALAB Toleranz : 20 %

Fer ($\mu\text{mol/l}$)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	18	100.0	0.0	0.0	31	2.7	e
2	Cobas	10	100.0	0.0	0.0	30	1.9	e

Gamma-GT



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	6	100.0	0.0	0.0	77	10.9	e*
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	69	7.6	e
3 Reflotron	660	97.5	1.7	0.8	91	6.4	e
4 Fuji Dri-Chem	887	99.4	0.1	0.5	100	5.7	e
5 Spotchem/Ready	85	98.8	1.2	0.0	101	7.8	e
6 Spotchem D-Concept	328	99.4	0.3	0.3	94	6.0	e
7 Selectra/Biolis	6	100.0	0.0	0.0	73	4.9	e
8 Architect	6	100.0	0.0	0.0	69	3.3	e
9 Dimension	10	90.0	10.0	0.0	75	8.8	e*
10 IFCC Beckmann	7	100.0	0.0	0.0	71	4.1	e
11 Piccolo	42	97.6	2.4	0.0	65	5.0	e
12 Hitachi S40/M40	13	100.0	0.0	0.0	81	3.9	e
13 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	74	5.5	e

Glucose




QUALAB Toleranz : 10 %

Glucose (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	31	100.0	0.0	0.0	10.1	3.3	e
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	10.2	2.2	e
3	Reflotron	646	92.1	4.3	3.6	9.1	4.9	e
4	Fuji Dri-Chem	840	98.5	0.8	0.7	9.4	3.0	e
5	Spotchem/Ready	77	92.2	5.2	2.6	10.4	4.8	e
6	Spotchem D-Concept	299	99.0	0.3	0.7	9.4	4.2	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	10.1	2.6	e*
8	Piccolo	55	98.2	0.0	1.8	9.9	1.2	e
9	Cholestech LDX	92	94.6	4.3	1.1	9.4	4.9	e
10	Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	10.1	2.4	e
11	Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	10.0	3.1	e
12	Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	9.9	4.0	e
13	iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	9.1	1.3	e

Glucose




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Accu-Chek Aviva	323	87.9	6.8	5.3	10.7	5.5	e
2	Accu-Chek Inform 2	637	98.6	1.1	0.3	11.4	2.9	e
3	Accu-Check Guide	147	99.3	0.7	0.0	9.5	3.0	e
4	Contour XT	1196	94.6	4.8	0.6	10.0	5.2	e
5	Glucocard	15	66.6	6.7	26.7	14.3	7.0	e*
6	Hemocue 201+ P-equiv	94	96.8	0.0	3.2	11.5	2.7	e
7	Hemocue 201RT P-equiv	106	97.2	1.9	0.9	11.4	2.7	e
8	FreeStyle Precision	6	66.7	0.0	33.3	11.8	2.1	e
9	Freestyle Freedom li	6	100.0	0.0	0.0	11.0	3.5	e*
10	Sanofi BG Star	4	100.0	0.0	0.0	13.6	2.3	e
11	Contour NEXT ONE	6	100.0	0.0	0.0	9.4	3.9	e*

Glucose




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Hemocue 201+ (alt)	44	100.0	0.0	0.0	11.3	3.8	e
2	OneTouch Verio	27	100.0	0.0	0.0	9.7	2.7	e
3	Contour 2 (5s)	23	95.7	0.0	4.3	7.9	4.4	e
4	Contour (15s)	5	60.0	0.0	40.0	12.5	2.4	e
5	Healthpro	42	85.8	7.1	7.1	17.6	4.9	e
6	Mylife UNIO	225	97.4	2.2	0.4	11.9	4.0	e
7	mylife Pura	74	89.1	6.8	4.1	11.3	5.4	e
8	Omnitest	18	100.0	0.0	0.0	13.8	3.6	e
9	Alpha Check	23	69.6	21.7	8.7	15.5	7.4	e*

Acide urique




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	29	100.0	0.0	0.0	393	3.5	e
2	Cobas	17	100.0	0.0	0.0	387	3.3	e
3	Reflotron	579	96.4	2.6	1.0	402	4.9	e
4	Fuji Dri-Chem	828	98.7	0.6	0.7	426	2.8	e
5	Spotchem/Ready	65	98.5	1.5	0.0	346	4.8	e
6	Spotchem D-Concept	303	99.7	0.0	0.3	358	3.9	e
7	Piccolo	30	96.7	0.0	3.3	309	4.5	e
8	Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	387	3.3	e
9	Hitachi S40/M40	13	100.0	0.0	0.0	383	4.4	e
10	Autolyser/DiaSys	17	94.1	5.9	0.0	393	5.9	e

Urée



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Chimie humide	28	100.0	0.0	0.0	12.5	2.8	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	12.0	3.8	e
3 Reflotron	261	97.3	0.0	2.7	13.0	5.4	e
4 Fuji Dri-Chem	490	99.0	0.2	0.8	12.6	2.6	e
5 Spotchem/Ready	46	89.1	10.9	0.0	11.3	8.4	e
6 Spotchem D-Concept	181	85.1	8.3	6.6	12.3	8.8	e
7 Piccolo	50	98.0	0.0	2.0	11.2	3.7	e
8 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	10.3	6.8	e*
9 Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	12.0	3.9	e
10 Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	12.4	6.3	e
11 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	16.0	3.4	e

Potassium




QUALAB Toleranz : 6 %

Potassium (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ISE	43	100.0	0.0	0.0	4.12	1.5	e
2	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	4.16	1.1	e
3	Reflotron	588	89.4	7.7	2.9	4.31	3.3	e
4	Fuji Dri-Chem	877	97.4	1.0	1.6	4.07	1.6	e
5	Spotchem D-Concept	304	99.0	0.7	0.3	3.68	2.0	e
6	Spotchem EL-SE 1520	76	96.1	2.6	1.3	3.70	2.6	e
7	Piccolo	38	73.7	15.8	10.5	4.19	4.1	e
8	iStat Chem8	8	100.0	0.0	0.0	4.10	1.1	e

Créatinine



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	300	3.4	e
2	Cobas	20	100.0	0.0	0.0	301	4.8	e
3	Reflotron	769	98.1	0.5	1.4	337	5.5	e
4	Fuji Dri-Chem	909	99.2	0.2	0.6	292	3.7	e
5	Spotchem/Ready	94	100.0	0.0	0.0	191	3.2	e
6	Spotchem D-Concept	323	99.7	0.0	0.3	184	3.1	e
7	Enzymatisch	9	100.0	0.0	0.0	312	4.6	e
8	Piccolo	56	96.4	1.8	1.8	304	5.9	e
9	Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	302	4.2	e
10	Skyla	4	75.0	0.0	25.0	288	6.7	e*
11	Hitachi S40/M40	15	100.0	0.0	0.0	295	3.9	e
12	Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	309	2.5	e
13	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	304	1.6	e
14	EPOC	6	83.3	0.0	16.7	265	5.4	e*

Créatinine E




QUALAB Toleranz : 18 %

Créatinine E (µmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 iStat Chem8	9	100.0	0.0	0.0	303	3.8	e
2 ABL700/800	8	100.0	0.0	0.0	311	4.2	e

eGFR CKD-EPI




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	69	91.4	1.4	7.2	13	7.4	e
2	Reflotron	257	95.3	0.4	4.3	11	7.3	e
3	Fuji Dri-Chem	365	94.3	0.5	5.2	13	5.9	e
4	Spotchem/Ready	154	92.9	1.3	5.8	23	6.5	e

eGFR Cockcroft-Gault




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Chimie humide	6	100.0	0.0	0.0	12	7.3	e
2 Reflotron	27	96.3	0.0	3.7	11	9.9	e
3 Fuji Dri-Chem	38	97.4	0.0	2.6	13	7.2	e
4 Spotchem/Ready	20	90.0	5.0	5.0	20	12.2	e

eGFR MDRD




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Reflotron	5	80.0	0.0	20.0	12	5.6	e

LDH




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	37	100.0	0.0	0.0	206	5.3	e
2 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	430	2.3	e
3 Fuji Dri-Chem	145	98.6	0.0	1.4	168	5.3	e
4 Spotchem/Ready	13	100.0	0.0	0.0	155	11.0	e*
5 Spotchem D-Concept	55	87.3	9.1	3.6	143	11.5	e
6 Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	177	2.3	e
7 Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	216	4.3	e
8 Hitachi S40/M40	6	100.0	0.0	0.0	201	5.4	e*
9 Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	203	6.2	e

Magnésium




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	14	100.0	0.0	0.0	0.97	3.7	e
2	Cobas	15	100.0	0.0	0.0	0.98	2.6	e
3	Fuji Dri-Chem	115	98.3	1.7	0.0	1.06	4.1	e
4	Spotchem D-Concept	42	90.5	9.5	0.0	0.77	7.1	e
5	Spotchem/Ready	4	100.0	0.0	0.0	0.82	2.6	e
6	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	1.01	1.9	e
7	Piccolo	8	100.0	0.0	0.0	0.95	1.8	e

Sodium




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	42	97.6	2.4	0.0	139	2.0	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	137	0.9	e
3 Fuji Dri-Chem	820	98.4	1.0	0.6	141	1.5	e
4 Spotchem D-Concept	290	99.0	0.7	0.3	133	1.6	e
5 Spotchem EL-SE 1520	74	95.9	1.4	2.7	131	1.9	e
6 Piccolo	39	100.0	0.0	0.0	136	1.8	e
7 iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	137	0.9	e

Phosphates




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	23	100.0	0.0	0.0	1.6	3.3	e
2	Cobas	17	100.0	0.0	0.0	1.5	4.6	e
3	Fuji Dri-Chem	84	98.8	0.0	1.2	1.6	3.8	e
4	Spotchem D-Concept	21	100.0	0.0	0.0	1.6	3.6	e
5	Spotchem/Ready	5	100.0	0.0	0.0	1.5	6.4	e*
6	Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	1.8	2.7	e

Protéine




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	24	100.0	0.0	0.0	61.0	1.6	e
2	Cobas	17	100.0	0.0	0.0	59.5	4.1	e
3	Fuji Dri-Chem	177	98.9	0.0	1.1	60.9	2.8	e
4	Spotchem/Ready	26	96.2	3.8	0.0	62.8	6.0	e
5	Spotchem D-Concept	120	92.5	5.0	2.5	64.9	6.4	e
6	Piccolo	41	97.6	0.0	2.4	61.2	2.4	e
7	Skylla	4	75.0	25.0	0.0	59.0	6.9	e*
8	Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	59.6	3.1	e*
9	Hitachi S40/M40	5	100.0	0.0	0.0	68.0	3.0	e

Transaminase GOT/AST




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC avec PP	30	100.0	0.0	0.0	142	4.1	e
2 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	144	3.2	e
3 Reflotron	672	95.6	2.5	1.9	176	7.3	e
4 Fuji Dri-Chem	887	99.6	0.2	0.2	137	3.6	e
5 Spotchem/Ready	86	100.0	0.0	0.0	107	4.8	e
6 Spotchem D-Concept	322	99.7	0.3	0.0	105	5.1	e
7 IFCC sens PP	5	100.0	0.0	0.0	135	1.6	e
8 Piccolo	56	98.2	0.0	1.8	131	2.6	e
9 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	147	5.7	e*
10 Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	126	5.1	e
11 Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	139	5.0	e
12 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	136	5.7	e

Transaminase GPT/ALT



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC avec PP	28	100.0	0.0	0.0	104	6.0	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	102	2.3	e
3 Reflotron	691	98.6	0.7	0.7	89	5.8	e
4 Fuji Dri-Chem	903	99.4	0.3	0.3	106	4.1	e
5 Spotchem/Ready	91	95.6	4.4	0.0	81	7.6	e
6 Spotchem D-Concept	325	98.8	0.6	0.6	69	6.7	e
7 Piccolo	56	96.4	0.0	3.6	97	2.9	e
8 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	109	10.9	e*
9 Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	108	5.3	e*
10 Hitachi S40/M40	16	93.7	0.0	6.3	110	2.8	e
11 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	108	7.1	e

Triglycérides




QUALAB Toleranz : 18 %
(< 1.00: +/- 0.18 mmol/l)

Triglycérides (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	27	96.3	0.0	3.7	1.92	5.3	e
2	Cobas	23	100.0	0.0	0.0	1.99	3.3	e
3	Reflotron	372	96.8	0.8	2.4	2.83	4.6	e
4	Fuji Dri-Chem	778	99.3	0.1	0.6	2.43	3.9	e
5	Spotchem/Ready	73	98.6	1.4	0.0	1.32	6.3	e
6	Spotchem D-Concept	286	97.6	0.0	2.4	1.46	4.3	e
7	Hitachi S40/M40	11	100.0	0.0	0.0	0.59	7.3	e*
8	Piccolo	20	100.0	0.0	0.0	2.24	2.4	e
9	Cholestech LDX	105	99.0	1.0	0.0	2.00	5.0	e
10	Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	2.02	5.7	e*
11	Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	1.87	4.5	e

Lithium




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	18	100.0	0.0	0.0	1.46	2.5	e

Laktat




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	3.26	2.6	e

pCO2




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	80	100.0	0.0	0.0	2.87	2.5	e
2	ABL80 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	2.72	4.6	e*
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	14	92.9	7.1	0.0	3.03	5.0	e
4	ABL90 FLEX / PLUS	62	100.0	0.0	0.0	2.95	1.5	e
5	Cobas b 123	12	100.0	0.0	0.0	3.05	3.5	e
6	Cobas b 221	6	100.0	0.0	0.0	3.09	2.2	e
7	GEM	5	100.0	0.0	0.0	2.80	2.3	e
8	iStat	50	100.0	0.0	0.0	2.54	2.6	e
9	EPOC	43	95.4	2.3	2.3	2.49	5.1	e

pO2




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	79	96.2	1.3	2.5	9.91	4.1	e
2	ABL80 FLEX	7	85.7	14.3	0.0	8.90	8.1	e*
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	14	85.8	7.1	7.1	8.26	8.9	e*
4	ABL90 FLEX / PLUS	63	92.0	3.2	4.8	7.38	5.6	e
5	Cobas b 123	9	100.0	0.0	0.0	9.12	7.6	e*
6	Cobas b 221	6	83.3	0.0	16.7	11.83	8.1	e*
7	GEM	5	100.0	0.0	0.0	8.70	6.7	e*
8	iStat	49	93.9	4.1	2.0	11.26	8.4	e
9	EPOC	43	69.8	20.9	9.3	8.29	9.8	e

pH



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	79	100.0	0.0	0.0	7.57	0.1	e
2	ABL80 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	7.62	0.2	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	14	100.0	0.0	0.0	7.60	0.1	e
4	ABL90 FLEX / PLUS	63	100.0	0.0	0.0	7.59	0.1	e
5	Cobas b 123	12	100.0	0.0	0.0	7.58	0.3	e
6	Cobas b 221	6	100.0	0.0	0.0	7.57	0.1	e
7	GEM	5	100.0	0.0	0.0	7.63	0.2	e
8	iStat	51	100.0	0.0	0.0	7.65	0.1	e
9	EPOC	42	100.0	0.0	0.0	7.65	0.2	e

Glucose GS




QUALAB Toleranz : 10 %

Glucose GS (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b 123	6	100.0	0.0	0.0	14.5	1.5	e
2 iStat	10	100.0	0.0	0.0	13.0	1.0	e
3 EPOC	30	96.7	0.0	3.3	14.3	3.3	e
4 ABL700/800	69	98.6	0.0	1.4	14.2	2.3	e
5 ABL90 FLEX / PLUS	61	96.7	3.3	0.0	13.7	3.7	e

Hémoglobine BG




QUALAB Toleranz : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	71	97.2	0.0	2.8	194.4	1.9	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	61	96.7	0.0	3.3	195.4	0.6	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	11	90.9	0.0	9.1	193.9	4.4	e*

Potassium BG




QUALAB Toleranz : 6 %

Potassium BG (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b 123	17	100.0	0.0	0.0	5.4	1.8	e
2 iStat	21	100.0	0.0	0.0	5.3	0.8	e
3 EPOC	36	97.2	0.0	2.8	4.9	1.0	e
4 ABL700/800	71	100.0	0.0	0.0	5.5	0.9	e
5 ABL90 FLEX / PLUS	63	100.0	0.0	0.0	5.5	1.3	e
6 ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	5.1	1.6	e

Sodium BG




QUALAB Toleranz : 6 %

Sodium BG (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b 123	17	100.0	0.0	0.0	121.7	1.4	e
2 iStat	21	100.0	0.0	0.0	125.6	0.7	e
3 EPOC	34	100.0	0.0	0.0	117.1	1.0	e
4 ABL700/800	69	100.0	0.0	0.0	126.6	0.9	e
5 ABL90 FLEX / PLUS	62	100.0	0.0	0.0	125.9	0.4	e
6 ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	121.0	2.2	e*

Chlorure-BG




QUALAB Toleranz : 6 %

Chlorure-BG (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b 123	5	80.0	20.0	0.0	70.8	4.0	e*
2	ABL700/800	63	98.4	1.6	0.0	67.0	2.3	e
3	ABL90 FLEX / PLUS	61	100.0	0.0	0.0	64.3	1.2	e
4	ABL80 FLEX CO-OX / O	4	75.0	0.0	25.0	60.5	1.0	e

Calcium-BG




Tolérance MQ : 12 %
(< 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcium-BG (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 GEM	4	100.0	0.0	0.0	0.26	1.9	e
2 ABL80 FLEX	4	100.0	0.0	0.0	0.25	3.9	e*
3 Cobas b123	5	100.0	0.0	0.0	0.16	29.6	e*
4 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	0.25	34.4	e*
5 iStat	11	100.0	0.0	0.0	0.30	2.9	e
6 EPOC	32	93.7	0.0	6.3	0.26	5.9	e
7 ABL700/800	70	100.0	0.0	0.0	0.37	4.5	e
8 ABL90 FLEX / PLUS	63	100.0	0.0	0.0	0.37	2.2	e
9 ABL80 FLEX CO-OX / O	5	100.0	0.0	0.0	0.30	10.7	e*

FHHb




Tolérance MQ : 20 %

FHHb (%)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	20.850	0.6	e

Lactate-BG



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b123	4	100.0	0.0	0.0	10.70	2.4	e
2 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	11.98	4.8	e*
3 IL	4	100.0	0.0	0.0	12.10	7.4	e*
4 EPOC	37	94.6	2.7	2.7	10.83	7.1	e
5 iStat	13	100.0	0.0	0.0	10.78	1.6	e
6 ABL700/800	75	100.0	0.0	0.0	10.42	4.6	e
7 ABL90 FLEX / PLUS	63	96.8	3.2	0.0	10.53	5.9	e

sO2 OR




Tolérance MQ : 20 %

sO2 OR (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 iStat	13	100.0	0.0	0.0	98.385	0.5	e
2 ABL700/800	53	100.0	0.0	0.0	70.151	0.1	e
3 ABL90 FLEX / PLUS	53	100.0	0.0	0.0	70.085	0.1	e
4 ABL80 FLEX CO-OX / O	10	100.0	0.0	0.0	70.090	0.1	e

FO2Hb OR




Tolérance MQ : 20 %

FO2Hb OR (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	51	100.0	0.0	0.0	48.782	0.2	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	54	100.0	0.0	0.0	48.959	0.1	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	13	100.0	0.0	0.0	48.931	0.2	e

FCOHb OR




Tolérance MQ : 20 %

FCOHb OR (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ABL700/800	54	100.0	0.0	0.0	20.413	0.9	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	53	100.0	0.0	0.0	20.153	0.7	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	13	100.0	0.0	0.0	20.154	0.8	e

FMetHb OR




Tolérance MQ : 20 %

FMetHb OR (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ABL700/800	56	100.0	0.0	0.0	10.039	1.1	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	53	100.0	0.0	0.0	9.987	0.3	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	13	92.3	0.0	7.7	10.025	0.6	e

FHbF OR




Tolérance MQ : 20 %

FHbF OR (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL90 FLEX / PLUS	10	100.0	0.0	0.0	52.300	2.6	e

Bilirubin OR




QUALAB Toleranz : 18 %

Bilirubin OR (µmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL90 FLEX / PLUS	17	100.0	0.0	0.0	449.5	0.5	e

Troponine I




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Vidas	15	100.0	0.0	0.0	2397.8	7.8	e
2	Architect High Sensi	11	100.0	0.0	0.0	3262.8	7.8	e
3	AQT 90 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	490.0	9.7	e*

Troponine T




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas hs STAT	9	100.0	0.0	0.0	1002.00	6.2	e

Myoglobine



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	94.4	4.5	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	129.4	5.6	e

masse CK-MB




Tolérance MQ : 40 %

masse CK-MB (µg/l)


Nr. Methode	Total	% Efulft	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	12.5	6.1	e

NT-proBNP




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	494.5	7.6	e
2 VIDAS	10	100.0	0.0	0.0	172.9	7.5	e
3 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	343.0	13.9	a
4 Cobas E / Elecsys	13	100.0	0.0	0.0	202.4	12.2	e*
5 Architect	5	80.0	0.0	20.0	229.8	11.9	e*

TSH



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	14	100.0	0.0	0.0	18.79	4.8	e
2 Architect	13	100.0	0.0	0.0	13.92	4.5	e
3 VIDAS	15	100.0	0.0	0.0	20.00	7.5	e
4 AFIAS	37	100.0	0.0	0.0	18.12	4.8	e
5 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	16.59	12.2	e*


T3



Tolérance MQ : 20 %


T3 (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	11	100.0	0.0	0.0	2.1	9.1	e*

T4

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	12	100.0	0.0	0.0	281	8.2	e


FT3



QUALAB Toleranz : 18 %

FT3 (pmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	15	100.0	0.0	0.0	14.6	2.9	e
2 Architect	11	100.0	0.0	0.0	11.6	6.3	e
3 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	12.5	8.1	e*


FT4

QUALAB Toleranz : 20 %

FT4 (pmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	15	100.0	0.0	0.0	40.9	4.2	e
2 Architect	14	100.0	0.0	0.0	33.5	5.3	e
3 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	42.1	3.0	e
4 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	41.0	0.8	e

Testostérone




QUALAB Toleranz : 30 %

Testostérone (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	21.0	13.4	e*
2 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	21.8	3.5	e
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	19.9	4.5	e

Estradiol




Tolérance MQ : 30 %

Estradiol (pmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	1694	3.6	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	1486	2.7	e

SHBG




Tolérance MQ : 30 %

SHBG (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	42.2	7.6	e

Cortisol




QUALAB Toleranz : 20 %

Cortisol (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	702	7.3	e*
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	612	3.2	e

Progesteron




Tolérance MQ : 30 %

Progesteron (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	40.4	0.8	e

DHEAS




Tolérance MQ : 30 %

DHEAS (µmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	11.00	9.1	e*

Luteinisierendes Hormon




QUALAB Toleranz : 24 %

Luteinisierendes Hormon (U/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	7	100.0	0.0	0.0	46.1	3.8	e
2	Architect	5	100.0	0.0	0.0	32.5	4.7	e

Follikelstimulierendes Hormon




QUALAB Toleranz : 24 %

Follikelstimulierendes Hormon (U/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	7	100.0	0.0	0.0	27.4	5.1	e
2	Architect	5	100.0	0.0	0.0	26.1	4.9	e

Prolaktin (PRL)




QUALAB Toleranz : 24 %

Prolaktin (PRL) (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas/Roche	7	100.0	0.0	0.0	45.2	2.9	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	35.4	6.6	e*

HGH




Tolérance MQ : 25 %

HGH (µg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	16.39	3.2	e

IGF-1



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Liaison	6	100.0	0.0	0.0	128	12.1	e*

Troponine T CR




QUALAB Toleranz : 24 %

Troponine T CR (ng/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas h 232	1224	94.5	4.6	0.9	128.00	11.6	e
2 Cardiac Reader	14	92.9	7.1	0.0	131.86	12.2	e*

Troponin I WB




QUALAB Toleranz : 24 %

Troponin I WB (ng/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 iStat	4	100.0	0.0	0.0	6635.00	11.2	e*

D-Dimères CR




QUALAB Toleranz : 21 %

D-Dimères CR (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	1205	93.0	5.4	1.6	0.51	10.4	e
2	Cardiac Reader	12	100.0	0.0	0.0	0.53	9.5	e*

CKMB- K8




Tolérance MQ : 40 %

CKMB- K8 (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	10	100.0	0.0	0.0	10.3	10.3	e

NT-proBNP CR




QUALAB Toleranz : 27 %

NT-proBNP CR (ng/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	778	94.4	4.4	1.2	149	31.9	a
2	Cardiac Reader	5	60.0	0.0	40.0	117	10.4	e*

PCO2 CCA




QUALAB Toleranz : 12 %

PCO2 CCA (kPa)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	13	100.0	0.0	0.0	5.46	3.4	e

PO2 CCA




QUALAB Toleranz : 15 %

PO2 CCA (kPa)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	13	100.0	0.0	0.0	12.40	5.0	e

pH CCA



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	OPTI CCA	12	100.0	0.0	0.0	7.41	0.1	e

Potassium CCA




QUALAB Toleranz : 6 %

Potassium CCA (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	OPTI CCA	5	100.0	0.0	0.0	4.7	2.0	e*

Sodium CCA




QUALAB Toleranz : 6 %

Sodium CCA (mmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	4	100.0	0.0	0.0	145.5	0.8	e

Ferritine



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	75.05	2.8	e
2	Beckman	10	100.0	0.0	0.0	58.13	4.0	e
3	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	56.50	11.0	e*
4	Cobas E / Elecsys	14	100.0	0.0	0.0	71.84	4.9	e
5	Architect	8	100.0	0.0	0.0	85.20	2.9	e
6	Mini Vidas	6	100.0	0.0	0.0	47.25	6.7	e
7	AFIAS	43	97.7	0.0	2.3	58.34	6.3	e
8	Eurolyser	22	95.5	0.0	4.5	53.13	7.3	e

Vitamine B12




QUALAB Toleranz : 21 %

Vitamine B12 (pmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	13	100.0	0.0	0.0	288.27	8.7	e
2 Architect	12	100.0	0.0	0.0	253.43	6.4	e

Folate




QUALAB Toleranz : 24 %
 (< 10.00: +/- 2.40 nmol/l)

Folate (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	6.45	6.4	e*
2 Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	7.31	13.2	e*
3 Architect	10	100.0	0.0	0.0	11.86	6.9	e

Holotranscobalamine




Tolérance MQ : 30 %

Holotranscobalamine (pmol/l)

Nr. Methode	Total	% Efficace	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	13	100.0	0.0	0.0	78.6	10.9	e
2 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	76.5	3.0	e

Bilirubin totale Neo




QUALAB Toleranz : 18 %

Bilirubin totale Neo (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	17	100.0	0.0	0.0	145	7.8	e

Bilirubin directe




QUALAB Toleranz : 18 %

Bilirubin directe (µmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	17	100.0	0.0	0.0	76	7.1	e

Bilirubin néonatale




QUALAB Toleranz : 18 %

Bilirubin néonatale (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	187	3.4	e
2	ABL700/800	6	100.0	0.0	0.0	165	4.6	e

PSA




QUALAB Toleranz : 25 %

PSA (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	6.88	5.4	e
2	Architect	10	100.0	0.0	0.0	6.70	5.4	a
3	Qualigen	4	75.0	0.0	25.0	7.95	10.4	e*
4	AFIAS	33	100.0	0.0	0.0	6.18	5.8	a

PSA frei




QUALAB Toleranz : 25 %

PSA frei (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	2.37	2.8	e
2	Architect	8	100.0	0.0	0.0	2.74	4.8	a

CEA




QUALAB Toleranz : 25 %

CEA (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	20.0	4.3	a
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	33.2	1.6	e

CA 125




Tolérance MQ : 25 %

CA 125 (kIU/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	60.1	4.7	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	94.7	4.3	e

CA 15-3




Tolérance MQ : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	26.1	8.9	e*
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	26.8	3.7	e

AFP




QUALAB Toleranz : 25 %

AFP (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	80.0	20.0	0.0	16.4	12.6	e*
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	15.2	4.8	e

HCG qn




QUALAB Toleranz : 25 %

HCG qn (U/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	16.1	4.8	e
2 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	4.1	11.8	a
3 Architect	7	85.7	0.0	14.3	13.9	12.2	a
4 AFIAS	11	27.3	9.1	63.6	8.9	7.6	a

CK-MB



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Fuji Dri-Chem	32	96.9	0.0	3.1	78.7	9.7	e
2 Cobas/Roche	4	100.0	0.0	0.0	21.0	3.5	e

BNP




QUALAB Toleranz : 27 %

BNP (ng/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	5	100.0	0.0	0.0	2142.9	7.9	e*

Cholesterin PTS




QUALAB Toleranz : 10 %

Cholesterin PTS (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CardioChek	11	81.8	18.2	0.0	4.57	8.0	e*

Cholesterin HDL PTS




QUALAB Toleranz : 21 %

Cholesterin HDL PTS (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CardioChek	11	81.8	9.1	9.1	1.71	12.3	e*

Triglyceride PTS




QUALAB Toleranz : 18 %

Triglyceride PTS (mmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CardioChek	11	90.9	9.1	0.0	2.11	8.9	e*

C-Peptid




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	1.1	4.2	e
2 Liaison	4	100.0	0.0	0.0	1.4	2.4	e

Procalcitonine



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	2.99	3.3	e
2 VIDAS	18	94.4	0.0	5.6	2.60	8.4	e
3 Autres méthodes	5	80.0	20.0	0.0	4.20	15.7	e*
4 Liaison	6	100.0	0.0	0.0	7.26	7.0	e

EPO




Tolérance MQ : 25 %

EPO (U/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Immulite	4	100.0	0.0	0.0	77.4	7.5	e*

Parathormone



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas PTH STAT	6	100.0	0.0	0.0	15.5	6.2	e
2	Cobas	6	100.0	0.0	0.0	11.9	6.1	e
3	Architect	5	100.0	0.0	0.0	25.5	6.8	e*
4	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	28.5	0.8	e

Osmolalität




QUALAB Toleranz : 6 %

Osmolalität (mosm/kg)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cryoscopie	15	100.0	0.0	0.0	589	1.4	e

Kalium-K22




QUALAB Toleranz : 6 %

Kalium-K22 (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	11	90.9	0.0	9.1	3.8	1.2	e

Natrium-K22




QUALAB Toleranz : 6 %

Natrium-K22 (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ISE	11	100.0	0.0	0.0	139	0.7	e

Glukose-K22




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	6.9	1.7	e

Harnstoff-K22




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	11	90.9	0.0	9.1	4.9	3.2	e

Osmotische Lücke



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Formel 1 (2Na+K+Glu+	11	100.0	0.0	0.0	293.1	2.4	e

Digoxin




QUALAB Toleranz : 24 %

Digoxin (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Autres méthodes	11	100.0	0.0	0.0	1.68	5.7	e

Paracetamol




Tolérance MQ : 25 %

Paracetamol (µmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	229.8	0.6	e

Vancomycin




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	12	11.1	e*

Valproat



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	405.0	8.5	e*

Cystatin C




Tolérance MQ : 24 %

Cystatin C (mg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	1.7	4.5	e

Éthanol




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	21	100.0	0.0	0.0	38.4	5.5	e

Calprotectin




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Bühlmann ELISA	10	80.0	10.0	10.0	90	26.0	e*
2	Bühlmann fCALturbo	7	85.7	14.3	0.0	90	20.8	e*
3	Liaison	17	94.1	5.9	0.0	66	17.3	e

Cholestérol Af/b101




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b101	151	100.0	0.0	0.0	3.61	1.9	e
2 Afinion	450	98.2	0.9	0.9	3.92	3.6	e

Cholestérol HDL Af/b101



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b101	151	92.1	0.0	7.9	0.66	6.1	e
2 Afinion	448	93.1	0.2	6.7	0.76	4.7	e

Triglycerides Af/b101




QUALAB Toleranz : 18 %

Triglycerides Af/b101 (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b101	149	98.7	0.0	1.3	1.44	2.2	e
2 Afinion	450	99.3	0.7	0.0	1.40	5.2	e

Troponine I S




QUALAB Toleranz : 24 %

Troponine I S (ng/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	8	87.5	12.5	0.0	8845.00	17.5	e*
2	AFIAS	141	86.5	7.8	5.7	13711.13	13.2	e

D-Dimères qn S




QUALAB Toleranz : 21 %

D-Dimères qn S (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	13	92.3	7.7	0.0	1.13	12.8	e*
2	AFIAS	145	91.7	1.4	6.9	0.98	6.3	e

NT-proBNP S




QUALAB Toleranz : 27 %

NT-proBNP S (ng/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	8	87.5	12.5	0.0	546.7	13.0	e*
2	AFIAS	110	75.4	16.4	8.2	4859.3	18.8	e

Homocystein




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	11.5	1.4	e

Lipase




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	46.5	5.2	e*
2 Beckman	10	90.0	0.0	10.0	50.8	4.1	e
3 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	53.0	4.1	e
4 Fuji Dri-Chem	146	99.3	0.0	0.7	55.4	3.8	e

Cholinestérase




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	6.2	9.9	e*

Glucose CSF




Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	1.90	3.5	e
2 Autres méthodes	9	100.0	0.0	0.0	1.81	3.8	e

Lactate CSF



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	3.57	8.3	e*
2 Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	3.50	1.8	e

Protéine CSF




Tolérance MQ : 20 %

Protéine CSF (g/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	0.85	1.1	e
2 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	0.86	6.1	e*

Albumine CSF




Tolérance MQ : 20 %

Albumine CSF (mg/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	303.50	3.3	e

Tacrolimus



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	12.4	12.0	e*

Totalprotein E




Tolérance MQ : 12 %

Totalprotein E (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	74.0	3.0	e

Albumin E




Tolérance MQ : 12 %

Albumin E (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	9	100.0	0.0	0.0	64.7	3.5	e

alpha-1-Globuline




Tolérance MQ : 30 %

alpha-1-Globuline (%)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse capil	6	100.0	0.0	0.0	3.5	6.1	e

alpha-2-Globuline



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	9	100.0	0.0	0.0	9.6	8.8	e

Beta-1-Globulin




Tolérance MQ : 30 %

Beta-1-Globulin (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	7	71.4	28.6	0.0	10.4	23.6	e*


gamma-Globuline



Tolérance MQ : 30 %

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	6	100.0	0.0	0.0	10.6	4.2	e

Immundefixation




Tolérance MQ : 1 %

Immundefixation (Code)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Interpretation	8	100.0	0.0	0.0	8	0.0	e

Folates érythrocytaires




Tolérance MQ : 25 %

Folates érythrocytaires (nmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Architect	6	83.3	0.0	16.7	245	13.0	a
2	Cobas	7	100.0	0.0	0.0	1010	12.3	a

HbA1c échantillon A




QUALAB Toleranz : 9 %

HbA1c échantillon A (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	15	100.0	0.0	0.0	7.8	2.6	e
2	HPLC	8	100.0	0.0	0.0	7.7	3.2	a
3	Afinion	577	99.2	0.3	0.5	7.5	2.5	e
4	Cobas b101	111	99.1	0.9	0.0	7.6	2.7	e
5	DCA2000/Vantage	169	100.0	0.0	0.0	7.3	2.7	e
6	Celltac chemi	18	94.4	5.6	0.0	7.6	4.9	e*
7	NycoCard	40	95.0	5.0	0.0	7.7	5.2	e
8	Eurolyser	9	55.6	33.3	11.1	7.7	5.8	a
9	Hemocue HbA1c 501	6	83.3	0.0	16.7	7.7	5.7	a
10	AFIAS	54	75.9	13.0	11.1	7.3	5.6	e
11	Andere	14	100.0	0.0	0.0	7.7	3.8	a
12	Spinit	11	81.8	9.1	9.1	7.7	4.8	a

HbA1c échantillon B




QUALAB Toleranz : 9 %

HbA1c échantillon B (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	16	87.4	6.3	6.3	5.3	5.5	e*
2	HPLC	8	100.0	0.0	0.0	5.7	3.9	a
3	Afinion	761	99.2	0.7	0.1	5.3	2.2	e
4	Cobas b101	116	98.3	1.7	0.0	5.5	3.1	e
5	DCA2000/Vantage	215	97.2	1.9	0.9	5.4	3.3	e
6	Celltac chemi	14	92.9	7.1	0.0	5.2	3.9	e
7	NycoCard	19	36.9	26.3	36.8	5.7	6.5	a
8	Eurolyser	8	75.0	12.5	12.5	5.7	3.6	a
9	Hemocue HbA1c 501	6	83.3	16.7	0.0	5.7	3.9	a
10	A1c Now	4	100.0	0.0	0.0	5.7	3.2	a
11	AFIAS	72	87.5	9.7	2.8	5.2	6.0	e
12	Andere	12	83.3	16.7	0.0	5.7	5.5	a

Gallensäure




Tolérance MQ : 30 %
(< 5.0: +/- 1.5 µmol/l)

Gallensäure (µmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	7	71.4	28.6	0.0	2.0	28.0	a

BNP




QUALAB Toleranz : 27 %

BNP (ng/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	25	80.0	12.0	8.0	515.5	17.0	e*

Troponin Triage




QUALAB Toleranz : 24 %

Troponin Triage (ng/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Triage SOB/Cardiac	15	66.7	13.3	20.0	2817.54	18.4	e*
2	Triage Next Gen	20	100.0	0.0	0.0	20.00	44.9	a

NT-pro BNP




QUALAB Toleranz : 27 %

NT-pro BNP (ng/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	10	70.0	20.0	10.0	1967	20.1	e*

D-Dimere Triage




QUALAB Toleranz : 21 %

D-Dimere Triage (ng/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	38	92.1	5.3	2.6	1023.97	10.7	e

CK-MB Triage




Tolérance MQ : 40 %

CK-MB Triage (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	13	92.3	0.0	7.7	22.4	16.4	e

Myoglobin Triage




QUALAB Toleranz : 30 %

Myoglobin Triage (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	11	90.9	9.1	0.0	173.0	14.8	e*

25-OH Vitamin D




QUALAB Toleranz : 27 %

25-OH Vitamin D (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	37.3	11.1	e*
2 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	40.2	12.1	e*
3 Architect	11	100.0	0.0	0.0	32.1	7.5	e

AMH




Tolérance MQ : 25 %

AMH (pmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	42.0	6.0	e

Calcitonin




Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	19.7	1.3	e

IGF-BP3



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	4.03	10.6	e*

Anti Thyreoglobulin




Tolérance MQ : 25 %

Anti Thyreoglobulin (IU/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	75.0	25.0	0.0	448	15.7	e*

Anti TPO




QUALAB Toleranz : 15 %

Anti TPO (IU/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	191	6.2	e*
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	301	6.1	e*

TRAK




Tolérance MQ : 25 %

TRAK (IU/ml)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	1.50	7.8	e*

Créatinine WB



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Statsensor i / Nova	34	79.4	11.8	8.8	133	10.6	e

Panc. Amylase-urine




QUALAB Toleranz : 18 %
(< 25.0: +/- 5.0 U/l)

Panc. Amylase-urine (U/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	4	100.0	0.0	0.0	5.9	18.0	e*

Calcium-urine




Tolérance MQ : 12 %

Calcium-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Efulft	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	17	100.0	0.0	0.0	2.44	5.1	e

Chlorures-urine




Tolérance MQ : 12 %

Chlorures-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	7	100.0	0.0	0.0	184	3.0	e
2	Cobas	6	100.0	0.0	0.0	179	3.6	e*

Glucose-urine




Tolérance MQ : 10 %

Glucose-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	20	85.0	10.0	5.0	13.7	4.6	e

Magnésium-urine




Tolérance MQ : 12 %

Magnésium-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Efulft	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	8	100.0	0.0	0.0	3.41	3.3	e

Osmolalité-urine




Tolérance MQ : 10 %

Osmolalité-urine (mosm/kg)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cryoscopie	10	100.0	0.0	0.0	745	0.7	e

Phosphore-urine




Tolérance MQ : 15 %

Phosphore-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	15	100.0	0.0	0.0	15.1	3.2	e

Potassium-urine




Tolérance MQ : 15 %

Potassium-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	24	100.0	0.0	0.0	64	3.9	e

Protéines-urine




Tolérance MQ : 20 %

Protéines-urine (mg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas/Roche	13	100.0	0.0	0.0	433.8	4.0	e
2 Chimie humide	10	100.0	0.0	0.0	552.9	3.0	e

Sodium-urine




Tolérance MQ : 15 %

Sodium-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	24	100.0	0.0	0.0	157	2.6	e

Urée-urine




Tolérance MQ : 15 %

Urée-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	19	100.0	0.0	0.0	232	2.7	e

Acide urique-urine




Tolérance MQ : 15 %

Acide urique-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	15	100.0	0.0	0.0	1.15	5.7	e

Gravité spécifique-urine




Tolérance MQ : 5 %

Gravité spécifique-urine ()

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Refraktometer	7	100.0	0.0	0.0	1.021	0.1	e

Microalbumine




QUALAB Toleranz : 24 %

Microalbumine (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	AFIAS	7	100.0	0.0	0.0	51.8	7.4	e
2	Afinion	427	97.2	1.4	1.4	42.4	8.3	e
3	Sysmex U	19	73.7	0.0	26.3	30.0	0.0	a
4	NycoCard	5	100.0	0.0	0.0	41.0	12.1	e*
5	Turbidimetrie	23	100.0	0.0	0.0	39.8	8.4	e
6	DCA2000/Vantage	140	96.5	1.4	2.1	40.4	7.3	e
7	Siemens Clinitek	12	66.7	0.0	33.3	30.0	0.0	e

Créatinine urine



QUALAB Toleranz : 21 %

Créatinine urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	DCA2000/Vantage	141	97.9	0.7	1.4	6.2	5.2	e
2	Afinion	427	99.3	0.0	0.7	5.3	4.8	e
3	Chimie humide	37	100.0	0.0	0.0	5.7	5.7	e
4	Sysmex U	19	47.4	0.0	52.6	5.3	0.0	a
5	Aution Eleven	4	75.0	0.0	25.0	5.3	10.8	a
6	Siemens Clinitek	10	10.0	0.0	90.0	5.2	0.0	a