

**Bericht U03 Urin Drogen****Amphetamine**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	3	3	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	2	2	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	15	100.00
Andere Schnelltests	negativ	53	52	98.00
<b>Total</b>		<b>93</b>	<b>92</b>	<b>99.00</b>

**Methamphetamin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Intex	negativ	1	1	100.00
Syva Rapid Test	negativ	3	3	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere Schnelltests	negativ	24	23	96.00
<b>Total</b>		<b>38</b>	<b>37</b>	<b>97.00</b>

**Ecstasy pos/neg**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	13	13	100.00

**Barbiturate**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	positiv	2	2	100.00
Cobas	positiv	3	3	100.00
Triage 8	positiv	6	5	83.00
Triage TOX	positiv	10	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	8	8	100.00
Andere Schnelltests	positiv	23	21	91.00
<b>Total</b>		<b>52</b>	<b>49</b>	<b>94.00</b>

**Benzodiazepine**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Intex	negativ	5	5	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	16	100.00
Andere Schnelltests	negativ	61	60	98.00
<b>Total</b>		<b>105</b>	<b>104</b>	<b>99.00</b>

**Cannabinoide**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	positiv	3	3	100.00
Cobas	positiv	4	4	100.00
Triage 8	positiv	6	6	100.00
Syva Rapid Test	positiv	3	3	100.00
Intex	positiv	8	8	100.00
Triage TOX	positiv	10	9	90.00
Andere quantitativ	positiv	17	17	100.00
Andere Schnelltests	positiv	69	68	99.00
<b>Total</b>		<b>120</b>	<b>118</b>	<b>98.00</b>

**Cocain**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Syva Rapid Test	negativ	3	3	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	16	100.00
Andere Schnelltests	negativ	65	63	97.00
<b>Total</b>		<b>110</b>	<b>108</b>	<b>98.00</b>

**Methadon**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Intex	negativ	4	3	75.00
Rapitest Morwell	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	14	100.00
Andere Schnelltests	negativ	49	48	98.00
<b>Total</b>		<b>91</b>	<b>89</b>	<b>98.00</b>

**Methaqualon**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	1	100.00

**EDDP**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	4	4	100.00

**Opiate**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	positiv	3	3	100.00
Cobas	positiv	4	4	100.00
Triage 8	positiv	6	6	100.00
Syva Rapid Test	positiv	3	3	100.00
Intex	positiv	4	3	75.00
Rapitest Morwell	positiv	1	1	100.00
Triage TOX	positiv	10	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	17	17	100.00
Andere Schnelltests	positiv	62	58	94.00
<b>Total</b>		<b>110</b>	<b>105</b>	<b>95.00</b>

**Paracetamol**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	10	10	100.00

**Buprenorphin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	4	3	75.00

**6-Acetylmorphin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	3	3	100.00

**Phencyclidin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	positiv	10	10	100.00
Andere Schnelltests	positiv	4	3	75.00
<b>Total</b>		<b>14</b>	<b>13</b>	<b>93.00</b>

**TCA**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Triage TOX	negativ	11	11	100.00
Alle Methoden	negativ	13	12	92.00
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>29</b>	<b>97.00</b>

**LSD**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	3	3	100.00

**Kommentar U3**

*Einem Liter Urin wurden, 600 µg Secobarbital, 400 µg 11-Nor-D9-THC, 400 µg D9-THC, 300 µg PCP und 800 µg 6-Acetylmorphin zugesetzt. Entsprechend sollten Barbiturate, Cannabis, PCP und Opiate positiv, alle anderen Analysen negativ sein.*