

Rapport U03 Urine drogues d'abus**Amphétamines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	2	2	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	15	100.00
Autres tests rapides	négatif	53	52	98.00
Totale		77	76	99.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Intex	négatif	1	1	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	3	100.00
Autres tests rapides	négatif	24	23	96.00
Totale		28	27	96.00

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	13	13	100.00

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	2	2	100.00
Cobas	positif	3	3	100.00
Autres quantitatifs	positif	8	8	100.00
Autres tests rapides	positif	23	21	91.00
Totale		36	34	94.00

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Intex	négatif	5	5	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	61	60	98.00
Totale		89	88	99.00

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	3	3	100.00
Cobas	positif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	positif	3	3	100.00
Intex	positif	8	8	100.00
Autres quantitatifs	positif	17	17	100.00
Autres tests rapides	positif	69	68	99.00
Totale		104	103	99.00

Cocaïne

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	3	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	65	63	97.00
Totale		94	92	98.00

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Intex	négatif	4	3	75.00
Rapitest Morwell	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	14	100.00
Autres tests rapides	négatif	49	48	98.00
Totale		75	73	97.00

Méthaqualone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	1	100.00

EDDP

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	4	100.00

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	3	3	100.00
Cobas	positif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	positif	3	3	100.00
Intex	positif	4	3	75.00
Rapitest Morwell	positif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	positif	17	17	100.00
Autres tests rapides	positif	62	58	94.00
Totale		94	89	95.00

Buprenorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	3	75.00

6-Acetylmorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	3	3	100.00

Phencyclidin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	positif	4	3	75.00

TCA

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	13	12	92.00

LSD

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	3	3	100.00

Commentaire U3

On a ajouté à un litre d'urine 600 µg de sécobarbital, 400 µg de 11-nor-D9-THC, 400 µg de D9-THC, 300 µg PCP et 800 µg de 6-acétylmorphine. Par conséquent, les recherches de barbituriques, cannabis, PCP et opiacés devraient être positives, toutes les autres analyses négatives.