

Bericht U03 Urin Drogen**Amphetamine**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	2	2	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	15	100.00
Andere Schnelltests	negativ	57	55	96.00
Total		98	96	98.00

Methamphetamine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Intex	negativ	1	1	100.00
Syva Rapid Test	negativ	3	3	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere Schnelltests	negativ	26	25	96.00
Total		40	39	98.00

Ecstasy pos/neg

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	16	15	94.00

Barbiturate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	2	2	100.00
Cobas	negativ	3	3	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	8	8	100.00
Andere Schnelltests	negativ	22	22	100.00
Total		51	51	100.00

Benzodiazepine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	positiv	3	3	100.00
Cobas	positiv	4	4	100.00
Triage 8	positiv	6	6	100.00
Intex	positiv	5	5	100.00
Triage TOX	positiv	10	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	16	16	100.00
Andere Schnelltests	positiv	62	60	97.00
Total		106	104	98.00

Cannabinoide

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Syva Rapid Test	negativ	3	3	100.00
Intex	negativ	8	8	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	17	17	100.00
Andere Schnelltests	negativ	74	72	97.00
Total		125	123	98.00

Cocain

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Syva Rapid Test	negativ	3	3	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	16	100.00
Andere Schnelltests	negativ	69	66	96.00
Total		114	111	97.00

Methadon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Syva Rapid Test		1	0	0.00
Intex	negativ	4	4	100.00
Rapitest Morwell	negativ	1	1	100.00
Syntron Quik		1	0	0.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	14	100.00
Andere Schnelltests	negativ	52	51	98.00
Total		96	93	97.00

Methaqualon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	1	100.00

EDDP

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	4	4	100.00

Opiate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	5	4	80.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Syva Rapid Test	negativ	3	3	100.00
Intex	negativ	4	4	100.00
Rapitest Morwell	negativ	2	1	50.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	16	100.00
Andere Schnelltests	negativ	66	62	94.00
Total		115	109	95.00

Paracetamol

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	10	10	100.00

Buprenorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	4	4	100.00

6-Acetylmorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	3	3	100.00

Phencyclidin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	positiv	10	10	100.00
Andere Schnelltests	positiv	5	4	80.00
Total	15		14	93.00

TCA

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Triage TOX	negativ	11	11	100.00
Alle Methoden	negativ	10	10	100.00
Total	27		27	100.00

LSD

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	2	2	100.00

Kommentar U3

Einem Liter Urin wurden, 1400 µg Nordazepam und 1000 µg Phencyclidin zugesetzt. Entsprechend sollten Benzodiazepine und PCP positiv, alle anderen Analysen negativ sein.