



# Survey Report

## 2020 - 2

## Survey Specimens

The homogeneity and stability of all specimens were checked before and/or during shipment and no irregularities were noted. The suitability tests were performed by the laboratories of the Universitätsspital Zürich (University Hospital Zurich) (<http://www.uzl.usz.ch/>).

The following survey specimens were produced specifically for MQ by a sub-contractor:  
B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Parasitic Hematology, K14 tumor marker

## Determination of target values

For each target value, the type of determination per ISO17043: 2010 B2.1 is indicated (column "type"):

- a Value known due to production.
- b Certified reference value for use with special specimens
- c Reference value determined by analysis
- d Consensus values of expert laboratories
- e Consensus values of the participants

For methods groups with more than 9 participants, consensus values of the participants ("e") are generally determined.

In order to calculate the target values, we use the mean value of the method group. Values that differ more than 1.5 times the QUALAB-tolerance are outliers and are not used to calculate the target value. Starting point for the elimination of outliers are the values of our suitability tests.

In order to provide all participants with target values that are as meaningful as possible, other methods may also be applied for smaller method groups.

## Uncertainty of the determined target values

The standard uncertainty ( $u_x$ ) is calculated using the following formula (ISO13528):

$u_x = (\text{target value}/100) * (1.25/\text{square root of "number of participants"}) * \%CV$

- $u_x$  has the same unit as the target value
- $u_x$  can be compared with the standard deviation of the participants' collective ( $SD = \text{target value} * \%CV / 100$ )
- For participant numbers >18, the standard uncertainty ( $u_x$ ) is significantly lower than the scatter of the collective participants and can be neglected.


## QUALAB and MQ tolerances

For all mandatory analyzes, QUALAB tolerances are used ([www.qualab.ch](http://www.qualab.ch), external quality control). For non-mandatory analyzes, the tolerances are specified by MQ's survey specimen leader.

If the determined uncertainty,  $u_x$ , of the target value is greater than 15% of the QUALAB or MQ tolerance, the letter indicating the type of target detection is marked with an additional star (example "e\*"). Thereby, we are alerting the participants to the fact that the uncertainty of the target value can have an impact on the evaluation.

## Graphics

The results are shown graphically as follows:



## Comparison of Devices

The data in this report allows you to compare the performance of different devices. However, remember to consider the following:

- The chemical control K1 is a ready-to-use commercial control serum. Even if the specimen is of human origin, it is possible that matrix effects occur. These are device-specific and result in different target values.
- Only one specimen was measured. Since the scatter of the results is dependent on the nature of the specimen (matrix effects) and on the signal strength, the determined coefficient of variations (CV in %) cannot be applied generally.
- A large number of runaways is due to administrative errors (wrong unit, results mixed up) or to operator errors (wrong sample, not correctly taken up in solution, not mixed well) and has nothing to do with the type of device.


Zürich, 28.6.2020

*RTMed*

Dr. R. Fried  
Survey Director

*Publication of this report or any portion thereof without our prior written consent is not permitted. The original is archived at [www.mqzh.ch](http://www.mqzh.ch)*

## INR




QUALAB Toleranz : 15 %

INR ()

| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Neoplastin Plus   | 7     | 85.7      | 0.0      | 14.3   | 2.19     | 3.7 | e   |
| 2   | Innovin           | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.73     | 5.1 | e   |
| 3   | Recombiplastin 2G | 10    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.74     | 4.7 | e   |
| 4   | Eurolyser         | 4     | 75.0      | 0.0      | 25.0   | 1.39     | 3.0 | e   |
| 5   | Other methods     | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.73     | 4.5 | e   |
| 6   | Neoplastin R      | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.77     | 4.0 | e   |

## Fibrinogen OA




QUALAB Toleranz : 15 %

Fibrinogen OA (g/l)

| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Other methods     | 6     | 83.3      | 16.7     | 0.0    | 1.08     | 11.0 | e*  |
| 2   | Siemens Thrombin  | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.92     | 4.9  | e*  |
| 3   | Stago/STA         | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.07     | 4.3  | e   |
| 4   | Fibrinogen Q.F.A. | 4     | 75.0      | 25.0     | 0.0    | 1.01     | 12.1 | e*  |

## Activated Prothrombin Time




QUALAB Toleranz : 25 %

Activated Prothrombin Time (Sek)


| Nr. | Methode       | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|---------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Other methods | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 46.8     | 12.5 | e*  |
| 2   | Actin FS      | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 42.0     | 12.4 | e*  |
| 3   | Pathromtin SL | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 71.0     | 5.2  | e   |
| 4   | Stago/STA     | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 51.6     | 5.0  | e   |
| 5   | aPTT-SP       | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 40.8     | 5.0  | e   |

## INR CoaguChek



| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | CoaguChek Pro II | 536   | 98.9      | 0.2      | 0.9    | 2.9      | 3.8 | e   |

## Prothrombin time NT




QUALAB Toleranz : 15 %

Prothrombin time NT (%)

| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Neoplastin R      | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 87       | 4.0 | e   |
| 2   | Neoplastin Plus   | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 88       | 3.9 | e   |
| 3   | Innovin           | 9     | 88.9      | 11.1     | 0.0    | 91       | 7.9 | e*  |
| 4   | all Participants  | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 100      | 2.3 | e   |
| 5   | Recombiplastin 2G | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 100      | 2.9 | e   |


## Faktor II



| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | all Participants | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 92.0     | 5.0 | e   |




## Fibrinogen N




| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Siemens Thrombin  | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.92     | 6.3 | e*  |
| 2   | Other methods     | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.65     | 8.5 | e*  |
| 3   | Stago/STA         | 17    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3.04     | 4.3 | e   |
| 4   | Fibrinogen Q.F.A. | 6     | 83.3      | 0.0      | 16.7   | 2.87     | 7.4 | e*  |

## Faktor V




| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | all Participants | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 76.0     | 10.1 | e*  |

**aPTT N**


| Nr. | Methode       | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|---------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Actin FS      | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 25.3     | 5.9  | e   |
| 2   | Other methods | 10    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 32.2     | 11.5 | e*  |
| 3   | Stago/STA     | 16    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 32.6     | 5.3  | e   |
| 4   | aPTT-SP       | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 27.6     | 5.4  | e   |

## Faktor VII




| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | all Participants | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 96.0     | 6.9 | e   |

## Prothrombin time HT




| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Neoplastin R      | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 94       | 4.2 | e   |
| 2   | Innovin           | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 94       | 3.4 | e   |
| 3   | all Participants  | 10    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 98       | 5.6 | e   |
| 4   | Recombiplastin 2G | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 108      | 5.9 | e*  |

## Anti-FXa (unfrakt-Heparin)



| Nr. | Methode   | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|-----------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Stago/STA | 4     | 50.0      | 25.0     | 25.0   | 0.14     | 20.4 | e*  |
| 2   | ACL       | 10    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.32     | 10.5 | a   |


## Fibrinogen H



QUALAB Toleranz : 15 %

Fibrinogen H (g/l)


| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Siemens Thrombin  | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.99     | 5.3 | e*  |
| 2   | Stago/STA         | 12    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3.18     | 3.2 | e   |
| 3   | Fibrinogen Q.F.A. | 9     | 77.8      | 11.1     | 11.1   | 2.86     | 8.6 | e*  |

**aPTT H**

| Nr. Methode |           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-------------|-----------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1           | Actin FS  | 5     | 80.0      | 20.0     | 0.0    | 44.0     | 12.5 | e*  |
| 2           | Stago/STA | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 52.2     | 3.1  | e   |
| 3           | aPTT-SP   | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 64.1     | 7.6  | e   |




## D-dimer




| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | STA Liatest       | 14    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.25     | 2.4  | e   |
| 2   | Siemens Innovance | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3.50     | 9.0  | e*  |
| 3   | Eurolyser         | 10    | 70.0      | 20.0     | 10.0   | 5.82     | 15.0 | e*  |
| 4   | ACL               | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3.32     | 8.3  | e*  |
| 5   | AQT 90 FLEX       | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.53     | 3.7  | e   |
| 6   | VIDAS             | 17    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.23     | 8.3  | e   |

## CoaguChek APTT




| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | CoaguChek Pro II | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 45.6     | 6.4 | e   |

## INR CCXS




| Nr. | Methode      | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | CoaguChek XS | 1791  | 98.9      | 0.5      | 0.6    | 1.9      | 3.4 | e   |

## INR HC




| Nr. Methode    | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 Hemochron j. | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 5.0      | 4.9 | e   |

## INR MI



| Nr. Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 MicroINR  | 129   | 75.2      | 17.8     | 7.0    | 2.0      | 8.2 | e   |

## INR Xprecia




QUALAB Toleranz : 15 %  
( < 1.3: +/- 0.2 )

INR Xprecia ()


| Nr. Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 Xprecia   | 62    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.1      | 4.5 | e   |

## INR Lumira Dx



| Nr. Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 Lumira Dx | 5     | 40.0      | 20.0     | 40.0   | 3.2      | 8.5 | e*  |


## Anti-FXa (LMW-Heparin)




| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | all Participants | 7     | 71.4      | 28.6     | 0.0    | 0.87     | 14.7 | e*  |
| 2   | Stago/STA        | 7     | 71.4      | 0.0      | 28.6   | 0.78     | 5.4  | e   |
| 3   | ACL              | 6     | 66.7      | 33.3     | 0.0    | 0.81     | 14.3 | e*  |



## Anti-FXa (Rivaroxaban)




## Anti-FXa (Apixaban)




| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | all Participants | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 82.75    | 10.4 | e*  |

# Hemoglobin




| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Automat           | 22    | 95.5      | 4.5      | 0.0    | 125.2    | 3.6 | e   |
| 2   | Cyanmethemoglobin | 32    | 93.7      | 6.3      | 0.0    | 125.8    | 4.5 | e   |
| 3   | Sysmex X          | 42    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 126.8    | 1.4 | e   |
| 4   | Advia 120         | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 129.0    | 1.2 | e   |
| 5   | Yumizen/Pentra    | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 127.5    | 2.5 | e*  |
| 6   | Reflotron         | 8     | 62.5      | 12.5     | 25.0   | 130.5    | 6.3 | e*  |
| 7   | Hemocue           | 397   | 95.0      | 1.5      | 3.5    | 125.1    | 2.5 | e   |
| 8   | Dr. Lange         | 9     | 88.9      | 0.0      | 11.1   | 127.0    | 3.1 | e   |
| 9   | Hemocontrol       | 10    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 128.0    | 1.8 | e   |
| 10  | DiaSpect          | 16    | 87.5      | 0.0      | 12.5   | 134.6    | 3.5 | e   |
| 11  | Sysmex            | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 126.0    | 1.2 | e   |

## Hemoglobin




| Nr. | Methode              | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Sysmex KX21          | 244   | 98.0      | 0.4      | 1.6    | 126.1    | 1.5 | e   |
| 2   | Sysmex PocH - 100i   | 196   | 98.0      | 1.0      | 1.0    | 123.9    | 2.4 | e   |
| 3   | Sysmex XP 300        | 541   | 98.7      | 0.0      | 1.3    | 126.0    | 1.5 | e   |
| 4   | Mythic               | 294   | 98.0      | 0.3      | 1.7    | 124.5    | 2.6 | e   |
| 5   | Swelab               | 44    | 97.7      | 2.3      | 0.0    | 127.5    | 2.4 | e   |
| 6   | Abacus Junior        | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 131.0    | 3.6 | e*  |
| 7   | Medonic              | 7     | 85.7      | 14.3     | 0.0    | 126.0    | 4.7 | e*  |
| 8   | Celltac Alpha (Nihon | 81    | 98.8      | 0.0      | 1.2    | 127.3    | 1.8 | e   |
| 9   | Samsung HC10         | 36    | 97.2      | 2.8      | 0.0    | 126.9    | 3.5 | e   |
| 10  | Micros 60            | 166   | 98.8      | 0.6      | 0.6    | 124.3    | 2.9 | e   |

## Hematocrit




| Nr. | Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Automat        | 18    | 83.3      | 5.6      | 11.1   | 0.37     | 5.9 | e*  |
| 2   | Centrifuge     | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.39     | 2.6 | e*  |
| 3   | Sysmex X       | 42    | 97.6      | 0.0      | 2.4    | 0.39     | 3.1 | e   |
| 4   | Advia 120      | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.36     | 1.2 | e   |
| 5   | Yumizen/Pentra | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.35     | 3.3 | e*  |
| 6   | Sysmex         | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.39     | 2.8 | e*  |

## Hematocrit




| Nr. | Methode              | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Sysmex KX21          | 245   | 98.0      | 0.8      | 1.2    | 0.35     | 2.2 | e   |
| 2   | Sysmex PocH - 100i   | 195   | 97.5      | 1.5      | 1.0    | 0.38     | 2.9 | e   |
| 3   | Sysmex XP 300        | 542   | 97.7      | 0.6      | 1.7    | 0.36     | 2.2 | e   |
| 4   | Mythic               | 295   | 95.6      | 2.4      | 2.0    | 0.38     | 3.9 | e   |
| 5   | Swelab               | 44    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.38     | 3.3 | e   |
| 6   | Abacus Junior        | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.39     | 2.3 | e*  |
| 7   | Medonic              | 7     | 71.4      | 28.6     | 0.0    | 0.38     | 6.1 | e*  |
| 8   | Celltac Alpha (Nihon | 82    | 98.8      | 0.0      | 1.2    | 0.38     | 2.3 | e   |
| 9   | Samsung HC10         | 36    | 94.4      | 5.6      | 0.0    | 0.40     | 3.9 | e   |
| 10  | Micros 60            | 166   | 88.6      | 7.8      | 3.6    | 0.35     | 4.7 | e   |

## Erythrocytes




## Erythrocytes






## Leucocytes




| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Automat           | 14    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 7.42     | 6.7  | e   |
| 2   | Microscopic       | 20    | 90.0      | 10.0     | 0.0    | 6.44     | 13.7 | e*  |
| 3   | Sysmex X          | 42    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 7.49     | 5.2  | e   |
| 4   | Advia 120 (Perox) | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 6.55     | 10.2 | e*  |
| 5   | Yumizen/Pentra    | 4     | 0.0       | 50.0     | 50.0   | 5.62     | 47.3 | e*  |
| 6   | Sysmex            | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 7.48     | 3.4  | e   |

## Leucocytes




## Thrombocytes




| Nr. | Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Automat        | 14    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 271.4    | 11.7 | e*  |
| 2   | Microscopic    | 13    | 84.6      | 15.4     | 0.0    | 250.8    | 16.4 | e*  |
| 3   | Sysmex X       | 42    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 280.3    | 4.4  | e   |
| 4   | Advia 120      | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 265.5    | 3.9  | e   |
| 5   | Yumizen/Pentra | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 297.5    | 14.1 | e*  |
| 6   | Sysmex         | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 280.5    | 4.3  | e   |

## Thrombocytes




| Nr. | Methode              | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Sysmex KX21          | 245   | 99.6      | 0.0      | 0.4    | 281.2    | 4.7  | e   |
| 2   | Sysmex PocH - 100i   | 195   | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 292.6    | 4.9  | e   |
| 3   | Sysmex XP 300        | 542   | 99.0      | 0.4      | 0.6    | 291.2    | 4.9  | e   |
| 4   | Mythic               | 295   | 95.2      | 3.4      | 1.4    | 257.9    | 10.9 | e   |
| 5   | Swelab               | 44    | 97.7      | 2.3      | 0.0    | 264.3    | 8.2  | e   |
| 6   | Abacus Junior        | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 296.0    | 5.8  | e   |
| 7   | Medonic              | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 270.0    | 7.0  | e   |
| 8   | Celltac Alpha (Nihon | 82    | 98.8      | 0.0      | 1.2    | 265.8    | 6.9  | e   |
| 9   | Samsung HC10         | 36    | 97.2      | 0.0      | 2.8    | 292.8    | 8.2  | e   |
| 10  | Micros 60            | 166   | 99.4      | 0.0      | 0.6    | 267.0    | 8.6  | e   |

## Hemoglobin H2




| Nr. | Methode    | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Zybio Z3   | 17    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 118.4    | 4.4 | e   |
| 2   | Abx Micros | 154   | 96.8      | 0.6      | 2.6    | 113.8    | 3.3 | e   |
| 3   | Microsemi  | 758   | 98.7      | 0.4      | 0.9    | 117.2    | 2.0 | e   |

## Hematocrit H2



| Nr. | Methode    | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Zybio Z3   | 17    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.37     | 3.4 | e   |
| 2   | Abx Micros | 153   | 94.7      | 2.0      | 3.3    | 0.33     | 3.8 | e   |
| 3   | Microsemi  | 758   | 97.8      | 0.9      | 1.3    | 0.33     | 2.8 | e   |

## Leucocytes H2




QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes H2 (G/l)

| Nr. | Methode    | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Zybio Z3   | 17    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 6.85     | 3.4 | e   |
| 2   | Abx Micros | 154   | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 6.49     | 6.0 | e   |
| 3   | Microsemi  | 759   | 99.0      | 0.1      | 0.9    | 6.83     | 4.0 | e   |


## Thrombocytes H2



| Nr. | Methode    | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Zybio Z3   | 17    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 297.2    | 5.2 | e   |
| 2   | Abx Micros | 154   | 99.4      | 0.6      | 0.0    | 264.2    | 7.7 | e   |
| 3   | Microsemi  | 759   | 98.2      | 0.9      | 0.9    | 269.7    | 6.3 | e   |



## Erythrocytes H2




QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes H2 (T/l)


| Nr. | Methode    | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Zybio Z3   | 17    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3.96     | 3.3 | e   |
| 2   | Abx Micros | 154   | 98.7      | 1.3      | 0.0    | 3.90     | 5.3 | e   |
| 3   | Microsemi  | 759   | 98.1      | 0.8      | 1.1    | 3.85     | 3.7 | e   |

## CRP H2




| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Zybio Z3          | 14    | 92.9      | 0.0      | 7.1    | 45.5     | 12.9 | e*  |
| 2   | Microsemi         | 746   | 94.7      | 0.9      | 4.4    | 47.0     | 7.5  | e   |
| 3   | Abx Micros        | 15    | 93.3      | 6.7      | 0.0    | 45.3     | 8.4  | e   |
| 4   | ABX Micros CRP200 | 132   | 96.9      | 2.3      | 0.8    | 42.8     | 9.3  | e   |

## Hemoglobin BG




| Nr. Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 iStat     | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 187.0    | 3.7 | e*  |

## Hematocrit




| Nr. Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 iStat     | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.55     | 3.5 | e*  |
| 2 EPOC      | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.51     | 5.7 | e*  |

## Hemoglobin




| Nr. | Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Sysmex         | 66    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 159.6    | 1.0 | e   |
| 2   | Advia          | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 161.5    | 1.7 | e   |
| 3   | Yumizen/Pentra | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 162.7    | 1.5 | e   |

## Hematocrit




| Nr. | Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Sysmex         | 66    | 97.0      | 1.5      | 1.5    | 0.49     | 3.6 | e   |
| 2   | Advia          | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.48     | 4.0 | e*  |
| 3   | Yumizen/Pentra | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.47     | 3.0 | e   |

## Erythrocytes



| Nr. | Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Sysmex         | 66    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 5.58     | 1.1 | e   |
| 2   | Advia          | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 5.57     | 1.5 | e   |
| 3   | Yumizen/Pentra | 13    | 92.3      | 0.0      | 7.7    | 5.47     | 2.2 | e   |

## Leucocytes




QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes (G/l)

| Nr. | Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Sysmex         | 65    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 6.08     | 3.0  | e   |
| 2   | Advia          | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 5.91     | 4.8  | e   |
| 3   | Yumizen/Pentra | 13    | 92.3      | 7.7      | 0.0    | 5.76     | 10.6 | e   |



## Thrombocytes




QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes (G/l)


| Nr. | Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Sysmex         | 66    | 98.5      | 1.5      | 0.0    | 255.0    | 7.4 | e   |
| 2   | Advia          | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 246.5    | 7.9 | e*  |
| 3   | Yumizen/Pentra | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 263.5    | 5.9 | e   |

## Neutrophils




| Nr. | Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Sysmex         | 66    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3.12     | 3.3 | e   |
| 2   | Advia          | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3.17     | 6.0 | e   |
| 3   | Yumizen/Pentra | 13    | 92.3      | 0.0      | 7.7    | 2.91     | 7.4 | e   |

## Lymphocytes




## Monocytes




| Nr. | Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Sysmex         | 66    | 98.5      | 1.5      | 0.0    | 0.52     | 11.5 | e   |
| 2   | Advia          | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.35     | 17.6 | e*  |
| 3   | Yumizen/Pentra | 13    | 76.9      | 23.1     | 0.0    | 0.45     | 28.9 | e*  |

## Eosinophils



| Nr. | Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Sysmex         | 66    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.16     | 13.1 | e   |
| 2   | Advia          | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.13     | 29.8 | e*  |
| 3   | Yumizen/Pentra | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.12     | 32.9 | e   |

## Basophiles




MQ tolerance : 80 %  
( < 0.10: +/- 0.08 G/l)

Basophiles (G/l)


| Nr. | Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Sysmex         | 65    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.05     | 38.2 | e   |
| 2   | Advia          | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.05     | 58.8 | e*  |
| 3   | Yumizen/Pentra | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.05     | 44.7 | e*  |

## MCV



| Nr. | Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Sysmex         | 59    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 88.2     | 4.0 | e   |
| 2   | Advia          | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 86.4     | 4.6 | e   |
| 3   | Yumizen/Pentra | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 85.9     | 1.5 | e   |

## MCH




MQ tolerance : 25 %

MCH (pg)

| Nr. | Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Sysmex         | 58    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 28.7     | 1.3 | e   |
| 2   | Advia          | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 29.0     | 1.8 | e   |
| 3   | Yumizen/Pentra | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 29.6     | 2.0 | e   |




## MCHC



| Nr. | Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Sysmex         | 59    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 326      | 4.2 | e   |
| 2   | Advia          | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 335      | 5.5 | e   |
| 3   | Yumizen/Pentra | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 345      | 2.6 | e   |

## RDW




MQ tolerance : 25 %

RDW (%)

| Nr. | Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Sysmex         | 58    | 98.3      | 0.0      | 1.7    | 14.6     | 4.6 | e   |
| 2   | Advia          | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 14.8     | 6.0 | e   |
| 3   | Yumizen/Pentra | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 13.8     | 9.5 | e   |

## Immature Granulocytes




MQ tolerance : 25 %  
( < 0.10: +/- 0.10 G/l)

Immature Granulocytes (G/l)

| Nr. Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1 Sysmex    | 51    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.02     | 65.9 | e*  |

## Reticulocytes




MQ tolerance : 30 %

Reticulocytes (G/l)

| Nr. | Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|---------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Sysmex  | 34    | 97.1      | 2.9      | 0.0    | 69.9     | 13.1 | e   |
| 2   | Advia   | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 69.1     | 16.5 | a   |

## Hämolyseindex Probe A




MQ tolerance : 15 %

Hämolyseindex Probe A ()


| Nr. | Methode   | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-----------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas     | 15    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 113.13   | 6.4 | e   |
| 2   | Architect | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.98     | 4.3 | e*  |

## Hämolyseindex Probe B




| Nr. | Methode   | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-----------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas     | 15    | 93.3      | 6.7      | 0.0    | 27.87    | 8.6 | e*  |
| 2   | Architect | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.24     | 7.4 | e*  |

## Erythrocyte sedimentation rate 1h



| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | MINI-CUBE          | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 105      | 22.6 | a   |
| 2   | Sarstedt Sedivette | 12    | 91.7      | 8.3      | 0.0    | 75       | 19.4 | e*  |
| 3   | BD Seditainer      | 28    | 89.3      | 0.0      | 10.7   | 74       | 11.2 | e   |


## Erythrocyte sedimentation rate 2h



| Nr. | Methode       | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|---------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | BD Seditainer | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 150      | 6.9 | e   |




## CRP




| Nr. | Methode              | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Cobas b101           | 234   | 99.1      | 0.0      | 0.9    | 27.1     | 4.5  | e   |
| 2   | Cobas                | 20    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 28.8     | 7.3  | e   |
| 3   | Turbidimetry         | 14    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 29.6     | 7.7  | e   |
| 4   | Afinion              | 1299  | 98.9      | 0.3      | 0.8    | 28.4     | 6.6  | e   |
| 5   | NycoCard SingleTest- | 135   | 79.3      | 9.6      | 11.1   | 27.1     | 13.0 | e   |
| 6   | Quick Read go        | 109   | 97.3      | 0.9      | 1.8    | 28.6     | 6.9  | e   |
| 7   | Eurolyser            | 99    | 81.8      | 7.1      | 11.1   | 38.7     | 11.0 | e   |
| 8   | Fuji Dri-Chem        | 14    | 71.4      | 14.3     | 14.3   | 32.7     | 15.4 | e*  |
| 9   | Autolyser/DiaSys     | 11    | 81.8      | 0.0      | 18.2   | 28.6     | 5.4  | e   |
| 10  | Piccolo              | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 33.3     | 5.5  | e   |
| 11  | Celltac chemi        | 44    | 93.2      | 6.8      | 0.0    | 29.8     | 8.2  | e   |

## CRP



| Nr. | Methode             | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|---------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | QuikRead (Vollblut) | 45    | 93.4      | 2.2      | 4.4    | 47.7     | 5.7 | e   |

## CRP




QUALAB Toleranz : 21 %

CRP (mg/l)

| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Spinit             | 12    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 33.5     | 8.8 | e*  |
| 2   | Architect          | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 30.5     | 4.9 | e   |
| 3   | Beckman            | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 29.5     | 8.1 | e*  |
| 4   | AQT 90 FLEX        | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 33.0     | 3.7 | e   |
| 5   | Spotchem D-Concept | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 28.5     | 4.3 | e   |
| 6   | Other methods      | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 31.8     | 0.9 | e   |

## IgG




QUALAB Toleranz : 25 %

IgG (g/l)

| Nr. | Methode      | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Turbidimetry | 15    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 13.5     | 4.5 | e   |
| 2   | Nephelometry | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 13.3     | 4.4 | e   |

## IgA




QUALAB Toleranz : 25 %

IgA (g/l)

| Nr. | Methode      | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Turbidimetry | 15    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.3      | 3.9 | e   |
| 2   | Nephelometry | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.5      | 6.6 | e   |

## IgM




QUALAB Toleranz : 25 %

IgM (g/l)


| Nr. | Methode      | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Turbidimetry | 15    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.1      | 5.5 | e   |
| 2   | Nephelometry | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.2      | 6.8 | e*  |

## IgE



| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | all Participants | 5     | 80.0      | 20.0     | 0.0    | 108      | 16.1 | e*  |
| 2   | Cobas            | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 119      | 10.1 | e*  |


## Alpha-1-Antitrypsin



| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | all Participants | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.21     | 4.2 | e   |




## Anti-Streptolysin-Antibodies



| Nr. Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 all Participants | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 170      | 4.3 | e   |

## Complement C3




MQ tolerance : 25 %

Complement C3 (g/l)


| Nr. Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 all Participants | 14    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.63     | 5.6 | e   |

## Complement C4




| Nr. Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 all Participants | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.29     | 7.5 | e   |

## Haptoglobin




| Nr. Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 all Participants | 17    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.46     | 2.6 | e   |

## Transferrin




| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | all Participants | 25    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.49     | 2.9 | e   |

## Beta-2 microglobuline




| Nr. Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 all Participants | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.26     | 4.9 | e   |

## Rheumatoid factor



| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | all Participants | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 32.0     | 8.9 | e*  |


## Ceruloplasmin



| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Siemens          | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 360.00   | 10.9 | e*  |
| 2   | all Participants | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 267.50   | 6.1  | e*  |




## Prealbumin




| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | all Participants | 15    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 229.9    | 4.2 | e   |

## Soluble transferrin receptor



| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | all Participants | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3.5      | 3.1 | e   |

## CRP HS




QUALAB Toleranz : 21 %  
 (< 10.00: +/- 2.00 mg/l)

CRP HS (mg/l)


| Nr. | Methode      | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Turbidimetry | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 5.52     | 3.9 | e   |

## Lipoprotein (a)



| Nr. Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 Others    | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 64       | 7.8 | e*  |

# CRP




QUALAB Toleranz : 21 %

CRP (mg/l)


| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Imuchem / Simplex | 10    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 40.5     | 11.0 | e*  |
| 2   | AFIAS             | 124   | 92.8      | 3.2      | 4.0    | 41.9     | 8.1  | e   |

# Albumine




| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Standard chemistry | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 38       | 1.6 | e   |
| 2   | Cobas              | 21    | 95.2      | 4.8      | 0.0    | 40       | 3.7 | e   |
| 3   | Fuji Dri-Chem      | 215   | 97.2      | 0.9      | 1.9    | 48       | 4.1 | e   |
| 4   | Spotchem/Ready     | 28    | 96.4      | 3.6      | 0.0    | 39       | 5.3 | e   |
| 5   | Spotchem D-Concept | 157   | 95.5      | 4.5      | 0.0    | 47       | 5.5 | e   |
| 6   | Piccolo            | 49    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 37       | 2.9 | e   |
| 7   | Beckmann           | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 37       | 2.0 | e   |
| 8   | Dimension          | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 34       | 1.9 | e   |
| 9   | Abx Mira           | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 38       | 3.1 | e   |
| 10  | Hitachi S40/M40    | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 35       | 4.1 | e   |
| 11  | Autolyser/DiaSys   | 7     | 71.4      | 28.6     | 0.0    | 38       | 7.8 | e*  |

## Alkaline phosphatase



| Nr. Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1 IFCC               | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 214      | 2.4  | e   |
| 2 Cobas              | 22    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 177      | 5.3  | e   |
| 3 Reflotron          | 466   | 95.3      | 2.6      | 2.1    | 350      | 7.0  | e   |
| 4 Fuji Dri-Chem      | 803   | 99.3      | 0.1      | 0.6    | 189      | 5.7  | e   |
| 5 Spotchem/Ready     | 54    | 90.7      | 7.4      | 1.9    | 241      | 9.3  | e   |
| 6 Spotchem D-Concept | 299   | 98.0      | 0.7      | 1.3    | 203      | 6.7  | e   |
| 7 Hitachi S40/M40    | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 149      | 3.6  | e   |
| 8 Beckman            | 12    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 243      | 7.1  | e   |
| 9 Dimension          | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 193      | 2.8  | e   |
| 10 Piccolo           | 42    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 246      | 3.4  | e   |
| 11 Abx Mira          | 8     | 87.5      | 12.5     | 0.0    | 217      | 11.3 | e*  |
| 12 Autolyser/DiaSys  | 18    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 190      | 6.9  | e   |


## Amylase



| Nr. Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 IFCC               | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 283      | 6.1 | e*  |
| 2 Cobas              | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 260      | 2.8 | e   |
| 3 Reflotron          | 125   | 96.0      | 3.2      | 0.8    | 230      | 7.0 | e   |
| 4 Fuji Dri-Chem      | 589   | 99.8      | 0.2      | 0.0    | 200      | 4.2 | e   |
| 5 Spotchem/Ready     | 39    | 89.7      | 0.0      | 10.3   | 86       | 9.4 | e   |
| 6 Spotchem D-Concept | 237   | 99.6      | 0.0      | 0.4    | 148      | 5.7 | e   |
| 7 Architect          | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 336      | 2.8 | e   |
| 8 Piccolo            | 42    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 243      | 4.0 | e   |
| 9 Abx Mira           | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 326      | 1.3 | e   |
| 10 Hitachi S40/M40   | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 303      | 5.1 | e   |
| 11 Autolyser/DiaSys  | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 242      | 2.8 | e   |




## Pancreatic amylase




| Nr. Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 IFCC             | 15    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 228      | 4.6 | e   |
| 2 Cobas            | 12    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 238      | 2.3 | e   |
| 3 Reflotron        | 318   | 96.8      | 1.6      | 1.6    | 209      | 6.3 | e   |
| 4 Autolyser/DiaSys | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 226      | 4.9 | e   |

## Bilirubin



| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Standard chemistry | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 48.8     | 12.6 | e*  |
| 2   | Cobas              | 19    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 46.5     | 4.8  | e   |
| 3   | Reflotron          | 350   | 96.3      | 2.0      | 1.7    | 53.6     | 7.5  | e   |
| 4   | Fuji Dri-Chem      | 637   | 97.3      | 1.4      | 1.3    | 49.8     | 6.3  | e   |
| 5   | Spotchem/Ready     | 49    | 87.8      | 10.2     | 2.0    | 55.6     | 11.2 | e   |
| 6   | Spotchem D-Concept | 239   | 97.9      | 0.8      | 1.3    | 45.0     | 7.5  | e   |
| 7   | Beckman            | 10    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 58.5     | 7.1  | e*  |
| 8   | Piccolo            | 48    | 95.8      | 2.1      | 2.1    | 41.4     | 7.0  | e   |
| 9   | Abx Mira           | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 44.7     | 10.6 | e*  |
| 10  | Hitachi S40/M40    | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 52.3     | 5.7  | e   |
| 11  | Autolyser/DiaSys   | 16    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 48.5     | 3.2  | e   |

## Bilirubin direct




MQ tolerance : 18 %

Bilirubin direct (μmol/l)

| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Autolyser/DiaSys | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 31.2     | 10.8 | e*  |
| 2   | Fuji Dri-Chem    | 25    | 92.0      | 0.0      | 8.0    | 27.8     | 5.6  | e   |

## Calcium




QUALAB Toleranz : 9 %  
( < 2.00: +/- 0.18 mmol/l)

Calcium (mmol/l)


| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Standard chemistry | 25    | 96.0      | 4.0      | 0.0    | 2.37     | 3.3 | e   |
| 2   | Cobas              | 22    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.42     | 2.6 | e   |
| 3   | Fuji Dri-Chem      | 355   | 96.4      | 2.8      | 0.8    | 2.47     | 4.1 | e   |
| 4   | Spotchem/Ready     | 16    | 93.7      | 6.3      | 0.0    | 1.97     | 5.3 | e*  |
| 5   | Spotchem D-Concept | 95    | 91.6      | 2.1      | 6.3    | 1.99     | 3.7 | e   |
| 6   | Piccolo            | 46    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.41     | 2.3 | e   |
| 7   | Hitachi S40/M40    | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.35     | 4.6 | e*  |
| 8   | Autolyser/DiaSys   | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.33     | 2.5 | e   |

## Calcium ISE




| Nr. | Methode     | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | iStat Chem8 | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.93     | 1.1 | e   |

# Chloride



| Nr. Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 ISE                 | 27    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 98       | 2.6 | e   |
| 2 Cobas               | 12    | 91.7      | 0.0      | 8.3    | 94       | 2.3 | e   |
| 3 Fuji Dri-Chem       | 742   | 97.1      | 1.6      | 1.3    | 107      | 2.0 | e   |
| 4 Spotchem D-Concept  | 272   | 96.7      | 1.8      | 1.5    | 110      | 2.3 | e   |
| 5 Spotchem EL-SE 1520 | 66    | 89.4      | 4.5      | 6.1    | 115      | 2.9 | e   |
| 6 Piccolo             | 21    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 98       | 1.5 | e   |
| 7 iStat Chem8         | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 103      | 0.9 | e   |

## Cholesterol total




QUALAB Toleranz : 10 %

Cholesterol total (mmol/l)

| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Imuchem / Simplex  | 7     | 85.7      | 0.0      | 14.3   | 4.40     | 5.0 | e*  |
| 2   | Standard chemistry | 24    | 91.7      | 0.0      | 8.3    | 4.00     | 3.1 | e   |
| 3   | Cobas              | 20    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3.80     | 2.3 | e   |
| 4   | Reflotron          | 407   | 97.8      | 1.5      | 0.7    | 3.57     | 3.4 | e   |
| 5   | Fuji Dri-Chem      | 791   | 96.2      | 2.7      | 1.1    | 3.78     | 4.5 | e   |
| 6   | Spotchem/Ready     | 74    | 93.2      | 2.7      | 4.1    | 3.90     | 4.3 | e   |
| 7   | Spotchem D-Concept | 300   | 95.7      | 3.3      | 1.0    | 3.79     | 4.5 | e   |
| 8   | Piccolo            | 23    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3.94     | 2.0 | e   |
| 9   | Cholestech LDX     | 317   | 97.4      | 1.3      | 1.3    | 3.96     | 3.9 | e   |
| 10  | Abx Mira           | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 4.07     | 2.2 | e   |
| 11  | Hitachi S40/M40    | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3.92     | 1.9 | e   |
| 12  | Autolyser/DiaSys   | 18    | 88.8      | 5.6      | 5.6    | 3.89     | 5.4 | e*  |
| 13  | Other methods      | 5     | 80.0      | 0.0      | 20.0   | 3.09     | 1.1 | e   |


## Cholesterin HDL



| Nr. | Methode              | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Imuchem / Simplex    | 7     | 71.4      | 28.6     | 0.0    | 1.00     | 21.1 | e*  |
| 2   | Wet chemistry, direc | 12    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.21     | 7.7  | e   |
| 3   | Cobas                | 18    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.00     | 5.2  | e   |
| 4   | Reflotron            | 287   | 77.7      | 13.2     | 9.1    | 0.88     | 13.4 | e   |
| 5   | Fuji Dri-Chem        | 768   | 98.8      | 0.3      | 0.9    | 1.40     | 3.5  | e   |
| 6   | Spotchem/Ready       | 67    | 94.0      | 6.0      | 0.0    | 0.60     | 11.1 | e   |
| 7   | Spotchem D-Concept   | 292   | 90.1      | 8.9      | 1.0    | 0.66     | 12.1 | e   |
| 8   | Dimension            | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.52     | 5.2  | e*  |
| 9   | Piccolo              | 21    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.97     | 10.9 | e   |
| 10  | Pentra/Selectra      | 11    | 90.9      | 9.1      | 0.0    | 0.81     | 11.5 | e*  |
| 11  | Cholestech LDX       | 317   | 88.4      | 6.6      | 5.0    | 1.08     | 10.6 | e   |
| 12  | Hitachi S40/M40      | 10    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.24     | 7.0  | e   |
| 13  | Architect            | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.02     | 3.0  | e   |
| 14  | Autolyser/DiaSys     | 18    | 94.4      | 5.6      | 0.0    | 1.22     | 6.4  | e   |




## Creatine kinase




| Nr. Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1 IFCC               | 20    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 388      | 5.1  | e   |
| 2 Cobas              | 19    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 373      | 1.6  | e   |
| 3 Reflotron          | 307   | 85.7      | 7.8      | 6.5    | 291      | 10.5 | e   |
| 4 Fuji Dri-Chem      | 531   | 98.3      | 0.8      | 0.9    | 408      | 5.5  | e   |
| 5 Spotchem/Ready     | 30    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 413      | 6.3  | e   |
| 6 Spotchem D-Concept | 189   | 96.8      | 3.2      | 0.0    | 410      | 7.8  | e   |
| 7 Piccolo            | 17    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 403      | 4.0  | e   |
| 8 Abx Mira           | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 437      | 3.6  | e   |
| 9 Hitachi S40/M40    | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 318      | 9.4  | e*  |
| 10 Dimension         | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 375      | 2.6  | e   |
| 11 Autolyser/DiaSys  | 15    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 418      | 3.4  | e   |

## Cholesterol LDL




| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Standard chemistry | 8     | 87.5      | 0.0      | 12.5   | 2.0      | 8.0 | e*  |
| 2   | Roche, Cobas       | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.7      | 5.4 | e   |
| 3   | Hitachi S40/M40    | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.5      | 4.4 | e   |
| 4   | Autolyser/DiaSys   | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.1      | 8.5 | e*  |
| 5   | Beckman            | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.5      | 5.7 | e   |

## Iron




| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Standard chemistry | 15    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 28       | 3.4 | e   |
| 2   | Cobas              | 10    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 28       | 1.9 | e   |

## Gamma-glutamyltransferase




| Nr. Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 Imuchem / Simplex  | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 102      | 9.2 | e*  |
| 2 Cobas              | 21    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 79       | 7.5 | e   |
| 3 Reflotron          | 618   | 97.1      | 1.6      | 1.3    | 102      | 6.1 | e   |
| 4 Fuji Dri-Chem      | 881   | 99.3      | 0.1      | 0.6    | 111      | 5.6 | e   |
| 5 Spotchem/Ready     | 81    | 96.3      | 3.7      | 0.0    | 109      | 7.3 | e   |
| 6 Spotchem D-Concept | 339   | 97.9      | 1.5      | 0.6    | 107      | 7.1 | e   |
| 7 Selectra/Biolis    | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 84       | 3.6 | e   |
| 8 Architect          | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 77       | 3.7 | e   |
| 9 Dimension          | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 84       | 3.1 | e   |
| 10 IFCC Beckmann     | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 82       | 1.9 | e   |
| 11 Piccolo           | 40    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 74       | 4.7 | e   |
| 12 Hitachi S40/M40   | 14    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 91       | 5.9 | e   |
| 13 Autolysen/DiaSys  | 18    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 83       | 4.4 | e   |

## Glucose




| Nr. Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1 Imuchem / Simplex  | 7     | 14.3      | 14.3     | 71.4   | 11.2     | 11.6 | a   |
| 2 Standard chemistry | 26    | 92.4      | 3.8      | 3.8    | 11.2     | 3.2  | e   |
| 3 Cobas              | 20    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 11.4     | 1.7  | e   |
| 4 Reflotron          | 607   | 91.5      | 4.9      | 3.6    | 10.4     | 4.7  | e   |
| 5 Fuji Dri-Chem      | 836   | 99.3      | 0.1      | 0.6    | 10.4     | 2.5  | e   |
| 6 Spotchem/Ready     | 74    | 87.8      | 8.1      | 4.1    | 11.7     | 5.3  | e   |
| 7 Spotchem D-Concept | 314   | 84.1      | 12.1     | 3.8    | 11.0     | 5.7  | e   |
| 8 Dimension          | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 11.2     | 5.0  | e*  |
| 9 Piccolo            | 52    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 11.1     | 1.3  | e   |
| 10 Cholestech LDX    | 308   | 92.6      | 4.5      | 2.9    | 10.8     | 4.7  | e   |
| 11 Abx Mira          | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 11.3     | 1.9  | e   |
| 12 Hitachi S40/M40   | 16    | 93.7      | 6.3      | 0.0    | 11.2     | 3.9  | e   |
| 13 Autolyser/DiaSys  | 18    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 10.9     | 3.4  | e   |
| 14 iStat Chem8       | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 10.2     | 2.0  | e   |

## Glucose




| Nr. | Methode               | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Accu-Chek Aviva       | 276   | 95.7      | 1.8      | 2.5    | 12.8     | 3.5 | e   |
| 2   | Accu-Chek Inform 2    | 658   | 98.7      | 0.5      | 0.8    | 13.0     | 2.6 | e   |
| 3   | Accu-Check Guide      | 219   | 96.3      | 2.3      | 1.4    | 10.8     | 3.7 | e   |
| 4   | Contour XT            | 1247  | 96.6      | 2.6      | 0.8    | 11.1     | 4.0 | e   |
| 5   | Glucocard             | 12    | 91.7      | 8.3      | 0.0    | 16.2     | 4.2 | e*  |
| 6   | Hemocue 201+ P-equiv  | 97    | 93.8      | 1.0      | 5.2    | 12.8     | 2.6 | e   |
| 7   | Hemocue 201RT P-equiv | 109   | 96.3      | 2.8      | 0.9    | 12.8     | 3.1 | e   |
| 8   | Freestyle Freedom li  | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 12.4     | 2.8 | e*  |
| 9   | Sanofi BG Star        | 4     | 75.0      | 0.0      | 25.0   | 15.0     | 8.8 | e*  |
| 10  | Contour NEXT ONE      | 8     | 87.5      | 12.5     | 0.0    | 10.9     | 4.7 | e*  |

## Glucose B



| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Hemocue 201+ (alt) | 43    | 90.6      | 4.7      | 4.7    | 12.6     | 4.4 | e   |
| 2   | AccuChek Sensor    | 30    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 11.4     | 2.8 | e   |
| 3   | OneTouch Verio     | 25    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 10.8     | 2.3 | e   |
| 4   | Contour 2 (5s)     | 21    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 8.8      | 4.6 | e   |
| 5   | Contour (15s)      | 5     | 80.0      | 0.0      | 20.0   | 14.8     | 3.9 | e*  |
| 6   | Healthpro          | 39    | 76.9      | 12.8     | 10.3   | 19.9     | 6.1 | e   |
| 7   | Mylife UNIO        | 257   | 94.6      | 2.7      | 2.7    | 13.9     | 3.7 | e   |
| 8   | mylife Pura        | 71    | 80.3      | 2.8      | 16.9   | 13.2     | 4.2 | e   |
| 9   | Omnitest           | 19    | 94.7      | 5.3      | 0.0    | 15.7     | 4.9 | e*  |
| 10  | Alpha Check        | 23    | 87.0      | 0.0      | 13.0   | 17.6     | 4.3 | e   |


## Uric Acid



| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Standard chemistry | 27    | 96.3      | 3.7      | 0.0    | 417      | 4.6 | e   |
| 2   | Cobas              | 18    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 415      | 2.0 | e   |
| 3   | Reflotron          | 539   | 96.9      | 1.1      | 2.0    | 434      | 4.1 | e   |
| 4   | Fuji Dri-Chem      | 829   | 98.8      | 0.5      | 0.7    | 466      | 2.6 | e   |
| 5   | Spotchem/Ready     | 61    | 98.4      | 1.6      | 0.0    | 371      | 5.2 | e   |
| 6   | Spotchem D-Concept | 317   | 97.1      | 1.6      | 1.3    | 393      | 5.0 | e   |
| 7   | Piccolo            | 26    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 337      | 4.6 | e   |
| 8   | Abx Mira           | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 410      | 2.5 | e   |
| 9   | Hitachi S40/M40    | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 412      | 4.2 | e   |
| 10  | Autolyser/DiaSys   | 17    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 415      | 4.4 | e   |




## Urea




| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Imuchem / Simplex  | 4     | 0.0       | 0.0      | 100.0  | 9.5      | 0.0 | e   |
| 2   | Standard chemistry | 24    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 14.0     | 2.8 | e   |
| 3   | Cobas              | 21    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 13.4     | 2.3 | e   |
| 4   | Reflotron          | 250   | 96.4      | 2.4      | 1.2    | 15.3     | 6.1 | e   |
| 5   | Fuji Dri-Chem      | 488   | 99.0      | 0.2      | 0.8    | 14.4     | 2.1 | e   |
| 6   | Spotchem/Ready     | 43    | 86.0      | 9.3      | 4.7    | 13.0     | 8.2 | e   |
| 7   | Spotchem D-Concept | 197   | 87.3      | 8.6      | 4.1    | 14.7     | 8.8 | e   |
| 8   | Piccolo            | 47    | 97.9      | 0.0      | 2.1    | 12.9     | 3.2 | e   |
| 9   | Hitachi S40/M40    | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 13.5     | 5.0 | e   |
| 10  | Autolyser/DiaSys   | 14    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 14.0     | 3.9 | e   |
| 11  | iStat Chem8        | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 19.3     | 1.8 | e   |

## Potassium




| Nr. | Methode             | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|---------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Imuchem / Simplex   | 8     | 62.5      | 12.5     | 25.0   | 6.25     | 4.2 | e*  |
| 2   | ISE                 | 39    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 4.47     | 1.9 | e   |
| 3   | Cobas               | 21    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 4.51     | 1.2 | e   |
| 4   | Reflotron           | 547   | 91.6      | 5.1      | 3.3    | 4.63     | 3.0 | e   |
| 5   | Fuji Dri-Chem       | 873   | 98.1      | 0.6      | 1.3    | 4.45     | 1.7 | e   |
| 6   | Spotchem D-Concept  | 316   | 98.4      | 0.0      | 1.6    | 4.01     | 1.9 | e   |
| 7   | Autolyser/DiaSys    | 4     | 75.0      | 0.0      | 25.0   | 4.66     | 2.0 | e*  |
| 8   | Spotchem EL-SE 1520 | 74    | 94.6      | 2.7      | 2.7    | 4.00     | 2.2 | e   |
| 9   | Piccolo             | 35    | 80.0      | 8.6      | 11.4   | 4.45     | 4.0 | e   |
| 10  | iStat Chem8         | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 4.40     | 0.8 | e   |

## Creatinine



| Nr. Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 Imuchem / Simplex  | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 391      | 5.6 | e   |
| 2 Standard chemistry | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 335      | 4.2 | e   |
| 3 Cobas              | 20    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 336      | 2.6 | e   |
| 4 Reflotron          | 722   | 97.0      | 1.5      | 1.5    | 377      | 6.0 | e   |
| 5 Fuji Dri-Chem      | 906   | 99.1      | 0.3      | 0.6    | 317      | 3.5 | e   |
| 6 Spotchem/Ready     | 90    | 98.9      | 0.0      | 1.1    | 186      | 4.3 | e   |
| 7 Spotchem D-Concept | 336   | 98.8      | 0.3      | 0.9    | 182      | 4.0 | e   |
| 8 Enzymatic          | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 353      | 3.8 | e   |
| 9 Piccolo            | 53    | 98.1      | 1.9      | 0.0    | 340      | 7.2 | e   |
| 10 Abx Mira          | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 342      | 4.9 | e   |
| 11 Hitachi S40/M40   | 15    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 325      | 2.5 | e   |
| 12 Autolyser/DiaSys  | 18    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 341      | 2.9 | e   |
| 13 Other methods     | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 359      | 4.4 | e*  |
| 14 EPOC              | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 332      | 8.2 | e*  |

## Creatinine E




QUALAB Toleranz : 18 %

Creatinine E (μmol/l)


| Nr. | Methode     | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | iStat Chem8 | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 332      | 4.9 | e   |
| 2   | ABL700/800  | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 366      | 3.6 | e   |

## eGFR CKD-EPI



| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Standard chemistry | 68    | 92.6      | 1.5      | 5.9    | 12       | 10.3 | e   |
| 2   | Reflotron          | 247   | 95.2      | 2.0      | 2.8    | 11       | 9.2  | e   |
| 3   | Fuji Dri-Chem      | 348   | 94.2      | 0.6      | 5.2    | 13       | 7.1  | e   |
| 4   | Spotchem/Ready     | 162   | 93.9      | 1.2      | 4.9    | 26       | 6.1  | e   |


## eGFR Cockcroft-Gault



MQ tolerance : 30 %

eGFR Cockcroft-Gault ()


| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Standard chemistry | 6     | 83.3      | 0.0      | 16.7   | 14       | 6.7  | e   |
| 2   | Reflotron          | 19    | 94.7      | 0.0      | 5.3    | 12       | 14.7 | e   |
| 3   | Fuji Dri-Chem      | 49    | 95.9      | 0.0      | 4.1    | 15       | 10.1 | e   |
| 4   | Spotchem/Ready     | 16    | 93.7      | 0.0      | 6.3    | 27       | 5.3  | e   |

**eGFR MDRD**

MQ tolerance : 30 %

eGFR MDRD ()

| Nr. | Methode       | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|---------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Reflotron     | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 11       | 6.7  | e   |
| 2   | Fuji Dri-Chem | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 13       | 11.2 | e*  |

**LDH**


QUALAB Toleranz : 18 %

LDH (U/l)

| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | IFCC               | 33    | 97.0      | 3.0      | 0.0    | 203      | 6.3  | e   |
| 2   | Cobas              | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 426      | 1.0  | e   |
| 3   | Fuji Dri-Chem      | 137   | 97.8      | 0.0      | 2.2    | 168      | 4.5  | e   |
| 4   | Spotchem/Ready     | 15    | 86.7      | 13.3     | 0.0    | 143      | 12.6 | e*  |
| 5   | Spotchem D-Concept | 47    | 78.7      | 4.3      | 17.0   | 155      | 10.1 | e   |
| 6   | Piccolo            | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 170      | 3.8  | e   |
| 7   | Abx Mira           | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 210      | 0.7  | e   |
| 8   | Hitachi S40/M40    | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 199      | 4.8  | e   |
| 9   | Autolysen/DiaSys   | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 212      | 7.3  | e*  |




## Magnesium




| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Standard chemistry | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.15     | 2.4 | e   |
| 2   | Cobas              | 15    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.15     | 3.0 | e   |
| 3   | Fuji Dri-Chem      | 110   | 98.2      | 1.8      | 0.0    | 1.25     | 5.2 | e   |
| 4   | Spotchem D-Concept | 42    | 97.6      | 2.4      | 0.0    | 0.91     | 5.6 | e   |
| 5   | Spotchem/Ready     | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.91     | 5.3 | e*  |
| 6   | Beckman            | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.18     | 1.3 | e   |
| 7   | Piccolo            | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.13     | 2.5 | e   |

## Sodium




| Nr. | Methode             | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|---------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | ISE                 | 38    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 136      | 2.2 | e   |
| 2   | Cobas               | 21    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 134      | 0.9 | e   |
| 3   | Fuji Dri-Chem       | 816   | 98.0      | 1.1      | 0.9    | 139      | 1.5 | e   |
| 4   | Spotchem D-Concept  | 299   | 98.3      | 1.0      | 0.7    | 133      | 1.8 | e   |
| 5   | Spotchem EL-SE 1520 | 73    | 97.2      | 1.4      | 1.4    | 130      | 2.2 | e   |
| 6   | Piccolo             | 36    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 136      | 1.6 | e   |
| 7   | iStat Chem8         | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 135      | 0.5 | e   |

## Phosphate




| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Standard chemistry | 20    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.8      | 2.4 | e   |
| 2   | Cobas              | 17    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.8      | 2.5 | e   |
| 3   | Fuji Dri-Chem      | 82    | 98.8      | 1.2      | 0.0    | 1.9      | 4.0 | e   |
| 4   | Spotchem D-Concept | 22    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.9      | 4.9 | e   |
| 5   | Spotchem/Ready     | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.8      | 6.8 | e*  |
| 6   | Piccolo            | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.1      | 0.9 | e   |

## Protein total




| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Standard chemistry | 21    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 60.2     | 3.0 | e   |
| 2   | Cobas              | 16    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 59.7     | 3.4 | e   |
| 3   | Fuji Dri-Chem      | 179   | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 60.0     | 2.6 | e   |
| 4   | Spotchem/Ready     | 27    | 96.3      | 3.7      | 0.0    | 64.3     | 5.4 | e   |
| 5   | Spotchem D-Concept | 120   | 91.7      | 5.0      | 3.3    | 66.5     | 6.3 | e   |
| 6   | Piccolo            | 37    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 60.3     | 1.7 | e   |
| 7   | Abx Mira           | 5     | 80.0      | 0.0      | 20.0   | 59.0     | 2.5 | e   |
| 8   | Hitachi S40/M40    | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 65.0     | 2.1 | e   |

## Aspartate aminotransferase




| Nr. Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 Imuchem / Simplex  | 5     | 80.0      | 20.0     | 0.0    | 200      | 9.2 | e*  |
| 2 IFCC with PP       | 25    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 175      | 3.3 | e   |
| 3 Cobas              | 17    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 176      | 4.1 | e   |
| 4 Reflotron          | 629   | 91.9      | 4.8      | 3.3    | 231      | 8.4 | e   |
| 5 Fuji Dri-Chem      | 884   | 99.1      | 0.3      | 0.6    | 176      | 3.7 | e   |
| 6 Spotchem/Ready     | 84    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 138      | 4.1 | e   |
| 7 Spotchem D-Concept | 338   | 99.1      | 0.3      | 0.6    | 135      | 4.6 | e   |
| 8 IFCC without PP    | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 171      | 2.5 | e   |
| 9 Piccolo            | 54    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 161      | 3.7 | e   |
| 10 Abx Mira          | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 164      | 3.9 | e   |
| 11 Hitachi S40/M40   | 16    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 179      | 2.2 | e   |
| 12 Autolyser/DiaSys  | 18    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 172      | 6.3 | e   |

## Alanine aminotransferase



| Nr. Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 Imuchem / Simplex  | 8     | 75.0      | 0.0      | 25.0   | 177      | 8.2 | e*  |
| 2 IFCC with PP       | 23    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 148      | 6.8 | e   |
| 3 Cobas              | 22    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 151      | 4.5 | e   |
| 4 Reflotron          | 648   | 95.2      | 2.3      | 2.5    | 138      | 6.6 | e   |
| 5 Fuji Dri-Chem      | 897   | 98.4      | 0.8      | 0.8    | 152      | 5.6 | e   |
| 6 Spotchem/Ready     | 88    | 95.5      | 3.4      | 1.1    | 148      | 7.1 | e   |
| 7 Spotchem D-Concept | 340   | 95.6      | 3.8      | 0.6    | 121      | 8.9 | e   |
| 8 Piccolo            | 53    | 98.1      | 1.9      | 0.0    | 140      | 6.2 | e   |
| 9 Abx Mira           | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 162      | 7.3 | e*  |
| 10 Hitachi S40/M40   | 16    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 167      | 3.3 | e   |
| 11 Autolyser/DiaSys  | 18    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 161      | 5.9 | e   |


## Triglycerides



QUALAB Toleranz : 18 %  
( < 1.00: +/- 0.18 mmol/l)

| Nr. Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1 Imuchem / Simplex  | 8     | 75.0      | 0.0      | 25.0   | 1.25     | 7.4  | e*  |
| 2 Standard chemistry | 25    | 96.0      | 4.0      | 0.0    | 1.73     | 7.8  | e   |
| 3 Cobas              | 21    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.73     | 2.0  | e   |
| 4 Reflotron          | 336   | 94.6      | 0.6      | 4.8    | 2.64     | 5.1  | e   |
| 5 Fuji Dri-Chem      | 777   | 98.2      | 0.6      | 1.2    | 2.13     | 4.4  | e   |
| 6 Spotchem/Ready     | 72    | 98.6      | 1.4      | 0.0    | 1.23     | 6.4  | e   |
| 7 Spotchem D-Concept | 295   | 98.0      | 0.3      | 1.7    | 1.35     | 4.2  | e   |
| 8 Hitachi S40/M40    | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.54     | 10.1 | e*  |
| 9 Piccolo            | 21    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.01     | 3.4  | e   |
| 10 Cholestech LDX    | 316   | 99.7      | 0.3      | 0.0    | 1.81     | 3.8  | e   |
| 11 Abx Mira          | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.77     | 3.7  | e   |
| 12 Autolyser/DiaSys  | 18    | 94.4      | 0.0      | 5.6    | 1.72     | 5.8  | e   |


# Lithium



| Nr. Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 all Participants | 17    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.43     | 3.2 | e   |




## Lactate




| Nr. Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 all Participants | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3.74     | 3.6 | e   |

## pCO<sub>2</sub>




| Nr. | Methode              | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | ABL700/800           | 80    | 98.7      | 0.0      | 1.3    | 2.88     | 2.5 | e   |
| 2   | ABL80 FLEX           | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.76     | 5.9 | e*  |
| 3   | ABL80 FLEX CO-OX / O | 13    | 84.6      | 0.0      | 15.4   | 3.11     | 4.6 | e   |
| 4   | ABL90 FLEX / PLUS    | 68    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.91     | 2.6 | e   |
| 5   | Cobas b 123          | 10    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3.03     | 1.7 | e   |
| 6   | Cobas b 221          | 6     | 83.3      | 0.0      | 16.7   | 3.09     | 1.6 | e   |
| 7   | GEM                  | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.80     | 1.8 | e   |
| 8   | iStat                | 44    | 97.7      | 0.0      | 2.3    | 2.59     | 3.4 | e   |
| 9   | EPOC                 | 44    | 88.7      | 6.8      | 4.5    | 2.25     | 6.5 | e   |


pO<sub>2</sub>

| Nr. | Methode              | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | ABL700/800           | 79    | 87.3      | 1.3      | 11.4   | 9.84     | 4.6  | e   |
| 2   | ABL80 FLEX           | 8     | 87.5      | 0.0      | 12.5   | 9.52     | 9.2  | e*  |
| 3   | ABL80 FLEX CO-OX / O | 13    | 84.6      | 15.4     | 0.0    | 8.50     | 10.5 | e*  |
| 4   | ABL90 FLEX / PLUS    | 68    | 86.8      | 0.0      | 13.2   | 7.23     | 4.6  | e   |
| 5   | Cobas b 123          | 7     | 85.7      | 0.0      | 14.3   | 8.91     | 10.4 | e*  |
| 6   | Cobas b 221          | 6     | 83.3      | 0.0      | 16.7   | 12.76    | 5.9  | e*  |
| 7   | GEM                  | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 8.45     | 6.4  | e*  |
| 8   | iStat                | 42    | 69.0      | 16.7     | 14.3   | 11.63    | 10.6 | e   |
| 9   | EPOC                 | 44    | 86.4      | 6.8      | 6.8    | 8.17     | 9.1  | e   |

## pH



## Glucose BG




QUALAB Toleranz : 9 %

Glucose BG (mmol/l)


| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas b 123       | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 14.1     | 1.1 | e   |
| 2   | iStat             | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 13.0     | 1.1 | e   |
| 3   | EPOC              | 31    | 90.3      | 6.5      | 3.2    | 14.5     | 5.0 | e   |
| 4   | ABL700/800        | 69    | 98.6      | 0.0      | 1.4    | 14.3     | 2.0 | e   |
| 5   | ABL90 FLEX / PLUS | 67    | 98.5      | 1.5      | 0.0    | 13.5     | 3.3 | e   |

## Hemoglobin BG




| Nr. | Methode              | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | ABL700/800           | 72    | 98.6      | 0.0      | 1.4    | 194.1    | 1.9 | e   |
| 2   | ABL90 FLEX / PLUS    | 67    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 195.0    | 0.5 | e   |
| 3   | ABL80 FLEX CO-OX / O | 10    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 195.1    | 2.4 | e   |

## Potassium BG



| Nr. | Methode              | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas b 123          | 15    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 5.3      | 2.3 | e   |
| 2   | iStat                | 21    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 5.4      | 1.5 | e   |
| 3   | EPOC                 | 35    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 5.0      | 1.1 | e   |
| 4   | ABL700/800           | 72    | 98.6      | 0.0      | 1.4    | 5.5      | 1.1 | e   |
| 5   | ABL90 FLEX / PLUS    | 69    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 5.5      | 0.6 | e   |
| 6   | ABL80 FLEX CO-OX / O | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 5.1      | 1.1 | e   |


## Sodium BG



| Nr. | Methode              | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas b 123          | 15    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 121.6    | 1.5 | e   |
| 2   | iStat                | 21    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 125.1    | 0.8 | e   |
| 3   | EPOC                 | 33    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 119.5    | 2.7 | e   |
| 4   | ABL700/800           | 70    | 98.6      | 0.0      | 1.4    | 127.2    | 0.8 | e   |
| 5   | ABL90 FLEX / PLUS    | 68    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 126.3    | 0.4 | e   |
| 6   | ABL80 FLEX CO-OX / O | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 123.5    | 1.0 | e   |




## Chlorid-BG



| Nr. | Methode              | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas b 123          | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 71.8     | 0.9 | e   |
| 2   | ABL700/800           | 66    | 97.0      | 1.5      | 1.5    | 68.0     | 2.5 | e   |
| 3   | ABL90 FLEX / PLUS    | 67    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 64.7     | 1.5 | e   |
| 4   | ABL80 FLEX CO-OX / O | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 65.0     | 2.3 | e*  |

## Calcium-BG




MQ tolerance : 12 %  
( < 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcium-BG (mmol/l)


| Nr. Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|------------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1 GEM                  | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.27     | 5.4  | e*  |
| 2 ABL80 FLEX           | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.25     | 17.6 | e*  |
| 3 Cobas b123           | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.16     | 30.2 | e*  |
| 4 Cobas                | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.28     | 26.4 | e*  |
| 5 iStat                | 12    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.29     | 2.2  | e   |
| 6 EPOC                 | 31    | 96.8      | 0.0      | 3.2    | 0.26     | 3.5  | e   |
| 7 ABL700/800           | 71    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.38     | 8.7  | e   |
| 8 ABL90 FLEX / PLUS    | 69    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.37     | 1.6  | e   |
| 9 ABL80 FLEX CO-OX / O | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.30     | 11.4 | e*  |

## FHHb



| Nr. | Methode              | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | ABL80 FLEX CO-OX / O | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 21.100   | 0.8 | e   |


## Lactate-BG



QUALAB Toleranz : 18 %


Lactate-BG (mmol/l)

| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas             | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 11.97    | 4.5 | e*  |
| 2   | IL                | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 11.45    | 5.5 | e*  |
| 3   | EPOC              | 35    | 91.4      | 5.7      | 2.9    | 11.72    | 9.0 | e   |
| 4   | iStat             | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 10.53    | 2.4 | e   |
| 5   | ABL700/800        | 75    | 98.7      | 0.0      | 1.3    | 10.49    | 4.4 | e   |
| 6   | ABL90 FLEX / PLUS | 69    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 10.44    | 3.5 | e   |

**sO2 OR**

| Nr. | Methode              | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | iStat                | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 98.455   | 0.5 | e   |
| 2   | ABL700/800           | 52    | 98.1      | 0.0      | 1.9    | 70.090   | 0.1 | e   |
| 3   | ABL90 FLEX / PLUS    | 60    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 69.972   | 0.1 | e   |
| 4   | ABL80 FLEX CO-OX / O | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 69.900   | 0.1 | e   |

## FO2Hb OR




MQ tolerance : 20 %

FO2Hb OR (%)

| Nr. | Methode              | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | ABL700/800           | 50    | 98.0      | 0.0      | 2.0    | 48.892   | 0.3 | e   |
| 2   | ABL90 FLEX / PLUS    | 62    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 49.032   | 0.2 | e   |
| 3   | ABL80 FLEX CO-OX / O | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 49.009   | 0.2 | e   |

## FCOHb OR




MQ tolerance : 20 %

FCOHb OR (%)

| Nr. | Methode              | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | ABL700/800           | 52    | 98.1      | 0.0      | 1.9    | 20.228   | 1.2 | e   |
| 2   | ABL90 FLEX / PLUS    | 60    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 19.948   | 0.8 | e   |
| 3   | ABL80 FLEX CO-OX / O | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 19.936   | 0.7 | e   |

## FMetHb OR




MQ tolerance : 20 %

FMetHb OR (%)


| Nr. | Methode              | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | ABL700/800           | 55    | 98.2      | 0.0      | 1.8    | 9.993    | 2.7 | e   |
| 2   | ABL90 FLEX / PLUS    | 60    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 9.988    | 0.3 | e   |
| 3   | ABL80 FLEX CO-OX / O | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 10.018   | 0.6 | e   |



**FHbF OR**


| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | ABL90 FLEX / PLUS | 15    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 49.133   | 3.3 | e   |

## Bilirubin OR




| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | ABL90 FLEX / PLUS | 25    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 449.8    | 0.5 | e   |

## Troponin I




| Nr. | Methode              | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Vidas                | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 7032.3   | 7.0 | e   |
| 2   | Architect High Sensi | 10    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 5632.7   | 5.9 | e   |
| 3   | AQT 90 FLEX          | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 905.0    | 5.5 | e   |

## Troponin T



| Nr. | Methode       | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|---------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas hs STAT | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3134.00  | 4.7 | e   |

## Myoglobin




QUALAB Toleranz : 30 %

Myoglobin (µg/l)


| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas E / Elecsys | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 150.6    | 6.0 | e   |
| 2   | Architect         | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 202.0    | 6.1 | e   |

## CK-MB mass



| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Architect         | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 35.7     | 6.6  | e   |
| 2   | Cobas E / Elecsys | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 31.3     | 18.9 | e*  |

## NT-proBNP




QUALAB Toleranz : 27 %


NT-proBNP (ng/l)

| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | AQT 90 FLEX       | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3065.0   | 3.3  | e   |
| 2   | VIDAS             | 8     | 87.5      | 0.0      | 12.5   | 1354.0   | 9.5  | e*  |
| 3   | Other methods     | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2366.5   | 12.8 | e*  |
| 4   | Cobas E / Elecsys | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1236.2   | 14.2 | e*  |
| 5   | Architect         | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1608.0   | 9.8  | e*  |

# TSH






**T3**

MQ tolerance : 20 %

T3 (nmol/l)


| Nr. | Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|---------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | AFIAS   | 11    | 90.9      | 9.1      | 0.0    | 2.2      | 8.6 | e*  |

**T4**

MQ tolerance : 20 %

T4 (nmol/l)


| Nr. | Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|---------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | AFIAS   | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 268      | 9.8 | e*  |

**FT3**

QUALAB Toleranz : 18 %

FT3 (pmol/l)

| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas E / Elecsys | 15    | 93.3      | 6.7      | 0.0    | 12.7     | 5.6 | e   |
| 2   | Architect         | 10    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 10.4     | 3.2 | e   |
| 3   | VIDAS             | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 11.5     | 5.0 | e   |


**FT4**

QUALAB Toleranz : 20 %

FT4 (pmol/l)

| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Cobas E / Elecsys | 15    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 40.4     | 6.1  | e   |
| 2   | Architect         | 12    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 33.3     | 10.5 | a   |
| 3   | VIDAS             | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 40.6     | 5.1  | e   |
| 4   | Other methods     | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 41.1     | 2.7  | e   |

## Testosterone




QUALAB Toleranz : 30 %

Testosterone (nmol/l)


| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | all Participants | 5     | 80.0      | 20.0     | 0.0    | 18.2     | 18.6 | e*  |
| 2   | Cobas            | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 19.9     | 3.2  | e   |

## Estradiol



| Nr. | Methode   | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-----------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas     | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1430     | 3.6 | e   |
| 2   | Architect | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1266     | 3.4 | e   |

# SHBG




MQ tolerance : 30 %

SHBG (nmol/l)

| Nr. | Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|---------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas   | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 34.2     | 4.7 | e   |


## Cortisol



| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas E / Elecsys | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 612      | 4.0 | e   |
| 2   | Architect         | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 568      | 3.5 | e   |



# DHEAS




MQ tolerance : 30 %

DHEAS (μmol/l)

| Nr. | Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|---------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas   | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 9.41     | 3.8 | e   |

## Luteinizing hormone




QUALAB Toleranz : 24 %

Luteinizing hormone (U/l)

| Nr. | Methode      | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Roche, Cobas | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 38.7     | 5.2 | e   |
| 2   | Architect    | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 28.7     | 2.1 | e   |

## Follicle-stimulating hormone




QUALAB Toleranz : 24 %

Follicle-stimulating hormone (U/l)

| Nr. | Methode      | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Roche, Cobas | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 23.1     | 3.2 | e   |
| 2   | Architect    | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 24.2     | 4.9 | e   |


## Prolactine



QUALAB Toleranz : 24 %

Prolactine (µg/l)

| Nr. | Methode     | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas/Roche | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 34.0     | 6.0 | e   |
| 2   | Architect   | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 29.3     | 4.2 | e   |


**HGH**

MQ tolerance : 25 %

HGH (µg/l)


| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | all Participants | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 15.10    | 5.3 | e   |

## IGF-1




| Nr. Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1 Liaison   | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 104      | 11.3 | e*  |

## Troponin T CR



| Nr. | Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Cobas h 232    | 1258  | 96.9      | 2.4      | 0.7    | 255.00   | 10.8 | e   |
| 2   | Cardiac Reader | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 256.62   | 10.3 | e   |

## D-dimer CR




QUALAB Toleranz : 21 %

D-dimer CR (mg/l)

| Nr. | Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas h 232    | 1238  | 97.5      | 1.4      | 1.1    | 0.62     | 9.1 | e   |
| 2   | Cardiac Reader | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.67     | 6.1 | e   |




## CKMB- K8




| Nr. | Methode     | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas h 232 | 14    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 14.3     | 9.7 | e   |

## NT-proBNP CR




| Nr. | Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Cobas h 232    | 797   | 98.2      | 1.3      | 0.5    | 478      | 11.1 | e   |
| 2   | Cardiac Reader | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 463      | 9.6  | e*  |

## PCO2 CCA




| Nr. Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 OPTI CCA  | 12    | 83.4      | 8.3      | 8.3    | 3.25     | 5.7 | e*  |

**PO2 CCA**


| Nr. | Methode  | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | OPTI CCA | 12    | 91.7      | 0.0      | 8.3    | 18.67    | 3.6 | e   |

## pH CCA




| Nr. | Methode  | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | OPTI CCA | 11    | 72.7      | 18.2     | 9.1    | 7.61     | 0.6 | e*  |

## Potassium CCA




| Nr. | Methode  | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | OPTI CCA | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 5.9      | 2.3 | e*  |

## Sodium CCA



| Nr. | Methode  | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | OPTI CCA | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 158.0    | 1.1 | e   |


## Ferritin



| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Beckman           | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 99.95    | 3.5  | e   |
| 2   | all Participants  | 5     | 80.0      | 0.0      | 20.0   | 104.90   | 6.6  | e*  |
| 3   | Cobas E / Elecsys | 15    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 129.32   | 3.9  | e   |
| 4   | Architect         | 9     | 88.9      | 0.0      | 11.1   | 154.00   | 5.6  | e   |
| 5   | Mini Vidas        | 9     | 88.9      | 0.0      | 11.1   | 106.00   | 9.7  | e*  |
| 6   | AFIAS             | 42    | 97.6      | 2.4      | 0.0    | 93.80    | 6.2  | e   |
| 7   | Eurolyser         | 23    | 91.3      | 8.7      | 0.0    | 76.55    | 10.8 | e   |



## Vitamin B12




QUALAB Toleranz : 21 %

Vitamin B12 (pmol/l)

| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas E / Elecsys | 14    | 92.9      | 0.0      | 7.1    | 383.13   | 9.1 | e   |
| 2   | Architect         | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 349.88   | 5.1 | e   |

## Folate




QUALAB Toleranz : 24 %  
( < 10.00: +/- 2.40 nmol/l)

Folate (nmol/l)

| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Other methods     | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 8.00     | 9.4  | e*  |
| 2   | Cobas E / Elecsys | 13    | 76.9      | 15.4     | 7.7    | 10.58    | 16.0 | e*  |
| 3   | Architect         | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 16.60    | 13.3 | e*  |

## Holotranscobalamine




MQ tolerance : 30 %


Holotranscobalamine (pmol/l)

| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Architect        | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 120.0    | 7.9  | e   |
| 2   | all Participants | 12    | 83.4      | 8.3      | 8.3    | 133.3    | 13.4 | e*  |

## Bilirubin total Neo




| Nr. Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 all Participants | 16    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 226      | 6.7 | e   |

**Bilirubin direct**

| Nr. Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 all Participants | 15    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 112      | 6.7 | e   |

## Bilirubin neonatal




QUALAB Toleranz : 18 %


Bilirubin neonatal (µmol/l)

| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | all Participants | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 292      | 3.2 | e   |
| 2   | ABL700/800       | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 258      | 5.4 | e   |

## PSA



| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Cobas E / Elecsys | 12    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 9.33     | 4.9  | e   |
| 2   | Architect         | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 8.93     | 5.2  | e   |
| 3   | Qualigen          | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 10.55    | 19.1 | e*  |
| 4   | AFIAS             | 30    | 96.7      | 0.0      | 3.3    | 9.10     | 4.4  | e   |

**free PSA**


QUALAB Toleranz : 25 %

free PSA (µg/l)

| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas E / Elecsys | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.96     | 5.8 | e   |
| 2   | Architect         | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3.03     | 4.3 | e   |




## CEA



| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas E / Elecsys | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 24.8     | 4.5 | e   |
| 2   | Architect         | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 39.2     | 5.7 | e   |

## CA 125




MQ tolerance : 25 %

CA 125 (kIU/l)

| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas E / Elecsys | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 27.7     | 4.3 | e   |
| 2   | Architect         | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 42.1     | 2.9 | e   |


## CA 15-3




MQ tolerance : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)


| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas E / Elecsys | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 52.2     | 8.6 | e*  |
| 2   | Architect         | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 50.1     | 3.8 | e   |

**AFP**

| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Cobas E / Elecsys | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 22.6     | 12.2 | e*  |
| 2   | Architect         | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 22.9     | 3.4  | e   |

**HCG qn**

| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas E / Elecsys | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 27.9     | 2.6 | e   |
| 2   | VIDAS             | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 10.3     | 9.3 | e*  |
| 3   | Architect         | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 46.4     | 2.4 | a   |
| 4   | AFIAS             | 7     | 71.4      | 0.0      | 28.6   | 29.1     | 6.9 | e   |

**CK-MB**


| Nr. | Methode       | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|---------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Fuji Dri-Chem | 31    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 78.5     | 4.8 | e   |
| 2   | Cobas/Roche   | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 19.9     | 3.7 | e   |

BNP



| Nr. Methode |           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-------------|-----------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1           | Architect | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 675.7    | 6.3 | e   |

## Cholesterol PTS




QUALAB Toleranz : 10 %

Cholesterol PTS (mmol/l)

| Nr. | Methode    | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | CardioChek | 11    | 81.8      | 9.1      | 9.1    | 4.23     | 6.2 | e*  |




## Cholesterol HDL PTS




| Nr. Methode  | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|--------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1 CardioChek | 11    | 72.7      | 0.0      | 27.3   | 1.59     | 12.8 | e*  |

## Triglycerides




| Nr. | Methode    | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | CardioChek | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.76     | 6.8 | e   |

## C-Peptid




| Nr. Methode        | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 all Participants | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.85     | 7.9 | e*  |

## Procalcitonin




| Nr. | Methode   | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-----------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Architect | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 12.74    | 5.3 | e   |
| 2   | Cobas     | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 10.05    | 3.9 | e   |
| 3   | VIDAS     | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 7.60     | 4.9 | e   |

## Parathyroid hormone




| Nr. | Methode             | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|---------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Cobas PTH STAT      | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 7.5      | 10.3 | e*  |
| 2   | Cobas               | 10    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 6.3      | 10.1 | e*  |
| 3   | Architect           | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 12.8     | 10.7 | e*  |
| 4   | ADVIA Centaur XP/CP | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 13.9     | 2.7  | e   |

# Osmolality




| Nr. | Methode    | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cryoskopie | 15    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 640      | 1.8 | e   |

## Potassium-K22



| Nr. | Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|---------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | ISE     | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3.8      | 1.7 | e   |

## Sodium-K22




QUALAB Toleranz : 6 %

Sodium-K22 (mmol/l)

| Nr. | Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|---------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | ISE     | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 139      | 0.9 | e   |




## Glucose-K22




| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Standard chemistry | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 7.0      | 2.8 | e   |

## Urea-K22




| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Standard chemistry | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 4.7      | 2.4 | e   |

## Osmotic Gap




| Nr. | Methode              | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Formel 1 (2Na+K+Glu+ | 11    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 313.7    | 10.1 | e*  |

## Digoxin




| Nr. | Methode       | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|---------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Other methods | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3.00     | 14.1 | e*  |

## Paracetamol




| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | all Participants | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 603.6    | 11.8 | e*  |

## Valproat




| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | all Participants | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 665.4    | 8.0 | e*  |

## Cystatin C



| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | all Participants | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.7      | 5.1 | e   |

## Ethanol




QUALAB Toleranz : 18 %

Ethanol (mmol/l)

| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Others           | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 40.8     | 5.5 | e*  |
| 2   | all Participants | 22    | 95.5      | 0.0      | 4.5    | 38.4     | 6.0 | e   |




# Calprotectin



| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Bühlmann ELISA     | 8     | 87.5      | 12.5     | 0.0    | 446      | 24.0 | e*  |
| 2   | Bühlmann fCALturbo | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 487      | 6.9  | e   |
| 3   | Liaison            | 23    | 87.0      | 0.0      | 13.0   | 238      | 15.5 | e   |

## Cholesterol total Af/b101




QUALAB Toleranz : 10 %

Cholesterol total Af/b101 (mmol/l)

| Nr. | Methode    | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas b101 | 161   | 99.4      | 0.0      | 0.6    | 4.86     | 2.3 | e   |
| 2   | Afinion    | 444   | 99.3      | 0.2      | 0.5    | 5.22     | 3.8 | e   |

## Cholesterol HDL Af/b101




QUALAB Toleranz : 21 %

Cholesterol HDL Af/b101 (mmol/l)


| Nr. | Methode    | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas b101 | 160   | 96.9      | 0.6      | 2.5    | 1.01     | 3.8 | e   |
| 2   | Afinion    | 442   | 92.1      | 0.2      | 7.7    | 1.02     | 4.7 | e   |

## Tryglycerides Af/b101



| Nr. | Methode    | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas b101 | 159   | 98.7      | 0.0      | 1.3    | 1.70     | 2.7 | e   |
| 2   | Afinion    | 444   | 99.3      | 0.0      | 0.7    | 1.66     | 3.8 | e   |

## Troponin I S




QUALAB Toleranz : 24 %

Troponin I S (ng/l)

| Nr. | Methode             | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|---------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Samsung LABGEO IB10 | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1257.50  | 5.3  | e   |
| 2   | AFIAS               | 151   | 85.4      | 7.3      | 7.3    | 3138.68  | 14.6 | e   |

## D-dimer qn S




QUALAB Toleranz : 21 %

D-dimer qn S (mg/l)


| Nr. | Methode             | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|---------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Samsung LABGEO IB10 | 6     | 66.6      | 16.7     | 16.7   | 0.94     | 10.7 | e*  |
| 2   | AFIAS               | 157   | 91.7      | 0.0      | 8.3    | 0.75     | 7.3  | e   |

## NT-proBNP S



| Nr. Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 AFIAS     | 117   | 94.8      | 2.6      | 2.6    | 3474.1   | 9.3 | e   |

Homocystein




MQ tolerance : 30 %

| Nr. Methode |                  | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-------------|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1           | all Participants | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 10.9     | 11.2 | e*  |



# Lipase




QUALAB Toleranz : 18 %

Lipase (U/l)

| Nr. | Methode       | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|---------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Roche         | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 49.0     | 8.3 | e*  |
| 2   | Beckman       | 10    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 46.1     | 7.9 | e*  |
| 3   | Cobas         | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 38.0     | 7.9 | e*  |
| 4   | Fuji Dri-Chem | 139   | 95.7      | 0.7      | 3.6    | 50.7     | 6.6 | e   |

## Glucose CSF




QUALAB Toleranz : 9 %  
( < 3.30: +/- 0.30 mmol/l)

Glucose CSF (mmol/l)

| Nr. | Methode       | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|---------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas         | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.74     | 1.7 | e   |
| 2   | Other methods | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.60     | 4.3 | e*  |

## Lactate CSF




QUALAB Toleranz : 18 %

Lactate CSF (mmol/l)

| Nr. | Methode       | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|---------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas         | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3.84     | 2.4 | e   |
| 2   | Other methods | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3.81     | 4.5 | e   |

## Protein CSF




QUALAB Toleranz : 15 %

Protein CSF (g/l)

| Nr. | Methode       | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|---------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas         | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.87     | 4.1 | e*  |
| 2   | Other methods | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.92     | 3.4 | e   |


CDT



MQ tolerance : 20 %


| Nr. Methode |                  | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-------------|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1           | all Participants | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.95     | 9.0 | e*  |

Tacrolimus




| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | all Participants | 10    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 15.9     | 3.8 | e   |

Totalprotein E




| Nr. Methode |                  | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-------------|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1           | all Participants | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 75.0     | 4.2 | e*  |

## Albumin E




| Nr. | Methode         | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Electrophoresis | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 64.3     | 2.5 | e   |




**alpha-1-Globuline**

| Nr. | Methode              | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | capillary electropho | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 4.1      | 6.2 | e   |

## alpha-2-Globuline




| Nr. | Methode         | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|-----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Electrophoresis | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 8.2      | 11.6 | e*  |

**beta-Globuline**


| Nr. | Methode         | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Electrophoresis | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 9.8      | 7.1 | e   |

Beta-1-Globulin




| Nr. Methode |                 | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-------------|-----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1           | Electrophoresis | 4     | 75.0      | 0.0      | 25.0   | 6.1      | 2.6 | e   |

Beta-2-Globulin




| Nr. | Methode         | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Electrophoresis | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 4.0      | 3.7 | e   |

## gamma-Globuline



| Nr. | Methode         | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Electrophoresis | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 13.4     | 1.7 | e   |

Immunfixation




MQ tolerance : 1 %

Immunfixation (Code)

| Nr. Methode |                | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-------------|----------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1           | Interpretation | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 8        | 0.0 | e   |


## Folate in Erythrocytes



| Nr. | Methode   | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|-----------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Architect | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 440      | 12.3 | e   |
| 2   | Cobas     | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1573     | 2.8  | e   |




## HbA1c sample A



| Nr. | Methode           | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|-------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Roche, Cobas      | 16    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 7.5      | 2.8 | e   |
| 2   | HPLC              | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 7.5      | 3.1 | e*  |
| 3   | Afinion           | 572   | 99.5      | 0.2      | 0.3    | 7.4      | 2.3 | e   |
| 4   | Cobas b101        | 123   | 99.2      | 0.0      | 0.8    | 7.2      | 2.1 | e   |
| 5   | DCA2000/Vantage   | 165   | 98.2      | 0.0      | 1.8    | 7.2      | 2.5 | e   |
| 6   | Celltac chemi     | 19    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 7.2      | 3.7 | e   |
| 7   | NycoCard          | 37    | 86.5      | 2.7      | 10.8   | 7.3      | 4.8 | e   |
| 8   | Eurolyser         | 10    | 90.0      | 0.0      | 10.0   | 7.3      | 4.9 | e*  |
| 9   | Hemocue HbA1c 501 | 6     | 83.3      | 16.7     | 0.0    | 7.4      | 5.5 | e*  |
| 10  | A1c Now           | 219   | 81.3      | 14.6     | 4.1    | 6.9      | 6.0 | e   |
| 11  | AFIAS             | 59    | 93.2      | 5.1      | 1.7    | 7.1      | 4.2 | e   |
| 12  | Others            | 12    | 91.7      | 8.3      | 0.0    | 7.3      | 5.6 | e*  |
| 13  | Spinrit           | 12    | 75.0      | 8.3      | 16.7   | 7.4      | 3.4 | a   |

## HbA1c sample B




QUALAB Toleranz : 9 %  
( < 5.0: +/- 0.5 %)


HbA1c sample B (%)

| Nr. Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 Imuchem / Simplex  | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 5.2      | 2.2 | e   |
| 2 Roche, Cobas       | 15    | 86.6      | 6.7      | 6.7    | 5.2      | 6.3 | e*  |
| 3 HPLC               | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 5.2      | 2.1 | e   |
| 4 Afinion            | 695   | 98.2      | 0.4      | 1.4    | 5.2      | 2.8 | e   |
| 5 Cobas b101         | 116   | 99.1      | 0.9      | 0.0    | 5.1      | 2.7 | e   |
| 6 DCA2000/Vantage    | 216   | 97.2      | 1.4      | 1.4    | 5.2      | 3.3 | e   |
| 7 Celltac chemi      | 12    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 4.8      | 2.9 | a   |
| 8 NycoCard           | 15    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 5.7      | 5.8 | e*  |
| 9 Eurolyser          | 8     | 50.0      | 37.5     | 12.5   | 5.2      | 5.0 | a   |
| 10 Hemocue HbA1c 501 | 6     | 50.0      | 33.3     | 16.7   | 5.2      | 5.9 | a   |
| 11 AFIAS             | 77    | 97.4      | 2.6      | 0.0    | 4.9      | 4.9 | e   |
| 12 Spinit            | 6     | 83.3      | 16.7     | 0.0    | 5.2      | 4.1 | a   |
| 13 Others            | 11    | 63.6      | 27.3     | 9.1    | 5.2      | 7.0 | e*  |

## Gallensäure



| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | all Participants | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 62.1     | 9.5 | e   |


**BNP**

QUALAB Toleranz : 27 %  
 ( < 75.0: +/- 20.0 ng/l)

BNP (ng/l)

| Nr. Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1 Triage    | 16    | 87.4      | 6.3      | 6.3    | 5.0      | 81.5 | a   |

## Troponin Triage




QUALAB Toleranz : 24 %

Troponin Triage (ng/l)


| Nr. | Methode              | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|----------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Triage high sensitiv | 4     | 75.0      | 0.0      | 25.0   | 38.60    | 9.9  | a   |
| 2   | Triage SOB/Cardiac   | 5     | 40.0      | 20.0     | 40.0   | 280.00   | 14.2 | e*  |
| 3   | Triage Next Gen      | 18    | 88.9      | 0.0      | 11.1   | 10.00    | 0.0  | e   |

## NT-pro BNP




| Nr. Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 Triage    | 10    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 433      | 8.9 | e   |

## D-dimer Triage



| Nr. Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 Triage    | 31    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 553.48   | 9.6 | e   |


## CK-MB Triage



| Nr. Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1 Triage    | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 9.5      | 18.3 | e*  |




## Myoglobin Triage



| Nr. Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1 Triage    | 7     | 85.7      | 14.3     | 0.0    | 167.0    | 16.3 | e*  |

## Vitamin D 25 (OH)




QUALAB Toleranz : 27 %

Vitamin D 25 (OH) (nmol/l)


| Nr. | Methode   | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|-----------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Cobas     | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 72.2     | 6.5  | e   |
| 2   | VIDAS     | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 88.2     | 11.3 | e*  |
| 3   | Architect | 10    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 86.8     | 4.6  | e   |

AMH



| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | all Participants | 10    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 4.4      | 2.1 | e   |

## Calcitonin




MQ tolerance : 25 %

Calcitonin (pmol/l)

| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | all Participants | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 12.9     | 5.8 | e   |


IGF-BP3



MQ tolerance : 25 %


| Nr. Methode |                  | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-------------|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1           | all Participants | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 3.71     | 14.0 | e*  |

## Anti Thyreoglobulin




| Nr. | Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|---------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas   | 8     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 218      | 5.4 | e   |

## Anti TPO




| Nr. Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1 Cobas     | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 267      | 6.9 | e*  |

**TRAK**

| Nr. Methode | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1 Kryptor   | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.48     | 12.1 | e*  |




## Creatinine WB




| Nr. | Methode             | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK%  | Typ |
|-----|---------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|------|-----|
| 1   | Statsensor i / Nova | 43    | 79.1      | 11.6     | 9.3    | 129      | 11.3 | e   |

## Calcium-Urine



| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Standard chemistry | 16    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.14     | 4.1 | e   |

## Chloride-Urine




MQ tolerance : 12 %

Chloride-Urine (mmol/l)


| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Standard chemistry | 5     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 160      | 0.5 | e   |
| 2   | Cobas              | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 154      | 2.7 | e   |

## Glucose-Urine




| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Standard chemistry | 16    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 9.5      | 3.0 | e   |

## Magnesium-Urine




| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Standard chemistry | 7     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 2.81     | 3.1 | e   |

## Osmolality-Urine




| Nr. | Methode    | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cryoskopie | 13    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 653      | 1.1 | e   |

## Phosphate-Urine



| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Standard chemistry | 16    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 12.9     | 2.8 | e   |

## Potassium-Urine




MQ tolerance : 15 %

Potassium-Urine (mmol/l)

| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | all Participants | 22    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 52       | 3.3 | e   |



## Protein-Urine




QUALAB Toleranz : 20 %

Protein-Urine (mg/l)


| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Cobas/Roche        | 14    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 342.5    | 3.0 | e   |
| 2   | Standard chemistry | 9     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 426.5    | 1.3 | e   |

## Sodium-Urine




| Nr. | Methode          | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | all Participants | 23    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 132      | 1.4 | e   |

## Urea-Urine




| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Standard chemistry | 19    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 204      | 3.7 | e   |

## Uric Acid-Urine



| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Standard chemistry | 15    | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 0.91     | 5.8 | e   |

## Specific Gravity-Urine




MQ tolerance : 5 %


Specific Gravity-Urine ()

| Nr. | Methode       | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|---------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | Refractometer | 6     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 1.018    | 0.1 | e   |

## Creatinine U



## Creatinin Urin



| Nr. | Methode            | Total | % Erfüllt | % ungen. | % Ausr | Zielwert | VK% | Typ |
|-----|--------------------|-------|-----------|----------|--------|----------|-----|-----|
| 1   | DCA2000/Vantage    | 145   | 95.2      | 0.0      | 4.8    | 4.7      | 4.6 | e   |
| 2   | Afinion            | 436   | 97.5      | 0.0      | 2.5    | 4.1      | 4.2 | e   |
| 3   | Standard chemistry | 34    | 97.1      | 2.9      | 0.0    | 4.4      | 6.6 | e   |
| 4   | Sysmex U           | 18    | 77.8      | 0.0      | 22.2   | 4.4      | 0.0 | e   |
| 5   | Aution Eleven      | 4     | 100.0     | 0.0      | 0.0    | 4.4      | 7.3 | e*  |
| 6   | Siemens Clinitek   | 12    | 58.3      | 0.0      | 41.7   | 4.4      | 0.2 | e   |