

Bericht U03 Urin Drogen**Ethylglucuronid ql**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	1	1	100.00

Amphetamine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	positiv	3	3	100.00
Cobas	positiv	4	4	100.00
Triage 8	positiv	6	5	83.00
Syva Rapid Test	positiv	1	1	100.00
Intex	positiv	2	2	100.00
Triage TOX	negativ	10	9	90.00
Andere quantitativ	positiv	15	13	87.00
Andere Schnelltests	positiv	55	47	85.00
Total		96	84	88.00

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Intex	positiv	1	1	100.00
Syva Rapid Test	positiv	3	2	67.00
Triage TOX	negativ	10	9	90.00
Andere Schnelltests	positiv	26	21	81.00
Total		40	33	83.00

Ecstasy pos/neg

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	17	17	100.00

Barbiturate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	2	2	100.00
Cobas	negativ	3	3	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	8	8	100.00
Andere Schnelltests	negativ	21	21	100.00
Total		50	50	100.00

Benzodiazepine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Intex	negativ	5	5	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	16	100.00
Andere Schnelltests	negativ	61	60	98.00
Total		105	104	99.00

Cannabinoide

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	positiv	3	3	100.00
Cobas	positiv	4	4	100.00
Triage 8	positiv	6	6	100.00
Syva Rapid Test	positiv	3	2	67.00
Intex	positiv	8	7	88.00
Triage TOX	positiv	10	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	17	15	88.00
Andere Schnelltests	positiv	74	68	92.00
Total		125	115	92.00

Cocain

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Syva Rapid Test	negativ	3	2	67.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	16	100.00
Andere Schnelltests	negativ	67	66	99.00
Total		112	110	98.00

Methadon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Syva Rapid Test		1	0	0.00
Intex	negativ	4	4	100.00
Rapitest Morwell	positiv	1	1	100.00
Syntron Quik		1	0	0.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	14	100.00
Andere Schnelltests	negativ	53	52	98.00
Total		97	94	97.00

Methaqualon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	1	100.00

EDDP

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	4	4	100.00

Opiate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	5	4	80.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Syva Rapid Test	negativ	3	2	67.00
Intex	negativ	4	4	100.00
Rapitest Morwell	positiv	2	1	50.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	16	100.00
Andere Schnelltests	negativ	65	65	100.00
Total		114	111	97.00

Paracetamol

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	9	9	100.00

Buprenorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	5	5	100.00

6-Acetylmorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	3	3	100.00

Phencyclidin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	9	9	100.00
Andere Schnelltests	negativ	5	5	100.00
Total		14	14	100.00

TCA

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Triage TOX	negativ	11	11	100.00
Alle Methoden	negativ	10	10	100.00
Total		27	27	100.00

LSD

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	3	3	100.00

Kommentar U3

Einem Liter Urin wurden 400 µg 11-Nor-D9-THC, 400 µg D9-THC, 1600 µg d,l-Amphetamine und 1600 µg d,l-Methamphetamine zugefügt. Dementsprechend sind Cannabis, Amphetamine, Methamphetamine positiv und alle anderen Analysen negativ. Bitte beachten Sie, dass es bei den Schnelltests unterschiedliche Entscheidungsgrenzen für Amphetamine gibt. (z.B. AMP1000, AMP500 oder AMP300). Für die korrekte Bewertung der Resultate ist es wichtig, dass Sie uns die genaue Bezeichnung Ihres Tests angeben.