

## G3/G4 Coagulation élargie 2020-3

### Instruction

- Les chiffres correspondent au nombre de participants qui ont indiqué ce résultat.
- Les encadrés montrent le résultat obtenu par votre laboratoire.
- Les résultats quantitatifs sont intégrés dans l'évaluation normale. Les «valeurs cibles»  
Sont calculées à partir de la moyenne des participants après élimination des résultats erronés.
- Pour le temps de thrombine, seule l'interprétation est évaluée.

### Interprétation des résultats

#### Pas d'anticoagulation

		Normal	Valeur limite	Anormal
G3	PTT	21	1	1
G3	Temps de thrombine	19	1	1

#### Thérapie par héparine

		Sans héparine	Sousthérap.	thérapie	Trop fort
G4	PTT	0	1	1	18
G4	Temps de thrombine	0	1	0	17

14.09.2020nka

### Répartition de tous les résultats aPTT

Compte tenu de la grande dispersion des résultats quantitatifs, il est difficile de calculer la valeur cible. C'est pourquoi nous avons également représenté tous les résultats sous forme d'un histogramme.

