

Bericht U03 Urin Drogen**Ethylglucuronid ql**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	1	1	100.00

Amphetamine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	2	2	100.00
Triage TOX	negativ	11	11	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	15	100.00
Andere Schnelltests	negativ	54	53	98.00
Total		96	95	99.00

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Intex	positiv	1	1	100.00
Syva Rapid Test	negativ	3	2	67.00
Triage TOX	negativ	11	11	100.00
Andere Schnelltests	negativ	26	26	100.00
Total		41	40	98.00

Ecstasy pos/neg

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	17	17	100.00

Barbiturate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	positiv	2	2	100.00
Cobas	positiv	3	3	100.00
Triage 8	positiv	6	5	83.00
Triage TOX	positiv	11	10	91.00
Andere quantitativ	positiv	8	8	100.00
Andere Schnelltests	positiv	21	17	81.00
Total		51	45	88.00

Benzodiazepine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Intex	negativ	5	4	80.00
Triage TOX	negativ	11	11	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	16	100.00
Andere Schnelltests	negativ	59	59	100.00
Total		104	103	99.00

Cannabinoide

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Syva Rapid Test	negativ	3	3	100.00
Intex	negativ	8	7	88.00
Triage TOX	negativ	11	11	100.00
Andere quantitativ	negativ	17	17	100.00
Andere Schnelltests	negativ	71	71	100.00
Total		123	122	99.00

Cocain

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Syva Rapid Test	negativ	3	3	100.00
Intex	negativ	3	2	67.00
Triage TOX	negativ	11	11	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	16	100.00
Andere Schnelltests	negativ	65	64	98.00
Total		111	109	98.00

Methadon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	positiv	3	3	100.00
Cobas	positiv	4	4	100.00
Triage 8	positiv	6	6	100.00
Intex	positiv	4	3	75.00
Rapitest Morwell	positiv	1	1	100.00
Triage TOX	positiv	11	11	100.00
Andere quantitativ	positiv	14	13	93.00
Andere Schnelltests	positiv	52	49	94.00
Total		95	90	95.00

Methaqualon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	1	100.00

EDDP

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	4	4	100.00

Opiate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	positiv	3	2	67.00
Cobas	positiv	4	4	100.00
Triage 8	positiv	6	6	100.00
Syva Rapid Test	positiv	3	2	67.00
Intex	positiv	4	3	75.00
Rapitest Morwell	positiv	1	1	100.00
Triage TOX	positiv	11	11	100.00
Andere quantitativ	positiv	16	16	100.00
Andere Schnelltests	positiv	62	58	94.00
Total		110	103	94.00

Paracetamol

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	positiv	10	10	100.00

Buprenorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	4	4	100.00

6-Acetylmorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	3	3	100.00

Phencyclidin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere Schnelltests	negativ	4	4	100.00
Total	14		14	100.00

TCA

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage 8	negativ	6	6	100.00
Triage TOX	negativ	12	12	100.00
Alle Methoden	negativ	12	11	92.00
Total	30		29	97.00

LSD

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	3	3	100.00

Kommentar U3

Einem Liter Urin wurden, 600 µg Secobarbital, 650 µg Methadon, 600 µg EDDP, 800 µg Morphin, 800 µg 6-Acetylmorphin und 8mg Paracetamol zugesetzt. Entsprechend sollten Barbiturate, Methadon, EDDP, Opiate, 6-Acetylmorphin und Paracetamol positiv, alle anderen Analysen negativ sein.