

**Rapport U03 Urine drogues d'abus****Ethylglucuronid ql**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Test rapide	positif	1	1	100.00

**Amphétamines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	2	2	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	15	100.00
Autres tests rapides	négatif	54	53	98.00
<b>Totale</b>		<b>79</b>	<b>78</b>	<b>99.00</b>

**Méthamphétamine**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Intex	positif	1	1	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	2	67.00
Autres tests rapides	négatif	26	26	100.00
<b>Totale</b>		<b>30</b>	<b>29</b>	<b>97.00</b>

**Ecstasy pos/neg**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	17	17	100.00

**Barbituriques**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	2	2	100.00
Cobas	positif	3	3	100.00
Autres quantitatifs	positif	8	8	100.00
Autres tests rapides	positif	21	17	81.00
<b>Totale</b>		<b>34</b>	<b>30</b>	<b>88.00</b>

**Benzodiazépines**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Intex	négatif	5	4	80.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	59	59	100.00
<b>Totale</b>		<b>87</b>	<b>86</b>	<b>99.00</b>

**Cannabinoïdes**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	3	100.00
Intex	négatif	8	7	88.00
Autres quantitatifs	négatif	17	17	100.00
Autres tests rapides	négatif	71	71	100.00
<b>Totale</b>		<b>106</b>	<b>105</b>	<b>99.00</b>

**Cocaïne**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	négatif	3	3	100.00
Intex	négatif	3	2	67.00
Autres quantitatifs	négatif	16	16	100.00
Autres tests rapides	négatif	65	64	98.00
<b>Totale</b>		<b>94</b>	<b>92</b>	<b>98.00</b>

**Méthadone**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	3	3	100.00
Cobas	positif	4	4	100.00
Intex	positif	4	3	75.00
Rapitest Morwell	positif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	positif	14	13	93.00
Autres tests rapides	positif	52	49	94.00
<b>Totale</b>		<b>78</b>	<b>73</b>	<b>94.00</b>

**Méthaqualone**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	1	100.00

**EDDP**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	4	4	100.00

**Opiacés**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	3	2	67.00
Cobas	positif	4	4	100.00
Syva Rapid Test	positif	3	2	67.00
Intex	positif	4	3	75.00
Rapitest Morwell	positif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	positif	16	16	100.00
Autres tests rapides	positif	62	58	94.00
<b>Totale</b>		<b>93</b>	<b>86</b>	<b>92.00</b>

**Buprenorphin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	4	100.00

**6-Acetylmorphin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	3	3	100.00

**Phencyclidin**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	4	4	100.00

**TCA**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	12	11	92.00

**LSD**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	3	3	100.00

**Commentaire U3**

*600 µg de sécobarbital, 650 µg de méthadone, 600 µg d'EDDP, 800 µg de morphine, 800 µg de 6-acétylmorphine et 8 mg de paracétamol ont été ajoutés à un litre d'urine. En conséquence, les barbituriques, la méthadone, l'EDDP, les opiacés, la 6-acétylmorphine et le paracétamol devraient être positifs et toutes les autres analyses devraient être négatives.*