

**Bericht U03 Urin Drogen****Ethylglucuronid ql**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	1	1	100.00

**Amphetamine**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	3	3	100.00
Triage 8	negativ	4	4	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	2	2	100.00
Triage TOX	negativ	11	11	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	15	100.00
Andere Schnelltests	negativ	54	54	100.00
<b>Total</b>		<b>94</b>	<b>94</b>	<b>100.00</b>

**Methamphetamin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Intex	negativ	1	1	100.00
Syva Rapid Test	negativ	3	3	100.00
Triage TOX	negativ	11	11	100.00
Andere Schnelltests	negativ	26	25	96.00
<b>Total</b>		<b>41</b>	<b>40</b>	<b>98.00</b>

**Ecstasy pos/neg**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	17	17	100.00

**Barbiturate**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	2	2	100.00
Triage 8	negativ	4	4	100.00
Triage TOX	negativ	11	11	100.00
Andere quantitativ	negativ	8	8	100.00
Andere Schnelltests	negativ	21	20	95.00
<b>Total</b>		<b>49</b>	<b>48</b>	<b>98.00</b>

**Benzodiazepine**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	3	3	100.00
Triage 8	negativ	4	4	100.00
Intex	negativ	5	5	100.00
Triage TOX	negativ	11	11	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	16	100.00
Andere Schnelltests	negativ	60	59	98.00
<b>Total</b>		<b>103</b>	<b>102</b>	<b>99.00</b>

**Cannabinoide**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	3	3	100.00
Triage 8	negativ	4	4	100.00
Syva Rapid Test	negativ	3	3	100.00
Intex	negativ	8	8	100.00
Triage TOX	negativ	11	11	100.00
Andere quantitativ	negativ	17	17	100.00
Andere Schnelltests	negativ	71	67	94.00
<b>Total</b>		<b>121</b>	<b>117</b>	<b>97.00</b>

**Cocain**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	positiv	4	4	100.00
Cobas	positiv	3	3	100.00
Triage 8	positiv	4	4	100.00
Syva Rapid Test	positiv	3	3	100.00
Intex	positiv	3	3	100.00
Triage TOX	positiv	11	11	100.00
Andere quantitativ	positiv	16	16	100.00
Andere Schnelltests	positiv	65	61	94.00
<b>Total</b>		<b>109</b>	<b>105</b>	<b>96.00</b>

**Methadon**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	3	3	100.00
Triage 8	negativ	4	4	100.00
Intex	negativ	4	4	100.00
Rapitest Morwell	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	11	11	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	14	100.00
Andere Schnelltests	negativ	53	51	96.00
<b>Total</b>		<b>94</b>	<b>92</b>	<b>98.00</b>

**Methaqualon**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	1	1	100.00

**EDDP**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	4	4	100.00

**Opiate**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	3	3	100.00
Triage 8	negativ	4	4	100.00
Syva Rapid Test	negativ	3	3	100.00
Intex	negativ	4	4	100.00
Rapitest Morwell	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	11	11	100.00
Andere quantitativ	negativ	16	16	100.00
Andere Schnelltests	negativ	62	61	98.00
<b>Total</b>		<b>108</b>	<b>107</b>	<b>99.00</b>

**Paracetamol**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	9	9	100.00

**Buprenorphin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	4	4	100.00

**6-Acetylmorphin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	3	3	100.00

**Phencyclidin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	9	9	100.00
Andere Schnelltests	negativ	4	4	100.00
<b>Total</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100.00</b>

**TCA**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage 8	positiv	4	4	100.00
Triage TOX	positiv	12	12	100.00
Alle Methoden	positiv	11	11	100.00
<b>Total</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>100.00</b>

**LSD**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	3	3	100.00

**Kommentar U3**

*Einem Liter Urin wurden, 700 µg Benzoyllecgonin, 450 µg Methaqualon, 1000 µg Amitriptylin, und 1200 µg Nortriptylin zugesetzt. Entsprechend sollten Cocain, Methaqualon und Trizyklische Antidepressiva positiv, alle anderen Analysen negativ sein.*