Bericht MQ 2021/3 Qualitative Auswertungen

Zusammenfassung

Probe		Resultate	gut	% gut
S01	Okkultes Blut im Stuhl	205	201	98.05
I09	Allergologie Immunocap RAPID	3689	3601	97.61
U02	Urin Teststreifen/HCG	1091	1085	99.45
U03	Urin Drogen	779	761	97.69
K08	Herzinfarktmarker h232	705	683	96.88
Total		**6469**	**6331**	**97.87**

S01 Okkultes Blut im Stuhl

	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Haemoccult	positiv	1	30	96.77
Hemofec	positiv	0	7	100.00
Colo-Rectal Test	positiv	0	23	100.00
andere Methoden Guajak	positiv	0	2	100.00
Hexagon OBTI	positiv	1	29	96.67
Epi Tuub	positiv	0	6	100.00
andere Meth. immunologisch	positiv	2	63	96.92
I-Colo-Rectal Test	positiv	0	41	100.00
Total		**4**	**201**	**98.05**

Kommentar S01

Unsere simulierte Stuhlprobe enthielt humanes Blut, alle Tests sollten "positiv" ergeben

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Katze	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	5	368	98.66

T3 Birke	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ / positiv	310	59	100.00

W6 Beifuss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	351	20	94.61

G6 Lieschgras	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	10	360	97.30

F1 Eiweiss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	32	0	100.00

i6 Küchenschabe	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	310	26	92.26

E5 Hund	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	6	364	98.38

T9 Olive	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ / positiv	121	245	100.00

W21 Glaskraut	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ / positiv	119	248	100.00

D1 Derm. pteronyssin.	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	3	368	99.19

F2 Milcheiweiss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	30	0	100.00

m6 Schimmelpilz	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	316	18	94.61

Kommentar I09

Klar positiv waren e1 Katze, g6 Lieschgras, e5 Hund und d1 Derm. Pteronyssin. Bei t9 Olive und w21 Glaskraut hat eine Mehrheit positiv angegeben, bei t3 Birke war es eine Minderheit. Wir haben bei allen drei Allergenen "positiv" und "negativ" akzeptiert.

U02 Urin Teststreifen/HCG

	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	6	1084	99.45
hCG+, Abbott	positiv	0	1	100.00
Total		**6**	**1085**	**99.45**

Kommentar U02

Dem Urin von verschiedenen Spendern wurde Nitrit, Glukose und Protein zugesetzt. Die Nitrit-Konzentration war nahe an der Detektionsgrenze. Wir haben deshalb positiv und negativ als korrekt bewertet.

U03 Urin Drogen

Methamphetamin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Intex	negativ	1	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	23	0	100.00
Nal von Minden	negativ	5	0	100.00
Total		**41**	**0**	**100.00**

Methaqualon	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	0	100.00

TCA	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Triage TOX	negativ	11	0	100.00
Alle Methoden	negativ	14	0	100.00
Total		**27**	**0**	**100.00**

LSD	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	3	0	100.00

Amphetamine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	3	0	100.00
Nal von Minden	negativ	7	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	8	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	0	100.00
Intex	negativ	2	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	0	100.00
Clear Test	negativ	7	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	25	0	100.00
Total		**92**	**0**	**100.00**

Barbiturate	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	positiv	0	3	100.00
Cobas	positiv	0	2	100.00
Nal von Minden	positiv	0	1	100.00
SureStep Abbott	positiv	0	6	100.00
Triage 8	positiv	1	1	50.00
Willi Fox	positiv	1	1	50.00
MD Doctors Direct	positiv	0	3	100.00
Clear Test	positiv	0	1	100.00
Triage TOX	positiv	0	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	1	7	87.50
Andere Schnelltests	positiv	0	13	100.00
Total		**3**	**48**	**94.12**

Benzodiazepine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	3	0	100.00
Nal von Minden	negativ	8	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	8	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	4	0	100.00
Willi Fox	negativ	2	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Clear Test	negativ	7	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	29	0	100.00
Total		**97**	**0**	**100.00**

Cannabinoide	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	negativ	5	0	100.00
Cobas	negativ	3	0	100.00
Nal von Minden	negativ	11	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	10	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	7	0	100.00
Willi Fox	negativ	6	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	100.00
Clear Test	negativ	7	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	32	1	96.97
Total		**117**	**1**	**99.15**

Cocain	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	3	0	100.00
Nal von Minden	negativ	10	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	8	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	1	87.50
Clear Test	negativ	8	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	31	0	100.00
Total		**105**	**1**	**99.06**

Methadon	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	positiv	0	4	100.00
Cobas	positiv	0	3	100.00
Nal von Minden	positiv	0	5	100.00
SureStep Abbott	positiv	0	8	100.00
Triage 8	positiv	0	1	100.00
Intex	positiv	0	3	100.00
Willi Fox	positiv	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positiv	0	8	100.00
Clear Test	positiv	0	7	100.00
Triage TOX	positiv	0	8	100.00
Andere quantitativ	positiv	0	11	100.00
Andere Schnelltests	positiv	1	28	96.55
Total		**1**	**89**	**98.89**

Opiate	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	positiv	0	4	100.00
Cobas	positiv	0	3	100.00
Nal von Minden	positiv	2	8	80.00
SureStep Abbott	positiv	0	8	100.00
Triage 8	positiv	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positiv	0	2	100.00
Intex	positiv	0	3	100.00
Willi Fox	positiv	0	4	100.00
MD Doctors Direct	positiv	0	8	100.00
Clear Test	positiv	0	8	100.00
Triage TOX	positiv	0	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	4	8	66.67
Andere Schnelltests	positiv	4	26	86.67
Total		**10**	**94**	**90.38**

Phencyclidin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	4	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	4	0	100.00
Total		**8**	**0**	**100.00**

Paracetamol	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	2	2	50.00

6-Acetylmorphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	3	0	100.00

Buprenorphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	5	0	100.00

EDDP	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	0	7	100.00

Ethylglucuronid ql	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	1	0	100.00

Ecstasy pos/neg	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	21	0	100.00

Kommentar U03

Einem Liter Urin wurden 1500 µg Thiopental, 1500 µg Secobarbital, 1500 µg Morphine-6-b-glucuronid, 1500 µg Methadon und 1500 µg EDDP zugesetzt. Entsprechend sollten Barbiturate, Opiate und Methadon positiv, alle anderen Analysen negativ sein.

K08 Herzinfarktmarker h232

Troponin T ql	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	8	17	68.00

Troponin T CR pos/neg	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Cobas h 232	positiv	13	664	98.08

Troponin I ql	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	positiv	0	2	100.00

Trop I pos/neg DP	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Life Sign	positiv	1	0	0.00