

Rapport MQ 2021/3 Résultats qualitatifs**Résumé**

Echantillon	Résultats	bon	% bon
S01 Sang occulte dans les selles	205	201	98.05
I09 Allergologie Immunocap RAPID	3689	3601	97.61
U02 Bandelettes urinaires/HCG	1091	1085	99.45
U03 Urine drogues d'abus	779	761	97.69
K08 Marqueurs cardiaques h232	705	683	96.88
Total	6469	6331	97.87

S01 Sang occulte dans les selles

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test Hémocult	positif	1	30	96.77
Hemofec	positif	0	7	100.00
Test Colo-Rectal	positif	0	23	100.00
Autres Guajak	positif	0	2	100.00
Hexagon OBTI	positif	1	29	96.67
Epi Tuub	positif	0	6	100.00
Autres immuno	positif	2	63	96.92
I-Colo-Rectal Test	positif	0	41	100.00
Totale		4	201	98.05

Commentaire S01

Notre échantillon de selle simulé contient du sang humain, tous les tests devraient être "positif".

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Chat	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	5	368	98.66

T3 Bouleau	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	310	59	100.00

W6 Armoise	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	351	20	94.61

G6 fléole des prés	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	10	360	97.30

F1 Blanc d'oeuf de poule	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	32	0	100.00

i6 Blatte germanique	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	310	26	92.26

E5 chien	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	6	364	98.38

T9 olivier	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	121	245	100.00

W21 Pariétaire	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif / positif	119	248	100.00

D1 Derm. pteronyssin.	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	positif	3	368	99.19

F2 Lait	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	30	0	100.00

m6 Moisissure	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
ImmunoCAP rapid	négatif	316	18	94.61

Commentaire I09

e1 chat, g6 fléole des prés, e5 chien und d1 Derm. Pteronyssin étaient clairement positifs. Une majorité a indiqué " positif " pour t9 olive et w21 pariétaire, et une minorité pour t3 bouleau. Nous avons accepté " positif " et " négatif " pour les trois allergènes.

U02 Bandelettes urinaires/HCG

	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	6	1084	99.45
hCG+, Abbott	positif	0	1	100.00
Totale		6	1085	99.45

Commentaire U02

Du nitrite, du glucose et des protéines ont été ajoutés à l'urine de différents donneurs. La concentration de nitrite était proche de la limite de détection. Nous avons donc évalué "positif " et "négatif " comme "correct ".

U03 Urine drogues d'abus

Méthamphétamine	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Intex	négatif	1	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	23	0	100.00
Nal von Minden	négatif	5	0	100.00
Totale		41	0	100.00

Méthaqualone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	0	100.00

TCA	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Triage TOX	négatif	11	0	100.00
toutes les méthodes	négatif	14	0	100.00
Totale		27	0	100.00

LSD	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	3	0	100.00

Amphétamines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	3	0	100.00
Nal von Minden	négatif	7	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	8	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	0	100.00
Intex	négatif	2	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	0	100.00
Clear Test	négatif	7	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	25	0	100.00
Totale		92	0	100.00

Barbituriques	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	positif	0	3	100.00
Cobas	positif	0	2	100.00
Nal von Minden	positif	0	1	100.00
SureStep Abbott	positif	0	6	100.00
Triage 8	positif	1	1	50.00
Willi Fox	positif	1	1	50.00
MD Doctors Direct	positif	0	3	100.00
Clear Test	positif	0	1	100.00
Triage TOX	positif	0	10	100.00
Autres quantitatifs	positif	1	7	87.50
Autres tests rapides	positif	0	13	100.00
Totale		3	48	94.12

Benzodiazépines	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	3	0	100.00
Nal von Minden	négatif	8	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	8	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	4	0	100.00
Willi Fox	négatif	2	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	0	100.00
Clear Test	négatif	7	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	29	0	100.00
Totale		97	0	100.00

Cannabinoïdes	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	5	0	100.00
Cobas	négatif	3	0	100.00
Nal von Minden	négatif	11	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	10	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	7	0	100.00
Willi Fox	négatif	6	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	9	0	100.00
Clear Test	négatif	7	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	32	1	96.97
Totale		117	1	99.15

Cocaïne	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	négatif	4	0	100.00
Cobas	négatif	3	0	100.00
Nal von Minden	négatif	10	0	100.00
SureStep Abbott	négatif	8	0	100.00
Triage 8	négatif	2	0	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	0	100.00
Intex	négatif	3	0	100.00
Willi Fox	négatif	4	0	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	1	87.50
Clear Test	négatif	8	0	100.00
Triage TOX	négatif	10	0	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	31	0	100.00
Totale		105	1	99.06

Méthadone	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	positif	0	4	100.00
Cobas	positif	0	3	100.00
Nal von Minden	positif	0	5	100.00
SureStep Abbott	positif	0	8	100.00
Triage 8	positif	0	1	100.00
Intex	positif	0	3	100.00
Willi Fox	positif	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	8	100.00
Clear Test	positif	0	7	100.00
Triage TOX	positif	0	8	100.00
Autres quantitatifs	positif	0	11	100.00
Autres tests rapides	positif	1	28	96.55
Totale		1	89	98.89

Opiacés	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Architect	positif	0	4	100.00
Cobas	positif	0	3	100.00
Nal von Minden	positif	2	8	80.00
SureStep Abbott	positif	0	8	100.00
Triage 8	positif	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positif	0	2	100.00
Intex	positif	0	3	100.00
Willi Fox	positif	0	4	100.00
MD Doctors Direct	positif	0	8	100.00
Clear Test	positif	0	8	100.00
Triage TOX	positif	0	10	100.00
Autres quantitatifs	positif	4	8	66.67
Autres tests rapides	positif	4	26	86.67
Totale		10	94	90.38

Phencyclidin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	négatif	4	0	100.00
Autres tests rapides	négatif	4	0	100.00
Totale		8	0	100.00

Paracétamol	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Triage TOX	négatif	2	2	50.00

6-Acetylmorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	0	100.00

Buprenorphin	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	5	0	100.00

EDDP	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
toutes les méthodes	positif	0	7	100.00

Ethylglucuronid ql	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	négatif	1	0	100.00

Ecstasy pos/neg	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	21	0	100.00

Commentaire U03

1500 µg de thiopental, 1500 µg de sécobarbital, 1500 µg de morphine-6-b-glucuronide, 1500 µg de méthadone et 1500 µg d'EDDP ont été ajoutés à un litre d'urine. En conséquence, les barbituriques, les opiacés et la méthadone devraient être positifs et toutes les autres analyses devraient être négatives.

K08 Marqueurs cardiaques h232

Troponine T qI	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Test rapide	positif	8	17	68.00

Troponin T CR pos/neg	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Cobas h 232	positif	13	664	98.08

Troponine I qI	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Autres tests rapides	positif	0	2	100.00

Trop I pos/neg DP	Valeur cible	négatif	positif	% Respecté
Life Sign	positif	1	0	0.00