

## Bericht MQ 2021/4 Qualitative Auswertungen

### Zusammenfassung

<b>Probe</b>	<b>Resultate</b>	<b>gut</b>	<b>% gut</b>
S01 Okkultes Blut im Stuhl	202	196	97.03
I09 Allergologie Immunocap RAPID	3318	3209	96.71
U02 Urin Teststreifen/HCG	1105	1098	99.37
U03 Urin Drogen	761	753	98.95
K08 Herzinfarktmarker h232	684	667	97.51
<b>Total</b>	<b>6070</b>	<b>5923</b>	<b>97.58</b>

**S01 Okkultes Blut im Stuhl**

	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Haemoccult	positiv	3	26	89.66
Hemofec	positiv	0	6	100.00
Colo-Rectal Test	positiv	0	25	100.00
andere Methoden Guajak	positiv	0	2	100.00
Hexagon OBTI	positiv	1	29	96.67
Epi Tuub	positiv	1	4	80.00
andere Meth. immunologisch	positiv	1	62	98.41
I-Colo-Rectal Test	positiv	0	42	100.00
<b>Total</b>		<b>6</b>	<b>196</b>	<b>97.03</b>

**Kommentar S01**

*Unsere simulierte Stuhlprobe enthielt humanes Blut, alle Tests sollten "positiv" ergeben*

**I09 Allergologie Immunocap RAPID**

<b>E1 Katze</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	1	332	99.70

<b>T3 Birke</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	46	287	86.19

<b>W6 Beifuss</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	328	2	99.39

<b>G6 Lieschgras</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	3	330	99.10

<b>F1 Eiweiss</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	31	1	96.88

<b>i6 Küchenschabe</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	4	299	98.68

<b>E5 Hund</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ / positiv	242	87	100.00

<b>T9 Olive</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	26	307	92.19

<b>W21 Glaskraut</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	24	309	92.79

<b>D1 Derm. pteronyssin.</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ / positiv	176	152	100.00

<b>F2 Milcheiweiss</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	28	2	93.33

<b>m6 Schimmelpilz</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ / positiv	154	147	100.00

**Kommentar I09**

*Klar positiv waren e1 Katze, t3 Birke, g6 Lieschgras, i6 Küschenschabe, T9 Olive und w21 Glaskraut. Bei D1 Derm. Pteronyssinus, e5 Hund und m6 Schimmelpilz waren die Banden sehr schwach sichtbar, wir haben bei diesen drei Allergenen "positiv" und "negativ" akzeptiert.*

**U02 Urin Teststreifen/HCG**

	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	1097	7	99.37
hCG+, Abbott	negativ	1	0	100.00
<b>Total</b>		<b>1098</b>	<b>7</b>	<b>99.37</b>

**Kommentar U02**

*Alle Analysen lagen im Normalbereich. Wir haben aus dieser Probe eine Proteinkonzentration von 0.040 g/L gemessen.*

**U03 Urin Drogen**

<b>Methamphetamin</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Intex	negativ	1	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	22	0	100.00
Nal von Minden	negativ	5	0	100.00
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Methaqualon</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	0	1	100.00

<b>TCA</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage 8	positiv	0	2	100.00
Triage TOX	positiv	0	11	100.00
Alle Methoden	positiv	1	12	92.31
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>25</b>	<b>96.15</b>

<b>LSD</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere quantitativ	positiv	0	3	100.00

<b>Amphetamine</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	2	0	100.00
Nal von Minden	negativ	7	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	9	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	0	100.00
Intex	negativ	2	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	0	100.00
Clear Test	negativ	7	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	24	0	100.00
<b>Total</b>		<b>91</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Barbiturate</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	negativ	3	0	100.00
Cobas	negativ	1	0	100.00
Nal von Minden	negativ	1	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	6	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Willi Fox	negativ	2	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	3	0	100.00
Clear Test	negativ	1	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	8	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	12	0	100.00
<b>Total</b>		<b>49</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Benzodiazepine</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	2	0	100.00
Nal von Minden	negativ	7	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	9	1	90.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	4	0	100.00
Willi Fox	negativ	2	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Clear Test	negativ	7	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	28	0	100.00
<b>Total</b>		<b>95</b>	<b>1</b>	<b>98.96</b>

<b>Cannabinoide</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	negativ	5	0	100.00
Cobas	negativ	2	0	100.00
Nal von Minden	negativ	10	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	12	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	8	0	100.00
Willi Fox	negativ	6	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	100.00
Clear Test	negativ	7	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	31	1	96.88
<b>Total</b>		<b>117</b>	<b>1</b>	<b>99.15</b>

<b>Cocain</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	positiv	0	4	100.00
Cobas	positiv	0	2	100.00
Nal von Minden	positiv	1	7	87.50
SureStep Abbott	positiv	1	9	90.00
Triage 8	positiv	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positiv	0	2	100.00
Intex	positiv	0	3	100.00
Willi Fox	positiv	0	4	100.00
MD Doctors Direct	positiv	0	8	100.00
Clear Test	positiv	1	7	87.50
Triage TOX	positiv	1	9	90.00
Andere quantitativ	positiv	0	13	100.00
Andere Schnelltests	positiv	1	29	96.67
<b>Total</b>		<b>5</b>	<b>99</b>	<b>95.19</b>



<b>Methadon</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	2	0	100.00
Nal von Minden	negativ	5	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	8	0	100.00
Triage 8	negativ	1	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	100.00
Clear Test	negativ	7	0	100.00
Triage TOX	negativ	7	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	11	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	27	0	100.00
<b>Total</b>		<b>87</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Opiate</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	2	0	100.00
Nal von Minden	negativ	9	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	9	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	100.00
Clear Test	negativ	8	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	29	0	100.00
<b>Total</b>		<b>103</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>

<b>Phencyclidin</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	4	0	100.00

<b>Paracetamol</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	3	0	100.00

<b>6-Acetylmorphin</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	3	0	100.00

<b>Buprenorphin</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	4	0	100.00

<b>EDDP</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	8	0	100.00

<b>Ethylglucuronid ql</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	1	0	100.00

<b>Ecstasy pos/neg</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	20	0	100.00

**Kommentar U03**

*Einem Liter Urin wurden 700 µg Benzoylcegonin, 50 µg LSD, 450 µg Methaqualon, 500 µg Amitriptylin und 1600 µg Nortriptylin zugesetzt. Entsprechend sollten Cocain, LSD, Methaqualon und trizyklische Antidepressiva positiv, alle anderen Analysen negativ sein.*

**K08 Herzinfarktmarker h232**

---

<b>Troponin T qI</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	6	18	75.00

---

<b>Troponin T CR pos/neg</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Cobas h 232	positiv	10	648	98.48

---

<b>Troponin I qI</b>	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	positiv	1	1	50.00

---