

Verein für
Association pour le
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle
contrôle de qualité médical
controllo di qualità medico

Rapporto del controllo circolare

2021 - 4

Campioni

Prima e durante la spedizione sono state controllate l'omogeneità e la stabilità di tutti i campioni e non sono state riscontrate irregolarità. I test sono stati condotti nei laboratori dell'ospedale universitario di Zurigo (<http://www.uzl.usz.ch/>).

I seguenti campioni sono stati prodotti appositamente per MQ in subappalto:

B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Ematologia parassitaria, K14 Marker tumorale.

Determinazione dei valori assegnati

Per ogni valore assegnato è indicato il tipo di procedura secondo ISO17043:2010, B2.1 (colonna "tipo"):

- a) Valori noti, derivati dalla formulazione del materiale
- b) Valori di riferimento certificati per campioni particolari
- c) Valori di riferimento, determinati da analisi
- d) Valori di consenso da laboratori partecipanti esperti
- e) Valori di consenso dai partecipanti

In gruppi con più di 9 partecipanti i valori assegnati vengono in genere determinati con il valore di consenso ("e"). Per la determinazione del valore bersaglio viene utilizzato il valore medio del collettivo di quel metodo. I valori con una deviazione rispetto al valore teorico superiore a 1.5 volte la tolleranza Qualab vengono considerati outlier ed eliminati dal calcolo del valore bersaglio. Come valore di partenza per l'eliminazione degli outlier si utilizzano i risultati degli esami di idoneità.

Per garantire a tutti i partecipanti valori assegnati rappresentativi, in gruppi più piccoli possono essere adottate anche altre procedure.

Incerteza dei valori assegnati

L'incerteza standard (u_x) viene calcolata con la seguente formula (ISO13528):

$u_x = (\text{valore assegnato}/100) \cdot 1.25 / \text{radice quadrata del numero di partecipanti} \cdot \text{coeff. variazione (CV)\%}$

u_x ha la stessa unità di misura del valore assegnato

u_x è paragonabile alla deviazione standard (SD) del collettivo dei partecipanti (SD: $\text{valore assegnato} \cdot \text{CV}\%/100$)

Se il numero dei partecipanti è superiore a 18, l'incerteza standard è molto inferiore alla variabilità del collettivo e può essere ignorata


Tolleranze QUALAB e MQ

Per le analisi obbligatorie vengono utilizzate le tolleranze Qualab (www.qualab.ch, esterne Qualitätskontrolle). Per le analisi non obbligatorie le tolleranze vengono definite dal direttore dei controlli circolari MQ.

Se l'incerteza calcolata u_x del valore assegnato è superiore al 15% della tolleranza QUALAB o MQ, appare un asterisco accanto alla lettera che descrive la procedura di calcolo del valore assegnato (per esempio "e*"), per avvisare il partecipante che l'incerteza del valore assegnato può avere un'influenza sull'esito del controllo.

Rappresentazioni grafiche

I risultati sono rappresentati graficamente come segue:



Confronto degli strumenti

I dati in questa parte del rapporto consentono di paragonare l'efficienza dei vari strumenti. Non vanno però dimenticati i seguenti dettagli:


- Il campione di controllo K1 è un siero di controllo commerciale pronto per l'uso. Nonostante il campione sia di origine umana, non si può escludere l'insorgenza di effetti di matrice. Questi dipendono dallo strumento e portano a valori assegnati differenti.
- E' stato analizzato solo un campione. Poiché la distribuzione dei risultati dipende dalla natura del campione (effetto matrice) e dal valore stesso, i coefficienti di variazione determinati (in %) non hanno una validità generale.
- Gran parte dei valori anomali deriva da errori amministrativi (unità di misura sbagliata, scambio dei risultati) o da errori di manualità (campione sbagliato, non correttamente disciolto, non abbastanza mescolato) e non ha a che fare con lo strumento.

Zurigo, 14.12.2021

Dr. R. Fried
Direttore controlli circolari


Non è permesso pubblicare questo rapporto o alcuna sua parte senza il permesso scritto della nostra associazione. L'originale si trova nell'archivio su www.mqzh.ch

Quick OA




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Neoplastin Plus	6	100.0	0.0	0.0	2.09	4.8	e*
2 Innovin	15	100.0	0.0	0.0	1.65	4.9	e
3 Recombiplastin 2G	11	90.9	9.1	0.0	1.73	6.6	e*
4 Eurolyser	4	50.0	0.0	50.0	1.33	3.2	e
5 altro	12	100.0	0.0	0.0	1.76	6.0	e
6 Neoplastin R	12	100.0	0.0	0.0	1.75	4.8	e

Fibrinogeno OA




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 altro	7	100.0	0.0	0.0	1.20	3.6	e
2 Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	1.03	4.0	e
3 Stago/STA	16	100.0	0.0	0.0	1.17	5.6	a

aPTT OA



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 altro	9	100.0	0.0	0.0	45.7	10.6	e*
2 Actin FS	6	100.0	0.0	0.0	42.0	4.7	e
3 Pathromtin SL	4	100.0	0.0	0.0	69.2	2.4	e
4 Stago/STA	14	100.0	0.0	0.0	53.7	4.2	e
5 aPTT-SP	6	100.0	0.0	0.0	43.4	3.8	e

INR CoaguChek




QUALAB Tolleranza : 15 %

INR CoaguChek ()


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 CoaguChek Pro II	691	97.7	0.9	1.4	3.1	3.6	e

Quick N



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Neoplastin R	12	100.0	0.0	0.0	94	4.8	e
2 Neoplastin Plus	6	100.0	0.0	0.0	91	7.1	e*
3 Innovin	11	100.0	0.0	0.0	97	2.4	e
4 tutti	11	100.0	0.0	0.0	97	4.7	e
5 Recombiplastin 2G	8	100.0	0.0	0.0	100	4.3	e

Faktor II




Tolleranza MQ : 25 %

Faktor II (%)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	99.7	3.1	e

Fibrinogeno N



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	2.90	4.1	e
2 altro	9	88.9	0.0	11.1	3.01	8.4	e*
3 Stago/STA	18	100.0	0.0	0.0	3.15	5.4	e
4 Fibrinogen Q.F.A.	6	100.0	0.0	0.0	3.02	7.7	e*

Faktor V




Tolleranza MQ : 25 %

Faktor V (%)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	7	85.7	0.0	14.3	96.0	4.2	e

aPTT N




QUALAB Tolleranza : 25 %

aPTT N (Sek)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Actin FS	4	100.0	0.0	0.0	25.5	3.0	e
2 altro	12	91.7	8.3	0.0	32.1	19.0	e*
3 Stago/STA	17	100.0	0.0	0.0	33.6	3.4	e
4 aPTT-SP	10	80.0	0.0	20.0	26.8	4.9	e

Faktor VII




Tolleranza MQ : 25 %

Faktor VII (%)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	5	100.0	0.0	0.0	109.0	6.4	e

Quick H



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Neoplastin R	9	100.0	0.0	0.0	97	4.0	e
2 Innovin	9	100.0	0.0	0.0	89	5.4	e*
3 tutti	6	100.0	0.0	0.0	94	6.2	e*
4 Recombiplastin 2G	12	91.7	0.0	8.3	99	4.1	e

Anti-FXa (unfrakt-Heparin)




Tolleranza MQ : 20 %

Anti-FXa (unfrakt-Heparin) (IU/ml)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Stago/STA	7	85.7	14.3	0.0	0.18	10.1	e*
2 ACL	15	100.0	0.0	0.0	0.37	11.5	a

Fibrinogeno H




QUALAB Tolleranza : 15 %

Fibrinogeno H (g/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 altro	6	100.0	0.0	0.0	2.93	4.0	e
2 Stago/STA	12	100.0	0.0	0.0	2.96	4.9	e
3 Fibrinogen Q.F.A.	12	100.0	0.0	0.0	2.89	4.1	e

aPTT H




QUALAB Tolleranza : 25 %

aPTT H (Sek)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Actin FS	4	100.0	0.0	0.0	57.5	12.7	e*
2 altro	5	80.0	0.0	20.0	52.5	8.0	e*
3 Stago/STA	9	100.0	0.0	0.0	59.0	3.4	e
4 aPTT-SP	12	100.0	0.0	0.0	76.7	13.4	e*

D-Dimeri




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 STA Liatest	13	100.0	0.0	0.0	3.37	6.1	e
2 Siemens Innovance	6	100.0	0.0	0.0	5.43	6.5	e*
3 Pathfast	8	100.0	0.0	0.0	5.00	0.0	e
4 Eurolyser	5	80.0	20.0	0.0	6.39	12.0	e*
5 ACL	8	100.0	0.0	0.0	5.03	7.6	e*
6 AQT 90 FLEX	10	100.0	0.0	0.0	2.37	3.9	e
7 VIDAS	14	100.0	0.0	0.0	3.17	6.6	e

CoaguChek APTT



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 CoaguChek Pro II	6	100.0	0.0	0.0	43.6	13.0	e*

INR CCXS




QUALAB Tolleranza : 15 %

INR CCXS ()

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 CoaguChek XS	1637	98.9	0.2	0.9	2.0	3.4	e

INR HC




QUALAB Tolleranza : 15 %

INR HC ()

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Hemochron j.	8	100.0	0.0	0.0	5.4	4.6	e

INR MI




QUALAB Tolleranza : 15 %

INR MI ()

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 MicroINR	130	80.0	8.5	11.5	2.0	7.6	e

INR Xprecia




QUALAB Tolleranza : 15 %
(< 1.3: +/- 0.2)

INR Xprecia ()

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Xprecia	59	93.2	5.1	1.7	1.1	6.6	e

INR Lumira Dx




QUALAB Tolleranza : 15 %

INR Lumira Dx ()

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Lumira Dx	4	100.0	0.0	0.0	4.9	3.5	e

Anti-FXa (LMW-Heparin)




Tolleranza MQ : 20 %

Anti-FXa (LMW-Heparin) (IU/ml)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	7	100.0	0.0	0.0	0.96	6.9	e*
2 Stago/STA	8	100.0	0.0	0.0	0.78	4.8	e
3 ACL	12	66.6	16.7	16.7	0.77	12.6	e*

Anti-FXa (Rivaroxaban)




Tolleranza MQ : 20 %

Anti-FXa (Rivaroxaban) (µg/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	7	100.0	0.0	0.0	308.00	4.8	e
2 Stago/STA	8	100.0	0.0	0.0	295.50	7.8	e*
3 ACL	4	100.0	0.0	0.0	304.55	9.2	e*

Anti-FXa (Apixaban)



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	267.50	11.8	e*
2 ACL	4	100.0	0.0	0.0	285.95	6.3	e*

Emoglobina




QUALAB Tolleranza : 9 %

Emoglobina (g/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Automatico	16	93.7	6.3	0.0	117.1	3.7	e
2 Cianometemoglobina	21	95.2	4.8	0.0	116.6	3.5	e
3 Sysmex X	45	97.8	0.0	2.2	118.0	1.5	e
4 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	121.5	1.8	e
5 Hemocue	415	94.2	1.7	4.1	117.0	2.5	e
6 Hemocontrol	10	100.0	0.0	0.0	117.9	1.4	e
7 DiaSpect	16	100.0	0.0	0.0	124.1	3.4	e
8 Sysmex	9	100.0	0.0	0.0	117.0	1.3	e

Emoglobina



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex KX21	206	98.5	0.5	1.0	117.6	1.8	e
2 Sysmex Poch - 100i	198	98.0	1.5	0.5	115.6	2.5	e
3 Sysmex XP 300	599	97.5	0.0	2.5	117.1	1.2	e
4 Mythic	273	96.4	1.8	1.8	115.5	3.0	e
5 Swelab	32	96.9	0.0	3.1	118.9	2.1	e
6 Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	118.0	2.6	e*
7 Medonic	6	83.3	0.0	16.7	117.0	1.3	e
8 Celltac Alpha (Nihon	85	97.6	0.0	2.4	118.8	1.9	e
9 Samsung HC10	26	100.0	0.0	0.0	116.8	2.7	e
10 Micros 60	106	98.2	0.9	0.9	115.5	2.9	e

Ematocrito




QUALAB Tolleranza : 9 %

Ematocrito (H)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Automatico	16	93.7	6.3	0.0	0.34	5.3	e*
2 Sysmex X	45	95.6	0.0	4.4	0.35	1.9	e
3 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	0.32	0.8	e
4 Sysmex	9	100.0	0.0	0.0	0.34	3.5	e*

Ematocrito




QUALAB Tolleranza : 9 %

Ematocrito (H)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex KX21	206	98.5	1.0	0.5	0.32	2.4	e
2 Sysmex Poch - 100i	198	97.5	2.0	0.5	0.34	2.9	e
3 Sysmex XP 300	599	97.5	0.3	2.2	0.32	2.0	e
4 Mythic	274	94.8	2.6	2.6	0.33	3.4	e
5 Swelab	32	96.9	3.1	0.0	0.33	3.3	e
6 Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	0.35	5.6	e*
7 Medonic	6	83.3	0.0	16.7	0.33	1.8	e
8 Celltac Alpha (Nihon	85	96.5	0.0	3.5	0.34	2.7	e
9 Samsung HC10	26	100.0	0.0	0.0	0.35	2.6	e
10 Micros 60	106	94.4	2.8	2.8	0.31	4.0	e

Eritrociti




QUALAB Tolleranza : 25 %

Eritrociti (T/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Automatico	14	100.0	0.0	0.0	3.81	2.9	e
2 Sysmex X	45	100.0	0.0	0.0	3.87	4.3	e
3 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	3.92	1.3	e
4 Sysmex	9	100.0	0.0	0.0	3.83	2.0	e

Eritrociti




QUALAB Tolleranza : 25 %

Eritrociti (T/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex KX21	205	100.0	0.0	0.0	3.81	2.2	e
2 Sysmex Poch - 100i	198	100.0	0.0	0.0	3.97	2.6	e
3 Sysmex XP 300	600	98.2	0.8	1.0	3.82	3.5	e
4 Mythic	274	98.6	0.7	0.7	3.78	4.7	e
5 Swelab	32	100.0	0.0	0.0	3.87	2.7	e
6 Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	3.99	6.0	e
7 Medonic	6	100.0	0.0	0.0	3.80	7.6	e*
8 Celltac Alpha (Nihon	85	97.6	0.0	2.4	3.92	2.6	e
9 Samsung HC10	26	100.0	0.0	0.0	3.86	2.6	e
10 Micros 60	106	98.2	0.9	0.9	3.73	5.2	e

Leucociti




QUALAB Tolleranza : 25 %

Leucociti (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Automatico	13	100.0	0.0	0.0	6.00	7.6	e
2 Microscopio	12	100.0	0.0	0.0	5.45	13.8	e*
3 Sysmex X	45	95.6	0.0	4.4	6.18	3.9	e
4 Advia 120 (Perox)	4	100.0	0.0	0.0	5.23	2.5	e
5 Sysmex	9	100.0	0.0	0.0	6.20	2.6	e

Leucociti




QUALAB Tolleranza : 25 %

Leucociti (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex KX21	204	100.0	0.0	0.0	6.08	3.2	e
2 Sysmex Poch - 100i	198	100.0	0.0	0.0	5.97	3.8	e
3 Sysmex XP 300	600	99.0	0.5	0.5	6.15	4.0	e
4 Mythic	272	98.2	1.1	0.7	5.75	5.8	e
5 Swelab	32	100.0	0.0	0.0	6.11	3.1	e
6 Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	6.14	5.6	e
7 Medonic	6	83.3	0.0	16.7	6.20	5.4	e
8 Celltac Alpha (Nihon	85	98.8	0.0	1.2	6.14	4.2	e
9 Samsung HC10	26	100.0	0.0	0.0	6.04	4.2	e
10 Micros 60	106	99.1	0.9	0.0	5.62	6.5	e

Trombociti




QUALAB Tolleranza : 25 %

Trombociti (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Automatico	13	100.0	0.0	0.0	225.0	7.0	e
2 Microscopio	7	100.0	0.0	0.0	230.0	11.6	e*
3 Sysmex X	45	97.8	0.0	2.2	232.0	5.8	e
4 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	222.5	6.7	e*
5 Sysmex	9	100.0	0.0	0.0	235.0	2.5	e

Trombociti




QUALAB Tolleranza : 25 %

Trombociti (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex KX21	204	99.0	0.5	0.5	239.9	5.5	e
2 Sysmex Poch - 100i	196	99.5	0.0	0.5	244.5	4.6	e
3 Sysmex XP 300	600	99.3	0.0	0.7	244.4	4.8	e
4 Mythic	274	96.3	1.5	2.2	209.0	8.9	e
5 Swelab	32	100.0	0.0	0.0	229.4	6.8	e
6 Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	245.0	9.6	e*
7 Medonic	6	83.3	0.0	16.7	228.5	4.2	e
8 Celltac Alpha (Nihon	85	100.0	0.0	0.0	235.1	6.9	e
9 Samsung HC10	26	100.0	0.0	0.0	235.5	6.3	e
10 Micros 60	106	98.1	1.9	0.0	223.9	8.7	e

Emoglobina H2




QUALAB Tolleranza : 9 %

Emoglobina H2 (g/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Z3	119	95.0	0.8	4.2	95.3	3.1	e
2 Abx Micros	87	96.6	1.1	2.3	93.6	3.9	e
3 Microsemi	822	97.0	0.6	2.4	97.3	2.0	e

Ematocrito H2




QUALAB Tolleranza : 9 %

Ematocrito H2 (l/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Z3	119	89.1	5.9	5.0	0.27	4.6	e
2 Abx Micros	87	90.8	4.6	4.6	0.26	4.0	e
3 Microsemi	823	95.8	1.5	2.7	0.26	2.7	e

Leucociti H2




QUALAB Tolleranza : 25 %

Leucociti H2 (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Z3	119	98.4	0.8	0.8	4.77	5.3	e
2 Abx Micros	87	100.0	0.0	0.0	4.57	6.1	e
3 Microsemi	823	99.5	0.0	0.5	4.78	4.3	e

Trombociti H2




QUALAB Tolleranza : 25 %

Trombociti H2 (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Z3	119	97.5	1.7	0.8	199.9	7.5	e
2 Abx Micros	87	96.6	0.0	3.4	191.8	8.6	e
3 Microsemi	823	97.1	1.1	1.8	200.1	6.8	e

Eritrociti H2




QUALAB Tolleranza : 25 %

Eritrociti H2 (T/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Z3	119	97.5	0.0	2.5	3.09	4.7	e
2 Abx Micros	87	95.4	0.0	4.6	3.13	4.7	e
3 Microsemi	825	98.5	0.5	1.0	3.12	4.1	e

CRP H2




QUALAB Tolleranza : 21 %

CRP H2 (mg/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Z3	107	92.5	4.7	2.8	22.3	9.9	e
2 Microsemi	815	95.5	2.5	2.0	28.3	9.4	e
3 Abx Micros	8	62.5	25.0	12.5	29.0	13.7	e*
4 ABX Micros CRP200	80	91.2	6.3	2.5	25.5	10.8	e

Emoglobina BG




QUALAB Tolleranza : 9 %

Emoglobina BG (g/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 iStat	12	100.0	0.0	0.0	192.0	2.7	a

Ematocrito




QUALAB Tolleranza : 9 %

Ematocrito (l/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 iStat	19	100.0	0.0	0.0	0.56	2.8	e
2 EPOC	12	91.7	0.0	8.3	0.50	6.2	e*

Emoglobina




QUALAB Tolleranza : 9 %

Emoglobina (g/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex	78	100.0	0.0	0.0	108.0	1.5	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	111.5	1.7	e
3 Yumizen/Pentra	17	94.1	0.0	5.9	110.5	1.7	e

Ematocrito




QUALAB Tolleranza : 9 %

Ematocrito (H)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex	80	98.7	0.0	1.3	0.32	2.5	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.33	1.5	e
3 Yumizen/Pentra	17	94.1	0.0	5.9	0.32	3.3	e

Eritrociti




QUALAB Tolleranza : 25 %

Eritrociti (T/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex	80	100.0	0.0	0.0	3.51	1.6	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	3.63	0.6	e
3 Yumizen/Pentra	17	94.1	0.0	5.9	3.50	2.3	e

Leucociti




QUALAB Tolleranza : 25 %

Leucociti (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex	79	100.0	0.0	0.0	4.77	5.0	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	4.39	5.9	e
3 Yumizen/Pentra	17	82.3	11.8	5.9	3.90	16.9	e*

Trombociti




QUALAB Tolleranza : 25 %

Trombociti (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex	78	100.0	0.0	0.0	199.4	6.5	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	182.0	6.6	e*
3 Yumizen/Pentra	17	100.0	0.0	0.0	201.5	9.3	e

Neutrofili




Tolleranza MQ : 25 %

Neutrofili (G/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex	80	100.0	0.0	0.0	2.23	7.8	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	2.25	6.2	e*
3 Yumizen/Pentra	16	62.5	12.5	25.0	1.11	17.6	e*

Linfociti



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex	80	98.7	0.0	1.3	2.00	5.5	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	1.72	6.7	e*
3 Yumizen/Pentra	16	87.4	6.3	6.3	2.17	12.2	e*

Monociti




Tolleranza MQ : 40 %

Monociti (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex	80	97.4	1.3	1.3	0.36	17.1	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.25	8.5	e
3 Yumizen/Pentra	16	74.9	6.3	18.8	0.20	22.0	e*

Eosinofili




Tolleranza MQ : 80 %

Eosinofili (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex	79	100.0	0.0	0.0	0.08	19.8	a
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.10	18.5	e
3 Yumizen/Pentra	16	100.0	0.0	0.0	0.05	41.0	a

Basofili




Tolleranza MQ : 80 %
(< 0.10: +/- 0.08 G/l)

Basofili (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex	79	94.9	5.1	0.0	0.10	68.7	a
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.06	40.8	e*
3 Yumizen/Pentra	16	100.0	0.0	0.0	0.03	48.2	e*

MCV




Tolleranza MQ : 25 %

MCV (fl)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex	74	100.0	0.0	0.0	92.6	3.5	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	91.2	1.6	e
3 Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	91.3	1.8	e

MCH




Tolleranza MQ : 25 %

MCH (pg)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex	74	100.0	0.0	0.0	30.8	1.5	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	31.2	2.3	e
3 Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	31.7	2.7	e

MCHC




Tolleranza MQ : 25 %

MCHC (g/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex	74	100.0	0.0	0.0	333	3.1	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	341	2.8	e
3 Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	347	3.2	e

RDW




Tolleranza MQ : 25 %

RDW (%)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex	71	100.0	0.0	0.0	13.3	3.2	e
2 Yumizen/Pentra	10	100.0	0.0	0.0	13.5	8.1	e

Immature Granulocytes




Tolleranza MQ : 25 %
(< 0.10: +/- 0.10 G/l)

Immature Granulocytes (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex	60	98.3	0.0	1.7	0.03	65.1	e*

Reticolociti




Tolleranza MQ : 30 %

Reticolociti (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex	39	94.8	2.6	2.6	70.0	13.5	a

Hämolyseindex Probe A




Tolleranza MQ : 15 %

Hämolyseindex Probe A ()

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	52.76	6.4	a
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	0.26	14.0	a

Hämolyseindex Probe B




Tolleranza MQ : 15 %

Hämolyseindex Probe B ()

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	18	88.9	11.1	0.0	12.00	12.7	a
2 Architect	6	83.3	16.7	0.0	0.05	22.6	a

Velocità di eritrosedimentazione 1h




Tolleranza MQ : 30 %

Velocità di eritrosedimentazione 1h (mm/h)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 MINI-CUBE	9	88.9	11.1	0.0	113	26.4	e*
2 Sarstedt Sedivette	11	100.0	0.0	0.0	75	15.8	e*
3 Sarstedt Microvette	4	75.0	0.0	25.0	67	12.7	e*
4 BD Seditainer	42	88.1	4.8	7.1	68	12.7	e
5 altro	6	100.0	0.0	0.0	77	14.0	e*

Velocità di eritrosedimentazione 2h




Tolleranza MQ : 30 %

Velocità di eritrosedimentazione 2h (mm/2h)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 BD Seditainer	6	83.3	16.7	0.0	145	14.4	e*

Hemoglobina HS




Tolleranza MQ : 9 %

Hemoglobina HS (g/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 PixCell HemoScreen	6	83.3	0.0	16.7	135.5	2.3	e

Hematocrito HS




Tolleranza MQ : 9 %

Hematocrito HS (l/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 PixCell HemoScreen	6	83.3	0.0	16.7	0.3	3.1	e*

Eritrociti HS




Tolleranza MQ : 25 %

Eritrociti HS (T/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 PixCell HemoScreen	6	83.3	0.0	16.7	4.19	2.4	e

Leucociti HS




Tolleranza MQ : 25 %

Leucociti HS (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 PixCell HemoScreen	6	83.3	16.7	0.0	7.98	14.1	e*

Thrombociti HS




Tolleranza MQ : 25 %

Thrombociti HS (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 PixCell HemoScreen	6	100.0	0.0	0.0	248.5	1.8	e

Neutrofili HS




Tolleranza MQ : 25 %

Neutrofili HS (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 PixCell HemoScreen	5	80.0	0.0	20.0	4.21	3.1	e

Lymfociti HS




Tolleranza MQ : 25 %

Lymfociti HS (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 PixCell HemoScreen	5	80.0	0.0	20.0	3.22	7.2	e*

Monociti HS




Tolleranza MQ : 25 %

Monociti HS (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 PixCell HemoScreen	5	80.0	0.0	20.0	0.55	10.8	e*

Eosinofili HS




Tolleranza MQ : 25 %

Eosinofili HS (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 PixCell HemoScreen	5	20.0	20.0	60.0	0.10	25.0	e*

Basofili HS




Tolleranza MQ : 25 %

Basofili HS (G/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 PixCell HemoScreen	5	40.0	40.0	20.0	0.03	16.5	e*

CRP




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas b101	301	98.7	0.0	1.3	49.3	3.8	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	54.0	4.5	e
3 Turbidimetrie	14	85.7	0.0	14.3	53.6	7.0	e
4 Afinion	1217	99.2	0.2	0.6	52.9	4.9	e
5 NycoCard SingleTest-	99	87.9	4.0	8.1	53.0	11.2	e
6 Quick Read go	102	97.0	1.0	2.0	56.2	6.9	e
7 Eurolyser	87	79.3	6.9	13.8	72.8	11.7	e
8 Fuji Dri-Chem	14	85.7	0.0	14.3	60.8	6.1	e
9 Autolyser/DiaSys	12	91.7	0.0	8.3	53.6	8.0	e
10 Piccolo	5	100.0	0.0	0.0	76.2	9.1	e*
11 Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	49.7	7.2	e*
12 Celltac chemi	46	97.8	0.0	2.2	53.9	4.4	e

CRP




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 QuickRead (sangue)	30	83.3	6.7	10.0	90.9	9.6	e

CRP



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Spinit	10	100.0	0.0	0.0	54.1	6.2	e
2 Architect	8	100.0	0.0	0.0	57.4	6.5	e
3 AQT 90 FLEX	9	100.0	0.0	0.0	59.0	5.3	e
4 Spotchem D-Concept	6	100.0	0.0	0.0	57.6	5.3	e
5 altro	4	100.0	0.0	0.0	54.5	3.2	e

IgG




QUALAB Tolleranza : 15 %

IgG (g/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Turbidimetrie	17	100.0	0.0	0.0	13.39	2.5	e
2 Nephelometrie	5	100.0	0.0	0.0	14.55	7.5	a
3 altro	4	100.0	0.0	0.0	13.05	5.3	e*

IgA



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Turbidimetrie	18	100.0	0.0	0.0	2.38	2.9	e
2 Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	2.68	7.5	e*


IgM



QUALAB Tolleranza : 15 %


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Turbidimetrie	18	100.0	0.0	0.0	1.21	3.6	e
2 Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	1.37	7.8	a

IgE



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	7	100.0	0.0	0.0	111	18.4	a

Alpha-1-Antitripsina




Tolleranza MQ : 25 %

Alpha-1-Antitripsina (g/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	7	100.0	0.0	0.0	1.14	6.5	e

Anticorpi anti-streptolisina




Tolleranza MQ : 25 %

Anticorpi anti-streptolisina (kIU/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	11	100.0	0.0	0.0	177	6.8	e
2 altro	4	100.0	0.0	0.0	126	3.5	e

Complemento C3




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	18	100.0	0.0	0.0	1.68	4.3	e

Complemento C4




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Alinity	5	100.0	0.0	0.0	0.33	5.1	e*
2 tutti	12	100.0	0.0	0.0	0.31	4.6	e

Aptoglobina



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	21	100.0	0.0	0.0	1.52	4.0	e

Transferrina




Tolleranza MQ : 25 %

Transferrina (g/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	27	100.0	0.0	0.0	2.43	3.1	e

Beta-2 microglobulina




Tolleranza MQ : 25 %

Beta-2 microglobulina (mg/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	6	100.0	0.0	0.0	2.10	5.0	e

Fattore reumatoide




Tolleranza MQ : 25 %

Fattore reumatoide (U/ml)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Architect	5	100.0	0.0	0.0	32.0	5.0	e

Ceruloplasmina




Tolleranza MQ : 25 %

Ceruloplasmina (mg/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Siemens	5	100.0	0.0	0.0	340.00	6.3	e
2 tutti	4	100.0	0.0	0.0	260.00	1.5	e

Prealbumina




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	16	100.0	0.0	0.0	218.8	6.1	e

Recettore solubile della transferrina



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	8	100.0	0.0	0.0	3.4	10.8	a


catene leggere libere kappa



QUALAB Tolleranza : 20 % catene leggere libere kappa (mg/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	8	100.0	0.0	0.0	12	8.0	e*


catene leggere libere lambda



QUALAB Tolleranza : 20 % catene leggere libere lambda (mg/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	8	87.5	12.5	0.0	14	9.0	e*

CRP HS




QUALAB Tolleranza : 21 %
 (< 10.00: +/- 2.00 mg/l)

CRP HS (mg/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Turbidimetrie	7	100.0	0.0	0.0	5.59	7.7	e*

Lipoprotein (a)




Tolleranza MQ : 25 %

Lipoprotein (a) (nmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	55	3.4	e


CRP



QUALAB Tolleranza : 21 %

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 AFIAS	131	87.1	5.3	7.6	26.0	8.5	e

Albumina




QUALAB Tolleranza : 12 %

Albumina (g/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	16	100.0	0.0	0.0	39	4.0	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	41	2.6	e
3 Fuji Dri-Chem	234	99.2	0.4	0.4	46	4.4	e
4 Spotchem SP-4430	24	100.0	0.0	0.0	43	5.4	e
5 Spotchem D-Concept	170	95.8	2.4	1.8	44	5.8	e
6 Piccolo	58	96.6	1.7	1.7	41	4.4	e
7 Beckmann	5	100.0	0.0	0.0	37	1.9	e
8 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	43	3.0	e*
9 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	37	2.6	e
10 Selectra Pro	8	87.5	12.5	0.0	42	6.1	e*
11 Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	39	1.9	e

Fosfatasi alcalina




QUALAB Tolleranza : 18 %

Fosfatasi alcalina (U/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 IFCC	9	100.0	0.0	0.0	239	3.2	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	233	5.0	e
3 Reflotron	399	92.9	5.3	1.8	245	8.4	e
4 Fuji Dri-Chem	863	99.2	0.0	0.8	202	4.9	e
5 Spotchem SP-4430	49	100.0	0.0	0.0	182	6.5	e
6 Spotchem D-Concept	337	99.1	0.0	0.9	177	5.2	e
7 Beckman	7	100.0	0.0	0.0	269	4.1	e
8 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	213	2.5	e
9 Piccolo	49	93.9	2.0	4.1	252	3.7	e
10 Selectra Pro	11	100.0	0.0	0.0	272	8.0	e*
11 Skyla	5	80.0	20.0	0.0	214	14.5	e*
12 Autolyser/DiaSys	19	100.0	0.0	0.0	245	6.3	e
13 altro	5	100.0	0.0	0.0	231	4.8	e

Amilasi




QUALAB Tolleranza : 18 %

Amilasi (U/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 IFCC	6	100.0	0.0	0.0	217	3.2	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	200	1.8	e
3 Reflotron	100	99.0	1.0	0.0	216	5.4	e
4 Fuji Dri-Chem	628	99.2	0.5	0.3	197	4.0	e
5 Spotchem SP-4430	41	92.7	7.3	0.0	219	9.5	e
6 Spotchem D-Concept	261	100.0	0.0	0.0	237	5.8	e
7 Architect	5	100.0	0.0	0.0	242	7.7	e*
8 Piccolo	50	98.0	2.0	0.0	176	4.5	e
9 Selectra Pro	6	100.0	0.0	0.0	244	5.6	e*
10 Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	194	10.1	e*

Amilasi pancreatica




QUALAB Tolleranza : 18 %

Amilasi pancreatica (U/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 IFCC	11	100.0	0.0	0.0	165	1.7	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	166	2.6	e
3 Reflotron	281	97.9	2.1	0.0	174	6.1	e
4 Autolyser/DiaSys	10	100.0	0.0	0.0	160	2.2	e

Bilirubina totale



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	16	100.0	0.0	0.0	83.6	5.3	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	76.8	4.6	e
3 Reflotron	304	95.1	2.3	2.6	70.8	7.1	e
4 Fuji Dri-Chem	698	98.6	0.3	1.1	75.7	4.7	e
5 Spotchem SP-4430	50	88.0	10.0	2.0	78.0	10.2	e
6 Spotchem D-Concept	272	98.5	0.4	1.1	66.2	5.6	e
7 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	83.1	2.9	e
8 Beckman	6	100.0	0.0	0.0	86.2	7.2	e*
9 Piccolo	58	98.3	0.0	1.7	80.0	3.7	e
10 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	92.4	7.3	e*
11 Selectra Pro	12	100.0	0.0	0.0	75.5	8.6	e*
12 Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	84.0	4.3	e

Bilirubina diretto




Tolleranza MQ : 18 %

Bilirubina diretto (μmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Autolyser/DiaSys	6	100.0	0.0	0.0	36.4	3.8	e
2 Fuji Dri-Chem	32	96.9	3.1	0.0	40.2	7.6	e

Calcio




QUALAB Tolleranza : 9 %

Calcio (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	25	100.0	0.0	0.0	2.90	3.1	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	2.88	2.6	e
3 Fuji Dri-Chem	347	97.7	0.9	1.4	3.14	3.6	e
4 Spotchem SP-4430	12	83.3	0.0	16.7	2.52	4.3	e*
5 Spotchem D-Concept	75	81.4	9.3	9.3	2.19	5.3	e
6 Piccolo	52	98.1	1.9	0.0	2.95	3.5	e
7 Selectra Pro	5	100.0	0.0	0.0	2.81	3.0	e*
8 Autolyser/DiaSys	8	100.0	0.0	0.0	2.68	3.9	e*

Calcium ISE




Tolleranza MQ : 12 %

Calcium ISE (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	1.17	2.8	e

Cloruri




QUALAB Tolleranza : 6 %

Cloruri (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ISE	26	100.0	0.0	0.0	111	1.9	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	108	1.7	e
3 Fuji Dri-Chem	784	97.4	1.7	0.9	109	2.1	e
4 Spotchem D-Concept	306	96.7	2.0	1.3	121	2.2	e
5 Spotchem EL-SE 1520	55	87.3	3.6	9.1	124	2.9	e
6 Piccolo	23	100.0	0.0	0.0	111	2.7	e
7 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	118	0.9	e

Colesterolo




QUALAB Tolleranza : 10 %

Colesterolo (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	23	100.0	0.0	0.0	5.90	3.5	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	5.82	2.0	e
3 Reflotron	318	95.9	2.2	1.9	5.28	3.9	e
4 Fuji Dri-Chem	836	96.4	2.3	1.3	5.82	4.4	e
5 Spotchem SP-4430	71	91.6	5.6	2.8	5.57	5.5	e
6 Spotchem D-Concept	339	96.7	1.8	1.5	5.45	4.5	e
7 Piccolo	20	100.0	0.0	0.0	5.72	1.7	e
8 Cholestech LDX	309	93.9	2.9	3.2	5.88	4.7	e
9 Selectra Pro	11	100.0	0.0	0.0	6.11	2.3	e
10 Autolyser/DiaSys	19	100.0	0.0	0.0	5.77	3.5	e
11 altro	4	100.0	0.0	0.0	4.91	1.2	e

Colesterolo HDL




QUALAB Tolleranza : 21 %

Colesterolo HDL (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 umida, diretto	6	100.0	0.0	0.0	1.58	6.7	e*
2 Cobas	18	94.4	0.0	5.6	1.14	4.2	e
3 Reflotron	224	87.4	6.3	6.3	1.32	10.4	e
4 Fuji Dri-Chem	814	98.9	0.1	1.0	1.54	3.6	e
5 Spotchem SP-4430	63	90.5	6.3	3.2	1.07	10.2	e
6 Spotchem D-Concept	332	96.1	0.9	3.0	1.12	7.0	e
7 Dimension	5	100.0	0.0	0.0	1.32	4.0	e
8 umida, precipitation	4	100.0	0.0	0.0	1.57	4.5	e
9 Piccolo	19	94.7	5.3	0.0	1.17	9.9	e
10 Pentra/Selectra	9	66.7	0.0	33.3	1.44	4.9	e
11 Cholestech LDX	309	91.2	6.5	2.3	1.31	10.8	e
12 Architect	9	100.0	0.0	0.0	1.58	3.9	e
13 Autolyser/DiaSys	19	100.0	0.0	0.0	1.41	3.9	e

Creatina chinasi




QUALAB Tolleranza : 18 %

Creatina chinasi (U/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 IFCC	17	100.0	0.0	0.0	468	3.1	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	442	1.9	e
3 Reflotron	98	82.6	13.3	4.1	349	11.2	e
4 Fuji Dri-Chem	579	97.7	0.7	1.6	488	4.5	e
5 Spotchem SP-4430	28	89.3	3.6	7.1	455	7.3	e
6 Spotchem D-Concept	213	96.7	1.4	1.9	471	8.2	e
7 Piccolo	22	100.0	0.0	0.0	439	4.5	e
8 Selectra Pro	9	100.0	0.0	0.0	492	5.8	e
9 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	438	2.2	e
10 Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	452	3.5	e
11 altro	4	100.0	0.0	0.0	456	2.6	e

Colesterolo LDL




QUALAB Tolleranza : 18 %

Colesterolo LDL (mmol/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	15	100.0	0.0	0.0	3.4	2.6	e
2 Roche, Cobas	9	100.0	0.0	0.0	3.8	2.0	e
3 Autolyser/DiaSys	12	100.0	0.0	0.0	3.1	6.4	e
4 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	3.8	3.6	e

Ferro



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	14	100.0	0.0	0.0	35	4.0	e
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	35	3.1	e

Gamma-GT




QUALAB Tolleranza : 18 %

Gamma-GT (U/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	106	6.8	e
2 Reflotron	537	96.5	1.5	2.0	150	6.4	e
3 Fuji Dri-Chem	936	99.6	0.1	0.3	136	4.9	e
4 Spotchem SP-4430	78	97.4	2.6	0.0	142	7.6	e
5 Spotchem D-Concept	381	97.7	0.5	1.8	140	7.4	e
6 Selectra/Biolis	4	100.0	0.0	0.0	114	4.9	e*
7 Architect	12	100.0	0.0	0.0	105	4.3	e
8 Dimension	5	100.0	0.0	0.0	114	9.4	e*
9 IFCC Beckmann	5	100.0	0.0	0.0	110	3.6	e
10 Piccolo	47	97.9	0.0	2.1	99	3.0	e
11 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	118	4.8	e*
12 Selectra Pro	7	85.7	0.0	14.3	111	5.1	e
13 Autolyser/DiaSys	19	100.0	0.0	0.0	114	3.8	e

Glucosio




QUALAB Tolleranza : 9 %

Glucosio (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	24	95.8	0.0	4.2	13.3	3.4	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	13.2	1.8	e
3 Reflotron	531	88.0	4.7	7.3	12.7	4.7	e
4 Fuji Dri-Chem	889	99.3	0.3	0.4	12.0	2.5	e
5 Spotchem SP-4430	69	79.7	8.7	11.6	13.6	5.1	e
6 Spotchem D-Concept	356	86.5	10.1	3.4	11.8	5.3	e
7 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	13.3	2.1	e
8 Piccolo	61	96.7	0.0	3.3	13.0	1.2	e
9 Cholestech LDX	304	93.1	4.9	2.0	12.5	4.8	e
10 Selectra Pro	12	100.0	0.0	0.0	13.2	4.4	e*
11 Autolyser/DiaSys	19	100.0	0.0	0.0	12.8	3.1	e
12 iStat Chem8	7	100.0	0.0	0.0	11.8	0.6	e

Glucosio




QUALAB Tolleranza : 9 %

Glucosio (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Accu-Chek Instant	71	98.6	0.0	1.4	11.9	2.6	e
2 Accu-Chek Aviva	268	92.9	3.7	3.4	14.0	3.6	e
3 Accu-Chek Inform 2	740	98.4	1.5	0.1	14.3	3.1	e
4 Accu-Check Guide	236	97.0	1.7	1.3	11.8	3.6	e
5 Contour XT	1344	93.6	3.6	2.8	12.7	4.2	e
6 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	13.7	4.1	e*
7 Statstrip/Xpress	6	100.0	0.0	0.0	10.8	2.7	e*
8 Glucocard	10	80.0	10.0	10.0	19.9	5.5	e*
9 Hemocue 201+ P-equiv	104	99.0	1.0	0.0	13.9	2.8	e
10 Hemocue 201RT P-equi	124	91.9	0.8	7.3	14.0	2.2	e
11 Freestyle Freedom li	4	75.0	0.0	25.0	14.6	0.8	e
12 Contour NEXT	8	100.0	0.0	0.0	12.2	3.8	e*

Glucosio




QUALAB Tolleranza : 9 %

Glucosio (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Hemocue 201+ (alt)	40	90.0	5.0	5.0	13.8	4.1	e
2 AccuChek Sensor	30	100.0	0.0	0.0	13.0	2.7	e
3 OneTouch Verio	22	100.0	0.0	0.0	12.7	2.6	e
4 Contour 2 (5s)	15	93.3	0.0	6.7	10.4	4.0	e
5 Healthpro	26	80.8	11.5	7.7	23.0	6.5	e*
6 Mylife UNIO	357	96.9	1.7	1.4	15.9	3.7	e
7 mylife Pura	74	81.1	8.1	10.8	14.9	5.7	e
8 Omnitest	15	93.3	0.0	6.7	18.3	3.3	e
9 Alpha Check	22	68.2	22.7	9.1	19.2	7.0	e*

Acido urico




QUALAB Tolleranza : 12 %

Acido urico (µmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	28	96.4	0.0	3.6	467	2.4	e
2 Cobas	19	100.0	0.0	0.0	457	3.0	e
3 Reflotron	457	96.7	2.4	0.9	467	4.6	e
4 Fuji Dri-Chem	877	99.4	0.3	0.3	496	2.3	e
5 Spotchem SP-4430	60	98.3	0.0	1.7	419	3.8	e
6 Spotchem D-Concept	354	95.2	4.0	0.8	421	5.5	e
7 Piccolo	30	96.7	0.0	3.3	425	4.6	e
8 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	451	1.3	e
9 Selectra Pro	11	90.9	9.1	0.0	465	5.8	e*
10 Autolyser/DiaSys	18	88.8	5.6	5.6	438	4.6	e

Urea




QUALAB Tolleranza : 15 %

Urea (mmol/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	26	96.2	3.8	0.0	19.7	4.8	e
2 Cobas	19	100.0	0.0	0.0	18.9	4.4	e
3 Reflotron	212	93.8	2.4	3.8	21.2	6.5	e
4 Fuji Dri-Chem	539	99.1	0.0	0.9	20.2	1.9	e
5 Spotchem SP-4430	40	95.0	5.0	0.0	16.6	8.7	e
6 Spotchem D-Concept	213	77.5	17.8	4.7	16.9	10.8	e
7 Piccolo	55	98.2	0.0	1.8	19.2	2.0	e
8 Skyla	5	80.0	20.0	0.0	18.0	11.9	e*
9 Selectra Pro	5	100.0	0.0	0.0	18.3	9.1	e*
10 Autolyser/DiaSys	13	92.3	7.7	0.0	19.8	6.1	e
11 iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	26.1	1.8	e

Potassio



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ISE	37	97.3	2.7	0.0	5.71	2.2	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	5.72	0.9	e
3 Reflotron	475	88.6	7.8	3.6	6.15	3.5	e
4 Fuji Dri-Chem	923	97.4	2.2	0.4	5.78	1.9	e
5 Spotchem D-Concept	356	98.6	0.0	1.4	5.40	1.4	e
6 Autolyser/DiaSys	5	100.0	0.0	0.0	5.46	1.9	e*
7 Spotchem EL-SE 1520	62	98.4	1.6	0.0	5.33	2.0	e
8 Piccolo	41	87.8	12.2	0.0	5.82	3.7	e
9 iStat Chem8	8	100.0	0.0	0.0	5.60	0.9	e

Creatinina




QUALAB Tolleranza : 18 %

Creatinina (µmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	12	100.0	0.0	0.0	399	1.9	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	374	6.3	e
3 Reflotron	644	96.1	1.7	2.2	435	6.1	e
4 Fuji Dri-Chem	961	99.4	0.1	0.5	369	3.8	e
5 Spotchem SP-4430	87	100.0	0.0	0.0	351	2.6	e
6 Spotchem D-Concept	382	98.2	0.0	1.8	345	2.9	e
7 Enzymatisch	10	100.0	0.0	0.0	399	3.3	e
8 Piccolo	62	96.8	1.6	1.6	396	4.2	e
9 Selectra Pro	13	92.3	7.7	0.0	407	8.8	e*
10 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	383	2.5	e
11 Autolyser/DiaSys	19	100.0	0.0	0.0	396	3.3	e
12 altro	5	100.0	0.0	0.0	393	4.3	e
13 EPOC	12	83.3	16.7	0.0	328	12.6	e*

Creatinina E




QUALAB Tolleranza : 18 %

Creatinina E (µmol/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 iStat Chem8	12	100.0	0.0	0.0	425	2.9	e
2 ABL700/800	7	100.0	0.0	0.0	427	2.2	e

eGFR CKD-EPI




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	64	96.9	0.0	3.1	13	8.8	e
2 Reflotron	194	96.4	1.5	2.1	12	8.1	e
3 Fuji Dri-Chem	364	96.5	0.8	2.7	14	6.5	e
4 Spotchem SP-4430	164	95.1	0.6	4.3	16	6.1	e

eGFR Cockcroft-Gault




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	4	0.0	75.0	25.0	20	35.6	e*
2 Reflotron	19	73.7	10.5	15.8	22	17.2	e*
3 Fuji Dri-Chem	37	59.5	8.1	32.4	26	17.1	e
4 Spotchem SP-4430	16	56.2	0.0	43.8	15	8.7	e

eGFR MDRD




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Reflotron	4	75.0	0.0	25.0	12	2.9	e
2 Fuji Dri-Chem	5	80.0	0.0	20.0	15	7.2	e

LDH




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 IFCC	36	100.0	0.0	0.0	293	3.9	e
2 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	299	3.2	e
3 Fuji Dri-Chem	138	98.6	0.7	0.7	254	5.7	e
4 Spotchem SP-4430	12	100.0	0.0	0.0	211	7.3	e
5 Spotchem D-Concept	44	95.5	0.0	4.5	245	5.4	e
6 Piccolo	5	100.0	0.0	0.0	247	1.1	e
7 Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	295	4.9	e

Magnesio



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	20	100.0	0.0	0.0	1.37	3.9	e
2 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	1.38	3.6	e
3 Fuji Dri-Chem	112	99.1	0.0	0.9	1.53	3.7	e
4 Spotchem D-Concept	37	97.3	0.0	2.7	1.19	4.2	e
5 Spotchem SP-4430	4	100.0	0.0	0.0	1.16	2.1	e
6 Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	1.52	5.2	e*

Sodio




QUALAB Tolleranza : 6 %

Sodio (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ISE	36	100.0	0.0	0.0	149	1.5	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	147	0.9	e
3 Fuji Dri-Chem	859	98.7	0.8	0.5	151	1.6	e
4 Spotchem D-Concept	332	99.1	0.3	0.6	147	1.3	e
5 Spotchem EL-SE 1520	60	98.3	1.7	0.0	144	1.8	e
6 Piccolo	41	100.0	0.0	0.0	147	1.4	e
7 iStat Chem8	7	100.0	0.0	0.0	148	0.6	e

Fosfati




QUALAB Tolleranza : 15 %

Fosfati (mmol/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	21	100.0	0.0	0.0	1.8	2.3	e
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	1.8	2.3	e
3 Fuji Dri-Chem	84	100.0	0.0	0.0	1.8	2.5	e
4 Spotchem D-Concept	17	94.1	0.0	5.9	2.0	6.1	e
5 Spotchem SP-4430	4	100.0	0.0	0.0	1.9	0.8	e
6 Piccolo	7	100.0	0.0	0.0	2.2	1.2	e

Proteine totali



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	22	100.0	0.0	0.0	62.7	2.2	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	60.9	2.7	e
3 Fuji Dri-Chem	185	97.9	0.5	1.6	58.3	2.9	e
4 Spotchem SP-4430	25	88.0	12.0	0.0	60.4	7.7	e*
5 Spotchem D-Concept	136	87.5	8.1	4.4	57.4	7.0	e
6 Piccolo	43	97.7	0.0	2.3	62.0	1.9	e
7 Skyla	5	80.0	20.0	0.0	61.0	7.4	e*
8 Selectra Pro	7	100.0	0.0	0.0	61.7	3.8	e

Transaminasi GOT/AST




QUALAB Tolleranza : 18 %

Transaminasi GOT/AST (U/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 IFCC con PP	25	100.0	0.0	0.0	190	3.6	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	188	5.5	e
3 Reflotron	550	92.9	4.7	2.4	209	8.5	e
4 Fuji Dri-Chem	948	99.4	0.2	0.4	177	3.9	e
5 Spotchem SP-4430	84	96.4	3.6	0.0	150	6.3	e
6 Spotchem D-Concept	379	99.2	0.0	0.8	157	7.2	e
7 IFCC senza PP	5	100.0	0.0	0.0	180	5.1	e*
8 Piccolo	64	96.9	0.0	3.1	165	3.1	e
9 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	183	7.0	e*
10 Selectra Pro	12	100.0	0.0	0.0	176	7.0	e
11 Autolyser/DiaSys	19	100.0	0.0	0.0	177	5.0	e

Transaminasi GPT/ALT




QUALAB Tolleranza : 18 %

Transaminasi GPT/ALT (U/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 IFCC con PP	20	100.0	0.0	0.0	131	4.2	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	125	2.5	e
3 Reflotron	567	97.7	1.4	0.9	111	5.7	e
4 Fuji Dri-Chem	958	98.8	0.4	0.8	127	4.5	e
5 Spotchem SP-4430	86	96.5	3.5	0.0	100	6.9	e
6 Spotchem D-Concept	383	97.4	1.3	1.3	91	7.0	e
7 Piccolo	63	93.7	0.0	6.3	110	3.3	e
8 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	117	6.4	e*
9 Selectra Pro	12	100.0	0.0	0.0	129	5.1	e
10 Autolyser/DiaSys	19	100.0	0.0	0.0	127	4.2	e
11 altro	5	100.0	0.0	0.0	138	3.1	e

Trigliceridi




QUALAB Tolleranza : 18 %

Trigliceridi (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	23	100.0	0.0	0.0	1.98	3.3	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	2.02	2.6	e
3 Reflotron	262	96.2	1.1	2.7	2.19	6.2	e
4 Fuji Dri-Chem	826	99.1	0.2	0.7	2.05	4.2	e
5 Spotchem SP-4430	67	95.5	1.5	3.0	2.06	7.3	e
6 Spotchem D-Concept	335	96.7	0.6	2.7	2.01	4.8	e
7 Piccolo	19	94.7	0.0	5.3	2.25	2.1	e
8 Cholestech LDX	309	99.4	0.0	0.6	1.95	5.4	e
9 Selectra Pro	10	80.0	0.0	20.0	1.93	3.7	e
10 Autolyser/DiaSys	19	100.0	0.0	0.0	1.96	4.1	e

Litio




QUALAB Tolleranza : 15 %

Litio (mmol/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	18	100.0	0.0	0.0	1.56	3.5	e
2 Cobas Integra 800/40	4	100.0	0.0	0.0	1.52	1.9	e

Laktat



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	14	100.0	0.0	0.0	4.64	4.5	e

HbA1c campione A




QUALAB Tolleranza : 9 %

HbA1c campione A (%)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche, Cobas	18	83.3	16.7	0.0	5.6	6.0	e*
2 HPLC	7	100.0	0.0	0.0	5.7	2.3	e
3 Afinion	537	98.5	0.9	0.6	5.5	2.7	e
4 Cobas b101	137	95.7	3.6	0.7	5.5	4.4	e
5 DCA2000/Vantage	146	95.2	2.1	2.7	5.8	3.5	e
6 Celltac chemi	21	95.2	0.0	4.8	5.2	3.4	e
7 NycoCard	18	77.8	22.2	0.0	5.9	7.0	e*
8 Eurolyser	9	77.8	22.2	0.0	5.5	5.2	e*
9 A1c Now	211	76.8	15.6	7.6	5.1	6.1	e
10 AFIAS	59	69.5	25.4	5.1	5.6	6.9	e
11 Andere	20	90.0	0.0	10.0	5.6	4.5	e
12 Spinit	9	100.0	0.0	0.0	5.7	3.4	e*

HbA1c campione B




QUALAB Tolleranza : 9 %

HbA1c campione B (%)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche, Cobas	17	88.2	5.9	5.9	5.2	5.5	e*
2 HPLC	7	100.0	0.0	0.0	5.4	1.5	e
3 Afinion	800	98.7	0.5	0.8	5.3	2.5	e
4 Cobas b101	158	93.7	5.7	0.6	5.2	4.5	e
5 DCA2000/Vantage	228	100.0	0.0	0.0	5.6	3.1	e
6 Celltac chemi	15	93.3	0.0	6.7	5.0	4.2	e*
7 NycoCard	10	70.0	20.0	10.0	5.8	6.9	e*
8 Eurolyser	8	75.0	25.0	0.0	5.4	6.3	e*
9 Hemocue HbA1c 501	4	75.0	25.0	0.0	5.4	4.9	a
10 A1c Now	18	83.3	11.1	5.6	5.0	5.7	e*
11 AFIAS	89	82.0	10.1	7.9	5.3	6.0	e
12 Spinit	7	100.0	0.0	0.0	5.3	1.3	e
13 Andere	17	94.1	5.9	0.0	5.4	5.1	e*

pCO2




QUALAB Tolleranza : 12 %

pCO2 (kPa)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ABL700/800	94	100.0	0.0	0.0	2.86	2.6	e
2 ABL80 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	2.72	6.0	e*
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	14	100.0	0.0	0.0	2.98	5.4	e
4 ABL90 FLEX / PLUS	78	100.0	0.0	0.0	3.00	2.4	e
5 Cobas b 123	14	100.0	0.0	0.0	3.06	2.5	e
6 Cobas b 221	7	100.0	0.0	0.0	3.03	3.6	e
7 GEM	5	100.0	0.0	0.0	2.80	2.5	e
8 iStat	40	95.0	2.5	2.5	2.62	3.8	e
9 EPOC	51	92.2	3.9	3.9	2.26	6.5	e
10 IL	4	100.0	0.0	0.0	2.85	2.0	e

K04 Gas sanguini

pO2




QUALAB Tolleranza : 15 %

pO2 (kPa)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ABL700/800	93	97.8	1.1	1.1	9.88	4.5	e
2 ABL80 FLEX	7	71.4	0.0	28.6	8.70	5.5	e*
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	14	78.6	0.0	21.4	8.03	3.8	e
4 ABL90 FLEX / PLUS	79	83.5	5.1	11.4	7.36	5.8	e
5 Cobas b 123	14	100.0	0.0	0.0	9.04	7.4	e*
6 Cobas b 221	7	42.8	14.3	42.9	11.33	11.8	e*
7 GEM	5	100.0	0.0	0.0	9.00	5.6	e*
8 iStat	38	76.3	7.9	15.8	11.73	9.2	e
9 EPOC	51	76.4	2.0	21.6	8.29	7.4	e
10 IL	4	100.0	0.0	0.0	9.50	2.0	e

K04 Gas sanguini

pH




QUALAB Tolleranza : 1 %

pH ()

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ABL700/800	93	100.0	0.0	0.0	7.57	0.1	e
2 ABL80 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	7.63	0.4	e*
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	13	100.0	0.0	0.0	7.61	0.3	e
4 ABL90 FLEX / PLUS	79	98.7	0.0	1.3	7.59	0.1	e
5 Cobas b 123	14	100.0	0.0	0.0	7.58	0.2	e
6 Cobas b 221	7	100.0	0.0	0.0	7.57	0.3	e
7 GEM	5	100.0	0.0	0.0	7.63	0.1	e
8 iStat	41	100.0	0.0	0.0	7.66	0.1	e
9 EPOC	50	100.0	0.0	0.0	7.63	0.2	e
10 IL	4	100.0	0.0	0.0	7.64	0.1	e

Glucosio GS




QUALAB Tolleranza : 9 %

Glucosio GS (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas b 221	4	100.0	0.0	0.0	14.7	2.5	e*
2 Cobas b 123	8	100.0	0.0	0.0	13.9	3.2	e*
3 iStat	11	100.0	0.0	0.0	13.2	1.4	e
4 EPOC	38	89.5	10.5	0.0	14.2	4.9	e
5 ABL700/800	85	98.8	1.2	0.0	14.2	2.3	e
6 ABL90 FLEX / PLUS	77	100.0	0.0	0.0	13.7	2.1	e

Emoglobina BG




QUALAB Tolleranza : 9 %

Emoglobina BG (g/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ABL700/800	86	98.8	1.2	0.0	191.1	2.6	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	73	98.6	0.0	1.4	192.3	0.6	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	10	100.0	0.0	0.0	193.0	1.3	e

Potassio BG




QUALAB Tolleranza : 6 %

Potassio BG (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ABL80 FLEX	4	100.0	0.0	0.0	5.2	2.9	e*
2 Cobas b 123	19	100.0	0.0	0.0	5.4	1.2	e
3 iStat	19	100.0	0.0	0.0	5.4	1.0	e
4 EPOC	43	97.7	2.3	0.0	4.9	2.6	e
5 ABL700/800	86	100.0	0.0	0.0	5.5	1.3	e
6 ABL90 FLEX / PLUS	79	98.7	1.3	0.0	5.5	1.2	e
7 ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	5.1	1.8	e*


Sodio BG



QUALAB Tolleranza : 6 %

Sodio BG (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas b 123	19	100.0	0.0	0.0	123.4	1.6	e
2 iStat	19	100.0	0.0	0.0	126.2	0.5	e
3 EPOC	41	100.0	0.0	0.0	117.5	1.1	e
4 ABL700/800	84	100.0	0.0	0.0	127.3	0.8	e
5 ABL90 FLEX / PLUS	78	100.0	0.0	0.0	126.8	0.4	e
6 ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	122.0	1.7	e


Cloruro-BG

QUALAB Tolleranza : 6 %

Cloruro-BG (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas b 123	11	90.9	9.1	0.0	71.1	2.2	e
2 EPOC	11	100.0	0.0	0.0	71.3	1.9	e
3 ABL700/800	80	98.7	1.3	0.0	67.2	2.1	e
4 ABL90 FLEX / PLUS	74	100.0	0.0	0.0	64.2	1.6	e
5 ABL80 FLEX CO-OX / O	4	75.0	25.0	0.0	62.0	4.8	e*

Calcio-BG




Tolleranza MQ : 12 %
(< 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcio-BG (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 GEM	4	100.0	0.0	0.0	0.26	4.9	e*
2 ABL80 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	0.21	16.9	e*
3 Cobas b123	9	100.0	0.0	0.0	0.15	27.3	e*
4 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	0.28	31.2	e*
5 iStat	12	100.0	0.0	0.0	0.30	3.3	e
6 EPOC	39	100.0	0.0	0.0	0.26	9.1	e*
7 ABL700/800	86	100.0	0.0	0.0	0.37	4.9	e
8 ABL90 FLEX / PLUS	77	100.0	0.0	0.0	0.37	2.1	e
9 ABL80 FLEX CO-OX / O	5	100.0	0.0	0.0	0.31	19.4	e*

FHHb




Tolleranza MQ : 20 %

FHHb (%)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	20.900	0.6	e

Lattato-BG




QUALAB Tolleranza : 18 %

Lattato-BG (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas b123	7	100.0	0.0	0.0	10.80	5.5	e
2 Cobas	6	83.3	16.7	0.0	11.65	12.4	e*
3 IL	4	100.0	0.0	0.0	12.00	3.7	e
4 EPOC	40	87.5	10.0	2.5	12.18	10.8	e
5 iStat	14	100.0	0.0	0.0	10.85	2.7	e
6 ABL700/800	91	100.0	0.0	0.0	10.68	4.1	e
7 ABL90 FLEX / PLUS	79	98.7	1.3	0.0	10.43	4.3	e

sO2 OR




Tolleranza MQ : 20 %

sO2 OR (%)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 iStat	10	100.0	0.0	0.0	98.300	0.7	e
2 ABL700/800	76	98.7	0.0	1.3	70.085	0.1	e
3 ABL90 FLEX / PLUS	69	100.0	0.0	0.0	70.022	0.1	e
4 ABL80 FLEX CO-OX / O	9	100.0	0.0	0.0	70.100	0.1	e

FO2Hb OR




Tolleranza MQ : 20 %

FO2Hb OR (%)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ABL700/800	75	100.0	0.0	0.0	48.889	0.2	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	68	100.0	0.0	0.0	48.991	0.2	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	11	100.0	0.0	0.0	48.982	0.2	e

FCOHb OR




Tolleranza MQ : 20 %

FCOHb OR (%)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ABL700/800	77	98.7	0.0	1.3	20.224	1.0	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	67	100.0	0.0	0.0	20.037	0.8	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	11	100.0	0.0	0.0	20.100	0.6	e

FMetHb OR




Tolleranza MQ : 20 %

FMetHb OR (%)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ABL700/800	77	100.0	0.0	0.0	9.992	0.8	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	67	98.5	0.0	1.5	9.997	1.2	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	11	100.0	0.0	0.0	10.018	0.6	e

FHbF OR




Tolleranza MQ : 20 %

FHbF OR (%)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ABL90 FLEX / PLUS	18	94.4	0.0	5.6	50.588	5.0	e

Bilirubin OR




QUALAB Tolleranza : 18 %

Bilirubin OR (µmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ABL90 FLEX / PLUS	25	100.0	0.0	0.0	444.9	0.7	e

Troponina I




QUALAB Tolleranza : 24 %

Troponina I (ng/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vidas	11	90.9	9.1	0.0	12831.1	13.5	e*
2 Architect High Sensi	9	100.0	0.0	0.0	3121.4	7.8	e
3 altro	7	85.7	14.3	0.0	12324.0	15.7	e*
4 AQT 90 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	1100.0	0.0	e

Troponina T



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas hs	7	100.0	0.0	0.0	3837.00	4.9	e
2 Cobas hs STAT	8	100.0	0.0	0.0	3873.00	5.0	e
3 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	2192.00	6.9	e*
4 AQT 90 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	4900.00	3.4	e

Mioglobina




QUALAB Tolleranza : 30 %

Mioglobina (µg/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	168.3	3.0	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	197.8	12.1	e*

CK-MB massa



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	35.5	10.8	e*

NT-proBNP



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Pathfast	6	100.0	0.0	0.0	5836.5	10.0	e*
2 AQT 90 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	3495.0	3.9	e
3 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	1945.5	9.5	e*
4 altro	4	100.0	0.0	0.0	2796.0	12.2	e*
5 Cobas E / Elecsys	16	100.0	0.0	0.0	1950.7	7.5	e
6 Architect	7	100.0	0.0	0.0	2422.0	4.2	e

TSH




QUALAB Tolleranza : 20 %

TSH (mU/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas E / Elecsys	17	100.0	0.0	0.0	6.36	3.0	e
2 Architect	11	100.0	0.0	0.0	4.82	6.3	e
3 VIDAS	16	100.0	0.0	0.0	6.62	7.2	e
4 AFIAS	37	89.2	8.1	2.7	6.63	8.6	e

T3




Tolleranza MQ : 20 %

T3 (nmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 AFIAS	10	100.0	0.0	0.0	2.2	5.7	e

T4




Tolleranza MQ : 20 %

T4 (nmol/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 AFIAS	10	100.0	0.0	0.0	182	7.3	e

FT3




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas E / Elecsys	17	100.0	0.0	0.0	11.1	4.1	e
2 Architect	10	100.0	0.0	0.0	9.1	5.8	e
3 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	10.4	7.1	e*

FT4



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas E / Elecsys	17	100.0	0.0	0.0	44.4	3.7	e
2 Architect	11	100.0	0.0	0.0	34.0	5.8	e
3 VIDAS	9	100.0	0.0	0.0	49.0	8.9	a
4 altro	4	100.0	0.0	0.0	41.4	4.5	e

Testosterone




QUALAB Tolleranza : 30 %

Testosterone (nmol/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	14.6	3.7	e

Estradiolo



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	1056	2.8	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	932	3.5	e

SHBG




Tolleranza MQ : 30 %

SHBG (nmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	34.3	6.4	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	38.3	5.1	e

Cortisolo




QUALAB Tolleranza : 20 %

Cortisolo (nmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas E / Elecsys	11	100.0	0.0	0.0	535	4.8	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	491	8.5	e*


Progesteron



Tolleranza MQ : 30 %


Progesteron (nmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	39.7	7.0	e

DHEAS

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	5.36	7.9	e*

Luteinisiertes Hormon




QUALAB Tolleranza : 24 %

Luteinisiertes Hormon (U/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche, Cobas	8	100.0	0.0	0.0	23.1	7.7	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	16.2	4.1	e


Follikelstimulierendes Hormon



QUALAB Tolleranza : 24 % Follikelstimulierendes Hormon (U/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche, Cobas	8	100.0	0.0	0.0	17.3	5.0	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	18.0	2.7	e

Prolaktin (PRL)



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas/Roche	8	100.0	0.0	0.0	22.1	7.0	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	18.5	10.2	e*

Insulin




Tolleranza MQ : 25 %

Insulin (pmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	490	4.8	e

HGH




Tolleranza MQ : 25 %

HGH (µg/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	6	100.0	0.0	0.0	11.55	4.3	e

Freies Testosteron




Tolleranza MQ : 25 %

Freies Testosteron (pmol/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	28.2	10.8	e*

IGF-1




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Liaison	5	100.0	0.0	0.0	109	15.5	a

Troponina T CR



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas h 232	1278	96.2	2.7	1.1	240.88	10.4	e

D-Dimeri CR




QUALAB Tolleranza : 21 %

D-Dimeri CR (mg/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas h 232	1259	95.5	2.9	1.6	0.58	9.8	e

CKMB- K8




Tolleranza MQ : 40 %

CKMB- K8 (µg/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas h 232	9	100.0	0.0	0.0	20.4	8.6	e

NT-proBNP CR



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas h 232	668	96.9	2.1	1.0	496	11.7	e

PCO2 CCA




QUALAB Tolleranza : 12 %

PCO2 CCA (kPa)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 OPTI CCA	11	100.0	0.0	0.0	3.27	4.1	e

PO2 CCA




QUALAB Tolleranza : 15 %

PO2 CCA (kPa)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 OPTI CCA	11	90.9	9.1	0.0	18.92	6.8	e*

pH CCA




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 OPTI CCA	10	100.0	0.0	0.0	7.60	0.3	e

Potassio CCA



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 OPTI CCA	5	80.0	0.0	20.0	6.0	0.9	e

Sodio CCA




QUALAB Tolleranza : 6 %

Sodio CCA (mmol/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 OPTI CCA	4	100.0	0.0	0.0	163.0	1.6	e*

Ferritina



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	81.00	2.1	e
2 tutti	4	75.0	0.0	25.0	81.00	22.7	a
3 Cobas E / Elecsys	16	100.0	0.0	0.0	103.01	5.6	e
4 Architect	11	90.9	0.0	9.1	131.90	5.0	e
5 Mini Vidas	10	100.0	0.0	0.0	77.64	11.2	a
6 AFIAS	45	100.0	0.0	0.0	84.71	6.4	e
7 Eurolyser	19	84.2	0.0	15.8	59.98	8.4	e

Vitamina B12




QUALAB Tolleranza : 21 %

Vitamina B12 (pmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas E / Elecsys	14	92.9	7.1	0.0	319.81	10.3	e*
2 Architect	10	100.0	0.0	0.0	280.94	8.4	e*

Acido folico




QUALAB Tolleranza : 24 %
 (< 10.00: +/- 2.40 nmol/l)

Acido folico (nmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas E / Elecsys	17	100.0	0.0	0.0	7.70	14.6	e*
2 Architect	9	100.0	0.0	0.0	14.00	6.8	e

Holotranscobalamine




Tolleranza MQ : 30 %

Holotranscobalamine (pmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Architect	11	100.0	0.0	0.0	100.2	7.4	e
2 tutti	19	100.0	0.0	0.0	109.8	5.2	e

Bilirubina totale Neo




QUALAB Tolleranza : 18 %

Bilirubina totale Neo (µmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	12	100.0	0.0	0.0	99	5.4	e

Bilirubina diretta




QUALAB Tolleranza : 18 %

Bilirubina diretta (μmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	14	92.9	7.1	0.0	51	8.1	e*

Bilirubin neonatale




QUALAB Tolleranza : 18 %

Bilirubin neonatale (µmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	10	100.0	0.0	0.0	134	3.0	e
2 ABL700/800	10	100.0	0.0	0.0	117	6.8	e*

PSA




QUALAB Tolleranza : 25 %

PSA (µg/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas E / Elecsys	16	100.0	0.0	0.0	1.83	5.8	e
2 Architect	7	100.0	0.0	0.0	1.76	5.0	a
3 AFIAS	31	100.0	0.0	0.0	1.71	11.2	e

PSA frei




QUALAB Tolleranza : 25 %

PSA frei (µg/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	0.80	6.0	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	0.83	2.4	a

CEA



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas E / Elecsys	13	100.0	0.0	0.0	7.4	6.8	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	10.5	4.8	e

CA 125




Tolleranza MQ : 25 %

CA 125 (kIU/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	55.3	3.6	a

CA 19-9




Tolleranza MQ : 25 %

CA 19-9 (kIU/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	19.6	8.1	e*

CA 15-3




Tolleranza MQ : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	16.5	7.9	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	16.8	4.4	e

AFP




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	8.1	8.3	e*
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	8.1	4.8	a

HCG qn



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	18.0	5.2	e
2 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	4.2	13.2	a
3 Architect	6	100.0	0.0	0.0	20.6	7.6	e*
4 AFIAS	6	66.7	0.0	33.3	18.2	24.3	a

HCG intakt




QUALAB Tolleranza : 25 %

HCG intakt (U/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	5.1	2.0	e

Tirreoglobulina




Tolleranza MQ : 25 %

Tirreoglobulina (µg/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 altro	4	100.0	0.0	0.0	54.1	15.5	e*

CK-MB




Tolleranza MQ : 30 %

CK-MB (U/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Fuji Dri-Chem	31	93.5	0.0	6.5	59.2	8.6	e
2 Cobas/Roche	6	100.0	0.0	0.0	39.5	4.0	e

BNP




QUALAB Tolleranza : 27 %

BNP (ng/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	1084.2	8.8	e*

Colesterolo PTS




QUALAB Tolleranza : 10 %

Colesterolo PTS (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 CardioChek	15	60.0	20.0	20.0	7.45	9.2	e*


Colesterolo HDL PTS



QUALAB Tolleranza : 21 % Colesterolo HDL PTS (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 CardioChek	15	73.3	20.0	6.7	2.20	15.5	e*

Trigliceridi PTS




QUALAB Tolleranza : 18 %

Trigliceridi PTS (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 CardioChek	15	86.7	13.3	0.0	2.45	9.8	e*

C-Peptid




Tolleranza MQ : 25 %

C-Peptid (nmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	3.73	2.4	e
2 Liaison	4	100.0	0.0	0.0	4.20	6.8	e*

ACTH




Tolleranza MQ : 25 %

ACTH (ng/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	4	75.0	25.0	0.0	5.94	24.3	e*

Procalcitonina




QUALAB Tolleranza : 27 %

Procalcitonina (µg/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	18.26	3.1	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	14.05	6.1	e
3 VIDAS	12	83.4	8.3	8.3	10.14	11.9	e*
4 Liaison	6	83.3	16.7	0.0	20.10	14.6	e*

EPO




Tolleranza MQ : 25 %

EPO (U/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Immulite	5	100.0	0.0	0.0	75.1	6.6	e

Parathormon




QUALAB Tolleranza : 24 %

Parathormon (pmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas PTH STAT	8	100.0	0.0	0.0	18.5	7.1	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	14.7	4.0	e
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	32.3	7.0	e*

Osmolalità




QUALAB Tolleranza : 6 %

Osmolalità (mosm/kg)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cryoscopie	16	100.0	0.0	0.0	500	1.2	e

Kalium-K22




QUALAB Tolleranza : 6 %

Kalium-K22 (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ISE	11	100.0	0.0	0.0	3.7	1.4	e

Natrium-K22




QUALAB Tolleranza : 6 %

Natrium-K22 (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ISE	11	100.0	0.0	0.0	129	1.0	e

Glukose-K22




QUALAB Tolleranza : 9 %

Glukose-K22 (mmol/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	11	100.0	0.0	0.0	5.8	2.4	e

Harnstoff-K22




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	11	100.0	0.0	0.0	4.3	6.3	e*

Osmotische Lücke




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Formel 1 (2Na+K+Glu+	11	100.0	0.0	0.0	228.9	3.2	e

Digoxin




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 altro	6	100.0	0.0	0.0	2.29	9.5	e*

Paracetamol



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	319.9	4.4	e

Valproat




Tolleranza MQ : 24 %

Valproat (µmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	6	100.0	0.0	0.0	564.0	9.8	e*

Cystatin C




Tolleranza MQ : 24 %

Cystatin C (mg/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	10	100.0	0.0	0.0	1.69	7.9	e

Etanolo




QUALAB Tolleranza : 18 %

Etanolo (mmol/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	27	96.3	3.7	0.0	22.2	7.1	e

Calprotectina



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Bühlmann ELISA	4	100.0	0.0	0.0	485	4.1	e
2 Bühlmann fCALturbo	12	83.3	0.0	16.7	450	9.2	e
3 Bühlmann Quantum Blu	5	100.0	0.0	0.0	653	31.8	a
4 Liaison	6	83.3	0.0	16.7	231	12.6	a

Colesterolo Af/b101




QUALAB Tolleranza : 10 %

Colesterolo Af/b101 (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas b101	205	98.0	0.5	1.5	4.57	2.7	e
2 Afinion	428	98.9	0.9	0.2	4.77	3.6	e


Colesterolo HDL Af/b101



QUALAB Tolleranza : 21 % Colesterolo HDL Af/b101 (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas b101	204	90.2	0.0	9.8	1.12	3.9	e
2 Afinion	424	90.3	0.0	9.7	1.01	4.7	e

Trigliceridi Af/b101




QUALAB Tolleranza : 18 %

Trigliceridi Af/b101 (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas b101	202	98.5	0.0	1.5	1.60	2.3	e
2 Afinion	430	99.3	0.0	0.7	1.55	4.6	e

Troponina I S




QUALAB Tolleranza : 24 %

Troponina I S (ng/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Exdia TRF	38	68.4	15.8	15.8	571.22	16.3	e
2 AFIAS	179	86.6	12.3	1.1	11933.81	13.4	e

D-Dimeri qn S




QUALAB Tolleranza : 21 %

D-Dimeri qn S (mg/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Exdia TRF	37	62.2	18.9	18.9	1.11	16.6	e*
2 AFIAS	184	90.2	0.0	9.8	0.77	6.5	e

NT-proBNP S




QUALAB Tolleranza : 27 %

NT-proBNP S (ng/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Exdia TRF	34	70.6	20.6	8.8	2327.9	20.6	e*
2 AFIAS	139	98.6	0.0	1.4	4488.1	10.1	e

Lipasi




QUALAB Tolleranza : 18 %

Lipasi (U/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche	5	100.0	0.0	0.0	66.0	2.9	e
2 Alinity	6	100.0	0.0	0.0	72.0	4.6	e
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	59.0	2.7	e
4 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	65.0	6.0	e*
5 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	67.5	2.6	e
6 Fuji Dri-Chem	159	96.2	1.3	2.5	61.4	4.7	e

Bicarbonat




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	25.0	3.3	e

Colinesterasi



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	6.6	9.3	e*

Glucosio CSF




QUALAB Tolleranza : 9 %
(< 3.30: +/- 0.30 mmol/l)

Glucosio CSF (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	1.71	2.0	e
2 altro	9	100.0	0.0	0.0	1.60	4.4	e*

Lattato CSF




QUALAB Tolleranza : 18 %

Lattato CSF (mmol/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	4.00	0.4	e
2 altro	7	100.0	0.0	0.0	3.92	4.6	e

Proteine CSF




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	0.87	3.4	e
2 altro	7	100.0	0.0	0.0	0.86	5.5	e*

Tacrolimus




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	9	100.0	0.0	0.0	16.5	7.2	e

Totalproteina E



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	13	100.0	0.0	0.0	74.0	2.5	e

albumina E




Tolleranza MQ : 12 %

albumina E (%)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 elettroforesi	20	100.0	0.0	0.0	67.8	5.5	e

alfa-1-globuline




Tolleranza MQ : 30 %

alfa-1-globuline (%)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 elettroforesi	7	100.0	0.0	0.0	1.4	12.8	e*
2 elettroforesi capill	12	100.0	0.0	0.0	2.6	10.1	e

alfa-2-globuline



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 elettroforesi	19	94.7	0.0	5.3	7.4	13.0	e


beta-globuline




Tolleranza MQ : 30 %

beta-globuline (%)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 elettroforesi	15	100.0	0.0	0.0	10.5	9.9	e

Beta-1-Globulin

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 elettroforesi	7	100.0	0.0	0.0	5.9	12.0	e*


Beta-2-Globulin

Tolleranza MQ : 30 %

Beta-2-Globulin (%)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 elettroforesi	8	100.0	0.0	0.0	6.0	14.7	a

gamma-Globuline



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 elettroforesi	16	100.0	0.0	0.0	11.8	13.6	e

Gamma-Globuline+P




Tolleranza MQ : 30 %

Gamma-Globuline+P (%)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 elettroforesi	4	100.0	0.0	0.0	9.6	5.3	e

Immunfixation




QUALAB Tolleranza : 1 %

Immunfixation (Code)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Interpretation	16	87.5	0.0	12.5	8	0.0	e

Folati eritrocitari




Tolleranza MQ : 40 %

Folati eritrocitari (nmol/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Alinity	5	100.0	0.0	0.0	239	3.2	a
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	324	10.6	a
3 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	1225	19.3	a

Gallensäure



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	13	100.0	0.0	0.0	59.6	7.3	e

BNP




QUALAB Tolleranza : 27 %
 (< 75.0: +/- 20.0 ng/l)

BNP (ng/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Triage	20	85.0	5.0	10.0	27.9	31.7	e*

Troponin Triage




QUALAB Tolleranza : 24 %

Troponin Triage (ng/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Triage high sensitiv	16	87.4	6.3	6.3	600.80	15.4	e*
2 Triage SOB/Cardiac	7	71.4	14.3	14.3	80.00	14.3	e*
3 Triage Next Gen	17	35.3	23.5	41.2	126.00	22.5	e*

NT-pro BNP



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Triage	10	90.0	10.0	0.0	225	18.9	e*

D-Dimere Triage




QUALAB Tolleranza : 21 %

D-Dimere Triage (ng/ml)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Triage	37	75.7	18.9	5.4	282.63	15.4	e*

CK-MB Triage




Tolleranza MQ : 40 %

CK-MB Triage (µg/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Triage	5	80.0	0.0	20.0	1.0	0.0	e

Myoglobin Triage



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Triage	5	100.0	0.0	0.0	43.0	10.5	e*

Vitamina D 25 (OH)




QUALAB Tolleranza : 27 %

Vitamina D 25 (OH) (nmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 LCMS	4	100.0	0.0	0.0	56.8	5.6	e
2 Cobas	12	91.7	8.3	0.0	55.7	15.0	e*
3 VIDAS	6	100.0	0.0	0.0	76.3	2.9	e
4 altro	4	50.0	25.0	25.0	56.1	19.2	a
5 Architect	9	100.0	0.0	0.0	55.4	5.9	e
6 Beckman	6	100.0	0.0	0.0	76.4	3.8	e

AMH




Tolleranza MQ : 25 %

AMH (pmol/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	9	100.0	0.0	0.0	20.9	5.9	e
2 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	24.0	7.4	e*

Calcitonin



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	4	100.0	0.0	0.0	8.5	10.7	e*

Renin




Tolleranza MQ : 20 %

Renin (mU/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Liaison	4	100.0	0.0	0.0	55.7	10.9	e*

Anti Thyreoglobulin




Tolleranza MQ : 25 %

Anti Thyreoglobulin (IU/ml)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	263	5.4	e

Anti TPO



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	359	7.4	e

TRAK




Tolleranza MQ : 25 %

TRAK (IU/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	12.80	9.1	e*

Creatinina WB




QUALAB Tolleranza : 18 %

Creatinina WB ($\mu\text{mol/l}$)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Statsensor i / Nova	46	69.5	19.6	10.9	102	14.1	e

IL6




Tolleranza MQ : 30 %

IL6 (ng/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	153.5	4.3	e

Calcio-urine




Tolleranza MQ : 9 %

Calcio-urine (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	20	100.0	0.0	0.0	2.60	2.8	e

Cloro-urine




Tolleranza MQ : 12 %

Cloro-urine (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	6	100.0	0.0	0.0	196	1.6	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	193	1.9	e

Glucosio-urine




QUALAB Tolleranza : 9 %

Glucosio-urine (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	17	100.0	0.0	0.0	16.5	2.6	e

Magnesio-urine




Tolleranza MQ : 12 %

Magnesio-urine (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	10	100.0	0.0	0.0	3.73	4.5	e

Osmolalità-urine




Tolleranza MQ : 10 %

Osmolalità-urine (mosm/kg)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cryoscopie	15	100.0	0.0	0.0	805	1.1	e

Fosforo-urine




Tolleranza MQ : 15 %

Fosforo-urine (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	16	100.0	0.0	0.0	16.8	3.6	e

Potassio-urine




Tolleranza MQ : 15 %

Potassio-urine (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	26	100.0	0.0	0.0	69	3.8	e

Proteina-urina




QUALAB Tolleranza : 20 %

Proteina-urina (mg/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas/Roche	15	100.0	0.0	0.0	515.8	3.4	e
2 Chimica umida	11	100.0	0.0	0.0	645.1	3.9	e

Sodio-urine




Tolleranza MQ : 15 %

Sodio-urine (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	26	96.2	0.0	3.8	172	2.0	e

Urea-urine




Tolleranza MQ : 15 %

Urea-urine (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	22	100.0	0.0	0.0	253	4.3	e

Acido urico-urine




Tolleranza MQ : 15 %

Acido urico-urine (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	16	100.0	0.0	0.0	1.19	4.5	e

Peso Specifico-urine




Tolleranza MQ : 5 %

Peso Specifico-urine ()


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Refraktometer	5	100.0	0.0	0.0	1.022	0.2	e

Ethylglucuronid




No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 tutti	4	75.0	0.0	25.0	0.52	14.9	e*

Microalbumina



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Aution	5	40.0	0.0	60.0	80.0	0.0	a
2 AFIAS	11	100.0	0.0	0.0	78.9	10.5	e*
3 Afinion	448	97.3	1.8	0.9	67.2	9.6	e
4 Sysmex U	18	50.0	0.0	50.0	80.0	0.0	a
5 altro	6	66.7	0.0	33.3	69.0	10.1	e*
6 Turbidimetrie	27	100.0	0.0	0.0	66.2	6.3	e
7 DCA2000/Vantage	147	95.9	0.0	4.1	70.2	6.2	e
8 Siemens Clinitek	15	33.3	0.0	66.7	80.0	0.0	a

Creatinina urina



QUALAB Tolleranza : 21 %

Creatinina urina (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 DCA2000/Vantage	147	94.5	1.4	4.1	5.3	6.2	e
2 Afinion	448	99.3	0.0	0.7	4.5	5.0	e
3 Chimica umida	41	97.6	0.0	2.4	4.9	4.6	e
4 Sysmex U	16	68.7	0.0	31.3	4.4	0.1	e
5 Aution	5	40.0	0.0	60.0	4.4	0.0	a
6 Siemens Clinitek	15	33.3	0.0	66.7	4.4	0.2	a