

Bericht U03 Urin Drogen**Ethylglucuronid ql**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	1	1	100.00

Amphetamine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	2	2	100.00
Nal von Minden	negativ	7	7	100.00
SureStep Abbott	negativ	9	9	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	2	2	100.00
Willi Fox	negativ	4	4	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	7	100.00
Clear Test	negativ	7	7	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	12	100.00
Andere Schnelltests	negativ	24	24	100.00
Total		91	91	100.00

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Intex	negativ	1	1	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	2	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere Schnelltests	negativ	22	22	100.00
Total		35	35	100.00

Ecstasy pos/neg

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	20	20	100.00

Barbiturate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	1	1	100.00
Nal von Minden	negativ	1	1	100.00
SureStep Abbott	negativ	6	6	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Willi Fox	negativ	2	2	100.00
MD Doctors Direct	negativ	3	3	100.00
Clear Test	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	8	8	100.00
Andere Schnelltests	negativ	12	12	100.00
Total		49	49	100.00

Benzodiazepine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	2	2	100.00
Nal von Minden	negativ	7	7	100.00
SureStep Abbott	negativ	10	9	90.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Intex	negativ	4	4	100.00
Willi Fox	negativ	2	2	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	8	100.00
Clear Test	negativ	7	7	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	12	100.00
Andere Schnelltests	negativ	28	28	100.00
Total		96	95	99.00

Cannabinoide

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	5	5	100.00
Cobas	negativ	2	2	100.00
Nal von Minden	negativ	10	10	100.00
SureStep Abbott	negativ	12	12	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	2	100.00
Intex	negativ	8	8	100.00
Willi Fox	negativ	6	6	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	9	100.00

Clear Test	negativ	7	7	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	13	100.00
Andere Schnelltests	negativ	32	31	97.00
Total		118	117	99.00

Cocain

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	positiv	4	4	100.00
Cobas	positiv	2	2	100.00
Nal von Minden	positiv	8	7	88.00
SureStep Abbott	positiv	10	9	90.00
Triage 8	positiv	2	2	100.00
Syva Rapid Test	positiv	2	2	100.00
Intex	positiv	3	3	100.00
Willi Fox	positiv	4	4	100.00
MD Doctors Direct	positiv	8	8	100.00
Clear Test	positiv	8	7	88.00
Triage TOX	positiv	10	9	90.00
Andere quantitativ	positiv	13	13	100.00
Andere Schnelltests	positiv	30	29	97.00
Total		104	99	95.00

Methadon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	2	2	100.00
Nal von Minden	negativ	5	5	100.00
SureStep Abbott	negativ	8	8	100.00
Triage 8	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	3	3	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	9	100.00
Clear Test	negativ	7	7	100.00
Triage TOX	negativ	9	7	78.00
Andere quantitativ	negativ	11	11	100.00
Andere Schnelltests	negativ	27	27	100.00
Total		89	87	98.00

Methaqualon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	1	1	100.00

EDDP

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	8	8	100.00

Opiate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	2	2	100.00
Nal von Minden	negativ	9	9	100.00
SureStep Abbott	negativ	9	9	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	2	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	4	4	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	9	100.00
Clear Test	negativ	8	8	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	12	100.00
Andere Schnelltests	negativ	29	29	100.00
Total		103	103	100.00

Paracetamol

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	3	3	100.00

Buprenorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	4	4	100.00

6-Acetylmorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	3	3	100.00

Phencyclidin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	4	4	100.00

TCA

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage 8	positiv	2	2	100.00
Triage TOX	positiv	11	11	100.00
Alle Methoden	positiv	13	12	92.00
Total		26	25	96.00

LSD

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere quantitativ	positiv	3	3	100.00

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Nal von Minden	negativ	5	5	100.00

Kommentar U3

Einem Liter Urin wurden 700 µg Benzoyllecgonin, 50 µg LSD, 450 µg Methaqualon, 500 µg Amitriptylin und 1600 µg Nortriptylin zugesetzt. Entsprechend sollten Cocain, LSD, Methaqualon und trizyklische Antidepressiva positiv, alle anderen Analysen negativ sein.