

**Rapporto U03 screening della droga, urina****Ethylglucuronid ql**

	Risultato giusto	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Test rapido	negativo	1	1	100.00

**Anfetamine**

	Risultato giusto	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	negativo	4	4	100.00
Cobas	negativo	2	2	100.00
Nal von Minden	negativo	7	7	100.00
SureStep Abbott	negativo	9	9	100.00
Syva Rapid Test	negativo	1	1	100.00
Intex	negativo	2	2	100.00
Willi Fox	negativo	4	4	100.00
MD Doctors Direct	negativo	7	7	100.00
Clear Test	negativo	7	7	100.00
autres quantitativ	negativo	12	12	100.00
autres	negativo	24	24	100.00
<b>Total</b>		<b>79</b>	<b>79</b>	<b>100.00</b>

**Metanfetamina**

	Risultato giusto	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Intex	negativo	1	1	100.00
Syva Rapid Test	negativo	2	2	100.00
autres	negativo	22	22	100.00
<b>Total</b>		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100.00</b>

**Ecstasy pos/neg**

	Risultato giusto	Partecipanti	Adempite	% Adempite
autres	negativo	20	20	100.00

**Barbiturati**

	Risultato giusto	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	negativo	3	3	100.00
Cobas	negativo	1	1	100.00
Nal von Minden	negativo	1	1	100.00
SureStep Abbott	negativo	6	6	100.00
Willi Fox	negativo	2	2	100.00
MD Doctors Direct	negativo	3	3	100.00
Clear Test	negativo	1	1	100.00
autres quantitativ	negativo	8	8	100.00

autres	negativo	12	12	100.00
<b>Total</b>		<b>37</b>	<b>37</b>	<b>100.00</b>

**Benzodiazepina**

	Risultato giusto	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	negativo	4	4	100.00
Cobas	negativo	2	2	100.00
Nal von Minden	negativo	7	7	100.00
SureStep Abbott	negativo	10	9	90.00
Intex	negativo	4	4	100.00
Willi Fox	negativo	2	2	100.00
MD Doctors Direct	negativo	8	8	100.00
Clear Test	negativo	7	7	100.00
autres quantitativ	negativo	12	12	100.00
autres	negativo	28	28	100.00
<b>Total</b>		<b>84</b>	<b>83</b>	<b>99.00</b>

**Cannabinoidi**

	Risultato giusto	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	negativo	5	5	100.00
Cobas	negativo	2	2	100.00
Nal von Minden	negativo	10	10	100.00
SureStep Abbott	negativo	12	12	100.00
Syva Rapid Test	negativo	2	2	100.00
Intex	negativo	8	8	100.00
Willi Fox	negativo	6	6	100.00
MD Doctors Direct	negativo	9	9	100.00
Clear Test	negativo	7	7	100.00
autres quantitativ	negativo	13	13	100.00
autres	negativo	32	31	97.00
<b>Total</b>		<b>106</b>	<b>105</b>	<b>99.00</b>

**Cocaina**

	Risultato giusto	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	positivo	4	4	100.00
Cobas	positivo	2	2	100.00
Nal von Minden	positivo	8	7	88.00
SureStep Abbott	positivo	10	9	90.00
Syva Rapid Test	positivo	2	2	100.00
Intex	positivo	3	3	100.00
Willi Fox	positivo	4	4	100.00
MD Doctors Direct	positivo	8	8	100.00

Clear Test	positivo	8	7	88.00
autres quantitativ	positivo	13	13	100.00
autres	positivo	30	29	97.00
<b>Total</b>		<b>92</b>	<b>88</b>	<b>96.00</b>

**Metadone**

	Risultato giusto	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	negativo	4	4	100.00
Cobas	negativo	2	2	100.00
Nal von Minden	negativo	5	5	100.00
SureStep Abbott	negativo	8	8	100.00
Intex	negativo	3	3	100.00
Willi Fox	negativo	3	3	100.00
MD Doctors Direct	negativo	9	9	100.00
Clear Test	negativo	7	7	100.00
autres quantitativ	negativo	11	11	100.00
autres	negativo	27	27	100.00
<b>Total</b>		<b>79</b>	<b>79</b>	<b>100.00</b>

**Metaqualone**

	Risultato giusto	Partecipanti	Adempite	% Adempite
tutti	positivo	1	1	100.00

**EDDP**

	Risultato giusto	Partecipanti	Adempite	% Adempite
tutti	negativo	8	8	100.00

**Oppiati**

	Risultato giusto	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Architect	negativo	4	4	100.00
Cobas	negativo	2	2	100.00
Nal von Minden	negativo	9	9	100.00
SureStep Abbott	negativo	9	9	100.00
Syva Rapid Test	negativo	2	2	100.00
Intex	negativo	3	3	100.00
Willi Fox	negativo	4	4	100.00
MD Doctors Direct	negativo	9	9	100.00
Clear Test	negativo	8	8	100.00
autres quantitativ	negativo	12	12	100.00
autres	negativo	29	29	100.00
<b>Total</b>		<b>91</b>	<b>91</b>	<b>100.00</b>

**Buprenorphin**

	Risultato giusto	Partecipanti	Adempite	% Adempite
tutti	negativo	4	4	100.00

**6-Acetylmorphin**

	Risultato giusto	Partecipanti	Adempite	% Adempite
tutti	negativo	3	3	100.00

**Phencyclidin**

	Risultato giusto	Partecipanti	Adempite	% Adempite
autres	negativo	4	4	100.00

**TCA**

	Risultato giusto	Partecipanti	Adempite	% Adempite
tutti	positivo	13	12	92.00

**LSD**

	Risultato giusto	Partecipanti	Adempite	% Adempite
autres quantitativ	positivo	3	3	100.00

**Metanfetamina**

	Risultato giusto	Partecipanti	Adempite	% Adempite
Nal von Minden	negativo	5	5	100.00

**Commento U3**

*A un litro di urina sono stati aggiunti 700 µg benzoilecgonina, 50 µg LSD, 450 µg metaqualone, 500 µg amitriptilina e 1600 µg norriptilina. Dovevano quindi risultare positive le analisi di cocaina, LSD, metaqualone e antidepressivi triciclici, negative tutte le altre analisi.*