

## G3/G4 Gerinnung erweitert 2022-1

### Anleitung

- Die Zahlen entsprechen der Anzahl Teilnehmer, welche dieses Resultat abgegeben haben
- Die eingerahmten Felder zeigen, welches Resultat Ihr Labor eingereicht hat.
- Die quantitativen Resultate sind in der normalen Auswertung integriert. Die „Zielwerte“ werden aus dem Teilnehmermittel nach Ausreisserelimination gebildet.
- Bei der Thrombinzeit wird nur die Interpretation ausgewertet.

### Interpretation der Resultate

Keine Antikoagulation		Normal	Grenzwert	Abnormal
G3	PTT	22	2	1
G3	Thrombinzeit	23	1	0

Heparintherapie		Kein Heparin	Subtherap.	Therap.	Zu stark
G4	PTT	0	4	17	1
G4	Thrombinzeit	0	2	14	7

30.3.2022nka

### Verteilung aller aPTT Resultate

Aufgrund der grossen Streuung der quantitativen Resultate lässt sich der Zielwert nur schwer berechnen. Deshalb haben wir zusätzlich alle Resultate in Form eines Histogramms dargestellt.

