

Bericht MQ 2022/1 Qualitative Auswertungen

Zusammenfassung

Probe	Resultate	gut	% gut
S01 Okkultes Blut im Stuhl	201	200	99.50
I09 Allergologie Immunocap RAPID	3228	3186	98.70
U02 Urin Teststreifen/HCG	1106	1098	99.28
U03 Urin Drogen	759	755	99.47
K08 Herzinfarktmarker h232	677	663	97.93
Total	5971	5902	98.84

S01 Okkultes Blut im Stuhl

	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Haemoccult	negativ	26	0	100.00
Hemofec	negativ	8	0	100.00
Colo-Rectal Test	negativ	25	0	100.00
andere Methoden Guajak	negativ	1	0	100.00
Hexagon OBTI	negativ	30	1	96.77
Epi Tuub	negativ	4	0	100.00
andere Meth. immunologisch	negativ	65	0	100.00
I-Colo-Rectal Test	negativ	41	0	100.00
Total		200	1	99.50

Kommentar S01

Unsere simulierte Stuhlprobe enthielt kein humanes Blut, alle Tests sollten "negativ" ergeben

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Katze	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	6	320	98.16

T3 Birke	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	4	322	98.77

W6 Beifuss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ / positiv	118	205	100.00

G6 Lieschgras	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	6	320	98.16

F1 Eiweiss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	31	0	100.00

i6 Küchenschabe	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	279	10	96.54

E5 Hund	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	9	316	97.23

T9 Olive	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ / positiv	251	67	100.00

W21 Glaskraut	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ / positiv	259	60	100.00

D1 Derm. pteronyssin.	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	7	319	97.85

F2 Milcheiweiss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	31	0	100.00

m6 Schimmelpilz	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ / positiv	243	45	100.00

Kommentar I09

Klar positiv waren e1 Katze, t3 Birke, g6 Lieschgras, e5 Hund und d1 Derm. Pteronyssinus. Bei w6 Beifuss, t9 Olive, w21 Glaskraut und m6 Schimmelpilz waren die Banden sehr schwach sichtbar, wir haben bei diesen drei Allergenen "positiv" und "negativ" akzeptiert.

U02 Urin Teststreifen/HCG

	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	1098	8	99.28

Kommentar U02

Es handelte sich um normalen Urin von Spendern dem wir Erythrozyten zugefügt haben. Wir haben aus dieser Probe eine Proteinkonzentration von 0.050 g/L gemessen. Das Nitrit war grenzwertig, weshalb wir positiv und negativ als richtig bewertet haben.

U03 Urin Drogen

Methamphetamin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Syva Rapid Test	negativ	2	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	23	0	100.00
Nal von Minden	negativ	5	0	100.00
Total		40	0	100.00

Methaqualon	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	0	100.00

TCA	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage 8	positiv	0	2	100.00
Triage TOX	positiv	0	11	100.00
Alle Methoden	positiv	0	13	100.00
Total		0	26	100.00

LSD	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere quantitativ	positiv	0	3	100.00

Amphetamine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	2	0	100.00
Nal von Minden	negativ	6	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	9	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	0	100.00
Intex	negativ	2	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	6	0	100.00
Clear Test	negativ	7	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	25	0	100.00
Total		91	0	100.00

Barbiturate	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	positiv	0	3	100.00
Cobas	positiv	0	1	100.00
Nal von Minden	positiv	0	1	100.00
SureStep Abbott	positiv	0	6	100.00
Triage 8	positiv	0	2	100.00
Willi Fox	positiv	1	1	50.00
MD Doctors Direct	positiv	0	2	100.00
Clear Test	positiv	0	1	100.00
Triage TOX	positiv	0	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	1	8	88.89
Andere Schnelltests	positiv	0	13	100.00
Total		2	48	96.00

Benzodiazepine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	2	0	100.00
Nal von Minden	negativ	7	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	10	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	2	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	0	100.00
Clear Test	negativ	7	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	29	0	100.00
Total		97	0	100.00

Cannabinoide	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	negativ	5	0	100.00
Cobas	negativ	2	0	100.00
Nal von Minden	negativ	10	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	12	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	7	0	100.00
Willi Fox	negativ	6	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Clear Test	negativ	7	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	33	0	100.00
Total		118	0	100.00

Cocain	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	positiv	0	4	100.00
Cobas	positiv	0	2	100.00
Nal von Minden	positiv	1	7	87.50
SureStep Abbott	positiv	0	10	100.00
Triage 8	positiv	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positiv	0	2	100.00
Intex	positiv	0	2	100.00
Willi Fox	positiv	0	4	100.00
MD Doctors Direct	positiv	0	7	100.00
Clear Test	positiv	0	8	100.00
Triage TOX	positiv	0	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	0	14	100.00
Andere Schnelltests	positiv	0	31	100.00
Total		1	103	99.04

Methadon	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	2	0	100.00
Nal von Minden	negativ	5	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	8	0	100.00
Triage 8	negativ	1	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	0	100.00
Intex	negativ	2	0	100.00
Willi Fox	negativ	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Clear Test	negativ	7	0	100.00
Triage TOX	negativ	8	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	27	0	100.00
Total		88	0	100.00

Opiate	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Architect	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	2	0	100.00
Nal von Minden	negativ	8	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	8	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	2	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Clear Test	negativ	8	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	27	1	96.43
Total		98	1	98.99

Phencyclidin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	4	0	100.00

Paracetamol	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	3	0	100.00

6-Acetylmorphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	3	0	100.00

Buprenorphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	4	0	100.00

EDDP	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	9	0	100.00

Ethylglucuronid ql	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	0	1	100.00

Ecstasy pos/neg	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	18	0	100.00

Kommentar U03

Einem Liter Urin wurden 600 µg Pentobarbital, 700 µg Benzoyllecgonin, 2 µg LSD, 800 µg Clonipramin und 2200 µg Opipramol zugesetzt. Entsprechend sollten Barbiturate, Kokain, LSD und trizyklische Antidepressiva positiv, alle anderen Analysen negativ sein.

K08 Herzinfarktmarker h232

Troponin T qI	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	3	18	85.71

Troponin T CR pos/neg	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Cobas h 232	positiv	11	643	98.32

Troponin I qI	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	2	0	100.00