

**Bericht U03 Urin Drogen****Ethylglucuronid ql**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	1	1	100.00

**Amphetamine**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	2	2	100.00
Nal von Minden	negativ	6	6	100.00
SureStep Abbott	negativ	9	9	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	2	2	100.00
Willi Fox	negativ	4	4	100.00
MD Doctors Direct	negativ	6	6	100.00
Clear Test	negativ	7	7	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	13	100.00
Andere Schnelltests	negativ	26	25	96.00
<b>Total</b>		<b>92</b>	<b>91</b>	<b>99.00</b>

**Methamphetamin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Syva Rapid Test	negativ	2	2	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere Schnelltests	negativ	24	23	96.00
<b>Total</b>		<b>36</b>	<b>35</b>	<b>97.00</b>

**Ecstasy pos/neg**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	18	18	100.00

**Barbiturate**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	positiv	3	3	100.00
Cobas	positiv	1	1	100.00
Nal von Minden	positiv	1	1	100.00
SureStep Abbott	positiv	6	6	100.00
Triage 8	positiv	2	2	100.00
Willi Fox	positiv	2	1	50.00
MD Doctors Direct	positiv	2	2	100.00
Clear Test	positiv	1	1	100.00
Triage TOX	positiv	10	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	9	8	89.00
Andere Schnelltests	positiv	14	13	93.00
<b>Total</b>		<b>51</b>	<b>48</b>	<b>94.00</b>

**Benzodiazepine**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	2	2	100.00
Nal von Minden	negativ	7	7	100.00
SureStep Abbott	negativ	10	10	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	2	2	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	7	100.00
Clear Test	negativ	7	7	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	13	100.00
Andere Schnelltests	negativ	30	29	97.00
<b>Total</b>		<b>98</b>	<b>97</b>	<b>99.00</b>

**Cannabinoide**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	5	5	100.00
Cobas	negativ	2	2	100.00
Nal von Minden	negativ	10	10	100.00
SureStep Abbott	negativ	12	12	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	2	100.00
Intex	negativ	7	7	100.00
Willi Fox	negativ	6	6	100.00

MD Doctors Direct	negativ	8	8	100.00
Clear Test	negativ	7	7	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	14	100.00
Andere Schnelltests	negativ	34	33	97.00
<b>Total</b>		<b>119</b>	<b>118</b>	<b>99.00</b>

**Cocain**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	positiv	4	4	100.00
Cobas	positiv	2	2	100.00
Nal von Minden	positiv	8	7	88.00
SureStep Abbott	positiv	10	10	100.00
Triage 8	positiv	2	2	100.00
Syva Rapid Test	positiv	2	2	100.00
Intex	positiv	2	2	100.00
Willi Fox	positiv	4	4	100.00
MD Doctors Direct	positiv	7	7	100.00
Clear Test	positiv	8	8	100.00
Triage TOX	positiv	10	10	100.00
Andere quantitativ	positiv	14	14	100.00
Andere Schnelltests	positiv	32	31	97.00
<b>Total</b>		<b>105</b>	<b>103</b>	<b>98.00</b>

**Methadon**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	2	2	100.00
Nal von Minden	negativ	5	5	100.00
SureStep Abbott	negativ	8	8	100.00
Triage 8	negativ	1	1	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	2	2	100.00
Willi Fox	negativ	3	3	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	8	100.00
Clear Test	negativ	7	7	100.00
Triage TOX	negativ	8	8	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	12	100.00
Andere Schnelltests	negativ	28	27	96.00
<b>Total</b>		<b>89</b>	<b>88</b>	<b>99.00</b>

**Methaqualon**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	1	100.00

**EDDP**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	9	9	100.00

**Opiate**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	2	2	100.00
Nal von Minden	negativ	8	8	100.00
SureStep Abbott	negativ	8	8	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	2	100.00
Intex	negativ	2	2	100.00
Willi Fox	negativ	4	4	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	8	100.00
Clear Test	negativ	8	8	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	13	100.00
Andere Schnelltests	negativ	29	27	93.00
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>98</b>	<b>98.00</b>

**Paracetamol**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	3	3	100.00

**Buprenorphin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	4	4	100.00

**6-Acetylmorphin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	3	3	100.00

**Phencyclidin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	4	4	100.00

**TCA**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage 8	positiv	2	2	100.00
Triage TOX	positiv	11	11	100.00
Alle Methoden	positiv	14	13	93.00
<b>Total</b>		<b>27</b>	<b>26</b>	<b>96.00</b>

**LSD**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere quantitativ	positiv	3	3	100.00

**Methamphetamin**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Nal von Minden	negativ	5	5	100.00

**Kommentar U3**

*Einem Liter Urin wurden 600 µg Pentobarbital, 700 µg Benzoylcegonin, 2 µg LSD, 800 µg Clonipramin und 2200 µg Opipramol zugesetzt. Entsprechend sollten Barbiturate, Kokain, LSD und trizyklische Antidepressiva positiv, alle anderen Analysen negativ sein.*