

Rapport U03 Urine drogues d'abus**Ethylglucuronid ql**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Test rapide	positif	1	1	100.00

Amphétamines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	2	2	100.00
Nal von Minden	négatif	6	6	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	9	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	2	2	100.00
Willi Fox	négatif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	négatif	6	6	100.00
Clear Test	négatif	7	7	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	13	100.00
Autres tests rapides	négatif	26	25	96.00
Totale		80	79	99.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Autres tests rapides	négatif	24	23	96.00
Totale		26	25	96.00

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	18	18	100.00

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	3	3	100.00
Cobas	positif	1	1	100.00
Nal von Minden	positif	1	1	100.00
SureStep Abbott	positif	6	6	100.00
Willi Fox	positif	2	1	50.00
MD Doctors Direct	positif	2	2	100.00
Clear Test	positif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	positif	9	8	89.00
Autres tests rapides	positif	14	13	93.00
Totale		39	36	92.00

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	2	2	100.00
Nal von Minden	négatif	7	7	100.00
SureStep Abbott	négatif	10	10	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	2	2	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	7	100.00
Clear Test	négatif	7	7	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	13	100.00
Autres tests rapides	négatif	30	29	97.00
Totale		86	85	99.00

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	5	5	100.00
Cobas	négatif	2	2	100.00
Nal von Minden	négatif	10	10	100.00
SureStep Abbott	négatif	12	12	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Intex	négatif	7	7	100.00
Willi Fox	négatif	6	6	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	8	100.00
Clear Test	négatif	7	7	100.00
Autres quantitatifs	négatif	14	14	100.00
Autres tests rapides	négatif	34	33	97.00
Totale		107	106	99.00

Cocaïne

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	4	4	100.00
Cobas	positif	2	2	100.00
Nal von Minden	positif	8	7	88.00
SureStep Abbott	positif	10	10	100.00
Syva Rapid Test	positif	2	2	100.00
Intex	positif	2	2	100.00
Willi Fox	positif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	positif	7	7	100.00
Clear Test	positif	8	8	100.00
Autres quantitatifs	positif	14	14	100.00

Autres tests rapides	positif	32	31	97.00
Totale		93	91	98.00

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	2	2	100.00
Nal von Minden	négatif	5	5	100.00
SureStep Abbott	négatif	8	8	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	2	2	100.00
Willi Fox	négatif	3	3	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	8	100.00
Clear Test	négatif	7	7	100.00
Autres quantitatifs	négatif	12	12	100.00
Autres tests rapides	négatif	28	27	96.00
Totale		80	79	99.00

Méthamqualone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	1	100.00

EDDP

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	9	9	100.00

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	2	2	100.00
Nal von Minden	négatif	8	8	100.00
SureStep Abbott	négatif	8	8	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Intex	négatif	2	2	100.00
Willi Fox	négatif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	8	100.00
Clear Test	négatif	8	8	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	13	100.00
Autres tests rapides	négatif	29	27	93.00
Totale		88	86	98.00

Buprenorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	4	100.00

6-Acetylmorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	3	3	100.00

Phencyclidin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	4	4	100.00

TCA

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	14	13	93.00

LSD

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	positif	3	3	100.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Nal von Minden	négatif	5	5	100.00

Commentaire U3

600 µg de pentobarbital, 700 µg de benzoylécgonine, 2 µg de LSD, 800 µg de clomipramine et 2200 µg d'opipramol ont été ajoutés à un litre d'urine. En conséquence, les barbituriques, la cocaïne, le LSD et les antidépresseurs tricycliques doivent être " positif ", toutes les autres analyses doivent être " négatif ".