

Bericht U03 Urin Drogen**Ethylglucuronid ql**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	2	1	50.00

Amphetamine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	3	3	100.00
Nal von Minden	negativ	6	6	100.00
SureStep Abbott	negativ	9	9	100.00
Triage 8	negativ	3	3	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	2	2	100.00
Willi Fox	negativ	4	4	100.00
MD Doctors Direct	negativ	6	6	100.00
Clear Test	negativ	6	6	100.00
Triage TOX	negativ	9	9	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	13	100.00
Andere Schnelltests	negativ	25	22	88.00
Total		91	88	97.00

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Syva Rapid Test	negativ	2	2	100.00
Triage TOX	negativ	9	9	100.00
Andere Schnelltests	negativ	23	20	87.00
Total		34	31	91.00

Ecstasy pos/neg

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	18	17	94.00

Barbiturate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	1	1	100.00
Nal von Minden	negativ	1	1	100.00
SureStep Abbott	negativ	6	6	100.00
Triage 8	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	2	2	100.00
MD Doctors Direct	negativ	2	2	100.00
Clear Test	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	9	9	100.00
Andere quantitativ	negativ	10	10	100.00
Andere Schnelltests	negativ	14	11	79.00
Total		52	49	94.00

Benzodiazepine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	2	2	100.00
Nal von Minden	negativ	6	6	100.00
SureStep Abbott	negativ	9	9	100.00
Triage 8	negativ	3	3	100.00
Syva Rapid Test	positiv	1	1	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	2	2	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	7	100.00
Clear Test	negativ	6	6	100.00
Triage TOX	negativ	9	9	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	15	100.00
Andere Schnelltests	negativ	28	25	89.00
Total		95	92	97.00

Cannabinoide

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	positiv	5	4	80.00
Cobas	positiv	2	2	100.00
Nal von Minden	positiv	10	9	90.00
SureStep Abbott	positiv	11	11	100.00
Triage 8	positiv	3	3	100.00
Syva Rapid Test	positiv	2	2	100.00
Intex	positiv	7	7	100.00
Willi Fox	positiv	6	6	100.00

MD Doctors Direct	positiv	8	8	100.00
Clear Test	positiv	7	7	100.00
Triage TOX	positiv	9	9	100.00
Andere quantitativ	positiv	15	13	87.00
Andere Schnelltests	positiv	32	27	84.00
Total		117	108	92.00

Cocain

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	4	3	75.00
Cobas	negativ	2	2	100.00
Nal von Minden	negativ	7	6	86.00
SureStep Abbott	negativ	10	10	100.00
Triage 8	negativ	3	3	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	2	100.00
Intex	negativ	2	2	100.00
Willi Fox	negativ	4	4	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	7	100.00
Clear Test	negativ	7	7	100.00
Triage TOX	negativ	9	9	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	15	100.00
Andere Schnelltests	negativ	30	27	90.00
Total		102	97	95.00

Methadon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	positiv	4	3	75.00
Cobas	positiv	2	2	100.00
Nal von Minden	positiv	5	4	80.00
SureStep Abbott	positiv	8	7	88.00
Triage 8	positiv	2	2	100.00
Syva Rapid Test	positiv	1	1	100.00
Intex	positiv	2	2	100.00
Willi Fox	positiv	3	3	100.00
MD Doctors Direct	positiv	8	6	75.00
Clear Test	positiv	6	5	83.00
Triage TOX	positiv	7	7	100.00
Andere quantitativ	positiv	13	11	85.00
Andere Schnelltests	positiv	26	17	65.00
Total		87	70	80.00

Methaqualon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	1	1	100.00

EDDP

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	7	6	86.00

Opiate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Architect	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	2	2	100.00
Nal von Minden	negativ	8	8	100.00
SureStep Abbott	negativ	8	8	100.00
Triage 8	negativ	3	3	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	2	100.00
Intex	negativ	2	2	100.00
Willi Fox	negativ	4	4	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	8	100.00
Clear Test	negativ	7	7	100.00
Triage TOX	negativ	9	9	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	15	100.00
Andere Schnelltests	negativ	27	25	93.00
Total		99	97	98.00

Paracetamol

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	3	3	100.00

Buprenorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	4	2	50.00

6-Acetylmorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	2	2	100.00

Phencyclidin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	positiv	4	4	100.00

TCA

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Triage TOX	negativ	10	9	90.00
Alle Methoden	negativ	15	14	93.00
Total		27	25	93.00

LSD

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	2	2	100.00

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Nal von Minden	negativ	5	5	100.00

Morphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	1	100.00

Kommentar U3

Einem Liter Urin wurden 800 µg THC, 450 µg Methadon, 450 µg EDDP, 450 µg Methaqualon und 350 µg Phencyclidin zugesetzt. Entsprechend sollten THC, Methadon/EDDP, Methaqualon und Phencyclidin positiv, alle anderen Analysen negativ sein. Die Probe enthielt zusätzlich auch Alkohol (6.4 mmol/l) und Ethylglucuronid (1.7 mg/l).