

Rapport U03 Urine drogues d'abus**Ethylglucuronid ql**

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Test rapide	positif	2	1	50.00

Amphétamines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	3	3	100.00
Nal von Minden	négatif	6	6	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	9	100.00
Syva Rapid Test	négatif	1	1	100.00
Intex	négatif	2	2	100.00
Willi Fox	négatif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	négatif	6	6	100.00
Clear Test	négatif	6	6	100.00
Autres quantitatifs	négatif	13	13	100.00
Autres tests rapides	négatif	25	22	88.00
Totale		79	76	96.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Autres tests rapides	négatif	23	20	87.00
Totale		25	22	88.00

Ecstasy pos/neg

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	négatif	18	17	94.00

Barbituriques

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	3	3	100.00
Cobas	négatif	1	1	100.00
Nal von Minden	négatif	1	1	100.00
SureStep Abbott	négatif	6	6	100.00
Willi Fox	négatif	2	2	100.00
MD Doctors Direct	négatif	2	2	100.00
Clear Test	négatif	1	1	100.00
Autres quantitatifs	négatif	10	10	100.00
Autres tests rapides	négatif	14	11	79.00
Totale		40	37	93.00

Benzodiazépines

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	2	2	100.00
Nal von Minden	négatif	6	6	100.00
SureStep Abbott	négatif	9	9	100.00
Syva Rapid Test	positif	1	1	100.00
Intex	négatif	3	3	100.00
Willi Fox	négatif	2	2	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	7	100.00
Clear Test	négatif	6	6	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	15	100.00
Autres tests rapides	négatif	28	25	89.00
Totale		83	80	96.00

Cannabinoïdes

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	5	4	80.00
Cobas	positif	2	2	100.00
Nal von Minden	positif	10	9	90.00
SureStep Abbott	positif	11	11	100.00
Syva Rapid Test	positif	2	2	100.00
Intex	positif	7	7	100.00
Willi Fox	positif	6	6	100.00
MD Doctors Direct	positif	8	8	100.00
Clear Test	positif	7	7	100.00
Autres quantitatifs	positif	15	13	87.00
Autres tests rapides	positif	32	27	84.00
Totale		105	96	91.00

Cocaïne

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	4	3	75.00
Cobas	négatif	2	2	100.00
Nal von Minden	négatif	7	6	86.00
SureStep Abbott	négatif	10	10	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Intex	négatif	2	2	100.00
Willi Fox	négatif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	négatif	7	7	100.00
Clear Test	négatif	7	7	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	15	100.00

Autres tests rapides	négatif	30	27	90.00
Totale		90	85	94.00

Méthadone

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	positif	4	3	75.00
Cobas	positif	2	2	100.00
Nal von Minden	positif	5	4	80.00
SureStep Abbott	positif	8	7	88.00
Syva Rapid Test	positif	1	1	100.00
Intex	positif	2	2	100.00
Willi Fox	positif	3	3	100.00
MD Doctors Direct	positif	8	6	75.00
Clear Test	positif	6	5	83.00
Autres quantitatifs	positif	13	11	85.00
Autres tests rapides	positif	26	17	65.00
Totale		78	61	78.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	1	1	100.00

EDDP

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	positif	7	6	86.00

Opiacés

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Architect	négatif	4	4	100.00
Cobas	négatif	2	2	100.00
Nal von Minden	négatif	8	8	100.00
SureStep Abbott	négatif	8	8	100.00
Syva Rapid Test	négatif	2	2	100.00
Intex	négatif	2	2	100.00
Willi Fox	négatif	4	4	100.00
MD Doctors Direct	négatif	8	8	100.00
Clear Test	négatif	7	7	100.00
Autres quantitatifs	négatif	15	15	100.00
Autres tests rapides	négatif	27	25	93.00
Totale		87	85	98.00

Buprenorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	4	2	50.00

6-Acetylmorphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	2	2	100.00

Phencyclidin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres tests rapides	positif	4	4	100.00

TCA

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	15	14	93.00

LSD

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Autres quantitatifs	négatif	2	2	100.00

Méthamphétamine

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
Nal von Minden	négatif	5	5	100.00

Morphin

	Valeur cible	Participants	Respecté	% Respecté
toutes les méthodes	négatif	1	1	100.00

Commentaire U3

800 µg de THC, 450 µg de méthadone, 450 µg d'EDDP, 450 µg de méthaqualone et 350 µg de phencyclidine ont été ajoutés à un litre d'urine. En conséquence, le THC, la méthadone/l'EDDP, la méthaqualone et la phencyclidine devraient être positifs, toutes les autres analyses devraient être négatives. L'échantillon contenait également de l'alcool (6,4 mmol/l) et de l'éthylglucuronide (1,7 mg/l).