

Bericht MQ 2022/3 Qualitative Auswertungen**Zusammenfassung**

Probe	Resultate	gut	% gut
S01 Okkultes Blut im Stuhl	195	193	98.97
I09 Allergologie Immunocap RAPID	3501	3431	98.00
U02 Urin Teststreifen/HCG	1109	1075	96.93
U03 Urin Drogen	761	747	98.16
K08 Herzinfarktmarker h232	680	665	97.79
Total	6246	6111	97.84

S01 Okkultes Blut im Stuhl

	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Haemoccult	positiv	0	22	100.00
Hemofec	positiv	0	5	100.00
Colo-Rectal Test	positiv	0	26	100.00
andere Methoden Guajak	positiv	0	3	100.00
Hexagon OBTI	positiv	0	29	100.00
Epi Tuub	positiv	0	3	100.00
andere Meth. immunologisch	positiv	2	60	96.77
I-Colo-Rectal Test	positiv	0	45	100.00
Total		2	193	98.97

Kommentar S01

Unsere simulierte Stuhlprobe enthielt humanes Blut, alle Tests sollten "positiv" ergeben.

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Katze	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	23	330	93.48

T3 Birke	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	5	349	98.59

W6 Beifuss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	4	349	98.87

G6 Lieschgras	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	345	5	98.57

F1 Eiweiss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	34	0	100.00

i6 Küchenschabe	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	307	7	97.77

E5 Hund	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	343	6	98.28

T9 Olive	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	344	4	98.85

W21 Glaskraut	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	345	5	98.57

D1 Derm. pteronyssin.	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	343	6	98.28

F2 Milcheiweiss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	33	0	100.00

m6 Schimmelpilz	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	309	5	98.41

U02 Urin Teststreifen/HCG

	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	1073	34	96.93
andere Methoden	negativ	1	0	100.00
hCG+, Abbott	negativ	1	0	100.00
Total		1075	34	96.93

Kommentar U02

Es handelte sich um normalen Urin von Spendern, dem wir Glukose zugefügt haben. Die Glukosekonzentration betrug 4.5 mmol/L

U03 Urin Drogen

Methamphetamin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Syva Rapid Test	negativ	2	0	100.00
Triage TOX	negativ	9	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	24	0	100.00
Nal von Minden	negativ	5	0	100.00
Total		40	0	100.00

Methaqualon	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	0	100.00

TCA	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Alle Methoden	negativ	14	0	100.00
Total		26	0	100.00

LSD	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	2	0	100.00

Amphetamine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	4	0	100.00
Nal von Minden	negativ	6	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	10	0	100.00
Triage 8	negativ	3	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	0	100.00
Clear Test	negativ	5	1	83.33
Triage TOX	negativ	9	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	17	1	94.44
Total		91	2	97.85

Barbiturate	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	3	0	100.00
Cobas	negativ	4	0	100.00
Protzek	negativ	2	0	100.00
Nal von Minden	negativ	1	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	6	0	100.00
Triage 8	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	2	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	3	0	100.00
Clear Test	negativ	1	0	100.00
Triage TOX	negativ	9	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	7	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	11	0	100.00
Total		52	0	100.00

Benzodiazepine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	Nicht bewertbar	2	2	100.00
Cobas	positiv	0	5	100.00
Protzek	negativ	4	0	100.00
Nal von Minden	negativ	6	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	10	0	100.00
Triage 8	positiv	0	3	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	0	100.00
Intex	Nicht bewertbar	3	1	100.00
Willi Fox	negativ	2	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Clear Test	negativ	6	0	100.00
Triage TOX	positiv	0	9	100.00
Andere quantitativ	Nicht bewertbar	7	9	100.00
Andere Schnelltests	negativ	16	0	100.00
Total		65	29	100.00

Cannabinoide	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	0	5	100.00
Cobas	positiv	0	5	100.00
Protzek	positiv	0	4	100.00
Nal von Minden	positiv	0	10	100.00
SureStep Abbott	positiv	1	11	91.67
Triage 8	positiv	0	3	100.00
Syva Rapid Test	positiv	0	2	100.00
Intex	positiv	0	8	100.00
Willi Fox	positiv	0	5	100.00
MD Doctors Direct	positiv	0	9	100.00
Clear Test	positiv	1	6	85.71
Triage TOX	positiv	0	9	100.00
Andere quantitativ	positiv	0	15	100.00
Andere Schnelltests	positiv	2	22	91.67
Total		4	114	96.61

Cocain	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	4	0	100.00
Nal von Minden	negativ	7	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	11	0	100.00
Triage 8	negativ	3	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Clear Test	negativ	7	0	100.00
Triage TOX	negativ	9	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	20	1	95.24
Total		102	1	99.03

Methadon	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	4	0	100.00
Nal von Minden	negativ	5	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	9	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	100.00
Clear Test	negativ	6	0	100.00
Triage TOX	negativ	7	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	17	1	94.44
Total		87	1	98.86

Opiate	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	0	4	100.00
Cobas	positiv	0	5	100.00
Protzek	positiv	0	4	100.00
Nal von Minden	positiv	1	7	87.50
SureStep Abbott	positiv	1	8	88.89
Triage 8	positiv	0	3	100.00
Syva Rapid Test	positiv	1	1	50.00
Intex	positiv	0	3	100.00
Willi Fox	positiv	0	4	100.00
MD Doctors Direct	positiv	0	9	100.00
Clear Test	positiv	1	6	85.71
Triage TOX	positiv	0	9	100.00
Andere quantitativ	positiv	1	15	93.75
Andere Schnelltests	positiv	1	18	94.74
Total		6	96	94.12

Phencyclidin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	4	0	100.00

Paracetamol	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	3	0	100.00

6-Acetylmorphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	0	2	100.00

Buprenorphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	4	0	100.00

EDDP	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	7	0	100.00

Ethylglucuronid ql	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	0	2	100.00

Morphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	0	2	100.00

Ecstasy pos/neg	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	18	0	100.00

Kommentar U03

Einem Liter Urin wurden 400 µg THC, 900 µg Morphin, 800 µg Morphin-3-Beta D-Gluc, 300 µg 6-Acetylmorphin, 400 µg 11Nor-D9-THC-COOH, 400 µg Cannabidiol, 300 µg Lorazepam zugesetzt. Entsprechend sollten THC, Benzodiazepin, Opiate und Morphin positiv, alle anderen Analysen negativ sein. Gemäss scdat.ch sollten Benzodiazepin-Werte über 100 Mikrogramm/l als positiv bewertet werden. Da nicht alle Tests die gleiche Entscheidungsgrenze haben, ist der Zielwert bei einigen Gruppen "negativ".

K08 Herzinfarktmarker h232

Troponin T qI	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	2	20	90.91

Troponin T CR pos/neg	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Cobas h 232	positiv	13	643	98.02

Troponin I qI	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	positiv	0	2	100.00