

Bericht U03 Urin Drogen**Ethylglucuronid ql**

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	2	2	100.00

Amphetamine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	4	4	100.00
Nal von Minden	negativ	6	6	100.00
SureStep Abbott	negativ	10	10	100.00
Triage 8	negativ	3	3	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	4	4	100.00
MD Doctors Direct	negativ	7	7	100.00
Clear Test	negativ	6	5	83.00
Triage TOX	negativ	9	9	100.00
Andere quantitativ	negativ	13	13	100.00
Andere Schnelltests	negativ	20	17	85.00
Total		95	91	96.00

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Syva Rapid Test	negativ	2	2	100.00
Triage TOX	negativ	9	9	100.00
Andere Schnelltests	negativ	26	24	92.00
Total		37	35	95.00

Ecstasy pos/neg

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	19	18	95.00

Barbiturate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	3	3	100.00
Cobas	negativ	4	4	100.00
Protzek	negativ	2	2	100.00
Nal von Minden	negativ	1	1	100.00
SureStep Abbott	negativ	6	6	100.00
Triage 8	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	2	2	100.00
MD Doctors Direct	negativ	3	3	100.00
Clear Test	negativ	1	1	100.00
Triage TOX	negativ	9	9	100.00
Andere quantitativ	negativ	7	7	100.00
Andere Schnelltests	negativ	14	11	79.00
Total		55	52	95.00

Benzodiazepine

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	Nicht bewertbar	4	4	100.00
Cobas	positiv	5	5	100.00
Protzek	negativ	4	4	100.00
Nal von Minden	negativ	6	6	100.00
SureStep Abbott	negativ	10	10	100.00
Triage 8	positiv	3	3	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	Nicht bewertbar	4	4	100.00
Willi Fox	negativ	2	2	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	8	100.00
Clear Test	negativ	6	6	100.00
Triage TOX	positiv	9	9	100.00
Andere quantitativ	Nicht bewertbar	16	16	100.00
Andere Schnelltests	negativ	19	16	84.00
Total		97	94	97.00

Cannabinoide

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	positiv	5	5	100.00
Cobas	positiv	5	5	100.00
Protzek	positiv	4	4	100.00
Nal von Minden	positiv	10	10	100.00
SureStep Abbott	positiv	12	11	92.00
Triage 8	positiv	3	3	100.00
Syva Rapid Test	positiv	2	2	100.00
Intex	positiv	8	8	100.00
Willi Fox	positiv	5	5	100.00
MD Doctors Direct	positiv	9	9	100.00
Clear Test	positiv	7	6	86.00
Triage TOX	positiv	9	9	100.00
Andere quantitativ	positiv	15	15	100.00
Andere Schnelltests	positiv	26	22	85.00
Total		120	114	95.00

Cocain

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	4	4	100.00
Nal von Minden	negativ	7	7	100.00
SureStep Abbott	negativ	11	11	100.00
Triage 8	negativ	3	3	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	2	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	4	4	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	8	100.00
Clear Test	negativ	7	7	100.00
Triage TOX	negativ	9	9	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	15	100.00
Andere Schnelltests	negativ	23	20	87.00
Total		105	102	97.00

Methadon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	4	100.00
Cobas	negativ	5	5	100.00
Protzek	negativ	4	4	100.00
Nal von Minden	negativ	5	5	100.00
SureStep Abbott	negativ	9	9	100.00
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	1	100.00
Intex	negativ	3	3	100.00
Willi Fox	negativ	3	3	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	9	100.00
Clear Test	negativ	6	6	100.00
Triage TOX	negativ	7	7	100.00
Andere quantitativ	negativ	12	12	100.00
Andere Schnelltests	negativ	21	17	81.00
Total		91	87	96.00

Methaqualon

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	1	100.00

EDDP

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	7	7	100.00

Opiate

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Abbott	positiv	4	4	100.00
Cobas	positiv	5	5	100.00
Protzek	positiv	4	4	100.00
Nal von Minden	positiv	8	7	88.00
SureStep Abbott	positiv	9	8	89.00
Triage 8	positiv	3	3	100.00
Syva Rapid Test	positiv	2	1	50.00
Intex	positiv	3	3	100.00
Willi Fox	positiv	4	4	100.00
MD Doctors Direct	positiv	9	9	100.00
Clear Test	positiv	7	6	86.00
Triage TOX	positiv	9	9	100.00
Andere quantitativ	positiv	16	15	94.00
Andere Schnelltests	positiv	20	18	90.00
Total		103	96	93.00

Paracetamol

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage TOX	negativ	3	3	100.00

Buprenorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	5	4	80.00

6-Acetylmorphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	2	2	100.00

Phencyclidin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	5	4	80.00

TCA

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Triage 8	negativ	2	2	100.00
Triage TOX	negativ	10	10	100.00
Alle Methoden	negativ	16	14	88.00
Total		28	26	93.00

LSD

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	2	2	100.00

Methamphetamin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Nal von Minden	negativ	5	5	100.00

Morphin

	Zielwert	Teilnehmer	Erfüllt	% Erfüllt
Alle Methoden	positiv	2	2	100.00

Kommentar U3

Einem Liter Urin wurden 400 µg THC, 900 µg Morphin, 800 µg Morphin-3-Beta D-Gluc, 300 µg 6-Acetylmorphin, 400 µg 11Nor-D9-THC-COOH, 400 µg Cannabidiol, 300 µg Lorazepam zugesetzt. Entsprechend sollten THC, Benzodiazepin, Opiate und Morphin positiv, alle anderen Analysen negativ sein. Gemäss scdat.ch sollten Benzodiazepin-Werte über 100 Mikrogramm/l als positiv bewertet werden. Da nicht alle Tests die gleiche Entscheidungsgrenze haben, ist der Zielwert bei einigen Gruppen "negativ".