

Bericht MQ 2022/4 Qualitative Auswertungen

Zusammenfassung

Probe	Resultate	gut	% gut
S01 Okkultes Blut im Stuhl	203	202	99.51
I09 Allergologie Immunocap RAPID	3580	3481	97.23
U02 Urin Teststreifen/HCG	1129	1126	99.73
U03 Urin Drogen	760	742	97.63
K08 Herzinfarktmarker h232	658	642	97.57
Total	6330	6193	97.84

S01 Okkultes Blut im Stuhl

	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Haemoccult	positiv	0	1	100.00
Hemofec	negativ	5	0	100.00
Colo-Rectal Test	negativ	26	0	100.00
andere Methoden Guajak	negativ	3	0	100.00
Hexagon OBTI	negativ	31	0	100.00
Epi Tuub	negativ	4	0	100.00
andere Meth. immunologisch	negativ	81	1	98.78
I-Colo-Rectal Test	negativ	51	0	100.00
Total		201	2	99.51

Kommentar S01

Unsere simulierte Stuhlprobe enthielt tierisches Blut, alle immunologischen Tests sollten "negativ" ergeben, die Guajakbasierten Tests "positiv"

I09 Allergologie Immunocap RAPID

E1 Katze	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	3	357	99.17

T3 Birke	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	3	357	99.17

W6 Beifuss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	350	5	98.59

G6 Lieschgras	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	Nicht bewertbar	165	195	100.00

F1 Eiweiss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	35	1	97.22

i6 Küchenschabe	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	306	13	95.92

E5 Hund	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	35	324	90.25

T9 Olive	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	337	20	94.40

W21 Glaskraut	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	negativ	341	13	96.33

D1 Derm. pteronyssin.	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	Nicht bewertbar	76	283	100.00

F2 Milcheiweiss	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	Nicht bewertbar	8	29	100.00

m6 Schimmelpilz	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
ImmunoCAP rapid	positiv	6	318	98.15

Kommentar I09

Klar positiv waren e1 Katze, t3 Birke, e5 Hund, m6 Schimmelpilz. Bei g6 Lieschgras, f2 Milcheiweiss und d1 Derm. pteronyssin waren die Banden schwach sichtbar, wir haben "positiv" und "negativ" akzeptiert.

U02 Urin Teststreifen/HCG

	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	negativ	1122	3	99.73
andere Methoden	negativ	2	0	100.00
hCG+, Abbott	negativ	1	0	100.00
Quick Vue Plus	negativ	1	0	100.00
Total		1126	3	99.73

U03 Urin Drogen

Methamphetamin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Syva Rapid Test	Nicht bewertbar	1	1	100.00
Triage TOX	Nicht bewertbar	2	7	100.00
Andere Schnelltests	Nicht bewertbar	11	14	100.00
Nal von Minden	Nicht bewertbar	1	4	100.00
Total		15	26	100.00

Methaqualon	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	0	100.00

TCA	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Triage TOX	negativ	10	0	100.00
Alle Methoden	negativ	14	0	100.00
Total		26	0	100.00

LSD	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere quantitativ	negativ	2	0	100.00

Amphetamine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	positiv	0	4	100.00
Cobas	positiv	0	5	100.00
Protzek	Nicht bewertbar	3	1	100.00
Nal von Minden	positiv	0	6	100.00
SureStep Abbott	Nicht bewertbar	5	5	100.00
Triage 8	positiv	0	3	100.00
Intex	Nicht bewertbar	1	2	100.00
Willi Fox	Nicht bewertbar	2	2	100.00
MD Doctors Direct	Nicht bewertbar	3	4	100.00
Clear Test	Nicht bewertbar	3	3	100.00
Triage TOX	positiv	0	9	100.00
Andere quantitativ	Nicht bewertbar	1	13	100.00
Andere Schnelltests	positiv	8	10	55.56
Total		26	67	91.40

Barbiturate	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	3	0	100.00
Cobas	negativ	4	0	100.00
Protzek	negativ	2	0	100.00
Nal von Minden	negativ	1	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	6	0	100.00
Triage 8	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	2	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	3	0	100.00
Clear Test	negativ	1	0	100.00
Triage TOX	negativ	9	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	7	0	100.00
Andere Schnelltests	negativ	13	0	100.00
Total		54	0	100.00

Benzodiazepine	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	4	0	100.00
Nal von Minden	negativ	6	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	10	0	100.00
Triage 8	negativ	3	0	100.00
Intex	negativ	4	0	100.00
Willi Fox	negativ	2	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Clear Test	negativ	6	0	100.00
Triage TOX	negativ	9	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	1	93.75
Andere Schnelltests	negativ	16	0	100.00
Total		92	1	98.92

Cannabinoide	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	5	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	4	0	100.00
Nal von Minden	negativ	10	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	12	0	100.00
Triage 8	negativ	3	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	8	0	100.00
Willi Fox	negativ	5	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	100.00
Clear Test	negativ	7	0	100.00
Triage TOX	negativ	9	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	14	1	93.33
Andere Schnelltests	negativ	24	1	96.00
Total		117	2	98.32

Cocain	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	4	0	100.00
Nal von Minden	negativ	7	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	11	0	100.00
Triage 8	negativ	3	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	8	0	100.00
Clear Test	negativ	7	0	100.00
Triage TOX	negativ	9	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	1	93.75
Andere Schnelltests	negativ	19	1	95.00
Total		100	2	98.04

Methadon	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	4	0	100.00
Nal von Minden	negativ	5	0	100.00
SureStep Abbott	negativ	9	0	100.00
Triage 8	negativ	2	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	3	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	100.00
Clear Test	negativ	6	0	100.00
Triage TOX	negativ	7	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	11	1	91.67
Andere Schnelltests	negativ	18	1	94.74
Total		86	2	97.73

Opiate	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Abbott	negativ	4	0	100.00
Cobas	negativ	5	0	100.00
Protzek	negativ	4	0	100.00
Nal von Minden	negativ	7	1	87.50
SureStep Abbott	negativ	9	0	100.00
Triage 8	negativ	3	0	100.00
Syva Rapid Test	negativ	1	0	100.00
Intex	negativ	3	0	100.00
Willi Fox	negativ	4	0	100.00
MD Doctors Direct	negativ	9	0	100.00
Clear Test	negativ	7	0	100.00
Triage TOX	negativ	9	0	100.00
Andere quantitativ	negativ	15	1	93.75
Andere Schnelltests	negativ	17	1	94.44
Total		97	3	97.00

Phencyclidin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	4	0	100.00

Paracetamol	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Triage TOX	positiv	0	3	100.00

6-Acetylmorphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	1	0	100.00

Buprenorphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	4	0	100.00

EDDP	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	7	0	100.00

Ethylglucuronid ql	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	0	2	100.00

Morphin	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Alle Methoden	negativ	2	0	100.00

Ecstasy pos/neg	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	negativ	18	0	100.00

Kommentar U03

Einem Liter Urin wurden 1000 µg D,L Amphetamin, 800 µg Methamphetamin, 11700 µg Paracetamol zugesetzt. Entsprechend sollten Amphetamin (AMP), Methamphetamin (MET) und Paracetamol positiv, alle anderen Analysen negativ sein. Von Amphetamin existieren zwei verschiedene Enantiomere. Testverfahren, welche nur D-Amphetamin bestimmen, lagen bei der aktuellen Probe genau bei der Entscheidungsgrenze, weshalb die Bewertung nicht möglich war.

K08 Herzinfarktmarker h232

Troponin T qI	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Schnelltest	positiv	2	19	90.48

Troponin T CR pos/neg	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Cobas h 232	positiv	14	621	97.80

Troponin I qI	Zielwert	negativ	positiv	% Erfüllt
Andere Schnelltests	positiv	0	2	100.00
